Órgão Emitente: **PGOQ - GERENCIA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
318/2025	**17/11/2025**	**28/01/2026**	**90 DIAS**	**0**	**Sem Grupo**	**Sem Classe**

Local de Entrega: **Laboratório Central - R1**

LOTE : Sem Lote

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R$)	
					Unitário	Total
1	00	**DESTILADOR PARA PREPARO DE AMOSTRAS PARA OS ENSAIOS DE SULFETO E CIANETO TOTAIS** Sistema de destilação com caldeira para geração de vapor, com as seguintes características: ? Ajuste eletrônico de potência de 10 a 100%; ? Sensor de superaquecimento; ? Condensador com escudo protetor; ? Válvula de alívio; ? Bomba para dosagem automática resistente à ácidos (para utilização com ácido sulfúrico 30%) de calibração automática ou manual; ? Display de LCD ou similar; ? Possibilidade de programar métodos de destilação de duração de até 5 minutos; ? Memória interna para armazenamento de no mínimo 5 métodos de destilação; ? Protetor de respingos em vidro ou material que permita a visualização do processo de destilação; ? Possibilidade de acesso do usuário à parte interna do equipamento; ? Dispositivo luminoso indicador de status do processo de destilação (início e fim); ? Possibilidade de gerenciamento de usuários; ? Aspiração do tubo de amostra para descarte automático	Não inform	1,00	- - -	- - -

Total por Lote : - - -

Total : - - -