

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Homogeinizador, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Rotação: Até 5.000 RPM, Componentes: Com Tripé, Altura Regulável, Capacidade: Até 25L, Temporização: Com Temporizador Até 100H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (5)

2 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 101 A 150L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Básico, Pannel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

3 - Balança Analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 200G, Resolução: 0,0001MG, Diâmetro Prato: 91MM, Tipo Pannel: Digital, Características Adicionais: Desvio Padrão <0,1mg; Linearidade +-0,2mg;Temp.Ope, Voltagem: 110/220vV, Tempo Medição: 3S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

4 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inox Aisi 304, Comprimento: 100CM, Largura: 100CM, Altura: 90CM, Características Adicionais: Capacidade 72 Litros, Botoeiras Em Braquelite, Pés, Sistema Alimentação: Gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

5 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 8KVA, Tensão Alimentação Entrada: 110/220V, Características Adicionais: Onda Senoidal, Interface Rs 48s, Inteligente Com, Tipo: Microcontrolado, Tensão Alimentação Saída: 110V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

6 - Extrator laboratório

Descrição Detalhada: Extrator Laboratório Tipo*: Soxhlet, Material*: Vidro, Dimensões: Cerca De 30CM, Componentes: Com 2 Juntas, Acessórios: C/ Condensador Allhin E Balão Fundo Chato, Capacidade: 100ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

7 - Forno Microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 35L, Potência: 1.350W, Voltagem: 110V, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

8 - Forno mufla

Descrição Detalhada: Forno Mufla Temperatura Máxima: 1.200°C, Largura: 320MM, Altura: 280MM, Profundidade: 450MM, Volume: 40L, Aplicação: Tratamento Térmico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

9 - Peagâmetro

Descrição Detalhada: Peagâmetro Quantidade Pontas Calibragem: 2UN, Tipo Alimentação: Bateria, Acidez: 0,1PH, Carga Elétrica Máxima: 90 A 240V, Faixa Medição: -2 A 20PH, Compensação Temperatura: Automática, Acessórios: Cabo E Conector, Aplicação: Medição Ph, Características Adicionais: Corpo Em Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (4)

10 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Aço Inox Aisi 304, Funcionamento: Automático, Acabamento Superficial: Polido, Aplicação: Frasco Por Indução, Velocidade: 2 - 12M/MIN, Capacidade De Produção: 100 Frascos Por Minuto, Características Adicionais: Controle Digital, Comprimento Selagem: 20 - 120MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

11 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Chapa De Aço, Voltagem: 220V, Funcionamento: Automático, Aplicação: Esterilização Em Autoclaves, Velocidade: 10M/MIN, Potência: 280W, Características Adicionais: Controle Eletrônico Temperatura Selagem Horizontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

12 - Cromatógrafo

Descrição Detalhada: Cromatógrafo Tipo: Gasoso, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo De Análise: C/ Detector Espectrômetro De Massa, Componentes: Injetor Split/Splitless, Outros Componentes: Amostrador Automático, Adicional: C/ Sistema Segurança, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

13 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 35KG, Resolução: 0,1G, Quantidade Dígitos: 8UN, Tipo Pannel: Cristal Líquido Com Iluminação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)

14 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela Exaustão Tipo: De Gases, Material: Madeira, Revestida Em Aço Inox, Dimensões: Cerca De 200 X 80 X 250CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso, Adicional: Forma De Guilhotina, Vazão: Até 1500M3/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

15 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo*: De Co2, Volume: Cerca De 230L, Temperatura: Controle Temperatura Até 50°C, Adicional: Até 5 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

16 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Espeto, Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300°C, Aplicação: Nutrição Hospitalar, Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Tecla Liga E Desliga, Alarme A Prova D'Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (3)

17 - Tanque Pasteurizador

Descrição Detalhada: Tanque Pasteurizador Material: Aço Inoxidável, Acessórios: Cesto Metálico/Termômetro/Mamômetro, Temperatura: 0 A 130°C, Pressão: 0 A 100°KGF/CM2, Capacidade: 100L, Tipo Sistema: Camisa Dupla Com Válvula E Alívio Pressão, Aplicação: Laboratório Processamento Leite, Características Adicionais: Controle Temperatura Manual (Registro Espera)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

18 - Analisador Químico

Descrição Detalhada: Analisador Químico Tipo: Analisador De Leite, Modelo: Ultrassônico Com Leitura Automatizada E Sem Reagen, Características Adicionais: Análise Rápida E Simultânea De Parâmetros Físico-Q

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (1)

19 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Para Laboratório, Material: Aço Inox Aisi 304, Acabamento Superficial: Escovado, Revestimento: Couro Sintético/Corino, Material Encosto: Espuma Poliuretano D45, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Branca, Características Adicionais: Assento/Encosto Contínuos, Altura Regulável E Rodí

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (30)

20 - Balança Precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 2.200 GG, Resolução: 0,01G, Tipo Painel: Visor Lcd Frontal, Características Adicionais: Semi-Analítica, Sem Capela De Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Sobral/CE (2)