

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ensaio e Análises Químicas

**Descrição Detalhada:** Serviço de purificação e sequenciamento de DNA (Segmento de DNA clonados ou na forma de fragmento de PCR) utilizando o método de sequenciamento de Sanger. Precisão mínima de 99% e sequência gerada com, no mínimo, 700 pares de base com qualidade Phred superior à 20. O cliente fornecerá o produto de PCR ou plasmídeos e os primers para a reação de sequenciamento. O resultado deve ser fornecido em .abi ou .scf para visualização dos eletroferogramas (para verificação da qualidade) e em formato .fasta para análise das sequências. O resultado deve ser entregue com até 10 dias úteis após o recebimento das amostras.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cruz das Almas/BA (3000)

2 - Ensaio e Análises Químicas

**Descrição Detalhada:** Serviço de sequenciamento de DNA (Segmento de DNA clonados ou na forma de fragmento de PCR) utilizando o método de sequenciamento de Sanger. Precisão mínima de 99% e sequência gerada com, no mínimo, 700 pares de base com qualidade Phred superior à 20. O cliente fornecerá o produto de PCR ou plasmídeos e os primers para a reação de sequenciamento. O resultado deve ser fornecido em .abi ou .scf para visualização dos eletroferogramas (para verificação da qualidade) e em formato fasta para análise das sequências. O resultado deve ser entregue com até 10 dias úteis após o recebimento das amostras.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

**Quantidade Mínima Cotada:** 3000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cruz das Almas/BA (3000)

3 - Oligonucleotídeos

**Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Característica Adicionais: Escala 25 Nmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000

**Quantidade Mínima Cotada:** 6000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cruz das Almas/BA (6000)

**4 - Oligonucleotídeos**

**Descrição Detalhada:** Oligonucleotídeos Aplicação: Reação De Pcr, Características Adicionais: Especialmente Preparado, Característica Adicionais: Escala 50 Nmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cruz das Almas/BA (2000)

**5 - Reagente analítico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Sonda Marcada, Aplicação: Para Pcr Tempo Real, Características Adicionais: Duplamente Marcada, Concentração: 20.000 Pmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cruz das Almas/BA (20)

**6 - Reagente analítico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Sonda Marcada, Aplicação: Para Pcr Tempo Real, Características Adicionais: Duplamente Marcada, Concentração: 6.000 Pmol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Cruz das Almas/BA (30)