

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Concentrador laboratório**

Descrição Detalhada: Concentrador Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Temperatura: Controle Temperatura Até 150°C, Características Adicionais: Bloco Com Até 40 Compartimentos, Adicional: Desligamento Automático, Uso: Por Injeção De Nitrogênio, Temporização: Com Temporizador Até 99MIN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

2 - Destilador De Nitrogênio

Descrição Detalhada: Destilador De Nitrogênio Material Caldeira: Aço Inoxidável, Material Caixa: Aço Inox Polido, Tensão: 220V, Componentes: Vidraria Em Borosilicato, Condensador, Reservatório, Características Adicionais: Duas Bolas De Kjeldahl Sobrepostas, Instaladas Ent, Aplicação: Destilações De Nitrogênio Total E Amoniacal Pelo P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

3 - Incubadora Laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo*: Bod Com Controle De Umidade, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle De Temperatura Cerca De -10°C A 60°C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 12 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

4 - Moinho

Descrição Detalhada: Moinho Material Gabinete: Aço Inoxidável, Material Tampa: Aço Inoxidável, Tipo: Faca, Componentes: Batedor, Voltagem: 220V, Potência: 160W, Potência Motor: 0,21768CV, Rotação: 26.000RPM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

5 - Desumidificador

Descrição Detalhada: Desumidificador Capacidade: 30 Litros P/Dia, Voltagem: 110/220V, Aplicação: Controle De Temperatura E Umidade

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

6 - Medidor umidade digital

Descrição Detalhada: Medidor Umidade Digital Tipo Secagem: Infravermelho, Faixa Operação: 50 A 300 G, Temperatura Aquecimento: 40 A 200°C, Aplicação: Laticínios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

7 - Compressor De Ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Portátil, Pressão Máxima: 120LB/POL2, Potência Motor: 2HP, Tensão: 220V, Capacidade Tanque: 25L, Dimensões: 26,8 X 55,5 X 63CM, Aplicação: Limpeza, Pulverização, Pinturas Domésticas, Potência: 2HP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2)

8 - Destilador De Nitrogênio

Descrição Detalhada: Destilador De Nitrogênio Material Caldeira: Aço Inoxidável, Material Caixa: Aço Inox Polido, Tensão: 220V, Componentes: Vidraria Em Borosilicato, Condensador, Reservatório, Características Adicionais: Duas Bolas De Kjeldahl Sobrepostas, Instaladas Ent, Aplicação: Destilações De Nitrogênio Total E Amoniacal Pelo P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

9 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Cerca De 120L, Temperatura: Controle Temperatura Até 80°C, Componentes: Com Porta Frontal, Outros Componentes: Até 15 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

10 - Incubadora Laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo*: Bod Com Controle De Umidade, Volume: Cerca De 350L, Temperatura: Controle De Temperatura Cerca De -10°C A 60°C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 12 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (2)

11 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco Digestor Tipo: Kjeldahl, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 50 Amostras, Temperatura: Controle Temperatura Até 450°C, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

12 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco Digestor Tipo: Dqo, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 30 Amostras, Temperatura: Controle Temperatura Até 200°C, Temporização: Temporizador Até 9.999MIN, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

13 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Biorreator, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Toque, Programável, Adicional: Agitação Biaxial Até 35 Rpm, Capacidade: Até 25 L, Temperatura: Até 50°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

14 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Digital, Capacidade: Até 20 Peneiras, Temporização: Com Temporizador Até 99MIN, Adicional: Vibratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

15 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Material: Aço Inox, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Características Adicionais: Nb-3, Nb-4, Classe: Classe Iii, Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão 2 Filtros Hepa Em Série, Componentes: Vedada,À Prova De Escape De Ar, C/ Luvas Acopladas, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)

16 - Cabine segurança biológica

Descrição Detalhada: Cabine Segurança Biológica Tipo: Tipo B3, Material: Aço Inox, Tipo Filtro: Filtro Hepa Exaustão E Insuflação, Características Adicionais: Nb-2,Nb-3, Classe: Classe Ii, Fluxo De Ar: Recirculação 70% De Ar, Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do Edifício, Componentes: Janela Corrediça,Lâmpada Germicida,Luz Interna, Outros Componentes: Pré-Filtro,Tomada, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bagé/RS (1)