


DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Setor Requisitante: Solicitação para todas as Unidades do Consórcio e para os Municípios. Consorciados.	
Responsável pela Demanda: ADMINISTRATIVO	Data: 11/03/2024
Objeto: Aquisição de material médico/hospitalar para as Unidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde e para os Municípios Consorciados.	
Justificativa: Os itens serão novamente licitados em decorrência das seguintes situações: desertos, fracassados e por desistência de Contrato, decorrentes do Pregão 010/2023.	
Quantidade de material/serviço: Conforme tabela em anexo.	
Previsão de data em que deve ser entregue o material ou serviço: Contratação para 12 (doze) meses, com previsão de aquisição parcelada.	

Submetemos o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Irati, 11 de março de 2024.


Bruna Fernanda Jacinto
Diretora do Dep. Contabilidade,
Faturamento e Finanças
CIS AMCESPAR

De acordo. Encaminhe-se à setor de compras, para prosseguimento.


Angela Maria da Cruz Cardoso
Diretora Técnica e Administrativa
CIS Amcespar

Ordem	Item/Descrição	Apres.	Quant.
1	Papel para ecg eletrocardiógrafo, medindo 216mm x 30metros, papel termossensível para registro térmico fabricação em matéria prima (celulose), compatível com aparelho Bionet	ROLO	20
2	Luva para procedimento não cirurgico nitrilica sem pó, tam pp. Caixa com 100 unidades. De boa qualidade e registro na anvisa.	CX.	560
3	Luva para procedimento não cirurgico nitrilica sem pó, tam M. Caixa com 100 unidades. De boa qualidade e registro na anvisa	CX.	730
4	Luva para procedimento não cirurgico nitrilica sem pó, tam P. Caixa com 100 unidades. De boa qualidade e registro na anvisa	CX.	500
5	Luvras de vinil para procedimento powder free tamanho g. Com registro na anvisa. Embalada em caixas com 100 unidades. De boa qualidade e registro na anvisa*	CX.	420
6	Luvras de vinil para procedimento powder free tamanho m. com registro na anvisa. Embalada em caixas com 100 unidades. De boa qualidade e registro na anvisa*	CX.	420
7	Máscara descartável moldada, resistente a fluídos, com clipe nasal.com tripla camada. Na cor branca.com 50 unidades de amarrar. Com registro na anvisa.	UNIT.	122
8	Coletor universal - coletor de fezes, em polipropileno transparente, acompanha pá, não estéril - 80 ml - embalagem com 100 unidades	CX.	70
9	Coletor universal - coletor de urina, tampa vermelha com rosca e sem pá, transparente, embalado individualmente, boca larga (5 cm), esterilizado por radiação ionizante, 80 ml - embalagem com 100 unidades	CX.	70
10	Algodão ortopédico, 100% fibras de algodão cru. Hidrofóbico, em forma de manta com camada de borracha em uma das faces, aumentando sua resistência. Enrolamento uniforme em todo o seu comprimento. Tamanho: 15cm x 1,8m	ROLO	1490
11	Atadura gessada de 12 cm composta por substrato de gás giro espedial inglês, 100% algodão impregnado com gesso coloidal. Caixa com 20 unidades 12cmx2m	CX.	1681
12	Atadura de gesso 15 cm composta por substrato de gás giro espedial inglês, 100% algodão impregnado com gesso coloidal caixa com 20 unidades 15 cmx2m	CX.	1633
13	Atadura de gesso 20 cm composta por substrato de gás giro espedial inglês, 100% algodão impregnado com gesso coloidal caixa com 20 unidades 20cmx2m	CX.	1433
14	AVENTAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL, MANGA COMPRIDA, PUNHO COM ELÁSTICO OU LÁTEX, FEITO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), ABERTO NAS COSTAS, COM TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO, PESO 70 G/M², TAMANHO ÚNICO, REGISTRO E INSCRIÇÃO NA ANVISA. COR: BRANCA, NÃO ESTÉRIL, NÃO LIBERA FIAPOS, É HIPOALERGÊNICA, NÃO TÓXICA, TEM BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, BAIXA INFLAMABILIDADE, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES;	PCTE	1725
15	Anestésico local injetável lidocaína 2% com adrenalina (epinefrina), com vasoconstritor, frasco 50 ml. Caixa com 10 unidades.	CX.	14
16	Anestésico local injetável lidocaína 2%, sem vaso constritor, frasco de 20 ml.	UNIT.	20
17	BACIA FUNDA DE INOX 40X11CM - Bacia em Aço Inoxidável. Produto indicado para uso em autoclaves (vapor e óxido de etileno). Utilizada em serviços de saúde	UNIT.	15
18	Coletor de material cortante perfurado, capacidade para 03 litros, cor amarela, caixa com 10 unidades.	CX.	210

19	Coletor de material de corte perfurado, capacidade para 07 litros, cor amarela, caixa com 10 unidades.	CX.	700
20	Degermante 2%, solução alcoólica 0,5%, com solução de digliconato de clorexidina 2% com surfactantes, para uso como antisséptico tópico pós-operatório, embalagem de 1000 ml Degermante 2%, solução alcoólica 0,5%, com solução de digliconato de clorexidina 2% com surfactantes, para uso como antisséptico tópico pós-operatório, embalagem de 1000 ml	FRASCO	12
21	CAIXA PERFURADA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA AUTOCLAVE TAMANHO 20 X 10 X 2,5 CM Caixa perfurada para armazenamento de instrumentos cirúrgicos e para esterilização de instrumentos médicos e odontológicos, fabricada em aço inoxidável. OLHO DE AÇO INOX PERFURADO PARA AUTOCLAVE TAMANHO 20 X 10 X 2,5 CM Caixa perfurada para armazenamento de instrumentos cirúrgicos e para esterilização de instrumentos médicos e odontológicos, fabricada em aço inoxidável.	UNIT.	20
22	SUTURA absorvível, multifilamento, agulha, cat-gut simples 4-0, com fio 75cm, agulha 3/8 círculo, ponta cilíndrica, medindo 3 cm, estéril, cx com 24 unidades.	CX.	63
23	SUTURA absorvível, multifilamento, agulha, única cat-gut 5-0, com fio 75cm, agulha 3/8 círculo, ponta cilíndrica, medindo 3 cm, estéril, cx com 24 unidades.	CX.	43
24	FIO GUIA EM MANDREL PARA INTUBAÇÃO Fio guia em forma de J com ponta macia e atraumática, autoclavável a 134°C. Com a seguinte medida: Adulto Pequeno: Para TET = 5 mm. Comprimento: 45 cm	UNIT.	45
25	Incubadora digital para leitura rápida de testes biológicos. Para monitoramento rápido de processos de esterilização a vapor. De fácil manuseio e alarme sonoro. Tenha informações em português. Tenha uma conexão com um aplicativo da web e resultados que possam ser arquivados e impressos. Que seja compatível com todos os indicadores disponíveis no mercado.	UNIT.	2
26	Indicador biológico de leitura rápida, com resultado de 3h para monitoramento dos ciclos de esterilização a vapor. Embalagem com 50 unidades.	CX.	238
27	MANTA EM SMS Com tecido não tecido 50x50 cm de polipropileno 100% hidrofóbico com gramatura de 40 a 45 g/m², para esterilização de itens cirúrgicos. Apresentar percentual acima de 95% de eficiência na filtração.	UNIT.	150
28	Eletrodo/ponta ginecológico para biópsia, incisão e conização ginecológica eletrodo cabo redondo reto - ø 5mm x 120 mm - haste ø 1,8 mm	UNIT.	22
29	Eletrodo/ponta ginecológico para biópsia, incisão e conização ginecológica eletrodo esférico reto - ø 5mm x 120 mm - haste ø 1,8 mm	UNIT.	22
30	Eletrodo/ponta ginecológico para biópsia, incisão e conização ginecológica eletrodo café reto cabo quadrado - 10 mm x 10 mm x 120 mm - haste ø 1,8 mm	UNIT.	22
31	Eletrodo/ponta ginecológico para biópsia, incisão e conização ginecológica eletrodo café reto cabo quadrado - 15 mm x 10 mm x 120 mm - haste ø 1,8 mm	UNIT.	22
32	Eletrodo/ponta ginecológico para biópsia, incisão e conização ginecológica eletrodo café cabo redondo reto - 10 mm x 10 mm x 120 mm - haste ø 1,8 mm	UNIT.	22
33	Eletrodo/ponta ginecológico para biópsia, incisão e conização ginecológica eletrodo café cabo redondo reto - 20 mm x 10 mm x 120 mm - haste ø 1,8 mm	UNIT.	22
34	Eletrodo/ponta ginecológico para biópsia, incisão e conização ginecológica eletrodo de corte universal. Profundidade ajustável. 50 mm - haste ø 1,8 mm	UNIT.	22

35	Histerômetro levemente curvo, com segmento centimetrado de 15 cm, com graduação de 4 a 15 cm, resolução de 1 cm. Possui anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo da haste cilíndrica. Matéria prima: poliestireno, na cor branca. Comprimento total: 25 cm. Pacote com 60 unidades	PCTE.	70
36	ESTOJO EM INOX PERFURADO PARA AUTOCLAVE TAM 20 X 10 X 5 CM. Caixa Perfurada para guardar instrumentais cirúrgicos e para esterilização de instrumentais médicos, odontológicos confeccionada em inox.	UNIT.	20
37	PULSEIRA HOSPITALAR ADULTO Prova d'água, confortável, macia e resistente, feita de vinil trilaminado com material de alta qualidade seu lacre composto de um botão de plástico inviolável que se quebra ao ser aberto, impossibilitando a reutilização que apresente campo disponível para inserir informações manualmente como nome, sexo, data, horário, número, disponível na cor branca	UNIT.	11000
38	Tala de papelão para resgate 50x20 cm kit com 10 unidades	PCTE.	160
39	Tala de papelão para resgate 70x20 cm kit com 10 unidades	PCTE.	160
40	Trena antropométrica: composição: caixa (plástico abs) e fita (fibra de vidro, maleável e inelástica), resolução: milímetros, escala em ambos os lados, retração automática, dimensões aproximadas: comprimento de 2 metros e largura da 1,35cm registro na ANVISA	UNIT.	146
41	Vestuário proteção, material 100% polietileno (tipo tyvek), tamanho grande, componentes macacão descartável com capuz, zíper frontal, tipo uso proteção individual, características adicionais elástico nos punhos, tornozelos, capuz, costura dupla, cor branca	UNIT.	10
42	Proveta em poliproleno autoclavável, graduada, com volume de 1000 ml. Graduada em alta precisão, com marcação de 1ml e com base hexagonal	UNIT.	16
43	Foco Cirúrgico Ambulatorial de pedestal. Fabricado conforme as regulamentações brasileiras e as normas de segurança, com registro INMETRO e ANVISA. O equipamento deve ter o cabeçote composto em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática. Pedestal Tubular em Inox em pintura eletrostática, com ajuste de altura e trava para limitação de altura. Base em aço carbono e pintura eletrostática, com quatro rodízios, com opção de trava, proporcionando estabilidade e locomoção do equipamento. Altura variável do holofote ao chão entre 1,20 a 1,80 m. Braço giratório de no mínimo 50 cm, permitindo giro/mobilidade, tanto vertical quanto horizontal para direcionar a luminosidade. Cúpula de no mínimo 20 cm. Sistema de iluminação com LED's, com no mínimo 12 lâmpadas led. Controle de luminosidade. Intensidade Luminosa de no mínimo 16.000 lux, Potência mínima de 36 Watts. Bucha para aterramento elétrico Tensão de rede bivolt.	UNIT.	1
44	Tira reativa para determinação quantitativa de glicemia, COMPATÍVEL COM O MODELO: G-TECH FREE	CX.	8112
45	Tira reativa para determinação quantitativa de glicemia, COMPATÍVEL COM O MODELO: G-TECH LITE	CX.	100

B. Paim