

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00218/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Dermatoscópio			
Descrição Detalhada: Dermatoscópio Tipo: Digital , Acessórios: Microcâmera Alta Resolução, Microfluorescente , Componentes: Monitor, Ampliação Imagem Em Até 50 Vezes , Tensão: 220			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (1)	

2 - Foco			
Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto , Cúpula: 2 Cúpulas , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux , Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (1)	

3 - Bisturi Elétrico			
Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Modo De Operação: Bipolar E Micro , Outros Componentes: Memória			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (1)	

4 - Mesa Cirúrgica			
Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/Suporte E Gaveta P/Rx . Tipo Movimento Elevação: Trendelemburg,Reverso,Lateral Esquerdo E Direito , Perneira: Com Perneira , Ombreira: Com Ombreira , Suporte Lateral: Com Suporte Lateral , Comando Movimento: Elétrico/Pneumático , Características Adicionais: Arco De Narcose, Porta-Coxas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (1)	