

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ENDOPRÓTESE LUMINAL

Descrição Detalhada: ENDOPROTESE LUMINAL, TIPO: STENT, TIPO USO: URETERAL, FORMATO: DUPLO J (PIGTAIL), MATERIAL ESTRUTURA: POLIURETANO, SISTEMA DE IMPLANTE: C, SISTEMA INTRODUTOR, DIMENSOES: CERCA DE 4 FR X 20 A 30 CM, COMPONENTE JJ: C, MARCAS RADIOPACAS, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G1

2 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: FIO GUIA, APLICACAO: NAO VASCULAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFILICO, DIAMETRO: 0,032", COMPRIMENTO: CERCA DE 150 CM, TIPO PONTA: PONTA EM "J", CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G1

3 - ENDOPRÓTESE LUMINAL

Descrição Detalhada: ENDOPROTESE LUMINAL, TIPO: STENT, TIPO USO: URETERAL, FORMATO: DUPLO J (PIGTAIL), MATERIAL ESTRUTURA: POLIURETANO, SISTEMA DE IMPLANTE: C, SISTEMA INTRODUTOR, DIMENSOES: CERCA DE 5 FR X 20 A 30 CM, COMPONENTE II: C, MARCAS RADIOPACAS, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G2

4 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: FIO GUIA, APLICACAO: NAO VASCULAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFILICO, DIAMETRO: 0,032", COMPRIMENTO: CERCA DE 150 CM, TIPO PONTA: PONTA EM "J", CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G2

5 - ENDOPRÓTESE LUMINAL

Descrição Detalhada: ENDOPROTESE LUMINAL, TIPO: STENT, TIPO USO: URETERAL, FORMATO: DUPLO J (PIGTAIL), ESTRUTURA: METALICA RECOBERTA, SISTEMA DE IMPLANTE: C, SISTEMA INTRODUTOR, DIMENSOES: CERCA DE 6 FR X 20 A 30 CM, COMPONENTE II: C, MARCAS RADIOPACAS, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 287,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G3

6 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: FIO GUIA, APLICACAO: NAO VASCULAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFILICO, DIAMETRO: 0,032", COMPRIMENTO: CERCA DE 150 CM, TIPO PONTA: PONTA EM "J", CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G3

7 - SISTEMA EXTRATOR

Descrição Detalhada: SISTEMA EXTRATOR, MATERIAL: NITINOL, TIPO: DORMIA C, CESTA C, 3 FIOS, CALIBRE: CERCA DE 3 FRENCH, COMPRIMENTO: CERCA DE 90 CM, APLICACAO: P, CALCULO RENAL OU URETERAL, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 305,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

8 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: FIBRA LASER 365 MICRA, TIPO 2: USO EM PROCEDIMENTO UROLOGICO, APLICACAO 1: COMPATIVEL C, EQUIPAMENTO SMART PLUS 2100, COMPONENTES 2: C, CONECTOR PADRAO, NAO REFRIGERADA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.649,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

9 - SERINGA

Descrição Detalhada: SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 60 ML, TIPO BICO: BICO TIPO CATETER, SEM AGULHA, TIPO VEDACAO: EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO: EMBALAGEM INDIVIDUAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

10 - SONDA TRATO URINÁRIO

Descrição Detalhada: SONDA URETRAL Nº 6, EM PVC FLEXIVEL, ATOXICA, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA. ESTERIL E DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

11 - SONDA TRATO URINÁRIO

Descrição Detalhada: SONDA URETRAL Nº 14, EM PVC FLEXIVEL, ATOXICA, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, ATRAUMATICA. ESTERIL E DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

12 - COLETOR DE URINA

Descrição Detalhada: BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE DE 2000 ML, BOLSA PLASTICA RESISTENTE, COM A PARTE ANTERIOR TRANSPARENTE E A PARTE POSTERIOR OPACA, COM LOCAL PARA IDENTIFICACAO DE PACIENTE, ATOXICO, COM ESCALA GRADUADA E NUMERADA, COM ALCA CONFECCIONADA EM PLASTICO RESISTENTE DO TIPO CABIDE PARA FIXACAO NO LEITO, LOCAL DE FIXACAO DA ALCA NA BOLSA COLETORA REFORCADO, COM VALVULAANTIREFLUXO, COM TUBO EXTENSOR DE DRENAGEM EM PVC DE NO MINIMO 120 CM, COM PINCA PARA CLAMPAGEM NA EXTENSAO DE PVC, COM CAMERA DE PASTEUR, PONTO DE PUNCAO PARA COLETA DE URINA COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR COMPROTETOR, EXTENSAO DE DRENAGEM INFERIOR COM PINCA PARA CLAMPAGEM, PROTETOR E LOCAL PARA ENCAIXE DO TUBO DE DRENAGEM, ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,66		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (100)		

13 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Detalhada: TUBO DE SILICONE ESTERIL, PARA MECANISMO DE INFUSAO DA BOMBA PERISTALTICA, ESPECIFICADA EM EDITAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PETALA ASSEPTICA, CONTENDO A IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FACIL VISUALIZACAO E REGISTRO NA ANVISA/MS. OBSERVACAO: COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO DA MARCA DYNAMED, PARA REALIZAR EXAMES DE URODINAMICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	720,81		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (70)		

14 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: PECA, COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, USO: DESCARTAVEL E ESTERIL, COMPONENTES 3: FIBRA LASER, CERCA 300 MICRA, COM CONECTOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.014,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (10)		

Grupo: G4

15 - INTRODUTOR URETERAL

Descrição Detalhada: BAINHA URETERAL, APLICACAO: ENDOSCOPICA, MATERIAL: PTFE, REVESTIMENTO: HIDROFILICO, DIAMETRO: CERCA DE 10 A 12 FR, COMPRIMENTO: CERCA DE 36 A 45 CM, COMPONENTE: DILATADOR COM CONECTOR, ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO, COMPATIVEL COM FIO GUIA DIAMETRO 0,038".

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	638,04		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (40)		

Grupo: G4

16 - SISTEMA EXTRATOR

Descrição Detalhada: SISTEMA EXTRATOR, MATERIAL: NITINOL, TIPO: DORMIA, CALIBRE: 1,7 FRENCH, COMPRIMENTO: 115 CM, APLICACAO: CALCULOS URETERAIS, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	593,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (40)		

Grupo: G4

17 - EVACUADOR DE ELLIK

Descrição Detalhada: EVACUADOR DE ELLIK, MATERIAL COLETADOR: COMPLETO, BULBO DE PLASTICO, MATERIAL PERA SUCCAO: PERA DE BORRACHA, MATERIAL CONECTOR: CONECTOR METALICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ADAPTADOR PARA CAMISA RESSECTOSCOPICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	210,86		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (100)		

Grupo: G5

18 - EVACUADOR DE ELLIK

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 17 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - EVACUADOR DE ELLIK, MATERIAL COLETADOR: COMPLETO, BULBO DE PLASTICO, MATERIAL PERA SUCCAO: PERA DE BORRACHA, MATERIAL CONECTOR: CONECTOR METALICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ADAPTADOR PARA CAMISA RESSECTOSCOPICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	210,86		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (10)		

Grupo: G5

19 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: ELETRODO BISTURI ELETRICO, APLICACAO: P, ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO: 24 CH, TIPO USO: BIPOLAR, TIPO: PONTA ALCA, MATERIAL PONTEIRA: FIO DE TUNGSTENIO E ACO INOXIDAVEL, HASTE: HASTE RETA, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	654,90		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (100)		

Grupo: G5

20 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 19 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% -ELETRODO BISTURI ELETRICO, APLICACAO: P, ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO: 24 CH, TIPO USO: BIPOLAR, TIPO: PONTA ALCA, MATERIAL PONTEIRA: FIO DE TUNGSTENIO E ACO INOXIDAVEL, HASTE: HASTE RETA, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 654,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

21 - EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO

Descrição Detalhada: EQUIPO ESPECIAL, APLICACAO: P, IRRIGACAO, NUMERO VIAS: DUAS VIAS, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MIN. 140 CM, TIPO PONTEIRA: PONTA PERFURANTE C, TAMPA CADA VIA, TIPO PINCA: CLAMP CENTRAL, CORTA FLUXO TODAS VIAS, TIPO CONECTOR: CONECTOR ESCALONADO P, SONDA, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

Grupo: G5

22 - EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 21 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - EQUIPO ESPECIAL, APLICACAO: P, IRRIGACAO, NUMERO VIAS: DUAS VIAS, MATERIAL: PVC CRISTAL, COMPRIMENTO: MIN. 140 CM, TIPO PONTEIRA: PONTA PERFURANTE C, TAMPA CADA VIA, TIPO PINCA: CLAMP CENTRAL, CORTA FLUXO TODAS VIAS, TIPO CONECTOR: CONECTOR ESCALONADO P, SONDA, ESTERILIDADE: ESTERIL, DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

23 - BALÃO DILATAÇÃO

Descrição Detalhada: BALAO DILATACAO, APLICACAO: URETERAL, MATERIAL: POLIMERO, DIMENSAO BALAO: 5 X 60 MM, COMPRIMENTO DO CATETER: CERCA DE 75 CM, ACESSOR463018.0IOS: PONTA AFILADA, ADICIONAIS: C, 2 MARCAS RADIO PACAS, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 855,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

Grupo: G6

24 - BALÃO DILATAÇÃO

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 23 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - BALAO DILATAÇAO, APLICACAO: URETERAL, MATERIAL: POLIMERO, DIMENSAO BALAO: 5 X 60 MM, COMPRIMENTO DO CATETER: CERCA DE 75 CM, ACESSOR463018.0IOS: PONTA AFILADA, ADICIONAIS: C, 2 MARCAS RADIOPACAS, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	855,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (10)		

Grupo: G6

25 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: FIO GUIA, APLICACAO: NAO VASCULAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFILICO, DIAMETRO: 0,032", COMPRIMENTO: CERCA DE 150 CM, TIPO PONTA: PONTA EM "J", CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	124,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (100)		

Grupo: G6

26 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 25 – COTA RESERVADA PARA ME/EPP EM 10% - FIO GUIA, APLICACAO: NAO VASCULAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFILICO, DIAMETRO: 0,032", COMPRIMENTO: CERCA DE 150 CM, TIPO PONTA: PONTA EM "J", CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	124,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (10)		

Grupo: G6

27 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: AGULHA DE BIOPSIA, APLICACAO: TECIDOS MOLES, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, CENTIMETRADA, DIMENSAO: 18 G X 25 CM, TIPO PONTA: PONTA ECOGENICA, COMPONENTE: GAVETA AMOSTRA 19 MM, COMPONENTE I: P, DISPARO AUTOMATICO, CARACTERISTICA ADICIONAL: GAVETA INVERTIDA P, PROSTATA, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERILIDADE: ESTERIL. COMPATIVEL COM PISTOLA MAGNUM DA BARD.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	111,91		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Recife/PE (80)		

Grupo: G7

28 - ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO

Descrição Detalhada: ACESSORIO PARA EQUIPAMENTO MEDICO, TIPO: GUIA DE AGULHA, APLICACAO: P, BIOPSIA DE PROSTATA. , TIPO USO: PROCEDIMENTO GUIADO POR USG, MATERIAL: POLIMERO, COMPATIVEL COM SONDA GE, MODELO E8C-RS, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (80)

Grupo: G7

29 - PROTETOR RADIOLÓGICO

Descrição Detalhada: PROTETOR PLUMBIFERO, TIPO: AVENTAL, TAMANHO: LONGO, USO: ADULTO, ADICIONAL: COM PROTETOR TIREOIDE, BLINDAGEM: EQUIVALENCIA DE 0,5MM PB.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 580,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G8

30 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: FIO GUIA, APLICACAO: NAO VASCULAR, MATERIAL: NITINOL, 1,00 REVESTIMENTO: HIDROFILICO, DIAMETRO: 0,032", COMPRIMENTO: CERCA DE 150 CM, TIPO PONTA: PONTA EM "J", CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO, ESTERILIDADE: ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G8

31 - BALÃO DILATAÇÃO

Descrição Detalhada: BALAO DILATACAO, APLICACAO: URETERAL, MATERIAL: PVC CRISTAL, DIMENSAO BALAO: 5 X463018.0 40 MM, DIAMETRO DO CATETER: CERCA DE 2,3 MM, COMPRIMENTO DO CATETER: CERCA DE 75 CM, ACESSORIOS: PONTA AFILADA, ADICIONAIS: C, MARCADOR RADIOPACO, COMPATIVEL: COMPATIVEL C, FIO GUIA 0,035", ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 977,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

32 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: PEÇA, COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, USO: DESCARTAVEL E ESTERIL, APLICACAO: USO EMEQUIPAMENTO HOLMIUN LASER, TIPO 2: FIBRA LASER, 600 A 900 MICRA, COM CONECTOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.483,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

33 - BALÃO DILATAÇÃO

Descrição Detalhada: CATETER URETERAL, APLICACAO: PARA PIELOGRAFIA, MATERIAL: PVC CRISTAL, DIMENSAO BALAO: 5 X 40 MM, DIAMETRO DO CATETER: CERCA DE 2,3 MM, COMPRIMENTO DO CATETER: CERCA DE 75 CM, ACESSORIOS: PONTA AFILADA, ADICIONAIS: C, MARCADOR RADIOPACO, COMPATIVEL: COMPATIVEL C, FIO GUIA 0,038", ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.054,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

34 - COLETOR DE URINA

Descrição Detalhada: COLETOR DE URINA, MATERIAL : PVC, TIPO : SISTEMA FECHADO, MODELO: DIURESE HORARIA 500ML, CAPACIDADE : CERCA DE 2000 ML, GRADUACAO: GRADUADA, VALVULA: VALVULA ANTIRREFLEXO, PINCA: CLAMP CORTA FLUXO, FILTRO: FILTRO HIDROFOBICO, BACTERIOLOGICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS : CAMARA PASTEUR FLEXIVEL, CONECTOR: CONECTOR UNIVERSAL, COMPONENTES: ALCA DE SUSTENTACAO, OUTROS COMPONENTES: MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTERILIDADE : ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM : EMBALAGEM INDIVIDUAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	600	Quantidade Mínima Cotada:	600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,73		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	1200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (600)

35 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: ELETRODO BIPOLAR COM UMA UNICA ALCA , ISOLADO POR UMA CAMADA DE PORCELANA, MEDINDO 0,5CM DE DIAMETRO , HASTE DE APROXIMADAMENTE 29CM E CABO CONECTOR A PEÇA DE MAO, ESPECIFICO PARA HISTEROSCOPIAS EM SOLUCAO SALINA, DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G9

36 - BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: ELETRODO PARA CORTE E COAGULACAO BIPOLAR PARA PROCEDIMENTOS MINIMAMENTE INVASIVO COMPATIVEL COM DISPOSITIVO DE 14.9FR (4.97MM) DE DIAMETRO,DISPENSA DILATAÇAO DO CANAL CERVICAL, COMPATIVEL COM PLATAFORMA DE ENERGIA BIPOLAR, DESCARTAVEL, ESTERIL, UTILIZACAO EM SOLUCAO SALINA. NECESSITA COMODATO DE MINI RESSECTOSCOPICO BIPOLAR MINIMAMENTE INVASIVO EM FORMATO DE PONTA ELIPTICA COM DIAMETRO MEDIO DE 4.5MM E OTICA 0 OU 12 GRAUS (2.9MM).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19.580,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G9

37 - INSTRUMENTO P/ CORTE E COAGULAÇÃO DE VASO / TECIDO

Descrição Detalhada: ELETRODO PARA CORTE E COAGULACAO BIPOLAR PARA PROCEDIMENTOS MINIMAMENTE INVASIVO COMPATIVEL COM DISPOSITIVO DE 16FR (5.33MM) DE DIAMETRO,DISPENSA DILATAÇAO DO CANAL CERVICAL, COMPATIVEL COM PLATAFORMA DE ENERGIA BIPOLAR, DESCARTAVEL, ESTERIL, UTILIZACAO EM SOLUCAO SALINA. NECESSITA COMODATO DE MINI RESSECTOSCOPICO BIPOLAR MINIMAMENTE INVASIVO EM FORMATO DE PONTA REDONDA COM DIAMETRO MEDIO DE 5MM E OTICA 0 GRAUS (2.9MM).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.290,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G9

38 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: ELETRODO BIPOLAR COM UMA UNICA ALCA, CABO CONECTOR A PEÇA DE MAO, ESPECIFICO PARA HISTEROSCOPIAS EM SOLUCAO SALINA COMPATIVEL COM GERADOR VERSAPOINT, DESCARTAVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,13		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G9

39 - ELETRODO USO MÉDICO

Descrição Detalhada: CONJUNTO ELETRODO, COMPONENTES TIPO BOLA P/ CAUTERIZACAO E COAGULACAO, APLICACAO COMPATIVEL C/ AP. WAVETRONIC 5000 MASTER, TAMANHO Nº 3, CONFIGURACAO FILAMENTO TUNGSTENIO 3MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G9

40 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONJUNTO ELETRODO, COMPONENTES TIPO BOLA P/ CAUTERIZACAO E COAGULACAO, APLICACAO COMPATIVEL C/ AP.WAVETRONIC 5000 MASTER, TAMANHO Nº 4, CONFIGURACAO FILAMENTO TUNGSTENIO 5MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	771,35		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G9

41 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: ELETRODO BIPOLAR COM UMA UNICA ALCA, CABO CONECTOR A PECA DE MAO, ESPECIFICO PARA HISTEROSCOPIAS EM SOLUCAO SALINA, DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.244,51		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G9

42 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: ELETRODO BIPOLAR TIPO MOLA (TWIZZLE), CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA VAPORIZACAO, USO PARA HISTEROSCOPIA, DESCARTAVEL, ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	270,55		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G9

43 - EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO

Descrição Detalhada: EQUIPO ESPECIAL PARA HISTEROMAT APLICACAO PARA IRRIGACAO DESCARTAVEL STORZ OU SICOMPATIVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,38		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (80)

Grupo: G9

44 - SISTEMA P/ CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Descrição Detalhada: SISTEMA PARA RESSECCAO BIPOLAR PARA ABORDAGEM MINIMAMENTE INVASIVA PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL E CIRURCICO, DISPENSA DILATAÇÃO DO CANAL CERVICAL, BIPOLAR UTILIZACAO SALINA DE FLUXO CONTINUO, CONEXAO DE ENGATE RAPIDO, BLOCO DE ISOLAMENTO DE TEFLON, PONTA REDONDA COM DIAMETRO DE 16FR (5,33MM) OTICA 2.9MM, 0°.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.078,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

Grupo: G9

45 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: ELETRODO PARA BISTURI DE ALTA FREQUENCIA, TIPO ALCA, DE 1,8 MM X 120 MM DE COMPRIMENTO COM PROFUNDIDADE DE CORTE 15 X 10 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,18		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G10

46 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: ELETRODO PARA BISTURI DE ALTA FREQUENCIA, TIPO ALCA, DE 1,8 MM X 120 MM DE COMPRIMENTO COM PROFUNDIDADE DE CORTE 20 X 10 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,11		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G10

47 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: ELETRODO PARA BISTURI DE ALTA FREQUENCIA, TIPO ALCA, DE 1,8 MM X 120 MM DE COMPRIMENTO COM PROFUNDIDADE DE CORTE 10X 10MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	46,37		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G10

48 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: ELETRODO PARA BISTURI DE ALTA FREQUENCIA, TIPO ALCA, DE 1,8 MM X 120 MM DE COMPRIMENTO COM PROFUNDIDADE DE CORTE 5 MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	75,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G10

49 - SONDA TRATO URINÁRIO

Descrição Detalhada: INSTRUMENTO DE MANIPULACAO UTERINA COM COPO E BALAO DISTAL DE 10 CC E 15 CC.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,12		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G11

50 - BALÃO DILATAÇÃO

Descrição Detalhada: MANIPULADOR UTERINO, DUPLO LUMEN, POSSUI MARCACOES GRADUADAS DE 5-10CM, COM DIVISOES DE 1CM. BALAO INFLAVEL AO REDOR DA PONTA DISTAL. INDICADO PARA PROCEDIMENTOS LAPAROSCOPICOS MINIMAMENTE INVASIVOS. LIVRE DE LATEX, USO UNICO, ESTERIL, DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.180,65		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G11

51 - MANIPULADOR UTERINO

Descrição Detalhada: MANIPULADOR UTERINO COM BALAO VAGINAL, MANOPLA COM ENTRADA PARA INSUFLACAO DE CONTROLE DE PNEUMOPERITONEO, COM COPO CERVICAL, TRAVA DE FIXACAO, CATETER PARA CROMO TUBAGEM, TAMANHO 35X355MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.032,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G11

52 - TESOURA P/ VIDEOCIRURGIA

Descrição Detalhada: TESOURA, MATERIAL: DESCARTAVEL, DIAMETRO 5MM, COMPRIMENTO: 36 CM, TIPO PONTA: CURVA, ESTERILIDADE: ESTERIL, APLICACAO: P, CORTE E COAGULACAO SIMULTANEA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMPATIVEL C, BISTURI HARMONICO ULTRA CISION.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G11

53 - TROCARTE

Descrição Detalhada: CONJUNTO (I), TIPO: P, CIRURGIA LAPAROSCOPICA, COMPOSICAO: 2TROCATERES 10MM, 2 REDUTORES DE 10,5MM, COMPONENTES: 1 CLIPADOR,1 AGULHA VERESS,2 TROCATER 5MM, TIPO USO: DESCARTAVEL, ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.313,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G11

54 - CÂNULA ASPIRAÇÃO MANUAL INTRA-UTERINA

Descrição Detalhada: CONJUNTO ASPIRACAO INTRAUTERINO, COMPONENTES 9 CANULAS (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 12MM), APLICACAO MANUAL, TIPO 1 ASPIRADOR VALVULA DUPLA, OUTROS COMPONENTES FRASCO SILICONE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

55 - DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONAL

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU), FORMATO EM "T", TIPO FLEXIVEL, MATERIAL POLIETILENO, ESTRUTURA FIO COBRE ENROLADO HASTE, CONE COBRE NOS BRACOS "T" , CARACTERISTICAS ADICIONAIS2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G12

56 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Descrição Detalhada: HISTEROMETRO DESCARTAVEL ESTERIL LEVEMENTE CURVO COM SEGUIMENTO CENTIMETRADO E MATERIA PRIMA POLIESTIRENO NA COR BRANCA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G12

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	ENDOPROTESE LUMINAL	40	UNIDADE 0,00
2	FIO GUIA	40	UNIDADE 0,00

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	ENDOPROTESE LUMINAL	40	UNIDADE 0,00
4	FIO GUIA	40	UNIDADE 0,00

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	ENDOPROTESE LUMINAL	40	UNIDADE 0,00
6	FIO GUIA	40	UNIDADE 0,00

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	10	UNIDADE 0,00
15	INTRODUTOR URETERAL	40	UNIDADE 0,00
16	SISTEMA EXTRATOR	40	UNIDADE 0,00

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	EVACUADOR DE ELLIK	100	UNIDADE 0,00
18	EVACUADOR DE ELLIK	10	UNIDADE 0,00
19	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	100	UNIDADE 0,00
20	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	10	UNIDADE 0,00
21	EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO	100	UNIDADE 0,00
22	EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO	10	UNIDADE 0,00

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	BALAO DILATAÇÃO	100	UNIDADE 0,00
24	BALÃO DILATAÇÃO	10	UNIDADE 0,00
25	FIO GUIA	100	UNIDADE 0,00
26	FIO GUIA	10	UNIDADE 0,00

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	FIO GUIA	80	UNIDADE 0,00
28	ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO	80	UNIDADE 0,00

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	PROTETOR RADIOLOGICO	10	UNIDADE 0,00
30	FIO GUIA	10	UNIDADE 0,00

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	30	UNIDADE 0,00
36	BISTURI ELÉTRICO	30	UNIDADE 0,00
37	INSTRUMENTO P/ CORTE E COAGULAÇÃO DE VASO / TECIDO	30	UNIDADE 0,00
38	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	30	UNIDADE 0,00
39	ELETRODO USO MÉDICO	30	UNIDADE 0,00
40	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	30	UNIDADE 0,00
41	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	30	UNIDADE 0,00
42	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	30	UNIDADE 0,00
43	EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO	80	UNIDADE 0,00
44	SISTEMA P/ CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA	2	UNIDADE 0,00

Grupo 10 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
45	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	20	UNIDADE 0,00
46	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	20	UNIDADE 0,00
47	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	20	UNIDADE 0,00
48	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	20	UNIDADE 0,00

Grupo 11 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	SONDA TRATO URINARIO	10	UNIDADE 0,00
50	BALÃO DILATAÇÃO	10	UNIDADE 0,00
51	MANIPULADOR UTERINO	10	UNIDADE 0,00
52	TESOURA P/ VIDEOCIRURGIA	10	UNIDADE 0,00
53	TROCARTE	10	UNIDADE 0,00

Grupo 12 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
55	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NAO HORMONAL	40	UNIDADE 0,00
56	DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS	30	UNIDADE 0,00