

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ESPECTROFOTÔMETRO

Descrição Detalhada: ESPECTROFOTOMETRO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURRIER
COM SERVICO DE QUALIFICACOES QI,QO,QD, TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	378.962,70		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

2 - TITULADOR POTENCIÔMETRO

Descrição Detalhada: TITULADOR POTENCIOMETRO, FAIXA MEDICAO: 0,1 PH, RESOLUCAO: 0,001 PH, TEMPERATURA: - 0,1 GRA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TRES MODOS DE TITULACAO, KARL FISCHER, TITULACAO COM
SERVICO DE QUALIFICACOES QI,QO,QD, TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	170.828,42		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

3 - CRONÔMETRO

Descrição Detalhada: CRONOMETRO DIGITAL 1/100S
(ATE 30MIN) 1S (ACIMA DE 30MIN) TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 50°C UMIDADE DE OPERACAO: 10 A 90%UR
(SEM CONDENSACAO) ALIMENTACAO: 1.5V (1 PILHA LR44) FUNCOES ADICIONAIS: -CRONOMETRO PROGRESSIVO -
"SPLIT" (MEDICOES PARCIAIS DE TEMPO) -RELOGIO -ALARME DE HORA CHEIA -ALARME DIARIO AJUSTAVEL -
CALENDARIO COM DIAS DA SEMANA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

4 - BANHO ULTRASSÔNICO

Descrição Detalhada: BANHO ULTRASSONICO, AJUSTE:AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME:ATE 15 L, TEMPERATURA:ATE 100 °C, REQUENCIA :ATE 80 KHZ, TEMPORIZACAO:COM TEMPORIZADOR ATE 12 H, COMPONENTES:C/ SISTEMA SEGURANCA, ADICIONAL:MODO PULSO, DEGASEIFICACAO COM SERVICO DE QUALIFICACOES QI,QO,QD E TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.684,37		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

5 - MANTA AQUECEDORA

Descrição Detalhada: MANTA DE AQUECIMENTO 250ML ISOLACAO COM LA CERAMICA. RESISTENCIAS EM FIO DE KANTHAL, EMBUTIDA EM CADARCOS DE FIBRA DE VIDRO E ALOJADAS NO NINHO COM FORMATO CIRCULAR. TEMPERATURA NO NINHO 500°C (350 °C NA AMOSTRA) CONTROLADOR DE TEMPERATURA ELETRONICO COM REFERENCIA DE 1 A 10. LAMPADA PILOTO INDICANDO RESISTENCIA EM AQUECIMENTO. VOLUMES EM MILIMETROS: 250 ML POTENCIA 135 W CABO DE FORCA COM DUPLA ISOLACAO E PLUG DE TRES PINOS CONFORME ABNT NBR 14136. ALIMENTACAO 220 VOLTS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	668,25		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

6 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA

Descrição Detalhada: PENEIRAS GRANULOMETRICAS COM MESA AGITADORA PENEIRAS GRANULOMETRICAS EM ACO INOX, DIAMETROS: 3 MM; 5MM; E 8MM. MESA VIBRATORIA PARA GRANULOMETRIA PARA 6 PENEIRAS REDONDAS - MODELO SP – 1100 CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9.776,64		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

7 - FORNO MUFLA

Descrição Detalhada: FORNO MUFLA DIGITAL MICROPROCESSADO (TEMPERATURA MAXIMA DE 1200°C) VOLUME INTERNO DE 3 A 6 LITROS, 220 V, 60HZ QUALIFICACOES QI,QO,QD, TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.268,53		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

8 - AUTOCLAVE

Descrição Detalhada: AUTOCLAVE DIGITAL AUTOMATICA VERTICAL MICROPROCESSADA (100 A 143°C) MATERIAL:ACO INOX VOLUME ENTRE 75 E 100 LITROS
QUALIFICACOES QI,QO,QD, TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.501,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

9 - CENTRÍFUGA

Descrição Detalhada: CENTRIFUGA, TIPO:PARA TUBOS, AJUSTE:DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME:ATE 100 ML, CAPACIDADE:ATE 32 UNIDADES, ROTACAO:ATE 15.000 RPM, TEMPERATURA:CONTROLE TEMPERATURA ATE 40 °C, TEMPORIZACAO:TEMPORIZADO R ATE 99 MIN, ADICIONAL:SEGURANCA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO, COMPONENTES:C/ ADAPTADORES TUBOS 5, 10, 15, 50 ML
QUALIFICACOES QI,QO,QD, TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.315,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

10 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada: DATALOGGER DE TEMPERATURA E UMIDADE MULTIUSO E REUTILIZAVEL; REGISTRADOR DE TEMPERATURA NA FAIXA DE -30 A +70°C; RESOLUCAO DE TEMPERATURA DE 0,1°C; PRECISAO DE 0,5°C; DISPLAY LCD; CONEXAO UBS; MEMORIA PARA NO MINIMO 10.000 LEITURAS; ALARMES CONFIGURAVEIS; ALIMENTACAO POR BATERIA CR2032 E GRAU DE PROTECAO IP65; EXTRACAO DE RELATORIOS EM PDF E XLS (EXCEL) VIA SOFTWARE GRATUITO; SOFTWARE COMPATIVEL COM WINDOWS 7/8/10 E MAC OS; INTERVALO DE GRAVACAO AJUSTAVEL DE 10S A 24 HORAS AJUSTAVEL; SOFTWARE QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES DO 21 CFR PARTE 11; CERTIFICADO DE CALIBRACAO VIGENTE; GARANTIA DE 12 MESES E MANUAL DE UTILIZACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.683,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

11 - CROMATÓGRAFO

Descrição Detalhada: HPLC C/ DETECTOR UV/DAD COM
SERVICO DE QUALIFICACOES QI,QO,QD, TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 447.833,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

12 - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA

Descrição Detalhada: NOBREAK DE 10 KVA PARA CAMARAS DE ESTABILIDADE ENTRADAS PARA TOMADAS TRIPOLAR OU BORNES DE LIGACAO, TENSAO DE ENTRADA: 220V MONOFASICA, TENSAO DE SAIDA: 220V, QUADRO BYPASS OU BYPASS INCLUIDO, MATERIAL ELETRICO, SE NECESSARIO PARA INSTALACAO, PELO MENOS 10 MINUTOS OPERANDO COM A CARGA DE 100%.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.619,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

13 - BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: BALANCA ELETRONICA. CAPACIDADE PESAGEM: 60 KG. VOLTAGEM: BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, ADAPTADOR 12 VAC-220 V. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: DE BANCADA E DIVISOES DE 10 GRAMAS. TIPO: COLUNA ARTICULADA. NUMERO DIGITOS: 6. TIPO PAINEL: DISPLAY LCD, TECLADO MEMBRANA SELADA. SENSIBILIDADE: CLASSE DE EXATIDAO III. FREQUENCIA: 50/60 HZ MATERIAL: ACO CARBON COM SERVICO DE CALIBRACAO E TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALACAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.647,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

14 - BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: BALANCA ELETRONICA. CAPACIDADE PESAGEM: 500 G. VOLTAGEM: 110/220 V. TIPO: SEMI-ANALITICA COM SERVICO DE CALIBRACAO E TREINAMENTO NO LOCAL DE INSTALACAO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.144,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

15 - DATADOR

Descrição Detalhada: DATADOR TIPO IMPRESSAO: FIXA/AUTOMATICA/SINCRONIZA DA. ACIONAMENTO: ELETROIMA TENSAO: 110/220 V. USO: EMBALAGENS PLASTICAS/PAPEL/PAPELAO/LA MINADO TEMPO IMPRESSAO: 1.500 H. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: UMA OU MAIS OPCOES CORES/IMPRESSAO REGULAVEL COM INSTALACAO, TREINAMENTO, CALIBRACAO E QUALIFICACAO DE (IQ/OQ/PQ).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.982,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

16 - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA

Descrição Detalhada: APARELHO PURIFICADOR DE AGUA. TIPO: OSMOSE REVERSA/ELETRODEIONACAO OU DESTILACAO. PESO: 17,4 KG. VOLTAGEM: 110/220 V. LARGURA: 25.50 CM. ALTURA: 45,50 CM. PROFUNDIDADE: 35,50 CM. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: LAMPADA ULTRA VIOLETA (254 A 185 NM), FILTRO MICRO. VAZAO: 1,5 L/MIN. COM INSTALACAO, TREINAMENTO, CALIBRACAO E QUALIFICACAO DE (IQ/OQ/PQ).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8.614,66		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (1)		

17 - ANALISADOR QUÍMICO

Descrição Detalhada: ANALISADOR QUIMICO. TIPO: ANALISADOR DE UMIDADE. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ANALISE POR SECAGEM, MONITOR GRAFICO INFRAVERMELHO. ALIMENTACAO: 220V - 50/60 HZ. CAPACIDADE: 200 G. SENSIBILIDADE: 0,01 / 0,1. AJUSTE DE TEMPERATURA: 35 A 205°C POR 1°C. AJUSTE TEMPO: TIMER 0 A 180 MINUTOS COM INSTALACAO, TREINAMENTO, CALIBRACAO E QUALIFICACAO DE (IQ/OQ/PQ).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8.713,90		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (1)		