

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90130/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO

Descrição Detalhada: FIBRA OPTICA - USO MEDICO, APLICACAO: PONTA PLANA, TAMANHO: 800 MICRA DE DIAMETRO, COMPATIBILIDADE: COMPATIVEL C, INTRODUTOR P, CATETERKIT DE FIBRA OPTICA PARA TRANSMISSAO E APLICACAO DE RADIACAO NAO IONIZANTE EMITIDA POR DIODO EM CIRURGIAS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, COMPOSTO DE CONECTOR DESCARTAVEL PARA FIBRAS OPTICAS, FIBRA OPTICA DESCARTAVEL E RECOBERTA COM POLIMERO DE SEGURANCA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,5 METROS E ESPESSURA QUE PODE VARIAR DE 200NM A 800NM, DE ACORDO COM A CIRURGIA, COM COMPRIMENTOS DE ONDA DENTRO DO ESPECTRO ELETROMAGNETICO DE 450,808,980,1470 E 2825 NANOMETROS, CANULA ANGULADA ESPECIFICA PARA A CONDUCAO DE FIBRAS OPTICAS CONDUTORAS DE RADIACAO NAO IONIZANTE DE 400UM, MEDINDO DE 5 CM A 40 CM DE COMPRIMENTO, COM ANGULACOES DE 15 OU 30 GRAUS, TUBO ENDOTRAQUEAL DE BORRACHA BRANCA RESISTENTE A LASER , INTERVALO DE COMPRIMENTO DE ONDA – 488NM A 10,6 UM,TAMANHOS:5.5 MM E 6.5 MM, ESTERIL, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS. COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO COM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA SIMULTANEAS DE 980NM E 1470NM, CONJUNTO DESCARTAVEL. O EQUIPAMENTO GERADOR DO LASER DIODO DEVERA SER FORNECIDO, EM COMODATO, C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	8
Quantidade Total:	8	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (8)		

2 - SPLINT NASAL

Descrição Detalhada: SUPORTE, TIPO:NASAL TIPO SPLINT, COMPONENTE:COM TUBO PARA VIA AEREA, MATERIAL:SILICONE, TIPO USO: ESTERIL E DESCARTAVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	592
Quantidade Total:	592	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (592)		

3 - HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL

Descrição Detalhada: HEMOSTATICO ABSORVIVEL, APRESENTACAO:ESPONJA, PRINCIPIO ATIVO:COLAGENO MICROFIBRILAR, DIMENSOES:CERCA DE 5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE :DESCARTAVEL E ESTERIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	607
Quantidade Total:	607	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (607)		

4 - HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL

Descrição Detalhada: HEMOSTATICO ABSORVIVEL, APRESENTACAO: CONJUNTO COMPLETO, PRINCIPIO ATIVO: POLISSACARIDEO VEGETAL E CARBOXIMETILCELULOSE, COMPONENTES: COM SISTEMA APLICACAO, ESTERILIDADE : ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL UNIDADE: FRASCO 3,00 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310 **Quantidade Mínima Cotada:** 310

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (310)

5 - TAMPÃO USO MÉDICO

Descrição Detalhada: TAMPAO USO MEDICO, APLICACAO :NASAL, MATERIAL :ESPONJA POLIVINIL ACETATO - PVA, DIMENSOES :CERCA DE 1,5 X 2,0 X 8,0 CM, TIPO USO:ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282 **Quantidade Mínima Cotada:** 282

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (282)

6 - SPLINT NASAL

Descrição Detalhada: FIXADOR, TIPO:NASAL TIPO SPLINT, MATERIAL:POLIMERO TERMOLDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: EXTERNO, TAMANHO MEDIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (230)

7 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: LAMINA, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, FORMATO:SHAVER, DIAMETRO:3,5 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, SENTIDOS HORARIO E ANTI-HORARIO, ESTERILIDADE:ESTERIL E DESCARTAVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136 **Quantidade Mínima Cotada:** 136

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (136)

8 - CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: CONJUNTO PROCEDIMENTO MEDICO, APLICACAO: CANULAS ENDOSCOPIA ENDONASAL, COMPONENTES: CERCA DE 10 UN. DE DIFERENTES FORMATOS, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

9 - MATERIAL HOSPITALAR

Descrição Detalhada: MATERIAL HOSPITALAR, TIPO: SUGADOR NASAL, COMPONENTES: CANULA EM "Y", EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE : USO UNICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92 **Quantidade Mínima Cotada:** 92

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (92)

10 - INSTRUMENTAL P/ BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: PONTEIRA, TIPO: DE ASPIRACAO, COMPATIBILIDADE: C, CAUTERIZADOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FLEXIVEL, APLICACAO: C, PECA DE MAO, TAMANHO: CERCA DE 15 CM, ANGULO VISAO: 0°, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (192)

11 - SONDA USO OFTALMOLÓGICO

Descrição Detalhada: SONDA USO OFTALMOLOGICO, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL E SILICONE, TIPO:CRAWFORD, APLICACAO:LACRIMAL, TIPO USO:ESTERILIZAVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (11)

12 - PRÓTESE P/ CIRURGIA DE OUVIDO

Descrição Detalhada: PROTESE P/ CIRURGIA DE OUVIDO, TIPO:ESTAPEDECTOMIA, MODELO:PISTAO, MATERIAL:TEFLON, DIMENSOES:6 X 0,60 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13)

13 - PRÓTESE P/ CIRURGIA DE OUVIDO

Descrição Detalhada: PROTESE P/ CIRURGIA DE OUVIDO, TIPO:ESTAPEDECTOMIA, MATERIAL:TEFLON, DIMENSOES:6 X 0,40 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13)

14 - PRÓTESE P/ CIRURGIA DE OUVIDO

Descrição Detalhada: PROTESE P, CIRURGIA DE OUVIDO, TIPO: RECONSTRUCAO TOTAL DE CADEIA OSSICULAR DE OUVIDO, MATERIAL: TITANIO, DIMENSOES: 0,6 X 10 MM, ESTERILIDADE: ESTERIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13)

15 - PRÓTESE P/ CIRURGIA DE OUVIDO

Descrição Detalhada: PROTESE P, CIRURGIA DE OUVIDO, TIPO: RECONSTRUCAO PARCIAL DE CADEIA OSSICULAR DE OUVIDO, MATERIAL: TITANIO, DIMENSOES: 1,75 A 4,5 MM, ESTERILIDADE: ESTERIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13)

16 - PRÓTESE AUDITIVA

Descrição Detalhada: PROTESE AUDITIVA, TIPO: COMPONENTE IMPLANTAVEL EM TITANIO, MODELO: DE ANCORAGEM OSSEA, METODO: ESTIMULACAO POR CONDUCAO OSSEA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

17 - APARELHO MONITORAMENTO INTRA-OPERATÓRIO

Descrição Detalhada: APARELHO MONITORAMENTO INTRA-OPERATORIO, USO:NERVOS MOTORES DA FACE, COMPONENTES:SONDA ELETROESTIMULADORA MONOPOLAR ACO INOX, OUTROS COMPONENTES:CABO, CONECTOR PIN, ACESSORIOS:4 CATETER ELETRODO FACIAL AGULHA PAREADO CONECTOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:2 CATETER ELETRODO TERRA AGULHA PAREADO C/CONECTOR. O EQUIPAMENTO PARA MONITORIZACAO DEVERA SER FORNECIDO, EM COMODATO, COM TECNICO HABILITADO PARA OPERA-LO DURANTE O PROCEDIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 301

Quantidade Mínima Cotada: 301

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (301)

18 - TUBO VENTILAÇÃO OUVIDO

Descrição Detalhada: TUBO VENTILACAO OUVIDO, MATERIAL:POLITETRAFLUORETILENO - PTFE, TIPO:TIPO SHEPARD COM HASTE, TAMANHO:1MM X 2,4MM, TIPO USO:DESCARTAVEL, ESTERILIDADE:ESTERIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (98)

19 - TUBO VENTILAÇÃO OUVIDO

Descrição Detalhada: TUBO VENTILACAO OUVIDO, MATERIAL:SILICONE, TIPO:TIPO T, TAMANHO:1 X 9MM, TIPO USO:DESCARTAVEL, ESTERILIDADE:ESTERIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	69	Quantidade Mínima Cotada:	69
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (69)

20 - PINÇA P/ VIDEOCIRURGIA

Descrição Detalhada: KIT DESCARTAVEL COMPOSTO POR 4 PONTEIRAS DE ALTA QUALIDADE COMPATIVEIS COM MANOPLA DE KERRISON PARA CORTE DE 1, 2, 3 E 4MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 53MM, ABERTURA TOTAL DE 9MM, ABERTURA DA AREA DE CORTE DE 15MM E COM ENCAIXE RAPIDO. ESTERIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. A MANOPLA E AS PECAS NECESSARIAS PARA FUNCIONAMENTO DESSE KIT DEVERA SER FORNECIDO PELO FORNECEDOR, EM COMODATO, BEM COMO TECNICO HABILITADO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

21 - BROCA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: BROCAS ESFERICAS CORTANTES CURTA, MEDIA, LONGA E ANGULADA COM DIAMETRO DE 1-9MM, DESCARTAVEL, ESTERIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. O MOTOR E A CANETA PARA FUNCIONAMENTO DESSE KIT DEVERA SER FORNECIDO PELO FORNECEDOR, EM COMODATO, BEM COMO TECNICO HABILITADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (26)

22 - ELETRODO BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: DISSECTOR; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; COMPRIMENTO: CERCA DE 50 MM; TIPO: MICRO; DIAMETRO PONTA: CERCA DE 3 MM; ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

23 - PINÇA PARA BISTURI ELÉTRICO

Descrição Detalhada: HASTE RETA REVESTIDA COMPRIMENTO TOTAL: P/ CIRURGIA ENDONASAL TRANSESFENOIDAL TIPO PONTA: PONTA ANGULADA CARACTERISTICA ADICIONAL: C/ CABO; TIPO USO: ESTERIL, USO UNICO; DESCRICAO COMPLEMENTAR: PINCA BIPOLAR, TAMANHO DE ATÉ 15CM COM PONTA ATIVA DE 3,5MM, PONTA ANGULA OU RETA, COM SISTEMA DE ASPIRACAO DE FUMACA , MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, ACO 420 E REVESTIDO COM NYLON 10 E O CABO EM ABS INJETADO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

24 - PINÇA P/ VIDEOCIRURGIA

Descrição Detalhada: CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRURGICO, TIPO USO: P, ADENOAMIDALECTOMIA, OUTROS COMPONENTES. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COAGULADORSUGADOR C/ PONTA MICRO DISSECTORA, ELETRODO BIPOLAR COM IRRIGACAO,PINCA MARYLAND PARA CORTE E APREENSAO COM GIRO 360° DE 15 CM X5MM, ESTERIL, USO UNICO. O FORNECEDOR DEVERA DISPONIBILIZAR O MATERIAL CIRURGICO NECESSARIO PARA SEU FUNCIONAMENTO, EM COMODATO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0.00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

25 - APARELHO MONITORAMENTO INTRA-OPERATÓRIO

Descrição Detalhada: APARELHO DE MONITORAMENTO INTRA-OPERATORIO. USO NERVOS MOTORES, COMPONENTES: Sonda eletroestimuladora monopolar Aço Inox, outros componentes: Cabo, Conector Pin, Acessórios: 2 Cateter Eletrodo Recorrente Pareado com tubo Orotraqueal 8mm, Características Adicionais: 2 Cateter Eletrodo Agulha Pareado C/Pin Fixo, Rotativo. Comprimento do fio 2 m. Esteril e uso único.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

26 - INSTRUMENTO P/ CORTE E COAGULAÇÃO DE VASO / TECIDO

Descrição Detalhada: LAMINA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL, PARA CIRURGIAS CONVENCIONAIS COM TECNOLOGIA ELETROCIURGICA BIPOLAR PARA SELAGEM DE TECIDOS E VASOS DE ATÉ 7MM, SELAGEM MÁXIMA DE ATÉ 18MM, PRESSÃO DE RUPTURA SUPERIOR 360 MMHG, ACOPLADO A INSTRUMENTO PORTÁTIL DE SELAGEM BIPOLAR (TIPO TESOURA), 18CM COM CABO BIPOLAR INTEGRADO, COM ACIONAMENTO DE CORTE MANUAL E CABO DE 4 METROS DE COMPRIMENTO, COM FUNÇÃO "PLUG & PLAY" REVESTIDO EM SILICONE, COM PLUG PARA ENCAIXE NO EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA. O EQUIPAMENTO GERADOR DE ENERGIA SERÁ FORNECIDO, EM COMODATO, COM TÉCNICO HABILITADO PARA OPERÁ-LO DURANTE O PROCEDIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)