

ANEXO I
RELAÇÃO DE ITENS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UND. DE MEDIDA	REQ MÍN	REQ MAX
1	VIDRO BIOATIVO S53P4 GRANULADO SINTÉTICO, SERINGA TAMANHO 2,5 CC (CENTÍMETROS CÚBICOS), ABSORÇÃO LENTA, COMPOSTO DE: SIO2 53%; NA2O 23%, CAO 20% E P2O5 4%, PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES ÓSSEAS COM PRESENÇA DE OSTEOMIELITE CRÔNICA, BACTERIOSTÁTICO, ALOPLÁSTICO, OSTEOCONDUTOR E OSTEOESTIMULANTE.	459808	UN	1	20
2	VIDRO BIOATIVO S53P4 GRANULADO SINTÉTICO, SERINGA TAMANHO 5,0 CC (CENTÍMETROS CÚBICOS), ABSORÇÃO LENTA, COMPOSTO DE: SIO2 53%; NA2O 23%, CAO 20% E P2O5 4%, PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES ÓSSEAS COM PRESENÇA DE OSTEOMIELITE CRÔNICA, BACTERIOSTÁTICO, ALOPLÁSTICO, OSTEOCONDUTOR E OSTEOESTIMULANTE.	459808	UN	1	20
3	VIDRO BIOATIVO S53P4 GRANULADO SINTÉTICO, SERINGA TAMANHO 10,0 CC (CENTÍMETROS CÚBICOS), ABSORÇÃO LENTA, COMPOSTO DE: SIO2 53%; NA2O 23%, CAO 20% E P2O5 4%, PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES ÓSSEAS COM PRESENÇA DE OSTEOMIELITE CRÔNICA, BACTERIOSTÁTICO, ALOPLÁSTICO, OSTEOCONDUTOR E OSTEOESTIMULANTE.	459808	UN	1	45
4	VIDRO BIOATIVO S53P4 GRANULADO EM PASTA SINTÉTICA, SERINGA TAMANHO 2,5 CC (CENTÍMETROS CÚBICOS), ABSORÇÃO LENTA, COMPOSTO DE: SIO2 53%; NA2O 23%, CAO 20% E P2O5 4%, PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES ÓSSEAS COM PRESENÇA DE OSTEOMIELITE CRÔNICA, BACTERIOSTÁTICO, ALOPLÁSTICO, OSTEOCONDUTOR E OSTEOESTIMULANTE.	459808	UN	1	20
5	VIDRO BIOATIVO S53P4 GRANULADO EM PASTA SINTÉTICA, SERINGA TAMANHO 5,0 CC (CENTÍMETROS CÚBICOS), ABSORÇÃO LENTA, COMPOSTO DE: SIO2 53%; NA2O 23%, CAO 20% E P2O5 4%, PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES ÓSSEAS COM PRESENÇA DE OSTEOMIELITE CRÔNICA, BACTERIOSTÁTICO, ALOPLÁSTICO, OSTEOCONDUTOR E OSTEOESTIMULANTE.	459808	UN	1	20

6	VIDRO BIOATIVO S53P4 GRANULADO EM PASTA SINTÉTICA, SERINGA TAMANHO 10,0 CC (CENTÍMETROS CÚBICOS), ABSORÇÃO LENTA, COMPOSTO DE: SIO2 53%; NA2O 23%, CAO 20% E P2O5 4%, PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES ÓSSEAS COM PRESENÇA DE OSTEOMIELEITE CRÔNICA, BACTERIOSTÁTICO, ALOPLÁSTICO, OSTEOCONDUTOR E OSTEOESTIMULANTE.	459808	UN	1	45
7	CARTUCHO PRÉ CARREGADO COM 5,0 CC (CENTÍMETROS CÚBICOS) COM DISPENSADOR VIDRO BIOATIVO S53P4 GRANULADO EM PASTA SINTÉTICA, ABSORÇÃO LENTA, COMPOSTO DE: SIO2 53%; NA2O 23%, CAO 20% E P2O5 4%, PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES ÓSSEAS COM PRESENÇA DE OSTEOMIELEITE CRÔNICA, BACTERIOSTÁTICO, ALOPLÁSTICO, OSTEOCONDUTOR E OSTEOESTIMULANTE	459808	UN	1	20
8	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO EQUINO COM PROTEÇÃO ANTIBIÓTICA, TOTALMENTE ABSORVÍVEL, COM TAMANHO 2,5 X 2,5 CM, CONTENDO 2MG DE SULFATO DE GENTAMICINA A CADA 1CM2, BIOCOMPATÍVEL, MOLDÁVEL, INDICADO PARA FERIDAS LIMPAS OU CONTAMINADAS.	431233	UN	1	20
9	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO EQUINO COM PROTEÇÃO ANTIBIÓTICA, TOTALMENTE ABSORVÍVEL, COM TAMANHO 5,0 X 5,0 CM, CONTENDO 2MG DE SULFATO DE GENTAMICINA A CADA 1CM2, BIOCOMPATÍVEL, MOLDÁVEL, INDICADO PARA FERIDAS LIMPAS OU CONTAMINADAS.	431233	UN	1	20
10	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO EQUINO COM PROTEÇÃO ANTIBIÓTICA, TOTALMENTE ABSORVÍVEL, COM TAMANHO 10,0 X 10,0 CM, CONTENDO 2MG DE SULFATO DE GENTAMICINA A CADA 1CM2, BIOCOMPATÍVEL, MOLDÁVEL, INDICADO PARA FERIDAS LIMPAS OU CONTAMINADAS.	431233	UN	1	45
11	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO EQUINO COM PROTEÇÃO ANTIBIÓTICA, TOTALMENTE ABSORVÍVEL, COM TAMANHO 20,0 X 5,0 CM, CONTENDO 2MG DE SULFATO DE GENTAMICINA A CADA 1CM2, BIOCOMPATÍVEL, MOLDÁVEL, INDICADO PARA FERIDAS LIMPAS OU CONTAMINADAS.	431233	UN	1	20
12	PELÍCULA ANTIADERENTE DE COLÁGENO EQUINO BIOCOMPATÍVEL, MOLDÁVEL, PROTEÇÃO MECÂNICA E SEPARAÇÃO DAS CAMADAS, COM PROTEÇÃO ANTIBIÓTICA, TOTALMENTE ABSORVÍVEL, COM TAMANHO 2,5 X 2,5 CM, CONTENDO 4MG DE SULFATO DE GENTAMICINA A CADA 1CM2.	447813	UN	1	20

13	PELÍCULA ANTIADERENTE DE COLÁGENO EQUINO BIOCOMPATIVEL, MOLDÁVEL, PROTEÇÃO MECÂNICA E SEPARAÇÃO DAS CAMADAS, COM PROTEÇÃO ANTIBIÓTICA, TOTALMENTE ABSORVÍVEL, COM TAMANHO 2,5 X 5,0 CM, CONTENDO 4MG DE SULFATO DE GENTAMICINA A CADA 1CM2	447813	UN	1	20
14	PELÍCULA ANTIADERENTE DE COLÁGENO EQUINO BIOCOMPATIVEL, MOLDÁVEL, PROTEÇÃO MECÂNICA E SEPARAÇÃO DAS CAMADAS, COM PROTEÇÃO ANTIBIÓTICA, TOTALMENTE ABSORVÍVEL, COM TAMANHO 10,0 X 10,0 CM, CONTENDO 4MG DE SULFATO DE GENTAMICINA A CADA 1CM2	447813	UN	1	20
15	COBERTURA COMPOSTA DE MALHA POROSA DE ACETATO DE CELULOSE REVESTIDA DE SILICONE, NÃO ADERENTE AO LEITO DA FERIDA, LAMINADA EM SUAS DUAS FACES POR FILME PROTETORDE POLIETILENO. NÃO ABSORVENTE, ATOXICA,HIPOALERGENICA, MEDINDO 7,6CM X11CM	603324	UN	1	330
16	COBERTURA COMPOSTA DE MALHA POROSA DE ACETATO DE CELULOSE REVESTIDA DE SILICONE, NÃO ADERENTE AO LEITO DA FERIDA, LAMINADA EM SUAS DUAS FACES POR FILME PROTETORDE POLIETILENO. NÃO ABSORVENTE, ATOXICA,HIPOALERGENICA, MEDINDO 12,7CM X 15CM	603324	UN	1	330
17	COBERTURA COMPOSTA POR MALHA POROSA DE ACETATO DE CELULOSE QUE PERMITE A LIVRE PASSAGEM DO EXSUDATO,IMPREGNADA COM EMULSÃO A BASE DE PETROLATO, NÃO ADERENTE AO LEITO DA FERIDA, NÃO ABSORVENTE,ATOXICA, HIPOALERGENICA, MEDINDO 7,6CM X 20,3CM	603324	UN	1	330
18	COBERTURA COMPOSTA POR MALHA POROSA DE ACETATO DE CELULOSE QUE PERMITE A LIVRE PASSAGEM DO EXSUDATO,IMPREGNADA COM EMULSÃO A BASE DE PETROLATO, NÃO ADERENTE AO LEITO DA FERIDA, NÃO ABSORVENTE,ATOXICA, HIPOALERGENICA, MEDINDO 7,6CM X 40,6CM	603324	UN	1	330

19	MATERIAL BIOATIVO COMPOSTO POR DIÓXIDO DE SILÍCIO, ÓXIDO DE SÓDIO, ÓXIDO DE CÁLCIO, PENTÓXIDO DE FÓSFORO, PARA USO MÉDICO / ODONTOLÓGICO, IMPLANTÁVEL, QUE SERÁ ABSORVIDO E METABOLIZADO PELO ORGANISMO, FORMANDO UM NOVO TECIDO ÓSSEO, O MATERIAL DEVE SER SINTÉTICO, BIOATIVO, OSTEOINDUTOR, OSTEOCONDUTOR, COM EFEITO BACTERIOSTÁTICO, UTILIZADO COMO ENXERTO ALOPLÁSTICOS , PARA DEFECITOS ÓSSEOS , ALEM DE INIBIR O CRESCIMENTO DAS BACTERIAS, ACINETOBACTER BAUMANNI, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, PROTEUS MIRABILIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDISQUE PROMOVA MEIO ALCALINO NA REGIÃO ONDE FOI IMPLANTADO NA APRESENTAÇÃO DE 5G EM GRANULO	451807	UN	1	35
20	CONJUNTO DE MACHEADOR E INTRODUTOR PARA BLOQUEIO E CAPTAÇÃO DE SUBNADANTES PARA REGENERAÇÃO;ESTÉRIL USO ÚNICO	390226	UN	1	15
21	KIT DE FIBRA ÓPTICA RADIAL COM MARCAÇÃO RADIOPACA PARA TRANSMISSÃO E APLICAÇÃO DE RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE EMITIDA POR DIODO ONTENDO 01 LAMINA DE BISTURI ,SERINGA DE 5 ML , SISTEMA INTRODUTOR PERCUTÂNEO 6 FR X 11 CM COM FIO GUIA COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO DE COMPRIMENTO DE ONDA 980,1470 MM SIMULTANEAMENTE , EM CIRURGIAS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESCARTÁVEL E RECOBERTA COM POLÍMERO DE SEGURANÇA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS E ESPESSURAS DE 400MM, 600UM OU 800UML, CLASSIFICAÇÃO DE RISCO III CONFORME RDC 185	438264	UN	1	130

22	KIT DE FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO E APLICAÇÃO DE RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE EMITIDA POR DIODO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 1210NM, SIMULTÂNEOS OU SEPARADOS, EM CIRURGIAS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, QUE SE DESTINE A SER UTILIZADA EM CONJUNTO COM EQUIPAMENTOS COMPATÍVEL PARA TÉCNICAS DE LIPOASPIRAÇÃO A LASER OU LIPOASPIRAÇÃO ASSISTIDA A LASER, LIPOASPIRAÇÃO ASSISTIDA A LASER COM PRESERVAÇÃO DE ADIPÓCITOS PARA LIPOENXERTIA, LIPOESCULTURA (ASPIRAÇÃO E LIPOENXERTIA), LIPOENXERTIA, COLHEITA DE GORDURA COM PRESERVAÇÃO DE ADIPÓCITOS E PRESERVAÇÃO/FOTOESTIMULAÇÃO DE CÉLULAS TRONCO E COLHEITA DE CÉLULAS TRONCO DERIVADAS DE TECIDO ADIPOSEO (ADSC-ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS) PARA APLICAÇÕES EM MEDICINA REGENERATIVA. COMPOSTO DE CONECTOR DESCARTÁVEL SMA PARA FIBRAS ÓPTICAS, FIBRA ÓPTICA DESCARTÁVEL E RECOBERTA COM POLÍMERO DE SEGURANÇA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS E ESPESSURAS DE 400MM, 600UM OU 800UM E CÂNULA ESPECÍFICA PARA A CONDUÇÃO DE FIBRAS ÓPTICAS CONDUTORAS DE RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. PEÇA DE MÃO COM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO QUE PERMITA A ACOPLAGEM DE SERINGAS PARA RETIRADA DO STROMA ADIPOSEO; COLETOR DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 2 LITROS; ESTÉRIL POR RADIAÇÃO GAMA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, USO ÚNICO E PORTANTO DESCARTÁVEL, CLASSIFICAÇÃO DE RISCO III CONFORME RDC 185. E SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO EMISSOR DE RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE QUE DEVERÁ SER FORNECIDO EM COMODATO COM COMPRIMENTOS DE ONDA EMITIDOS EM INFRATERMELHO: 1210 NANÔMETROS.	455746	UN	1	130
23	MATRIZ DE REGENERAÇÃO DÉRMICA, PARA REFORÇO E REPARO DE TECIDOS CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO COLÁGENO TIPO I E III, ELASTINA, FIBRONECTINA, GLICOSAMINOGLICANAS E LAMININA, COMPOSTO POR 3 CAMADAS UNIDAS POR ESPAÇOS INTERSTICIAIS MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X 10 CM, ESTÉRIL, ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,0 MM, SUTURÁVEL, USO ÚNICO, DEVERÁ SER EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, O MATERIAL DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE	419271	UN	1	20

24	MATRIZ COMPOSTA, PRODUTO ESTÉRIL CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA DE COLÁGENO DE ORIGEM BOVINA TIPO 1, PURIFICADO, ESTABILIZADO, FORNECIDO COMO MATRIZ POROSA TRIDIMENSIONAL QUE PROMOVE A REGENERAÇÃO DÉRMICA E, UMA CAMADA DE SILICONE FORMADA DE ELASTÔMERO DE SILICONE DE GRAU MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE RASGO EM TORNO DOS GRAMPOS DE SUTURA CONVENCIONAL E O RISCO DE DESLOCAMENTO INICIAL, BEM COMO, O RISCO DE INFECÇÃO FAZENDO QUE ESTA CAMADA DE SILICONE AJA COMO UMA PSEUDO-EPIDERME TRASPARENTE QUE POSSIBILITE O MONITORAMENTO DE REGENERAÇÃO DÉRMICA E DA PRESENÇA DE POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES. APRESENTADA JÁ HIDRATADA EM UMA SOLUÇÃO SALINA FISIOLÓGICA E PRONTA PARA USO, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE REALIZAR MANIPULAÇÃO ADICIONAL ANTES DE IMPLANTAÇÃO DO PRODUTO. TAMANHO 20 X 30	419272	UN	1	30
25	KIT PARA RECONSTRUÇÃO DE TECIDO AUTOLOGO, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO DE BIOIMPRESSORA 4D, ESTÉRIL; DESCARTÁVEL.	335022	UN	1	20
26	CURATIVO ANTIMICROBIANO COM CARVAO ATIVADO E PRATA ABSORVENTE, COMPOSTO POR UMA COBERTURA DE NÃO TECIDO E FIBRAS DE CARVAO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA IÔNICA, NÃO RECORTÁVEL, INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS, CRITICAMENTE CONTAMINADAS COM ALTO GRAU DE EXSUDACAO	603317	UN	1	35
27	CURATIVO ANTIMICROBIANO HYDROBALANCE, COMPOSTO POR MICRO FIBRA DE CELULOSE BALANCEADA, AGUA E 0,3% DE POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB), NÃO ADERENTE DE FÁCIL ADAPTAÇÃO A QUALQUER FORMA OU PROFUNDIDADE DA FERIDA, ADEQUADO PARA PARTES DE DIFÍCIL ACESSO, INDICADO PARA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS INFECTADAS OU NÃO INFECTADAS, COM EXSUDACAO LEVE A MODERADA, TECIDOS DE GRANULACAO E FERIDAS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS, ESTERIL DE USO ÚNICO	603324	UN	1	35
28	CURATIVO POLIABSORVENTE, ESTERIL, NÃO OCLUSIVO, FORMADO POR NÚCLEO ACRÍLICO ENVOLTO EM POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIO E MATRIZ CICATRIZANTE TLC, SAIS DE PRATA, TAMANHO 15CM X 15CM	419271	UN	1	40

29	MATRIZ DE REGENERAÇÃO TECIDUAL EM GEL COMPOSTA POR MICRO GRANULOS DE COLAGENO BOVINO TIPO I ENTRELACADOS COM GLICOSAMINOGLICANOS , ESTERIL, DISPERSIVEL, FLUIDO EM CONTATO COM SOLUÇÃO SALINA, INDICADO PARA FERIDAS CIRURGICAS, ULCERADAS, TUNELIZADAS E TRAUMAS, PREENCHIMENTO DE LESOES DE ESPESSURA PARCIAL OU TOTAL E FERIDAS QUE DRENAM. PERMITE UMA COBERTURA COMPLETA EM FERIDAS PROFUNDAS DE MANEIRA MINIMAMENTE INVASIVA, KIT COM 01 SERINGA DE 3CC COM 0,25MG DE MATRIZ GRANULAR, 01 SERINGA PARA MISTURA E 01 INJETOR FLEXIVEL	461713	UN	1	10
30	SISTEMA DE LIMPEZA ANTIMICROBIANA DE AÇÃO MECÂNICA COM IRRIGAÇÃO E/OU DESBRINDAMENTO DE FERIDAS CIRURGICAS E NÃO CIRURGICAS. DISPOSITIVO DE IRRIGAÇÃO PRESSURIZADA, CAUSADA POR PRESSÃO MANUAL ENTRE 281-1054 CMH2O (4 A 15 PSI) PARA LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS E DEBRIDAMENTO DE FERIDA COM EFICIENCIA TOTAL, SEM DANIFICAR OS TECIDOS SAUDÁVEIS, ATUANDO NA REDUÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS, BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS, FUNGOS, VÍRUS ENVELOPADOS E NÃO ENVELOPADOS. COMPOSIÇÃO DE 0.05%CHG E 99.95% USP. CONTEÚDO: 01 FRASCO DE POLIPROPILENO, COM SOLUÇÃO CHG + USP DE 450 ML E 01 APLICADOR DE POLICARBONATO DE PONTA ALONGADA COM QUATRO JATOS QUE PERMITEDE A LIMPEZA PROFUNDA. EMBALAGEM ESTÉRIL DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL.	297061	UN	1	30
31	DISPOSITIVO MÉDICO QUE AUXILIA NO TRATAMENTO E NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS. COM AÇÃO MECÂNICA ATRAVÉS DO ROMPIMENTO E REMOÇÃO DAS CAMADAS DE TECIDOS MOLES SUBDÉRMICOS CONTAMINADOS E/OU INFECTADOS, TECIDOS MOLES SUBDÉRMICOS SÉPTICOS. CONSISTE EM UM SISTEMA DE REMOÇÃO MECÂNICA, COM MECANISMOS DE AÇÃO (MACROABRASÃO, MICROABRASÃO E ULTRASSOM) COMBINADO A UM DISPOSITIVO PORTÁTIL DE SOFTWARE ELETRÔNICO ONDAS ULTRASSÔNICAS DE 54KHZ ± 2 KHZ, APLICADO NA SUPERFÍCIE DA FERIDA. CONTÉM: 01 CABEÇA DE LIMPEZA COM CERDAS NA EXTREMIDADE LATERAL, ESTÉRIL, EMBALADA COMO SUP DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL.	460244	UN	1	30
32	MATRIZ REGENERAÇÃO DERMICA, CAMADA DE ESPONJA DE COLÁGENO: ATELOCOLÁGENO DERIVADO DO TENDÃO SUÍNO FILME DE SILICONE: SILICONE , MALHA REFORÇADA: GAZE DE SILICONE NÃO-ADESIVO FENESTRADO, COM ESPESSURA DE 3MM, FORMATO FOLHA, DIMENSÕES 4X6CM / 8,2X6CM / 8,2X9CM / 8,2X 12CM / 12X24CM / 20X24CM., CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESTERIL, USO UNICO	419272	UN	1	20

GRUPO 1					
33	ESPONJA HIDROFÓBICA DE MATERIAL POLIURETANO, KIT CURATIVO CONTENDO: 2 PELÍCULAS ADESIVA E TUBO PVC CRISTAL COM CONECTOR, ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 18 X 12, 5 X 3CM. (OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO CURATIVO DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA GANHADORA).	484297	UN	1	100
34	ESPONJA HIDROFÓBICA DE MATERIAL POLIURETANO, KIT CURATIVO CONTENDO: 2 PELÍCULAS ADESIVA E TUBO PVC CRISTAL COM CONECTOR, ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE, COM APROXIMADAMENTE 26 X 15 X 3.2CM (OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO CURATIVO DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA GANHADORA)	484299	UN	1	100
35	ESPONJA HIDROFÓBICA DE MATERIAL POLIURETANO COM PRATA, KIT CURATIVO CONTENDO: 2 PELÍCULAS ADESIVA E TUBO PVC CRISTAL COM CONECTOR, ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE, COM APROXIMADAMENTE 26 X 15 X 3.2CM. (OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO CURATIVO DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA GANHADORA)	484300	UN	1	100
36	ESPONJA HIDROFÓBICA DE MATERIAL POLIURETANO COM PRATA, KIT CURATIVO CONTENDO: 2 PELÍCULAS ADESIVA E TUBO PVC CRISTAL COM CONECTOR, ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, COM APROXIMADAMENTE 18 X 12, 5 X 3.2CM. (OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO CURATIVO DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA GANHADORA).	484300	UN	1	100
37	RESERVATÓRIO DE MATERIAL ACRÍLICO, COM CAPACIDADE DE 1000 ML, CONTEÚDO COM GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO PVC CRISTAL COM 100 CM, ESTÉRIL, PARA USO DE ESPONJA HIDRÓFOBA. (OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO CURATIVO DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA GANHADORA).	484316	UN	1	100
38	CONECTOR "Y", MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PARA CONEXÃO E USO EM ESPONJAS HIDRÓFOBAS, ESTÉRIL. (OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO CURATIVO DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA GANHADORA).	484322	UN	1	120

39	02 ESPONJAS EM POLIURETANO GRANDE, EM FORMATO CARACOL PRÉ-CORTADO, 25 CM X 15 CM X 1.65 CM ESTÉRIL, COM POROS DE 400-600 MICRONS PARA TRATAMENTO PRESSÃO NEGATIVA COM INSTILAÇÃO DE SOLUÇÃO TÓPICA, COM 05 PELÍCULAS ADESIVAS SEMIOCLUSIVA DE 26CMX21CM. (OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO CURATIVO DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA GANHADORA)	484297	UN	1	160
40	KIT CURATIVO CONTENDO: 2 ESPONJAS DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 17 X 14.5 X 1.65CM, EM FORMATO CARACOL PRÉ-CORTADO , COM POROS DE 400-600 MICRONS PARA TRATAMENTO PRESSÃO NEGATIVA COM INSTILAÇÃO DE SOLUÇÃO TÓPICA, TAMANHO MÉDIO. (OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO CURATIVO DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA GANHADORA).	484260	UN	1	320
41	SUPORTE PARA SOLUÇÃO LÍQUIDA EM PVC DESCARTÁVEL QUE CONECTA A UNIDADE DE TERAPIA À BOLSA/FRASCO DE SOLUÇÃO TÓPICA E À TUBULAÇÃO DO CURATIVO. PROPORCIONA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO CONVENIENTES DA SOLUÇÃO DURANTE A UTILIZAÇÃO DA TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA ASSOCIADA À INSTILAÇÃO NO TRATAMENTO DE FERIDAS. (OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO CURATIVO DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA GANHADORA).	484287	UN	1	120
42	ESPUMA DE POLIURETANO, COM MALHA EM TECIDO NÃO ADERENTE ADICIONADA DE PRATA METÁLICO EM SUA SUPERFÍCIE DE CONTATO COM A PELE COM HIDROCOLOIDE JÁ APLICADO EM SUAS LATERAIS, TAMANHO APROXIMADO DE 90 CM X 9,8 CM X 1,8 CM, ESTÉRIL, HIDROFÓBICA, COM COLETOR ESPECÍFICO PARA CONEXÃO COM UNIDADE DE PRESSÃO NEGATIVA INCLUINDO INDICADOR DE PRESSÃO, FITAS ADESIVAS, TIRAS DE HIDROCOLOIDE DE 24CM, FILMES PARA VEDAÇÃO DO SISTEMA, E CONECTOR ADICIONAL PARA UNIDADE DE TERAPIA. INDICADO PARA LINHAS DE SUTURA DE COMPRIMENTO MAIORES QUE 20 CM E DE ATÉ 85CM DE COMPRIMENTO. UNIDADE DE TERAPIA COM PRESSÃO NEGATIVA PRÉ-SELECIONADA, TPN CONTÍNUA À - 125MMHG, CONECTOR ADICIONAL PARA UNIDADE DE TERAPIA. (OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO CURATIVO DEVERÁ SER FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA GANHADORA).	484997	UN	1	120

GRUPO 2					
43	TUBOS SEM GEL SEPARADOR FABRICADOS COM TECNOLOGIA DE MICROPOLIMENTO CONTENDO ANTICOAGULANTE PARA COLETA DE SANGUE, SEPARAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES, INDICADO PARA OBTENÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP), INDICADO PARA SER USADO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E CIRÚRGICOS NO ÂMBITO DA MEDICINA. CAIXA CONTÉM: 02 TUBOS ESTÉREIS E DE USO ÚNICO	455864	UN	1	80
44	SERINGA DE 10 ML PARA COLETA DE SANGUE, COM ÊMBOLO REMOVÍVEL PARA PROCESSAMENTO EM CENTRÍFUGA COM A FINALIDADE DE SEPARAÇÃO DOS HEMODERIVADOS. COMPATÍVEL COM QUALQUER CENTRÍFUGA COM CAÇAPAS DE ATÉ 15 ML.CAIXA CONTÉM: 1 SERINGA DE 10ML, 1 TAMPA OCLUSORA LUER-CAP E 1 ADAPTADOR LUER-LOCK	439728	UN	1	80
GRUPO 3					
45	COLA CIRÚRGICA SINTÉTICA, ESTÉRIL, PRONTA PARA USO, COMPOSTA POR N-2-BUTIL-CIANOACRILATO E METACRILOSISSOLFOLANO, COM ALTAS PROPRIEDADES ADESIVA, HEMOSTÁTICA E SELANTE, REAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO RÁPIDA (DE 60 A 90 SEGUNDOS) E COM BAIXA TEMPERATURA (ATÉ 45 °C). BIOCOMPATÍVEL, DEVENDO SER UTILIZADA EM MEIO ÚMIDO OU COM SANGRAMENTO. CERTIFICAÇÃO CE MARK PARA USO EM CIRURGIAS ABERTAS, PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E NEURORADIOLOGIA INTERVENCIONISTA (EMBOLOGIAÇÃO DE MAL-FORMAÇÕES ARTERIOVENOSAS E FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS). ELIMINAÇÃO ATRAVÉS DE HIDROLIZAÇÃO QUE TEM INÍCIO EM 4 SEMANAS E TÉRMINO EM ATÉ 6 MESES, EXCETO EM EMBOLIZAÇÕES. AMPOLA COM 1,0ML.	437888	UN	1	150
46	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INCISÃO ADESIVA DE 2-OCTYL CYANOACRYLATE DE 1,75GR CONTENDO 2 EMPLASTROS DE MALHA 60CM DE POLIÉSTER RÍGIDA ELÁSTICA COM 03 TUBOS DE ADESIVO LIQUIDO CRIANDO UMA BARREIRA À PENETRAÇÃO MICROBIANA DE USO ÚNICO	437887	UN	1	100
47	DISPOSITIVO SPRAY COMPOSTO DE BAINHA E CATETER OCO EM POLIPROPILENO, ERACLENE E POLIESTER, COM TERMINAL LUER PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA COLA CIRURGICA GLUBRAN 2 LAPAROSCOPICA.,DESCARTÁVEL,USO ÚNICO.	419095	UN	1	150

ITENS AVULSOS					
48	COMPOSTO BIFÁSICO DE HIALURONATO DE SÓDIO COM UMA CONCENTRAÇÃO 1,5% SENDO 30MG/2ML DO PRODUTO COM MÉDIO PESO MOLECULAR E ALTO PESO MOLECULAR. O COMPOSTO DEVE APRESENTAR O PESO MOLECULAR MAIS ELEVADO SUPERIOR A 5 MEGA DALTONS, SER TOTALMENTE SINTÉTICO E LIVRE PORTANTO DE VESTÍGIOS DE ORIGEM ANIMAL COM VISCOSIDADE SUPERIOR A 60 PASCAL E ELASTICIDADE SUPERIOR A 90 PASCAL QUANDO AMBAS FOREM MEDIDAS EM 2,5 HZ; QUANDO HOVER CROSS LINK (RETICULAÇÃO) NAS MOLÉCULAS DO COMPOSTO QUE SEJA FEITA POR EPÓXIDOS. EMBALAGEM COM UMA SERINGA DE 2ML.	274467	UN	1	100
49	COMPOSTO TRIFÁSICO DE HIALURONATO DE SÓDIO COM UMA CONCENTRAÇÃO 1,5% SENDO 30MG/2ML DESTES COMPOSTOS, COM BAIXO PESO MOLECULAR, MÉDIO PESO MOLECULAR E ALTO PESO MOLECULAR O COMPOSTO DEVE APRESENTAR O PESO MOLECULAR MAIS ELEVADO SUPERIOR A 5 MEGA DALTONS, SER TOTALMENTE SINTÉTICO E LIVRE PORTANTO DE VESTÍGIOS DE ORIGEM ANIMAL COM VISCOSIDADE SUPERIOR A 95 PASCAL E ELASTICIDADE SUPERIOR A 135 PASCAL QUANDO AMBAS FOREM MEDIDAS EM 2,5 HZ; QUANDO HOVER CROSS LINK (RETICULAÇÃO) NAS MOLÉCULAS DO COMPOSTO QUE SEJA FEITA POR EPÓXIDOS. EMBALAGENS COM UMA SERINGA DE 2ML	613147	UN	1	100
50	COMPOSTO DE HIALURONATO DE SÓDIO COM CONCENTRAÇÃO 2,1% SENDO 21 MG/ML, PESO MOLECULAR ENTRE 1.3 À 1.8 MEGA DALTONS, SINTÉTICO E LIVRE DE VESTÍGIOS DE ORIGEM ANIMAL, VISCOSIDADE DINÂMICA SUPERIOR A 88,9 PASCAL; CROSS LINK NAS MOLÉCULAS DO COMPOSTO QUE SEJA DE EPÓXIDOS, DOSE ÚNICA 01 SERINGA DE 2ML	455732	UN	1	100
51	ENXERTO DE CERÂMICA E POLÍMERO, BIOFUNCIONAL BIFÁSICO, COMPOSTO POR B-TCP 30% E PLGA 70%, SUBSTITUTO ÓSSEO E OU ENXERTIA, PREENCHIMENTO DE FALHA ÓSSEA, OSTEOINDUTOR, OSTEOCONDUTOR. O PRODUTO DEVE MOLDÁVEL EM ALTA TEMPERATURA, OFERECE SUPORTE PARA FIXAÇÃO SIMULTÂNEA DE PLACAS E PARAFUSOS, NO TAMANHO 30X30X14X13MM, EM CUNHA TIBIAL, ESTERIL.	455859	UN	1	40

52	ENXERTO DE CERÂMICA E POLÍMERO, BIOFUNCIONAL ESPUMADO, COMPOSTO POR B-TCP 30% E PLGA 70%, SUBSTITUTO ÓSSEO E OU ENXERTIA, PREENCHIMENTO DE FALHA ÓSSEA, OSTEOINDUTOR, OSTEOCONDUTOR.O PRODUTO DEVE MOLDÁVEL EM ALTA TEMPERATURA, OFERECE SUPORTE PARA FIXAÇÃO SIMULTÂNEA DE PLACAS E PARAFUSOS, NO TAMANHO15X80X7MM EM BARRA, ESTERIL.	455872	UN	1	30
53	COBERTURA PRIMARIA COMPOSTA DE TECIDO DE CARVAO ATIVADO IMPREGNADA COM IONS DE PRATA, ENVOLTO POR UMA CAMADA DE NYLON DE BAIXA ANTIADERENCIA, FLEXIVEL, SELADA EM TODA SUA EXTENSÃO, ATOXICA,HIPOALERGENICA, MEDINDO 10,5CM X 10,5CM	485050	UN	1	100
54	COBERTURA NÃO ADERENTE COMPOSTA DE 90% DE COLAGENO E 10% DE ALGINATO DE CALCIO, MEDINDO 10,2CM X 11,1CM.	484857	UN	1	100
55	MEMBRANA REGENERADORA DE CELULOSE CRISTALINA, POROSA, ESTERIL, CONSTITUIDA DE MICROFIBRILAS ENTRELACADAS ENTRE SI, BIOCOMPATIVEL, POROS MEDIOS DE 1 A 2 mm INDICADO PARA REGENERACAO TECIDUAL, PERMITINDO UMA DRENAGEM DE BAIXA EXSUDACAO E/OU MODERADA, PERMTINDO O TRATAMENTO EFICAZ PARA LESOES COM PERDA DE EPITELIO E CICATRIZACOES, USO UNICO, TAMANHO CIRCULAR DE 8CM	434826	UN	1	30
56	BIOMATERIAL DE BIOPOLÍMERO PROTONADO, NÃO ABSORVÍVEL, MULTIFUNCIONAL, 100% QUITOSANA, ESTRUTURA ESTÁVEL POROSA E ATIVA POR TODOS OS LADOS, HEMOSTASIA RÁPIDA, TECNOLOGIA BIOADESIVA CATIÔNICA, ABSORÇÃO PLASMÁTICA INDUTORA DA COAGULAÇÃO 100% NATURAL POR AGLUTINAÇÃO DAS HEMÁCIAS E PLAQUETAS, FÁCIL APLICAÇÃO, USO ÚNICO, ATIVADOR DA VIA INTRÍNSECA DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA, REMOÇÃO INDOLOR E ATRAUMÁTICA COM USO DE SF0,9% OU ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO ALERGÊNICO, NÃO EXOTÉRMICO, NÃO PIROGÊNICO, DOBRÁVEL E RECORTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, RESISTENTE E DE FÁCIL ABERTURA ASSÉPTICA. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO 10X10X10MM	451694	UN	1	400

57	BIOMATERIAL DE BIOPOLÍMERO PROTONADO, NÃO ABSORVÍVEL, MULTIFUNCIONAL, 100% QUITOSANA, ESTRUTURA ESTÁVEL POROSA E ATIVA POR TODOS OS LADOS, HEMOSTASIA RÁPIDA, TECNOLOGIA BIOADESIVA CATIÔNICA, ABSORÇÃO PLASMÁTICA INDUTORA DA COAGULAÇÃO 100% NATURAL POR AGLUTINAÇÃO DAS HEMÁCIAS E PLAQUETAS, FÁCIL APLICAÇÃO, USO ÚNICO, ATIVADOR DA VIA INTRÍNSECA DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA, REMOÇÃO INDOLOR E ATRAUMÁTICA COM USO DE SF0,9% OU ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO ALERGÊNICO, NÃO EXOTÉRMICO, NÃO PIROGÊNICO, DOBRÁVEL E RECORTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, RESISTENTE E DE FÁCIL ABERTURA ASSÉPTICA. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO 20X20X5MM.	451694	UN	1	400
58	BIOMATERIAL DE BIOPOLÍMERO PROTONADO, NÃO ABSORVÍVEL, MULTIFUNCIONAL, 100% QUITOSANA, ESTRUTURA ESTÁVEL POROSA E ATIVA POR TODOS OS LADOS, HEMOSTASIA RÁPIDA, TECNOLOGIA BIOADESIVA CATIÔNICA, ABSORÇÃO PLASMÁTICA INDUTORA DA COAGULAÇÃO 100% NATURAL POR AGLUTINAÇÃO DAS HEMÁCIAS E PLAQUETAS, FÁCIL APLICAÇÃO, USO ÚNICO, ATIVADOR DA VIA INTRÍNSECA DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA, REMOÇÃO INDOLOR E ATRAUMÁTICA COM USO DE SF0,9% OU ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO ALERGÊNICO, NÃO EXOTÉRMICO, NÃO PIROGÊNICO, DOBRÁVEL E RECORTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, RESISTENTE E DE FÁCIL ABERTURA ASSÉPTICA. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO 35X35X10MM	451694	UN	1	400
59	BIOMATERIAL DE BIOPOLÍMERO PROTONADO, NÃO ABSORVÍVEL, MULTIFUNCIONAL, 100% QUITOSANA, ESTRUTURA ESTÁVEL POROSA E ATIVA POR TODOS OS LADOS, HEMOSTASIA RÁPIDA, TECNOLOGIA BIOADESIVA CATIÔNICA, ABSORÇÃO PLASMÁTICA INDUTORA DA COAGULAÇÃO 100% NATURAL POR AGLUTINAÇÃO DAS HEMÁCIAS E PLAQUETAS, FÁCIL APLICAÇÃO, USO ÚNICO, ATIVADOR DA VIA INTRÍNSECA DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA, REMOÇÃO INDOLOR E ATRAUMÁTICA COM USO DE SF0,9% OU ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO ALERGÊNICO, NÃO EXOTÉRMICO, NÃO PIROGÊNICO, DOBRÁVEL E RECORTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, RESISTENTE E DE FÁCIL ABERTURA ASSÉPTICA. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO 50X50X5MM.	451694	UN	1	400

60	BIOMATERIAL DE BIOPOLÍMERO PROTONADO, NÃO ABSORVÍVEL, MULTIFUNCIONAL, 100% QUITOSANA, ESTRUTURA ESTÁVEL POROSA E ATIVA POR TODOS OS LADOS, HEMOSTASIA RÁPIDA, TECNOLOGIA BIOADESIVA CATIÔNICA, ABSORÇÃO PLASMÁTICA INDUTORA DA COAGULAÇÃO 100% NATURAL POR AGLUTINAÇÃO DAS HEMÁCIAS E PLAQUETAS, FÁCIL APLICAÇÃO, USO ÚNICO, ATIVADOR DA VIA INTRÍNSECA DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA, REMOÇÃO INDOLOR E ATRAUMÁTICA COM USO DE SF0,9% OU ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO ALERGÊNICO, NÃO EXOTÉRMICO, NÃO PIROGÊNICO, DOBRÁVEL E RECORTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, RESISTENTE E DE FÁCIL ABERTURA ASSÉPTICA. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO 50X50X10MM.	451694	UN	1	400
61	BIOMATERIAL DE BIOPOLÍMERO PROTONADO, NÃO ABSORVÍVEL, MULTIFUNCIONAL, 100% QUITOSANA, ESTRUTURA ESTÁVEL POROSA E ATIVA POR TODOS OS LADOS, HEMOSTASIA RÁPIDA, TECNOLOGIA BIOADESIVA CATIÔNICA, ABSORÇÃO PLASMÁTICA INDUTORA DA COAGULAÇÃO 100% NATURAL POR AGLUTINAÇÃO DAS HEMÁCIAS E PLAQUETAS, FÁCIL APLICAÇÃO, USO ÚNICO, ATIVADOR DA VIA INTRÍNSECA DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA, REMOÇÃO INDOLOR E ATRAUMÁTICA COM USO DE SF0,9% OU ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NÃO ALERGÊNICO, NÃO EXOTÉRMICO, NÃO PIROGÊNICO, DOBRÁVEL E RECORTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, RESISTENTE E DE FÁCIL ABERTURA ASSÉPTICA. PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. TAMANHO 80X80X5MM	451694	UN	1	400
62	MICROGUIA HIDROFÍLICA COM DIÂMETRO 0,007", 0,008" 0,010", 0,012" E 0,014" E COMPRIMENTO DE 200-300CM, EM AÇO OU NITINOL COM PONTA DE PLATINA. ESTÉRIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS VIGENTES DA ANVISA	459226	UN	1	16

63	MICROCATETER FLUXO DEPENDENTE EM MATERIAL POLIMÉRICO E COBERTURA HYDROSEEP 2, DIÂMETRO E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVO NO SENTIDO DISTAL AO PROXIMAL COM PARTE PROXIMAL A PARTIR DE 2,7FR E PARTE DISTAL A PARTIR DE 1,2FR E 1,5FR , 04 MARCAÇÕES RADIOPACAS, SEGMENTO DE ALTA PRESSÃO PROXIMAL COM 28CM, MARCAÇÃO MÁXIMA ATÉ 2CM DE REFLUXO E COM PONTA DESTACÁVEL 1,5CM E 2,5CM, CONTENDO: COMPRIMENTO TOTAL DE 165CM, LUMEM INTERNO A PARTIR DE 0,20MM E COMPATÍVEL COM GUIA A PARTIR 0,007". ESTÉRIL. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER AS NORMAS VIGENTES DA ANVISA	604595	UN	1	10
64	AGENTE EMBÓLICO , TIPO MICROESFERAS COMPOSIÇÃO 1: BASE HIDROGEL DE PVA, TAMANHO 300/500 MICROM , FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL , ESTERILIDADE , EPIROGÊNICA	459055	UN	1	20
65	ALMOFADAS PAD TIPO LUVAS COM UM LADO DE FIBRAS MONOFILAMENTARES DE POLIÉSTER E OUTRO LADO REVESTIDO EM POLIACRILATO, USADA PARA LIMPEZA E DESBRIDAMENTO DE TECIDOS INVIÁVEIS, FERIDAS EXSUDATIVAS COM BACTÉRIAS E BIOFILME, ALTAMENTE EFICAZ DE FORMA SUAVE E EFETIVA ACELERANDO O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, ESTÉRIL DE USO ÚNICO.	486551	UN	1	150
66	CONJUNTO NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA, TIPO CATETER: MALECOT, DIÂMETRO DO CATETER: CERCA DE 14 FR, COMPONENTES 1: C, 1 AGULHA PUNÇÃO CHIBA 22G, COMPONENTES 2: AGULHA PUNÇÃO, BAINHA INTRODUTORA E FIO GUIA, COMPONENTES 3: C, 3 DILATADORES, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	454507	UN	1	200
67	CONJUNTO DRENAGEM, APLICAÇÃO: PERCUTÂNEA, MULTIPROPÓSITO, COMPONENTE: CATETER POLÍMERO PONTA PIGTAIL, DIMENSÕES: CERCA DE 8 FR X 25 CM, COMPONENTE 1: ESTILETE E FIO GUIA, ADICIONAIS: MARCAS RADIOPACAS, OPCIONAIS: COM SISTEMA INTRODUTOR, ESTERILIDADE: ESTÉRIL USO ÚNICO	468787	UN	1	30
68	CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE, APLICAÇÃO: FLUÍDOS - MEDULA ÓSSEA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: C, BOLSA COLETORA E DE TRANSFERÊNCIA, COMPONENTES: FILTROS DE BARREIRA, OUTROS COMPONENTES: ADAPTADORES E LINHAS CONEXÃO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA FECHADO	370519	UN	1	100

69	AGULHA DE BIÓPSIA, APLICAÇÃO: TECIDOS MOLES, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO: 18 G X 15 CM, TIPO PONTA: PONTA ECOGÊNICA, COMPONENTE: GAVETA DE AMOSTRA REGULÁVEL CERCA DE 10 A 20MM, COMPONENTE I: DISPARO C, SISTEMA DE MOLA, COMPONENTE II: C, AGULHA COAXIAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COMPACTA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	603053	UN	1	100
70	PINÇA TIPO GASPING FORCEPS PARA RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS EM DIFERENTES FORMAS E DIMENSÕES AUXILIANDO A COLETA DE COLEÇÕES E TECIDOS, MATERIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.3 MM x 230 CM, RATO JACARÉ.	605217	UN	1	50
71	PINÇA de BIOPSIA DESCARTÁVEL BIOTOMO, DISPOSITIVO ESTÉRIL QUE CONSISTE EM TRÊS PARTES: CABEÇA DO FÓRCEPS, CONEXÃO E MANUSEADOR, ESTRUTURA COMPOSTA DE 4 LINKS E GANCHO QUE TORNA MAIS FÁCIL E FLEXÍVEL AGARRAR AMOSTRAS DE TECIDO, MATERIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,3MM X 160CM.	605217	UN	1	50

72	COMPOSTO HIBRIDO PARA PREVENÇÃO E OU TRATAMENTO DE FIBROSE OU BRIDAS CONSTRITIVAS DE BASE CELULOSE, SE COMPOSTOS ANIMAIS E DE FORMULAÇÃO HIBRIDADE POLISSACARÍDEO E CARBOXIMETILCELULOSE.O COMPOSTO DEVE PROMOVER A FORMAÇÃO DE BARREIRA ANTI FRIBROTICA E SIMULTANEAMENTE HEMOSTASIA ALÉM DE SER BIO COMPATIVEL E BIO ABSORVIVEL.O PRODUTO DEVE TER A APRESENTAÇÃO EM PÓ, COM CONJUNTO DE APLICADOR EM FOLE E CANULA FLEXIVEL DE 40CM E DESCARTAVEL PARA ASPERÇÃO NO CAMPO CIRURGICO.O PRODUTO DEVE SER ESTÉRIL EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO 5G POR UNIDADE E TODAS AS INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS.	459215	SERINGA	1	20
73	COMPOSTO HIBRIDO PARA PREVENÇÃO E OU TRATAMENTO DE FIBROSE OU BRIDAS CONSTRITIVAS DE BASE CELULOSE, SE COMPOSTOS ANIMAIS E DE FORMULAÇÃO HIBRIDADE POLISSACARÍDEO E CARBOXIMETILCELULOSE.O COMPOSTO DEVE PROMOVER A FORMAÇÃO DE BARREIRA ANTI FRIBROTICA E SIMULTANEAMENTE HEMOSTASIA ALÉM DE SER BIO COMPATIVEL E BIO ABSORVIVEL.O PRODUTO DEVE TER A APRESENTAÇÃO EM GEL, COM CONJUNTO DE APLICADOR EM FOLE E CANULA FLEXIVEL DE 40CM E DESCARTAVEL PARA ASPERÇÃO NO CAMPO CIRURGICO.O PRODUTO DEVE SER ESTÉRIL EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO 3G POR UNIDADE E TODAS AS INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS.	459214	SERINGA	1	20

74	CONJUNTO PARA CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA, PARA TRATAMENTO DA NEUROPATIA DO NERVO MEDIANO, UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS OU ABERTOS, COMPOSTO POR 01 MICRO DISSECTOR PONTA GANCHO; 01 MICRO DISSECTOR ARTERIAL; 01 MICRO DISSECTOR CURETA ANGULADA ; 01 MICRO BISTURI CURVO; 01 CÂNULA ASPIRADORA 3MM CURTA ; 01 CÂNULA ASPIRADORA 2MM MÉDIA; DESCARTAVEL DE USO ÚNICO.	455861	UN	1	45
75	UNIDADE PARA REGENERAÇÃO DA CARTILAGEM EM HIDROGEL 3D, BIOLÓGICO, ORIGINADO DA CAUDA DO RATO, MOLDAVEL AO FORMATO E DIMENSÃO DA LESÃO, INDUTOR E CONDUTOR, APRESENTAÇÃO EM DIÂMETROS 6 MM X 22MM DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO.	455861	UN	1	20
76	KIT MICRO DISSECÇÃO DESCARTÁVEIS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORTOPÉDICOS PARA DISSECÇÃO E REMOÇÃO DE NÓDULOS E TUMORES, CIRURGIAS NOS LIGAMENTOS E ARTRODESES; TRADICIONAL OU ENDOSCÓPICA; COMPOSTO POR; 01 MICRO DISSECTOR PONTA GANCHO; 01 MICRO DISSECTOR ARTERIAL; 01 MICRO DISSECTOR CURETA ANGULADA ; 01 MICRO BISTURI CURVO; 01 CÂNULA ASPIRADORA 3MM CURTA ; 01 CÂNULA ASPIRADORA 2MM MÉDIA; DESCARTAVEL DE USO ÚNICO.	455861	UN	1	20
77	ENXERTO DE CERÂMICA E POLÍMERO,BIOFUNCIONAL BIFÁSICO, COMPOSTO POR B-TCP 30% E PLGA 70%, SUBSTITUTO ÓSSEO E OU ENXERTIA, PREENCHIMENTO DE FALHA ÓSSEA, OSTEOINDUTOR, OSTEOCONDUTOR.O PRODUTO DEVE MOLDÁVEL EM ALTA TEMPERATURA, OFERECE SUPORTE PARA FIXAÇÃO SIMULTÂNEA DE PLACAS E PARAFUSOS, NO TAMANHO 25X25X15X14MM,EM CUNHA TIBIAL, ESTERIL.	455861	UN	1	45
78	CÂNULA DESCARTÁVEL, SONOVISÍVEL, REVESTIDA EM TEFLON, PARA BLOQUEIO DA DOR POR INJEÇÃO DE MEDICAMENTOS E ANESTESIA. PONTA ATIVA DE 15° E 18° TRIFACETADA, CORTADA À LASER.CONTENDO CANETA MARCADORA E REGUA DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 23GX60MM	311238	UN	1	20
79	CÂNULA DESCARTÁVEL, SONOVISÍVEL, REVESTIDA EM TEFLON, PARA BLOQUEIO DA DOR POR INJEÇÃO DE MEDICAMENTOS E ANESTESIA. PONTA ATIVA DE 15° E 18° TRIFACETADA, CORTADA À LASER.CONTENDO CANETA MARCADORA E REGUA DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 22GX100MM	475376	UN	1	20

80	CÂNULA DESCARTÁVEL, SONOVISÍVEL, REVESTIDA EM TEFLON, PARA BLOQUEIO DA DOR POR INJEÇÃO DE MEDICAMENTOS E ANESTESIA. PONTA ATIVA DE 15° E 18° TRIFACETADA, CORTADA À LASERCONTENDO CANETA MARCADORA E REGUA. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 21GX120MM	475376	UN	1	20
81	CÂNULA DESCARTÁVEL, ELETRÓDICA, SONOVISÍVEL, REVESTIDA EM TEFLON, COM CONECTOR LUER LOCK PARA BLOQUEIO DA DOR POR INJEÇÃO DE MEDICAMENTOS E CLIP JACARÉ PARA ESTÍMULO E NEUROMODULAÇÃO PULSADA. CABO DE CONEXÃO EM PVC, PONTA TRIFACETADA, CORTADA À LASERCONTENDO CANETA MARCADORA E REGUA. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 22GX60MM	475376	UN	1	45
82	CÂNULA DESCARTÁVEL, ELETRÓDICA, SONOVISÍVEL, REVESTIDA EM TEFLON, COM CONECTOR LUER LOCK PARA BLOQUEIO DA DOR POR INJEÇÃO DE MEDICAMENTOS E CLIP JACARÉ PARA ESTÍMULO E NEUROMODULAÇÃO PULSADA. CABO DE CONEXÃO EM PVC, PONTA TRIFACETADA, CORTADA À LASER.CONTENDO CANETA MARCADORA E REGUA DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 20E22GX100MM	311238	UN	1	20
83	CÂNULA DESCARTÁVEL, ELETRÓDICA, SONOVISÍVEL, REVESTIDA EM TEFLON, COM CONECTOR LUER LOCK PARA BLOQUEIO DA DOR POR INJEÇÃO DE MEDICAMENTOS E CLIP JACARÉ PARA ESTÍMULO E NEUROMODULAÇÃO PULSADA. CABO DE CONEXÃO EM PVC, PONTA TRIFACETADA, CORTADA À LASER.CONTENDO CANETA MARCADORA E REGUA DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 20GX150MM.	475377	UN	1	20
84	CÂNULA DESCARTÁVEL, ELETRÓDICA, SONOVISÍVEL, REVESTIDA EM TEFLON, COM CONECTOR LUER LOCK PARA BLOQUEIO DA DOR POR INJEÇÃO DE MEDICAMENTOS E CLIP JACARÉ PARA ESTÍMULO E NEUROMODULAÇÃO PULSADA. CABO DE CONEXÃO EM PVC, PONTA TRIFACETADA, CORTADA À LASER. DESCARTÁVEL. ESTÉRIL. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 22GX60MM	475377	UN	1	20
85	SISTEMA PARA REGENERAÇÃO DA CARTILAGEM EM HIDROGEL 3D, BIOLÓGICO, ORIGINADO DA CAUDA DO RATO, MOLDAVEL AO FORMATO E DIMENSÃO DA LESÃO, INDUTOR E CONDUTOR, APRESENTAÇÃO EM DIÂMETROS 6 MM X 22MM DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO.	455871	UN	1	20

86	SISTEMA PARA REGENERAÇÃO DA CARTILAGEM EM HIDROGEL 3D, BIOLÓGICO, ORIGINADO DA CAUDA DO RATO, MOLDAVEL AO FORMATO E DIMENSÃO DA LESÃO, INDUTOR E CONDUTOR, APRESENTAÇÃO EM DIÂMETROS 6 MM X 34MM, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO.	455872	UN	1	330
87	SISTEMA PARA REGENERAÇÃO DA CARTILAGEM EM HIDROGEL 3D, BIOLÓGICO, ORIGINADO DA CAUDA DO RATO, MOLDAVEL AO FORMATO E DIMENSÃO DA LESÃO, INDUTOR E CONDUTOR, APRESENTAÇÃO EM DIÂMETROS 4 MM X 22MM DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO.	455869	UN	1	330
88	SISTEMA PARA REGENERAÇÃO DA CARTILAGEM EM HIDROGEL 3D, BIOLÓGICO, ORIGINADO DA CAUDA DO RATO, MOLDAVEL AO FORMATO E DIMENSÃO DA LESÃO, INDUTOR E CONDUTOR, APRESENTAÇÃO EM DIÂMETROS 4 MM X 34MM, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO.	455868	UN	1	330
89	SISTEMA ABSORVÍVEL, SINTÉTICO, ESTÉRIL, MONOFILAMENTO É EM POLI(P-DIOXANONA); BRANCO OU ROXO FARPADAS BIDIRECIONAL RT DE ~ 70 - 75% ; FARPADAS 1-0; 45CM PRÉ-MONTADAS COM AGULHAS EM AÇO INOX.	430002	UN	1	330
90	SISTEMA ABSORVÍVEL, SINTÉTICO, ESTÉRIL, MONOFILAMENTO É EM POLI;P-DIOXANONA;PLUG DE ANCORAGEM BRANCO OU ROXO ; FARPADAS COM 2-0; PRÉ-MONTADAS COM AGULHAS EM AÇO INOX.	430002	UN	1	35
91	CARREADOR CELULAR EM GEL 2ML	430002	UN	1	15
92	KIT DE TRANSDUÇÃO E PONTEIRA EXTENSÍVEL PARA SONDA DE PULSOS DE ONDAS DE PRESSÃO ACÚSTICA DE MÉDIA A ALTA ENERGIA DO TIPO ELETROHIDRÁULICO CONTENDO: UM SACHÊ GEL ESTÉRIL CONDUTOR DE 20 G, CAMPO ESTÉRIL DE TNT E CAPA PARA COBERTURA DO APLICADOR .	472222	UN	1	130
93	KIT DE PREPARACAO PARA MICROENXERTIA AUTOLOGA, MINIMAMENTE INVASIVA QUE PROCESSA TECIDOS PARA CARTILAGENS, OSSOS E REGENERACOES TECIDUAIS, COMPOSTO DE PUNCH PARA BIOPSIA E GRADE COM 100 MICROFUIROS COM 6LAMINAS DE CORTE CADA MICRO FUIRO COM DIAMETRODE 80 MICRONS, BASE E ADAPTADOR DE CENTRIFUGA COM ROTACAO CALIBRADA EM RPM E TORQUE QUE FILTRAM E SEPARAM OS MICROENXERTOS	419272	UN	1	130

94	SISTEMA DE LIMPEZA ANTIMICROBIANA DE AÇÃO MECÂNICA COM IRRIGAÇÃO E/OU DESBRINDAMENTO DE FERIDAS CIRURGICAS E NÃO CIRURGICAS. DISPOSITIVO DE IRRIGAÇÃO PRESSURIZADA, CAUSADA POR PRESSÃO MANUAL ENTRE 281-1054 CMH2O (4 A 15 PSI) PARA LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS E DEBRIDAMENTO DE FERIDA COM EFICIENCIA TOTAL SEM DANIFICAR OS TECIDOS SAUDAVÉIS, ATUANDO NA REDUÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS, BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS, FUNGOS, VÍRUS ENVELOPADOS E NÃO ENVELOPADOS. COMPOSIÇÃO DE 0.05%CHG E 99.95% USP. CONTEÚDO: 01 FRASCO DE POLIPROPILENO, COM SOLUÇÃO CHG + USP DE 450 ML E 01 APLICADOR DE POLICARBONATO DE PONTA ALONGADA COM QUATRO JATOS QUE PERMITEDE A LIMPEZA PROFUNDA. EMBALAGEM ESTÉRIL DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL.	297061	UN	1	20
95	MATRIZ REGENERAÇÃO DÉRMICA DE ENGENHARIA TECIDUAL CLASSE III, COMPOSTA DE PORÇÃO EPIDÉRMICA DE SILICONE E PORÇÃO DÉRMICA TRIDIMENSIONAL DE COLÁGENO BOVINO COM MATRIZ DE CONDROITINA 6 FOSFATO, PARA TRATAMENTO DE GRANDES QUEIMADOS, SEQUELAS INESTÉTICAS E FERIDAS COMPLEXAS. TAMANHO 10CM X 12,5CM	419272	UN	1	30
96	MATRIZ REGENERAÇÃO DÉRMICA DE ENGENHARIA TECIDUAL CLASSE III, COMPOSTA DE PORÇÃO EPIDÉRMICA DE SILICONE E PORÇÃO DÉRMICA TRIDIMENSIONAL DE COLÁGENO BOVINO COM MATRIZ DE CONDROITINA 6 FOSFATO, PARA TRATAMENTO DE GRANDES QUEIMADOS, SEQUELAS INESTÉTICAS E FERIDAS COMPLEXAS. TAMANHO 10CM X 25CM	419272	UN	1	20
97	KIT DE PREPARACAO PARA MICROENXERTIA AUTOLOGA, MINIMAMENTE INVASIVA QUE PROCESSA TECIDOS PARA CARTILAGENS, OSSOS E REGENERACOES TECIDUAIS, COMPOSTO DE PUNCH PARA BIOPSIA E GRADE COM 100 MICROFUIROS COM 6LAMINAS DE CORTE CADA MICRO FUIRO COM DIAMETRODE 80 MICRONS, BASE E ADAPTADOR DE CENTRIFUGA COM ROTACAO CALIBRADA EM RPM E TORQUE QUE FILTRAM E SEPARAM OS MICROENXERTOS	419272	UN	1	35

98	KIT DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA LESÕES DE ALTO RISCO, COM AGULHA RÍGIDA DE ABLAÇÃO POR MICROONDAS EM TECIDOS MOLES, DE PONTA OTIMIZADA DE CERÂMICA PERFURANTE ECOGÊNICA RADIOPACA E VISÍVEL EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, COM ANTENA DIELÉTRICA RÍGIDA DE 14 CM, 19 CM E 29 CM, PARA SER UTILIZADO NO TRATO EM LESÕES DE ATÉ 5,5 CM, DIÂMETRO DE 15G, POTÊNCIA 140W, TEMPO MÁXIMO DE (06) SEIS MINUTOS NO TRATAMENTO, CANAL DE RESFRIAMENTO PATENTEADO COM TERMOVAR, COM MANOPLA ERGÔNOMICA MOLDADA, COM CABO FLEXÍVEL 2,86M E TOTALMENTE ARREFECIDO, COM BOMBA PERISTÁLTICA ROLETE INTEGRADA NO GERADOR, AJUSTE FUNÇÕES DE TEMPO E POTÊNCIA ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL E DESCARTÁVEL, REGISTRO ANVISA	444010	UN	1	35
99	KIT DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA LESÕES DE ALTO RISCO, TIPO: PÂNCREAS, PRÓSTATA E FÍGADO, COM ELETRODO DE SISTEMA DE ELETROPARAÇÃO INDIVIDUAL DE 15 CM E 25CM, CONTÉM UM ESPAÇADOR PARA OS ELETRODOS, PARA O USO EM GERADOR NANOKNIFE VISION LCD TOUCHSCREEN, PODENDO FAZER O TRATAMENTO COM 2 ELETRODOS, SIMULTANEAMENTE, COM A PRESENÇA DE ESPECIALISTA DA EMPRESA FORNECEDORA, PARA ACOMPANHAR NO ATO DO PROCEDIMENTO, NA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL E O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO APLICATIVO NECESSÁRIO, O QUAL DEVERÁ SER LEVADO PELA EMPRESA VENCEDORA	431618	UN	1	40
100	KIT DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO PARA LESÕES DE ALTO RISCO, TIPO: PÂNCREAS, PRÓSTATA E FÍGADO, COM ELETRODO DE SISTEMA DE ELETROPARAÇÃO INDIVIDUAL DE 15 CM E 25CM, CONTÉM UM ESPAÇADOR PARA OS ELETRODOS, PARA O USO EM GERADOR NANOKNIFE VISION LCD TOUCHSCREEN, PODENDO FAZER O TRATAMENTO COM 5 ELETRODOS SIMULTANEAMENTE, COM A PRESENÇA DE ESPECIALISTA DA EMPRESA FORNECEDORA, PARA ACOMPANHAR NO ATO DO PROCEDIMENTO, NA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL E O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO APLICATIVO NECESSÁRIO, O QUAL DEVERÁ SER LEVADO PELA EMPRESA VENCEDORA	431618	UN	1	10

101	Kit de tratamento em fibra laser para lesões do trato de veias varicosas, com ponta atraumática de vidro com cobertura em ouro (au) ecogênica, 600µm centimetrada ou não. Acompanha kit de micro punção de 4fr a 5fr/10cm, micro fio guia 0.018"x45cm, agulha de punção de 21g, com bainha centimetrada 4fr por 25cm até 90cm, fio guia 0,035". Material estéril em óxido de etileno de uso único, em papel grau cirúrgico com abertura em pétala com dados de identificação, esterilização, validade e registro no ministério da saúde, anvisa. = nervertouch, será necessário o uso de um gerador e ou dispositivo laser de diodo emitindo a 1470nm a 1980nm, com potência de saída máxima de 15 w, seguindo as normas iec 60825-1, o mpe (exposição máxima admissível), nohd (distância de risco ocular nominal) e od (densidade ótica), od = log10 (h0/mpe), para uso no tratamento de varizes e varicosidades com refluxo superficial da veia safena magna e no tratamento de veias refluxivas incompetentes no sistema venoso superficial dos membros inferiores. Painel frontal do dispositivo inclui a tela sensível ao toque, o conector fibra ótica com antena rfid, o obturador de proteção externo e o manípulo deslizante, painel traseiro onde estão presentes o conector do pedal, o seletor com chave, o interbloqueio remoto e o interruptor principal. = venacure pro, com a presença de um especialista da empresa fornecedora, para acompanhar no ato do procedimento, na utilização do material e o manuseio do equipamento aplicativo necessário, o qual deverá ser levado pela empresa vencedora.	444010	UN	1	30
102	KIT DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO À LASER POR FIBRA ÓTICA PARA CIRÚRGICA ABERTA, COMPOSTO POR ND:YAG E BOMBEADO POR DIODOS, SENDO CONTROLADO POR MICROPROCESSADORES E COM COMPRIMENTO DE ONDA INFRAVERMELHO NA ORDEM DE 1320MM, COM POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA 120 WATTS. TECNOLOGIA COM ALTA ABSORÇÃO DE ÁGUA E HEMOGLOBINA COM INDICAÇÃO DE CORTE, COAGULAÇÃO E SELAGEM DE TECIDO HEPÁTICO E PULMONAR – PARÊNQUIMA. DISPONIBILIDADE DE USO ATRAVÉS DE DIFERENTES FIBRAS, 300 µM, 400 µM E 600 µM E APLICADOR MANUAL. ASPIRADOR DE FUMAÇAS INTEGRADO FÍSICA E ELETRONICAMENTE AO SISTEMA. EQUIPAMENTO COM TELA COLORIDA DE 8.4". POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DE ATÉ 50 PROGRAMAS. AJUSTÁVEL DE 5-120W COM POSSIBILIDADE DE PULSO ÚNICO OU CONTÍNUO. LUZ PILOTO CONTINUA TAMBÉM AJUSTÁVEL DE 2-100% COM 635NM. E BOTÃO DE EMERGÊNCIA DE COR VERMELHA, PARA INTERRUPTÃO IMEDIATA DO PROCEDIMENTO, PARA MAIOR SEGURANÇA NO TRATO DA LESÃO. SERÁ NECESSÁRIO A PRESENÇA DO ESPECIALISTA DA EMPRESA FORNECEDORA, PARA ACOMPANHAR NO ATO DO PROCEDIMENTO, NA UTILIZAÇÃO DO MATERIAL E MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, O QUAL DEVERÁ SER LEVADO PELA EMPRESA.	444010	UN	1	30

103	Kit de tratamento oncológico à laser por fibra ótica, para cirúrgica fechada por vídeo laparoscópio, com mangueira para evacuação de fumaça de 2,5m de comprimento e 10mm de diâmetro acoplado com conexão luer lock para trocar, que acompanha o mesmo, esse sistema deve ser compatível com a evacuação e filtragem de fumaça, para cirurgia convencionais e laparoscopia com certificação ulpa, composto por nd:yag e bombeado por diodos, sendo controlado por microprocessadores e com comprimento de onda infravermelho na ordem de 1320nm, com potência de saída máxima 120 watts. Tecnologia com alta absorção de água e hemoglobina com indicação de corte, coagulação e selagem de tecido hepático e pulmonar – parênquima. Disponibilidade de uso através de diferentes fibras, 300 µm, 400 µm e 600 µm e aplicador manual. Aspirador de fumaças integrado física e eletronicamente ao sistema. Equipamento com tela colorida de 8.4". Possibilidade de gravação de até 50 programas. Ajustável de 5-120w com possibilidade de pulso único ou contínuo. Luz piloto continua também ajustável de 2-100% com 635nm. E botão de emergência de cor vermelha, para interrupção imediata do procedimento, para maior segurança no trato da lesão. Será necessário a presença do especialista da empresa fornecedora, para acompanhar no ato do procedimento, na utilização do material e manuseio do equipamento, o qual deverá ser levado pela empresa.	444010	UN	1	20
104	Blister -Agente removedor de adesivo, líquido, isento de acetona, benzeno e álcool. Composto por naphtha, dye e fragrance. Apresentação: ampola de 0,66 ml, uso único, estéril. Para uso externo	607991	UN	1	500
105	Blister - adesivo líquido de gum mastic, protetor cutâneo, que cria barreira hidrofóbica e impede infiltração microbiana. Composto por: gum mastic, ethanol, acetone, methyl salicylate. Apresentação: ampola aplicadora, esteril, de uso único com 0,66 ml. Para uso externo	607991	UN	1	500
106	Blister com asas de ativação e duas pontas aplicadoras com controle de fluxo, abastecido com solução adesiva estéril composta n-butyl cianocrilato e octyl cianocrilato. Embalagem de 0,8g e armazenamento em temperatura ambiente.	437888	UN	1	200



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO I RELAÇÃO DE ITENS
Data/Hora de Criação:	02/09/2024 18:09:45
Páginas do Documento:	23
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	24
Hash MD5:	1efa25c12de305cf4e64ec9eeb3ba628
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PEDRO OLIVEIRA PORTILHO no dia 03/09/2024 às 13:42:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARCELO SÁVIO DA SILVA MARTINS no dia 04/09/2024 às 16:09:56 no horário oficial de Brasília.