

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90076/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ELETROCARDIOGRAFO

Descrição Detalhada: ECG COM 10 DERIVACOES, FILTROS DIGITAIS, REGISTRO E MONITORAMENTO CONTINUADO. DEVERA SER DIGITAL; FILTROS DIGITAIS NO MINIMO COM CORRECAO AUTOMATICA DA VARIACAO DE LINHA DE BASE, ATENUACAO DO RUÍDO MUSCULAR E ATENUACAO DA INTERFERENCIA DE 60 HZ; ENTRADAS PROTEGIDAS CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. INTERFACE COM COMPUTADOR; USB 1.1, COMPATIVEL 2.0; ALIMENTACAO ATRAVES DA INTERFACE USB SOFTWARE; DOCUMENTACAO DO PROTOCOLO DE COMUNICACAO E ACESSO AO EQUIPAMENTO; DRIVER (WINDOWS) E/OU API PARA CONTROLE DO EQUIPAMENTO E ACESSO AOS DADOS DOS EXAMES REALIZADOS DIRETAMENTE DA PORTA USB, (O DRIVER E/OU API DEVERAO PERMITIR O CONTROLE SOBRE ENVIO DE COMANDOS E RECEBIMENTO DE RESPOSTAS; RECEBIMENTO DO TRACADO; DEVERA PERMITIR GRAVACOES. VERIFICACAO E VALIDACAO DOS DADOS DO EQUIPAMENTO; COMUNICACAO POR PORTA USB). ACESSORIOS MINIMOS QUE DEVERAO COMPOR O ELETROCARDIOGRAFO: 01 (UM) CONJUNTO DE ELETRODOS PERIFERICOS DO TIPO CLIP, COM QUATRO ELETRODOS; 01 (UM) CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS DO TIPO PERA, COM SEIS ELETRODOS; 01 (UM) CABO DE PACIENTE DE 10 DERIVACOES SIMULTANEAS, COM 10 VIAS; 01 (UMA) MIDIA CONTENDO O SOFTWARE DE ECG 01 (UM) CABO USB PARA C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.154,93

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

2 - DESFIBRILADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO: MONITOR LCD DE NO MINIMO 5", E RESOLUCAO DE NO MINIMO 800X480 PIXELS. TIPO ONDA: BIFASICA CAPAZ DE ANALISAR A PRESENCA DO RITMO ONDE O CHOQUE E RECOMENDADO: FIBRILACAO VENTRICULAR (FV) SEM PULSO E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO, DISPONIBILIZANDO A DESCARGA DE CHOQUE ELETRICO, QUANDO PRESSIONADO O BOTAO DE CHOQUE, ATRAVES DE PAS ADESIVAS, CONFORME OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INTERNACIONALMENTE VIGENTES. CASO O CHOQUE NAO SEJA INDICADO, O EQUIPAMENTO DEVERA AUXILIAR, POR COMANDO DE VOZ, O USUARIO A APLICAR MANOBRAS DE RCP, DEVE POSSUIR SISTEMA AUTOMATICO DE AVALIACAO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS, APRESENTANDO A CURVA DO ECG NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO. TEMPO MAXIMO CARGA: ATE 12 S, O MESMO DEVE EFETUAR A CARGA DE FORMA AUTOMATICA, AJUSTANDO A FORMA DE ONDA DE CHOQUE DE FORMA A RESPEITAR AS CARACTERISTICAS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES, SENDO O CHOQUE REQUERIDO PARA ADULTO, NO MINIMO DE 200 JOULES E PARA CRIANCAS , NO MINIMO DE 50 JOULES. O EQUIPAMENTO DEVE CONTER MEMORIA COM GRAVACAO ECG, EVENTOS. PESO MAXIMO 4 KG. CAPACIDADE BATERIA: MINIMO DE 200 DESCARGAS O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR UMA BATERIA DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE NO MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.983,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

3 - DESFIBRILADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: DESFIBRILADOR EXTERNO SEMIAUTOMATICO: MONITOR LCD DE NO MINIMO 5", E RESOLUCAO DE NO MINIMO 800X480 PIXELS. TIPO ONDA: BIFASICA CAPAZ DE ANALISAR A PRESENCA DO RITMO ONDE O CHOQUE E RECOMENDADO: FIBRILACAO VENTRICULAR (FV) SEM PULSO E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO, DISPONIBILIZANDO A DESCARGA DE CHOQUE ELETRICO, QUANDO PRESSIONADO O BOTAO DE CHOQUE, ATRAVES DE PAS ADESIVAS, CONFORME OS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO INTERNACIONALMENTE VIGENTES. CASO O CHOQUE NAO SEJA INDICADO, O EQUIPAMENTO DEVERA AUXILIAR, POR COMANDO DE VOZ, O USUARIO A APLICAR MANOBRAS DE RCP, DEVE POSSUIR SISTEMA AUTOMATICO DE AVALIACAO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS, APRESENTANDO A CURVA DO ECG NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO. TEMPO MAXIMO CARGA: ATE 12 S, O CHOQUE ELETRICO SO DEVERA SER APLICADO ATRAVES DE ACIONAMENTO DE BOTAO, CONFORME INDICACAO DO APARELHO, E DEVERA AJUSTAR A FORMA DE ONDA DE CHOQUE CONFORME AS CARACTERISTICAS INDIVIDUAIS DOS PACIENTES, SENDO O CHOQUE REQUERIDO PARA ADULTO, NO MINIMO DE 200 JOULES E PARA CRIANCAS , NO MINIMO DE 50 JOULES. O EQUIPAMENTO DEVE CONTER MEMORIA COM GRAVACAO ECG, EVENTOS. PESO MAXIMO 4 KG. CAPACIDADE BATERIA: MINIMO DE 200 DESCARGAS O

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19.823,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

4 - DESFIBRILADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: DESFIBRILADOR BIFASICO COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFASICA, COM NIVEL DE ENERGIA DE NO MINIMO 200J; POSSIBILIDADE DE DESFIBRILACAO EM MODO SINCRONIZADO (CARDIOVERSÃO) E NAO SINCRONIZADO; DESFIBRILACAO MANUAL COM ESCALA, SELECIONAVEL NO PAINEL FRONTAL E NAS PAS DE DESFIBRILACAO, COM BOTOES DEDICADOS PARA SELECAO DE ENERGIA, CARGA E CHOQUE. PAS DE DESFIBRILACAO EXTERNA ADULTA COM PEDIATRICA EMBUTIDA; DEVE PERMITIR A CARGA DE ENERGIA(200J) EM ATE 4 SEGUNDOS COM A BATERIA TOTALMENTE CARREGADA; MONITOR DE ECG COM TRACADO CONTINUO ATRAVES DE TELA LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUCAO COM NO MINIMO 5 POLEGADAS; DEVE POSSUIR DETECCAO AUTOMATICA DE MARCA- PASSO; CAPTACAO DO ECG ATRAVES DE CABO DE PACIENTE, ELETRODO DE MULTIFUNCAO OU ATRAVES DAS PAS EXTERNAS; ELETRODOS DE DESFIBRILACAO E PA DE DESFIBRILACAO DEVEM UTILIZAR O MESMO CONECTOR.DEVE POSSUIR MODOS MANUAL E SEMI-AUTOMATICO DE DESFIBRILACAO (DEA); DEVE POSSUIR MARCA PASSO; REGISTRO DE ECG ATRAVES DE PAPEL COM LARGURA MINIMA DE 50MM, MANUAL OU AUTOMATICO, APOS DESFIBRILACAO OU QUALQUER EVENTO ACIONADOR DE ALARME; DEVE REALIZAR AUTOTESTE PARA VERIFICAR A FUNCIONALIDADE DO EQUIPAMENTO, CARGA E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45.307,80		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

5 - OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: OXIMETRO USO MEDICO, TIPO:PULSO, FAIXA MEDICAO SATURACAO 1:0 A 100%, FAIXA MEDICAO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 32 H, ALIMENTACAO: RECARREGAVEL, ACESSORIOS:C/ SENSOR EXTERNO (CABO) ADULTO E NEONATAL TIPO Y. VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO. INDICACAO DA SPO2, FREQUENCIA CARDIACA, FORCA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRAFICA E TABELAS DE TENDENCIA. PORTATIL E LEVE,PESANDO APROXIMADAMETE 260 GRAMAS, COM BATERIAS E SENSOR, E COPORTADO NA PALMA DA MAO. NIVEIS DE ALARMES AJUSTAVEIS DE SPO2 E FREQUENCIA CARDIACA. MEMORIA INTERNA PERMITE ARMAZENAR 120 HORAS DE DADOS DE TENDENCIAS. INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA. ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO. BATERIA INTERNA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO. GERENCIAMENTO DE INFORMACOES DO PACIENTE, INCLUINDO NOME, SEXO E TIPO. ACOMPANHA 1 SENSOR DE SPO2 DE DEDO ADULTO + 1 SENSOR MULTI-SITE TIPO Y (NEONATAL). SENSORES ADICIONAIS (CONEXAO 9 PINOS PADRAO NELLCOR) PODE SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE. POSSIBILIDADE DE CONEXAO COM O COMPUTADOR ATRAVES DE SOFTWARE (OPCIONAL) QUE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS ATRAVES DE DISPOSITIVO DE CONEXAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.337,12		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

6 - ASPIRADOR CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: ASPIRADOR CIRURGICO, MODELO:ELETRICO PORTATIL, PRESSAO DE VACUO:CERCA DE 550 MMHG, FLUXO DE ASPIRACAO:DE 15 A 30 LPM, TIPO FRASCO:1 FRASCO EM PLASTICO, VOLUME:CERCA DE 2 L, COMPONENTES:SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLOGICO. PARA PQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS BAIXA COMPLEXIDADE: DEVERA VIR ACOMPANHADO DE MANGUEIRA DE SILICONE AUTOCLAVAVEL; COM COMPONENTES: , MOVEL , TIPO FRASCO: 2 FRASCOS EM PLASTICO AUTOCLAVAVEIS L , PRESSAO DE VACUO: CERCA DE 0,08 MMHG , FLUXO DE ASPIRACAO: DE 22+- 2UMIN (COM JARRA), VOLTAGEM BIVOLT OU 220V, VOLUME: CERCA DE 1 L X 1 L. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.468,86		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

7 - MÓDULO MONITOR MULTIPARÂMETRO

Descrição Detalhada: MONITOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS. MONITOR MULTIPARAMETRICO PRE- CONFIGURADO COM OS PARAMETROS DE ECG, RESPIRACAO, 1 CANAL DE TEMPERATURA, PNI E SPO2;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16.182,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

8 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Descrição Detalhada: BALANCA ANTROPOMETRICA : DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMETRICAS, TIPO :TIPO BALANCA C/ REGUA, MODELO:ELETRICA, MATERIAL :ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA, ESCALA GRADUACAO:C/ ESCALA METRICA - MM E CM, FAIXA MEDICAO:CERCA DE 2,0 M, COMPONENTE I:C/ VISOR DIGITAL, COMPONENTE II:TAPETE DE BORRACHA, COMPONENTE III:PES REGULAVEIS, CAPACIDADE MAXIMA CARGA:ATE 300 KG BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA ADULTA, CAPACIDADE DIGITAL ATE 200 KG REGUA ANTROPOMETRICA: ATE 2 METROS, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PES REGULAVEIS; PERMITE QUE SEJA COLOCA EM LOCAIS DE DESNIVEIS, TENDO A MESMA QUALIDADE QUE EM UM LOCAL PLANO, PAINEL DIGITAL, CONFERE PRECISAO NOS RESULTADOS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.776,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (17)

9 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Descrição Detalhada: BALANCA PEDIATRICA DIGITAL: CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO, VISOR LED COM 6 DIGITOS, PES DA BALANCA SAO REGULAVEIS EM BORRACHA SINTETICA,FUNCAO TARA. BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL INFANTIL, CAPACIDADE DIGITAL ATE 16 KG POSSUI ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PES REGULAVEIS; PERMITE QUE SEJA COLOCA EM LOCAIS DE DESNIVEIS, TENDO A MESMA QUALIDADE QUE EM UM LOCAL PLANO, PAINEL DIGITAL, CONFERE PRECISAO NOS RESULTADOS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.213,17		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

10 - MONITOR MULTIPARÂMETRO

Descrição Detalhada: MONITOR MULTIPARAMETRICO , COM BATEIRA INTERNA DE LITIO, COM DURACAO MINIMA DE 90 MINUTOS, PARA A MONITORACAO DOS SEGUINTES PARAMETROS DE SINAIS VITAIS: ECG, RESP(RESPIRACAO), SPO2 (SATURACAO DE OXIGENIO), PNI (PRESSAO NAO INVASIVA), PRESSAO INVSIVA, TEMPERATURA E CAPNOGRAFIA; DEVE POSSUIR TELA DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDA (LCD) DE, PELO MENOS, 12 POLEGADAS ; DEVE PERMITIR A EXECUCAO DE CALCULOS DE PARAMETROS HEMODINAMICOS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURACAO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARAMETROS; 24 HORAS DE DIVULGACAO TOTAL DOS PRINCIPAIS PARAMETROS. SISTEMA DE ARREFECIMENTO SEM VENTONHAS. DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARAMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO), COM NIVEIS DE PRIORIDADE ESTABELECIDOS (BAIXO, MEDIO E ALTO), E ALARMES FUNCIONAIS RELACIONADOS AO MONITOR MULTIPARAMETRICO E SEUS ACESSORIOS (SENSOR, ELETRODO SOLTO, ETC.); DEVE PERMITIR POSSIBILIDADE DE CONEXAO A UMA CENTRAL DE MONITORIZACAO; DEVE POSSUIR PROTECAO NO MINIMO IPX1; ESPECIFICACOES DOS PARAMETROS DE MONITORACAO: ECG- MONITORACAO EM 7 (SETE) DERIVACOES (L, II III, AVF, AVR, AVL, V) ATRAVES DE UM CABO DE ECG 5 (CINCO) VIAS; FAIXA DE MEDIDA DA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33.648,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

11 - OTOSCÓPIO

Descrição Detalhada: OTOSCOPIO PROFISSIONAL , COMPLETO, DEVENDO TER ILUMINACAO HALOGENA XENON E FIBRA OTICA, DIRETA DE ALTO BRILHO E, NITIDEZ DA IMAGEM. DEVERA CONTER 5 ESPECULOS REUTILIZAVEIS E ESTOJO LUXO COM 14 ESECULOS DESCARTAVEIS, E POSSUIR CAMPO DE VISAO COM AUMENTO MINIMO DE 4 VEZES. , TRANSMISSAO DA LUZ: DIRETA; LAMPADA: XENON HALOGENA 2.5V; MATERIAL DA CABECA: METAL; MATERIAL DO CABO: METAL; ACABAMENTO DO CABO: RECARTEILHADO; TENSÃO: 2.5V; ALIMENTACAO: 2 PILHAS TIPO C; DEVERA POSSUIR REOSTATO PARA CONTROLE DA LUZ; LENTE DE AUMENTO: 4 VEZES; 01 LAMPADA ADICIONAL.
- COMPRIMENTO TOTAL: 18,5CM; - PESO TOTAL ATE : 205G;
- GARANTIA DO EQUIPAMENTO: 1 ANO
PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE CADASTRO VALIDO NA ANVISA CERTIFICACAO DO INMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	864,40		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (7)

12 - FOCO

Descrição Detalhada: DEVERA TER HASTE FLEXIVEL, PEDESTAL COM 4 RODIZIOS, PINTURA EM EPOXI COR BRANCA, PODENDO SER AJUSTADA ENTRE 90 CM E 164 CM, LAMPADA LED DE ALTA EFICIENCIA, ILUMINANCIA DE 15.000 LUX A UMA DISTANCIA DE 500 MM. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA CERTIFICACAO DO INMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	618,18		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14)

13 - LARINGOSCÓPIO

Descrição Detalhada: LARINGOSCOPIO, TIPO LAMPADA:DE FIBRA OTICA, COMPONENTES:C/ 12 LAMINAS CURVAS E RETAS, COMPONENTES ADICIONAIS:C/CABO ADULTO E INFANTIL, MATERIAL 2:EM ACO INOXIDAVEL ANTI FERRUGEM, TAMANHO CABO:ADULTO, USO A PILHAS, EMBALAGEM :C/ ESTOJO. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA CERTIFICACAO DO INMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.812,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

14 - OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: OXIMETRO USO MEDICO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDICAO SATURACAO 1:0 A 100%, FAIXA MEDICAO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 24 H, ALIMENTACAO: BATERIAS QUE DEVERAO ESTAR INCLUSAS , ACESSORIOS:C/ SENSOR E BOLSA TRANSPORTE. COR PRETO. DEVERA TER REGISTRO VALISO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

15 - ESFIGMOMANÔMETRO

Descrição Detalhada: APARELHO DE PRESSAO TOTALMENTE DIGITAL, AUTOMATICO, DE BRACO, DEVERA APRESENTAR METODO DO DE MEDIDA OSCILOMETRICA. FUNCIONAMENTO DEVERA SER A PILHAS OU CONECTADO A REDE ELETRICA. DEVERA APRESENTAR DETECTOR DE BATIMENTOS IRREGULARES, DETECTOR DE MOVIMENTOS CORPORAIS. TELA EM LCD. DEVERA INFLAR E DESINFLAR AUTOMATICAMENTE. BRACADEIRAS DEVERAO SER LAVAVEIS COM TAMANHOS AJUSTAVEIS MINIMOS ENTRE 22 A 32 CM DE DIAMETRO). DEVERA TER SELO/COMPROVACAO, APROVADO E CERTIFICADO PELO IMETRO E ANVISA. CONTEUDO DA CAIXA: 1 APARELHO DE PRESSAO, 1 BRACADEIRA E MANGUITO, 1 MANUAL DE INSTRUcoes , 4 PILHAS AA (OU EQUIVALENTE A QUANTIDADE NECESSARIA), 1 CABO DE ENERGIA: VOLTAGEM : BIVOLT OU 220V. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 791,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

16 - ESFIGMOMANÔMETRO

Descrição Detalhada: APARELHO PRESSAO ADULTO COM VELCRO, ANEROIDE, COM MOSTRADOR GRADUADO E MANOMETRO RESISTENTE; FAIXA DE OPERACAO:ATE 300 MMHG; DEVERA POSSUIR PROTECAO E OFERECER RESISTENCIA A IMPACTOS E CHOQUES BRACADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; MANOMETRO DEVERA GIRAR 360° PARA FACIL VISUALIZACAO PERA COM VALVULA EM METAL REFORCADO; COM SELO DE VERIFICACAO DO INMETRO; ACOMPANHAR ESTOJO , MANUAL DE INSTRUcoes E CERTIFICADO DE GARANTIA. BRACADEIRA ADULTO MEDIDA APROXIMADA: CIRCUNFERENCIA: 35 CM A 51 CM. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

17 - ESFIGMOMANÔMETRO

Descrição Detalhada: APARELHO PRESSAO ADULTO OBESO ANEROIDE COM VELCRO, COM MOSTRADOR GRADUADO E MANOMETRO RESISTENTE; FAIXA DE OPERACAO:ATE 300 MMHG; DEVERA POSSUIR PROTECAO E OFERECER RESISTENCIA A IMPACTOS E CHOQUES; BRACADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; PERA COM VALVULA EM METAL REFORCADO; COM SELO DE VERIFICACAO DO INMETRO; ACOMPANHA ESTOJO MACIO, MANUAL DE INSTRUcoes E CERTIFICADO DE GARANTIA. BRACADEIRA ADULTO OBESO MEDIDA APROXIMADA: CIRCUNFERENCIA: 35 CM A 51 CM. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	232,30		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (25)		

18 - ESFIGMOMANÔMETRO

Descrição Detalhada: APARELHO PRESSAO INFANTIL ANEROIDE COM VELCRO,COM MOSTRADOR GRADUADO E MANOMETRO RESISTENTE; FAIXA DE OPERACAO:ATE 300 MMHG; DEVERA POSSUIR PROTECAO E OFERECER RESISTENCIA A IMPACTOS E CHOQUES; BRACADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO; PERA COM VALVULA EM METAL REFORCADO; COM SELO DE VERIFICACAO DO INMETRO; ACOMPANHA ESTOJO MACIO, MANUAL DE INSTRUcoes E CERTIFICADO DE GARANTIA. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	157,20		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (17)		

19 - ESTETOSCÓPIO

Descrição Detalhada: ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO E INFANTIL , DE ALTA E BAIXA FREQUENCIA, ESTRUTURA EM METAL CROMADO E POLIDO, COM OLIVAS MACIAS E ANATOMICAS EM PVC ATOXICO. TUBO "Y" EM PVC LISO. AUSCULTADOR DUPLO EM METAL CROMADO E LISO, PARA AUSCULTACAO CARDIACA OU PULMONAR. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	89,65		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (70)		

20 - RELÓGIO TERMO-HIGRÔMETRO

Descrição Detalhada: TIPO: DIGITAL COM TERMOPAR ; DISPLAY: LCD ; FONTE ALIMENTACAO: BATERIA; ALTURA: 108 MM ; DEVERA APRESENTAR DIMENSOES MINIMAS DE :COMPRIMENTO: 58 MM ; ESPESSURA: 15 MM; PESO: 100 G ; FAIXA TEMPERATURA INTERNA: 0 A + 50 °C; FAIXA TEMPERATURA EXTERNA: -50 A +70 °C ; FAIXA MEDICAO UNIDADE RELATIVA: 20 A 90 PER; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: INDICACAO HORAS, 3 LEITURAS SIMULTANEAS . .DEVERA TER SELO / CERTIFICACAO INMETRO .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	90,70		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (15)		

21 - CAIXA TÉRMICA

Descrição Detalhada: CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE IMONUBIOLÓGICOS MATERIAL: POLIURETANO; CAPACIDADE: 5 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALCA, TAMPA ARTICULADA, TERMOMETRO; APLICACAO: TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICOS. LIVRE DE BPA. ATOXICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 202,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

22 - CAIXA TÉRMICA

Descrição Detalhada: CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES MATERIAL: POLIURETANO; CAPACIDADE: 20 L; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALCA, TAMPA ARTICULADA, TERMOMETRO; APLICACAO: TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICOS. DIMENSAO ((A X L X C)): 33 X 26 X 43. LIVRE DE BPA. ATOXICA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

23 - CUBA USO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: CUBA RIM CUBA RIM FEITA EM ACO INOXIDAVEL CIRURGICO DE ALTA QUALIDADE, COM DIMENSOES DE 26CM X 12CM APROXIMADAMENTE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

24 - CUBA USO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: CUBA RETANGULAR FEITA EM ACO INOXIDAVEL CIRURGICO DE ALTA QUALIDADE, COM DIMENSOES DE 20CM X 30CM X 04 CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

25 - SISTEMA PARA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: TORNIQUETE TATICO TORNIQUETE DE APLICACAO PRE-HOSPITALAR PARA CONTROLE DE HEMORRAGIAS SEVERAS EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (BRACOS E PERNAS). DEVERA TER FITAS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE; BARRA DE TORCAO DE ALUMINIO COM PROTECAO ANODIZADA; CLIPE DE RETENCAO E PASSADOR EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; PLACA DE ESTABILIZACAO EM POLIMERO; FITA COM GANCHOS E ARGOLAS EM NYLON. DIMENSOES MINIMAS: 155X50X40MM ; LARGURA DA FITA: 38MM; COMPRIMENTO TOTAL ABERTO: 990MM; PESO: 87G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	5
Quantidade Total:	5	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	142,12		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (5)		

26 - REANIMADOR MANUAL

Descrição Detalhada: REANIMADOR MANUAL EM SILICONE, KIT COMPLETO COM MASCARA, VALVULA PARA PACIENTE, VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO, SACO RESERVATORIO, CONEXAO,. DEVERA SUPORTAR ASSPESSIA / HIGIENIZACAO E/ OU SER AUTOCLAVAVEL. TAMANHO: ADULTO. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	1.693,63		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (10)		

27 - REANIMADOR MANUAL

Descrição Detalhada: REANIMADOR MANUAL M SILICONE, KIT COMPLETO COM MASCARA, VALVULA PARA PACIENTE, VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO, SACO RESERVATORIO, CONEXAO, DEVERA SUPORTAR ASSPESSIA / HIGIENIZACAO E/ OU SER AUTOCLAVAVEL ; TAMANHO: RECEM-NASCIDO. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	1.231,37		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (10)		

28 - REANIMADOR MANUAL

Descrição Detalhada: REANIMADOR MANUAL M SILICONE, KIT COMPLETO COM MASCARA, VALVULA PARA PACIENTE, VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO, SACO RESERVATORIO, CONEXAO, DEVERA SUPORTAR ASSPESSIA / HIGIENIZACAO E/ OU SER AUTOCLAVAVEL ; TAMANHO: RECEM-NASCIDO. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	175,24		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (10)		

29 - ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA

Descrição Detalhada: PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO AMARELA COM CINTO, ATE 160 KG, ALTURA: 5CM, LARGURA: 44CM; COMPRIMENTO: 183CM; PESO: 8,16KG. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 513,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

30 - CAIXA TÉRMICA

Descrição Detalhada: GELOX REUTILIZAVEL DE GEL, MATERIAL PLASTICO TIPO POLIURETANO, EMBALAGEM RIGIDA, CONTEUDO GEL A BASE DE CELULOSE VEGETAL EM CONCENTRACAO NAO TOXICA E AGUA . TAMANHO: 28X15X2, APROXIMADAMENTE 500ML. COR BRANCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

31 - CAIXA TÉRMICA

Descrição Detalhada: GELOX REUTILIZAVEL DE GEL, MATERIAL PLASTICO TIPO POLIURETANO, EMBALAGEM RIGIDA, CONTEUDO GEL A BASE DE CELULOSE VEGETAL EM CONCENTRACAO NAO TOXICA E AGUA . TAMANHO APROXIMADO: 17X4X10CM. APROXIMADAMENTE 500ML. COR BRANCA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

32 - TERMÔMETRO CLÍNICO

Descrição Detalhada: TERMOMETRO QUE AFERE TEMPERATURA PELA TESTA, PELO INFRAVERMELHO, SEM CONTATO DIRETO COM A PELE DO PACIENTE, EM DISTANCIA MINIMA DE 5CM E MAXIMA DE 15CM, SISTEMA DE RECONHECIMENTO APENAS DO CORPO HUMANO, ALIMENTACAO 2 PILHAS, DESLIGAMENTO AUTOMATICO MAXIMO 20 SEGUNDOS. DEVERA APRESENTAR COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, DEVERA SER CERTIFICADO/VERIFICADO PELO INMETRO. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

33 - TERMÔMETRO CLÍNICO

Descrição Detalhada: TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, ALIMENTACAO BATERIA, FAIXA DE MEDICAO: 32°C A 42°C, LEITURA RAPIDA, FUNCAO DESLIGAMENTO AUTOMATICO, DEVERA SER CERTIFICADO/VERIFICADO PELO INMETRO. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	137,63		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (60)

34 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TEMPERATURA MAXIMA O MINIMO. CABO DE 2,4 METROS. FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA-20°C A 70 °C . FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA-50°C A 70°C . RESOLUCAO 0,1°C. EXATIDAO TEMPERATURA/UMIDADE± 1°C. DIMENSOES APROXIMADAS DE : PESO 8,6 X 6,4 X 2,2 CM (A,L,C) - 0,085KG.PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	129,80		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

35 - DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

Descrição Detalhada: FITA METRICA POSSUIR BOTAO TRAVA AUTOMATICO PARA NAO SE ENROLAR AUTOMATICAMENTE. BOTAO DE ACIONAMENTO PARA RECOLHIMENTO DA FITA METRICA. COMPRIMENTO: 150CM, EM MATERIAL ATOXICO, PERMITINDO HIGIENIZACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,76		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

36 - RELÓGIO

Descrição Detalhada: RELOGIO DIGITAL RELOGIO DE PAREDE EM LED VERMELHO DIGITAL, ALTO BRILHO E CONTRASTE. NUMEROS GRANDES, DISPLAY EM PORTUGUES PARA DIAS DA SEMANA, DEVERA TER SER FACIL AJUSTE E EM SISTE,A ELETRONICO DE QUARTZO. ESPECIFICACOES MINIMAS DE ALTURA: 15.5 CM - LARGURA: 36,5 CM - ESPESSURA: 3 CM. COMPRIMENTO DO CABO DO CARREGADOR: 178 CM - PESO APROXIMADAMENTE: 1010 G. DEVERA TER GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, DEVERA SER RESISTENTE A HIGIENIZACOES.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	113,78		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

37 - CARRO - USO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: CARRO PARA ELETROCARDIOGRAFO COM ACABAMENTO DA BASE COM TAMPAS PLASTICAS, 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE MINIMO 75MM EM SILICONE, SENDO 2 COM TRAVAS, COR BRANCO, COM GAVETA EM ACO CARBONO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS. BANDEJA SUPERIOR FABRICADA EM CHAPA DE ACO SAE1010. DEVERA TER BASE COM REVESTIMENTO ANTIMICROBIANO. A ESTRUTURA DO CARRINHO DEVERA SER EM ACO CARBONO. DEVERA ER RESISTENTE A HIGIENIZACAO PARA USO HOSPITALAR. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.570,70		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)			

38 - APARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO

Descrição Detalhada: PEDALINHO P/ FISIOTERAPIA ; BI-DIRECIONAL ; -PODE SER UTILIZADO NO SOLO (P/MMII) OU SOBRE MESA (P/MMSS). -RESISTENCIA MECANICA ATRAVES DE KNOB. TIRAS PARA FIXACAO DOS PES, SAPATAS ANTIDERRAPANTES PARA EVITAR O DESLOCAMENTO DO APARELHO DURANTE A SUA UTILIZACAO. CONSTRUIDO EM ACO , COM PINTURA ELETROSTATICA. PODE SER TRANSPORTADO FACILMENTE E OCUPA POUCO ESPACO. DEVERA PESAR NO MAXIMO PESO: 3 KG ; ALTURA: 19 CM; LARGURA: 50 CM COMPRIMENTO: 9 CM. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	351,89		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)			

39 - ANDADOR ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CAPACIDADE DE 130 KG.; 5 NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, COM PINO TRAVA; FUNCAO FIXO E ARTICULADO; PRODUTO DOBRAVEL PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO; CORPO EM ALUMINIO; BARRAS CENTRAIS EM ACO; APOIOS DE MAO EMBORRACHADO COM ARRUELAS INTERNAS; PONTEIRAS DE BORRACHA. TAMANHO UNICO – USO OBESO, ADULTO E IDOSO. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	564,77		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)			

40 - EQUIPAMENTO P/ AQUECIMENTO - USO MÉDICO

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO EFETIVO DO PACIENTE COM AR FORCADO ;FLUXO DE AR AJUSTAVEL:SIM ; CONFIGURACOES DE TEMPERATURA: AMBIENTE 32 C°; 38 C°; 43 C°; PAINEL COM DISPLAY; VOLTAGEM:220V ; DIMENSOES DO EQUIPAMENTO:36 X 27 X 28CM; -PESO DO EQUIPAMENTO MAXIMO DE 4,6KG. PRODUTO DEVERA TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO OU CADASTRO VALIDO NA ANVISA E CERTIFICACAO DO INMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15.144,75		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)			

41 - VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: VENTILADOR PULMONAR MULTIPARAMETRICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	11	Quantidade Mínima Cotada:	11
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	171.700,17		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (11)

42 - APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA

Descrição Detalhada: APARALHO DE ULTRASSOM PORTATIL:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194.520,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

43 - BERÇO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: BERCO AQUECIDO COM RESSUCITADOR INCORPORADO PARA RN:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	60.846,95		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

44 - CAMA HOSPITALAR

Descrição Detalhada: CAMA PPP:

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61.375,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)