

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - INDICADOR BIOLÓGICO

Descrição Detalhada: INDICADOR BIOLOGICO, TIPO AUTOCONTIDO, MATERIAL AMPOLA EXTERNA PLASTICO, INTERNA VIDRO, PROCESSO ESTERILIZACAO A VAPOR, TEMPO DE RESPOSTA EM ATE 3H, ESPECIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, ROTULO COM LOTE E DATA DE FABRICACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1950 **Quantidade Mínima Cotada:** 1950

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1950)

2 - INDICADOR QUÍMICO

Descrição Detalhada: INTEGRADOR QUIMICO, CLASSE VI, APRESENTACAO EM TIRA DE PAPEL, APLICACAO MONITORIZACAO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS REAGE COM O TEMPO, PRESSAO, E TEMPERATURA DO VAPOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5304 **Quantidade Mínima Cotada:** 5304

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (5304)

3 - INDICADOR QUÍMICO

Descrição Detalhada: INDICADOR QUIMICO, CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTACAO TIRA DE PAPEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZACAO A VAPOR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3920 **Quantidade Mínima Cotada:** 3920

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (3920)

4 - INDICADOR QUÍMICO

Descrição Detalhada: TESTE BOWIE & DICK. METODO EFICIENTE PARA MONITORAR DIARIAMENTE O SISTEMA DE PRE-VACUO EM ESTERILIZADORES A VAPOR COM BOMBA DE VACUO. DEVERA IDENTIFICAR A PRESENÇA DE AR NO INTERIOR DOS PACOTES, CAUSADOS POR FALHAS DURANTE O PROCESSO DE REMOCAO DE AR OU NA PENETRAÇÃO EFICAZ DO VAPOR. DISPONIVEIS NA FORMA DE PACOTES TESTE PADRAO JA PREPARADOS. FACIL LEITURA, INDICAM CLARAMENTE O ESTADO INICIAL E FINAL ESPERADO APOS A REALIZACAO DO TESTE. CALIBRADOS EM AUTOCLAVES LABORATORIAIS TIPO BIER COM REMOCAO DE AR DE 4 MM HG/MIN. CALCULADAS A 134°C DURANTE 3,5 A 4 MINUTOS, COM TABELA DE EQUIVALENCIA PARA TEMPERATURAS DE 121° OU 127°C.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1024 **Quantidade Mínima Cotada:** 1024

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,68

9 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Detalhada: PAPEL GRAU CIRURGICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR QUIMICO DE PROCESSO, LARGURA 15CM, COMPRIMENTO 100M, APLICACAO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G /M²(PAPEL), 57G/M²(FILME), APLICACAO EMBALAGEM DE MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - ROLO C/100 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 257 **Quantidade Mínima Cotada:** 257

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,27

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (257)

10 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Detalhada: PAPEL GRAU CIRURGICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR QUIMICO DE PROCESSO, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 100M, APLICACAO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G /M²(PAPEL), 57G/M²(FILME), APLICACAO EMBALAGEM DE MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - ROLO C /100 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 208 **Quantidade Mínima Cotada:** 208

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (208)

11 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Detalhada: PAPEL GRAU CIRURGICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR QUIMICO DE PROCESSO, LARGURA 30CM, COMPRIMENTO 100M, APLICACAO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G /M²(PAPEL), 57G/M²(FILME), APLICACAO EMBALAGEM DE MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - ROLO C/100 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 211 **Quantidade Mínima Cotada:** 211

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (211)

12 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Detalhada: PAPEL GRAU CIRURGICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR QUIMICO DE PROCESSO, LARGURA 40CM, COMPRIMENTO 100M, APLICACAO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G /M²(PAPEL), 57G/M²(FILME), APLICACAO EMBALAGEM DE MATERIAL PARA ESTERILIZACAO - ROLO C/100 METROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226 **Quantidade Mínima Cotada:** 226

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (226)

13 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Detalhada: EMBALAGEM EM FOLHAS, USO UNICO, PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGOS MEDICO- HOSPITALAR A OXIDO DE ETILENO, GAS FORMALDEIDO, VAPOR SATURADO OU PEROXIDO DE HIDROGENIO. PRODUZIDA EM NAO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO, POROSIDADE CONTROLADA. ATOXICA, HIPO-ALERGENICA, COM BARREIRA MICROBIANA. HIDRORREPELENTE, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERAVEL, RECICLAVEL E FOTODEGRADAVEL. TAMANHO: 60CM X 60 CM A 80CM X 80CM, GRAMATURA PESADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3510

Quantidade Mínima Cotada: 3510

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,43

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (3510)

14 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Detalhada: EMBALAGEM EM FOLHAS, USO UNICO, PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGOS MEDICO- HOSPITALAR A OXIDO DE ETILENO, GAS FORMALDEIDO, VAPOR SATURADO OU PEROXIDO DE HIDROGENIO. PRODUZIDA EM NAO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO, POROSIDADE CONTROLADA. ATOXICA, HIPO-ALERGENICA, COM BARREIRA MICROBIANA. HIDRORREPELENTE, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERAVEL, RECICLAVEL E FOTODEGRADAVEL. MEDIDA 150CM X 150CM, GRAMATURA PESADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2610

Quantidade Mínima Cotada: 2610

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (2610)

15 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Detalhada: EMBALAGEM EM FOLHAS, USO UNICO, PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGOS MEDICO- HOSPITALAR A OXIDO DE ETILENO, GAS FORMALDEIDO, VAPOR SATURADO OU PEROXIDO DE HIDROGENIO. PRODUZIDA EM NAO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO, POROSIDADE CONTROLADA. ATOXICA, HIPO-ALERGENICA, COM BARREIRA MICROBIANA. HIDRORREPELENTE, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERAVEL, RECICLAVEL E FOTODEGRADAVEL. MEDIDA 100CM X 100CM, GRAMATURA PESADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,68

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1300)

16 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Detalhada: EMBALAGEM EM FOLHAS, USO UNICO, PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGOS MEDICO- HOSPITALAR A OXIDO DE ETILENO, GAS FORMALDEIDO, VAPOR SATURADO OU PEROXIDO DE HIDROGENIO. PRODUZIDA EM NAO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO, POROSIDADE CONTROLADA. ATOXICA, HIPO-ALERGENICA, COM BARREIRA MICROBIANA. HIDRORREPELENTE, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERAVEL, RECICLAVEL E FOTODEGRADAVEL. MEDIDA 50CM X 50CM, GRAMATURA PESADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650

Quantidade Mínima Cotada: 650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (650)

17 - CAMPO CIRÚRGICO INCISIONAL ADESIVO

Descrição Detalhada: KIT CIRURGICO ESTERIL UNIVERSAL, COMPOSTO DE MATERIA PRIMA SMS 100% POLIPROPILENO, HIDRORREPELENTE, HEMORREPELENTE E IMPERMEAVEL. BARREIRA MICROBIANA CONTRA VIRUS E BACTERIAS, MALEAVEL, CONFORTAVEL, ATOXICO E COM ALTA CAPACIDADE DE IMPERMEABILIDADE. DEVERA CONTER: COBERTURA DE MESA INSTRUMENTAL, FRONHA DE MAYO COM REFORCO ABSORVENTE, CAMPO SUPERIOR COM PASSADOR DE TUBOS (COM REFORCO ABSORVENTE E FITA ADESIVA), CAMPO INFERIOR COM REFORCO ABSORVENTE E FITA ADESIVA, CAMPOS LATERAIS COM REFORCO ABSORVENTE E FITA ADESIVA, BOLSAS PARA INSTRUMENTOS E FITAS ADESIVAS AVULSAS HIPOALERGENICAS. USO UNICO E DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	650	Quantidade Mínima Cotada:	650
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	70,26		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (650)

18 - CAMPO CIRÚRGICO INCISIONAL ADESIVO

Descrição Detalhada: KIT CIRURGICO ORTOPEDIA ESTERIL, COMPOSTO DE MATERIA PRIMA SMS 100% POLIPROPILENO, HIDRORREPELENTE, HEMORREPELENTE E IMPERMEAVEL. BARREIRA MICROBIANA CONTRA VIRUS E BACTERIAS, MALEAVEL, CONFORTAVEL, ATOXICO E COM ALTA CAPACIDADE DE IMPERMEABILIDADE. DEVE FORNECER ABSORCAO DE FLUIDOS, GARANTINDO ADEVIDA PROTECAO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL DE SAUDE, MINIMIZANDO TRANSFERENCIAS CRUZADAS DE AGENTES INFECCIOSOS DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, BEM COMO CONFORTO, MALEABILIDADE E ALTA RESISTENCIA AO RASGO E FRICCAO E SEGUIR AS NORMAS. DEVERA CONTER OS SEGUINTES ITENS: CAMPO DE MESA COM REFORCO ABSORVENTE, CAMPO IMPERMEAVEL EM "U" E FITA ADESIVA, BOTA IMPERMEAVEL, CAMPO CIRURGICO INFERIOR COM REFORCO ABSORVENTE, IMPERMEAVEL, FITA ADESIVA E FENESTRA EM "U", CAMPO CIRURGICO SUPERIOR COM REFORCO ABSORVENTE, IMPERMEAVEL E FITA ADESIVA, BOLSA DE INSTRUMENTOS, FITA HIPOALERGENICA E ADESIVAS AVULSAS. USO UNICO E D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	68,27		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (120)

19 - CAMPO CIRÚRGICO INCISIONAL ADESIVO

Descrição Detalhada: KIT CIRURGICO GINECOLOGIA, UROLOGIA E PROCTOLOGIA, ESTERIL, COMPOSTO DE MATERIA PRIMA SMS 100% POLIPROPILENO, HIDRORREPELENTE, HEMORREPELENTE E IMPERMEAVEL. BARREIRA MICROBIANA CONTRA VIRUS E BACTERIAS, MALEAVEL, CONFORTAVEL, ATOXICO E COM ALTA CAPACIDADE DE IMPERMEABILIDADE. DEVERA CONTER: COBERTURA IMPERMEAVEL DE MESA DE INSTRUMENTOS COM REFORCO ABSORVENTE, PERNEIRAS, CAMPO INFERIOR COM BOLSA COLETORA, CAMPO SUPERIOR, FITA HIPOALERGENICA, FITAS ADESIVAS AVULSAS. USO UNICO E DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	600	Quantidade Mínima Cotada:	600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	96,81		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (600)

20 - CAMPO CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: CAMPO CIRURGICO OFTALMOLOGIA, DEVERA CONTER; BOLSA COLETORA, COMPOSTO DE MATERIA PRIMA SMS 100% POLIPROPILENO, HIDRORREPELENTE, HEMORREPELENTE E IMPERMEAVEL, BARREIRA MICROBIANA CONTRA VIRUS E BACTERIAS, MALEAVEL, CONFORTAVEL, ATOXICO E COM ALTA CAPACIDADE DE IMPERMEABILIDADE. USO UNICO E DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (600)

21 - CAMPO CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: CAMPO CIRURGICO ESTERIL LAMINADO OU SMS VARAL DE MEDIDAS 180X200 CM. USO UNICO E DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1000)

22 - CAMPO CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO E ADESIVADO EM NAO TECIDO, TAMANHO 150X2,50 CM. USO UNICO E DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (600)

23 - CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL

Descrição Detalhada: KIT CIRURGICO ESTERIL BASICO, DE USO UNICO, COMPOSTO DE MATERIA PRIMA SMS 100% POLIPROPILENO, HIDRORREPELENTE, HEMORREPELENTE E IMPERMEAVEL. BARREIRA MICROBIANA CONTRA VIRUS E BACTERIAS, MALEAVEL, CONFORTAVEL, ATOXICO E COM ALTA CAPACIDADE DE IMPERMEABILIDADE. DEVE CONTER: COBERTURA DE MESA INSTRUMENTAL, FRONHA DE MAYO COM REFORCO ABSORVENTE, CAMPO SUPERIOR COM (PASSADOR DE TUBOS) COM REFORCO ABSORVENTE E FITA ADESIVA, CAMPO INFERIOR COM FENESTRA EM "U" E REFORCO ABSORVENTE E FITA ADESIVA, FITAS ADESIVAS AVULSAS HIPOALERGENICAS. USO UNICO E DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1000)

24 - CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL

Descrição Detalhada: KIT CIRURGICO OTORRINO, CABECA E PESCOCO, ESTERIL, DE USO UNICO, COMPOSTO DE MATERIA PRIMA SMS 100% POLIPROPILENO, HIDRORREPELENTE, HEMORREPELENTE E IMPERMEAVEL. BARREIRA MICROBIANA CONTRA VIRUS E BACTERIAS, MALEAVEL, CONFORTAVEL, ATOXICO E COM ALTA CAPACIDADE DE IMPERMEABILIDADE. DEVE FORNECER ABSORCAO DE FLUIDOS, GARANTINDO A DEVIDA PROTECAO DO PACIENTE E DO PROFISSIONAL DE SAUDE, MINIMIZANDO TRANSFERENCIAS CRUZADAS DE AGENTES INFECCIOSOS DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, BEM COMO CONFORTO, MALEABILIDADE E ALTA RESISTENCIA AO RASGO E FRICCAO E SEGUIR AS NORMAS. DEVERA CONTER; CAMPO DE MESA COM REFORCO ABSORVENTE , CAMPO CIRURGICO INFERIOR COM REFORCO ABSORVENTE, IMPERMEAVEL, FITA ADESIVA E FENESTRADO EM "U", CAMPO CIRURGICO SUPERIOR COM REFORCO ABSORVENTE, COM TURBANTE REMOVIVEL, FITA HIPOALERGENICA E ADESIVAS AVULSAS. USO UNICO E DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,94		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1000)

25 - PELE INSTRUMENTO MUSICAL

Descrição Detalhada: CAMPO BRANCO PARA BANDEJA DE INSTRUMENTAL EM TECIDO COM FIBRAS HIDROENTRELACADAS 100% DE VISCOSE, GRAMATURA PESADA, 70 GRAMAS, ISENTO DE AMIDO E ATOXICO. TAMANHO 30 CM X 37,5 CM. EM ROLO COM 600 FOLHAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,40		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (1000)

26 - ETIQUETA ADESIVA

Descrição Detalhada: ETIQUETA COM DUPLA CAMADA ADESIVA COM CORTE LATERAL, ISENTO DE CELULOSE, PARA EMBALAGENS DE TYVEC E ENVELOPES PLASTICOS, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 95X50MM E AREA PARA IMPRESSAO DE 9,0x4,5MM, EM ROLOS COM 500 ETIQUETAS PARA USO NA IMPRESSORA TIPO ZEBRA COM RIBBON DE RESINA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,47		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (10)

27 - DETERGENTE ENZIMÁTICO

Descrição Detalhada: SOLUCAO MULTIENTZIMATICA COM ATÉ 5 ENZIMAS SUPERCONCENTRADAS, CONTENDO TENSOATIVO NAO IONICO, PH NEUTRO, NAO ESPUMANTE E NAO DEIXAR RESIDUOS; A SOLUCAO DEVE DEGRADAR OS CONTAMINANTES DE FORMA RAPIDA, POR CONTATO, ENTRE 2 A 5 MINUTOS. COMPATIVEL COM TODOS OS MATERIAIS E ARTIGOS MEDICOS. NAO DANIFICAR FIBRAS OTICAS E MATERIAL VIDEO ENDOSCOPICO. APRESENTACAO: GALAO CAPACIDADE 5 LITROS, COM SELO METALICO DE INVIOABILIDADE. DILUICAO ENTRE 1 ML A 3 ML POR LITRO DE AGUA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	126,22		
Unidade de Fornecimento:	EMBALAGEM 700,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (10)

28 - DETERGENTE

Descrição Detalhada: DETERGENTE ALCALINO COM PH ATÉ 13 FORMULADO ESPECIALMENTE PARA USO EM LAVADORAS TERMODESINFECTORA, MAQUINAS DE ULTRASSOM E LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAIS, BORRACHAS, PLASTICOS OU TUBOS CORRUGADOS. NAO DEIXA RESIDUOS APOS O ENXAGUE, NAO ESPUMANTE E NAO CORROSIVO. PRODUTO CONCENTRADO COM DILUICOES A PARTIR DE 0,5 ML ATÉ 2 ML POR LITRO DE AGUA. DEVE SER ISENTO DE HIDROXIDO DE SODIO (SODA CAUSTICA), APRESENTAR LAUDO DE NAO CORROSIVIDADE. APRESENTACAO: GALAO DE 5 LITROS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 228,33

Unidade de Fornecimento: BOMBONA 8,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (10)

29 - LUBRIFICANTE MINERAL

Descrição Detalhada: LUBRIFICANTE DE ULTIMA GERACAO, RAPIDA SECAGEM COM EFEITO LUBRIFICANTE NA LAVAGEM AUTOMATIZADA PARA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES. A FORMULACAO PERMITE A QUEBRA DA TENSAO SUPERFICIAL DA AGUA, ELIMINANDO AS GOTICULAS DE AGUA DO ENXAGUE FINAL, AUXILIANDO NA SECAGEM E LUBRIFICANDO OS MATERIAIS. COMPOSICAO DESNATURANTE, ESTABILIZANTE DE PH, TENSOATIVO NAO IONICO, ESTABILIZANTE E AGUA. DILUICAO DE 0,8 ML A 2 ML PARA CADA LITRO DE AGUA UTILIZADA, EM TEMPERATURA DE 75 A 93° C. APRESENTACAO FRASCO DE 1 LITRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (13)

30 - REMOVEDOR FERRUGEM

Descrição Detalhada: REMOVEDOR DE OXIDACAO EM SPRAY PARA AUTOCLAVES, COM ESPUMA LEVE. DEVE REMOVER FERRUGENS, MANCHAS, CORROSAO E PLACAS DE DEPOSITOS ALCALINOS E MINERAIS DAS SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS DE AUTOCLAVES E DE QUALQUER UTENSILIO EM ACO INOX. APRESENTACAO: FRASCO DE 500 ML, COM SELO METALICO DE INVIOLABILIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (13)

31 - DETERGENTE SANEANTE

Descrição Detalhada: SOLUCAO DE BAIXA FORMACAO DE ESPUMA, DESENVOLVIDO PARA PRE LIMPEZA A BASE DE GEL COM PROTEASE E LIPASE, TENSOATIVOS NAO IONICOS, UMECTANTES, SEQUESTRANTE, ACIDIFICANTE, ISOTIAZOLINONA, ESPESSANTE E AGUA, PARA PREVENIR A ADERENCIA DA MATERIA ORGANICA NOS INSTRUMENTAIS E ENDOSCOPIOS, INICIANDO O PROCESSO DE DEGRADACAO DA MATERIA ORGANICA. APRESENTACAO: FRASCO DE 1 LITRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (13)

32 - REMOVEDOR FERRUGEM

Descrição Detalhada: REMOVEDOR DE OXIDACAO PARA INSTRUMENTOS CIRURGICOS DE ACO INOX; SOLUCAO REVITALIZADORA DE USO CORRETIVO, EMPREGADA PARA REMOVER FERRUGENS, CROSTAS, MANCHAS E OXIDACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO EM ACO INOX. DEVE LIBERAR ARTICULACOES E MECANISMOS DE ENGATES TRANCADOS, ELIMINAR MANCHAS DE OXIDACAO E PLACAS MINERAIS. REVITALIZA E CONSERVA O INSTRUMENTAL CIRURGICO DE ACO INOX. APRESENTACAO: GALAO DE 5 LITROS, COM SELO METALICO DE INVIOABILIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	211,36		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (13)		

33 - PELE INSTRUMENTO MUSICAL

Descrição Detalhada: CAMPO BRANCO PARA BANDEJA DE INSTRUMENTAL FABRICADO EM TECIDO COM FIBRAS HIDROENTRELACADAS COM JATOS DE AGUA, CONHECIDA COMO APUNLACE, COM 70% FIBRAS DE VISCOSE E 30% POLIESTER, GRAMATURA LEVE, ISENTO DE AMIDO, ATOXICO. TAMANHO 25 CM X 48 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1300	Quantidade Mínima Cotada:	1300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,40		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (1300)		

34 - CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL

Descrição Detalhada: CAMPO FENESTRADO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO PROCESSO SMS. GRAMATURA MINIMA DE 40G/M², COR AZUL, TAMANHO 60 CM X 60 CM, COM FENESTRA CENTRAL DE 10 CM DE DIAMETRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	650	Quantidade Mínima Cotada:	650
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,70		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (650)		

35 - PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: ETIQUETAS ADESIVAS PARA ROTULAGEM DE PACOTES DE MATERIAIS QUE SERAO SUBMETIDOS A TERMODESINFECCAO COM A SEGUINTE APRESENTACAO; DUPLO ADESIVO; REGISTRA 5 INFORMACOES: DATA DE VALIDADE, NUMERO DA TERMODESINFECTORA, OPERADOR E NUMERO DE LOTE; USO EM TODO TIPO DE EMBALAGEM: TECIDO, PAPEL GRAU, SMS E OUTROS; ATOXICA E DE FACIL UTILIZACAO. ROLO COM 500 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,05		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (8)		

36 - AVENTAL

Descrição Detalhada: AVENTAL PARA CME, NAO ESTERIL, IMPERMEAVEL, REUTILIZAVEL, LAMINADO, DE CORPO INTEIRO, ABERTO ATRAS COM TIRAS EXTERNAS PARA FECHAMENTO POR TRANSPASSE POSTERIOR, ATOXICO, ISENTO DE LATEX, DECOTE REDONDO COM ACABAMENTO EM VIES, MANGA LONGA COM PUNHO EM ELASTICO. REPELENTE A RESPINGOS, FLUIDOS BIOLOGICOS, LIQUIDOS E PRODUTOS QUIMICOS, GRAMATURA DE 50 G/M² EM POLIPROPILENO E POLIETILENO, TAMANHO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35,79		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (4)		

37 - INDICADOR QUÍMICO

Descrição Detalhada: TESTE DESAFIO PARA VERIFICACAO DA EFICACIA DE LIMPEZA EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E ULTRASSONICAS. O TESTE E COMPOSTO DE UMA LAMINA DE ACO OU ACRILICA, IMPREGNADA DE SANGUE ARTIFICIAL FABRICADO COM FRACOES DE PROTEINA PURIFICADA E PADRONIZADA, EMBALADA NUM ENVELOPE DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADO. FINALIDADE SIMULAR SITUACOES DE CRITICIDADE NORMALMENTE ENCONTRADAS NA LAVAGEM AUTOMATIZADA, DE MATERIAIS E CANULADOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,37		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (13)		

38 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DE SEGURANCA ISOLANTE, MATERIAL NEOPRENE CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FORRO ISOLANTE, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, PARA RESISTENCIA EM ALTAS TEMPERATURAS, SEM COSTURA, CINCO DEDOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CM, IDEAL PARA PROTECAO TERMICA DA MAO E ANTEBRACO. POSSUI ALTA RESISTENCIA A TEMPERATURAS TAMANHO UNICO M. APRESENTACAO PAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,06		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (5)		

39 - REAGENTE ANALÍTICO 4

Descrição Detalhada: TESTE QUIMICO DE ATP, UTILIZADO PARA AVALIACAO AMOSTRAL FINAL DO PROCESSO DE LIMPEZA ATRAVES DA DETECCAO DE RESIDUOS DE SANGUE EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS E SUPERFICIES QUE JA FORAM SUBMETIDOS A LIMPEZA ROTINEIRA. E COMPOSTO DE DUAS AMPOLAS PLASTICAS, UMA DELAS CONTENDO LIQUIDO COM ENZIMAS E UM SWAB PRE UMEDECIDO COM SUBSTANCIA COLETORA DE ATP. TESTES DE UTILIZACAO UNICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,78		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (13)		

40 - MATERIAL LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: TESTE QUIMICO DE ATP, UTILIZADO PARA AVALIACAO AMOSTRAL FINAL DO PROCESSO DE LIMPEZA ATRAVES DE DETECAAO DE RESIDUOS SANGUE EM INSTRUMENTAIS CANULADOS DE 5 MM, E COMPOSTO DE DUAS AMPOLAS PLASTICAS, UMA DELAS CONTENDO LIQUIDO COM ENZIMAS E UM SWAB FLEXIVEL PRE UMEDECIDO COM SUBSTANCIA COLETORA DE ATP. TESTES DE UTILIZACAO UNICA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (13)

41 - INDICADOR QUÍMICO

Descrição Detalhada: TESTE PRONTO PARA USO, UTILIZADO PARA AVALIAR O FUNCIONAMENTO DA LAVADORA ULTRASSONICA, MONITORANDO A INTEGRACAO ENTRE POTENCIA, FREQUENCIA E TEMPO TOTAL, RESPONSAVEIS PELA QUEBRA DA CADEIA DE SUJIDADE DOS INSTRUMENTAIS. O TESTE DEVE SER COMPOSTO DE UMA AMPOLA CONTENDO REAGENTE QUIMICO SENSIVEL A ALTAS TEMPERATURAS E MICRO ESFERAS DE VIDRO. AO SER INTRODUIDO NA LAVADORA, SE O CONJUNTO DE FATORES FOR IDEAL, PRODUZIRA UM AQUECIMENTO NO PONTO DE CONTATO DAS ESFERAS QUE PROVOCARA A MUDANCA DE COLORACAO DO REAGENTE QUIMICO, CONCLUINDO-SE QUE O EQUIPAMENTO ESTA CONFORME E APTO A FAVORECER DE FORMA ADEQUADA O PROCESSO DE LIMPEZA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (13)

42 - ESCOVA LIMPEZA - CME

Descrição Detalhada: ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EM GERAL COM 18 CM DE COMPRIMENTO. CERDAS DE ACO NAS DUAS EXTREMIDADES, SENDO QUE EM UMAS DAS EXTREMIDADES TEM TRES FILAS DE CERDAS PARA DESCONTAMINACAO GERAL. A OUTRA EXTREMIDADE CONTEM UMA UNICA FILEIRA DE CERDAS PARA DESCONTAMINACAO DELICADA E FINA. POSSUI CABO ANTIDERRAPANTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,07

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (13)

43 - CONJUNTO ESCOVA

Descrição Detalhada: KIT DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE MATERIAL CANULADO (PARA USO EM LAPAROSCOPIA, ASPIRADORES, PARAFUSOS CANULADOS E OUTROS MATERIAIS DE LUMENS). COMPOSTO DE: ESCOVAS DE CERDAS EM NYLON, LONGA, NOS TAMANHOS DE 2,5MM X 61 CM; 5MM X 61CM; 7MM X 61CM; 10MM X 61CM; 5MM X 40CM; 7MM X 40CM; 10MM X 40CM; 2MM X 30CM; 3MM X 30CM; 4MM X 30CM; 5MM X 30CM; 6MM X 30CM; ESCOVAS DE CERDAS DE NYLON CURTA NOS TAMANHOS DE 1,67MM X 18CM; 2MM X 22COM; 2,3MM X 22CM; 2,7MM X 22CM; 3MM X 22CM; 3,3MM X 22CM; 3,7 MM X 22CM; 4MM X 22CM. O KIT DEVERA POSSUIR TRES UNIDADES DE CADA ESCOVA. DEVERA SER ACOMPANHADO DE PAINEL(IS) PARA ARMAZENAMENTO DAS ESCOVAS POR ORDEM DE TAMANHO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.014,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (2)

44 - ESCOVA LIMPEZA GERAL

Descrição Detalhada: ESCOVA PARA LIMPEZA DE COMADRES HOSPITALARES COM CABO EM NYLON MEDINDO 300MM DE COMPRIMENTO, E GANCHO PARA PENDURAR, CERDA CIRCULAR EM NYLON MEDINDO 220X180MM ANGULADO EM 30° COM 55MM DE DIAMETRO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,44		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (7)

45 - ESCOVA LIMPEZA - CME

Descrição Detalhada: ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS CIRURGICOS, COM CABO PLASTICO MEDINDO 170MM DE COMPRIMENTO, TIPO ESCOVA DE DENTES, COM CERDAS EM ACO INOX, COM TRES LINHAS DE CERDAS MEDINDO 35X8X15MM (CXLXA).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,47		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (7)

46 - ESCOVA LIMPEZA GERAL

Descrição Detalhada: ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CIRURGICO, CABO ANATOMICO MEDINDO 17CM COM DUPLA CERDA EM ACO INOX EM AMBAS EXTREMIDADES, REUTILIZAVEIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,03		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (7)

47 - ESPONJA LIMPEZA

Descrição Detalhada: FIBRA DE LIMPEZA/FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO PARA AUXILIO NA LIMPEZA MANUAL DO MATERIAL CIRURGICO, EQUIPAMENTOS E SUPERFICIES. DESCARTAVEL, DIMENSOES 125X87MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,18		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (26)

48 - CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO

Descrição Detalhada: KIT CIRURGICO DE LAPAROTOMIA DESCARTAVEL, CONTENDO: 01 UND DE COBERTURA IMPERMEAVEL DE MESA AUXILIAR 1,30 X 2,20 M COM REFORCO ABSORVENTE; 1 UND DE CAMPO CIRURGICO INFERIOR EM SMS MEDINDO 1,60 X 2,00 M COM FITA ADESIVA HIPOALERGENICA, REFORCO ABSORVENTE E IMPERMEAVEL; 02 UNIDADE DE CAMPOS CIRURGICOS LATERAL EM SMS MEDINDO 1,00 X 1,60 M COM FITA ADESIVA HIPOALERGENICA, REFORCO ABSORVENTE E IMPERMEAVEL; 01 UND DE CAMPO CIRURGICO EM SMS MEDINDO 1,60 X 2,60 M FITA ADESIVA HIPOALERGENICA, REFORCO ABSORVENTE E IMPERMEAVEL, DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	78	Quantidade Mínima Cotada:	78
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	75,90		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (78)		

49 - INDICADOR BIOLÓGICO

Descrição Detalhada: PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO DE MOVIMENTO FRONTAL. PACOTE TESTE DESAFIO DE PRONTO USO, DE USO UNICO, COMPOSTO POR UM INTEGRADOR QUIMICO TIPO 5, POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL OU PERMANENTE POR CONCESSAO DE USO LIVRE. INTEGRADOR DE MOVIMENTO FRONTAL QUE NAO EXIGEM INTERPRETACAO DA COR. CONSISTE DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PILULA QUIMICA SENSIVEL A TEMPERATURA E AO VAPOR, ACONDICIONADA DENTRO DE UM LAMINADO DE PAPEL/PELICULA EM UMA DAS FACES E NA OUTRA FACE POR PAPEL /PELICULA/FOLHA DE ALUMINIO. POSSUI JANELA IDENTIFICADA DE ACEITE E NAO ACEITE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	390	Quantidade Mínima Cotada:	390
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61,61		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (390)		

50 - MARCADOR DE INSTRUMENTAL

Descrição Detalhada: ESPIRAIS PARA MARCAÇAO E IDENTIFICAÇAO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, ISENTOS DE LATEX, DE APROXIMADAMENTE 35MM, PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, TOLERANDO A ESTERILIZAÇAO EM ALTAS TEMPERATURAS. SEU FORMATO COM SALIENCIAS INTERNAS NAO PERMITEM ADERENCIA NO MATERIAL FACILITANDO A LIMPEZA E A HIGIENIZAÇAO, EM DIVERSAS CORES. APRESENTAÇAO EMBALAGM COM 120 UNIDADES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1300	Quantidade Mínima Cotada:	1300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,35		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (1300)		

51 - CANETA DE MARCAÇÃO - USO MÉDICO

Descrição Detalhada: CANETA MARCADORA DE IDENTIFICAÇAO EM MATERIAL CIRURGICO, RESISTENTE A AGUA E A ESTERILIZAÇAO EM 134°C, PONTA DE APROXIMADAMENTE 0.75MM, DE DIVERSAS CORES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,25		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (13)		

52 - INDICADOR DE SELAGEM

Descrição Detalhada: TESTE PARA SELADORA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO, MEDINDO NO MINIMO 175X75MM, O TESTE DEVE MOSTRAR ATRAVES DE UMA MUDANCA DA TONALIDADE DA COR NO MOMENTO DA SELAGEM DO FILME PLASTICO EM CONTATO COM A TIRA INDICADORA, QUE POSSIBILITE A VISUALIZACAO DE FALHAS NA SELAGEM, BEM COMO A LARGURA DA SOLDA, DEVE POSSUIR 5 CAMPOS PARA REGISTRO DAS INFORMACOES: NUMERO DA SELADORA, DATA DA SELAGEM, NOME DO OPERADOR, ASSINATURA DO OPERADOR E RESULTADO. CADA UNIDADE DEVERA SER IDENTIFICADA COM O NUMERO DE LOTE, FABRICACAO E VALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (130)		

53 - MATERIAL LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: TESTE PARA LAVADORA ULTRASSONICA E TERMODESINFECTORA PROJETADO PARA O CONTROLE DE ROTINA DOS PROCESSOS DE LAVAGEM E MONITORAMENTO DETECTANDO A TEMPERATURA, TEMPO, CAVITACAO E HEGEMONIA QUIMICA. COM NIVEL ALTO DE DESAFIO, OPERANDO EM FREQUENCIAS IGUAIS OU SUPERIORES A 35 KHZ E TEMPERATURAS ENTRE 30 °C E 70 °C. COM REMOCAO TOTAL DA SUBSTANCIA ORGANICA, COM DIMENSOES ENTRE 70MM X 30MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (130)		

54 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Detalhada: EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO, COM INDICADOR QUIMICO, TERMOSELANTE, PARA ESTERILIZACAO POR FORMALDEIDO, GRAMATURA/ESPESSURA: 60 G/M2. TAMANHO: 15 CM X 100 M, APRESENTACAO: ROLO, USO UNICO, COMPOSICAO: C/ FILME POLIMERO MULTILAMINADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	86,53		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (26)		

55 - EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO

Descrição Detalhada: EMBALAGEM EM FOLHAS, USO UNICO, PARA ESTERILIZACAO DE ARTIGOS MEDICO- HOSPITALARES A OXIDO DE ETILENO, GAS FORMALDEIDO, VAPOR SATURADO OU PEROXIDO DE HIDROGENIO. PRODUZIDA EM NAO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO, POROSIDADE CONTROLADA. ATOXICA, HIPO-ALERGENICA, COM BARREIRA MICROBIANA. HIDRORREPELENTE, MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, INCINERAVEL, RECICLAVEL E FOTODEGRADAVEL. MEDIDA 120CM X 120CM, GRAMATURA PESADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1352	Quantidade Mínima Cotada:	1352
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,71		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (1352)		

56 - INDICADOR BIOLÓGICO

Descrição Detalhada: INDICADOR BIOLÓGICO ESPECIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, APLICACAO: PARA ESTERILIZACAO A VAPOR, TIPO: TERCEIRA GERACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM 1 HORA, APRESENTACAO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA. ROTULO COM LOTE E DATA DE FABRICACAO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1300	Quantidade Mínima Cotada:	1300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	50,59		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (1300)		

57 - ESCOVA LIMPEZA GERAL

Descrição Detalhada: ESCOVA LIMPEZA GERAL MATERIAL CORPO: PLASTICO , MATERIAL CERDAS: ACO, COMPRIMENTO: 16 CM, LARGURA: 7 CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,27		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (13)		

58 - LUVA PROTEÇÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE PROTECAO, MATERIAL: AMIANTO, TAMANHO: MEDIO, TIPO: 5 DEDOS, APLICACAO: SERVICOS GERAIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A CORTES E FLEXIVEL: REUTILIZAVEL, NAO ESTERIL, FORMATO ANATOMICO, DEVERA FORNECER PROTECAO CONTRA CHAMAS E CORTES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	148,75		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (7)		

59 - ACESSÓRIO P/ CME

Descrição Detalhada: PISTOLA PARA LIMPEZA E SECAGEM DE INSTRUMENTAL. MATERIAL: LIGA METALICA E SILICONE. ADICIONAL: COM PONTEIRAS DIVERSAS. COMPATIVEL COM REDE DE AR COMPRIMIDO E AGUA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.846,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Canoas/RS (2)		

60 - INDICADOR QUÍMICO

Descrição Detalhada: MEDIDOR DE LIMPEZA ULTRA SONICA MEDIDOR DE LIMPEZA ULTRASSONICA PARA MONITORAMENTO DO NIVEL DE ENERGIA ULTRASSONICA DURANTE A LIMPEZA DOS INSTRUMENTAIS; APRESENTACAO EM FRASCOS TRANSPARENTES, PRONTO USO E COM RESULTADO FACIL E IMEDIATO POR MUDANCA DE COR.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Canoas/RS (130)