

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: VIDEOGASTROSCOPIO ELETRONICO FLEXIVEL, COM CCD OU CMOS COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO, COM SISTEMA DE GANHO DE IMAGEM PARA DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS MUCOSAS E VASOS SANGUINEOS COM SISTEMA OTICO COM CAMPO DE VISAO FRONTAL. ANGULO DE VISAO DE APROXIMADAMENTE 140°, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100MM, COM CAPACIDADE DE ANGULACAO DE APROXIMADAMENTE 210° PARA CIMA, 90° PARA BAIXO E 100° PARA DIREITA E 100° PARA ESQUERDA. TUBO DE INSERCAO COM DIAMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 9,3 MM, DIAMETRO DISTAL DE APROXIMADAMENTE DE 9,3 E DIAMETRO DO CANAL DE TRABALHO DE NO MINIMO 2.8MM E COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADO 1050MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 1350MM, ESTERILIZAVEL POR PROCESSO DE BAIXA TEMPERATURA E CONECTOR A PROVA D AGUA COM TAMPA DE VEDACAO, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO EXISTENTE NO SERVICO DE ENDOSCOPIA: CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE VIDEO DE ALTA DEFINICAO HD DA MARCA: SONOSCAPE E MODELO: HD-350.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59.100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

2 - ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: VIDEOCOLONOSCOPIO ELETRONICO FLEXIVEL, COM CCD OU CMOS COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO, COM SISTEMA DE GANHO DE IMAGEM PARA DETALHAMENTO DAS ESTRUTURAS MUCOSAS E VASOS SANGUINEOS SISTEMA OTICO COM CAMPO DE VISAO FRONTAL, ANGULO DE VISAO DE APROXIMADAMENTE 140°, COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 3 A 100MM, TUBO DE INSERCAO COM DIAMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 12,8 MM, PONTA DISTAL COM DIAMETRO APROXIMADO DE 12,8MM E CANAL PARA INSTRUMENTOS COM DIAMETRO INTERNO APROXIMADO DE 4,2MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADO DE 1650MM, COMPRIMENTO TOTAL DE APROXIMADAMENTE DE 2000MM. CONTROLE DE ANGULACAO MINIMA DE 180° PARA CIMA E 180° PARA BAIXO E APROXIMADAMENTE 160° PARA DIREITA E 160° PARA ESQUERDA. ESTERILIZAVEL POR PROCESSO DE BAIXA TEMPERATURA E CONECTOR A PROVA D AGUA COM TAMPA DE VEDACAO, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO EXISTENTE NO SERVICO DE ENDOSCOPIA: CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE VIDEO DE ALTA DEFINICAO HD DA MARCA: SONOSCAPE E MODELO: HD-350.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62.300,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)