

**RELACÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000 SRP**

## **1 - Itens da Licitação**

## 1 - PRÓTESE DE JOELHO

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: TITANIO, MODELO: UNICOMPARTIMENTAL , COMPONENTE: COMPONENTE BASE TIBIAL, TIPO CIRURGIA: CIRURGIA PRIMARIA , TIPO FIXACAO: CIMENTACAO BIOLOGICA , ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. COMPONENTE BASE TIBIAL METALICA PARA PROTESE PRIMARIA UNICOMPARTIMENTAL DE JOELHO, CIMENTADA, PLATAFORMA FIXA OU MOVEL, E COM MINIMO DE 4 OPCOES DE TAMANHOS DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER BIOMET, AMPLITUDE, JOHNSON OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada: 5**

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Unitário (R\$):** 13.270,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0.00

**Quantidade Máxima para Adesões: 0**

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo: G1**

## 2 - PRÓTESE DE JOELHO

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: POLIETILENO, MODELO: UNICOMPARTIMENTAL, COMPONENTE: COMPONENTE TIBIAL SUPERFICIE ARTICULAR, TIPO CIRURGIA: CIRURGIA PRIMARIA  
ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.  
COMPONENTE TIBIAL EM POLIETILENO CROSS-LINKED PARA PROTESE PRIMARIAUNICOMPARTIMENTAL DE JOELHO, PLATAFORMA FIXA E/OU MOVEL, E COM TODAS AS OPCOES DE TAMANHOS E ESPESSURAS DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER BIOMET, AMPLITUDE, JOHNSON OU SIMILARES .

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada: 5**

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

**Valor Unitário (R\$):** 13.833,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões: 0**

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo: G1**

### 3 - PRÓTESE DE JOELHO

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: CROMO COBALTO MOLIBDENIO MODELO: UNICOMPARTIMENTAL, COMPONENTE: COMPONENTE FEMORAL, TIPO CIRURGIA: CIRURGIA PRIMARIA, TIPO FIXACAO: CIMENTADA, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. COMPONENTE FEMORAL METALICO PARA PROTESE PRIMARIA UNICOMPARTIMENTAL DE JOELHO, CIMENTADO, COM MINIMO DE 4 OPCOES DE TAMANHOS DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER BIOMET. AMPLITUDE. JOHNSON OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado: Não**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada: 5**

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Valor Unitário (R\$): | 16.907,33 |
|-----------------------|-----------|

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0.00

**Quantidade Máxima para Adesões: 0**

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo: G1**

#### 4 - PRÓTESE DE JOELHO

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: CROMO COBALTO MOLIBDENIO MODELO: BICONDILAR, COMPONENTE: COMPONENTE FEMORAL  
TIPO CIRURGIA: CIRURGIA REVISAO, TIPO ESTABILIZACAO: COM BLOQUEIO POSTERIOR, TIPO FIXACAO: CIMENTADA  
ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. COMPONENTE FEMORAL METALICO PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, FIXACAO CIMENTADA, COM ESTABILIZACAO POSTERIOR E LATERO-LATERAL (VARO-VALGO), ENCAIXE PARA HASTE INTRAMEDULAR, ENCAIXE PARA CUNHAS DE AUMENTO FEMORAL, E COM MINIMO DE 4 OPCOES DE TAMANHOS DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, EXATEC, STRYKER, JOHNSON & JOHNSON OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27.633,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G2

#### 5 - PRÓTESE DE JOELHO

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO MATERIAL: POLIETILENO MODELO: BICONDILAR, COMPONENTE: COMPONENTE TIBIAL  
SUPERFICIE ARTICULAR, CARACTERISTICA FIXACAO: PLATO FIXO, TIPO ESTABILIZACAO: CONGRUENCIA  
INTERCONDILAR COM BLOQUEIO ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. COMPONENTE TIBIA DE POLIETILENO  
CROSS-LINKED PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, COM ESTABILIZACAO POSTERIOR E LATERO-LATERAL,  
TIPO PLATAFORMA FIXA, E COM OPCAO DE DIVERSOS TAMANHOS E ESPESSURAS. A EMPRESA DEVERA  
DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE  
REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.466,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G2

#### 6 - PRÓTESE DE JOELHO

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: CROMO COBALTO MOLIBDENIO MODELO: BICONDILAR, COMPONENTE:  
COMPONENTE BASE TIBIAL  
TIPO CIRURGIA: CIRURGIA REVISAO, CARACTERISTICA FIXACAO: C/ HASTE, TIPO ESTABILIZACAO: PLATO FIXO, TIPO  
FIXACAO: CIMENTADA, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. COMPONENTE BASE TIBIAL METALICA PARA REVISAO  
DE PROTESE DE JOELHO, FIXACAO CIMENTADA, TIPO PLATAFORMA FIXA, COM ENCAIXE PARA HASTE DE FIXACAO  
INTRAMEDULAR, ENCAIXE PARA CUNHAS DE AUMENTO TIBIAL, E COM MINIMO DE 4 OPCOES DE TAMANHOS  
DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO  
IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU  
SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25.100,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G2

**7 - PRÓTESE DE JOELHO**

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: POLIETILENO, COMPONENTE: COMPONENTE PATELAR, TIPO ESTABILIZACAO: COM 03 PINOS  
ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. COMPONENTE PATELAR DE POLIETILENO CROSS- LINKED PARA PROTESE TOTAL DE JOELHO DE REVISAO, CIMENTADO, COM FIXACAO POR 3 PINOS E OPCAO DE DIVERSOS TAMANHOS (DIAMETROS). A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.952,48

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G2

**8 - PRÓTESE DE JOELHO**

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: CROMO COBALTO MOLIBDENIO  
MODELO: BICONDILAR, COMPONENTE: COMPONENTE FEMORAL, TIPO CIRURGIA: CIRURGIA REVISAO, TIPO ESTABILIZACAO: COM BLOQUEIO POSTERIOR, TIPO FIXACAO: CIMENTADA, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. COMPONENTE FEMORAL TOTALMENTE CONSTRITA OU DOBRADICA O U HINGED EM CROMO-COBALTO-MOLIBDENIO PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, FIXACAO CIMENTADA, COM CONJUNTO DE DOBRADICA, ESTERIL, USO UNICO. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28.816,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G2

**9 - PRÓTESE DE JOELHO**

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO MATERIAL: CROMO COBALTO MOLIBDENIO  
MODELO: BICONDILAR, COMPONENTE: COMPONENTE BASE TIBIAL, TIPO CIRURGIA: CIRURGIA REVISAO, CARACTERISTICA FIXACAO: C/ HASTE, TIPO ESTABILIZACAO: PLATO MOVEL, TIPO FIXACAO: CIMENTADA, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. COMPONENTE TIBIAL TOTALMENTE CONSTRITA OU DOBRADICA OU HINGED EM CROMO-COBALTO- MOLIBDENIO PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, FIXACAO CIMENTADA, COM CONJUNTO DE DOBRADICA, ESTERIL, USO UNICO. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.708,73

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G2

**10 - PRÓTESE DE JOELHO**

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO MATERIAL: POLIETILENO MODELO: BICONDILAR, COMPONENTE: COMPONENTE TIBIAL SUPERFICIE ARTICULAR, CARACTERISTICA FIXACAO: PLATO FIXO TIPO ESTABILIZACAO: CONGRUENCIA INTERCONDILAR COM BLOQUEIO, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. COMPONENTE TIBIAL DE PLASTICO TOTALMENTE CONSTRITA OU DOBRADICA OU HINGED PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, EM POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA-ALTO, CROSS- LINKED, FIXACAO PRESS-FIT OU PARAFUSO DE BLOQUEIO, CONTEM LINK PARA CONJUNTO DE DOBRADICA, ESTERIL, USO UNICO. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25.783,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G2

**11 - PRÓTESE DE JOELHO**

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: TITANIO, COMPONENTE: COMPONENTE HASTE TIBIAL / FEMORAL, TIPO CIRURGIA: CIRURGIA REVISAO, TIPO FIXACAO: CIMENTACAO BIOLOGICA, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. HASTE TIBIAL METALICA PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, FIXACAO COM OU SEM CIMENTO, COM POSSIBILIDADE DE DIFERENTES "OFF SETS", E COM TODAS AS OPCOES DE TAMANHOS DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.908,73

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G2

**12 - PRÓTESE DE JOELHO**

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: TITANIO, COMPONENTE: COMPONENTE HASTE TIBIAL / FEMORAL, TIPO CIRURGIA: CIRURGIA REVISAO, TIPO FIXACAO: CIMENTACAO BIOLOGICA, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. HASTE FEMORAL METALICA PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, FIXACAO COM OU SEM CIMENTO, COM POSSIBILIDADE DE DIFERENTES "OFF SETS", E COM TODAS AS OPCOES DE TAMANHOS DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.408,73

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G2

**13 - PRÓTESE DE JOELHO**

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: TITANIO, COMPONENTE: BLOCO DE AUMENTO TIBIAL, TIPO CIRURGIA: CIRURGIA REVISAO, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. CUNHA TIBIAL: COMPONENTE BLOCO DE AUMENTO TIBIAL METALICO (CUNHA) PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, FIXACAO CIMENTADA, E COM TODAS AS FORMAS E TAMANHOS DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.493,22

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G2

**14 - PRÓTESE DE JOELHO**

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO MATERIAL: TITANIO MODELO: DISTAL, COMPONENTE: BLOCO DE AUMENTO FEMORAL, TIPO CIRURGIA: CIRURGIA REVISAO, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. CUNHA FEMORAL DISTAL: COMPONENTE BLOCO DE AUMENTO FEMORAL DISTAL METALICO PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, FIXACAO CIMENTADA, E COM TODAS AS OPCOES DE TAMANHOS DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.543,63

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G2

**15 - PRÓTESE DE JOELHO**

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO MATERIAL: TITANIO MODELO: POSTERIOR COMPONENTE: BLOCO DE AUMENTO FEMORAL, TIPO CIRURGIA: CIRURGIA REVISAO, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. CUNHA FEMORAL POSTERIOR: COMPONENTE BLOCO DE AUMENTO FEMORAL POSTERIOR METALICO PARA REVISAO DE PROTESE DE JOELHO, FIXACAO CIMENTADA, E COM TODAS AS OPCOES DE TAMANHOS DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.321,24

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G2

**16 - PRÓTESE DE JOELHO**

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: TANTALO, COMPONENTE: CUNHA FEMORAL, TIPO FIXACAO: CIMENTADA, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. COMPONENTE FEMORAL EM METAL TRABECULAR PARA PROTESE DE REVISAO DE JOELHO, EM TODAS AS FORMAS E TAMANHOS DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24.243,57

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

#### 17 - PRÓTESE DE JOELHO

**Descrição Detalhada:** PROTESE DE JOELHO, MATERIAL: TANTALO, COMPONENTE: CUNHA FEMORAL, TIPO FIXACAO: CIMENTADA, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. COMPONENTE FEMORAL EM METAL TRABECULAR PARA PROTESE DE REVISAO DE JOELHO, EM TODAS AS FORMAS E TAMANHOS DISPONIVEIS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O INSTRUMENTAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: ZIMMER, AMPLITUDE, JOHNSON & JOHNSON, LINK OU SIMILARES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.743,63

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

#### 18 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

**Descrição Detalhada:** PLACA ORTOPEDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS MATERIAL: ACO INOXIDAVEL MODELO: CORRETIVA DE FEMUR QUANTIDADE FUROS: 7 FUROS CARACTERISTICA ADICIONAL: COM CUNHA DIAMETRO FUROS: PARAFUSOS CERCA DE CORTICAL 4,5 MM E ESPONJOSO 6,5 MM, TIPO FIXACAO: FIXACAO AUTOCOMPRESSAO. PLACA ORTOPEDICA PARA OSTEOTOMIA DE FEMUR DISTAL, EM ACO INOXIDAVEL OU TITANIO, COM ORIFICIOS COMPATIVELIS COM PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM, CORTICAL 4,5 MM OU BLOQUEADO 5,0 MM AS MEDIDAS MENCIONADAS SAO APROXIMADAS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR TODO O MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA: SYNTHES, STRYKER, GMREIS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.783,28

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G3

#### 19 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

**Descrição Detalhada:** PLACA ORTOPEDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS MATERIAL: ACO INOXIDAVEL MODELO: CORRETIVA DE TIBIA QUANTIDADE FUROS: 4 FUROS CARACTERISTICA ADICIONAL: COM CUNHA, DIAMETRO FUROS: PARAFUSOS CERCA DE CORTICAL 4,5 MM E ESPONJOSO 6,5 MM, TIPO FIXACAO: FIXACAO AUTOCOMPRESSAO. PLACA ORTOPEDICA PARA OSTEOTOMIA DE TIBIA PROXIMAL, EM ACO INOXIDAVEL OU TITANIO, COM ORIFICIOS COMPATIVELIS COM PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 MM, CORTICAL 4,5 MM OU BLOQUEADO 5,0 MM. AS MEDIDAS MENCIONADAS SAO APROXIMADAS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR AS MEDIDAS NECESSARIAS PARA A REALIZACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA: SYNTHES, STRYKER, GMREIS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.034,97

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G3

**20 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS**

**Descrição Detalhada:** PARAFUSO OSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS MATERIAL: ACO INOXIDAVEL MODELO ROSCA: ROSCA PARCIAL DIAMETRO: CERCA DE 6,5 MM TIPO: ESPONJOSO, TIPO FIXACAO: P/ FIXACAO NAO RIGIDA. PARAFUSO ESPONJOSO EM ACO INOXIDAVEL OU TITANIO, DIAMETRO DA ROSCA DE 6.5 MM AUTOMACHEANTE, COMPRIMENTO DE 35 MM A 110 MM COMPATIVELIS COM AS PLACAS OSTEOTOMIA DOS ITENS 35 E 36, TAMANHOS DIVERSOS. AS MEDIDAS MENCIONADAS SAO APROXIMADAS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR AS MEDIDAS NECESSARIAS PARA A APLICACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA: SYNTHES, STRYKER, GMREIS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.474,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (30)

**Grupo:** G3

**21 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS**

**Descrição Detalhada:** PARAFUSO OSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS MATERIAL: ACO INOXIDAVEL MODELO: BLOQUEIO, ADICIONAIS: AUTROSQUEANTE MODELO ROSCA: ROSCA TOTAL DIAMETRO: CERCA DE 4,5 MM TIPO: CORTICAL, TIPO FIXACAO: P/ FIXACAO RIGIDA. PARAFUSO ORTOPEDICO CORTICAL EM ACO INOXIDAVEL OU TITANIO, AUTOMACHEANTE, TIPO BLOQUEIO, COMPATIVELIS COM AS PLACAS OSTEOTOMIA DOS ITENS 35 E 36, DIAMETRO DA ROSCA DE 4,5 MM, NAO ESTERIL, DE 10 A 60 MM DE COMPRIMENTO, TAMANHOS DIVERSOS. AS MEDIDAS MENCIONADAS SAO APROXIMADAS. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR AS MEDIDAS NECESSARIAS PARA A APLICACAO DO IMPLANTE. MARCAS DE REFERENCIA: SYNTHES, STRYKER, GMREIS.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.304,43

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (30)

**Grupo:** G3

**22 - PRÓTESE DE QUADRIL**

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL PRIMARIA NAO CIMENTADA OU HIBRIDA ADEQUADO PARA POLI/METAL, POLI/CERAMICA E CERAMICA/ CERAMICA, CONTENDO UM COMPONENTE ACETABULAR EM TITANIO RECOBERTO COM PLASMASPRAY E HIDROXIAPATITA NOS TAMANHOS PARES DE 46 A 64MM, COM ORIFICIOS PARA FIXACAO COM PARAFUSOS OU COLOCACAO DE PLUGS PARA FIXACAO SOB PRESSAO (PRESSFIT), COM INSTRUMENTAL COMPATIVEL COM COLOCACAO POR ACESSO ANTERIOR MINIMAMENTE INVASVO, ACOMPANHA MESA DE TRACAO ESPECIAL PARA ADEQUADA REALIZACAO DA OPERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : NO MINIMO 75% DO VALIDADE DO FABRICANTE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.447,03

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G4

**23 - PRÓTESE DE QUADRIL**

**Descrição Detalhada:** PARAFUSO ESPONJOSO, MATERIAL TITANIO, DIAMETRO 6,5 MM, APLICACAO P/ FIXACAO ACETABULAR, TIPO CABECA ACHATADA, COLO CILINDRICO, COMPRIMENTO 25 A 45 MM VALIDADE : NO MINIMO 75% DO VALIDADE DO FABRICANTE .

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 518,09

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G4

**24 - PRÓTESE DE QUADRIL**

**Descrição Detalhada:** LINER EM POLIETILENO CROSSLINKED (HIGHCROSS) PARA CUP ACETABULAR NOS TAMANHOS: 48 A 64 PARA CABECA 28, 32 E 36MM, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : NO MINIMO 75% DO VALIDADE DO FABRICANTE .

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.650,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G4

**25 - PRÓTESE DE QUADRIL**

**Descrição Detalhada:** LINER EM CERAMICA BIOLOX DELTA PARA CUP ACETABULAR NOS TAMANHOS: 48 A 64 PARA CABECA 28, 32 OU 36MM, OU DE MELHOR QUALIDADE VALIDADE : NO MINIMO 75% DO VALIDADE DO FABRICANTE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.401,68

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G4

**26 - PRÓTESE DE QUADRIL**

**Descrição Detalhada:** CABECA INTERCAMBIÁVEL EM CERAMICA BIOLOX DELTA 28, 32 OU 36MM APRESENTADO EM TRES ALTURAS SENDO: S, M E L PARA CONE 12/14, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : NO MINIMO 75% DO VALIDADE DO FABRICANTE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.702,59

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G4



**27 - PRÓTESE DE QUADRIL**

**Descrição Detalhada:** HASTE FEMORAL RETANGULAR EM TITANIO-NIOBIO COM OMBRO REDUZIDO COM SUPERFICIE REVESTIDA DE HIDROXIAPATITA, TAMANHOS STANDARD (135") E COM OFFSET ESTENDIDO (127)", CONE 12/14MM. ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA OPERACAO, COMPATIVEL COM COLOCACAO POR ACESSO ANTERIOR MINIMAMENTE INVASIVO, ACOMPANHA MESA DE TRACAO ESPECIAL PARA ADEQUADA REALIZACAO DA OPERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.VALIDADE : NO MINIMO 75% DO VALIDADE DO FABRICANTE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.024,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G4

**28 - PRÓTESE DE QUADRIL**

**Descrição Detalhada:** CONJUNTO PARA HEMIARTROPLASTIA DO QUADRIL COM COMPONENTE BIPOLAR CONTENDO: UMA CABECA BIPOLAR COM METAL POLIDO NA SUPERFICIE EXTERNA E POLIETILENO UHMW NA SUPERFICIE INTERNA, COM ANEL DE FIXACAO EM UHMWPE DISPONIVEL EM OITO TAMANHOS, DE 42MM A 56MM EM NUMEROS PARES PARA CABECA 28MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.433,21

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G5

**29 - CIMENTO ORTOPÉDICO**

**Descrição Detalhada:** DOSE DE CIMENTO ORTOPEDICO SEM ANTIBIOTICO, ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA A OPERACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 993,33

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G5

**30 - PRÓTESE DE QUADRIL**

**Descrição Detalhada:** ACETABULO BIPOLAR, CONE 12/14, DIAMETRO EXTERNO DE 39MM A 55MM, DIAMETRO INTERNO DE 22,2MM A 28MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.946,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G5

**31 - PRÓTESE DE QUADRIL**

**Descrição Detalhada:** HASTE FEMORAL CIMENTADA POLIDA, SEM COLAR, DUPLA OU TRIPLAMENTE CONICA, TAMANHOS 8 A 16MM, CENTRALIZADOR, OU DE MELHOR QUALIDADE. .

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.800,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G5

**32 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA**

**Descrição Detalhada:** CENTRALIZADOR DISTAL DE HASTE CIMENTADA POLIDA EM POLIMETILMETACRILATO, DIAMETROS 8MM A 16MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 619,74

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G5

**33 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA**

**Descrição Detalhada:** RESTRITOR (PLUG ) INTRAMEDULAR ABSORVIVEL PARA HASTE CIMENTADA POLIDA, TAMANHOS 8MM A 18MM, OU DE MELHOR QUALIDADE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 698,93

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**Grupo:** G5

**34 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO**

**Descrição Detalhada:** ESPONJA HIDROFOBICA, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, MEDINDO 200X125X30MM; 2 UNIDADES DE FILME TRANSPARENTE DE FACIL MANUSEIO E ALTA TAXA DE TRANSMISSAO DE VAPOR, MEDINDO 20X30CM; 01 CONECTOR PORT SET TRANSPARENTE, FLEXIVEL E COM CLAMP CORTA FLUXO PARA ASPIRACAO DA SECRECAO, MEDINDO 180CM DE COMPRIMENTO. KIT INDIVIDUAL, ESTERIL, ESTRUTURADO COM PRODUTOS EMBALADOS EM GRAU CIRURGICO. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.729,04

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4)

**Grupo:** G6

**35 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO**

**Descrição Detalhada:** ESPONJA HIDROFOBICA, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, MEDINDO 250X150X30MM; 3 UNIDADES DE FILME TRANSPARENTE DE FACIL MANUSEIO E ALTA TAXA DE TRANSMISSAO DE VAPOR, MEDINDO 20X30CM; 01 CONECTOR PORT SET TRANSPARENTE, FLEXIVEL E COM CLAMP CORTA FLUXO PARA ASPIRACAO DA SECRECAO, MEDINDO 180CM DE COMPRIMENTO. KIT INDIVIDUAL, ESTERIL, ESTRUTURADO COM PRODUTOS EMBALADOS EM GRAU CIRURGICO. A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.728,27

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (4)

**Grupo:** G6

**36 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO**

**Descrição Detalhada:** CONECTOR "Y" - UTILIZADO PARA CONECTAR DOIS SISTEMA DE DRENAGEM A PARTIR DE UM ENGATE RAPIDO. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE E EM GRAU CIRURGICO O QUE PROMOVE UMA BARREIRA ANTIMICROBIANA E PERMITE O USO ASSEPTICO DO MESMO. APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 251,50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**Grupo:** G6

**37 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO**

**Descrição Detalhada:** RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 150ML PARA A COLETA DE EXSUDATO DA FERIDA; COM SISTEMA DE DRENAGEM A VACUO E CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE. ALEM DISSO, POSSUI: GEL HIDROFOBICO GRANULADOR E SOLIDIFICADOR DE SECRECAO; FILTRO DE CARVAO PARA NEUTRALIZACAO DE ODORES; CONEXAO DE ENGATE RAPIDO, TAMPA DE VEDACAO E PINCA CORTA FLUIDO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.330,43

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**Grupo:** G6

**38 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO**

**Descrição Detalhada:** RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 300ML PARA A COLETA DE EXSUDATO DA FERIDA; COM SISTEMA DE DRENAGEM A VACUO E CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE. ALEM DISSO, POSSUI: GEL HIDROFOBICO GRANULADOR E SOLIDIFICADOR DE SECRECAO; FILTRO DE CARVAO PARA NEUTRALIZACAO DE ODORES; CONEXAO DE ENGATE RAPIDO, TAMPA DE VEDACAO E PINCA CORTA FLUIDO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.330,76

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (2)

**Grupo:** G6

**39 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO**

**Descrição Detalhada:** RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 500ML PARA A COLETA DE EXSUDATO DA FERIDA; COM SISTEMA DE DRENAGEM A VACUO E CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE. ALEM DISSO, POSSUI: GEL HIDROFOBICO GRANULADOR E SOLIDIFICADOR DE SECRECAO; FILTRO DE CARVAO PARA NEUTRALIZACAO DE ODORES; CONEXAO DE ENGATE RAPIDO, TAMPA DE VEDACAO E PINCA CORTA FLUIDO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.717,30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (3)

**Grupo:** G6

**40 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO**

**Descrição Detalhada:** RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE 1000ML PARA A COLETA DE EXSUDATO DA FERIDA; COM SISTEMA DE DRENAGEM A VACUO E CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE. ALEM DISSO, POSSUI: GEL HIDROFOBICO GRANULADOR E SOLIDIFICADOR DE SECRECAO; FILTRO DE CARVAO PARA NEUTRALIZACAO DE ODORES; CONEXAO DE ENGATE RAPIDO, TAMPA DE VEDACAO E PINCA CORTA FLUIDO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.580,42

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (3)

**Grupo:** G6

**41 - BIOMATERIAL IMPLANTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** BIOMATERIAL IMPLANTAVEL TIPO: MEMBRANA REGENERACAO TECIDUAL GUIADA, TAMANHO: CERCA DE 20 X 20 X 0,2 MM  
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BIOABSORVIVEL APRESENTACAO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO: ESTERIL, USO UNICO. COMPOSICAO: MATRIZ ORGANICA DE COLAGENO TIPO I ORIGEM: OSSO CORTICAL BOVINO  
MEMBRANA REGENERACAO TECIDUAL GUIADA COMPOSTA DE MATRIZ ORGANICA DE COLAGENO DE ORIGEM ANIMAL, BIOABSORVIVEL, DE TAMANHO DE CERCA DE 20 X 20 MM, ESTERIL, USO UNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR O INSTRUMENTAL PARA APLICACAO DO MATERIAL. MARCAS DE REFERENCIA OU EQUIVALENTE: DURADRY, DURAGEM E B BRAUN OU DE MELHOR QUALIDADE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16.441,48

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**42 - MATRIZ REGENERAÇÃO DÉRMICA**

**Descrição Detalhada:** BIOVIDRO EM GRANULOS BIOATIVO (S53 P4), INIBIDOR DO CRESCIMENTO BACTERIANO COMPOSTO POR 53% SIO2, NA2O 23\$, CAO 20%P2O5 4% NA SUA FORMULA, ABSORVIVEL, BIOCOMPATIVEL, OSTEOCONDUTOR E OSTEOESTIMULADOR DE CRESCIMENTO OSSEO NATURAL, DEVIDO A LIXIVIAÇÃO DOS IONS CONTINUAMENTE, INDICADO NO TRATAMENTO DE FRATURAS OSSEAS, PREENCHIMENTO OSSEO, INFECCOES OSSEAS CRONICAS, TUMOR OSSEOS BENIGNO ENTRE OUTROS TAMANHOS SERINGA COM 10CC DE GRANULO GRANDE.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25.970,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**43 - MATRIZ REGENERAÇÃO DÉRMICA**

**Descrição Detalhada:** BIOVIDRO EM GRANULOS BIOATIVO (S53 P4), INIBIDOR DO CRESCIMENTO BACTERIANO COMPOSTO POR 53% SIO2, NA2O 23\$, CAO 20%P2O5 4% NA SUA FORMULA, ABSORVIVEL, BIOCOMPATIVEL, OSTEOCONDUTOR E OSTEOESTIMULADOR DE CRESCIMENTO OSSEO NATURAL, DEVIDO A LIXIVIACAO DOS IONS CONTINUAMENTE, INDICADO NO TRATAMENTO DE FRATURAS OSSEAS, PREENCHIMENTO OSSEO, INFECCOES OSSEAS CRONICAS, TUMO OSSEOS BENIGNO ENTRE OUTROS TAMANHOS SERINGA COM 2,5CC DE GRANULO PEQUENO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25.970,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**44 - ENXERTO ÓSSEO**

**Descrição Detalhada:** SUBSTITUTO OSSEO SINTETICO A BASE DE FOSFATO DE CALCIO, BIOABSORVIVEL, EM PO, INDICADO PARA PREENCHIMENTO DE DEFEITOS OSSEOS E COMO CARREADOR LOCAL DE ANTIBIOTICOS. PRODUTO ESTERIL, DE USO UNICO, FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. MARCA DE REFERENCIA: STIMULAN.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21.178,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (5)

**45 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FIO DE KIRSCHNER, ACO INOXIDAVEL, CORPO LISO, SEM OLIVA, PONTA TRIFACETADA PARA FACILITAR PENETRACAO NO OSSO, 1,0X 300MM.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 275,54

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

**46 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FIO DE KIRSCHNER, ACO INOXIDAVEL, CORPO LISO, SEM OLIVA, PONTA TRIFACETADA PARA FACILITAR PENETRACAO NO OSSO, 1,5X 300MM.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 284,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

**47 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FIO DE KIRSCHNER, ACO INOXIDAVEL, CORPO LISO, SEM OLIVA, PONTA TRIFACETADA PARA FACILITAR PENETRACAO NO OSSO, 2,0X 300MM.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 269,92

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

**48 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FIO DE KIRSCHNER, ACO INOXIDAVEL, CORPO LISO, SEM OLIVA, PONTA TRIFACETADA PARA FACILITAR PENETRACAO NO OSSO, 2,5X 300MM.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 264,38

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

**49 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FIO DE KIRSCHNER, ACO INOXIDAVEL, CORPO LISO, SEM OLIVA, PONTA TRIFACETADA PARA FACILITAR PENETRACAO NO OSSO, 3,0X 300MM.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 246,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

**50 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FIO DE KIRSCHNER, ACO INOXIDAVEL, CORPO LISO, SEM OLIVA, PONTA TRIFACETADA PARA FACILITAR PENETRACAO NO OSSO, 3,5X 300MM.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 246,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (200)

**51 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FIO MALEAVEL PARA CERCLAGEM, ACO INOXIDAVEL, CORPO LISO, PARA ESTABILIZACAO DE FRATURAS E REGENERACAO DE ESTRUTURA OSSEA, 1,0X 1000 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 279,92

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**52 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FIO MALEAVEL PARA CERCLAGEM, ACO INOXIDAVEL, CORPO LISO, PARA ESTABILIZACAO DE FRATURAS E REGENERACAO DE ESTRUTURA OSSEA, 1,5X 1000 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 291,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**53 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL**

**Descrição Detalhada:** FIO MALEAVEL PARA CERCLAGEM, ACO INOXIDAVEL, CORPO LISO, PARA ESTABILIZACAO DE FRATURAS E REGENERACAO DE ESTRUTURA OSSEA, 2,0X 1000 MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 306,80

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (10)

**2 - Composição dos Grupos**

| Grupo 1    |                   |                  |                         |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 2          | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 3          | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |

| Grupo 2    |                   |                  |                         |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição         | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 4          | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 5          | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 6          | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 7          | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 8          | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 9          | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 10         | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 11         | PRÓTESE DE JOELHO | 10               | UNIDADE 0,00            |
| 12         | PRÓTESE DE JOELHO | 10               | UNIDADE 0,00            |
| 13         | PRÓTESE DE JOELHO | 10               | UNIDADE 0,00            |
| 14         | PRÓTESE DE JOELHO | 10               | UNIDADE 0,00            |
| 15         | PRÓTESE DE JOELHO | 10               | UNIDADE 0,00            |
| 16         | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 17         | PRÓTESE DE JOELHO | 5                | UNIDADE 0,00            |

| Grupo 3    |  |                  |                         |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição  | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 18         | PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 19         | PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 20         | PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS   | 30               | UNIDADE 0,00            |
| 21         | PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS   | 30               | UNIDADE 0,00            |

| Grupo 4    |                    |                  |                         |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição          | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 22         | PRÓTESE DE QUADRIL | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 23         | PRÓTESE DE QUADRIL | 10               | UNIDADE 0,00            |
| 24         | PRÓTESE DE QUADRIL | 5                | UNIDADE 0,00            |

|    |                    |   |              |
|----|--------------------|---|--------------|
| 25 | PRÓTESE DE QUADRIL | 5 | UNIDADE 0,00 |
| 26 | PRÓTESE DE QUADRIL | 5 | UNIDADE 0,00 |
| 27 | PRÓTESE DE QUADRIL | 5 | UNIDADE 0,00 |

| Grupo 5    |                             |                  |                         |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                   | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 28         | PRÓTESE DE QUADRIL          | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 29         | CIMENTO ORTOPÉDICO          | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 30         | PRÓTESE DE QUADRIL          | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 31         | PRÓTESE DE QUADRIL          | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 32         | MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 5                | UNIDADE 0,00            |
| 33         | MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 5                | UNIDADE 0,00            |

| Grupo 6    |  |                  |                         |
|------------|--|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição  | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 34         | MATERIAL P/ TERAPIA PRESSAO SUBATMOSFÉRICA - VACUO | 4                | UNIDADE 0,00            |
| 35         | MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO | 4                | UNIDADE 0,00            |
| 36         | MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO | 10               | UNIDADE 0,00            |
| 37         | MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO | 2                | UNIDADE 0,00            |
| 38         | MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO | 2                | UNIDADE 0,00            |
| 39         | MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO | 3                | UNIDADE 0,00            |
| 40         | MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO | 3                | UNIDADE 0,00            |