

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
SNUT - SEÇÃO DE NUTRIÇÃO	Adipômetro de Alta Precisão	1	1	1	1	BAIXA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Agitador Kline	1	3	1	1	MÉDIA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Ampola Geradora De Rx De 800ma	1	3	3	1	ALTA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Aparelho de Anestesia	6	3	3	2	ALTA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Aparelho de Anestesia	1	3	3	2	ALTA
SSANE - SUBSEÇÃO DE ANESTESIOLOGIA	Aparelho de Anestesia KT15	1	3	3	2	ALTA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Aparelho de Estudo Urodinamico	1	3	2	2	ALTA
SFISIO - SEÇÃO DE FISIOTERAPIA	Aparelho de Laserterapia com Caneta	4	2	3	2	ALTA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Aparelho de Mamografia	1	3	3	2	ALTA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Aparelho De Nebulização Completo	1	1	1	1	BAIXA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Aparelho de Osmose Reversa	1	3	3	2	ALTA
SFISIO - SEÇÃO DE FISIOTERAPIA	Aparelho de Raio Infravermelho	10	1	1	1	BAIXA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Aparelho de Raio X	2	3	3	2	ALTA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Aparelho De Teste De Alcoolemia	1	1	1	1	BAIXA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Aparelho de Tomografia	1	3	3	3	ALTA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Aparelho de Ultrassom	1	3	2	2	ALTA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Aparelho de Ultrassom	1	3	2	2	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Aparelho de Ultrassom	1	3	2	2	ALTA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Aparelho de Ultrassom	1	3	2	2	ALTA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Aparelho de Ultrassom com Doppler	1	3	2	2	ALTA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Aparelho Destilador De Água	1	1	1	1	BAIXA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Aparelho Para Fototerapia Aplicação Dermatológica com Sistema De Resfriamento	2	3	3	3	ALTA
SGAST - SEÇÃO DE GASTROENTEROLOGIA	Aspirador 2 Frascos	1	3	2	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Aspirador 2 Frascos	3	3	2	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Aspirador Cirúrgico	14	3	2	1	MÉDIA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Aspirador Cirúrgico	1	3	2	1	MÉDIA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Aspirador orofaríngeo, traqueal	1	3	2	1	MÉDIA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Aspirador Portátil Para Kit De Resgate	1	3	2	1	MÉDIA
SSAUDIO - SUBSEÇÃO DE AUDIOLOGIA	Audiômetro	2	3	2	1	MÉDIA
SFONO - SEÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA	Audiômetro	1	3	2	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Auto Refrator Com Ceratometria	2	3	2	2	ALTA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Autoclave 21 L	1	3	2	1	MÉDIA
CME - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	Autoclave Horizontal	1	3	2	1	MÉDIA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Autoclave Vertical Para Laboratório Parede Única	2	3	2	1	MÉDIA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
UPE - UNIDADE DE PACIENTES EXTERNOS	Balança	1	1	1	1	BAIXA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Balança	1	1	1	1	BAIXA
SMDI - SEÇÃO DE MEDICINA INTERNA	Balança	1	1	1	1	BAIXA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Balança Antropométrica	1	1	1	1	BAIXA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Balança Antropométrica	1	1	1	1	BAIXA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Balança Antropométrica	1	1	1	1	BAIXA
SSEND - SUBSEÇÃO DE ENDOCRINOLOGIA	Balança Antropométrica Digital	1	1	1	1	BAIXA
STPJS - SEÇÃO TÉCNICO-PERICIAL	Balança Antropométrica Eletrônica	2	1	1	1	BAIXA
SGOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Balança Eletrônica	1	1	1	1	BAIXA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Balança Eletrônica	2	1	1	1	BAIXA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Balança Eletrônica	2	1	1	1	BAIXA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Balança Eletrônica	2	1	1	1	BAIXA
CAIS - CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	Balança Eletrônica	1	1	1	1	BAIXA
SSPEDI - SUBSEÇÃO DE PEDIATRIA	Balança Eletrônica	2	1	1	1	BAIXA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Balança Eletrônica	1	1	1	1	BAIXA
SSRD - SUBSEÇÃO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO	Balança Eletrônica	2	1	1	1	BAIXA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Balança Eletrônica	1	1	1	1	BAIXA
SSPR - SUBSEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA	Balança Eletrônica	1	1	1	1	BAIXA
SNUT - SEÇÃO DE NUTRIÇÃO	Balança para Bebê	1	1	1	1	BAIXA
SSPEDI - SUBSEÇÃO DE PEDIATRIA	Balança para Bebê	2	1	1	1	BAIXA
SSFONAM - SUBSEÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA AMBULATORIAL	Balança para Bebê	1	1	1	1	BAIXA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Balança para Bebê	1	1	1	1	BAIXA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Balança Pediátrica	1	1	1	1	BAIXA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Balança Pediátrica	3	1	1	1	BAIXA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Banho Maria	1	3	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Banho Maria, Ajuste Digital Com Painel De Controle	2	3	1	1	MÉDIA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Berço Aquecido	2	3	3	1	ALTA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Berço Aquecido Acionamento Mecânico	1	3	2	1	MÉDIA
SFISIO - SEÇÃO DE FISIOTERAPIA	Bicicleta Ergométrica	3	3	1	1	MÉDIA
SFISIO - SEÇÃO DE FISIOTERAPIA	Bicicleta Ergométrica Tipo Mecânica	3	3	1	1	MÉDIA
STPJS - SEÇÃO TÉCNICO-PERICIAL	Bioimpedância Tetrapolar Sanny	1	2	2	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Biômetro Óptico	1	2	2	1	MÉDIA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Biomicroscópio Tipo Topcon	1	2	1	1	MÉDIA
SCGE - SEÇÃO DE CIRURGIA GERAL	Bisturi Elétrico	2	3	3	1	ALTA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Bisturi Elétrico	2	3	3	1	ALTA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Bisturi Eletrônico	3	3	3	1	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Bomba De Infusão	11	1	3	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Bomba De Infusão	1	1	3	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Bomba Pneumática	2	1	3	1	MÉDIA
SSAUDIO - SUBSEÇÃO DE AUDIOLOGIA	Cabine Audiométrica	1	2	1	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Cadeira Clínica Oftalmológica	1	3	1	1	MÉDIA
SORL - SEÇÃO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	Cadeira Oto-oftalmológica	1	3	1	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Cadeira Oto-oftalmológica	1	3	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Caixa Com Instrumentais Para Cirurgia De Laparotomia	2	2	1	1	MÉDIA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Cama Fawler	2	3	1	1	MÉDIA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Cama Fawler	6	3	1	1	MÉDIA
SAD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	Cama Fawler com 02 Manivelas	11	3	1	1	MÉDIA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Cama Fawler Elétrica	8	3	1	1	MÉDIA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Cama Fawler Elétrica	6	3	1	1	MÉDIA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Cama Fowler Infantil	2	3	1	1	MÉDIA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Cama Fowler manual	9	3	1	1	MÉDIA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Cama Hospitalar Elétrica	2	3	1	1	MÉDIA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Cama Hospitalar Elétrica	7	3	1	1	MÉDIA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Cama Hospitalar Elétrica	15	3	1	1	MÉDIA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Câmara Asséptica (Capela De Fluxo Laminar)	1	3	2	1	MÉDIA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Camisa Combinatória Plana 26/24fr Comp.Storz	1	1	1	1	BAIXA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Camisa Karlz Storz, Para Ressectoscopia, D=26 P'R, Ponta Oblíqua, Com Camisa Interna	1	1	1	1	BAIXA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Camisa P/Citoscópio 17 Fr Comp. Com Storz	2	1	1	1	BAIXA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Camisa Uretrotomia C/Obturador	2	1	1	1	BAIXA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Cardioscopio	3	3	2	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Cardioversor Bifásico	1	2	3	3	ALTA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Cardioversor Bifásico	1	2	3	3	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Cardioversor Bifásico	2	2	3	3	ALTA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Cardioversor com Acessórios	2	2	3	3	ALTA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Cardioversor com Acessórios	3	2	3	3	ALTA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Cardioversor com Acessórios	1	2	3	3	ALTA
SSANE - SUBSEÇÃO DE ANESTESIOLOGIA	Carro Maca Hidraulica	4	1	1	1	BAIXA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Centrífuga	6	3	1	1	MÉDIA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Centrífuga Digital	3	3	1	1	MÉDIA
SJOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Colposcópio Tipo Binocular	1	3	2	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Coluna Oftalmológica com Braço Pantográfico	1	3	1	1	MÉDIA
SGAST - SEÇÃO DE GASTROENTEROLOGIA	Conjunto De Laringoscópio	1	3	2	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Conjunto De Laringoscópio	5	3	2	1	MÉDIA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Conjunto De Laringoscópio	1	3	2	1	MÉDIA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Conjunto De Laringoscópio	3	3	2	1	MÉDIA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Conjunto De Laringoscópio	1	3	2	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Conjunto En=90 C/ Acessórios.	1	1	1	1	BAIXA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Contador De Células	1	3	2	1	MÉDIA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Contador de células sanguíneas	1	3	2	1	MÉDIA
SSANE - SUBSEÇÃO DE ANESTESIOLOGIA	Copo Separador De Água	6	1	1	1	BAIXA
SCGE - SEÇÃO DE CIRURGIA GERAL	Dermatoscópio	3	2	2	1	MÉDIA
DEP - DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA	Desfibrilador	1	3	1	3	ALTA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Desfibrilador	1	3	1	3	ALTA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Desfibrilador Automatico com Ecg e Spo2	2	3	1	3	ALTA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Desfibrilador e Cardioscópio	1	3	1	3	ALTA
1PMHABE - 1º POSTO MÉDICO DO HABE	Desfibrilador Externo Automático	1	3	1	3	ALTA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Desfibrilador Externo Automático	2	3	1	3	ALTA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Desfibrilador Externo Automático	2	3	1	3	ALTA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Desfibrilador Tipo Cardioversor	3	3	1	3	ALTA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Desfibrilador Tipo Cardioversor	1	3	1	3	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Desfibrilador Tipo Cardioversor	1	3	1	3	ALTA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Desfibrilador Tipo Cardioversor	1	3	1	3	ALTA
SSFHOSP - SUBSEÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR	Desfibrilador	1	3	1	3	ALTA
SJOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Detector Fetal	2	3	2	1	MÉDIA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
UPE - UNIDADE DE PACIENTES EXTERNOS	Detector Fetal	1	3	2	1	MÉDIA
SGOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Detector Fetal Digital De Mesa	4	3	2	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Electrosurgical Apparatus	1	2	2	1	MÉDIA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Elemento De Trabalho Karl Storz Monopolar	1	2	2	1	MÉDIA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Elemento De Trabalho Passivo P/Ressectoscópio 4.0mm	1	2	2	1	MÉDIA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Eletrocardiógrafo	1	3	2	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Eletrocardiógrafo	1	3	2	1	MÉDIA
STPJS - SEÇÃO TÉCNICO-PERICIAL	Eletrocardiógrafo	1	3	2	1	MÉDIA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Eletrocardiógrafo	1	3	2	1	MÉDIA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Eletrocardiógrafo	3	3	2	1	MÉDIA
SGOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Eletrocardiógrafo	1	3	2	1	MÉDIA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Eletrocardiógrafo	1	3	2	1	MÉDIA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Eletrocardiógrafo	1	3	2	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Eletrocardiógrafo	2	3	2	1	MÉDIA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Eletrocardiógrafo	1	3	2	1	MÉDIA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Eletrocardiógrafo, Dixtal	1	3	2	1	MÉDIA
SSNEU - SUBSEÇÃO DE NEUROLOGIA	Eletroencefalógrafo com Jogo De Eletrodos	1	3	3	2	ALTA
SSNEU - SUBSEÇÃO DE NEUROLOGIA	Eletroencefalógrafo Digital Portátil	1	3	3	2	ALTA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Elevador Guincho Hospitalar Para Transferência De Pacientes	1	1	1	1	BAIXA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Elevador Guincho Hospitalar Para Transferência De Pacientes	1	1	1	1	BAIXA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Endoscópio Rígido	1	1	2	1	MÉDIA
CME - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	Endoscópio Rígido 10mm/350mm/30°	3	1	2	1	MÉDIA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Endoscópio Rígido 30 X 4 X 302mm	2	1	2	1	MÉDIA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Endoscópio Rígido 30/4/30cm	1	1	2	1	MÉDIA
SORL - SEÇÃO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	Endoscópio Rígido 4mm/200mm/0°	4	1	2	1	MÉDIA
SORL - SEÇÃO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	Endoscópio Rígido 4mm/200mm/45°	1	1	2	1	MÉDIA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Endoscópio Rígido Constituído Por Endoscópio Rígido	1	1	2	1	MÉDIA
CME - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	Endoscópios Rígidos do Videoendoscópio	1	1	2	2	MÉDIA
SGAST - SEÇÃO DE GASTROENTEROLOGIA	Endoscópios Rígidos do Videoendoscópio	1	1	2	2	MÉDIA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Equipamento Digitalizador Cr85x	1	3	2	2	ALTA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Equipamento Full Leg	1	1	1	1	BAIXA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Equipamento Work Station	2	3	2	2	ALTA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Equipo Oftalmológico De Refração	1	3	1	1	MÉDIA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Esfignomanômetro	1	3	1	1	MÉDIA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Esfignomanômetro	1	3	1	1	MÉDIA
SLFAR - SEÇÃO DE LOGÍSTICA FARMACÊUTICA	Esfignomanômetro	2	3	1	1	MÉDIA
SGAST - SEÇÃO DE GASTROENTEROLOGIA	Esfignomanômetro	1	3	1	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Esteira Ergométrica	2	3	1	1	MÉDIA
SFISIO - SEÇÃO DE FISIOTERAPIA	Esteira Ergométrica	1	3	1	1	MÉDIA
SFISIO - SEÇÃO DE FISIOTERAPIA	Estimulador Neuromuscular	8	3	2	2	ALTA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Estufa De Secagem E Esterilização	1	3	2	1	MÉDIA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Estufa Para Cultura Bacteriológica	1	3	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Facoemulsificador	1	3	3	2	ALTA
SFISIO - SEÇÃO DE FISIOTERAPIA	Fluence Aparelho De Led E Laser	1	2	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Foco Cirúrgico De 2 Cupulas	1	2	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Foco Cirúrgico De 3 Cupulas	1	2	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Foco Cirúrgico de Teto	2	2	1	1	MÉDIA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Foco Clínico	1	2	1	1	MÉDIA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Foco Clínico	1	2	1	1	MÉDIA
SCGE - SEÇÃO DE CIRURGIA GERAL	Foco Clínico	1	2	1	1	MÉDIA
SGOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Foco Clínico	1	2	1	1	MÉDIA
SGOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Foco Clínico	1	2	1	1	MÉDIA
SGOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Foco Clínico	1	2	1	1	MÉDIA
SGOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Foco Clínico	1	2	1	1	MÉDIA
SORT - SEÇÃO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	Foco Clínico	1	2	1	1	MÉDIA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Foco Clínico	2	2	1	1	MÉDIA
SGOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Foco Clínico	1	2	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Foco Teto Duplo	1	2	1	1	MÉDIA
SORL - SEÇÃO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	Fonte de Luz	1	3	1	1	MÉDIA
SGAST - SEÇÃO DE GASTROENTEROLOGIA	Fonte de Luz Fria Xenon	1	3	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Forno De Zircônia	1	3	2	1	MÉDIA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
SORL - SEÇÃO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	Fotóforo	1	3	1	1	MÉDIA
SORL - SEÇÃO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	Fotóforo	1	3	1	1	MÉDIA
SORL - SEÇÃO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	Fotóforo	1	3	1	1	MÉDIA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Fototerapia	1	3	2	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Histeroscópio	1	1	2	2	MÉDIA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Homogenizador	2	3	1	1	MÉDIA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Impressora de filmes radiográficos	1	3	1	1	MÉDIA
SAME - SEÇÃO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICA	Impressora de Pulseira	4	3	1	1	MÉDIA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Incubadora de Transporte	1	3	3	1	ALTA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Incubadora de Transporte	1	3	3	1	ALTA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Instrumento Biopsia Promag Ultra	2	2	1	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Instrumento Cirúrgico-Lupa Binocular E Retrator Com Acessórios	1	2	1	1	MÉDIA
SORT - SEÇÃO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	Insuflador de Torniquete	1	1	2	1	MÉDIA
SORT - SEÇÃO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	Insuflador De Torniquete Razer	1	1	1	1	BAIXA
SSNEU - SUBSEÇÃO DE NEUROLOGIA	Jogo De Eletrodo Para Eeg Com 25 Unidades.	1	1	1	1	BAIXA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Kit Laringoscópio	3	1	1	1	BAIXA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	kit Laringoscópio mcn	1	3	1	1	MÉDIA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	kit Laringoscópio com laminas	2	3	1	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Lâmpada De Fenda	3	3	1	1	MÉDIA
CME - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	Laparoscópio	2	3	3	2	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Laringoscópio	1	3	1	1	MÉDIA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Laringoscópio	1	3	1	1	MÉDIA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Laringoscópio	1	3	1	1	MÉDIA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Laringoscópio Infantil	3	3	1	1	MÉDIA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Laringoscópio Infantil com Lâminas.	7	1	1	1	BAIXA
SORL - SEÇÃO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	Laringoscópio Óptico	1	3	3	2	ALTA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Laringoscópio Pediátrico	1	3	1	1	MÉDIA
CME - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	Lavadora Ultrassonica	3	2	1	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Lensômetro	4	3	2	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Lenstar 900 Aps Essential Biômetro Óptico	1	1	1	1	BAIXA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO	Light,Surgical,Stand	1	1	1	1	BAIXA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Light,Surgical,Stand	2	1	1	1	BAIXA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Light,Surgical,Stand	1	1	1	1	BAIXA
UPE - UNIDADE DE PACIENTES EXTERNOS	Light,Surgical,Stand	1	1	1	1	BAIXA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Light,Surgical,Stand	1	1	1	1	BAIXA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Litotripsor Pneumático	1	2	2	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Lupa Modelo Lp 700 Bivolt	1	1	1	1	BAIXA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Maca Resgate Retrátil	1	1	1	1	BAIXA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Maca Resgate Retrátil	2	1	1	1	BAIXA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Maca Resgate Retrátil	1	1	1	1	BAIXA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Maca Resgate Retrátil	1	1	1	1	BAIXA
1PMHABE - 1º POSTO MÉDICO DO HABE	Macronebulizador Para Oxigênio	1	1	1	1	BAIXA
1PMHABE - 1º POSTO MÉDICO DO HABE	Manipulador De Filmes De Rx Odontológico	1	1	1	1	BAIXA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Marcapasso Cardíaco Externo Temporário	2	3	3	3	ALTA
SSFHOSP - SUBSEÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA HOSPITALAR	Medidor De Cuffometro	1	1	1	1	BAIXA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Medidor De Cuffometro	1	1	1	1	BAIXA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Medidor De Cuffometro	3	1	1	1	BAIXA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Mesa Central Bivolt para Microscópio	1	1	1	1	BAIXA
UPE - UNIDADE DE PACIENTES EXTERNOS	Mesa Cirúrgica	1	2	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Mesa Cirúrgica Mastertec 15 Eletro Hidráulico Port. 220v	1	2	2	2	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Mesa Cirúrgica Mecânica	4	2	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Mesa Cirúrgica Ortopédica	1	2	1	1	MÉDIA
SFISIO - SEÇÃO DE FISIOTERAPIA	Mesa P/ Tratamento, Mod.Dh-5.	1	2	1	1	MÉDIA
SFISIO - SEÇÃO DE FISIOTERAPIA	Mesa Para Tração, Mod. Trf-24.	1	2	1	1	MÉDIA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Micromotor Com Refrigeração	1	1	1	1	BAIXA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Micropipeta	6	3	1	1	MÉDIA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Microscópio	2	2	1	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Microscópio	3	2	1	1	MÉDIA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Microscópio Biológico	4	2	1	1	MÉDIA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Microscópio Biológico Binocular	4	2	1	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Microscópio Cirúrgico	1	2	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Microscópio Cirúrgico para Uso Oftalmológico	1	2	1	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Microscópio Especular Não Contato	1	2	2	1	MÉDIA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Microscópio Óptico	2	3	1	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Monitor De Pressão Arterial	2	3	3	2	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Monitor De Sinais Vitais	1	3	3	2	ALTA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Monitor De Sinais Vitais	1	3	3	2	ALTA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Monitor De Sinais Vitais	1	3	3	2	ALTA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Monitor De Sinais Vitais	4	3	3	2	ALTA
SGOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Monitor Doppler	3	3	3	2	ALTA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Monitor Doppler	1	3	3	2	ALTA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Monitor Doppler	1	3	3	2	ALTA
SGOB - SEÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	Monitor Fetal Cardiotocógrafo	2	3	3	2	ALTA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Monitor Fetal Cardiotocógrafo	1	3	3	2	ALTA
SGAST - SEÇÃO DE GASTROENTEROLOGIA	Monitor Multiparamétrico	1	3	3	2	ALTA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Monitor Multiparamétrico	2	3	3	2	ALTA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Monitor Multiparamétrico	1	3	3	2	ALTA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Monitor Multiparamétrico	4	3	3	2	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Monitor Multiparamétrico	11	3	3	2	ALTA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Monitor Multiparamétrico	1	3	3	2	ALTA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Monitor Multiparamétrico	5	3	3	2	ALTA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Múltiplo Marcador De Tempo	1	1	1	1	BAIXA
SORL - SEÇÃO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	Nasofibroscópio com dois Conectores	1	1	1	1	BAIXA
1PMHABE - 1º POSTO MÉDICO DO HABE	Nebulizador Tipo Portátil Ultrassonico	1	1	1	1	BAIXA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Nefroscópio	1	3	2	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Negatoscópio	2	1	1	1	BAIXA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Negatoscópio	1	1	1	1	BAIXA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Negatoscópio	1	1	1	1	BAIXA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Negatoscópio	2	1	1	1	BAIXA
SORT - SEÇÃO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	Negatoscópio	2	1	1	1	BAIXA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Neuroestimulador	1	3	3	2	ALTA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Nobreak Exs11 On-Line Dupla Conversão (Tomógrafo)	1	3	1	1	MÉDIA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Obturador Padrão Para Camisas De 24/26 Fr	1	1	1	1	BAIXA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Oftalmoscópio	5	2	1	1	MÉDIA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Oftalmoscópio	1	2	1	1	MÉDIA
SLFAR - SEÇÃO DE LOGÍSTICA FARMACÊUTICA	Oftalmoscópio	1	2	1	1	MÉDIA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Oftalmoscópio	1	2	1	1	MÉDIA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Ótica Hopkins	1	2	1	1	MÉDIA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Otoscópio	1	3	1	1	MÉDIA
SSAUDIO - SUBSEÇÃO DE AUDIOLOGIA	Otoscópio Portátil Com Lâmpada De Fibra Ótica E Lente De Aumento	1	3	1	1	MÉDIA
SSFONAM - SUBSEÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA AMBULATORIAL	Otoscópio Portátil Com Lâmpada De Fibra Ótica E Lente De Aumento	1	3	1	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Oxímetro De Pulso	1	3	2	1	MÉDIA
SAD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	Oxímetro De Pulso	3	3	2	1	MÉDIA
UPE - UNIDADE DE PACIENTES EXTERNOS	Oxímetro De Pulso	2	3	2	1	MÉDIA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Oxímetro De Pulso	3	3	2	1	MÉDIA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Oxímetro De Pulso	5	3	2	1	MÉDIA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Oxímetro De Pulso	2	3	2	1	MÉDIA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Oxímetro De Pulso	3	3	2	1	MÉDIA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Oxímetro De Pulso	2	3	2	1	MÉDIA
SIMAG - SEÇÃO DE IMAGENOLOGIA	Oxímetro De Pulso	1	3	2	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Oxímetro Portatil	1	3	2	1	MÉDIA
STPJS - SEÇÃO TÉCNICO-PERICIAL	Pneumotônômetro	1	3	2	1	MÉDIA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Ponte Adap Diag. De 2 Canais Comp. Com Storz	2	2	1	1	MÉDIA
SGAST - SEÇÃO DE GASTROENTEROLOGIA	Processador De Vídeo para Endoscopia	1	3	2	1	MÉDIA
1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE (BASE AÉREA)	Reanimador Para Ventilação Adulto Md	2	3	1	2	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Refrator de Greens	1	3	1	1	MÉDIA
SLFAR - SEÇÃO DE LOGÍSTICA FARMACÊUTICA	Refrigerador Expositor De Laboratório Tipo Vertical	1	3	2	1	MÉDIA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Respirador Bipap	1	3	3	3	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Respirador Bipap	1	3	3	3	ALTA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Respirador Portátil	1	3	2	3	ALTA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Respirador Portátil	1	3	2	3	ALTA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Ressectoscópio	1	1	2	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Scanner de Bancada	1	2	2	2	MÉDIA
SFARH - SEÇÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR	Seladora	2	1	1	1	BAIXA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Seladora Automática	1	1	1	1	BAIXA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
SFARH - SEÇÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR	Seladora Embalagem Funcionamento a Pedal	2	1	1	1	BAIXA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Seladora Manual	1	1	1	1	BAIXA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Sensor de Co2	1	1	1	1	BAIXA
UAI - UNIDADE DE ATENDIMENTO IMEDIATO	Sensor de Co2	2	1	1	1	BAIXA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Sensor de Co2	1	1	1	1	BAIXA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Sensor de Co2	7	1	1	1	BAIXA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Sensor de Co2	3	1	1	1	BAIXA
SORT - SEÇÃO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	Serra Elétrica Para Gesso	1	3	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Serra Elétrica Para Gesso	1	3	1	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Sistema Avaliação Cardiológica (Holter)	2	3	2	1	MÉDIA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Sistema De Chamada De Enfermagem Sem Fio com Sonorização	1	1	1	1	BAIXA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Sistema de Laparoscopia	2	3	2	2	ALTA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Sistema de Litotripsia	1	3	2	2	ALTA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Sistema de Monitor Análise Teste Ergométrico	1	2	2	2	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Sistema De Raio -X com Braço Móvel (Arco Cirurgico "C")	1	3	3	3	ALTA
SGAST - SEÇÃO DE GASTROENTEROLOGIA	Sistema de Videoendoscopia	2	3	2	2	ALTA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Sistema de Videolaparoscopia	2	3	2	2	ALTA
CME - CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO	Sistema de Videolaparoscopia	1	3	2	2	ALTA
DEP - DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA	Sistema desfibrilador com monitor	1	3	3	3	ALTA
SGAST - SEÇÃO DE GASTROENTEROLOGIA	Sistema desfibrilador com monitor	1	3	3	3	ALTA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Sistema para Teste de Acuidade Visual	1	3	1	1	MÉDIA
STPJS - SEÇÃO TÉCNICO-PERICIAL	Sistema para Teste de Acuidade Visual	1	3	1	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Sistema Para Teste De Acuidade Visual	1	3	1	1	MÉDIA
SLFAR - SEÇÃO DE LOGÍSTICA FARMACÊUTICA	Termo Higômetro Digital	1	1	1	1	BAIXA
SDANC - SUBDIVISÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS	Termo Higômetro Digital	1	1	1	1	BAIXA
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Termo Higômetro Digital	1	2	1	1	MÉDIA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Termo Higômetro Digital	1	2	1	1	MÉDIA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Termo Higômetro Digital	1	2	1	1	MÉDIA
SNUT - SEÇÃO DE NUTRIÇÃO	Termo Higômetro Digital	3	2	1	1	MÉDIA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Termo Higômetro Digital Portátil	4	2	1	1	MÉDIA
UPE - UNIDADE DE PACIENTES EXTERNOS	Termo Higômetro Digital Portátil	5	2	1	1	MÉDIA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Termômetro Clínico Com Infra-Vermelho	1	1	1	1	BAIXA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
UI-2 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-2	Termômetro Clínico Com Infra-Vermelho	1	1	1	1	BAIXA
UI-1 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO-1	Termômetro Clínico Com Infra-Vermelho	2	1	1	1	BAIXA
SAD - SEÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR	Termômetro Clínico Com Infra-Vermelho	1	1	1	1	BAIXA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Termômetro Clínico Com Infra-Vermelho	1	1	1	1	BAIXA
STPJS - SEÇÃO TÉCNICO-PERICIAL	Termômetro Clínico Com Infra-Vermelho	1	1	1	1	BAIXA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Termômetro Clínico Com Infra-Vermelho	1	1	1	1	BAIXA
UPE - UNIDADE DE PACIENTES EXTERNOS	Termômetro Clínico Com Infra-Vermelho	1	1	1	1	BAIXA
SSFONAM - SUBSEÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA AMBULATORIAL	Teste de emissão otoacústicas (otoread interacoustic)	1	1	1	1	BAIXA
SFONO - SEÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA	Timpanômetro (middle ear analyser)	1	3	2	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Tonômetro	1	2	1	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Tonômetro De Aplanção	2	2	1	1	MÉDIA
SOFT - SEÇÃO DE OFTALMOLOGIA	Tonômetro de Não Contato	1	3	2	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Trandutor P5-1	1	2	2	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Transdutor C5-1	1	2	2	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Transdutor L12-3	1	2	2	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Transdutor S12-4	1	2	2	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Transdutor S5-1	1	2	2	1	MÉDIA
SSCAR - SUBSEÇÃO DE CARDIOLOGIA	Transdutor Transesofágico	1	2	2	1	MÉDIA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Transdutor De Temperatura	4	1	1	1	BAIXA
SFISIO - SEÇÃO DE FISIOTERAPIA	Ultrassom Terapêutico	4	3	2	2	ALTA
SURO - SEÇÃO DE UROLOGIA	Ureterorrenoscópio	1	3	2	1	MÉDIA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Ventilador Artificial Eletrônico	2	3	3	3	ALTA
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Ventilador Artificial Eletrônico	4	3	3	3	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Ventilador Artificial Eletrônico	1	3	3	3	ALTA
SSAERO - SUBSEÇÃO AEROMÉDICA	Ventilador De Transporte	2	3	3	3	ALTA
1ESQHAB - 1ª ESQUADRILHA DE SAÚDE	Ventilador De Transporte	1	3	3	3	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Ventilador Eletrônico Microprocessado	1	3	3	3	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Ventilador Mecanico De Transporte E Emergencia	2	3	3	3	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Ventilador Mecânico Microprocessado	2	3	3	3	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Ventilador Pulmonar	3	3	3	3	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Ventilador Pulmonar Eletrônico Neonatal, Pediátrico E Adulto	2	3	3	3	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Ventilador Pulmonar Pneumático	1	3	3	3	ALTA
UTI - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	Ventilador Pulmonar Servo-S Multiprocessado	3	3	3	3	ALTA
UCC - UNIDADE DE CENTRO CIRÚRGICO	Video Laringoscópio	1	1	2	2	MÉDIA

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DE CRITICIDADE DOS EMH DO HABE						
DEPENDENCIA	NOMECLATURA/COMPONENTE	QTD	CURVA ABC	RISCO	COMPLEXIDADE	CRITICIDADE
SSANE - SUBSEÇÃO DE ANESTESIOLOGIA	Videobroncoscópio	1	2	2	2	MÉDIA
SSANE - SUBSEÇÃO DE ANESTESIOLOGIA	Videolaringoscópio	2	2	2	2	MÉDIA
	TOTAL DE EQUIPAMENTOS	708				



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO III-CRITICIDADE
Data/Hora de Criação:	10/11/2025 18:50:55
Páginas do Documento:	13
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	14
Hash MD5:	7968ce7fc0d2dab0b1546eb5a2fbfdac
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Suboficial OSEAS MIRANDA FERNANDES JUNIOR no dia 08/01/2026 às 11:17:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JOSILENE SILVA DOS SANTOS no dia 08/01/2026 às 11:18:37 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten MARCOS AZEVEDO DOS SANTOS no dia 08/01/2026 às 11:19:53 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten MARCOS AZEVEDO DOS SANTOS no dia 08/01/2026 às 11:21:22 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten JULIANA DOS SANTOS SANTA BRÍGIDA no dia 09/01/2026 às 10:53:33 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel NECY KAWAMURA no dia 13/01/2026 às 11:16:41 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO