

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - SERINGA PARA BOMBA

Descrição Detalhada: KIT DUPLO DE SERINGA (COMPOSTO DE DUAS SERINGAS DE 200 ML, CADA PARA CONTRASTE E SORO) PARA BOMBA INJETORA DE DUAS CABECAS PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COM SAIDA UNIVERSAL. COMPATIVEL COM BOMBA COM DUAS CABECAS (UMA PARA MEIO DE CONTRASTE E UMA PARA SOLUCAO SALINA), INJECAO ALTERNADA OU SIMULTANEA DO MEIO DE CONTRASTE E SORO, MULTIFASICA, QUE PERMITA NO MINIMO PRE- AQUECIMENTO DO MEIO DE CONTRASTE, PRESSAO DE 100 ATE 300 PSI, COM POSSIBILIDADE DE CRIACAO E ARMAZENAMENTO DE PROTOCOLOS, COM SISTEMA DE SEGURANCA PARA DETECCAO DE EXTRAVASAMENTO OU FLUXO/VOLUME/PRESSAO EXCESSIVOS, E ACOPLAMENTO DO EQUIPAMENTO EM DISPOSITIVO MOVEL. (A BOMBA EM QUESTAO DEVERA SER FORNECIDA PELA EMPRESA VENCEDORA EM REGIME DE COMODATO, ASSEGURANDO A OPERACIONALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A DEMANDA INFORMADA PELA CONTRATANTE).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	750	Quantidade Mínima Cotada:	750
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	78,24		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (750)

2 - EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR

Descrição Detalhada: EXTENSOR VALVULADO PARA RESSONANCIA MAGNETICA OU TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADO A INFUSAO DE MEIO DE CONTRASTE RADIOLOGICO, SORO E/OU MEDICAMENTOS, ATRAVES DE BOMBAS INJETORAS OU MANUALMENTE PARA USO INDIVIDUAL (LINHA DO PACIENTE), 1 (UMA) VIA COM VALVULA ANTI- REFLUXO COM ABERTURA POR PRESSAO, PRESSAO MAXIMA SUPORTADA DE 300PSI, COM APROXIMADAMENTE 23 CM DE COMPRIMENTO, ESTERIL E APIROGENICO DESDE QUE A EMBALAGEM NAO ESTEJA ABERTA OU DANIFICADA. ESTE CONECTOR PODE SER ACOPLADO A EQUIPOS DE ADMINISTRACAO INTRA-VENOSA E EM OUTRAS CONEXOES UTILIZADAS NA ADMINISTRACAO DE DIFERENTES SOLUCOES CONTINUAS E/OU INTERMITENTES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	750	Quantidade Mínima Cotada:	750
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,52		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (750)

3 - EQUIPO ESPECIAL

Descrição Detalhada: EXTENSOR VALVULADO UNIVERSAL TRANSFER DUPLO DE ALTA PRESSAO PARA RESSONANCIA MAGNETICA OU TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADO A TRANSFERENCIA E PREENCHIMENTO DE SERINGAS E POSTERIOR INFUSAO DE MEIOS DE CONTRASTE RADIOLOGICO, SORO E/OU MEDICAMENTOS (LINHA DE ENCHIMENTO DE SORO FISIOLÓGICO E ENCHIMENTO DE MEIO DE CONTRASTE, E LINHA DE INJECAO DE APROXIMADAMENTE 1,50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	950	Quantidade Mínima Cotada:	950
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,09		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (950)

4 - EQUIPO DE INFUSÃO DE CONTRASTE

Descrição Detalhada: TUBO EXTENSOR ESPIRALADO DE BAIXA PRESSAO, ADAPTAVEL A SERINGAS DE 1 A 60 ML PARA BOMBA DE INFUSAO, EM PVC TRANSPARENTE E ATOXICO COM APROXIMADAMENTE DE 152 CM A 200 CM DE COMPRIMENTO, CONECTOR LUER-LOCK VALVULADO, COM TAMPA COM FILTRO HIDROFOBO, INJETOR LATERAL EM Y, ESTERILIZADO EM ETO. PRIMMING DO TUBO EXTENSOR APROXIMADAMENTE: 4,2 ML. INDICADO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E APLICACOES ANGIOGRAFICAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (550)

5 - EQUIPO DE INFUSÃO DE CONTRASTE

Descrição Detalhada: COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, MATERIAL PLASTICO RIGIDO, RESISTENTE, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSORIOS ALCAS RIGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESIDUOS QUIMIOTERAPICOS, TIPO USO DESCARTAVEL, INDICACAO: DESCARTAR SEGURAMENTE OS RESIDUOS DA CLASSE B.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (550)

6 - FILME RADIOLOGICO

Descrição Detalhada: FILME RADIOLOGICO, TIPO RAIOS-X, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSOES 8 X 10" (20 X 25 CM). COMPATIVEL COM IMPRESSORA DRYSTAR 5500, 5503, 5302 (CAIXA 100 UND).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 326,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (78)

7 - FILME RADIOLOGICO

Descrição Detalhada: FILME RADIOLOGICO TOMOGRAFIA, TIPO RAIOS-X, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSOES 14 X 17" (35 X 43 CM). COMPATIVEL COM IMPRESSORA AGFA DRY. (CAIXA 100 UND).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 851,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (78)

8 - FILME RADIOLOGICO

Descrição Detalhada: FILME RADIOLOGICO, TIPO MAMOGRAFIA, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSOES 25 X 30. COMPATIVEL COM IMPRESSORA DRYSTAR AXYS 5500-5503(CAIXA 100UND).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 364,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (78)

9 - GEL

Descrição Detalhada: GEL CONDUTOR, COMPOSICAO A BASE DE AGUA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO. (FRASCO 100 ML).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 504

Quantidade Mínima Cotada: 504

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,71

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 20,00 GR

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (504)

10 - PRESERVATIVO MASCULINO

Descrição Detalhada: PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL LATEX, COMPRIMENTO MINIMO 16CM, LARGURA 4,40CM, ESPESSURA MINIMA 0,045MM, APLICACAO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM LUBRIFICANTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1008

Quantidade Mínima Cotada: 1008

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1008)

11 - CAPA USO MÉDICO

Descrição Detalhada: CAPA PROTETORA, MATERIAL EXTERNO LATEX, TIPO LONGA, APLICACAO SONDA DE ULTRASSONOGRAFIA, DIMENSOES 8,9 X 91,5, TIPO USO DESCARTAVEL,ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.(UNIDADE).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 432

Quantidade Mínima Cotada: 432

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (432)

12 - AGULHA

Descrição Detalhada: AGULHA EM ACO INOXIDAVEL, COM PONTA TIPO ANZOL PARA MARCACAO PRE- CIRURGICA DE LESAO MAMARIA POR ESTEREOTAXIA E ULTRASSONOGRAFIA DE 20G X 10 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

13 - AGULHA BIÓPSIA

Descrição Detalhada: AGULHA DE BIÓPSIA, APLICACAO LESOES MAMARIAS POR ESTEREOTAXIA E ULTRASSONOGRAFIA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CENTIMETRADA, DIMENSAO CERCA DE 14 G X 16 CM, TIPO PONTA ECOGENICA, COMPONENTE GAVETA DE AMOSTRA DE 19 MM, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE ESTERIL. (COM FORNECIMENTO DA PISTOLA EM REGIME DE COMODATO, DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR PISTOLA BARD MAGNUM). (UNIDADE).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

14 - MARCADOR DE BIÓPSIA TECIDUAL

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO, MARCADOR TECIDUAL IMPLANTAVEL, P/BIÓPSIA DE MAMA, AGULHA INTRODUTORA 17G, CERCA DE 10 CM, MARCADOR DE VISIBILIDADE PERMANENTE EM TODAS AS MODALIDADES DE IMAGEM(ULTRASSOM, RAIOS X E RESSONANCIA MAGNETICA) DE BIODUR COM POLIMERO DE PVA NAO ABSORVIVEL. TIPO ESPIRAL, MANOPLA C/BOTOES FRONTAL E TRASEIRO ESTERIL. UNICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (50)

15 - FRONHA

Descrição Detalhada: FRONHA DESCARTAVEL EM TECIDO NAO TECIDO (TNT), GRAMATURA 30 G/M², MEDIDAS 50X70 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3200

Quantidade Mínima Cotada: 3200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (3200)

16 - FILME RADIOLOGICO

Descrição Detalhada: FILME RADIOLOGICO, TIPO MAMOGRAFIA, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSOES 20 X 25. COMPATIVEL COM IMPRESSORA DRYSTAR AXYS 5500-5503(CAIXA 100UND).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 589

Quantidade Mínima Cotada: 589

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 364,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (589)

17 - FILME RADIOLOGICO

Descrição Detalhada: FILME RADIOLOGICO, TIPO RAIOS-X, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSOES 11 X 14" (28 X 35 CM). COMPATIVEL COM IMPRESSORA DRYSTAR 5500, 5503, 5302 (CAIXA 100 UND).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 141

Quantidade Mínima Cotada: 141

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 586,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (141)

18 - FILME RADIOLOGICO

Descrição Detalhada: FILME RADIOLOGICO, TIPO RAIOS-X, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSOES 8 X 10" (20 X 25 CM). COMPATIVEL COM IMPRESSORA DRYSTAR 5500, 5503, 5302 (CAIXA 100 UND).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 651

Quantidade Mínima Cotada: 651

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (651)

19 - FILME RADIOLOGICO

Descrição Detalhada: FILME RADIOLOGICO, TIPO RAIOS-X, ADICIONAL PARA PROCESSAMENTO SECO, DIMENSOES 14 X 17" (35 X 43 CM). COMPATIVEL COM IMPRESSORA DRYSTAR 5500, 5503, 5302. (CAIXA 100 UND)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1178

Quantidade Mínima Cotada: 1178

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1178)

20 - FILME RADIOLOGICO

Descrição Detalhada: IDEM AO ITEM 16 COTA 24%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 186

Quantidade Mínima Cotada: 186

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 364,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (186)

21 - FILME RADIOLOGICO**Descrição Detalhada:** IDEM AO ITEM 17 COTA 25%**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 47**Quantidade Mínima Cotada:** 47**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 586,28**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (47)**22 - FILME RADIOLOGICO****Descrição Detalhada:** IDEM AO ITEM 18 COTA 16%**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 124**Quantidade Mínima Cotada:** 124**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 125,62**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (124)**23 - FILME RADIOLOGICO****Descrição Detalhada:** IDEM AO ITEM 19 COTA 24%**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 372**Quantidade Mínima Cotada:** 372**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 88,03**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (372)