

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Patologia Clínica - Bioquímica

Descrição Detalhada: Patologia Clínica - Bioquímica; Características adicionais: Locação de equipamento de bioquímica totalmente automatizado de preferencia utilizando como principio a tecnologia de Química-Seca; Acesso randômico; Produção de até 350 testes/hora; capacidade de preservar calibrações válidas por até 06 (seis) meses ou a cada troca de lote; Possuir ponteiras descartáveis por paciente e não utilizar cubetas laváveis; Identificação das amostras por código de barras, com sistema de leitura próprio; Identificação dos reativos por código de barras; Compartimento de amostra para tubos primários de 4 a 10ml; Capacidade de trabalhar com microcoletores de amostra; Sistema de controle de qualidade total; Sistema de pré-diluição automática de amostras de soro/plasma; Reagentes prontos para uso; Software de fácil manuseio por "toque de tela"; Manual de instrução; Total capacidade de interfaceamento bidirecional; Função STAT para amostras emergenciais; Capacidade de gerenciamento interno dos reagentes; Estabilidade dentro do analisador de, no mínimo, 1 (uma) semana para 90% dos reativos; Detector de coágulo, bolhas e fibrina; Detector de nível de amostra; DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 293.309,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guaratinguetá/SP (1)

2 - Exame Hematologico de Patologia Clínica

Descrição Detalhada: Exame Hematologico de Patologia Clínica; Características adicionais: Locação de equipamento de hematologia totalmente automatizado com contagem automática de células sanguíneas das séries vermelha e branca resultando em hemograma completo com no mínimo 35 parâmetros, incluindo diferenciação com valor percentual e absoluto de grandes células imaturas e linfócitos atípicos. Trabalhar com pelo menos três (03) metodologias de análise de contagem. Possuir sistema para microamostras por modo automático e/ou manual Deve permitir inserção/entrada de amostra de urgência. O sistema ainda deve realizar: amostragem em tubo aberto e fechado; identificação de amostra alfanumérica e por código de barras nos racks e/ou nos tubos; homogeneização e pipetagem automáticas ; Armazenamento de no mínimo 10.000 resultados com gráfico para consulta direta no equipamento bem como armazenamento dos dados na forma de backup. Ser dotado de sistema de interfaceamento bidirecional .Possuir programa de controle de qualidade; Realizar os procedimentos de calibração e limpeza de forma automática. Display integrado ou acoplado ao equipamento. Manual de instrução. DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 148.084,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guaratinguetá/SP (1)