

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - SISTEMA DIGITALIZAÇÃO IMAGEM RADIOLÓGICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS POR PLACAS DE IMAGEM, COM FUNÇÃO DE APAGAMENTO INTEGRADA E CAPAZ DE PROCESSAR TODOS OS FORMATOS ODONTOLÓGICOS INTRAORAIIS. SCANNER DE PLACAS DE IMAGEM AUTOMÁTICO COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 40 PL/ MM. TELA DE VIDRO DE 2,4 POLEGADAS, DE ALTA RESOLUÇÃO E HIGIÊNICA, QUE OFERECE UMA INTERFACE MUITO FÁCIL DE USAR. DIGITALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE IMAGEM EM 16 BITS (65.536 NÍVEIS DE CINZA). CONEXÃO POR CABO DE REDE - RJ45. RÁPIDO - LEITURA DE ATÉ 5 PLACAS PERIAPICAIS ADULTO POR MINUTO. SISTEMA DE TRANSPORTE DE PLACA QUE EVITA QUALQUER CONTATO DA PLACA DE IMAGEM COM A LUZ, MESMO DURANTE A INSERÇÃO DA PLACA NO SCANNER. CONCEITO "EASY FEED" QUE PERMITE A LEITURA RÁPIDA DE DIFERENTES TAMANHOS DE PLACAS DE IMAGEM, UMA APÓS A OUTRA. SOFTWARE VIEWBOX STUDIO COM DICOM PRINT INTEGRADO. INTERFACE VISTASOFT CONNECT PARA AQUISIÇÃO DE IMAGENS VIA TWAIN DRIVER, COM OS SEGUINTE RECURSOS: FILTROS DE IMAGEM PARA DIVERSAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS COMO ENDODONTIA, PERIODONTIA E CARIOLOGIA. FERRAMENTAS DE MEDIDA DIRETA SOBRE A IMAGEM. EXPORTAÇÃO PARA DIVERSOS TIPOS DE ARQUIVO: JPG, TIFF, PNG E DICOM. MEDIDA AUTOMÁTICA DO NÍVEL DE R

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

2 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: APARELHO DE LASERACUPUNTURA – DESCRIÇÃO:MODULA AS FREQUÊNCIAS DE AURICULOTERAPIA DE REINIGER (RE) E NOGIER (NO); EQUIPAMENTO ERGONOMICO DE FÁCIL ACIONAMENTO E OPERAÇÃO PARA USO INTRA-ORAL E SISTEMICO (CORPORAL);FUNÇÕES DE LASERPUNTURA CONVENCIONAL, TERAPIA FOTODINAMICA E TECNICA ILIB; MODO DE EMISSÃO CONTINUO;DOSIMETRIA EM JOULES (1,2,3,4,6 E 9J);EQUIPAMENTO SEM FIO;BIVOLT;BATERIA DE LI-ION, MAIOR DURABILIDADE E NÃO CRIA VÍCIO;EMIÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS LASERES VERMELHO E INFRAVERMELHO.;LASER INFRAVERMELHO COM COMPRIMENTO (808± 10 NM) E LASER VERMELHO (660 NM ± 10 NM). UN DE REF.: UN. CATMAT: 441158.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.640,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

3 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: APARELHO DE ULTRASSOM ULTRASSOM COM SISTEMA PIEZOELETRICO ATIVADO ATRAVES DE PASTILHAS CERAMICAS EM FREQUENCIA DE 30.000 HZ, COMPOSTA POR PEÇA DE MAO COM SAÍDA APRESENTANDO ROSCA INTERNA . COMPOSTO DE BOMBA PERISTALTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE AGUA, UM RESERVATORIO DE AGUA REMOVIVEL, LISO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TRANSLUCIDO E COM ILUMINAÇÃO A LED. APRESENTA UMA PEÇA DE MAO DO JATO DE BICARBONATO, REMOVIVEL E AUTOCLAVAVEL. O DIFUSOR CONCENTRICO QUE EFETUA A MISTURA DE AR, AGUA E BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTANCIA DA PONTA, EVITANDO ENTUPIMENTO DA MESMA. O RESERVATORIO DE BICARBONATO TEM UMA TAMPÁ DE FÁCIL ACESSO E LIMPEZA. O PAINEL CONTEM SELETOR DIGITAL DE OPERAÇÃO (JATO DE BICARBONATO/ULTRASSOM), E DE FUNÇÃO COM OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS (PERIO, ENDO E SCALLING). PERMITE AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO, AJUSTE DA AGUA PERMITINDO TRABALHOS A SECO E AJUSTE DA POTENCIA ADEQUADA PARA CADA PROCEDIMENTO. TECLA GERAL LIGA/DESLIGA COM LED INDICATIVO NO PAINEL. INCLUI CAPAS AUTOCLAVÁVEIS FEITAS DE TERMOPLÁSTICO ESPECIAL PERMITE FIRMEZA NO MANUSEIO E PRECISAO NOS MOVIMENTOS. O APAREL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.499,15
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

4 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: FOTOPOLIMERIZADOR QUE UTILIZA DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED) PERSONALIZADOS, DE AMPLO ESPECTRO PARA PRODUZIR LUZ DE ALTA INTENSIDADE ENTRE 395 E 480NM, QUE SÃO CAPAZES DE POLIMERIZAR TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS COMO CERÂMICA E CIMENTOS RESINOSOS, DE MANEIRA SEMELHANTE A LUZES HALOGENAS DE QUALIDADE. POSSUI FEIXE DE LUZ COLIMADO QUE PROPORCIONA UMA POLIMERIZAÇÃO COMPLETA E UNIFORME COM COMPRIMENTO DE ONDA: 395 A 480 NM. BIVOLT E SEM FIO, COM PROGRAMAÇÃO CONTÍNUA, PONTEIRAS FABRICADAS EM POLÍMERO ESPECIAL, EQUIPADO COM SENSORES QUE REGISTRAM O MOVIMENTO: QUANDO O APARELHO NÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO, IRA AUTOMATICAMENTE ENTRAR EM MODO DE HIBERNAÇÃO, E QUANDO FOR MOVIMENTADO, IRA RETORNAR AS CONFIGURAÇÕES UTILIZADAS PELA ÚLTIMA VEZ. INTENSIDADE DE LUZ: 3 MODOS - 1.000, 1.400 E 3.200 MW/CM². TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS. REVESTIMENTO DE SAFIRA RESISTENTE A RISCOS E SELAMENTO DE TEFLON PARA FACILIDADE DE LIMPEZA. TIPO VALO CORDELESSOU EQUIVALENTE. UN DE REF.: UN. CATMAT: 410459.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8.199,99
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

5 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: MICROMOTOR ELÉTRICO DE BANCADA ODONTOLÓGICO. DEVE POSSUIR ROLAMENTOS BLINDADOS QUE DISPENSAM NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO. POSSUIR ROTAÇÃO DE ATÉ 45.000 RPM; PEÇA RETA AUTOCLAVÁVEL; PINÇA PARA BROCA DE DIÂMETROS DE 2,35 MM. DEVE ACEITAR CONTRA-ÂNGULOS (PADRÃO INTRA-ATÔMICO ISO 3964). ITENS INCLUSO: 1 MICRO MOTOR ELÉTRICO, 1 PEÇA RETA (CANETA) E PEDAL L/D (TIPO BELTERRA LB3000 OU SIMILAR). UN DE REF.: UN. CATMAT: 442257.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.780,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

6 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: CONTRA ÂNGULO MULTIPLICADOR 1:5., COM LUZ, COM UM CORPO DE AÇO INOX RESISTENTE A ARRANHOS E UMA CABEÇA DA TURBINA MAIS DURA. CABEÇA PROJETADA PARA FRESAS FG COM DIÂMETRO DE 1,6MM. ROLAMENTOS DE CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUZINDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E ROTAÇÕES EM MICROMOTOR ELÉTRICO DE ATÉ 200.000 RPM. SISTEMA RÁPIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCAS PUSH BOTTON, MECANISMO DE TRÍPLA CONTENÇÃO PROJETADO DE TAL FORMA QUE A FORÇA QUE SUSTENTA A FRESA AUMENTA QUANDO CARGA DE TRABALHO É APLICADA. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. SISTEMA CABEÇA LIMPA QUE AUXILIA NA PREVENÇÃO DE ENTRADA DE CONTAMINANTES PELA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. VELOCIDADE MÁXIMA ATÉ 200.000 RPM. SISTEMA DE ENCAIXE INTRA. MARCA NSK OU EQUIVALENTE. UN DE REF.: UN. CATMAT: 468391.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3.999,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

7 - CORTADOR GESSO

Descrição Detalhada: RECORTADOR DE GESSO EVOLUTION; APRESENTA MESA PARA PROTESE E ORTODONTIA COM TRANSFERIDOR DE ANGULO, CARENAGEM EM PLASTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE NA AREA UTIL PARA RECORTE DE ATE DOIS MOLDES, OTIMA PRECISAO NA ANGULAGEM PARA RECORTES E ORTODONTIA, APRESENTA SISTEMA DE ABERTURA RAPIDA DA TAMPA, CARENAGEM E MESA ANTIADERENTE AO GESSO, IRRIGACAO AUTOMATICA DO DISCO, USO COM DISCO CARBORUNDUM, IRRIGADO (MOLHADO). PESO LIQUIDO: 12,100 KG, PESO BRUTO: 14,200 KG, COMPRIMENTO: 34CM, LARGURA: 34CM, ALTURA: 44CM, FREQUENCIA: 50/60 HZ, POTENCIA: 1/2 CV, CONSUMO: 368 KWH, VOLTAGEM/TENSAO: 110V/220V COM CHAVE SELETORA. UN DE REF.:UN. CATMAT: 479951.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.524,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

8 - CONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: KIT ACADEMICO: COMPLETO CANETA ALTA ROTACAO + MICROMOTOR + PECA RETA + CONTRA ANGULO SACA BROCA. CONTENDO CANETA DE ALTA ROTACAO CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO OU MATERIAL COMPATIVEL COM A FUNCAO, CORPO COM RANHURAS PARA MELHORAR O APOIO DIGITAL; SISTEMA DE CONEXAO TIPO "BORDEN UNIVERSAL" (DOIS FUROS)COM LED; ROLAMENTO DE CERAMICA; REFRIGERACAO TRIPLA; TERMINAL METALICO; MINIMO DE 380.000 ROTACOES POR MINUTO E TORQUE 0,13 CM, COM BAIXO CONSUMO DE AR; SISTEMA DE SUBSTITUICAO DE BROCAS PUSH BUTTON; POLIMENTO PERFEITO, LV DE REBARBAS E SINAL DE OXIDACAO; AUTOCLAVAVEL. MICRO MOTOR: CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO OU MATERIAL COMPATIVEL COM ROTACAO QUE ATENDA A FAIXA 5000 ~ 20000 RPM; ALTP TORQUE; BAIXO RUÍDO; COM SISTEMA DE INTRA QUE PERMITA O ACOPLAMENTO DA PECA RETA E DO CONTRA ANGULO; AUTOCLAVAVEL; CONTRA - ANGULO: CONFECCIONADA EM ALUMINIO ANODIZADO OU MATERIAL COMPATIVEL COM A FUNCAO;DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM BAIXA ROTACAO ACOPLADO AO MICRO MOTOR TIPO INTRA, COM ROTACAO 1:1; TRAVA DE ACO INOXIDAVEL NA PARTE SUPERIOR DA CABECA PARA LIBERACAO DAS BROCAS; PECA RETA: PECA DE MAO COM ENCAIXE BORDEM E DOIS FUROS; SPRAY PAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

9 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Detalhada: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DEVE POSSUIR 24. 1 MP; SENSIBILIDADE ISO DE 100- ****; CMOS: 1. 6X/APS- C; GRAVACAO DE VIDEO FULL HD (****) EM 24P, 25P E 30P; PROCESSADOR DE IMAGEM DIG! C 4+; CONECTIVIDADE HDMI, NFC, USB, WI- FI; MONITOR LCD DE 3. 0 ; 3. 0 FSP; ACEITAR CARTOES SD/SDX/SDHC, EYE- FI; DEVE VIR ACOMPANHADA DE LENTE 75- 300MM, ANGULO DE VISAO DIAGONAL 32 11- 8 15; CONSTRUCAO DA OBJETIVA 13/9, 7 LAMINAS DO DIAFRAGMA, ABERTURA MINIMA 32- 45, DISTANCIA FOCAL MINIMA DE 1, 5M; TAMANHO DO SENSOR: 22. 3 X 14. 9MM; 9 PONTOS FOCALIS; SENSIBILIDADE MAXIMA A LUZ **** ISO; DISPAROS CONTINUOS EM ALTA RESOLUCAO 3FPS; POSSUIR AF DE ACOMPANHAMENTO; FOCO AUTOMATICO POR DETECCAO DE FASE PARA FOTOS; OBTURADOR DE DUAS FASES; AJUSTE MANUAL DE FOCO; AJUSTE MANUAL DE VELOCIDADE DO OBTURADOR; AJUSTE MANUAL DE ABERTURA; SENSOR DE ILUMINACAO TRASEIRA; ISO MANUAL; FOCO AUTOMATICO CONTINUO DURANTE GRAVACAO DE VIDEO; FOCO AUTOMATICO COM DETECCAO DE FASE PARA VIDEOS. MOD. DE REFERENCIA: CANON T7.EDITAL. UN DE REF.: UN. CATMAT: 475674

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.538,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

10 - LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA

Descrição Detalhada: OBJETIVA - LENTE EF 100 MM F/2.8L MACRO - DESCRICAO: LENTE DE FOCAGEM AUTOMATICA PARA FOTOGRAFIA MACRO DE AMPLIACAO ATETAMANHO REAL (1X);DIMENSOES: 78.6MM X 118.6MM;L-LENTE: NAO;DISTANCIA FOCAL MAIS PROXIMA: 0.31M / 1 PE (DO PLANO DO FILME ATE OOBJETO DA FOTO);SISTEMA IS: NAO;MOTOR DE FOCO: MOTOR ULTRASSONICO (USM);LENTE POR UTILIZACAO: CLOSE-UP, VIDA SELVAGEM;FATOR F-STOP: F/2.8;LENTE TIPO: MACRO;MODELO DA CAMERA: TODAS AS CAMERAS EOS;TAMANHO DO FILTRO : 58MM;PESO : 600G; CONSTRUCAO DA LENTE : 12 ELEMENTOS EM 8 GRUPOS;SERIE : EF (FULL-FRAME / APS-C);DISTANCIA FOCAL (LENTE): 100MM 1:2.8;MARCA E MODELO: OBJETIVA CANON: OBJETIVA - LENTE EF 100 MM F/2.8LMACRO IS USM.UN DE REF.: UN. CATMAT: 608806

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.499,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

11 - SISTEMA DIGITALIZAÇÃO IMAGEM RADIOLÓGICA

Descrição Detalhada: ILUMINADOR - FLASH MACRO CIRCULAR -DESCRICAO: FLASH E-TTL / E-TTL TIPO FLASH ANULAR AUTOMATICO PARA FOTOGRAFIAS MACRO.DESIGN DE CIRCUITO:TRANSISTOR BIPOLAR DE PORTAO ISOLADO.COBERTURA DE FLASH: ANGULO DE ROTACAO VERTICAL DE CERCA DE 80°/ANGULO DE ROTACAO HORIZONTAL DE CERCA DE 80. MODO FLASH: TTL/M. TEMPOS DE ILUMINACAO:200-2500 VEZES. TEMPERATURA DA COR: 5600 K. GUIA Nº.18 (ISO 100 EM METROS) CONTROLE DE RELACAO DE FLASH COM A PRECISAO DE 1/2 EV DENTRO DO INTERVALO DE 8:1—1:1—1:8. FONTE DE ALIMENTACAO:4 PILHAS ALCALINAS AA OUPILHAS AA DE HIDRETO DE NIQUEL METALICO (NI-MH) (NAO INCLUIDAS)TEMPO DE RECICLAGEM:APROXIMADAMENTE 3S CONTROLE DE FLASH: 8 NIVEIS DE CONTROLE DE SAIDA (1/128~ L/1), 22 NIVEIS DE AJUSTE FINO INTERFACE EXTERNA:SAPATO, PORTA DE PC E PORTA DE CARREGAMENTO EXTERNORECURSOS ADICIONAIS: CONTROLE DE PROPORCAO DE FLASH, SINCRONIZACAO DA CORTINA TRASEIRA. LAMPADA LED AF ASSIST, COMPENSACAO DE EXPOSICAO. FEV. BLOQUEIO FE, ALERTA DE SOM, CONFIGURACAO DE ECONOMIA AUTOMATICA, PORTA DE PC, INERFACE DE CARREGAMENTO, MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA, PROTECAO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, FUNCAO DE OPCOES AVANÇADAS.INCLUIDO NA EMBALAGEM:1 MACR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 999,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

12 - FLASH

Descrição Detalhada: ILUMINADOR - FLASH MACRO TWIN - DESCRICAO: PROJETO DE CIRCUITO DUPLO TRANSISTOR BIPOLAR DE PORTA (IGBT) TIPO MACRO DO FLASH AUTOMATICO PARA FOTOGRAFIA CLOSE-UP RELACAO DO FLASH CONTROLE DUAS CABECAS DE FLASH: 24/79, UNICA CABECA DO FLASH: 26/85 (ISO 100 105MM)COBERTURA DO FLASH ANGULAR VERTICAL: PARA CIMA, PARA BAIXO DE 90 GRAUSANGULO HORIZONTAL: DENTRO DE 60 GRAUS, PARA FORA DE 30 GRAUS GRAUS DE ROTACAO DO ANEL ADAPTADOR: PARA CIMA DE 50 GRAUS, PARA BAIXO DE 30 GRAUSGUIA NAO. COM UMA PRECISAO DE 1/2 EV DENTRO DO INTERVALO DE 8:1-1:1-1:8MODO DE FLASH TTL MTEMPO DE RECICLAGEM CERCA DE 3 SFONTE DE BATERIAS DE ALIMENTACAO 4 x AASIZE (ALCALINAS OU NI-MH SAO UTILIZAVEIS)PARAMETROS ILUMINACAO 200 ~ 2500 VEZES (PILHA ALCALINA AA USADA)TEMPO DE RECICLAGEM APROX 3 S (PILHA ALCALINA AA USADA)TEMPERATURA DE COR 5600 K TEMPO DE FLASH 1/S ~ 1/20000 SCONTROLE DE FLASH 8 NIVEIS DE CONTROLE DE SAIDA (1/128 ~ 1/1), 22 NIVEIS DE AJUSTE FINO INTERFACE EXTERNA SAPATA, PC PORTO E PORTO DE CARREGAMENTO EXTERNOLED TEMPERATURA DE COR APROX. 5500K LUMINANCIA LED: APROX. 300LUX (1M) PESO LIQUIDO 998GUN DE REF.: UN. CATMAT: 621617.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.580,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

13 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: CANETA BAIXA ROTACAO, TIPO CONTRA ANGULO - CANETA BAIXA ROTACAO, TIPO CONTRA ANGULO, BLINDADO, CORPO DE TITANIO SOLIDO COMPACTO, ERGONOMICO, RELACAO TRANSMISSAO 20:1; TORQUE DE 80 N/CM; SISTEMA ULTRA PUSH BUTTON, REFRIGERACAO DUPLA EXTERNA E INTERNA, , TERMO DESINFETAVEL E ESTERILIZAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL C/ LED OTICA DE VIDRO CELULAR. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. UN DEREFE.: UN. CATMAT: 468391.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.219,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

14 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: CADEIRA GIRATORIA ESCRITORIO CADEIRA GIRATORIA ESCRITORIO: TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATORIA, RECLINAVEL, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBOS DE ACO, ACABAMENTO DE POLIPROPILENO, PROTEGENDO O PRODUTO CONTRA FERRUGEM. BRACOS FIXOS, MATERIAL DO ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO DE POLIPROPILENO ESPESSURA DE NO MINIMO 40 MM. UN DE REF.: UN. CATMAT: 486278.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 546,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

15 - ESCADA HOSPITALAR

Descrição Detalhada: ESCADA HOSPITALAR DOIS DEGRAUS ACO INOX - ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL TUBOS REDONDOS DE ACO INOX AISI 304, NUMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS PISO EM ALUMINIO REVESTIDO C/ ANTIDERRAPANTE PRETO, DIMENSAO ESCADA ALTURA DEGRAU 16,5CM, TOTAL 39CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PES COM PONTEIRA DE BORRACHA UN DE REF.: UN. CATMAT: 617876.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

16 - LAVADORA ULTRASSÔNICA

Descrição Detalhada: LAVADORA ULTRASSONICA (CATMAT: 480953)DESCRICAO: LAVADORA ULTRASSONICA - MODELO: HORIZONTAL, RODIZIO C/ FREIO, MATERIAL: GABINETE EM ACO INOXIDAVEL, TAMPA EM ACRILICO, AJUSTE: PAINEL DIGITAL, CAPACIDADE: CERCA DE 60 L, TEMPERATURA: TEMPERATURA ATE 65 °C, ADICIONAL 1: CESTO C/ SAIDAS P/ CERCA DE 30 CANULADOS, CARACTERISTICA: ABASTECIMENTO E ESCOAMENTO AUTOMATICOS.UN DE REF.: UN. CATMAT: 480953.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

17 - ESFIGMOMANÔMETRO

Descrição Detalhada: MONITOR DIGITAL DE PRESSAO ARTERIAL DE PULSO - MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO QUE POSSUI UM SENSOR DE POSICIONAMENTO QUE ASSEGURA QUE O PULSO ESTEJA NA ALTURA CORRETA DO CORACAO, GARANTINDO RESULTADOS MAIS CONFIÁVEIS. SUA DETECCAO DE BATIMENTOS CARDIACOS IRREGULARES AJUDA A IDENTIFICAR POSSÍVEIS ALTERACOES QUE REQUEREM ATENCAO MEDICA. ARMAZENA ATÉ 30 MEDICOES SEQUENCIAIS, PERMITINDO QUE O USUARIO ACOMPANHE SEU HISTORICO E COMPARTILHE INFORMACOES FACILMENTE. A TECNOLOGIA INTELLISENSE PROPORCIONA UMA MEDICAO MAIS CONFORTAVEL AO AJUSTAR AUTOMATICAMENTE A INFLACAO DA BRACADEIRA. INCLUEM A INFLACAO SUAVE QUE AUMENTA O CONFORTO DO USUARIO E UMA BRACADEIRA ADAPTAVEL A DIFERENTES TAMANHOS DE PULSO.UN DE REF.: UN. CATMAT: 432681.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

18 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: FOTOPOLIMETIZADOR VALO OTOPOLIMERIZADOR DE RESINA COMPOSTA COM LENTE DE 12MM, PERMITINDO A POLIMERIZACAO DE AREAS MAIS AMPLAS DE UMA SO VEZ, E TECNOLOGIA POLYWAVE , COM LEDS DE AMPLO ESPECTRO E INTERVALO DE ONDA UTILIZAVEL DE 385 A 515, COM PICOS DE COMPRIMENTO DE ONDA DE : 395 – 415NM E 440 – 480NM PERMITINDO A POLIMERIZACAO DE QUALQUER MATERIAL ODONTOLOGICO. POSSUI TRES MODOS DE POLIMERIZACAO:STANDARD -1000 MW/CM², COM OPCOES DE TEMPO DE 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS , HIGH POWER- 1600 MW/CM², COM OPCOES DE TEMPO DE 1, 2, 3 E 4 SEGUNDOS E XTRA POWER3200 MW/CM²- 3200 MW/CM², COM TEMPO DE 3 SEGUNDOS PERMITINDO A POLIMERIZACAO DE AREAS MAIS AMPLAS DE UMA SO VEZ. APRESENTA CORPO UNICO DE ALUMINIO AEROESPACIAL, PROPORCIONA DURABILIDADE, LEVEZA E DISSIPACAO DO CALOR, ALEM DO REVESTIMENTO DE SAFIRA RESISTENTE A RISCOS E O SELAMENTO EM TEFLON FACILITAM A LIMPEZA. FUNCIONA COM BATERIAS RECARREGAVEIS EFICIENTES, ECOLOGICAS, SEGURAS E ECONOMICAS E APRESENTA FONTE DE ALIMENTACAO DO CARREGADOR COM SAIDA - 12VCC A 500MA / ENTRADA – 100VCA A 240VCAUN DE REF.: UN. CATMAT: 410459.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.752,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

19 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: FOTOPOLIMERIZADOR RADII CAL – CX FOTOPOLIMERIZADOR POTENTE, COLIMADO, LEVE E SEM FIO QUE USA LUZ LED PARA FAZER A FOTOPOLIMERIZACAO DOS MATERIAIS RESTAURADORES, COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 440 A 480 NM, IDEAL PARA RESINAS COMPOSTAS E OUTROS MATERIAIS FOTOPOLIMERIZAVEIS. COM INTENSIDADE DE LUZ DE 1.000 MW/CM², OFERECE MULTIPLOS MODOS DE CURA, INCLUINDO ALTA INTENSIDADE, CURACAO GRADUAL E SOFT START, COM TEMPOS DE CURA AJUSTAVEIS ENTRE 5 E 40 SEGUNDOS. ALIMENTADO POR BATERIA DE LITIO RECARREGAVEL, POSSUI AUTONOMIA DURADOURA E TEMPO DE RECARGA DE 90 MINUTOS. SEU DESIGN ERGONOMICO E LEVE (200G), ALIADO A UMA LAMPADA LED COM VIDA UTIL DE ATÉ 10.000 HORAS, GARANTE EFICIENCIA E CONFORTO AO PROFISSIONAL. O EQUIPAMENTO E BIVOLT (110-240V), POSSUI DISPLAY DIGITAL.UN DE REF.: UN. CATMAT: 410459.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.940,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

20 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: AMALGAMADOR O AMALGAMADOR DIGITAL PARA MISTURAR DE FORMA HOMOGENEA E EFICIENTE DE AMALGAMA E IONOMEROS DE VIDRO. COM UM SISTEMA UNIVERSAL QUE ACEITA DIFERENTES MODELOS DE CAPSULAS, PAINEL DIGITAL DE FACIL COMANDO E UMA GARRA BATEDORA QUE ATINGE 4.550 OSCILACOES POR MINUTO, GARANTE UMA MISTURA DE ALTA QUALIDADE. EQUIPAMENTO SILENCIOSO, COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO (MENOS DE 65DB), E DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE INTERROMPE O FUNCIONAMENTO QUANDO A TAMPA É ERGUÍDA, FACIL DE LIMPAR E DESINFETAR, TEM AJUSTE DE MEMORIA PARA OTIMIZAR O TEMPO DE MISTURA E E BIVOLT, COM POTENCIA DE 40W.UN DE REF.: UN. CATMAT: 413144.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.199,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

21 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATOUN DE REF.: UN. CATMAT: 443420.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

22 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE/ROTATORIO MOTOR PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS ENDODONTICOS UTILIZANDO O SISTEMA DE MOVIMENTO RECIPROCANTE COM TECNICA DE LIMA UNICA, OU O SISTEMA ROTATORIO CONVENCIONAL, DISPONIVEIS NO MERCADO. POSSUI TELA DE LCD AMPLA E COLORIDA; DESIGN ERGONOMICO; ACIONAMENTO MANUAL NA PECA DE MAO (NAO POSSUI PEDAL). APRESENTA 5 PROGRAMAS PRE- DEFINIDOS E 8 PROGRAMAS LIVRES. ACOMPANHA 1 CONTRA-ANGULO REDUTOR 6:1, COM A POSSIBILIDADE DE GIRO EM 360 GRAUS, CARREGADOR E PECA DE MAO. POSSUI MECANISMO DE REVERSO NAS OPCOES DE AUTOMATICO, SEMI AUTOMATICO OU SEM O MESMO, PERMITE O AJUSTE INDEPENDENTE DE VELOCIDADE NA FAIXA DE 250 – 1.200 RPM E DE TORQUE 0.6 - 4.0 NCMN.CM. BIVOLT. O MOTOR É COMPATIVEL COM OS SISTEMAS WAVE ONE, PROTAPER E DEMAIS SISTEMAS DISPONIVEIS NO MERCADO. POSSUI 6 PROGRAMAS PRE-DEFINIDOS (WAVE ONE, PROTAPER UNIVERSAL, PROTAPER NEXT, PATHFILE, RECIPROC E GATES) E 7 PROGRAMAS LIVRES. POSSUI CONTRA-ANGULO COM CABECA PEQUENA E POSSIVEL AJUSTE EM 6 POSICOES DIFERENTES. TELA DE LCD COLORIDA E AMPLA. OPCAO AUTO REVERSO. FUNCIONA LIGADO A FONTE OU A BATERIA. AUTONOMIA DA BATERIA DE 2 HORAS EM USO CONTINUO E RECARGA EM APROXIMADAMENTE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

23 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: TERMOCOMPACTADOR SISTEMA DE OBTURACAO SEM FIO - TERMOCOMPACTADOR/ TERMOPLASTIFICADOR DE GUTA PERCHA PARA ENDODONTIA. ACOMPANHA: UMA CANETA TERMOCOMPACTADORA, UMA BASE CARREGADORA, UM CARREGADOR BIVOLT E TRES PONTAS TERMICAS.UN DE REF.: UN. CATMAT: 416674.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.685,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

24 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: LOCALIZADOR APICAL LOCALIZADOR APICAL FINEPEX – SCHUSTER OU SIMILAR. TELA FRONTAL DE 4.5" LCD COLORIDA, CORPO INJETADO EM ASB, BASE DE APOIO ESTAVEL EM ALUMINIO, INDICADOR SONORO, BATERIA 3,7 V/750MAH REMOVIVEL E RECARREGAVEL, ENTRADA DA FONTE DE ALIMENTACAO 100V240V ~50/60HZ. UN DE REF.: UN. CATMAT: 363941.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.723,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

25 - LÂMPADA XENÔNIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO OPERATORIO EQUIPAMENTOPROJETADO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA AREA ODONTOLOGICA EM PROCEDIMENTOS DE ENDODONTIA, CLINICOS E CIRURGICOS. POSSUI UMA CABECA OPTICA COM LENTES QUE OFERECEM ATÉ 5 OPCOES DE AUMENTO (MAGNIFICACAO CONTINUA, SEM INTERVALOS DE 2.1X A 20.4X), BINOCULO INCLINADO (0 A 60 GRAUS), BRACO PANTOGRAFICO ARTICULADO, POSSUI FONTE DE LUZ FRIA COM DUAS LAMPADAS HALOGENAS DE 15V/150W. ILUMINACAO LED 100.000 LUXPOSSUI SISTEMA DE MICRO-FOCALIZACAO ELETRONICA, POSSUI QUATRO OPCOES DE ESTATIVA, PROJETA LUZ SEM SOMBRA, EVITA A FADIGA OCULAR, PERMITE OTIMA VISAO DE CAVIDADES ESTREITAS E PROFUNDAS, AJUDA NA DETECCAO DE RESIDUOS. SISTEMA DE FOTO/VIDEO, FULL HD/HDMI.UN DE REF.: UN. CATMAT: 602966.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

26 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: ULTRASSOM ENDODONTICO ULTRASSOM ENDODONTICO COM VIBRACOES LINEARES E REGULARES QUE TORNAM OS TRATAMENTOS MAIS CONFORTAVEIS PARA O PACIENTE. OS TECIDOS MOLES SAO PRESERVADOS, SEM DANO GENGIVAL E COM MENOR REMOCAO DE CIMENTO. O EQUIPAMENTO REALIZA UMA AMPLA VARIEDADE DE PROCEDIMENTOS COM MAIS DE 80 PONTAS EXCLUSIVAS. POSSUI VIBRACOES LINEARES CONTROLADAS, AJUSTE DE FREQUENCIA AUTOMATICO E CONTINUO PARA MAIOR SEGURANCA E CONFORTO. O COLOR CODING SYSTEM™ ASSOCIA INTUITIVAMENTE CADA ANEL DE COR NA PONTA COM UMA DAS 4 CONFIGURACOES DE POTENCIA. A IRRIGACAO CHEGA ATÉ O FINAL DA PONTA, PERMITINDO UMA PODEROSA CAVITACAO. O EQUIPAMENTO POSSUI UMA DESCONEXAO RAPIDA DA AGUA. A PEÇA DE MAO FINA NAO ESQUENTA E POSSUI RESERVATORIO GRADUADO QUE PERMITE UTILIZAR QUALQUER TIPO DE SOLUCAO DE IRRIGACAO E ENCHE-LO DURANTE O PROCEDIMENTO.UN DE REF.: UN. CATMAT: 416620.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.650,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

27 - CENTRIFUGA

Descrição Detalhada: CENTRIFUGA CLINICA DE BANCADA 8 X 15ML, COM ROTOR DE ANGULO FIXO EM 35°, 4.000 RPM,, RCF MAXIMO: 1.980 X GPRECISAO DE VELOCIDADE: ± 15 RPM TIPO DE ROTOR: ANGULO FIXO CAPACIDADE MAXIMA: 8 X 15 MLTIMER: 1 ATE 99 MINUTOS NIVEL DE RUIDO: 60 DB TENSÃO: BIVOLT FREQUENCIA: 50-60 HZPOTENCIA: 80 W DISPLAY: LED PESO: 8 KGDIMENSOES (L X C X A): 270 X 308 X 214 MM RAIO DO ROTOR – MINIMO* 63 MMRAIO DO ROTOR – MAXIMO** 93 MM ANGULO DO ROTOR: 35°UN DE REF.: UN. CATMAT: 411577.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.259,58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

28 - CANETA BAIXA ROTAÇÃO

Descrição Detalhada: CONTRA ANGULO MULTIPLICADOR 1:5., COM LUZ, COM UM CORPO DE AÇO INOX RESISTENTE A ARRANHOS E UMA CABECA DA TURBINA MAIS DURA. CABECA PROJETADA PARA FRESAS FG COM DIÂMETRO DE 1,6MM. ROLAMENTOS DE CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUZINDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E ROTACÕES EM MICROMOTOR ELÉTRICO DE ATÉ 200.000 RPM. SISTEMA RÁPIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BROCHAS PUSH BOTTON, MECANISMO DE TRÍPLA CONTENÇÃO PROJETADO DE TAL FORMA QUE A FORÇA QUE SUSTENTA A FRESA AUMENTA QUANDO CARGA DE TRABALHO É APLICADA. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C.. SISTEMA CABECA LIMPA QUE AUXILIA NA PREVENÇÃO DE ENTRADA DE CONTAMINANTES PELA CABECA DA PEÇA DE MAO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. VELOCIDADE MÁXIMA ATÉ 200.000 RPM. SISTEMA DE ENCAIXE INTRA. SIMILAR A NSK.UN DE REF.: UN. CATMAT: 440856.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.900,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

29 - FOTÓFORO

Descrição Detalhada: FOTOFORO PORTÁTIL – SEM FIO – DE ILUMINAÇÃO E MAGNIFICAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ESTÉTICOS. DUPLO LED COM POTÊNCIA REGULÁVEL ATÉ 100.000 LUX. ELIMINA SOMBRAS. ERGONÔMICO TOTALMENTE SEM FIO. POSSUINDO OS SEGUINTE COMPONENTES: A) SUPORTE FOTOFORO COM DUPLO LED; B) 2 BATERIAS DE LÍTIUM – RECARREGÁVEIS; C) 1 CARREGADOR; D) 2 FILTROS PARA RESINA; D) 1 MALETA. GRAU DE AUMENTO COM LENTES DE AUMENTO E DE ATÉ 1.5X. DUPLO LED DE ATÉ 100.000 LUX, SENDO POSSÍVEL REGULAR A POTÊNCIA DESEJADA. -SEM GERAR SOMBRA.ACOMPANHA 2 FILTROS DE LUZ PARA EVITAR A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DA RESINA. PESO LEVE 120 A 150 GRAMAS. NÃO PRECISA TROCAR DE LENTES QUANDO MUDAR O GRAU. NAS LUPAS CONVENCIONAIS, SE FAZ NECESSÁRIO A TROCA DO PAR DE LENTES A CADA 2 ANOS. PERMITE AO OPERADOR USAR O SEU OCULOS DE CORREÇÃO. PERMITE QUE DIVERSOS PROFISSIONAIS USEM O MESMO SUPORTE, ADQUIRINDO SOMENTE AS LENTES AVULSAS DE ACORDO COM AS MEDIDAS INTERPUPILARES DE CADA UM.UN DE REF.: UN. CATMAT: 615953.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.157,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

30 - ESFIGMOMANÔMETRO

Descrição Detalhada: KIT APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL + ESTETOSCOPIO, AMBOS NA COR VINHO, ADULTO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE COM SISTEMA DE FECHO DE CONTATO OBTENDO UM DIAGNÓSTICO SEGURO E CONFIÁVEL, TESTADO RIGOROSAMENTE PELO CONTROLE DE QUALIDADE. BRACELEIRA CONFECCIONADA EM 100% NYLON MANGUITO E PERA EM PVC. MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG. ACOMPANHA BOLSA EXCLUSIVA. ESTETOSCOPIO DUPLO INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS E PARA AUXILIAR NA AFERÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E SERVIÇOS DE TRIAGEM. É UTILIZADO PARA REALIZAR AUSCULTA DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA, POIS SEU AUSCULTADOR DUPLO PERMITE SER USADO EM FUNÇÃO DUPLA. DETALHES: AUSCULTADOR DUPLO PARA SONS DE ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA; ANEL ANTI-FRIO PARA EVITAR TOQUE E SENSACÃO DE FRIO AO PACIENTE; HASTES LEVES E RESISTENTES, QUE PROPORCIONAM MAIS ERGONOMIA E DESEMPENHO; OLIVAS MACIAS EM SILICONE QUE SE AJUSTAM AO CANAL AUDITIVO; ACABAMENTO EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APARELHO DE PRESSÃO TAMANHO: ADULTO MEDIDA DA BRACELEIRA: 52 X 14 CM ABRANGÊNCIA CIRCUNFERÊNCIA DO BRACO: 18 A 36 CM TAMANHO MANGUITO: 12 X 22 CM GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO MANÔMETRO / CONSULTAR MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA OUTROS ITENS APROVADOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 384,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (23)

31 - SISTEMA DIGITALIZAÇÃO IMAGEM RADIOLOGICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE IMAGENS RADIOGRAFICAS POR PLACAS DE IMAGEM, COM FUNCAO DE APAGAMENTO INTEGRADA E CAPAZ DE PROCESSAR TODOS OS FORMATOS ODONTOLOGICOS INTRAORAIS. SCANNER DE PLACAS DE IMAGEM TOTALMENTE AUTOMATICO COM RESOLUCAO DE ATE40 PL/ MM. TELA TOUCH-SCREEN DE VIDRO DE 5 POLEGADAS, DE ALTA RESOLUCAO E HIGIENICA, QUE OFERECE UMA INTERFACE DE MULTIPLAS FUNCOES E MUITO FACIL DE USAR. DIGITALIZACAO E PROCESSAMENTO DE IMAGEM EM 16 BITS (65.536 NIVEIS DE CINZA). CONEXAO POR WI-FI OU CABO DE REDE. SUPER RAPIDO - LEITURA DE ATE 5 PLACAS PERIAPICAIS ADULTO POR MINUTO. SISTEMA DE INSERCAO DE PLACA QUE EVITA QUALQUER CONTATO DA PLACA DE IMAGEM COM A LUZ, MESMO DURANTE A INSERCAO DA PLACA NO SCANNER. FUNCAO "SCANMANAGER" QUE PERMITE AO SCANNER RECEBER SOLICITACOES DE LEITURA DE MAIS DE UM COMPUTADOR SIMULTANEAMENTE, MOSTRANDO NA TELA O NOME DOS PACIENTES A SEREM ATENDIDOS E POSSIBILITANDO A SELECAO DE CADA PACIENTE DIRETAMENTE NA TELA DO SCANNER. FUNCAO "STANDALONE" QUE PERMITE O USO EMERGENCIAL DO EQUIPAMENTO DE FORMA INDEPENDENTE, SEM COMPUTADOR, ATRAVES DO CADASTRAMENTO DO PACIENTEE ACIONAMENTO DO SCANNER DIRETAMENTE NA TELADO APARELHO COM ARMAZE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

32 - ESTOJO

Descrição Detalhada: ESTOJO INOX PARA MANIPULACAO E APLICACAO DA FIBRINA RICA EM PLAQUETAS (PRF - PLATELET RICH FIBRIN), COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 20CM X 10CM X 3 CM, CONTENDO NO MINIMO: ESTOJO PARA PRF, ESPATULA EXTRATORA PL, ESPATULA PRF, E PINOS PARA PREPARO DO PRF.UN DE REF.: UN. CATMAT: 421110.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 722,51

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

33 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: UM EQUIPAMENTO DE LASER ER:YAG QUE NAO UTILIZAFIBRA OTICA, UM PEDAL DE ACIONAMENTO, UMA FONTE DE LASER NO APLICADOR, DUAS PECAS DE MAO, UM CABO DE ENERGIA, TRES OCULOS DE PROTECAO, DEZOITO PONTAS, DOIS ESPELHOS EXTRAS. VOLTAGEM: O EQUIPAMENTO E BIVOLT AUTOMATICO, SEM CHAVEAMENTO DE VOLTAGEM. GARANTIA UM ANO. ASSISTENCIA TECNICA: ASSISTENCIA PROPRIA. SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL. MANUTENCAO ANUAL PREVENTIVA: E REALIZADA A TROCA DE FILTROS, REVISAO DOS PARAMETROS E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO. PESO DO APARELHO: 25 KG. DIMENSOES (C X L X A): TELA ESTENDIDA 37X47X79 CM; TELA FECHADA 37X47X64 CM.LASER - ERBIUM YAG COMPRIMENTO DE ONDA - 2940NM ENERGIA PULSADA - UP TO 700MJPOTENCIA - UP TO 8.4 WATTS ON TISSUE REPETICAO DE PULSO - 10-50 HZSPOT SIZE DISTAL AT END OF TIP - 0.2-1.3 MM (TIP DEPENDENT)UN DE REF.: UN. CATMAT: 441158.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

34 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: CONSULTORIO ODONTOLOGICO CAMUFLADO PORTATIL: CADEIRA COM ENCOSTO COM ACIONAMENTO ELETRICO MOTOR BOCH, ISENTO DE OLEO, POSICAO DE EMERGENCIA (ATE -5 GRAUS DO ENCOSTO), CABECEIRA MULTIARTICULADA, BRACO DIREITO ESCAMOTEAVEL, APOIO DE PERNAS AJUSTAVEL E DOBRAVEL, ESTOFAMENTO SOFT. COM MOCHO BASE COM 5 RODIZIOS, ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL, ACIONAMENTO MOLA A GAS. COMPRESSOR ALIMENTACAO DE ENERGIA 110V OU 220V ISENTO DE OLEO COM MOTOR 1.0HP PRESSAO DE TRABALHO DE 80 A 100LBS PARA RESIDUOS SOLIDOS, COM CONDENSADORES DE VAPORES E DRENAGEM AUTOMATICA MANOMETRO AJUSTE DA PRESSAO DE TRABALHO, RESERVATORIO DE AR NA ESTRUTURA DA CADEIRA COM CAPACIDADE DE 4,2 LITROS. EQUIPO COM BANDEJA INOX BRACO ARTICULADO: MICROMOTOR PNEUMATICO, CONTRA-ANGULO, PECA RETA E TURBINA DE ALTA ROTACAO PUSH-BOTTON COM LED; SERINGA TRIPLICE, 1 TERMINAL DE ALTA ROTACAO MIDWEST, 1 TERMINAL DE BAIXA ROTACAO COM REFRIGERACAO POR SPRAY, FOTOPOLIMERIZADOR; ULTRASSON PIEZOELETRICO COM LUZ LED; RESERVATORIO DE AGUA COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA E FILTRO PARA PARA RESIDUOS SOLIDOS E RESERVATORIO PARA O DESCARTE DOS RESIDUOS E SUCCAO. CAIXA DE CONEXOES: ENTRADA E SAIDA DE AGU

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81.049,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

35 - FORNO INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: FORNO ONTOLOGICO: FORNO PARA LABORATORIO ODONTOLOGICO, 02 EM 01, DE ALTAS TEMPERATURAS, QUE USADOEM COMBINACAO COM O SISTEMA CAD/CAM SERVE PARA A PRODUCAO DE RESTAURACOES CERAMICAS E DE OXIDO DE ZIRCONIA. E INDICADO PARA SINTERIZACAO, PINTURA E GLAZEAMENTO DE CERAMICAS ZRO2 E PINTURA E GLAZEAMENTO DE CERAMICAS DEVIDRO, ONDE DEVERAO SER REALIZADOS PROCESSOS DE TRATAMENTO TERMICO, QUE SERAO ENVIADOS COMO PEDIDO DO SOFTWARECAD/CAM PARA O EQUIPAMENTO. OS TRATAMENTOS TERMICOS DEVERAO SER USADOS EM RESTAURACOES E MATERIAIS ATRIBUIDOSPELO SOFTWARE E O TRATAMENTO TERMICO SERA ESPECIFICADO AUTOMATICAMENTE PELO SOFTWARE CAD/CAM, DEPENDENDO DOMATERIAL E DIMENSOES UTILIZADOS NA RESTAURACAO. DEVERA FAZER A CRISTALIZACAO DE CERAMICAS COMO TAMBEM A SINTERIZACAO DE ZIRCONIAS (ENTRE 10 E 15 MINUTOS). DEVERA POSSUIR PAINEL DE CONTROLE EXTERNO, PREFERENCIALMENTE COM TELA SENSIVEL AO TOQUE E BANCO DE DADOS DE PEDIDOS NOVOS, DELETADOS E CANCELADOS. DEVERA POSSUIR CONECTOR DE LIGACAO PARA COMUNICACAO DO PAINEL DE CONTROLE E DO FORNO, 2X USB E LIGACAO "ETHERNET" PARA LAN. GARANTIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DO FORNO E TR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

36 - DESFIBRILADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: DESFIBRILADOR, TIPO: EXTERNO AUTOMATICO, TIPO ONDA: BIFA- SICA, TEMPO MAXIMO CARGA: ATE 10 S, MEMORIA: GRAVACAO ECG, EVENTOS , RCP, PESO: CERCA DE 1,1 KG COM BATERIA PAD-PAK ALIMENTACAO: BATERIA LITIO, COMPONENTE:PAS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS: TELA C, MENSAGEM DE TEXTO, CARACTERISTICASADICIONAIS: COMANDO DE VOZ, TIPO MODULO: PORTATIL, C, ALCA TRANSPORTE, MALETAUN DE REF.: UN. CATMAT: 615328.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.272,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

37 - PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: MOCHO ODONTOLOGICO, COMPOSTO POR: ENCOSTO, ASSENTO, ALAVANCA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, BASE, RODIZIOS, ALAVANCA INDIVIDUAL DE REGULAGEM DE INCLINACAO DO ENCOSTO, *COM APOIO DE BRACOS DIREITO E ESQUERDO ESCAMOTEAVEIS*, REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO (SISTEMA DE CATRACA), BASE EM ALUMINIO COM 5 (CINCO) RODIZIOS DUPLOS E RESISTENTES; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA RESISTENTE COM DENSIDADE D33, COM REVESTIMENTO EM COURO LEGITIMO, ANTIDEFORMANTE E COM CANTOS ARREDONDADOSASSENTO COM FORMATO RETANGULAR, CANTOS ARREDONDADOS, ESTOFAMENTO COM ELEVACAO CENTRAL E REBAIXAMENTO DAS BORDAS ANTERIORES, PARA PERMITIR CIRCULACAO SANGUINEA NATURAL, SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO A GAS ATRAVES DE ALAVANCA LATERAL;- ENCOSTO ANATOMICO TIPO CONCHA COM AJUSTES NA VERTICAL E INCLINACAO ATRAVES DE ALAVANCA INDEPENDENTE; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. CATMAT: 478536

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.550,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (28)