

APÊNDICE I - LISTA DE ITENS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CÓD. SIASG	UND. MEDIDA	QUANT TOTAL	PREÇO UNITÁRIO MAX	PREÇO GLOBAL MAX	EXCLUSIVO ME/EPP?
1	<p>Estrutura e Construção: Estrutura confeccionada em aço ou material de resistência equivalente, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática ou tecnologia similar; Estofamento revestido em material impermeável, lavável e resistente ao uso hospitalar; Capacidade de carga mínima de 170 kg. Sistema de Movimentação: Acionamento elétrico para, no mínimo, os seguintes movimentos: Elevação e abaixamento do assento; Ajuste do encosto; Ajuste da perneira ou seção inferior; Permitir posicionamentos adequados para exames ginecológicos, incluindo posição tipo cadeira e/ou maca; Sistema motorizado silencioso, isento de vazamento de óleo. Dimensões: Altura do assento em relação ao solo: no mínimo 60 cm e no máximo 100 cm; Largura total: mínima de 70 cm; Comprimento total na posição horizontal: mínimo de 170 cm. Mobilidade: Base com rodízios ou sistema equivalente que permita deslocamento seguro; Sistema de travamento ou freio. Alimentação Elétrica: Bivolt automático (127/220V) ou equivalente; Grau de proteção mínimo IPX1 ou equivalente. Iluminação: Proporcionar iluminação focal estável, uniforme e sem ofuscamento, adequada à visualização do campo clínico; Utilizar tecnologia LED ou equivalente, luz branca fria com baixa emissão de calor e alta eficiência luminosa; Possuir intensidade luminosa compatível com procedimentos ambulatoriais, com nível mínimo de 20.000 lux, aferido a uma distância operacional adequada ao uso clínico; A solução de iluminação poderá ser: Integrada (embutida) ao equipamento; ou Externa/acoplada, desde que plenamente compatível com a mesa e fornecida em conjunto: Permitir ajuste de posicionamento do foco luminoso, garantindo direcionamento adequado ao campo de exame; Alimentação elétrica compatível com o equipamento (bivolt automático ou equivalente); Atender às normas técnicas aplicáveis de segurança elétrica e equipamentos médicos, conforme regulamentação da ANVISA. Acessórios: Deve acompanhar no mínimo: Apoios para membros inferiores (coxas/pernas ou equivalente); Encosto de cabeça ajustável ou solução ergonômica equivalente; Dispositivo para coleta de resíduos líquidos (fixo ou removível); Sistema de acionamento (manual, pedal ou equivalente). CADEIRA CLÍNICA/MOCHO Estrutura em aço, alumínio ou material de resistência equivalente, com acabamento em pintura epóxi ou similar; Assento estofado, com revestimento em material impermeável, lavável e resistente ao uso hospitalar (courvin ou equivalente); Regulagem de altura por sistema a gás (pistão) ou tecnologia equivalente; Base com no mínimo 5 rodízios, que permitam mobilidade adequada e estabilidade; Altura ajustável, compatível com uso em procedimentos clínicos; Encosto (quando aplicável), com ajuste de inclinação e/ou altura; Capacidade de carga mínima de 120 kg; Apoio para pés (aro).</p>	415928	UN	2	R\$21.130,00	R\$42.260,00	NÃO
						R\$42.260,00	

JOÃO LUIZ RODRIGUES DE FARIAS Cap Med
Equipe de Planejamento da Contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	7.1 APÊNDICE I - LISTA DE ITENS
Data/Hora de Criação:	19/03/2026 15:16:18
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	fd5fc6d5b92690e86a4e49d369a9d9f0
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JOÃO LUIZ RODRIGUES DE FARIAS no dia 23/03/2026 às 11:49:21 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten GABRIELLA GUARILHA COSTA DIAS MATTAR no dia 23/03/2026 às 11:51:02 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten AYSLAN KLESLEY CABRAL ALMEIDA no dia 23/03/2026 às 16:46:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel AROLDO FELIPE ROSAS BORGES no dia 24/03/2026 às 12:27:08 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ALEXANDRE ALDIR SOARES PAES no dia 24/03/2026 às 13:38:47 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Brig Med LUCI ALCIONE APOCALYPSE DA CUNHA no dia 24/03/2026 às 14:38:16 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO