

Estudo Técnico Preliminar 39/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: Aqs Mat Consumo Hospitalar

2. Descrição da necessidade

A aquisição dos Materiais de Consumo Hospitalar atenderá as necessidades de aquisição periódica, frequente e parcelada dos materiais que serão utilizados para atendimento aos usuários desta Organização Militar (OM).

O Grupamento de Saúde de Santa Maria (GSAU-SM) presta apoio a outros Setores / Esquadrões desta OM quando necessitam de material de consumo hospitalar para realização de algumas de suas atividades, conforme item 2.1.2.1 da ICA 160-14/2007, o qual cita que a reposição é solicitada para a OSA (Organização de Saúde da Aeronáutica) que apoia a UAe (Unidade Aérea).

Como exemplos, o GSAU-SM disponibiliza materiais de consumo hospitalar utilizados para procedimentos de primeiros socorros da Seção de Instrução e para o Pelotão de Cães de Guerra, pertencentes ao Grupo de Segurança e Defesa e para o Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, mais conhecido como SAR (“SAR” de Search and Rescue - busca e salvamento), assim como para outros Esquadrões. Em face disto em maio de 2021, a Seção Aeromédica do Esquadrão 3º/10º GAv solicitou reposição de insumos de saúde ao GSAU-SM, conforme Ofício nº 753/3º/10º GAv/1880.

Salienta-se que a quantidade foi estipulada de acordo com a solicitação dos setores interessados do GSAU-SM e Esquadrões apoiados, sendo estimados para atender as necessidades da Unidade por um período de 12 (doze) meses.

O objeto da contratação consiste na publicação pela Lei 14.133/21 de itens que restaram desertos e fracassados no PR SRP 53 /2023 homologado no dia 21 de março de 2024 e regido pela Lei 8.666/93 já revogada, por este motivo, justifica-se o fato da presente contratação ter sido incluída posteriormente Plano de Contratações Anual 2024.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
GRUPO DE SAÚDE DE SANTA MARIA - GSAU-SM / BASM	LEONARDO LONDERO ORSOLIN - 2T QOCON ENF

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do link da Nota de Empenho, disponibilizado via e-mail cadastrado no SIAFI e também no site www.portaldatransparencia.gov.br, em remessa única, no seguinte endereço: Grupo de Saúde de Santa Maria – GSAU (Almoxarifado da Farmácia) - Base Aérea de Santa Maria (BASM) - Rodovia RSC 287 km 240 - Santa Maria – RS - CEP 97.105 – 910 - Telefone: 55 3220-3504.

É necessário atentar para a importância de manter o cadastro SIAFI atualizado, a fim de evitar atrasos e falhas na comunicação. Solicita-se também que a empresa efetue a confirmação do recebimento do link.

Os materiais a serem empregados deverão obedecer rigorosamente às especificações constantes nos documentos de contratação, às normas da ABNT / ANVISA e às prescrições e recomendações dos fabricantes. Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

Só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos, e equipamentos com finalidade de embelezamento e estética que, nos termos da Portaria INMETRO nº 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade

para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária - Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II, disponíveis em <http://www.inmetro.gov.br/legislacao>. (Encontram-se excluídos do escopo de abrangência desses Requisitos os equipamentos que não se enquadram na RDC Anvisa nº 549, de 31 de agosto 2021 ou substitutiva. Para os equipamentos que se enquadram, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO será compulsório e deverá vir afixado no equipamento).

Os itens devem ser transportados em veículos fechados, em embalagens apropriadas para cada tipo de material, em acordo com as características específicas de cada insumo, detalhadas em suas próprias embalagens, a fim de não modificarem as características físicas químicas dos produtos, podendo ocasionar ineficiência, sob pena de responsabilização criminal.

No caso de produto com prazo de validade, o mesmo, na data da entrega, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses.

Os produtos que tenham durabilidade de 24 meses devem apresentar validade mínima de 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega.

Os produtos que tenham durabilidade de 36 meses devem apresentar validade mínima de 2 (dois) anos a partir da data de entrega.

Na proposta de preço deverão estar inclusos todos os custos necessários ao atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, fretes, transportes, garantia dos materiais e seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o fornecimento.

5. Levantamento de Mercado

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades do GSAU-SM, e não se observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variação se dá pela modalidade de licitação aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa.

Para a contratação em tela, foram analisados processos similares feitos por outros órgãos e entidades, por meio de pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas (<https://www.gov.br/pncp/pt-br>). Assim, vislumbraram-se 03 (três) soluções possíveis para atender o objeto da contratação, a saber:

- Solução 1: Encaminhar os usuários do GSAU-SM para a OSA apoiadora ou Clínicas Credenciadas para a realização dos atendimentos e procedimentos.
- Solução 2: Doação ou permuta com outras entidades da União.
- Solução 3: Aquisição dos itens.

Da análise das soluções:

- Solução 1: O paciente realizaria atendimentos ou procedimentos de saúde em outra OSA ou Clínicas Credenciadas, desobrigando o GSAU-SM na prestação dos serviços de saúde. Não seriam necessários o planejamento e a execução de processo licitatório para a aquisição. Entretanto não atende a missão institucional do GSAU-SM de atendimento e prestação dos serviços de saúde, assim como geraria custos extras com diárias e passagens, tendo em vista que a OSA apoiadora situa-se a cerca de 300 km de distância desta sede. Além desta alternativa representar um maior custo para a Administração Pública, consequentemente, gera um maior custo ao usuário, pois os serviços realizados, por meio de rede credenciada, são relativamente elevados em relação aos custos dos serviços realizados no GSAU-SM.
- Solução 2: Não haveria custo com aquisição ou encaminhamento dos usuários do GSAU-SM para a OSA apoiadora ou Clínicas credenciadas, entretanto não seria a opção mais interessante pois os gestores de material ficariam atrelados às possibilidades de fornecimento de itens excedentes em outras unidades, perdendo o controle sobre as quantidades disponíveis para fornecimento, qualidade do material e possibilidade de trânsito.
- Solução 3: O objeto demandado possui contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, ou seja, não se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado, esta solução mostra-se mais adequada para atender as necessidades do GSAU-SM e atender a missão institucional.

Das formas:

- Forma 1: Buscar Atas de Registro de Preços (ARP) disponíveis para a realização de adesão.
- Forma 2: Manifestar Intenção de Registro de Preços (IRP) junto a outro órgão, na condição de participante.
- Forma 3: Realizar licitação própria.

Da análise das formas:

- Forma 1: Adesão a Ata de outros órgãos presume a disponibilidade imediata do recurso financeiro, haja vista que após finalizada a Adesão o Órgão precisa fazer o empenho celeremente, porém, por vezes, não há previsibilidade para descentralização de crédito do Órgão Superior. Ademais, haveria a necessidade de adesão em vários outros processos, o que demandaria maior gestão e controle devido às especificidades de cada processo, indo de encontro ao princípio da eficiência. Esta alternativa, ainda requer criteriosa análise dos bens a serem adquiridos (se iguais aos pretendidos, até em termos de valores), posicionamento favorável das empresas vencedoras e do órgão gerenciador da ARP e disponibilidade de quantidade almejada pelo GSAU-SM.
- Forma 2: Em consoante ao art. 10º e seu parágrafo único do Decreto 11.462/23 que dispõe sobre Sistema de Registro de Preços (SRP), os órgãos e as entidades de que trata o art. 1º, antes de iniciar processo licitatório ou contratação direta, consultarão as IRPs em andamento e deliberarão a respeito da conveniência de sua participação. O GSAU-SM necessita registrar preços regularmente para um conjunto de objetos, principalmente daqueles que possuem vínculo direto com sua atividade-fim, o que requer maior nível de complexidade, organização e, conseqüentemente, controle nos processos de aquisição, gestão e fiscalização de contratos. Para objetos específicos, principalmente com muitos itens, a participação em IRPs, por exemplo, em detrimento de processo próprio pode significar uma ampliação significativa no volume de atas de registros de preços a serem gerenciadas. Isso pode comprometer a eficácia e eficiência no monitoramento de prazos de vigências dos processos, no controle de saldos, bem como na gestão de fornecedores.
- Forma 3: A confecção de um processo próprio garante que a demanda será plenamente e eficientemente atendida através da padronização de diferentes variáveis como, pré-qualificação, solução de compra, comportamentos e estratégias de estoques, prazos de vigência de processos similares anteriores, volume de processos de aquisição, controle de saldo, gestão de fornecedores, dentre outros. Através de um processo SRP, é possível racionalizar as contratações, evita-se novo processo no período de vigência da Ata e há um planejamento confortável, capaz de suprir alterações repentinas de demanda para atendimentos clínicos, sem trazer a obrigação da contratação do quantitativo total licitado. Além disso, permite melhor armazenamento, controle de validade e do padrão de consumo, possibilitando melhor planejamento do gestor o que é traduzido em compras mais conscientes com maior economia para a Administração.

Conclusão: Ao observar as soluções postas, ponderando-se os encargos de cada uma delas e o tempo demandado, assim como os preceitos legais nelas implícitos, e diante da não conveniência de adesão a ARP ou participação a IRP, entende-se, como formato mais adequado a realização de licitação própria, nos termos Forma 3 para a execução da Solução 3.

A aquisição através de processo licitatório próprio, é a opção mais vantajosa para a Administração, uma vez que se trata de contratações permanentes ou frequentes, hipótese de utilização do Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços, prevista inciso I, do artigo 3º do Decreto 11.462/23. É evidente a economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, sendo possível o levantamento de todos materiais possivelmente necessários para o atendimento clínico no período de 12 (doze) meses.

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do Art. 20 da Lei 14.133 e do Decreto nº 10.818/2021, considerando que, notadamente, possuem padrões de desempenho e de qualidade que podem ser objetivamente definidos, com base em especificações usuais no mercado.

6. Descrição da solução como um todo

A descrição da solução como um todo abrange a Aquisição do Material de Consumo Hospitalar através de Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços (SRP).

A escolha torna-se acertada, já que garante a continuidade dos serviços de saúde prestados pelo GSAU-SM e apoio a outros esquadrões, conforme item 2.1.2.1 da ICA 160-14/2007, assim como garante a manutenção do seu estoque de materiais hospitalares; evita sua dependência do HACO ou outras Unidades para manutenção do seu estoque de material; evita gastos com encaminhamento de pacientes para outros locais de atendimento e com emissão de GABs para empresas credenciadas; e ainda a necessidade de elaboração de processo de contratação de credenciadas e de necessidade de onerar militares para Comissão de Fiscalização e demais procedimentos administrativos, já que existe a possibilidade de realizar os serviços de saúde no GSAU-SM a partir da aquisição destes insumos hospitalar..

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos foram estipulados de acordo com os levantamentos de necessidades dos setores interessados, conforme histórico de consumo baseado nos últimos 36 meses e são estimados para o período de 12 (doze) meses. Os itens e relativa quantidade estimada estão elencados no Anexo I deste ETP.

Cabe salientar que a gestão de compras de medicamentos e materiais hospitalares têm por objetivo a garantia da disponibilidade dos medicamentos em quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender às necessidades do Grupo de Saúde da Base Aérea de Santa Maria, considerando-se um determinado período de tempo e o recurso disponível.

Na execução da programação, para que a estimativa reflita a real necessidade, a disponibilidade dos produtos a serem adquiridos são de extrema importância. A programação inadequada, impacta diretamente sobre o abastecimento e o acesso aos medicamentos, bem como sobre o nível de perdas dos produtos.

Para estimar a quantidade de aquisição, utilizou-se o retrospecto de aquisição e de consumo dos últimos 36 (trinta e seis) meses, conforme anexo I deste ETP, através do Sistema Integrado de Logística de Material e de Serviços, SILOMS. Cabe salientar, que os dados de consumo anterior ao prazo analisado não foram contabilizados em virtude da migração do estoque do antigo sistema CONSAIH para o sistema SILOMS, não sendo possível o acesso ao sistema CONSAIH em virtude da licença de utilização ter finalizado. Neste sentido, o atual sistema utilizado, atua como uma eficiente ferramenta para o gerenciamento de materiais permitindo por meio de seus relatórios a aquisição, o planejamento e o controle de materiais. No entanto, cabe salientar que mesmo com o auxílio da ferramenta logística há lacunas na avaliação da demanda não atendida (demanda reprimida) que não são fornecidas pelo sistema e não consideram a sazonalidade dos itens, bem como a realidade e a particularidade de cada item conforme listadas abaixo o qual justificam a adaptação da base de cálculo para a estimativa de compra:

- Item novo incluído no pregão;
- Item sem relatório de consumo no período avaliado em virtude de não apresentar proposta nos pregões 13/2020, 29/2021, 64/2021, 17/2022, 39/2022 e 07/2023 dos últimos anos;
- Item com baixo consumo no período avaliado em virtude da pandemia COVID-19;
- Item com baixo consumo no período avaliado devido ao consumo na sua totalidade tanto em ata quanto em estoque;
- Item não apresenta real valor consumido devido ao apoio da DIRSA e empréstimo com outras OSAs e outros hospitais da cidade e ausência do real consumo via sistema;
- Item com aumento de quantitativo para o próximo pregão com o intuito de suprir as demandas de consumo de Canil e Esquadrilha SAR.

Por fim, utilizou-se como base de cálculo um universo de atendimento que contemple os, aproximadamente, 4.632 usuários entre militares da ativa, dependentes e pensionistas militares da Base Aérea de Santa Maria com demanda reprimida de atendimento ocasionada em virtude da pandemia COVID-19.

Destaca-se que o histórico de consumo e estimativas de quantidades correspondem ao levantamento realizado para o PR SRP 53/2023, e visto que este processo corresponde à nova publicação dos itens desertos/fracassados no referido Pregão, utilizaram-se as informações inicialmente levantadas para compor o anexo deste estudo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 155.037,52

A pesquisa de preços foi realizada mediante a utilização dos parâmetros da IN nº 65/2021, sendo utilizado como padrão o parâmetro do inciso I e do Art. 5º da IN nº 65/2021: "composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente".

Não havendo o item conforme o inciso I, ou sendo o preço incompatível com o do mercado, foi utilizada pesquisa de preços de acordo os demais parâmetros de pesquisa de preço: "II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso".

Para obtenção do preço estimado, utilizou-se a mediana.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Optou-se pelo parcelamento do objeto em itens, visando propiciar a ampla participação de fornecedores que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens.

O objetivo do parcelamento é o de melhor aproveitar os recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade, sendo que este parcelamento for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, conforme disposto no item "b)" do art. 40 da Lei 14.133/21.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Em consonância às diretrizes para o manejo de resíduos de serviços de saúde, previstas na Resolução da CONAMA no 358/2005, faz-se necessária a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); e, atualmente, o serviço está contratado para recolhimento dos Resíduos de Serviços de Saúde do GSAU-SM.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição de material de consumo hospitalar possui conformidade com o Plano de Trabalho Anual do GSAU-SM e tem previsão orçamentária consoante ao previsto no Plano de Ação da Unidade Gestora.

A referida contratação não estava inicialmente prevista no Plano de Contratações 2024 pois trata-se de nova publicação pela Lei 14.133/21 de itens que restaram desertos e fracassados no PR SRP 53/2023, regido pela Lei 8.666/93 e homologado em 21 de março de 2024.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A referida aquisição dos bens de consumo hospitalar faz-se necessária para manter as atividades operacionais do GSAU-SM e garantir a execução da missão institucional de atendimento aos usuários do Serviço de Saúde.

13. Providências a serem Adotadas

Não há nenhuma necessidade de adaptação direta ao ambiente físico para execução da contratação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Os possíveis impactos ambientais seriam em decorrência da colocação do material descartado/resíduos do material em local inadequado;

Dessa forma, deverão ser seguidas as diretrizes para o manejo de resíduos de serviços de saúde previstas na Resolução da CONAMA nº 358/2005;

Ressalta-se que quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a contratada para execução do serviço deverá obedecer às disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS elaborado pelo órgão, além de obedecer às diretrizes constantes da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução CONAMA nº 358, de 29/04/2005 e RDC 222, de 28/03/2018 - ANVISA.

Os resíduos de serviços de saúde serão acondicionados atendendo às exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 7.500:2018, NBR 12807:2013, NBR 12808:2016, NBR 12809:2013, NBR 13853-1:2018 e NBR 9191:2008

Quanto ao armazenamento, os resíduos de serviços de saúde deverão ser armazenados atendendo às exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR12235: 1992, NBR 12809:2013, NBR 12810:2016.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade deste ETP verifica-se pela economia no valor da aquisição em função do ganho de escala, na eficiência com a diminuição dos custos administrativos em função da redução da fragmentação de processos licitatórios e efetividade com padronização dos materiais. Além disso, frisa-se que a presente contratação atende adequadamente às demandas formuladas, os benefícios a serem alcançados são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis. Considerando as informações do presente ETP, entende-se que a presente contratação se configura tecnicamente VIÁVEL.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: De acordo.

LEONARDO LONDERO ORSOLIN

Presidente da Comissão de Planejamento da Contratação

Despacho: De acordo.

LUANA SAIPT REAL

Membro da Comissão de Planejamento da Contratação

Despacho: De acordo.

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

Membro da Comissão de Planejamento da Contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Histórico de Consumo e Estimativa de Consumo de Material Hospitalar do GSAU-SM.pdf (459.86 KB)

Anexo I - Histórico de Consumo e Estimativa de Consumo de Material Hospitalar do GSAU-SM.pdf

Anexo I – HISTÓRICO DE CONSUMO E ESTIMATIVA DE CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR DO GSAU-SM.

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO DO ITEM	CONSUMO 2021	CONSUMO 2022	CONSUMO 2023	ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA 2024	OBSERVAÇÃO
1	379725	Ácido Tricloroacético (TCA), Concentração a 70%, forma farmacêutica solução de 30ML.	-	-	-	10	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Inclusão devido necessidade do setor de ginecologia, para exames e coletas de materiais. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
2	348807	Abaixador de língua, descartável, em madeira, formato espátula, superfície lisa, extremidades arredondadas, medindo aproximadamente 1,5cm de largura, 13,5 cm de comprimento e 2mm de espessura. Pacote com 100 unidades, contendo dados de identificação na embalagem.	13	21	13	30	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimento médico e odontológico a normalidade, com uma carteira de cerca de 4.500 prontuários ativos do FUNSA nesta guarnição, há a necessidade de manter o estoque para suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Além disso houve o ingresso de mais 2 médicos pediatras, totalizando 3 profissionais.
3	431744	Abaixador de língua, descartável, em plástico atóxico, cores sortidas, com aroma artificial de Tutti-Frutti, formato espátula, superfície lisa, medindo aproximadamente 1,5cm de largura, 12 cm de comprimento e 0,3 cm de espessura, peso de 6 gramas a unidade. Pacote com 40 unidades, contendo dados de identificação na embalagem.	-	-	10	20	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Necessidade vista devido a chegada de novos médicos pediatras a este GSAU-SM. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
4	407961	Algodão em manta uniforme e contínua, 100% algodão, hidrófilo, inodoro, aspecto homogêneo e macio, livre de impurezas e grumos, cor branca, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão. Embalagem de 500gr. Deverá conter dados de identificação na embalagem.	24	64	43	120	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de quadruplicar o estoque deste item para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos. Aliado a isso, o aumento da quantidade deste item tem o intuito de suprir as demandas de consumo do Canil.

5	396295	Cabo para eletrocardiógrafo, 10 vias, padrão IEC, tipo pino banana, compatível com equipamento CardioTouch 3000, marca Bionet.	1	2	-	4	Item sem consumo no período de 2020-2021 em virtude da inclusão na padronização e no pregão do ano 2021-2022, sendo assim, o item foi consumido na sua totalidade tanto em ata quanto em estoque. Tendo em vista a retomada dos atendimentos, há a necessidade de manter o estoque para suprir a demanda reprimida e manter o estoque de segurança. Material está em pane no GSAU, usado para realização de Junta de Saúde e no atendimento de Urgência e Emergência.
6	437175	Cateter Intravenoso Periférico nº 14, com Sistema passivo de segurança contra acidentes com perfurocortantes e infecções relacionadas; Cânula em poliuretano; Design ergonômico para punção; Bisel afiado, permitindo vários ângulos de inserção e uma punção menos traumática; Tecnologia de dupla confirmação: rápida visualização do refluxo de sangue através da agulha e do cateter, confirmando o sucesso da punção; Filtro hidrófobo, impedindo o extravasamento do refluxo de sangue; Câmara de visualização transparente, facilitando a visualização do refluxo de sangue e manuseio; Uso único; Esterilizado em óxido de etileno; Isento de Látex e PVC; De acordo com NBR 10555-5. Embaladas individualmente. Marca sugerida B-BraunIntrocansafety, de qualidade igual ou superior.	16	-	37	400	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos. Aliado a isso, o aumento da quantidade deste item tem o intuito de suprir as demandas de consumo do Canil.

7	437176	Cateter Intravenoso Periférico nº 16, com Sistema passivo de segurança contra acidentes com perfurocortantes e infecções relacionadas; Cânula em poliuretano; Design ergonômico para punção; Bisel afiado, permitindo vários ângulos de inserção e uma punção menos traumática; Tecnologia de dupla confirmação: rápida visualização do refluxo de sangue através da agulha e do cateter, confirmando o sucesso da punção; Filtro hidrófobo, impedindo o extravasamento do refluxo de sangue; Câmara de visualização transparente, facilitando a visualização do refluxo de sangue e manuseio; Uso único; Esterilizado em óxido de etileno; Isento de látex e PVC; De acordo com NBR 10555-5. Embaladas individualmente. Marca sugerida B-BraunIntrocansafety, de qualidade igual ou superior.	11	-	80	400	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos. Aliado a isso, o aumento da quantidade deste item tem o intuito de suprir as demandas de consumo do Canil.
8	438249	Cateter Intravenoso Periférico nº 18, com Sistema passivo de segurança contra acidentes com perfurocortantes e infecções relacionadas; Cânula em poliuretano; Design ergonômico para punção; Bisel afiado, permitindo vários ângulos de inserção e uma punção menos traumática; Tecnologia de dupla confirmação: rápida visualização do refluxo de sangue através da agulha e do cateter, confirmando o sucesso da punção; Filtro hidrófobo, impedindo o extravasamento do refluxo de sangue; Câmara de visualização transparente, facilitando a visualização do refluxo de sangue e manuseio; Uso único; Esterilizado em óxido de etileno; Isento de látex e PVC; De acordo com NBR 10555-5. Embaladas individualmente. Marca sugerida B-BraunIntrocansafety, de qualidade igual ou superior.	5	33	85	400	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos. Aliado a isso, o aumento da quantidade deste item tem o intuito de suprir as demandas de consumo do Canil.
9	411643	Equipo Macrogotas para infusão de soluções parenterais estéreis, esterilizado a óxido de etileno, PVC flexível, tubo de 1,50m com ponta perfurante e tampa protetora, pinça rolete corta-fluxo, injetor lateral valvulado, conector tipo	578	827	2491	3000	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução

		luerslip (universal), câmara gotejadora macrogotas com respiro de ar com filtro hidrofóbico e bacteriológico, atóxico, produto médico hospitalar de uso único. Deverá ser embalado em papel grau cirúrgico, contendo dados de identificação, lote, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, conforme NBR 14041/1998.Unidade.					no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos. Aliado a isso, o aumento da quantidade deste item também tem o objetivo de suprir as demandas de consumo do Canil.
10	487419	Fio de sutura cirúrgica em nylon preto, monofilamentar de poliamida, 5.0, comprimento de 45cm, estéril, não absorvível, 3/8 círculo, agulha 1,9mm, secção triangular. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no M.S. atendendo às especificações estabelecidas pela norma ABNT NBR 13904. Envelopes embalados individualmente.	91	35	83	400	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos. Aliado a isso, o aumento da quantidade deste item tem o intuito de suprir as demandas de consumo do Canil.
11	487109	Fio de sutura cirúrgica 4-0 (poliglactina 910), comprimento de 45cm, estéril, absorvível, 3/8 círculo, agulha 1/2. Embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no M.S. atendendo às especificações estabelecidas pela norma ABNT NBR 13904. Envelopes embalados individualmente.	-	-	-	250	Item novo incluído no pregão para atender a demanda de procedimentos e as demandas do Canil , sem relatório de consumo anterior.
12	487554	Fio de sutura cirúrgica de seda 4.0 trançada com comprimento de 45 cm, não absorvível, esterilizado, com agulha em aço inox, 1/2 círculo cortante, 1,7cm.Embalagem estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, validade, número do lote e registro no M.S. atendendo às especificações estabelecidas pela norma ABNT NBR 13904. Envelopes embalados individualmente.	-	-	-	100	Item novo incluído no pregão para atender a demanda de procedimentos e as demandas do Canil , sem relatório de consumo anterior.

13	293025	Haste flexível de algodão nas pontas. Caixa contendo 75 unidades.	4	9	17	300	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos e da fisioterapia, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança, além disso o GSAU ficou desabastecido deste item por determinado período. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
14	406279	Lâmpada Halógena para oftalmoscópio nº04900 (para aparelho WELCH ALLYN Nº 11720).	-	-	-	2	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Para manutenção dos aparelhos e continuidade nos atendimentos.
15	341773	Lâmpada para laringoscópio Narcosul.	-	-	-	5	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Para manutenção dos aparelhos e continuidade nos atendimentos.
16	426563	Lâmpada para laringoscópio WelchAllyn nº 04800.	-	-	-	5	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Para manutenção dos aparelhos e continuidade nos atendimentos.
17	327212	Lugol Forte, aspecto físico: líquido, características adicionais: solução a 5% (Frasco com 100ml).	-	-	-	10	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Necessário para o atendimento e coleta de exames pela clínica de ginecologia.
18	451035	Máscara Laríngea, dispositivo de gestão das vias aéreas supraglótico de segunda geração, de utilização única, sem látex e PVC. Fabricada em elastômero termoplástico de grau médico, com vedante anatômico não insuflável das estruturas faríngea, laríngea e perilaríngea, evita traumatismos por compressão. Tamanhos de 1 a 5 (pediátrico e adulto), KIT completo. Sugestão de marca Intersurgical, de qualidade igual ou superior.	-	-	-	5	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Necessário devido padronização das ambulâncias e distribuição no Pronto Atendimento, para atendimento de urgência e emergência.

19	439622	Seringa com dispositivo de segurança, acompanhada de agulha tamanho 13x4,5 da mesma marca da seringa, descartável, 1mL, com cilindro transparente, siliconada e escala p/ pequeno e médios volumes, alto grau de precisão, êmbolo de borracha, anel de retenção, estéril, embalada em papel grau cirúrgico individual. Deverá atender a NR32.	90	80	-	1000	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
20	439625	Seringa com dispositivo de segurança, acompanhada de agulha tamanho 25x7 da mesma marca da seringa, descartável, 3mL, com cilindro transparente, siliconizada e escala p/ pequeno e médios volumes, alto grau de precisão, êmbolo de borracha, anel de retenção, estéril, embalada em papel grau cirúrgico individual. Deverá atender a NR32.	436	-	480	3500	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
21	439624	Seringa com dispositivo de segurança, acompanhada de agulha tamanho 25x7 da mesma marca da seringa, descartável, 5mL, com cilindro transparente, siliconizada e escala p/ pequeno e médios volumes, alto grau de precisão, êmbolo de borracha, anel de retenção, estéril, embalada em papel grau cirúrgico individual. Deverá atender a NR32.	166	225	575	5000	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
22	398704	Solução de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I), tintura, em solução hidroalcoólica, contendo 1% de iodo ativo. Indicado como antisséptico para pele (uso tópico), na demarcação do campo operatório e preparação pré-operatória. Frasco de 1000 mL.	-	-	-	10	O consumo do item foi baixo em virtude de não apresentar proposta nos pregões 13/2020, 29/2021 e 64/2021 dos últimos anos e devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.

23	398705	Solução degermante a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I), contendo 1% de iodo ativo. indicado para antissepsia da pele, mãos e antebraços. Deverá possuir testes de irritabilidade cutânea primária e de avaliação reducional frente aos microorganismos: Staphilococcus aureus, Pseudomonasaeruginosa e Salmonellachorelaezuis realizado por laboratório analítico habilitado pela ANVISA. Frasco contendo 1000ml e dados de identificação na embalagem.	-	-	-	10	O consumo do item foi baixo em virtude de não apresentar proposta nos pregões 13/2020, 29/2021 e 64/2021 dos últimos anos e devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
24	477906	TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50°C A +70 °C, PARA MÁXIMA E MÍNIMA Faixa de temperatura interna: -20 °C a 50 °C / °F, Faixa de temperatura externa: -50 °C a 70 °C / °F. APLICAÇÃO GELADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL, BASEMAGNÉTICA, ALARME, SENSOR, ALIMENTAÇÃO PILHA. Dimensões: 110x70x20 mm.	-	2	4	5	Item com baixo consumo no período de 2021-2022 em virtude de não apresentar proposta nos pregões 13/2020, 29/2021 e 64/2021 dos últimos anos, sendo assim, o item foi consumido na sua totalidade tanto em ata quanto em estoque. Tendo em vista a retomada dos atendimentos, há a necessidade de duplicar o estoque para suprir a demanda e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
25	116734	Vestuário Proteção, Material 100% Polietileno (Tipo Tyvek), Tamanho grande, componentes macacão descartável com capuz, zíper frontal, uso proteção individual, características adicionais: elástico nos punhos, tornozelos, capuz, costura dupla, cor branca.	-	-	-	30	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Material cedido pela DIRSA devido COVID-19 e não entrou em estoque (histórico de consumo), sendo necessária a aquisição para manutenção do estoque. Atendimento a demandas de Pandemias e Endemias.
26	478347	Protetor de queimaduras e eviscerações. Confeccionado em polietileno de baixa densidade, atóxico, transparente, tamanhos: 45 CM X 45 CM.	-	-	-	30	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Visa atender as demandas de acidentes com queimaduras, padronização dos kits conforme adequações solicitadas. Necessário para cumprir com a legislação vigente.

27	222045	Caixa térmica em isopor, com tampa, sem dreno, com capacidade de 17 litros, para uso laboratorial. Medidas internas aproximadas: 33,5 cm de comprimento, 20,7 cm de largura e 27 cm de altura	-	-	-	10	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Demanda solicitada pela farmácia para adequações no armazenamento de suprimentos e transporte dos mesmos.
28	222046	Caixa térmica em isopor, com tampa, sem dreno, com capacidade de 21 litros, para uso laboratorial. Medidas internas aproximadas: 38 cm de comprimento, 19,5 cm de largura e 28,5 cm de altura	-	-	-	10	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Demanda solicitada pela farmácia para adequações no armazenamento de suprimentos e transporte dos mesmos.
29	222047	Caixa térmica em isopor, com tampa, sem dreno, com capacidade de 28 litros, para uso laboratorial. Medidas internas aproximadas: 34,5 cm de comprimento, 24,5 cm de largura e 34,5 cm de altura	-	-	-	15	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Demanda solicitada pela farmácia para adequações no armazenamento de suprimentos e transporte dos mesmos.
30	395556	Gelo Artificial Reutilizável, material polietileno rígido e gel atóxico 500 ml. Diâmetro aproximado: 17,0 x 10,0 x 3,7 cm	-	-	-	50	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Demanda solicitada pela farmácia para adequações no armazenamento de suprimentos e transporte dos mesmos.
31	395632	Gelo Artificial Reutilizável, material polietileno rígido e gel atóxico 200 ml. Diâmetro aproximado: 12 x 7 x 2,9 cm	-	-	-	50	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Demanda solicitada pela farmácia para adequações no armazenamento de suprimentos e transporte dos mesmos.
32	395633	Gelo Artificial Reutilizável, material polietileno rígido e gel atóxico 400 ml. Diâmetro aproximado: 17,0 x 10,0 x 2,7 cm	-	-	-	20	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Demanda solicitada pela farmácia para adequações no armazenamento de suprimentos e transporte dos mesmos.

33	438353	KIT COMPLETO CONJUNTO DE FILTROS PARA OSMOSE REVERSA: CONJUNTO CONSTITUÍDO POR: A) Refil filtro 5 micras (Pré-filtro) QA40168 p/Osmose Reversa da Marca/Modelo Quimis Q-342U210, pré-Filtro de sedimentos feito em polipropileno, remove as matérias presentes na água de alimentação em suspensão e sujidade com dimensões maiores que 5 micras, feito em polipropileno atóxico e inerte, altura 10 ou 254 mm, vazão 1200 L/h (média), temperatura Máx. operação 60°C. B) Refil Carvão Granulado QA40061 p/Osmose Reversa da Marca/Modelo Quimis Q-342U210, corpo externo em poliestireno, altura 10 ou 254 mm, vazão decoloração 180 L/h, vazão filtração 580 L/h, temperatura Máx. operação 52°C, vida útil de 3 a 12 meses. C) Refil do Carvão Block QA40067 p/Osmose Reversa da Marca/Modelo Quimis Q-342U210, corpo externo em polipropileno, altura 10 ou 254 mm, vazão decoloração 180 L/h, vazão filtração 580 L/h, temperatura Máx. operação 52°C, vida útil de 10 a 12 meses. D) Refil da Coluna de Polimento QA842-2RC p/Osmose Reversa da Marca/Modelo Quimis Q-342U210, coluna de polimento composta por resinas sintéticas, remove os íons remanescentes na água final, corpo em polietileno, resina sintética especial, tamanho 20 ou 508 mm, diâmetro ext. 2 ou 50,8 mm. Vazão 20L/h, temperatura Máx. operação 50°C, vida útil de 2 a 6 meses.	-	-	-	3	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Para troca e reposição dos filtros de aparelho de osmose, para o correto funcionamento dos aparelhos do laboratório e resultado de exames.
34	600022	Gaze hidrofílica de combate impregnada com agente Hemostático caulim, com tira de duas camadas e dobrado em forma de Z, medindo aproximadamente 7,5cm x 3,7m, sem produção de quaisquer reações exotérmicas. Deve conter um tira detectável por raio X para facilitar identificação. Estéril e apirogênico, Selado a vácuo. Registro ANVISA: 80565170007	-	-	-	200	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Aquisição para adequações nas ambulâncias do GSAU e para contemplar os KITs de primeiros socorros da Esquadilha SAR. Para Utilização em missões de resgate e Atendimento tático da equipe em situações de atividade militar.
35	487162	Fio de sutura absorvível, composto de Poliglactina 910, atóxico e apirogênico, agulha 16mm 1/2. Embalagem individual que garanta a integridade do produto e permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, método, data e validade da esterilização. O	-	-	-	200	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Para atender as demandas de procedimentos do GSAU e as demandas do Canil. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.

		prazo de validade deve estar em acordo com o item 1.2 do TR. Deverá estar disponível nos seguintes tamanhos: 0-0.					
36	439629	Seringa plástica estéril descartável, isenta de látex, com capacidade para 60 ml, confeccionada em plástico transparente e atóxico. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com divisões de 10ml e subdivisões de 2ml. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção fixado em sua extremidade. Embalagem individual que garanta a integridade do produto e permita abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade devendo a mesma estar de acordo com o item 1.2 do TR. Deverá estar disponível com os bicos tipo cateter, luer slip e luer lock, de modo que o tamanho e modelo de bico a ser entregue serão definidos e comunicados após realizado o empenho.	-	-	-	300	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Para atender as demandas de procedimentos do GSAU e as demandas do Canil. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
37	303292	Solução injetável de ringer com lactato, estéril, em bolsa transparente, sistema fechado, contendo 1000ml, Composição mínima por ml: cloreto de sódio - NaCl 6mg + cloreto de potássio - KCl 0,3mg + cloreto de cálcio di-hidratado CaCl2.H2O 0,2mg + lactato de sódio C3H5O3Na 3mg + água para injetáveis 1ml. Embalagem individual que garanta a integridade do produto, trazendo externamente os dados de identificação, método, data e validade da esterilização. O prazo de validade deve estar em acordo com o item 1.2 do TR.	-	-	-	500	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Para atender as demandas de procedimentos do GSAU no PA e Ambulatórios e as demandas do Canil. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
38	268236	Solução injetável de cloreto de sódio a 0,9%, estéril, em bolsa transparente, sistema fechado, contendo 1000 ml. Composição mínima por ml: cloreto de sódio 9 mg + água para injetáveis 1ml. Embalagem individual que garanta a integridade do produto, trazendo externamente os dados de identificação, método, data e validade da esterilização. O prazo de validade	-	-	-	500	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Para atender as demandas de procedimentos do GSAU no PA e Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.

		deve estar em acordo com o item 1.2 do TR.					
39	601266	Pinça Jacaré 20cm Retirada de Diu em aço inox;- Com 20 cm de comprimento e 4mm de espessura;- Com boca dentada, própria para retirada de Diu em casos de fio não visível, encrustamento e quebra.	-	-	-	3	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Produto solicitado pela ginecologia para atendimentos, realização e coleta de exames. Implante e retirada de DIU.
40	442460	Histerômetro de Collin ABC 28cm. O Histerômetro é utilizado em exames ginecológicos, principalmente para a inserção do DIU em mulheres que adotam esse tipo de método anticoncepcional. Características do produto: Confeccionado em aço inoxidável; Possui escala gravado no corpo do instrumental até 22cm; Possui fecho para travamento. Garantia de 10 anos contra defeitos de material e fabricação.	-	-	-	4	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Produto solicitado pela ginecologia para atendimentos, realização e coleta de exames. Implante e retirada de DIU.
41	607157	Campo cirúrgico Estéril fenestrado. Indicado na realização de procedimentos cirúrgicos, utilizado em mesa de instrumentos e cobertura de pacientes. Especificação Técnica: COM fenestra; Sem fita adesiva hipoalergênica; Esterilizado por Óxido de Etileno; Produto estéril; Embalado individualmente; Produto de uso único – Proibido reprocessar; Oferece segurança, conforto e maleabilidade. Validade: 5 anos. Composição: Polipropileno, viscose e polietileno.	-	-	-	500	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Produto necessário para padronização de kits e procedimentos no PA, Ambulatório e sala de procedimentos do GSAU. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
42	362990	FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA: H ₂ CO, PESO MOLECULAR: 30,03 G/MOL, GRAU DE PUREZA: CONCENTRAÇÃO ENTRE 37 E 40%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 50-00-0	-	-	-	5	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Produto solicitado pela ginecologia para atendimentos, realização e coleta de exames.

43	434280	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO: 3%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA. FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA. FRASCO 500ml	-	-	-	5	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Produto solicitado pela ginecologia para atendimentos, realização e coleta de exames.
44	434278	ÁCIDO ACÉTICO, CONCENTRAÇÃO: 5%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO TÓPICA. FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA. FRASCO 500ml	-	-	-	5	Item novo incluído no pregão, sem relatório de consumo anterior. Produto solicitado pela ginecologia para atendimentos, realização e coleta de exames.

45	352012	Lençol descartável hospitalar rolo 70cm x 50m, branco, 100% celulose. Rolo embalado individualmente, em plástico termo-ajustado, identificados com código de barras.	1705	31	13	300	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
----	--------	--	------	----	----	-----	--

46	373858	Luva 100% vinil, descartável p/ procedimentos, lubrificadas c/ pó bio-absorvível, tamanho P. Caixa com 100 unidades.	212	327	-	50	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19 e em virtude de não apresentar proposta nos pregões 13/2020, 29/2021 e 64/2021 dos últimos anos, porém com o retorno dos atendimentos médicos e odontológicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança.
47	370582	Luva 100% vinil, descartável p/ procedimentos, lubrificadas c/ pó bio-absorvível, tamanho PP, Caixa com 100 unidades.	121	4	-	20	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19 e em virtude de não apresentar proposta nos pregões 13/2020, 29/2021 e 64/2021 dos últimos anos, porém com o retorno dos atendimentos médicos e odontológicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em

							questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança.
--	--	--	--	--	--	--	--

48	269892	Luva descartável para procedimentos lubrificadas c/ pó bio-absorvível, tamanho G. Caixa com 100 unidades.	-	14	29	300	O consumo deste item no período de 2020-2022 não apresenta real valor consumido, em virtude que o item foi deserto nos pregões 13/2020, 29/2021 e 64/2021, sendo necessário empréstimo com outras OSAs e outros hospitais da cidade, sendo consumo não realizado através do SILOMS, porém com o retorno dos atendimentos médicos e odontológicos, há a necessidade de a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
----	--------	---	---	----	----	-----	---

49	269893	Luva descartável para procedimentos lubrificadas c/ pó bio-absorvível, tamanho M. Caixa com 100 unidades.	62	-	77	700	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos e odontológicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Aliado a isso, o aumento da quantidade deste item também tem o objetivo de suprir as demandas de consumo do Canil. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
50	269894	Luva descartável para procedimentos lubrificadas c/ pó bio-absorvível, tamanho P. Caixa com 100 unidades.	177	--	245	600	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos e odontológicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de

							precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Aliado a isso, o aumento da quantidade deste item também tem o objetivo de suprir as demandas de consumo do Canil. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
51	342505	Luva descartável para procedimentos lubrificadas c/ pó bio-absorvível, tamanho PP. Caixa com 100 unidades.	56	-	4	150	O consumo do item foi baixo devido à pandemia COVID-19, porém com o retorno dos atendimentos médicos e odontológicos, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque do item em questão para manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda reprimida de atendimento e manter o estoque de segurança. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.

52	397905	Máscara descartável CLASSE PFF2, modelo dobrável, com solda por ultrassom em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com filtro de manta sintética, para uso contra aerodispersóides (partículas) gerados mecanicamente (poeiras e névoas) e termicamente, indicada para proteção em ambientes públicos contra o vírus da gripe suína ou aviária. Deverá conter dados de identificação na embalagem e apresentar registro no M.S.	3994	1371	754	1000	O consumo deste item no período de 2020-2022 não apresenta real valor consumido, tendo em vista que o GSAU-SM obteve apoio da DIRSA com o envio de quantidades que não foram transferidas via sistema, sendo o consumo não realizado através do SILOMS. Este item teve consumo excessivo devido à pandemia COVID-19, sendo assim, há a necessidade de aumentar expressivamente o estoque, tendo em vista a necessidade de manter uma margem de precaução no intuito de suprir a demanda de consumido e o estoque de segurança em caso de novos surtos pandêmicos. Ressalta-se que o GSAU-SM possui cerca de 4.500 prontuários ativos e o material visa atender a demanda de atendimentos.
----	--------	--	------	------	-----	------	---