

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em AUTOCLAVES Marca: Stermax 21 Litros (duas); Marca: Alt 21 Litros (uma); Marca: Digitale/Modelo 1.2 (duas) Marca: Digitale/Modelo 2.1 (uma) Serviço: revisão geral fixação e trocas de parafusos, correção De vazamentos de ar e água, checar condições de vedação das válvulas de segurança e pressão, verificar condições do fusível e trocar em caso de queima. Fazer limpeza do sistema de armazenamento de água e do tanque de esterilização. Trocas de peças possíveis em corretiva: fusível, válvula de segurança, painel digital, borracha de vedação, cabo de força, entre outros (corretiva) Quantidade: 06 Serviço trimestral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (24)

2 - Manutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em DESFIBRILADOR PORTÁTIL, BIFÁSICO, INFANTIL/ADULTO Marca: Instramed/Modelo: HS01 Serviço: Realizar a limpeza do material verificar toda parte elétrica do aparelho, como fiação fusível troca- los se necessário, realizar a calibração do aparelho de acordo com os parâmetros estipulados pelo fabricante e realizar troca de pás e placas. Quantidade: 01 Serviço Semestral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.570,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

3 - Manutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em MONITOR MULTIPARÂMETROS, ADULTO /INFANTIL Marca: Endobrax/Modelo: G3A Realizar a limpeza do material, verificar toda parte elétrica do aparelho, como fiação fusível trocálos se necessário, realizar a calibração do aparelho de acordo com os parâmetros estipulados pelo fabricante e realizar troca de placa e cabo. Quantidade: 02 Serviço Semestral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.490,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

4 - Manutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em DESFIBRILADOR EXTERNO A U T O M Á T I C O / SEMIAUTOMÁTICO Marca: Amoul - Modelo: i5 (um) Marca: Lifepack – Modelo: 1000 (um) Marca: Cmos Drake - Modelo: Cardioversor Life 400 Plus - Futura (um) Marca: HeartSine Samaritan PAD – Modelo: Samaritan PAD (SAM 350P) (dois) Serviço: Realizar a limpeza do material verificar toda parte elétrica do aparelho, como fiação fusível troca- los se necessário, realizar a calibração do aparelho de acordo com os parâmetros estipulados pelo fabricante e realizar troca de pás e placas. Quantidade: 05 Serviço Semestral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.450,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

5 - Manutenção e reparo em equipamento de condicionamento físico/ ergométrico

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em ESTEIRA ELETRÔNICA TIPO PARA GINÁSTICA Marca: Embreex / Modelo: BXI 566 (um) Marca: Embreex / Modelo: 566 (um) Serviço: Realizar a limpeza interna e externa do equipamento, verificar toda parte elétrica do aparelho, lubrificar, realizar a calibração do aparelho de acordo com os parâmetros estipulados pelo fabricante e realizar troca peças necessárias para seu pleno funcionamento. Quantidade: 02 Serviço anual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

6 - Manutenção e reparo em equipamento de condicionamento físico/ ergométrico

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em BICICLETA ERGOMÉTRICA Marca: Kikos / Modelo: Horizontal * (um) Marca: Kikos / Modelo: 8.7 (um) Serviço: Realizar a limpeza interna e externa do equipamento, verificar toda parte elétrica do aparelho, lubrificar, realizar a calibração do aparelho de acordo com os parâmetros estipulados pelo fabricante e realizar troca peças necessárias para seu pleno funcionamento. *Funções no painel: display scan com informações de tempo, velocidade, distância, caloria e pulso, 16 níveis de resistência. Quantidade: 02 Serviço Anual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 950,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

7 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE BANCADA Marca: Kacil / tipo para tubo (16 tubos) – Modelo: CE01-A1 (um) Marca:MedMax/Modelo: Spin Max TDL 24C Bivolt (um) Serviço: Realizar a limpeza interna do equipamento e análise de circuitos eletrônicos de placas de circuito impressos e fontes de alimentação, observando características de componentes de acordo com procedimento do fabricante. Realizar substituições de peças originais danificadas, ajuste de controladores de rotação, temporizadores, entre outras peças que se façam necessárias para o pleno funcionamento. Quantidade: 02 Serviço semestral (preventiva) Serviço corretivo sob demanda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.450,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

8 - Manutenção em microscópio óptico

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em MICROSCÓPIO ÓPTICO BIOLÓGICO BINOCULAR Modelo: LM220BL - Marca: Lumen (dois) Serviço: Realizar a limpeza, verificar toda parte elétrica do aparelho, inspeção de todas as peças /partes e lubrificação dos componentes. Realizar substituições de peças originais danificadas, lâmpadas e alinhamento de eixo óptico e demais peças necessárias. Quantidade: 02 Serviço anual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

9 - Manutenção filtro / purificador água

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em OSMOSE REVERSA (Vazão Máxima 12 Litros/Hora – Composto de 7 Estágios – Lâmpada Ultravioleta e Filtro Microbiológico - Bivolt) Modelo SP-M19UVF – Marca: SPLABOR Serviço: Realizar a limpeza e troca trimestral dos filtros: Filtro de PP de 5 micras, filtro de PP de 1 micra e Filtro de carvão ativado, proceder troca das mangueiras/tubulações e dos cartuchos em polipropileno atóxico que comportam os filtros. Substituir, em caso de parada, a lâmpada ultravioleta. Realizar o Controle de Qualidade físicoquímico e microbiológico de água reagente para laboratório produzida pelo equipamento, com base nas normas CLSI C3-A4 - seguindo os parâmetros do clinical laboratory reagent water (CLRW). A análise compõe o critério de aceitabilidade e segurança de uso da água produzida através de Osmose Reversa e que impactará nos resultados dos analitos dosados na amostras clínicas. Troca semestral da Membrana de osmose reversa e Resina Mista de Troca Iônica Regenerável e Filtro microbiológico 0,45/0,22 micra. Verificar toda parte elétrica do aparelho, inspeção de todas as peças /partes, pressão de entrada e condutividade da água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.400,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

10 - Manutenção em aparelho de ultra - som

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em APARELHO ULTRASOM FISIOTERAPIA TRANSISTORIZADO MOD M45 Marca: Ibramed / Modelo: Sonopulse III Serviço: Realizar a limpeza interna e externa do equipamento, verificar toda parte elétrica do aparelho, lubrificar, realizar a calibração do aparelho de acordo com os parâmetros estipulados pelo fabricante e realizar troca peças necessárias para seu pleno funcionamento. Quantidade: 03 Serviço anual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 245,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3)

11 - Manutenção em Aparelho Eletroestimulador

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em ELETROESTIMULADOR Marca: Carci / Modelo: Tensmed IV(quatro) – Transcutâneo tipo TENS* Marca: Ibramed / Modelo: Neurodyn II (dois) Serviço: Realizar a limpeza interna e externa do equipamento, verificar toda parte elétrica do aparelho, lubrificar, realizar a calibração do aparelho de acordo com os parâmetros estipulados pelo fabricante e realizar troca peças necessárias para seu pleno funcionamento. *PULSO DE SAÍDA BIFÁSICO ASSIMÉTRICO COM NÍVEL DE 0 VOLTS FREQUÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS PULSOS NO BURST 2 HZ, FAIXA DE VARIAÇÃO DA DURAÇÃO DO PULSO DE SAÍDA 50 A 300. Quantidade: 06 Serviço anual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 640,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (6)

12 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO BS-240 Marca: Mindray / Modelo: BS-240 Serviço: kit preventiva com lâmpada, cubetas e tubulações; assessoria científica para treinamentos, análise de configurações e ajustes de software, calibrações, atualizações e demais ajustes analíticos no equipamento; verificação e substituição de peças danificadas pelo uso (ex: válvula solenóide, bomba a vácuo, agulha /probe de aspiração de reagentes e amostras, demais peças necessárias para o funcionamento pleno do equipamento). Todos os serviços tem incluso o descolamento/visita técnica e encargos.
Quantidade: 01 Serviço trimestral (preventiva) Serviço sob demanda (corretiva)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.473,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (4)

13 - Manutenção equipamentos estáticos

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em APARELHO RAO INFRAVERMELHO Marca: Carci / Modelo: 300 Serviço: Realizar a limpeza interna e externa do equipamento, verificar toda parte elétrica do aparelho, lubrificar, realizar a calibração do aparelho de acordo com os parâmetros estipulados pelo fabricante e realizar troca peças necessárias para seu pleno funcionamento.
Quantidade: 02
Serviço anual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 694,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (2)

14 - Manutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em APARELHO DIATERMIA Marca: Ibramed / Modelo: Thermopulse Aparelho para fisioterapia por meio de ondas curtas Serviço: Realizar a limpeza interna e externa do equipamento, verificar toda parte elétrica do aparelho, lubrificar, realizar a calibração do aparelho de acordo com os parâmetros estipulados pelo fabricante e realizar troca peças necessárias para seu pleno funcionamento. Quantidade: 01 Serviço anual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.420,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (1)

15 - Manutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares

Descrição Detalhada: Manutenção preventiva e corretiva em APARELHO LASER Marca: Ibramed / Modelo: Laserpulse L42 (dois) Marca: DMC / Modelo: Photon Lase III (um) Serviço: Realizar a limpeza interna e externa do equipamento, verificar toda parte elétrica do aparelho, lubrificar, realizar a calibração do aparelho de acordo com os parâmetros estipulados pelo fabricante e realizar troca peças necessárias para seu pleno funcionamento. Quantidade: 03 Serviço anual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 850,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (3)