

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada: Intensificador De Imagem Uso Radiológico Componentes: Arco Cirúrgico, Fluoroscopia Contínua E Pulsada, Tipo Foco: Radiografia Digital, Exposição Direta, Angulação: Subtração Digital, Frequência Mínima 6 Imagens/Seg, Medidor: Visualização Positiva/Negativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Total (R\$): 1.327.934,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (1)

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------