

CATMAT 416620

Descritivo complementar: Equipamento de ultrassom odontológico

Equipamento de Ultrassom para uso odontológico, tratamento endodôntico e terapia periodontal. Vibração em uma faixa de frequência entre 28.000 ciclos por segundo até 32.000 ciclos/seg. Alimentação pela rede de energia elétrica através de uma fonte de alimentação externa. Acionamento e interrupção do funcionamento (potência ultrassônica e nível do fluxo de água) por meio de um pedal de comando. Controle de potência de 0 a 100, sendo possível ajuste de 1% em 1%. Portátil, mobilidade para atendimento em vários consultórios. Composto por: central de controle, reservatório de água de capacidade igual ou superior de 1 litro, peça de mão (transdutor), pedal de comando (sistema de liga e desliga de água no pedal), cabo de alimentação. Fonte de alimentação bivolt 100-240v - 50/60Hz, Registro na ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.