

Descrição Complementar: ULTRASSOM DE JATO DE BICARBONATO

1. ULTRASSOM DE JATO DE BICARBONATO. APARELHO CONJUGADO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA INCORPORADO AO APARELHO COM CAPA CIDADIA DE APROXIMADAMENTE 1 LITRO, NO MÍNIMO 1 PEÇA DE MÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO, NO MÍNIMO 1 PEÇA DE MÃO DE ULTRASSOM, CHAVE DE SELEÇÃO DAS FUNÇÕES ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO, CHAVE SELETOR DE POTÊNCIA DE ULTRASSOM, CHAVE DA BOMBA PERISTÁLTICA (LIGA / DESLIGA), CHAVE DE CONTROLE DE VAZÃO DO LÍQUIDO, TECLA DE SELEÇÃO DE FUNÇÕES DO ULTRASSOM (CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA), TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS QUE GEREM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS DE $33 \text{ KHZ} \pm 5$ COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA, DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE, PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, SISTEMA DE REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO SELECIONÁVEL, PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO, FREQUÊNCIA: 30 A 33 KHZ, POTÊNCIA: 55 A 70 VA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, ACOMPANHA 04 INSERTOS (TIPS), MANUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL.

1. Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:
2. A empresa deverá conferir o equipamento e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.
3. A empresa realizará a instalação e os testes operacionais a fim de comprovar o perfeito funcionamento do equipamento. Em caso de falha durante os testes operacionais, a empresa

está obrigada a reparar ou substituir o equipamento defeituoso.

4. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação do funcionamento em perfeitas condições do equipamento e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
5. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.
6. Durante o tempo de garantia, a empresa deverá realizar pelo menos 02 (duas) manutenções preventivas por ano.
7. A empresa realizará treinamento operacional do equipamento com os profissionais designados por cada OMS a fim de garantir o bom uso e a utilização de todos os recursos do material permanente.
8. O treinamento operacional será agendado previamente e será dividido em pelo menos 03 (três) turmas a fim de abranger a maior quantidade de profissionais, incluindo a equipe de Engenharia Clínica da OMS.