ITEM 2 - CATMAT 427660

Descritivo Complementar: <u>MACA HOSPITALAR HIDRÁULICA</u>

1. Estrutura: Construída em tubos e perfis de aço carbono de alta resistência, com base revestida por carenagem em material termoplástico injetado de alto impacto;
2. Tipo: Carro maca para transporte e recuperação, com sistema de elevação e movimentos através de comandos hidráulicos;
3. Acabamento da superfície: Partes metálicas tratadas contra corrosão e revestidas com pintura eletrostática a pó (epóxi);
4. Plataforma do paciente: Construída em seções articuladas, radiotransparente (permite o uso de Arco em C e a inserção de cassetes de Raio-X sob o leito), suportada por duas colunas hidráulicas telescópicas;
5. Empunhadura / Alças: Localizadas na cabeceira e na peseira para facilitar a dirigibilidade e o transporte do paciente;
6. Movimentos do leito: Ajuste do dorso acionado por amortecedor pneumático a gás com inclinação de até 70 graus; ajuste de altura do leito em relação ao solo variando de no mínimo 60 cm (mínima) até no mínimo 85 cm (máxima); movimentos de Trendelenburg e Trendelenburg Reverso de no mínimo 12 graus, acionados por pedais localizados em ambos os lados da maca;
7. Grades laterais: Grades de proteção articuladas/escamoteáveis com sistema de rebatimento para baixo do nível do leito, dotadas de trava de segurança de fácil acionamento;
8. Sistema de Rodízios: Equipado com 04 rodízios com diâmetro de no mínimo 8” (oito polegadas) revestidos de material termoplástico, com sistema de freio centralizado acionado por pedal que trava as quatro rodas simultaneamente, e sistema de quinta roda direcional para facilitar manobras em corredores;
9. Componentes: suporte de soro removível ajustável em altura com ganchos, suporte para cilindro de oxigênio de transporte, suporte para pasta de prontuário e pertences do paciente, no mínimo 04 pontos de encaixe rápidos para suporte de soro localizados nos cantos da maca;
10. Proteções contra impacto: Para-choques rotativos nos quatro cantos da maca e faixas/protetores de impacto laterais ao longo da estrutura para proteção de paredes e portas;
11. Dimensões externas aproximadas: 210 cm de comprimento por 75 cm de largura (admitida tolerância de +/- 5%);

12. Colchão hospitalar: Compatível com as dimensões internas do leito da maca, revestido em material impermeável, lavável, resistente a desinfetantes hospitalares, com costuras seladas e espessura mínima de 8 cm, confeccionado em espuma de alta densidade;
13. Capacidade de carga: Limite de peso de trabalho seguro de no mínimo 250 kg a 300 kg;
14. Garantia de no mínimo 24 meses;
15. Deverá possuir Manual de Instruções em português;
16. Regularidade Sanitária: Registro vigente na ANVISA para a maca e para o colchão (seja em registros unificados ou separados).