

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Insuflador Uso Médico			
Descrição Detalhada: Insuflador Uso Médico Tipo: Eletrônico,De Co2, Volume: 35L/MIN, Tipo Alarme: Alarmes Visuais E/Ou Sonoros, Tipo Indicador: Entupimentos,Válvula Fechada,Cilindro,Conexões, Indicação: Pressão Abdominal De 3 A 25mmhg, Controle: 3 Níveis De Controle(Baixo,Médio E Alto), Características Adicionais: Volume Entre 0 E 999l,Indicador Pressão Cilindro			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	159.998,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (2)		

2 - Equipamento Odontológico			
Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Motor Cirúrgico, Fonte: Elétrico, Componentes: Base Com Painel De Controle, Micromotor, Pedal, Torque: Torque Máx. 55N CM, Rotação: Máximo Cerca De 40.000RPM, Componentes Adicionais 1: Irrigação C/ Bomba Peristáltica, Suporte P/ Soro			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	23.227,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (1)		

3 - Endoscópio Flexível			
Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Nasolaringoscópio, Tecnologia Imagem: Fibra Ótica - Fibroscópio, Campo De Visão: Cerca De 85° A 110°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 1,2 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 300 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 130° A 180° - Baixo: 80° A 130°, Esterilidade: Reprocessável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	545.425,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (2)		

4 - Endoscópio Flexível

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Modelo: Nasolaringoscópio, Tecnologia Imagem: Digital - Vídeoendoscópio, Campo De Visão: Cerca De 85° A 110°, Direção Da Visão: Visão Frontal - Cerca De 0°, Diâmetro Do Canal De Trabalho: Cerca De 1,2 Mm, Comprimento De Trabalho: Cerca De 300 Mm, Deflexão Da Ponta - Cima/Baixo: Cerca De: Cima 130° A 180° - Baixo: 80° A 130°, Esterilidade: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 41.573,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

5 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Uso: Equipamento Médico Hospitalar, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio , Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal 1: 17,2AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 16.025,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

6 - Gerador Vapor

Descrição Detalhada: Gerador Vapor Tipo: Móvel Acoplável A Equipamentos, Características Adicionais: Reservatório Para H2O2 Líquido; Nozzles Aspersores, Aplicação: Descontaminação De Equipamentos E Salas, Uso: Geração De Vapor De Peróxido De Hidrogênio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 296.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)