

**ANEXO I**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
HOSPITAL GERAL DE BELÉM**  
(Hospital Militar de 2ª Classe – 1890)

**DISPENSA ELETRÔNICA**  
(NUP 64575.001039/2026-60)

1.1 Equipamentos odontológicos da Odontoclínica do Hospital Geral de Belém.

<b>Item</b>	<b>Descrição/Especificação</b>	<b>Quantidade</b>
1.	Ultrassom – Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato – 2023/2024 Marca: Dentemed	04
2.	Ultrassom – Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato – 2024/2025 Marca: Dentemed	02
3.	Ultrassom com jato de bicarbonato e motor de bancada, com reservatório para líquido e pedal. 2022 Marca: Kondentech	02
4.	Ultrassom – Aparelho de profilaxia com jato de bicarbonato – 2021 Marca: D700 scaller	03
5.	Aparelho fotopolimerizador odontológico. EMITTER NOW DUO	02
6.	Cadeira Odontológica Dentmed 2022	01
7.	Cadeira Odontológica Dentmed 2023	08
8.	Cadeira Odontológica Dentmed 2024	03

9.	Cadeira Odontológica Dentmed 2025	01
10.	Compressor de ar Odontológico, modelo: MSW 40F. preto 2012	01
11.	Compressor de ar Odontológico, CSW 60/420. Branco2021	01
12.	Compressor de ar Odontológico; 40 L, branco. 2022	01
13.	Compressor de ar Odontológico; CSV 20/250. Posto avançado. 2024	01
14.	Caneta odontológica de alta rotação. Marca Kavo; Modelo Extra Torque 605;	03
15.	Autoclave Horizontal, BIOCLAVE 21L DABI2021	01
16.	Autoclave Horizontal Cristófoli 2024	01
17.	Caneta odontológica de alta rotação. Marca GNATUS; Modelo AR32 PB TB	03
18.	Caneta odontológica de alta rotação. Marca. Dabi Atlante.	02
19.	Caneta odontológica de alta rotação. Marca DX; Modelo MEGA BUTTON	04
20.	Caneta odontológica de alta rotação. Marca Dentemed; 2023	12
21.	Contra-ângulo para caneta de baixa rotação	03
22.	Contra-ângulo para caneta de baixa rotação Dentemed 2023	04
23.	Kit Odontológico / Conjunto acadêmico, componente alta rotação, rolamento aço inoxidável, 400.00 RPM, características adicionais 3 furos, saca	05

	broca, cabeça padrão, componentes 1 micromotor, contra ângulo, peça reta, característica peças de baixa rotação transmissão 1:1, C/ refrigeração externa, tipo encaixe conexão Borden (2 furos), apresentação estojo, conjunto completo, acessórios óleo lubrificante. 2021	
24.	Kit suctores (unidade auxiliar)	03
25.	Bomba de Vácuo	02
26.	Ultrassom odontológico (jato de bicarbonato e ultrassom). Dentemed	02
27.	Motor de prótese de bancada	01
TOTAL		76

1.2. Procedimentos de manutenção corretiva e preventiva de acordo com o tipo de equipamento:

Item	Equipamento	Descrição
5	Aparelho fotopolimerizador odontológico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisão geral;</li> <li>- Fixação e troca de parafusos, borrachas de vedação, fusíveis;</li> <li>- Limpeza;</li> <li>- Testes e calibração, com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;</li> <li>- Troca da lâmpada, troca do LED, troca do transformador, entre outras (corretiva).</li> </ul>
15 e 16	Autoclave horizontal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisão geral;</li> <li>- Fixação e troca de parafusos, borrachas de vedação, fusíveis;</li> <li>- Correção de vazamentos de ar e água;</li> <li>- Limpeza;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Testes e calibração, com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;</li> <li>- Troca das resistências, troca da válvula solenoide, troca da borracha de vedação da porta, troca da válvula de segurança; troca da válvula de vácuo, troca da mangueira de silicone, entre outras (corretiva).</li> </ul>
14, 17, 18, 19, 20 e 23	Caneta odontológica de alta rotação.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisão geral;</li> <li>- Troca de borrachas de vedação;</li> <li>- Correção de vazamentos de ar e água;</li> <li>- Limpeza;</li> <li>- Testes, calibração e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;</li> <li>- Troca dos rolamentos, do rotor, da tampa da cabeça, troca da cabeça, entre outras (corretiva).</li> </ul>
10, 11, 12 e 13	Compressor de ar odontológico;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisão geral;</li> <li>- Instalação e manutenção de sistema solenóide.</li> <li>- Fixação e troca de parafusos, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis;</li> <li>- Correção de vazamentos de ar;</li> <li>- Limpeza;</li> <li>- Troca de óleo, troca de filtro de ar, troca do filtro de óleo;</li> <li>- Testes, calibração e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;</li> <li>- Enrolamento do motor elétrico, troca dos rolamentos, troca das chaves magnéticas, troca dos botões liga/desliga, troca da chave manual/automática, troca do pressostato, troca da válvula de segurança, troca da válvula de retenção de ar, entre outras (corretiva).</li> </ul>

21, 22 e 23	Contra-ângulo odontológico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisão geral;</li> <li>- Troca de borrachas de vedação;</li> <li>- Correção de vazamento de ar e água;</li> <li>- Limpeza;</li> <li>- Testes, calibração e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;</li> <li>- Troca dos rolamentos, do rotor, da tampa da cabeça, troca da cabeça, entre outras (corretiva).</li> </ul>
6, 7, 8 e 9	Gabinete odontológico completo. Dentemed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisão geral;</li> <li>- Fixação e troca de parafusos, borrachas de vedação, fusíveis e garrafas externas de reservatório de água dos equipos;</li> <li>- Correção de vazamento de ar e água;</li> <li>- Limpeza;</li> <li>- Testes, calibração e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;</li> <li>- Regulagem das válvulas de ar e água, regulagem das pontas e dos sugadores;</li> <li>- Troca do motorreductor do encosto e do assento, troca das mangueiras (tríplice 4mm/6mm), troca do pedal de acionamento das pontas, troca dos terminais alta e baixa rotação, troca da placa eletrônica, entre outras (corretiva).</li> </ul>
1,3,4	<p>Ultrassom odontológico (jato de bicarbonato e ultrassom).</p> <p>Patrimônio:</p> <p>105950100060059</p> <p>105950100060689</p> <p>105950100060688</p> <p>105950100059346</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalação;</li> <li>- Revisão geral;</li> <li>- Fixação e troca de parafusos, borrachas de vedação, fusíveis;</li> <li>- Correção de vazamentos de água;</li> <li>- Limpeza;</li> <li>- Testes com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;</li> <li>- Troca das mangueiras de ar e água;</li> <li>- Troca de resistência elétrica, troca do</li> </ul>

	105950100059344 105950100059127 105950100059128 105950100059248	botão liga/desliga, troca do transformador de entrada; troca da placa eletrônica entre outras (corretivas).
2, 26	Ultrassom odontológico (jato de bicarbonato e ultrassom).  Patrimônio:  105950100060590 105950100060134  105950100060689 105950100060060	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisão geral;</li> <li>- Fixação e troca de parafusos, borrachas de vedação, fusíveis;</li> <li>- Correção de vazamentos de água;</li> <li>- Limpeza;</li> <li>- Testes com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;</li> <li>- Troca das mangueiras de ar e água;</li> <li>- Troca de resistência elétrica, troca do botão liga/desliga, troca do transformador de entrada; troca da placa eletrônica entre outras (corretivas).</li> </ul>
24	Kit suctores (unidade auxiliar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalação;</li> <li>- Fixação e troca de parafusos, borrachas de vedação, fusíveis;</li> <li>- Correção de vazamentos de água;</li> <li>- Limpeza;</li> <li>- Testes com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;</li> <li>- Troca das mangueiras de ar e água;</li> <li>- Troca de resistência elétrica, troca do botão liga/desliga, troca do transformador de entrada; troca da placa eletrônica entre outras (corretivas).</li> </ul>
25	Bomba de Vácuo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalação;</li> <li>- Fixação e troca de parafusos, borrachas de vedação, fusíveis;</li> <li>- Correção de vazamentos de água;</li> <li>- Limpeza;</li> <li>- Testes com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular</li> </ul>

		<p>funcionamento dos equipamentos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Troca das mangueiras de ar e água;</li> <li>- Troca de resistência elétrica, troca do botão liga/desliga, troca do transformador de entrada; troca da placa eletrônica entre outras (corretivas).</li> </ul>
27	Motor de prótese de bancada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisão geral;</li> <li>- Fixação e troca de parafusos, borrachas de vedação, fusíveis;</li> <li>- Limpeza;</li> <li>- Testes com a finalidade de evitar a ocorrência de defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e regular funcionamento dos equipamentos;</li> <li>- Troca das mangueiras de ar;</li> <li>- Troca de resistência elétrica, troca do botão liga/desliga, troca do transformador de entrada; troca da placa eletrônica entre outras (corretiva)</li> </ul>

**ANA LÍLIAN CORREIA LOPES – CAP**  
 Agente de Contratação