

4 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE IMPLANTES E INSTRUMENTAIS PARA CIRURGIA DE FIXACAO DE FRATURAS ACETABULO, JOELHOS, BACIA E CABECA FEMURAL.- PARAFUSOS ORTOPEDICOS 7.3, MATERIAL EM TITANIO , TIPO CANULADO, COMPRIMENTO ROSCA 16 E 32MM DIAMETRO 7.3, COMPRIMENTO ATE 130, MM, ARRUELAS EM TITANIO, FIOS GUIAS ROSQUEADOS, PERCUTANEO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

5 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESE (DMS/DMC) COM INSTRUMENTAIS DE COLOCACAO PARA CIRURGIAS DE FRATURASCOMPLEXAS E OSTEOPOROTICA PROXIMAIS E DISTAIS DO FEMUR COM ANGULO AJUSTAVEL - PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, LARGURA 19,3, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 6 FUROS, ESPESSURA 8,3, TIPO USO C/HASTE DE 34MM, APLICACAO ANGULADA P/FEMUR PROXIMAL, ANGULACAO VARIACAO DE 85" A 155", TIPO DMS AJUSTAVEL, COMPRIMENTO 1 120 - PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 88, LARGURA 19,3, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, ESPESSURA 8,3, TIPO USO C/HASTE DE 24MM, APLICACAO ANGULADA P/FEMUR DISTAL, ANGULACAO VARIACAO DE 95" A 110", TIPO DMC AJUSTAVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

6 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE MINI-MICRO FRAGMENTOS COMPLETA EM ACO NAO MAGNETICO DE ANGULO VARIABEIS, COM INSTRUMENTAL DE COLOCACAO - PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL NAO MAGNETICO,PARAFUSOS BLOQUEADOS DE ANGULO VARIABEL E CORTICAIS AUTOFRESANTES 1.3/1.5/2.0 ,MODELO RETA, T, Y, CONDYLAR, BASE FALANGEANA, STRUT, METACARAPAL , TIPO USO MINI FRAGMENTOS- PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, 1.3 / 1,5 OU 2MM, USO OSTEOSINTESE MICRO FRAGMENTOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

7 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE PARAFUSOS CANULADOS TIPO HEBERT COMPLETA, COM INSTRUMENTAL DE COL OCACAO. PARAFUSOS ORTOPEDICOS, MATERIAL DE ACO INOXIDAVEL, APLICACAO PARA ESCAFOIDE C/ DIVERSOS TAMANHOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

8 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE PEQUENOS FRAGMENTOS ALCP 3.5/4.0 COMPLETA EM ACO COM INSTRUMENTAL DE COLCACAO INCLUINDO PLACAS ESPECIAS TIPO T, T OBLIQUA DIR/ESQ., RETA, DE RECONTRUCAO E 1/3 TUBULAR BLOQUADA: CONJUNTO INSTRUMENTA MEDICO COMPONENTES CHAVE SEXTAVA COM ENGAT RAPIDO 2,7MM; PINCA P/ PARAFUSO, TIPO USO 2 PINCAS ESPANHOLAS RETAS, 2 CURVAS, CONTAINER, OUTROS COMPONENTES MACHO P/ CORTICAL 3,5 ENGATE; MACHO SPANJOSO 4 ENG., TIPO EMBALAGEM CX PEQUENOS FRAGMENTOS, ACESSORIOS ESCARIADOR 3,5 ENGATE RAPIDO, MEDIDOR CORTICAL 3,5, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 RETROCEDORES, 1 PINCA P/ PARAFUSO, 2 AFASTADORES HOLMANN PONTA LARGA E DE PONTA 6,0MM COM PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL EM ACO COMPRIMENTO 94MM A 229MM CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM PLACA ORTOPEDICA 1/3 TUBULAR BLOQUEADA - PARA PARAFUSO DE BLOQUEIO COM ROSCA NA CABECA 3,5 MM TIPO USO OSTEOSINTESE PEQUENOS FRAGMENTOS. PAARAFUSO AUTO-BLOQUEANTES E (CORTICAL/ESPONJOSO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G1

9 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE PEQUENOS FRAGMENTOS COMPLETA COM INSTRUMENTAL DE COLOCACAO, INCLUINDO PLACAS ESPECIAS PARA FRATURAS CALCANEIO/PUNHO/COTOVELO - CONJUNTO INSTRUMENTAL MEDICO, COMPONENTES 1 CHAVE HEXAGONAL 3,5;PINCA P/CHAVE HEXAGONAL 3,5, TIPO USO 2 PINCAS ESPANHOLAS RETAS,2 CURVAS, CONTAINER, OUTROS COMPONENTES MACHO P/CORTICAL 3,5 ENGATE;MACHO ESPONJOSO 4 ENG., TIPO EMBALAGEM CX PEQUENOS FRAGMENTOS, ACESSORIOS ESCARIADOR 3,5 ENGATE RAPIDO,MEDIDOR CORTICAL 3,5, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 RETORCEDORES,1 PINCA P/PARAFUSO,2 LOMANNS PEQUENOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G1

10 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE PEQUENOS FRAGMENTOS COMPLETA, COM INSTRUMENTAL DE COLOCACAOITEM: 309150 - PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPRIMENTO 51, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 4 FUROS P/PARAFUSO CORTICAL 3,5MM, MODELO RETA ESTREITA, ESPESSURA 3, TIPO USO OSTEOSINTESE PEQUENOS FRAGMENTOS.TAMBEM OS SEGUINTES ITENS: 309476, 78,79,309691, 92,93,94,95,96,96,97,98.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G1

11 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE PLACAS ESPECIAIS, PARA FRATURAS DO PLATO TIBIAL 3.5 MM EM L E EM T ATE 16 BLOQUEADA FUROS BOMBINADOS , PILAO TIBIAL BLOQUEADA COM FUROS COMBINADOS 3.5 MM COM INSERCAO MEDIAL E ANTERO LATERAL, COM INSTRUMENTAL DE COLOCACAO - PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL NAO MAGNETICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BAIXO PERFIL CONTATO,BLOQUEIO ROSQUEADO, ORIFICIOS COMBINADOS, MODELO TIPO LCP,PERFIL BAIXO,LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, ESPESSURA 3,50, TIPO USO COMPRESSAO DINAM. P/PARAFUSOS AUTO-BLOQ 2,7/3,5MM, APLICACAO BLOQUEIO CRUCIFORME P/ PILAO TIBIAL CO INSERCAO MEDIAL E ANTERO LATERAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G1

12 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE PLACAS LCP (PONTOS DE CONTATO NO OSSO) 3,5MM EM TITANIO E ESPECIAIS TIPO T, T OBLIQUO E TREVO + PARAFUSOS DE BLOQUEIO LCP (COM ROSCA NA CABECA) 2,7/3,5 EM TITANIO. - PLACA RETA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MODELO LCP, TIPO USO ORIFICIOS COMBINADOS P/COMPRESSAO DINAMICA, APLICACAO TAMANHO 3,5MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS AUTO-BLOQUEANTES ,QUANTIDADE FUROS 8 FURSTAMBEM OS SEGUINTES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 40
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)
Grupo: G1

13 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE PLACAS LCP (PONTOS DE CONTATO NO OSSO) 4,5 E 5,0 ESTREITA / LARGA EM TITANIO EM "T" PARA SUSTENTACAO E "L" ESQ/DIREITA + PARAFUSOS 5,0 EM TITANIO. - PLACA RETA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, MODELO LCP, TIPO USO ORIFICIOS COMBINADOS P/COMPRESSAO DINAMICA, APLICACAO TAMANHO 3,5MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARAFUSOS AUTOBLOQUE- ANTES, QUANTIDADE FUROS 8 FUROS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)
Grupo: G1

14 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE PLACAS PEQ/GRANDE PARA UMEMO PROXIMAL + PARAFUSOS COM ROSCA NA CABECA - PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL TITANIO, COMPRIMENTO 114, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PLACA DE BLOQUEIO, COM 5 FUROS, ESPESSURA 3,50, TIPO USO NAO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, APLICACAO FIXACAO REGIAO PROXIMAL DO UMEMO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)
Grupo: G1

15 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: CAIXA DE PLACAS TIPO SPIN PEQUENO E GRANDE PARA UMEMO PROXIMAL E PARAFUSOS DE BLOQUEIO SPIN. CONJUNTO DE INSTRUMENTAL MEDICO, COMPONENTES GUIA DE FURACAO PARA PLACA ANGULADA SPIN CHAVE SEXTAVADA COM ENGATE RAPIDO 2,7 MM; PINCA P/ PARAFUSO, TIPO USO 2 PINCAS ESPANHOLAS RETAS, 2 CURVAS, CONTAINER, OUTROS COMPONENTES MACHOS P/ CORTICAL 3,5 ENGATE, MACHO ESPONJOSO 4 ENG., TIPO EMBALAGEM PEQUENO FRAGMENTOS, ACESSORIOS ESCARIADOR 3,5 ENGATE RAPIDO, MEDIDOR CORTICAL 3,5, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 2 RETORCEDORES, 1 PINCA P/ PARAFUSO, 2 AFASTADORES HOLMANN PONTA LARGA E PONTA 6,0MM CARACTERISTICAS ADICIONAIS PLACA TIPO SPIN DE 3 A 12 FUROS MATERIAL ACO INOXIDAVEL, PARA APLICACAO FIXACAO NA REGIAO PROXIMAL DO UMEMO E PARAFUSOS AUTOTROSQUEANTES (CORTICAL/ESPONJOSO)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G1

16 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO CANULADO 1.5, 2.4 E 3.0 DE ESPESSURA, COMPRESSAO CONTROLADA, CABECA ROSQUEADA DE 3.5MM COM DUPLO COMECO,ARESTRA AUTOROSQUEANTES, NUCLEO DE 2.0MM, ROSCA DE VASTAGO DE 3.0MM, PONTA AUTO PERFORANTES CAIXA CONTENTO INSTRUMENTAIS PARA COLOCACAO DO PARAFUSO HCS 3.0, GUIA DE BROCAS, SISTEMA DE COMPRESSAO INOVADOR PARA FECHAR E COMPRIMIR DE FORMA CONTROLADA A DIASTAS DAS FRATURAS, CHAVE STARDRIVE CALIBRADA, FIO GUIA DE 1.1MM ROSQUEADO, BROCAS CANULADAS E PARAFUSOS DE ROSCA 32MM E 16MM - PARAFUSO CANULADO 3.0, COMPRESSAO CONTROLADA, CABECA ROSQUEADA DE 3.5MM COM DUPLO COMECO, ARESTAS AUTOROSQUENATES, NUCLEO DE 2.0MM, ROSCA DE VASTAGO DE 3.0MM, PONTA AUTO PERFORANTES. - CAIXA CONTENDO INSTRUMENTAIS PARA COLOCACAO DO PARAFUSO HCS 3.0, GUIA DE BROCAS, SISTEMA DE COMPRESSAO INOVADOR PARA FECHAR E COMPRIMIR DE FORMA CONTROLADA A DIASTASE DAS FRATURAS, CHAVE STARDRIVE CALIBRADA, FIO GUIA DE 1.1MM ROSQUEADO, BROCASCANULADAS E PARAFUSOS DE ROSCA 32MM E 16MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

Grupo: G1

17 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: PARAFUSO CORTICAL AUTOFRESANTE PARAFUSOS CORTICAIS AUTOFRESANTES E ESPONJOSOS, TAMANHOS 1/1.3/1.5/2.0/2.4/2.7/3.5/4.0/4.5/5.0/6.5 UTILIZADOS FORA DO SISTEMA DE PLACAS, UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

18 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSOS BLOQUEADOS TIPO LCP AUTOFRESANTES, ACOMPANHADOS DE BROCAS E CHAVES STARDRIVE COM TORQUIMENTO REFERENTE AO TAMANHO DO PARAFUSO, TAMANHOS 1.3; 1.5; 2.0; 2.4; 2.7; 3.5; 5.0; 7.3 UTILIZADOS FORA DO SISTEMA DE PLACAS, UNIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G1

19 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: PLACA LCP 4.5/5.0 CONTATO LIMITADO PARA FEMUR DISTAL SISTEMA LCP, PLACA ANATOMICA CONDYLAR, PARA OSTEOSINTESE PERIARTICULAR QUE REUNE AS TECNICAS DE PARAFUSO BLOQUEADOS COM TECNICAS DE PARAFUSO DE COMPRESSAO, PLACA COM FUROS COMBINADOS PODENDO SER USADO COMO COMPRESSAO E DE BLOQUEIO. PARTE DISTAL DA PLACA PRE-MOLDADA MELHOR ADAPTACAO, SEUS FUROS DISTAIS ESTAO DESENHADOS PRA INSERCAO DE PARAFUSOS CANULADOS 7.3, PLACAS DESENHADAS PRA LADO ESQUERDO E DIREITO, COLOCACAO DE PARAFUSOS BLOQUEADOS 5.0 E 7.3 CANULADOS BLOQUEADOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

20 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA LCP 4.5/5.0 CONTATO LIMITADO PARA FEMUR PROXIMAL SISTEMA LCP PARA OSTEOSINTESE PERIARTICULAR TIPO HOOK QUE REUNE AS TECNICAS DE PARAFUSO BLOQUEADOS COM TECNICAS DE PARAFUSO DE COMPRESSAO, PLACA COM FUROS COMBINADOS PODENDO SER USADO COMO COMPRESSAO E DE BLOQUEIO. PARTE PROXIMAL DA PLACA PRE-MOLDADA MELHOR ADAPTACAO, SEUS FUROS PROXIMAIS ESTAO DESENHADOS PRA INSERCAO DE PARAFUSOS CANULADOS 7.3, PLACAS DESENHADAS PRA LADO ESQUERDO E DIREITO, FUROS PROXIMAIS APRESENTANDO ANGULACOES DE 95/120 E 135 GRAUS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	15
Quantidade Total:	15	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

21 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PLACAS DE GRANDES FRAGMENTOS EM ACO NAO MAGENTICO, LCP 4.5/5.0, TIPO GOLF COMPLETA COM INSTRUMENTAL DE COLOCACAO - INCLUINDO, CHAVE HEXAGONAL, CHAVE STARDRIVE , PINCA P/CHAVE HEXAGONAL, MEDIDOR CORTICAL,PARAFUSO CORTICAL E BLOQUEADOS AUTOFRESANTE , GUIAS P/CORTICAL E ESPONJOSO, ESCARIADOR, GUIAS P/BROCAS, BROCAS CALIBRADAS, PINCA P/PARAFUSO, COM ACESSORIOS RETORCEDOR DE PLACAS GOLF ATE 16 FUROS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	15
Quantidade Total:	15	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

22 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE FRESAGEM INTRAMEDULAR E EXTRACAO DE TECIDO OSSEO. PONTEIRA DE FRESA COM SISTEMA DE TUBOS, RESFRIAMENTO CONSTANTE DO FLUXO DE IRRIGACAO, ARESTAS CORTANTES E PORFUNDAS PARA EVITAR ENTUPIIMENTO. ASPIRACAO DA MEDULA OSSEA E TECIDO MORSELIZADO, FILTRO COM MALHA PARA CAPTAR A MEDULA OSSEA COM CAPACIDADE PARA 100CC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	5
Quantidade Total:	5	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G1

23 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE IMPLANTES DHS, INSTRUMENTAIS DE COLOCACAO, PARA CIRURGIA DE FRATURAS PROXIMAIS DO FEMUR PERTROCANTEREAS E INTERTROCANTEREAS COM HASTE MEDIAL - PLACA ESPECIAL, MATERIAL ACO NAO MAGNETICO, MODELO DHS ANGULO 135°, TIPO USO NAO DESCATAVEL, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, APLICACAO PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO, QUANTIDADE FUROS 4 FUROS A 20 FUROS, DIAMETRO 4.5, PARAFUSOS AUTOFRESANTES, PARAFUSO DESLIZANTE E CONTRA PINO, FIOS GUIAS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	30
Quantidade Total:	30	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

24 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: SISTEMA DE OSTEOSINTESE TIPO AO PARA FRATURAS PROXIMAIS DO FEMUR - EM ACO, MODELO DCS ANGULO 95°, TIPO USO NAO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE NAO ESTERIL, APLICACAO PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO, COMPRIMENTO 178, QUANTIDADE FUROS 10, DIAMETRO 3,50.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

25 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PARAFUSOS CANULADOS DE 3,5 A 4.0 COM INSTRUMENTAL DE COLOCACAO, INCLUINDO ARRUELAS, FIOS GUIAS E BROCAS CANULADAS. TRATA-SE MATERIAL PARA FIXAS, OSSOS PEQUENOS, FRAGMENTOS SOLTOS, LIGAMENTOS E TENDÕES ROMPIDOS, COMO EM FRATURAS DE TORNOZELO, COTOVELO E JOELHO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G1

26 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PLACA BLOQUEADA 3,5 PARA PLATO TIBIAL DE ANGULOS VARIÁVEIS, DUPLA FILEIRA , FUROS BLOQUEADOS COMBINADOS, ACO NAO MAGNETICO, PARAFUSOS BLOQUEADOS 3.5 ANGULOS VARIÁVEIS E CORTICAIS 3,5 AUTOFRESANTES, ACOMPANHADOS DE INSTRUMENTAIS, PINÇAS DE REDUÇÃO, BROCAS CALIBRADAS, GUIAS FIXOS E DE ANGULOS VARIÁVEIS, PLACAS EM L E EM T , ATÉ A16 FUROS FIOS DE KIRSHINER PARA REDUÇÃO INTRAOPERATÓRIA OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

27 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PLACAS 1.1, 1.5 E 2.0 PARA FRATURAS DE MÃO, EM ACO NAO MAGNETICO, CONTENDO PLACAS DE ADAPTAÇÃO, CONDILEA, EM T, EM Y E H, DE 02 A 12 FUROS COMBINADOS DE BLOQUEIO E CORTICAL AUTOFREZANTE, PARA UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS BICORTICAIS OU BLOQUEADOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G1

28 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PLACAS DE RECONSTRUCAO RETAS E CURVAS EM ACO NAO MAGNETICO PARA USO EM BACIA, FRATURAS DE ACETABULO 3,5/4,5 PARAFUSOS E INSTRUMENTAL D E COLOCACAO PLACA ORTOPEDICA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MODELO RETA/CURVA PARAFUSO DE 3,5MM E 4.5 MM EXTRALONGOS ATE 130 MM APLICACAO RECONSTRUCAO DE BACIA, COM PINCAS OSSEAS E CLAMPS PARA REDUCAO NTRAOOPERATORIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G1

29 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PLACAS LCP 3,5 / 2,7 , PARA FRATURAS DISTAIS DO HUMERO, PREMOLDADAS, POSTERO LATERAL, PLACA COM FIXACAO DORSO LATERAL COM OU SEM SUPORTE E FIXACAO MEDIAL, LADOS DIREITOS E ESQUERDOS, FUROS COMBINADOS CORTICAL E BLOQUEADO, PARAFUSOS STARDRIVES 3,5 / 2,7 AUTOFREZANTES, PLACAS PRE MODELADAS COMPLACAS PRE MODELADAS COM TAMANHOS DE 3 A 16 FUROS COMBINADOS, COM INSTRUMENTAL PARA FIXACAO MINIMA INVASIVA, ACO NAO MAGNETICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

Grupo: G1

30 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PLACAS LCP 3.5, PARA FRATUURAS PROXIMAIS DA TIBIA, COM FUROS COMBINADOS, POSSIBILIDADES DE COMPRESSAO, PARAFUSOS CORTICAIS E LCP 3,5 AUTOFREZANTES EXTRA-LONGOS, PLACAS TAMANHOS 4, 6, 8 ,10, 12, 14 E 16 FUROS COMBINADOS, LADO ESQUERDO E DIREITO, COM INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO , ACO NAO MAGNETICO .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G1

31 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PLACAS LCP PARA FRATURAS DO OLECRANO DE ANGULO VARIAVEL, PLACAS FRATURAS ARTICULARES, JUSTA ARTICULAR E EXTRA ARTICULAR COM FUROS COMBINADOS, LADOS DIREITOS E ESQUERDOS, PARAFUSOS LCP 3.5 E 2.7 BLOQUEADOS E CORTICAIS AUTOFREZANTES, PLACAS TAMANHOS 2, 4, 6, 8, 10 E 12 FUROS COMBINADOS PRE MOLDADAS COM INSTRUMENTACAO DE COLOCACAO, PINCAS DE REDUCAO, ACO NAO MAGNETICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G1

32 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PLACAS LCP PEDIATRICA COM FUROS COMBINADOS, PLACAS 3.5 E 5.0 COM FUROS NA CABECA, NO CORPO COM A 3 A 4 FUROS, COM ANGULACOES DE 100 GRAUS, 110 GRAUS, 120 GRAUS E 150 GRAUS, COM INSTRUMENTAS QUE PERMITEM ANGULACOES NO ATO OPERATORIO, OSTEOTOMOS E INSTRUMENTAIS COM GUIAS ESPECIFICOS, BROCAS, FIOS GUIAS ROSQUEADOS, PARAFUSO LCP 3.5 E 5.0 STARDRIVE BLOQUEADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G1

33 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA EXTRA ARTICULAR PALMAR E DORSAL LCP 2.4 DE ANGULO FIXO, FUROS COMBINADOS DE COMPRESSAO E BLOQUEIO, PLACA PARA TERCO DISTAL DO RADIO E LONGA, POSSUINDO LADO ESQUERDO E DIREITO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G1

34 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA EXTRARTICULAR PALMAR LCP 2.4 DUPLA COLUNA DE ANGULO VARIAVEL E OU PLACA TIPO RIM ARTICULAR . FUROS COMBINADOS DE COMPRESSAO E BLOQUEIO QUE PERMITE FORMAR ANGULOS COM UM DESVIO AXIAL DE ATE 15 GRAUS EM TODAS AS DIRECOES, POSSUINDO LADO ESQUERDO E DIREITO - CAIXA CONTENDO INSTRUMENTAIS PARA COLOCACAO DA PLACA DE ANGULO VARIAVEL COM GUIAS DE BROCAS ROSQUEADAS PARA PARAFUSOS DE ANGULO FIXO E GUIAS PARA PARAFUSOS DE COMPRESSAO, BROCAS DE 1.8, 2.0, 2.4, 2.7, MEDIDORES,CHAVE STARDRIVE ACOMPANHADOS DE TORQUIMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (70)

Grupo: G1

35 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA LCP DHHS, PLACA DE COMPRESSAO BLOQUEADA COM LAMINA ESPIRAL INTEGRADA. PLACAS DE 2/3/4/5 E 6 FUROS DE 130 E 150 GRAUS, LAMINA SPIRAL 75 A 150MM INCREMENTOS DE 5MM, PARAFUSO CORTICAL AUTOROSQUEANTE 4.5 E PARAFUSO DE BLOQUEIO LCP 5.0, PLACAS COM FUROS COMBINADOS VARIADO SE SISTEMA DE FIXACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G1

36 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA PLACA DISTAL FEMUR BLOQUEADA TIPO LISS, 6 A 13 FUROS, 4.5/5.0/6.5 COMPLETA EM ACO NAO MAGNETICO, SUROS COMBINADOS, COM INSTRUMENTAL DE COLOCACAO CONJUNTO INSTRUMENTAL MINIMAMENTE INVASIVO, GUIA EXTERNO, CHAVE STARDRIVE COM ENGATE RAPIDO, MEDIDOR CORTICAL, MACHO PARA E ESPONJOSO, OUTRO COMPONENTES ESCARIADOR, BROCAS CALIBRADAS, GUIA P/ BROCAS, PINCA P/ PARAFUSO, CX GRANDES FRAGMENTOS, ACESSORIOS RETORCEDOR DE PLACAS (PAR), JOGO DE PLACAS BLOQUEADAS FUROS COMBINADOS , MATERIAL ACO INOXIDAVEL NAO MAGNETICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	40
Quantidade Total:	40	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G1

37 - ÓRTESE EXTERNA PARA MEMBRO INFERIOR - NÃO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: SISTEMAS DE PLACAS 3.5 BAIXO PERFIL, PLACA SINFESE PUBIANA, PLACA EM ANGULO VARIÁVEL EM ATÉ 28 GRAUS EM ACO NAO MAGNETICO, COM PLACAS RETAS E CURVAS ANATOMICAS E SISTEMA PARA MODELAGEM, ACOMPANHADO DE INSTRUMENTAL PELVICO A.O.PINCASOSSEAS, CLAMPES PELVICO PARA REDUCAO, PINOS DE SHANZ, BROCAS LONGAS E PARAFUSOS EXTRALONGOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	6
Quantidade Total:	6	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G1

38 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA

Descrição Detalhada: AGRAFES LIGAMENTARES EM TITANIO PARA CIRURGIAS DE JOELHO H22 X L10MM .TRATA-SE DE MATERIAL ESPECIAL DE USO UNICO, DE TITANEO, DESCARTAVEL QUE SAO USADOS PARA CRAVAR OS LIGAMENTOS NAS RECONSTRUÇOES LIGAMENTARES DO JOELHO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G2

39 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: AGULHA SUTURA PARA MINISCO - FIO METALICO, MALEAVEL, CONFECCIONADO EM NITINOL, NAO CORTANTE, COM ALCA PARA TRANSPORTE DE FIOS DE SUTURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G2

40 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO PARA FIXACAO FEMORAL ATRAVES DE PLACA EM TITANIO, CUJO IMPLANTE SE AJUSTE A QUALQUER TAMANHO DE TUNEL ATRAVES DO ENCURTAMENTO REGULAVEL DO MESMO E QUE PERMITA TENSIONAMENTO RESIDUAL APOS FIXACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G2

41 - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO

Descrição Detalhada: EQUIPO ESPECIAL, APLICACAO P/ARTROSCOPIA , VIAS DUAS VIIAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS P/BOMBA DE INFUSAO DE ALTO FLUXO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (250)

Grupo: G2

42 - FIO DE SUTURA AGULHADO

Descrição Detalhada: FIO DE SUTURA- FIOS DE ALTA RESISTENCIA LINEARES E DO TIPO FITA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G2

43 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: LAMINA DE SHAVER PARA ESTRUTURAS OSSEAS E TECIDOS MOLES, DIAMETRO DE 2,5 A 5,5, CARACTERISTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, SENTIDOS HORARIO E ANTI-HORARIO, ESTERELIDADE ESTERIL E DESCARTAVEL, COM OPCOES DE RETA, CURVA E LONGA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G2

44 - PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA

Descrição Detalhada: PARAFUSO MOLDADO DE ACIDO POLILACTICO BIO-ABSORVIVEL COMPATIVEL COM O INSTRUMENTAL E O USO DE FIO GUIA EM NITINOL, COM NO MINIMO 4 TAMANHOS E DOIS COMPRIMENTOS, PARA CIRURGIAS DO PE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G2

45 - PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PARAFUSO ORTOPEDICO DE INTERFERENCIA BIOCOMPOSTO, APLICACAO PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO PARA INSERCAO DE ENXERTOS. COMPRIMENTO DE 25 A 35 MM E DE DIAMETRO DE 5 A 11MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G2

46 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PASSADOR DE FIO/SUTURA DO TIPO FIRST PASS OU SCORPION E FIOS DE ALTA RESISTENCIA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G2

47 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: FIOS DE ALTA RESISTENCIA LINEARES E DO TIPO FITA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G3

48 - PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO

Descrição Detalhada: PONTEIRA DE RADIOFREQUENCIA DESCARTAVEL 90 GRAUS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G3

49 - TROCARTE

Descrição Detalhada: SISTEMA DE CANULA PARA ARTROSCOPIA DE OMBRO E JOELHO COM OBTURADOR CANULADO ROSQUEADO EM TAMANHO E COMPRIMENTOS DIVERSOS, MATERIAL DESCARTAVEL E USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G3

50 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE FIO PARA SUTURA DE ALTA RESISTENCIA, COM AGULHA NUMERO 2 E 5, USO UNICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G3

51 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE FIXACAO POR ANCORAGEM EM TCP/ PLGA, OU PLLA, CANULADA, PRODUTO BIOCOMPOSTO COM FIOS DE ALTA RESISTENCIA #2, ROSQUEADA NO TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 2,1MM A 6,5MM, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G3

52 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE FIXACAO POR ANCORAGEM EM TCP/PLGA, INSTRUMENTO E TECNOLOGIA DE ROSCA DUPLA CANULADA PARA FIXACAO CORTICAL E ESPONJOSA, PRODUTO BIOCOMPOSTO ACOMPANHADOS COM FIOS DE ALTARESISTENCIA PARCIALMENTE ABSORVIVEL #2, TAMANHOS 4.5 , 4.75 , 5.5 E 6.5MM, USO UNICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

Grupo: G3

53 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE FIXACAO POR ANCORAGEM EM TITANIO, COM AO MENOS DOIS FIOS DE ALTA RESISTENCIA , TAMANHOS VARIADOS DE 1,8 A 5,5 MM USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G3

54 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE LAMINAS DE MICRODEBRIDACAO DE OMBRO, PARA TECIDOS MOLES E OSSEOS , EM ACO, CONTROLE MANUAL, PECA DE MAO, PONTAS LISAS, DENTADAS E OU DUPLO DENTADAS EM DIVERSOS TAMANHOS, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G3

55 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PASSADOR DE FIO/SUTURA DO TIPO FIRST PASS OU SCORPION E FIOS DE ALTA RESISTENCIA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

Grupo: G3

56 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PASSADOR DE FIO/SUTURA DO TIPO FIRSTPASS OU SCORPION OU DE MELHOR QUALIDADE E FIOS DE ALTA RESISTENCIA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G3

57 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ANCORA BIOABSORVIVEL AB 5.0 MM (ROSQUEAVEL) ESTERIL PLLA, COM 2 FIOS DE SUTURAS, PARA FRESA DILATADORA COM MARCACAO DE PROFUNDIDADE, GUIA DE INSTALACAO E INSTRUMENTAL DE COLOCACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G3

58 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: AGULHA INICIALIZADORA PARA ARTROSCOPIA DE QUADRIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)
Grupo: G4

59 - MATERIAL PARA ÓRTESE ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: ALMOFADA DE ABDUCAO PARA POSICIONAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES EM POS OPERATORIO DE CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE QUADRIL COM FECHOS ADERENTES. TAMANHO UNICO. (ROLO POSICIONADOR DESCARTAVEL).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)
Grupo: G4

60 - CANETA USO MÉDICO

Descrição Detalhada: BISTURI SERRILHADO PARA CIRURGAS DE QUADRIL TIPO BANANA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)
Grupo: G4

61 - TROCARTE

Descrição Detalhada: CANULA DE INTRODUCAO PARA QUADRIL 5,7 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21)
Grupo: G4

62 - HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL

Descrição Detalhada: CINTA DE TRACAO DO PE PARA ARTROSCOPIA .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)
Grupo: G4

63 - FIO GUIA

Descrição Detalhada: FIO GUIA NITINOL 1,2MM X 450MM PARA ARTROSCOPIA DO QUADRIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G4

64 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: LAMINA DE SHAVER OSSEA PARA QUADRIL, LONGA, RETA ABRADER 4,0MM DE 180MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21)

Grupo: G4

65 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: LAMINA DE SHAVER OSSEA PARA QUADRIL, LONGA, RETA ABRADER 5,5MM DE 180MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21)

Grupo: G4

66 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: LAMINA DE SHAVER PARA QUADRIL, LONGA, RETA DE 180MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21)

Grupo: G4

67 - LÂMINA SHAVER

Descrição Detalhada: LAMINAS DE SHAVER PARA QUADRIL, LONGA, CURVA CONCAVA / CONVEXA DE 180MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21)

Grupo: G4

68 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: PARAFUSO ANCORA PARA QUADRIL DE 1,8MM A 2,0 MM EM POLIESTER

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21)

Grupo: G4

69 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: PARAFUSO ANCORA PARA QUADRIL DE 2,0 MM A 2,4 MM EM POLIETILENO COM HIDROXAPATITA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21)

Grupo: G4

70 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: PASSADOR DE SUTURA - SISTEMA PASSADOR DE SUTURA, COM ANGULACOES EM DIVERSOS GRAUS, USO UNICO COM ANGULACOES EM DIVERSOS GRAUS, PRODUTO USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (21)

Grupo: G4

71 - BROCA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: PONTEIRA DE RADIOFREQUENCIA BIPOLAR PARA ABLACAO CONTROLADA EM PLASMA DE BAIXA TEMPERATURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G4

72 - BROCA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: BROCA DESCARTAVEL PARA QUADRIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G4

73 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: ENXERTO PARA REVISAO GRANULADO TRIFOSFATO DE CALCIO - ENXERTO OSSEO, MATERIAL BIOCERAMICA TRIFOSFATO DE CALCIO, TIPO RECONHECIMENTO P/OSTEOBLASTOS;0,3MICRA POROSIDADE, ESTERILIDADE ESTERIL, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (56)

Grupo: G5

74 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA OSTEOTOMIA TIBIAL DIAFISO-EPIFISARIAS , ESPESSURA 3MM, 4 A 12 FUROS, COMPRIMENTO 59MM A 101MM, CALCOS 5-7, 5-10-12, 5-15MM - LAMINA METALICA PARA FIXACAO EM SUPERFICIE DIAFISARIA OU DIAFISO-METAFISARIA OSSEA POR PARAFUSOS ATRAVES DE SEUS ORIFICIOS NEUTROS, DINAMICOS OU ROSQUEADOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G5

75 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PROTESE TOTAL JOELHO PARA REVISAO COM COMPONENTE FEMORAL REVISAO CIMENTADO, EM LIGA DE ACO, SETE TAMANHOS, LADOS DIREITO/ESQUERDO (1 A 7), COM OFFSET ANTEROPOSTERIOR DE 4MM, COMPONENTE BASE TIBIAL DE REVISAO COM OFFSET, CIMENTADO, SEIS TAMANHOS (0 - 5), COMPONENTE POLIETILENO PARA REVISAO , TAMANHOS 10MM A 32MM, PORCA PARA HASTE EXTENSAO FEMORAL TODOS OS TAMANHOS (NEUTRO), HASTE DE EXTENSAO FEMORAL REVISAO 6°, CIMENTADA, HASTE TIBIAL COM OFFSET, CIMENTADA, TAMANHOS 11 A 20MM, CUNHA FEMORAL POSTERIOR, TAMANHOS 5, 10 E 15 MM, CUNHA FEMORAL DISTAL, TAMANHOS 5, 10 E 15MM, CUNHA TIBIAL DE REVISAO TAMANHOS 5MM,10MM E 15MM, COM CIMENTO ORTOPEDICO COM ANTIBIOTICO ERITOMICINA E COLISTINA, COMPONENTE LIQUIDO 20ML (METACRILATO DE METILO, N.N-DIMETIL-PARA-TOLUIDINA E HIDROQUINONA) E 20G DE PO (METACRILATO DE METILO. COPOLIMERO DE ESTIRENO, METACRILATO DE POLIMETILO, SULFATO DE BARIO, ERITROMICINA E SULFOMETATO SODICO DE COLISTINA) E KIT DE IRRIGACAO PARA LAVAGEM E OPCAO DE NAVEGACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G5

76 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PROTESE TOTAL PARA JOELHO CIMENTADA COM OU SEM PRESERVACAO DO LIGAMENTO CRUZADO, COM O CIMENTO ORTOPEDICO PARA COLOCACAO E OPCAO DE NAVEGACAO . TRATA-SE DE UMA PROTESE PARA SUBSTITUICAO DO JOELHO, COM COMPONENTE FEMURAL, E COMPONENTE TIBIAL, POLIETILENO E COMPONENTE PATELAR CIMENTADOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G5

77 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PROTESE TOTAL PARA JOELHO CIMENTADA COM OU SEM PRESERVAÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO, POLIETILENO ULTRA CONGRUENTE, COM O CIMENTO ORTOPEDICO PARA COLOCAÇÃO E OPÇÃO DE NAVEGAÇÃO TRATA-SE DE UMA PROTESE PARA SUBSTITUIÇÃO DO JOELHO, COM COMPONENTE FEMURAL, E COMPONENTE TIBIAL, POLIETILENO E COMPONENTE PATELAR CIMENTADOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G5

78 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PROTESE TOTAL PARA JOELHO CIMENTADA. COM PRESERVAÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO COM O CIMENTO ORTOPEDICO COM ANTIBIOTICO PARA COLOCAÇÃO TRATA-SE DE UMA PROTESE PARA SUBSTITUIÇÃO DO JOELHO, COM COMPONENTE FEMURAL, E COMPONENTE TIBIAL, CIMENTADOS COM CIMENTO COM ANTIBIOTICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G5

79 - IMPLANTE PARA ARTROPLASTIA DE MÃO

Descrição Detalhada: SISTEMA DE NAVEGAÇÃO ORTOPEDICA, COMPOSTO PO SENSOR TERMINAL PARA NAVEGADOR PARA CIRURGIAS DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR, ARTROPLASTIA DE JOELHO E QUADRIL E OSTEOTOMIA DE TIBIA. TRATA-SE DE MATERIAL DESCARTAVEL, QUE E USADO NOS LOCAIS DAS CIRURGIAS QUE SAO FEITAS POR NAVEGAÇÃO. RECEBEM INFORMACOES E TRSNMITEM DADOS D ANGULOS E MOVIEMNTOS ATRAVES DE RAIOS INFRAVERMELHOS.”

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G5

80 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE NAVEGAÇÃO ORTOPEDICA, COMPOSTO POR SENSOR TERMINAL PARA NAVEGADOR PARA CIRURGIAS DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR, ARTROPLASTIA DE JOELHO E QUADRIL E OSTEOTOMIA DE TIBIA. TRATA-SE DE MATERIAL DESCARTAVEL, QUE E USADO NOS LOCAIS DAS CIRURGIAS QUE SAO FEITAS POR NAVEGAÇÃO. RECEBEM INFORMACOES E TRANSMITEM DADOS DE ANGULOS E MOVIEMNTOS ATRAVES DE RAIOS INFRAVERMELHOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G5

81 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PROTESE DE QUINTA GERACAO PARA JOELHO PRIMARIO COM ESTABILIZACAO PS E OU E SEM ESTABILIZACAO CR, LADOS DIREIRTO E ESQUERDO COM INSTRUMENTAL PARA ABORDAGEM STANDARD COM FEMUR DE GEOMETRIAL SAGITAL COM 5 GRAUS ANTERIOR E 1 GRAU POSTERIOR, COM FEMUR E TIBIA NOS TAMANHOS DE 3MM ATE 8MM, BASE FIXA TIBIAL E ROTATORIA PODENDO DECIDIR NO ATO INTRAOPERATORIO COM INSERT POLIETILENO HIGH CROSS LINKED NOS TRABALHOS DE 5MM ATE 16MM, OPCAO DE BALANCEAMENTO DE TECIDOS MOLES E ALINHAMENTO DE CORTE FEMURAL COM REFERENCIA PARA ANTERIOR E POSTERIOR E COMPONENTE PATELAR DE 29MM A 41MM, OU DE MALHOR QUALIDADE, ACOMPANHADOS DE DOIS CIMENTOS COM ANTIBIOTICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G6

82 - PRÓTESE DE JOELHO

Descrição Detalhada: SISTEMA DE PROTESE TOTAL DE JOELHO PRIMARIO COM E OU SEM ESTABILIZACAO POSTERIOR, LADOS DIREITO E ESQUERDO MULTIRAIS COM OPCAO DE BALANCEAMENTO DE TECIDOS MOLES E ALINHAMENTO DE CORTE FEMURAL COM REFERENCIA PARA NATERIOR E POSTERIOR, COM VARIAS OPCOES DE TAMANHO PARA FEMUR E TIBIA E INSERTS EM POLIETILENO DE 8MM A 17,5 MM, COMPONENTE PATELAR DE 32MM A 41MM, OU DE MELHOR QUALIDADE, ACOMPANHADOS DE 2 CIMENTOS COM ANTIBIOTICOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (40)

Grupo: G6

83 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: ACETABULO BIPOLAR, CONE 12/14, DIAMETRO EXTERNO DE 39MM A 55MM, DIAMETRO INTERNO DE 22,2MM A 28MM, HASTE FEMORAL CIMENTADA, SEM COLAR, DUPLA OU TRIPLAMENTE CONICA, TAMANHOS 6 A 14MM, CABECA FEMORAL EM LIGA CROMO-COBALTO-MOLIBDENIO, CONE 12/14, DIAMETROS DE 22,2MM A 36MM, CENTRALIZADOR DISTAL DE HASTE CIMENTADA EM POLIMETILMETACRILATO, DIAMETROS 8MM A 16MM, RESTRITOR (PLUG) INTRAMEDULAR ABSORVIVEL PARA HASTE CIMENTADA, TAMANHOS 8MM A 18MM, COM CIMENTO ORTOPEDICO PARA COLOCACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

Grupo: G7

84 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: ACETABULO BIPOLAR, CONE 12/14, DIAMETRO EXTERNO DE 39MM A 55MM, DIAMETRO INTERNO DE 22,2MM A 28MM, HASTE FEMORAL CIMENTADA POLIDA, SEM COLAR, DUPLA OU TRIPLAMENTE CONICA, TAMANHOS 8 A 16MM, CENTRALIZADOR DISTAL DE HASTE CIMENTADA POLIDA EM POLIMETILMETACRILATO, DIAMETROS 8MM A 16MM, RESTRITOR (PLUG) INTRAMEDULAR ABSORVIVEL PARA HASTE CIMENTADA POLIDA, TAMANHOS 8MM A 18MM, CABECA FEMORAL EM LIGA CROMO-COBALTO-MOLIBDENIO, CONE 12/14, DIAMETROS DE 22,2MM A 36MM, COM CIMENTO ORTOPEDICO PARA COLOCACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

85 - PRÓTESE DE QUADRIL

Grupo: G7

86 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Grupo: G7

87 - FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL

Grupo: G7

88 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Grupo: G7

89 - CIMENTO ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: CIMENTO ORTOPEDICO RADIOPACO, POLIMERIZAVEL, A BASE DE COMPOSTOS ACRILICOS CONSTITUIDO POR UM COMPONENTE LIQUIDO DE MONOMERO METIL MATACRILATO (METIL MATACRILATO-MMA) E UM COMPONENTE EM PO DE POLIMERO DE METIL MATACRILATO (POLI METIL MATACRILATO-PMMA) E SULFATO DE BARIO (BASO4), COMPOSTES ATIVOS ATIVOS DE POLIMERIZACAO. UNICA EMBALAGEM, ESTERIL, NAO RE-ESTERILIZAVEL E DE USO UNICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G7

90 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL CIMENTADA POLIDA, SEM COLAR, DUPLA OU TRIPLAMENTE CONICA, TAMANHOS 8 A 16MM, CENTRALIZADOR DISTAL DE HASTE CIMENTADA POLIDA EM POLIMETILMETACRILATO, DIAMETROS 8MM A 16MM, RESTRITOR (PLUG) INTRAMEDULAR ABSORVIVEL PARA HASTE CIMENTADA POLIDA, TAMANHOS 8MM A 18MM, COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO, REVESTIMENTO MICROPOROSO DE PURO TITANIO, OSTEOCONDUTOR APLICADO A VACUO, 50% DE POROSIDADE MEDIA, ESPESSURA DA PAREDE COM POSSIBILIDADE LINER EM POLIETILENO COM LIGACOES CRUZADAS (CROSLINKED) DE 36MM COM ACETABULOS DE 40MM A 70MM, LINER EM POLIETILENO DE CADEIAS CRUZADAS (CROSLINKED) PARA COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO REVESTIMENTO MICROPOROSO COM VITAMINA E, RESISTENTE AO DESGASTE E OXIDACAO. SIMETRICO 22,2MM (40/42/44), 28MM (44/46/48); 32MM (48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70), 36MM 52/54/56/58/60/62/64/66/68/70), CABECA FEMORAL EM LIGA CROMO- COBALTO-MOLIBDENIO, CONE 12/14, DIAMETROS DE 22,2MM A 36MM E PARAFUSO PARA COMPONENTE ACETABULAR EM TITANIO 6,5MM DE DIAMETRO DE ROSCA E COMPRIMENTO DE 16MM A 68MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G7

91 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL NAO CIMENTADA COM REVESTIMENTO POROSO, COM EFEITO OSTEOCONDUTOR DE TITANIO PURO. OFFSET MEDIO DE 41 A 50. TAMANHOS VARIADOS, MINIMO DE 8, COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO, REVESTIMENTO MICROPOROSO DE PURO TITANIO, OSTEOCONDUTOR APLICADO A VACUO, 50% DE POROSIDADE MEDIA, ESPESSURA DA PAREDE COM POSSIBILIDADE LINER EM POLIETILENO COM LIGACOES CRUZADAS (CROSLINKED) DE 36MM COM ACETABULOS DE 40MM A 70MM, LINER EM POLIETILENO DE CADEIAS CRUZADAS (CROSLINKED) PARA COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO REVESTIMENTO MICROPOROSO COM VITAMINA E, RESISTENTE AO DESGASTE E OXIDACAO. SIMETRICO 22,2MM (40/42/44), 28MM (44/46/48); 32MM (48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70), 36MM 52/54/56/58/60/62/64/66/68/70), CABECA FEMORAL EM LIGA CROMO- COBALTO-MOLIBDENIO, CONE 12/14, DIAMETROS DE 22,2MM A 36MM E PARAFUSO PARA COMPONENTE ACETABULAR EM TITANIO 6,5MM DE DIAMETRO DE ROSCA E COMPRIMENTO DE 16MM A 68MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G7

92 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMORAL NAO CIMENTADA COM REVESTIMENTO POROSO, COM EFEITO OSTEOCONDUTOR DE TITANIO PURO. OFFSET MEDIO DE 41 A 50. TAMANHOS VARIADOS, MINIMO DE 8, COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO, REVESTIMENTO MICROPOROSO DE PURO TITANIO, OSTEOCONDUTOR APLICADO A VACUO, 50% DE POROSIDADE MEDIA, ESPESSURA DA PAREDE COM POSSIBILIDADE LINER EM POLIETILENO COM LIGACOES CRUZADAS (CROSSLINKED) DE 36MM COM ACETABULOS DE 40MM A 70MM, LINER EM POLIETILENO DE CADEIAS CRUZADAS (CROSSLINKED) PARA COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO REVESTIMENTO MICROPOROSO COM VITAMINA E, RESISTENTE AO DESGASTE E OXIDACAO OU CERAMICA. SIMETRICO 22,2MM (40/42/44), 28MM (44/46/48); 32MM (48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70), 36MM (52/54/56/58/60/62/64/66/68/70), CABECA FEMORAL EM CERAMICA DELTA, DE OXIDO DE ALUMINIO-ZIRCONIA, DE ALTA RESISTENCIA 12/14, DIAMETROS 28MM A 36MM E PARAFUSO PARA COMPONENTE ACETABULAR EM TITANIO 6,5MM DE DIAMETRO DE ROSCA E COMPRIMENTO DE 16MM A 68MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G7

93 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE MODULAR EM TITANIO PARA REVISAO DE QUADRIL, REVESTIMENTO PROXIMAL POROSO, OSTEOCONDUTOR DE TITANIO PURO. ESTABILIDADE ROTACIONAL. OPCOES DE BLOQUEIO DISTAL COM GUIA. MONTAGEM INTRA OU EXTRAOSSEA DOS COMPONENTES DO IMPLANTE. HASTE RETA DIAMETROS 12 A 24 NOS TAMANHOS 200 A 320MM. HASTE CURVA DIAMETROS 12 A 24 NOS TAMANHOS 240MM A 400MM, COMPONENTE PROXIMAL NOS TAMANHOS DE 17, 19 E 21MM, PROFUNDIDADE DE 0, +10, E +20MM, COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO, ATE 7 FUROS PARA FIXACAO COM PARAFUROS E REVESTIMENTO MICROPOROSO DE PURO TITANIO, OSTEOCONDUTOR APLICADO A VACUO, 50% DE POROSIDADE MEDIA, ESPESSURA DA PAREDE COM POSSIBILIDADE LINER EM POLIETILENO COM LIGACOES CRUZADAS (CROSSLINKED) DE 36MM COM ACETABULOS DE 40MM A 70MM, LINER EM POLIETILENO DE CADEIAS CRUZADAS (CROSSLINKED) PARA COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO REVESTIMENTO MICROPOROSO COM VITAMINA E, RESISTENTE AO DESGASTE E OXIDACAO. SIMETRICO 22,2MM (40/42/44), 28MM (44/46/48); 32MM (48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70), 36MM (52/54/56/58/60/62/64/66/68/70), CABECA FEMORAL EM CERAMICA DELTA, DE OXIDO DE ALUMINIO-ZIRCONIA, DE ALTA RESISTENCIA 12/14, DIAMETROS 28MM A 36MM E PARAFUSO PARA CO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G7

94 - PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: KIT DE IRRIGACAO PARA LAVAGEM PULSATIL COM DUAS OPCOES DE VELOCIDADE, OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

Grupo: G7

95 - PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA CABO COM 11 FUROS TRATA-SE DEA MATERIAL, PARA USO EM CIRURGIAS DE ARTROSCOPIAS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G7

96 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: PLACA PARA CABO COM 9 FUROS TRATA-SE DEA MATERIAL, PARA USO EM CIRURGIAS DE ARTROSCOPIAS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G7

97 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: PROTESE NAO CONVENCIONAL PARA REVISAO DE PROTESE TOTAL DO QUADRIL COM O CI MENTO ORTOPEDICO COM ANTIBIOTICO PARA COLOCACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G7

98 - SERINGA ODONTOLOGICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE CIMENTACAO OSSEA, INCLUINDO TUBOS PLASTICOS E PONTAS CANULADAS, APLICACAO: PREPARACAO CIMENTO OSSEO PARA ARTROPLASTIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

Grupo: G7

99 - SERINGA ODONTOLOGICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR EM TITANIO PURO, UTILIZADO COMO COMPONENTE PARCIAL DE UMA PROTESE COXOFEMORAL PARA O TRATAMENTO DO ACETABULO, PARA CASOS DE DOENCAS GRAVES NA ARTICULACAO DO QUADRIL QUE NAO POSSAM SER TRATADAS POR OUTRAS TERAPIAS CONSERVADORAS OU OUTROS TRATAMENTOS CIRURGICOS, TAIS COMO: ARTROSE DEGENERATIVA, ARTRITE REUMATOIDE, FRATURAS DAS ARTICULACOES, NECROSE DA CABECA DO FEMUR, ARTROPLASTIA DA ARTICULACAO COXOFEMORAL MAL SUCEDIDA NA AREA DO ACETABULO, FRATURAS PERIPROTETICAS E SUBPROTETICAS, TRATAMENTO DE GRANDES DEFEITOS OSSEOS. DIAMETROS 52, 58 E 64MM, DIRECAO DIREITA E ESQUERDA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)
Grupo: G7

100 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR EM TITANIO, 48 A 64, PARA CIRURGIAS DE GRANDE PERDA OSSEA, INCLUINDO PARAFUSOS.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 Quantidade Mínima Cotada: 8
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)
Grupo: G7

101 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: CIMENTO OSSEO ORTOPEDICO, COM MEDICAMENTO , ANTIBIOTICO, GENTAMICINA, CIMENTO OSSEO SMARTSET GMV ENDURACE COM GENTAMICINA; CAIXA UNITARIA CONTENDO UM ENVELOPE COM 20G DO COMPONENTE EM PO E UMA AMPOLA COM 9.44G DO COMPONENTE LIQUIDO.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)
Grupo: G8

102 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PAR PROTESE DE QUADRIL - COMPONENTE ACETABULAR NAO CIMENTADO, FIXADO PRESSFIT, COMPOSICAO POROCOAT, POSSUINDO TRES FUROS OU SENDO MULTIFUROS, SISTEMA LINETOLINE, TAMANHOS DE 44MM A 72MM, PODENDO TER ENCAIXE DE CABECAS NOS TAMANHOS DE 28, 32, 36 E 40MM, ACOMPANHADO FRESAS ACETABULARES COMECAONDO DE 38MM A 72 MM, FRESAS COM INCREMENTOS DE UM EM UM, INSTRUMENTAIS PARA CONTROLE DE ANTIVERSAO E RETROVERSAO, ACOMPANHADOS DE INSTRUMENTAIS E TEMPLATES PARA MEDICACAO PRE-OPERATORIA.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 Quantidade Mínima Cotada: 20
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)
Grupo: G8

103 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - CABECA CERAMICA BIOLOX PARA P'ROTESE QUADRIL, ENCAIXE CONE 12/14, VARIANDO NOS TAMANHOS DE 28MM +1,5, +5 E +8,5; 32MM+1, +5,+9 E 36MM + 1,5, +5, +8, + 12 ACOMPANHADOS DE INSTRUMENTAIS DE COLOCACAO.
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)
Grupo: G8

104 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - CABECA METALICA PARA PROTESE QUADRIL ULTRA POLIDA, ENCAIXE CONE 12/14, VARIANDO NOS TAMANHOS DE 22, 225 MM + 4 E + 7; 28 MM + 1,5, +5 E +8,5 + 12 E + 15,5; 32 MM+1, +5, +9 E +13; 36 +1,5, +5, +8,5, +12 E + 15,5, ACOMPANHADOS DE INSTRUMENTAIS DE COLOCACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (16)

Grupo: G8

105 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL -CAGE PARA REFORCO ACETABULAR EM TITANIO PURO ANATOMICO PARA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO, COMPREENDENDO OS TAMANHOS DE 48, 52, 56, 60, 64, 68 E 72MM , DIVERSOS ORIFICIOS ACOMPANHADOS DE INSTRUMENTAIS PARA TESTES NO ATO OPERATORIO QUE FACILITEM O CONTORNO E IMPANTACAO NA FLANGE ILIACA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G8

106 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - COMPONENTE ACETABULAR TRABECULAR NAO CIMENTADO, FIXACAO PRESSFIT, SISTEMA DE PROCESSAMENTO POROCOAT EM TITANIO CP, ACETABULO SEM FUROS, COM TRES FUROS OU SENDO MULTIFUROS, SISTEMA LINETOLINE, TAMANHOS DE 38MM A 72MM, PODENDO TER ENCAIXE DE CABECAS NOS TAMANHOS DE 28, 32, 36MM, ACOMPANHADO DEFRESAS ACETABULARES COMECANDO NO TAMANHO DE 38MM A 72MM, FRESAS COM INCREMENTOS DE UM EM UM, INSTRUMENTAIS PARA CONTROLE DE ANTIVERSAO E RETROVERSAO, ACOMPANHADOS DE INSTRUMENTAIS E TEMPLATES PARA MEDICAO PRE OPERATORIA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G8

107 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - COMPONENTE ACETABULAR TRABECULAR NAO CIMENTADO, SISTEMA DE PROCESSAMENTO POROCOAT EM TITANIO CP, CALCOS TIPO MEIA LUA AUGMENT TAMANHOS DE 50 A 72MM, CALCO CONTRA FORTE TIPO BUTTRES NOS TAMANHOS 56, 62 E 68MM, CALCOS PELVICOS DE 5, 10 E 15MM, ACOMPANHADOS DE INSTRUMENTAIS, TESTES DE TODOS OS CALCOS E FRESAS COM SEUS RESPECTIVOS TAMANHOS, OCORRENDO SUAS MEDICOES NO ATO OPERATORIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G8

108 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - COPA ACETABULAR CIMENTADA, COM FLANGE, POSSUINDO CURVATURA DUPLA, PODENDO IR DE CONCAVO A CONVEXO, RESTRINGINDO FUGA DE CIMENTO, ENCAIXE DE CABECA 28MM .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G8

109 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - HASTE FEMURAL CIMENTADA ULTRA POLIDA, FORMATO TRIPLA CONICO AUTOPOLIDO, UTILIZADA EM PROTESE DE QUADRIL TOTAL E PARCIAL, TAMANHO DE CONE 12/14, ACOMPANHADO DE TEMPLATE INTRA OPERATORIO, OFFSET STANDARD E HIGH OFFSET, TAMANHOS DE 1 A 8, ACOMPANHADOS DE FRESAS INICIAIS RETAS, CENTRALIZADORES DA PROTESE E MEDIDORES DE PLUG, E INSTRUMENTAIS PARA COLOCACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G8

110 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - HASTE FEMURAL REVISAO QUADRIL, POSSUINDO CORPO FIXACAO PROXIMAL TAMANHOS DE 20, 24 E 28MM DE EXCESSURA, COM COMPRIMENTOS DE 75, 85, 95 E 105MM ACOMPANHADOS COM SEUS RESPECTIVOS PARAFUSOS, OFF SET DE 40 E 45MM, CORPO DE FIXACAO DISTAL CONICA E COM RANHURAS VARIANDO NOS TAMANHOS 14MM A 31MM DE EXCESSURA E NOS COMPRIMENTOS DE 140, 190 , 240 E 290MM DE COMPRIMENTO. SISTEMA TOTALMENTE CONTROLADO E TESTADO NO ATO INTRAOPERATORIO ATRAVES DE INSTRUMENTAIS, PERMITINDO FAZER MEDICOES DO CORPO PROXIMAL E DISTAL COM O PROPRIO INSTRUMENTAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G8

111 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - HASTE FEMURAL, NAO CIMENTADA, UTILIZADA EM PROTESE DE QUADRIL TOTAL E PARCIAL, BASE DE FIXACAO PROXIMAL E FIXACAO DISTAL SECUNDARIA, TOTAL REVESTIDA HA, CONE 12/14, OFF SET ANGULACAO DE 135 GRAUS, OPCAO STANDARD E HIGH OFFSET VARIANDO DE TAMANHOS DE ACORDO COM O TAMANHO DA HASTE FEMURAL, TAMANHOS DE NUMERO 6 A TAMANHO NUMERO 20, INCLUINDO INSTRUMENTAIS E TEMPLATE PARA OSTEOTOMIA DO TROCANTER.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G8

112 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - INSERT ACETABULAR EM POLIETILENO HIGH CROSS LINKED, POSSUINDO SEU ENCAIXE LINE TO LINE, INICIANDO NOS TAMANHOS DE 38MM A 72 MM, VARIANDO EM ENCAIXE INSERT NEUTRO E INSERT COM ENCAIXE + 4MM COM LIP DE 10 GRAUS, PODENDO TER ENCAIXE COM CABECAS 22, 28, 32 E 36MM, ACOMPANHADOS DE INSTRUMENTAIS DE COLOCACAO E RETIRADA DO POLI SEM DANOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G8

113 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - INSERT ACETABULAREM POLIETILENO CROSSLINKED, POSSUINDO SEU ENCAIXE LINETOLINE, INICIANDO NOS TAMANHOS DE 38 MM A 72 MM, VARIANDO EM ENCAIXE LINETOLINE, INICIANDO NOS TAMANHOS DE 38MM A 72MM, VARIANDO EM ENCAIXE INSERT NEUTRO E INSERT ENCAIXE +4MM COM LIP DE 10 GRAUS, PODENDO TER ENCAIXE COM 22, 28, 32, 36MM, ACOMPANHADOS DE INSTRUMENTAIS DE COLOCACAO E RETIRADA DO POLI SEM DANOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G8

114 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - INSERT CONSTRITO POLIETILENO DE BAIXO DESGATES, NEUTRO, +4 NEUTRO, +4 COM LIP 10 E 15 GRAUS. COMPREENDENDO OS TAMANHOS PARA ACETABULOS DE 48 MM A 72 MM, COM ENCAIXE PAR CABECAS DE 22, 28, 32, 36 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G8

115 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE DE QUADRIL - PARAFUSO ACETABULAR 6,5MM, CABECA EXAGONAL, AUTOFRESANTE, DIAMETRO DE 6,5MM, TAMANHOS DE 8 MM, 15 MM A 70 MM, APOS TAMANHO DE 15 MM COM INTERVALOS DE 5 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G8

116 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: COMPONENTE PARA PROTESE QUADRIL - INSERT ACETABULAR EM CERAMICA DELTA, POSSUINDO SEU ENCAIXE LINETOLINE, INICIANDO NOS TAMANHOS DE 48MM A 66MM, EM ENCAIXE INSERT CERAMICA NEUTRO, PODENDO TER ENCAIXE COM CABECAS 28, 32 E 36MM, ACOMPANHADOS DE INSTRUMENTAIS DE COLOCACAO E RETIRADA DO POLI SEM DANOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)
Grupo: G8

117 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: KIT CONTENDO HASTE UMERAL UNIVERSAL EM TITANIO INTERCAMBIAVEL POROSO PARA FIXACAO BIOLOGICA OU CIMENTADA NOS DIAMETROS DE 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 E 14MM, E COM 3 OPCOES DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL PARA HEMIARTROPLASTIA, ARTROPLATIA TOTAL CIMENTADA E ARTROPLASTIA REVERSA DO OMBRO, CABECA UMERAL CENTRICA E EXCENTRICA COM COLO, PARA ARTROPLASTIA ANATOMICA DE OMBRO COM DIAMETRO DE 44 A 50 MM E ALTURA DE 16 A 21 MM COMPATIVEL COM HASTE UMERAL UNIVERSAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)
Grupo: G9

118 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: KIT CONTENDO HASTE UMERAL UNIVERSAL EM TITANIO INTERCAMBIAVEL POROSO PARA FIXACAO BIOLOGICA OU CIMENTADA NOS DIAMETROS DE 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 E 14MM, E COM 3 OPCOES DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL PARA HEMIARTROPLASTIA, ARTROPLATIA TOTAL CIMENTADA E ARTROPLASTIA REVERSA DO OMBRO, CABECA UMERAL EXCENTRICA COM COLO, PARA ARTROPLASTIA ANATOMICA DE OMBRO COM DIAMETRO DE 44 A 50 MM E ALTURA DE 16 A 21 MM, CABECA UMERAL CENTRICA COM COLO, PARA ARTROPLASTIA ANATOMICA DIAMETRO DE 40 A 54MM E ALTURA DE 15 A 21 MM COMPATIVEL COM HASTE UMERAL UNIVERSAL, GLENE CIMENTADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PELO MENOS 3 PILARES DE ANCORAGEM E NO MINIMO 3 OPCOES DE TAMANHO, COMPATIVEL COM CABECA UMERAL CENTRICA E EXCENTRICA COM COLO E CIMENTO OSSEO COM VISCOSIDADE PADRAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)
Grupo: G9

119 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: KIT CONTENDO HASTE UMERAL UNIVERSAL EM TITANIO, INTERCAMBIAVEL CIMENTADA E NAO CIMENTADA DIAMETRO DE 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 E 14MM, E COM 3 OPCOES DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL PARA HEMIARTROPLASTIA, ARTROPLASTIA TOTAL CIMENTADA E NAO CIMENTADA E ARTROPLASTIA REVERSA DO OMBRO, INSERT UMERAL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM CAVIDADE PARA EVITAR IMPACTO, COM PELO MENOS 3 OPCOES DE TAMANHO, BANDEJA UMERAL COM PELO MENOS 3 OPCOES DE ALTURA, COMPATIVEL COM GLENOSFERA CENTRICA E EXCENTRICA, COM PELO MENOS DUAS OPCOES DE TAMANHO, BASE DE GLENE (METAL BACK) EM TITANIO POROSO COM FIXACAO COM AO MENOS 4 PARAFUSOS COM E SEM BLOQUEIO, PARA ARTROPLASTIA REVERSA E ANATOMICA DE OMBRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)

120 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMURAL TIPO TFN CURTO E MINI HASTE EM TITANIO COM, ANGULACAO ANATOMICA DE 6 GRAUS, DIAMETRO DISTAL DE 10/11 E 12MM, COLOCACAO DE LAMINA ESPIRAL COM POSSIBILIDADE DE ENXERTIA OSSEA DE 80 A 120MM, PARAFUSO TAPPAO 0 A 10MM, PARAFUSO DE BLOQUEIO 5.0 MM COM TAMANHO DE 26MM A 100MM, MECANISMOS PRE-MONTADO COM BLOQUEIO ANTIROTATORIO DA LAMINA ESPIRAL, BLOQUEIO ESTATICO E DESENHO ANATOMICO PARA ESQUERDO E DIREITO - CAIXA CONTENDO INSTRUMENTAIS PARA COLOCACAO DA HASTE CURTA E MINI, MEDIDOR DE CANAL E DA HASTE, GUIAS DE BROCAS, PROTETORES DE PAREDES MOLES, MANDRIL EM T, BROCA CANULADA, CHAVE HEXAGONAL E STARDRIVE, MARTELO DESLIZANTE, GUIA DE INTRODUCAO DA HASTE COM BRACO DIRECIONAL DE 125, 130 E 135, FRESA CANULADA, IMPACTOR PARA LAMINA ESPIRAL E SISTEMA DE COMPRESSAO INTERFRAGMENTARIA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G10

121 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: HASTE FEMURAL TIPO TFN LONGA EM TITANIO COM DIAMETRO PROXIMAL 235MM, ANGULACAO ANATOMICA DE 6 GRAUS, DIAMETRO DISTAL DE 10/11 E 12MM, LAMINA ESPIRA 80 A 120MM COM POSSIBILIDADE DE ENXERTIA OSSEA, PARAFUSO TAPPAO 0 A 10MM, PARAFUSO DE BLOQUEIO 5.0MM COM TAMANHO DE 26MM A 100MM, MECANISMOS PRE-MONTADO COM BLOQUEIO ANTIROTATORIO DA MAMINA ESPIRAL INTER OPERATORIO, BLOQUEIO ESTATICO E DESENHO ANATOMICO PARA ESQUERDO E DIREITO - CAIXA CONTENDO INSTRUMENTAIS PARA COLOCACAO DA HASTE TFN CURTO E LONGO, MEDIDOR DE CANAL E DA HASTE, GUIAS DE BROCAS, PROTETORES DE PAREDES MOLES, MANDRIL EM T, BROCA CANULADA CALIBRADA, CHAVE STARDRIVE, MARTELO DESLIZANTE, GUIA DE INTRODUCAO DA HASTE COM BRACO DIRECIONAL DE 125, 130 E 135, FRESA CANULADA, IMPACTOR PARA LAMINA ESPIRAL E SISTEMA DE COMPRESSAO INTERFRAGMENTARIA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G10

122 - HASTE INTRAMEDULAR UMERAL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR LFN LONGA 9/10/11 E 12MM, COMPRIMIDO DE 300 A 480MM, PARAFUSO DE BLOQUEIO 5.0 E 6.0, PARAFUSO 6.5MM RECONSTRUCAO DE COLO FEMURAL E PARAFUSO TAPPAO DE 0 A 20MM. HASTE COM ENTRADA EXCLUSIVA LATERAL DE 10 GRAUS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G10

123 - HASTE INTRAMEDULAR UMERAL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR PARA ARTRODESE DA PARTE POSTERIOR DO PE, EM TITANIO COM TAMANHO DE 10-11-12MM DE EXPESSURA E 150-180 E 240MM DE COMPRIMENTO, PARAFUSOS DE BLOQUEIO 5.0 E 6.0 TAMANHOS DE 26 A 100MM ADIADIONADA LAMINA SPIRAL COM TAMANHOS DE 45 A 100MM E PARAFUSO DE TAMPONAMENTO. CAIXA CONTENDO INSTRUMENTAIS PARA COLOCACAO DA HASTE CONTENDO GUIA DA HASTE, GUIAS DE BROCAS, CHAVE STARDRIVE, REGUA MEDIDOR DE HASTE, BROCA DIAMANTADA, GUIA DE INSERCAO PARA TODOS OS BLOQUEIOS, BROCA CALIBRADA, GUIA DE INSERCAO LAMINA ESPIRAL,MARTELO DESLIZANTE E DRILL EM T.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (4)		
Grupo:	G10		
124 - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL			
Descrição Detalhada:	HASTE TIBIAL CANULADA TIPO ETN EM TITANIO 8/9/10/11/12 E 13 MM, COMPRIMENTO DE 255 A 465 MM INCREMENTOS DE 15 MM, PARAFUSO DE BLOQUEIO DE 4.0 E 5.0 MM EM TAN E 5.0 TITANIO DUPLO ROSCA, COM OPCOES DE BLOQUEIO PROXIMAL DE 14/20 E 30 MM E BLOQUEIO DISTAIS DE 5/13/22 E 37 MM, COM BLOQUEIOS PROXIMAIS ESTATICOS E OBLIQUOS EXCLUSIVAS E INOVADORAS PODENDO COMBINAR COM BLOQUEIO PARAFUSO ESPONJOSO, PARAFUSO DE FECHAMENTO 0/5/10 E 15MM. - CAIXA CONTENDO INSTRUMENTAIS PARA COLOCACAO DA HASTE ETN EM TITANIO, CONTENDO GUIAS DE BROCCAS, BROCCAS COM PONTA DIAMANTADA, MANDRIL EM T, PROTETORES DE PARTES MOLES, GUIA DE INSERCAO, MARTELO DESLIZANTE, BRACO DIRECIONAL PARA BLOQUEIO PROXIMAL COM MULTIPLAS OPCOES DE BLOQUEIO, MEDIDOR DE PROFUNDIDADE, BROCCAS CALIBRADAS, GUIA SISTEMA DE DINAMIZACAO DA HASTE ETN.		
Tratamento Diferenciado:	Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (40)		
Grupo:	G10		
125 - PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL			
Descrição Detalhada:	SISTEMA DE HASTE FEMURAL EM TITANIO, OPCAISTAL E DIAFISARIA DO FEMUR, OPCOES DE BLOQUEIO PARAFUSOS 26 MM A 120 MM E LAMINA ESPIRAL 45 MM A 100 MM. HASTES EXPESSURAS 9 MM A 15 MM ESPESSURA E 160 MM A 480 MM, PARAFUSO DE FECHAMENTO 0 MM A 20 MM, ACOMPANHADOS DE INSTRUMENTAIS COM BROCCAS CALIBRADAS, SISTEMA DE DINAMIZACAO INTRA OPERATORIA E GUIAS RADIOTRANSARENTES, BROCCAS CALIBRADAS E FIOS GUIAS PARA INSERCAO.		
Tratamento Diferenciado:	Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (20)		
Grupo:	G10		
126 - PRÓTESE DE QUADRIL			
Descrição Detalhada:	SISTEMA DE HASTE FLEXIVEL EM TITANIO, COM FIXACAO INTRA MEDULAR, TAMANHO 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 E 4.0. ACOMPANHA TODO OS INSTRUMENTOS DE INSERCAO, EXTRACAO, IMPACTACAO E CORTE DA HASTE, NAO MAGNETICO.		
Tratamento Diferenciado:	Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (30)		
Grupo:	G10		

127 - PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: SISTEMA DE HASTE HUMERAL EM TITANIO CANULADA, PARA FRATURAS PROXIMAIS, DIAFISARIAS E OU ASSOCIADAS, COM SISTEMA DE DINAMIZACAO. TAMANHO DE 7, 9 E 11MM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO DE 190 MM E 320 MM, POSSIBILIDADE DE FIXACAO E ESTABILIZACAO ATRAVES DE LAMINA ESPIRAL TAMANHO DE 34MM A 54MM, PARAFUSO DE FECHAMENTO DE 0MM A 15MM, PARAFUSOS DE BLOQUEIO 4,0MM COM INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO.- ;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G10

128 - PRÓTESE DE QUADRIL

Descrição Detalhada: SISTEMA DE HASTE UMERAL EM TITANIO MULTIBLOQUEIO CANULADA, PARAFUSOS BLOQUEADOS 3,5 CORTICAL 4,0 E 4,5 COM FUROS POSSIBILADE DE AMARRIA DA PEQUENA E GRANDE TUBEROSIDADE, CANULADA, PARA FRATURAS PROXIMAIS, DIAFISARIAS E OU ASSOCIADAS , COM SISTEMA DE DINAMIZACAO DE ATE 7CM INTRAOPERATORIO. TAMANHOS DE 7,; 8,5 E 9,5 MM DE DIAMETRO E COMPRIMENTO DE 160MM A 315MM, FIXACAO E ESTABILIZACAO, PARAFUSO DE FECHAMENTO DE 0; 2; 5; 10 E 15MM, PARAFUSOS DE BLOQUEIO 3,5 / 4,0 / 4,5 MM COM INSTRUMENTAL, BROCAS, FIOS GUIAS PARA COLOCACAO DE SISTEMA DE FRESAGEM OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G10

129 - PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL

Descrição Detalhada: SISTEMA DE HASTE UMERAL EM TITANIO MULTIBLOQUEIO CANULADA, PARAFUSOS BLOQUEADOS 3,5 DE CALCAR QUE BLOQUEIAM NO PARAFUSO 4,5 , CORTICAL 4,0 E 4,5 COM FUROS POSSIBILADE DE AMARRIA DA PEQUENA E GRANDE TUBEROSIDADE, CANULADA, PARA FRATURAS PROXIMAIS, DIAFISARIAS E OUI ASSOCIADAS, COM SISTEMA DE DINAMIZACAO DE ATE 7 CM INTRA-OPERATORIO. TAMANHOS DE 7, 8,5 E 9,5MM DE DIAMETRO E COMPRIMENTO DE 160MM A 315MM, FIXACAO E ESTABILIZACAO, PARAFUSO DE FECHAMENTO DE 0, 2 , 5, 10 E 15MM, PARAFUSOS BLOQUEIO 3,5 / 4,0 / 4,5MM COM INSTRUMENTAL, BROCAS , FIOS GUIAS PARA COLOCACAO DE SISTEMA DE FRESAGEM OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G10

130 - HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR FEMUR TITANIO 8, 9 E 10MM DE DIAMETRO E COMPRIMENTO DE 240MM A 480MM, PARAFUSO FIXACAO EM TITANIO DIAMETRO 4,5MM, COMPRIMENTO 20 A 80MM, PARAFUSO FIXACAO EM TITANIO DIAMETRO 6,0MM, COMPRIMENTO 36 A 96MM, PARAFUSO DE COBERTURA EM TITANIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G11

131 - HASTE INTRAMEDULAR UMERAL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR FEMUR TITANIO RETROGRADA BLOQUEADA, DIAMETRO 10, 11 E 12MM, COMPRIMENTO 160MM A 480MM, PARAFUSO FIXACAO EM TITANIO DIAMETRO 4,5MM, COMPRIMENTO 20 A 80MM,PARAFUSO FIXACAO EM TITANIO DIAMETRO 6,0MM, COMPRIMENTO 36 A 116MM, BUCHA COM ROSCA AUTOCORTANTE EM TITANIO COM DIAMETRO DE 4,5 A 6,5MM, PARAFUSO DE COBERTURA EM TITANIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G11

132 - HASTE INTRAMEDULAR UMERAL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR PROXIMAL DO FEMUR EM TITANIO, DIREITA E ESQUERDA, COM ANGULO CERVICODIAFISARIO VARIÁVEL DE 125°,130° E 135°, CURTA E LONGA, ATE 460MM, COM DOIS OU TRES ORIFICIOS DISTAIS, PARAFUSO DESLIZANTE, DIAMETRO 10,5MM, COMPRIMENTO 70 A 120MM, PARAFUSO TIPO FECHAMENTO TUBO, PARAFUSO TIPO CONTRAPINO, TAMANHOS 4 5 A 110MM,PARAFUSO FIXACAO EM TITANIO DIAMETRO 4,5M M, COMPRIMENTO 20 A 80MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G11

133 - HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR TIBIA ACO INOXIDAVEL, ESTRUTURA CANULADA, BLOQUEADA, DIAMETRO 9 A 14MM, COMPRIMENTO 270 A 405 MM, PARAFUSO TRAVAMENTO ACO, DIAMETRO 6,0MM, COMPRIMENTO 36 A 96MM PARA BLOQUEIO PROXIMAL, TIPO AUTOROSCANTE, PARAFUSO TRAVAMENTO ACO, DIAMETRO 5,0, COMPRIMENTO 20 A 80MM, PARAFUSO FIXACAO ACO, DIAMETRO 4,5 X 20MM, PARAFUSO DE COBERTURA UNIVERSAL ACO DE 8MM E 10MM OU DE MELHOR QUALIDADE .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G11

134 - HASTE INTRAMEDULAR UMERAL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR TIBIA TITANIO, MULTIPLOS BLOQUEIOS PROXIMAIS, BLOQUEADA, CANULADA, DIAMETROS 8, 9 E 10MM, COMPRIMENTO 200 A 420MM, PARAFUSO DE COMPRESSAO INTERNA EM TITANIO COM OPCAO DE COMPRESSAO ATE 9MM, PARAFUSO BLOQUEADO EM TITANIO 4,5MM E COMPRIMENTO DE 20 A 80MM, PARAFUSO DE FECHO EM TITANIO 0MM, 5MM E 10MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (35)

Grupo: G11

135 - HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL

Descrição Detalhada: HASTE INTRAMEDULAR Umero TITANIO BLOQUEADA, DIAMETROS 7 A 10MM, COMPRIMENTO 180 A 405MM, PARAFUSO FIXACAO EM TITANIO DIAMETRO 3,5MM, COMPRIMENTO 18 A 60MM, PARAFUSO FIXACAO EM TITANIO DIAMETRO 4,5MM, COMPRIMENTO 22 A 60MM, PARAFUSO DE COBERTURA EM TITANIO MULTIPLOS BLOQUEIOS, 6 X 7 E 6 X 9MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G11

136 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO, MATERIAL ALUMINIO, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE ESTERIL, APLICACAO P/ FALANGE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G12

137 - FIXADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO, MATERIAL ALUMINIO, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE ESTERIL, APLICACAO P/ RADIO E PUNHO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G12

138 - FIXADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO, MATERIAL ALUMINIO, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE ESTERIL, APLICACAO P/ FEMUR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G12

139 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO, MATERIAL ALUMINIO, TIPO USO DESCARTAVEL, ESTERILIDADE ESTERIL, APLICACAO P/ TIBIA E UMERO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G12

140 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO, TIPO DINAMICO, APLICACAO P/ TIBIA E FEMUR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PINA DE SCHANZ 4,5 A 6,5 MM,BARRA (TUBO- TUBO)400MM, COMPONENTES C/CONEXAO BARRA-BARRA, BARRA-PINO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G12

141 - ESPAÇADOR DE TENDÃO

Descrição Detalhada: ESPACADOR DE TENDAO, MATERIAL SILICONE RADIOPACO, FORMATO TUBULAR CILINDRICO, DIAMETRO* CERCA DE 3, TIPO USO* ESTERIL, USO UNICO, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G13

142 - ESPAÇADOR DE TENDÃO

Descrição Detalhada: ESPACADOR DE TENDAO, MATERIAL SILICONE RADIOPACO, FORMATO TUBULAR CILINDRICO, DIAMETRO* CERCA DE 5, TIPO USO* ESTERIL, USO UNICO, APRESENTACAO EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G13

143 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: APARELHO FIXADOR EXTERNO GRANDE INDICADO PARA FEMUR, COM A HASTE RIGIDA RADIOTRANSARENTE EM FIBRA DE CARBONO DE 380MM ASSOCIADA A UMA UNIDADE TRACIONADORA COM SISTEMA DE COMPRESSAO E DISTRACAO PERMITINDO TRANSPORTE E/OU ALONGAMENTO OSSEO, MONTAGEM UNIPLANAR OU BIPLANAR, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXACAO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXACAO EM QUALQUER ANGULACAO. PINOS DE SCHANZ CONICOS E CALIBRADOS, COM PONTA LANCA OU PONTA ROMBA. CHAVE EM "L" E CHAVE FIXA PARA MODULO DE COMPRESSAO. SISTEMA 99. ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G14

144 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: APARELHO FIXADOR EXTERNO GRANDE INDICADO PARA FEMUR, COM A HASTE RIGIDA RADIOTRANSARENTE EM FIBRA DE CARBONO DE 380MM, MONTAGEM UNIPLANAR, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXACAO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXACAO EM QUALQUER ANGULACAO. PINOS DE SCHANZ CONICOS E CALIBRADOS, COM PONTA LANCA OU PONTA ROMBA. CHAVE EM "L", ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

Grupo: G14

145 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: APARELHO FIXADOR EXTERNO INDICADO PARA TIBIA, COM A HASTE RIGIDA RADIOTRANSARENTE EM FIBRA DE CARBONO DE 300MM, ASSOCIADA A UMA UNIDADE TRACIONADORA COM SISTEMA DE COM'PRESSAO E DISTRACAO PERMITINDO TRANSPORTE E/OU ALONGAMENTO OSSEO, MONTAGEM BIPLANAR, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXACAO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXACAO EM QUALQUER ANGULACAO. PINOS DE SCHANZ CONICOS E CALIBRADOS, COM PONTA LANCA OU PONTA ROMBA, CHAVE EM "L" E CHAVE FIXA PARA MODULO DE COMPRESSAO. ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G14

146 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: APARELHO FIXADOR EXTERNO MEDIO INDICADO PARA TIBIA, COM A HASTE RIGIDA RADIOTRANSARENTE EM FIBRA DE CARBONO DE 300MM, MONTAGEM INIPLANAR, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXACAO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXACAO EM QUALQUER ANGULACAO. PINOS DE SCHANZ CONICOS E CALIBRADOS, COM PONTA LANCA OU PONTA ROMBA. CHAVE EM "L", ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (25)
Grupo: G14

147 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: APARELHO FIXADOR EXTERNO RIGIDO PEQUENO INDICADO PARA FRATURAS DE ANTEBRACO, PUNHO E UMERO COM A HASTE RIGIDA EM FIBRA DE CARBONO RADIOTRASPARENTE DE 195MM, MONTAGEM UNIPLANAR, CABECAIS DESLIZANTES EM DURALUMINIO, PLATAFORMAS QUE POSSIBILITAM A FIXACAO LINEAR COM POSICIONAMENTO PARALELO, CONVERGENTE OU DIVERGENTE E/OU CLAMPS CIRCULARES QUE PERMITEM A FIXACAO EM DIVERSAS ANGULACOES. PINOS DE SCHANZ CONICOS E CALIBRADOS, COM PONTA LANCA OU PONTA ROMBA. CHAVE EM "L", ACOMPANHA INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 Quantidade Mínima Cotada: 8
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)
Grupo: G14

148 - FIXADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: FIXADOR EXTERNO GRANDE E MEDIANO QUE PERMITE AJUSTE EM TRES PLANOS, ROTULAS COM MECANISMO DE AJUSTE COM CLIP, CODIGO DE CORES PARA FACIL IDENTIFICACAO, POSSUINDO UMA LINHA DE PRODUTOS COMPLETA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 Quantidade Mínima Cotada: 8
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)
Grupo: G14

149 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO

Descrição Detalhada: RESERVATORIO RENASYS TCH - 300 ML TERAPIA DE FERIDAS POR PRESSAO NEGATIVA - RESERVATORIO COM CAPACIDADE 300 A 500 ML PARA COLETA DE EXSUDATO DE FERIDA, POR DRENAGEM A VACUO, COM GEL GRANULADO, COM FILTRO, CONEXAO DE ENGATE RAPIDO, SEM MEMBRANA, ATOXICO E EPIROGENICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 450 Quantidade Mínima Cotada: 450
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (450)
Grupo: G15

150 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO

Descrição Detalhada: RESERVATORIO RENASYS TCH - 800 ML TERAPIA DE FERIDAS POR PRESSAO NEGATIVA - RESERVATORIO COM CAPACIDADE 800 A 1000 ML PARA COLETA DE EXSUDATO DE FERIDA, POR DRENAGEM A VACUO, COM GEL GRANULADO, COM FILTRO, CONEXAO DE ENGATE RAPIDO, SEM MEMBRANA, ATOXICO E EPIROGENICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 Quantidade Mínima Cotada: 300
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)
Grupo: G15

151 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO

Descrição Detalhada: TERAPIA DE FERIDAS POR PRESSAO NEGATIVA - KIT TERAPIA DE PRESSAO NEGATIVA ULTRA PORTATIL , ESTERIL , USO UNICO , DESCARTAVEL, COMPOSTO DE 1 BOMBA DE PRESSAO CONTINUA DE -80MMHG , 02 CURATIVOS MULTISITE TAMANHO 15 X 20 CM DE QUATRO CAMADAS SENDO A PRIMEIRA DE CONTATO COM A PELE EM SILICONE NAO ADERENTE, CAMADA E DISTRIBUICAO DE PRESSAO POR TODO CURATIVO, CAMADA ABSORVENTE DE POLI ACRILATO COM ABSORCAO DE ATE 350ML , FILME TRANSPARENTE DE ALTA PERMEABILIDADE E 12 TIRAS DE FIXACAO EM POLIURETANO TRANSPARENTE .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G15

152 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO

Descrição Detalhada: TERAPIA DE FERIDAS POR PRESSAO NEGATIVA - KIT TERAPIA DE PRESSAO NEGATIVA ULTRA PORTATIL , ESTERIL , USO UNICO , DESCARTAVEL, COMPOSTO DE 1 BOMBA DE PRESSAO CONTINUA DE -80MMHG , 02 CURATIVOS TAMANHO 10 X 30 CM DE QUATRO CAMADAS SENDO A PRIMEIRA DE CONTATO COM A PELE EM SILICONE NAO ADERENTE, CAMADA E DISTRIBUICAO DE PRESSAO POR TODO CURATIVO, CAMADA ABSORVENTE DE POLI ACRILATO COM ABSORCAO DE ATE 350ML , FILME TRANSPARENTE DE ALTA PERMEABILIDADE E 12 TIRAS DE FIXACAO EM POLIURETANO TRANSPARENTE .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

Grupo: G15

153 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO

Descrição Detalhada: TERAPIA DE FERIDAS POR PRESSAO NEGATIVA - KIT TERAPIA DE PRESSAO NEGATIVA ULTRA PORTATIL , ESTERIL , USO UNICO , DESCARTAVEL, COMPOSTO DE 1 BOMBA DE PRESSAO CONTINUA DE -80MMHG , 02 CURATIVOS TAMANHO 15 X 20 CM DE QUATRO CAMADAS SENDO A PRIMEIRA DE CONTATO COM A PELE EM SILICONE NAO ADERENTE, CAMADA E DISTRIBUICAO DE PRESSAO POR TODO CURATIVO, CAMADA ABSORVENTE DE POLI ACRILATO COM ABSORCAO DE ATE 350ML , FILME TRANSPARENTE DE ALTA PERMEABILIDADE E 12 TIRAS DE FIXACAO EM POLIURETANO TRANSPARENTE .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

Grupo: G15

154 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO

Descrição Detalhada: TERAPIA DE FERIDAS POR PRESSAO NEGATIVA - KIT TERAPIA DE PRESSAO NEGATIVA ULTRA PORTATIL , ESTERIL , USO UNICO , DESCARTAVEL, COMPOSTO DE 1 BOMBA DE PRESSAO CONTINUA DE -80MMHG , 02 CURATIVOS TAMANHO 15 X 30 CM DE QUATRO CAMADAS SENDO A PRIMEIRA DE CONTATO COM A PELE EM SILICONE NAO ADERENTE, CAMADA E DISTRIBUICAO DE PRESSAO POR TODO CURATIVO, CAMADA ABSORVENTE DE POLI ACRILATO COM ABSORCAO DE ATE 350ML , FILME TRANSPARENTE DE ALTA PERMEABILIDADE E 12 TIRAS DE FIXACAO EM POLIURETANO TRANSPARENTE .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)
Grupo: G15

155 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO

Descrição Detalhada: TERAPIA DE FERIDAS POR PRESSAO NEGATIVA - KIT TERAPIA DE PRESSAO NEGATIVA ULTRA PORTATIL , ESTERIL , USO UNICO , DESCARTAVEL, COMPOSTO DE 1 BOMBA DE PRESSAO CONTINUA DE -80MMHG , 02 CURATIVOS TAMANHO 20 X 20 CM DE QUATRO CAMADAS SENDO A PRIMEIRA DE CONTATO COM A PELE EM SILICONE NAO ADERENTE, CAMADA E DISTRIBUICAO DE PRESSAO POR TODO CURATIVO, CAMADA ABSORVENTE DE POLI ACRILATO COM ABSORCAO DE ATE 350ML , FILME TRANSPARENTE DE ALTA PERMEABILIDADE E 12 TIRAS DE FIXACAO EM POLIURETANO TRANSPARENTE .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 Quantidade Mínima Cotada: 150
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)
Grupo: G15

156 - MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO

Descrição Detalhada: TERAPIA DE FERIDAS POR PRESSAO NEGATIVA - KIT TERAPIA DE PRESSAO NEGATIVA ULTRA PORTATIL , ESTERIL , USO UNICO , DESCARTAVEL, COMPOSTO DE UMA BOMBA DE PRESSAO CONTINUA DE -80MMHG , 02 CURATIVOS TAMANHO 20 X 25 CM DE QUATRO CAMADAS SENDO A PRIMEIRA DE CONTATO COM A PELE EM SILICONE NAO ADERENTE, CAMADA E DISTRIBUICAO DE PRESSAO POR TODO CURATIVO, CAMADA ABSORVENTE DE POLI ACRILATO COM ABSORCAO DE ATE 350ML , FILME TRANSPARENTE DE ALTA PERMEABILIDADE E 12 TIRAS DE FIXACAO EM POLIURETANO TRANSPARENTE .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)
Grupo: G15

157 - FILTRO

Descrição Detalhada: SISTEMA DE BLOQUEIO POR RADIOFREQUENCIA - ADESIVO EM TECIDO NAO TECIDO (TNT) COM LINHA RADIOPACA EM TPU E PET. TIPO TELA, DIMENSOES CERCA DE 20 X 15CM. USO: MARCADOR PARA CIRURGIA GIADA POR FLUROSCOPIA. ESTERIL, USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)
Grupo: G16

158 - CATETER

Descrição Detalhada: SISTEMA DE BLOQUEIO POR RADIOFREQUENCIA - AGULHA/CANULA COM PONTA BISELADA 25 GRAU DESTINADA A BLOQUEIO DE LEXOS E NERVOS PERIFERICOS, UTILIZANDO ESTIMULACAO ELETRICA NERVOSA E/OU ULTRASSOM. USO UNICO, ESTERIL. COMPOSICAO DO KIT: PKBN21-06 - COMPOSTO COM 03 UNIDADES DE AGULHA DE BLOQUEIO 21GX140MM; PKBN21-08- COMPOSTO COM 01 UNIDADE DE AGULHA DE BLOQUEIO 21GGX140MM; PKBN22-06 - COMPOSTO COM 03 UNIDADES DE AGULHA DE BLOQUEIO 22GX90MM. TODOS OS KITS INCLUEM AINDA OS SEGUINTE MATERIAIS: 01 CAMPO EXTERNO 80X90 CM; 01 SERINGA LUER LOCK 20ML; 01 SERINGA LUER 10ML; 01 AGULHA 25G, 16MM; 01 AGULHAG, 12MM; 10 GAZES 10X10 CM; 01 FILTRO AZUL; 02 ESPONJA COM CABO; 01 DISPOSITIVO AKUS DE SEGURANCA; 01 OU 03 CURATIVOS PEQUENOS; 01 CAPA PARA PROBE DE ULTRASSOM; 01 BANDEJA PEQUENA 60ML, 72MM X 58MM X18MM; 01 CAMPO EXTERNO FENESTRADO 11CM, COM 5MM DE ADESIVO EM DOIS LADOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

163 - PRÓTESE DE TORNOZELO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: SISTEMA PARA ARTROPLASTIA DO TORNOZELO - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE MOLECULAR PARA PROTESE DE TORNOZELO, COM ANGULACAO CONCAVA E DESENHO GEOMETRICO ANATOMICO CORRESPONDENTE A SUPERFICIE DO TALUS, EM FORMATO TRAPEZOIDAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)

Grupo: G17

164 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: BIOCERAMICA PARA RECONSTRUCAO OSSEA ENXERTO DE HIDROXIAPATITA EM CUNHA BIOABSORVIVEL, DISPONIVEL EM OITO DIMENSOES OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G18

165 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: ENXERTO DE HIDROXIAPATIA EM CUNHA BIOABSORVIVEL, DOSPONIVEL EM OITO DIMENSOES OU MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

Grupo: G18

166 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: HASTE TELESCOPICA PEDIATRICA EM ACO INOXIDAVEL PARA CORRECAO DE DEFORMIDADES DAS EXTREMIDADES POR OSTEOGENESE IMPERFECTA; COMPONENTE MACHO COM ANCORAGEM DISTAL E COMPONENTE FEMEA COM CABECA ROSQUEADA; INCLUI FIO GUIA OU DE MELHOR QUALIDADE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G18

167 - FIXADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO LINEAR EM DURALUMINIO ADULTO, PROMOVE COMPRESSAO-DISTRACAO DO FOCO DE FRATURA, POSSUI KIT PARA PINO ACESSORIO, GERANDO MAIOR FORCA E ESTABILIDADE, CLAMPS RETOS E ESPECIFICOS EM T, PARA TORNOZELO, METAFISARIO, PARA CONVERGENCIA, ANGULADO E DE DUPLO ACOPLAMENTO OU DE MELHOR QUALIDADE. COMPINOS DE SCHANZ DE 6MM COM 6,0-5,0 MM DE ROSCA (CONICO) OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G18

168 - FIXADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO LINEAR TELESCOPICO PARA CORRECAO DE DEFORMIDADE EM VALGO/VARO E ANTECURVO/RETROCURVO DA TIBIA,POR HEMICALOTASE NA TECNICA DE OSTEOTOMIA DE ABERTURA GRADUAL. POSSUI CORPO AUTOCENTRANTE E INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO OU DE MELHOR QUALIDADE. POSSUI KIT PARA PINO ACESSORIO, GERANDO MAIOR FORCA E ESTABILIDADE, CLAMPSRETOS E ESPECIFICOS EM T, PARA TORNOZELO, METAFISARIO,PARA CONVERGENCIA, ANGULADO E DE DUPLO ACOPLAMENTO. COM PINOS DE SCHANZ DE 6MM COM 6,0-5,0MM DE ROSCA (CONICO) OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G18

169 - FIXADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO MONOLATERAL TIPO TRILHO ADULTO EM LIGA DE ALUMINIO PARA CORRECAO DE DEFORMIDADES ATRAVES DE ALONGAMENTO, TRANSPORTE OSSEO E CORRECOES ANGULARES; POSSUI TRILHO EM ALUMINIO DE 100 A 250MM DE COMPRIMENTO, COM CABECAS EM ALUMINIO INTERCAMBIAVEIS ESPECIFICOS SENDO; CLAMP RETO, EM T; GIRATORIO; EM T OFGARCHES; DE DINAMIZACAO EM ANEL; ACOPLAMENTO COM ARTICULACAO ESFERICA, ACOPLAMENTO EM DOBRADICA, COM PINOS DE SCHANZ DE 6MM COM 6,0-5,0MM DE ROSCA (CONICO) OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

Grupo: G18

170 - FIXADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO MONOLATERAL TIPO TRILHO PEDIATRICO EM LIGA DE ALUMINIO PARA CORRECAO DE DEFORMIDADES ATRAVES DE ALONGAMENTO, TRANSPORTE OSSEO E CORRECOES ANGULARES; POSSUI TRILHO EM ALUMINIO DE 100 A 250MM DE COMPRIMENTO, COM CABECAS EM ALUMINIO INTERCAMBIAVEIS ESPECIFICOS SENDO; CLAMP RETO, EM T; GIRATORIO; EM T OFGARCHES; DE DINAMIZACAO EM ANEL; ACOPLAMENTO COM ARTICULACAO ESFERICA, ACOPLAMENTO EM DOBRADICA, COM PINOS DE SCHANZ DE 6MM COM 6,0-5,0MM DE ROSCA (CONICO) OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (3)
Grupo: G18

171 - FIXADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE FIXADOR EXTERNO TIPO LINEAR PARA FRATURAS DO COTOVELO COM DOBRADICA RADIOLUCENTE QUE PERMITE FACIL IDENTIFICACAO DO CENTRO DE ROTACAO DO COTOVELO, FLEXAO-EXTENSAO (ATE 175º) E DISTRACAO MICROMETRICA (15MM) DA ARTICULACAO; CONTEM DISTRATOR PARA COTOVELO, UNIDADE DE MOBILIDADE CONTROLADA DO COTOVELO, BARRA DE FIBRA DE CARBONO DE 9 X 150MM E 12 X 200MM, CLAMPS MULTIPINOS. COM PINOS DE SCHANZ DE 6MM COM 6,0-5,0MM DE ROSCA (CONICO) OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)
Grupo: G18

172 - FIXADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT DE MINIFIXADOR EXTERNO TIPO MINITRILHO, ALONGADORES COMPOSTOS DE TRILHO EM TRES TAMANHOS E DOIS CARRINHOS PARA COLOCACAO DE PINOS, INDICADO PARA O ALONGAMENTO DE PEQUENOS OSSOS COMO METACARPO, METATARSO, CALCANEIO, ANTEBRACO DE CRIANCAS E ARTRODESES, COM VERSAO TRILHO EM DOBRADICA, INCLUI CLAMPE EM "T" PERIARTICULAR.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)
Grupo: G18

173 - FIXADOR EXTERNO

Descrição Detalhada: KIT FIXADOR EXTERNO HIBRIDO COMPOSTO POR COMPONENTE COM CORPO LINEAR EM DURALUMINIO (CORPO EM TRILHO OU TELESCOPICO) PARA TRATAMENTO DE FRATURAS SUPRACONDILEANAS DE FEMUR, DE PLATO TIBIAL E DE PILAO COMINUTIVAS; E COMPONENTE ANEL/SEMIANEL, COM CONEXAO ENTRE ESTES COMPONENTES, ARTICULADO; MONTAGEM RAPIDA, ALTA FORCA E ESTABILIDADE ASSEGURADO COM A COLOCACAO DE DUAS BARRAS DE APOIO ENTRE O ANEL/SEMIANEL E O CORPO TRILHO/TELESCOPICO, ANEL DE FIBRA DE CARBONA 1/3 - 2/3 COM CABECAIS DIVERSOS OU DE MELHOR QUALIDADE TIPO PINO DE SEGURANCA DOIS FUROS E CABECAIS DE TRANSLACAO, TRES FUROS DESLIZANTES PARA FIOS DE KIRSCHNER; POSICIONAMENTO VERSATIL DE FIOS EM VARIOS NIVEIS, COM FACILIDADE DE REDUCCAO APOS MONTAGEM. COM POSSIBILIDADE DE USO DE FIO LISO/OLIVADO E COM PINOS DE SCHANZ DE 6MM COM 6,0-5,0MM DE ROSCA (CONICO) OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)
Grupo: G18

174 - PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: PINO DE SCHANZ DE 6MM COM 6,0 - 5,0 MM DE ROSCA (CONICO), COMPRIMENTOS DE 120-260 MM E 30-90MM DE COMPRIMENTO DE ROSCA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)
Grupo: G18

175 - PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO

Descrição Detalhada: PINOS DE SCHANZ DE 6 MM COM 6,0-5,0MM DE ROSCA (CONICO), COM RECOBRIMENTO DE HIDROXIAPATITA COMPRIMENTOS DE 120-260MM E 30- 90MM DE COMPRIMENTO DE ROSCA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G18

176 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUMA VERTEBRAL

Descrição Detalhada: PLACA PEDIATRICA EM TITANIO, FOMATO DE OITO, IMPLANTADA NA EPIFISE DE CRIANCAS PARA CORRIGIR DEFORMIDADES AXIAIS DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. O SEU USO VIABILIZA A CORRECAO DE DEFORMIDADES SEM A NECESSIDADE DO USO DE GESSO, FISIOTERAPIA OU OSTEOTOMIA. FUNCIONA COMO UMA BANDA DE TENSÃO, SEM INVADIR A FISE OU INIBIR O CRESCIMENTO; FIOS E PARAFUSOS CANULADO INCLUIDOS. INCLUI INSTRUMENTAL PARA COLOCACAO OU DE MELHOR QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G18

177 - CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA

Descrição Detalhada: CAGE CERVICAL ANTERIOR EM PEEK COM MARCADORES EM TITANIO, AUTOBLOQUEADO ATRAVES DE PARAFUSOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (78)

Grupo: G19

178 - CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA

Descrição Detalhada: CAGE LOMBAR ANTERIOR PARAFUSO ALIF EM PEEK COM MARCADORES EM TITANIO, AUTOBLOQUEADO ATRAVES DE PARAFUSOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (78)

Grupo: G19

179 - CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA

Descrição Detalhada: CAGE LOMBAR LATERAL PARAFUSO XLIF PARA ACESSO LATERAL EM PEEK COM MARCADORES EM TITANIO, AUTOBLOQUEADO ATRAVES DE PARAFUSOS .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (78)

Grupo: G19

180 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL

Descrição Detalhada: KIT DESCATAVEL ESTERIL CONTENDO SHIMS/BAYONETA/CABO DE LUZ/FIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (78)

Grupo: G19

181 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL

Descrição Detalhada: PARAFUSO EM TITANIO PARA BLOQUEIO DE CAGE CERVICAL PARAFUSADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126 **Quantidade Mínima Cotada:** 126

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (126)

Grupo: G19

182 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL

Descrição Detalhada: PARAFUSO EM TITANIO PARA BLOQUEIO DE CAGE LOMBAR ANTERIOR ALIF

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (78)

Grupo: G19

183 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL

Descrição Detalhada: PARAFUSO EM TITANIO PARA BLOQUEIO DE CAGE LOMBAR LATERAL XLIF

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126 **Quantidade Mínima Cotada:** 126

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (126)

Grupo: G19

184 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: ARRUELA SEXTAVADA EM TITANIO TAMANHO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	74	Quantidade Mínima Cotada:	74
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (74)
Grupo: G20

185 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: BLOQUEADOR EM TITANIO COM PARTE INTERNA SEXTAVADA, TAMANHO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	74	Quantidade Mínima Cotada:	74
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (74)
Grupo: G20

186 - CLAMP INSTRUMENTAL

Descrição Detalhada: CLAMP OU ELEMENTO TENSOR ENTRE A PLACA ESTABILIZADORA E OS PARAFUSOS ANTERIORES. TAMANHO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	124	Quantidade Mínima Cotada:	124
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (124)
Grupo: G20

187 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE SEGURANCA ALINHADO AO PARAFUSO POLIAXIAL COMPRIMENTO 30 A 50MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	37	Quantidade Mínima Cotada:	37
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (37)
Grupo: G20

188 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PARAFUSO EM ESPIRAL DE TITANIO INDICADO PRINCIPALMENTE PARA OSSOS OSTEOPOR OTICOS, AUTOROSQUEANTE COM COMPRIMENTO DE 26 A 38MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	74	Quantidade Mínima Cotada:	74
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (74)
Grupo: G20

189 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PARAFUSO POLIAXIAL 20° DE ANGULACAO AUTORSQUEANTE, CANULADO EM TITANIO CO MPRIMENTO DE 30 A 50MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (37)

Grupo: G20

190 - CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA

Descrição Detalhada: PLACA DE FIXACAO ANTERIOR DA COLUNA TORACO-LOMBAR EM TITANIO 45 A 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (37)

Grupo: G20

191 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: ADAPTADOR COMPATIVEL COM BARRA CERVICAL EM TITANIO DE DIAMETRO 3,2MM, COM CONEXAO PARA BARRA DE TITANIO DE DIAMENTRO 5,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (37)

Grupo: G21

192 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: BARRA EM TITANIO PARA FIXACAO DA COLUNA CERVICAL VIA POSTERIOR DIAMETRO 3,2MM COM COMPRIMENTO DE 120 OU 240MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74 **Quantidade Mínima Cotada:** 74

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (74)

Grupo: G21

193 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: CONECTOR LATERAL 10MM EM TITANIO, PARA PARAFUSO MULTIAXIAL CERVICAL, COMPATIVEL COM BARRA DE TITANIO DIAMETRO 3,2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (37)

Grupo: G21

194 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: GANCHO CERVICAL FORAMINAL OU LAMINAR EM TITANIO COM CURVATURA DE 12,18 OU 24 GRAUS E PLUG ROSQUEAVEL DE 6MMDE DIAMETRO PARA FIXACAO, COMPATIVES COM BARRA DE TITANIO DE 3,2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (37)

Grupo: G21

195 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: GANCHO OCCIPITAL EM TITANIO, COM PLUG DE TRAVAMENTO HEXAGONAL, COMPATIVEL COM PLACA OCCIPITAL CONJUGADA COM BARRA CERVICAL PRE-CURVADA EM TITANIO DIAMETRO 3,2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (18)

Grupo: G21

196 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PARAFUSO PARA FIXACAO OCCIPITO-CERVICAL EM TITANIO, DIAMETRO 3,5 OU 4,0MM, COM COMPRIMENTO DE 06 A 14MM, COMPATIVEL COM PLACA OCCIPITAL CONJUGADA COM BARRA CERVICAL PRE-CURVADA EM TITANIO DIAMETRO 3,2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (64)

Grupo: G21

197 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PARAFUSO UNICORTICAL EM TITANIO, COM ENCAIXE ESPECIAL PARA RESPECTIVO DISPOSITIVO CONVERGENTE EM TITANIO, AUTO ATARRACHANTE COM 3,5MM DE DIAMETRO COMPRIMENTO 13MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (52)

Grupo: G21

198 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PLACA OCCIPITAL CONJUGADA COM BARRA CERVICAL PRE-CURVADA EM TITANIO DIAMETRO 3,2MM, COM COMPRIMENTO DE 100 A 200M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (24)

Grupo: G21

199 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: SISTEMA DE CONEXAO TRANSVERSAL EM TITANIO, COMPOSTO POR BARRA E DOIS CONECTORES, COMPATIVEL COM BARRA DE TITANIO DIAMETRO 3,2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (37)

Grupo: G21

200 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: ESPACADOR INTERVERTEBRAL CERVICAL 4 A 7MM DE DIAMETRO E 14/16MM DE LARGURA, RECOBERTO DE PLASMAPORE COM 5° DE LORDOSE, FIXADORES SUPERIORES E INFERIORES E ANEL INTERNO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (74)

Grupo: G22

201 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PARAFUSO ABC COM TRAVA EXPANSORA MONOCORTICAL ALMA POROSA, AUTOROSQUEANTE 10 A 18 MM DE COMPRIMENTO EM TITANIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (108)

Grupo: G22

202 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL

Descrição Detalhada: PLACA DE FIXACAO CERVICAL ABC POR VIA ANTERIOR COM LORDOSE ANATOMICA VARIAS POSSIBILIDADES DE INSERCAO DO PARAFUSO - SISTEMA DINAMICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (74)

Grupo: G22

203 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL

Descrição Detalhada: BARRA FIXADORA EM TITANIO CDH COM 5,5MM DE DIAMETRO, COM EXTREMIDADE HEXAGONAIS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	36	Quantidade Mínima Cotada:	36
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)
Grupo: G23

204 - CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA

Descrição Detalhada: CAGE IMPLANTAVEL LOMBO SACRAL, VIA UNILATERAL MINIMAMENTE INVASIVO TILIF, CONFECCIONADO EM PEEK, TAMANHO 26X08MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	84	Quantidade Mínima Cotada:	84
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (84)
Grupo: G23

205 - CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA

Descrição Detalhada: HASTE DE FIXACAO COM EXTREMIDADE INTRODUTORA PARA SISTEMA SEXTANT OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	36	Quantidade Mínima Cotada:	36
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)
Grupo: G23

206 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PARAFUSO MULTIAXIAL PEDICULAR DE BAIXO PERFIL EM TITANIO COM SISTEMA DE PLUG UNICO DE ANGULO REVERSO PARA BLOQUEIO, TAMANHO 5,5 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	264	Quantidade Mínima Cotada:	264
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (264)
Grupo: G23

207 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PARAFUSO PEDICULAR PERCUTANEO MINIMAMENTE INVASIVO COM PONTA CONICA DE TITANIO CDH DE BAIXO PERFIL E BAIXO VOLUME ,MULTIAXIAL, 6,5 X 30,35,40,45, 50MM PARA INTRODUCAO COM SISTEMA SEXTANT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	264	Quantidade Mínima Cotada:	264
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (264)
Grupo: G23

208 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PLUG BLOQUEADOR ROSQUEAVEL CDH PARA SISTEMA SEXTANT OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	264	Quantidade Mínima Cotada:	264
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (264)
Grupo: G23

209 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PLUG ROSQUEAVEL EM TITANIO CDH COM 8MM DE DIAMETRO DE BAIXO PERFIL PARA FIXAÇÃO INSTANTANEA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	264	Quantidade Mínima Cotada:	264
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (264)
Grupo: G23

210 - ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO

Descrição Detalhada: BARRA DE CONEXÃO EM TITANIO COM DUPLO DIAMETRO 3,5/5,5MM PARA ATENDER A JUNÇÃO CERVICO TORACICA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	94	Quantidade Mínima Cotada:	94
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (94)
Grupo: G24

211 - ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO

Descrição Detalhada: BARRA DE CONEXÃO RETA COM POSSIBILIDADE DE MODELAGEM, EM TITANIO DE 30 A 240MM DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	94	Quantidade Mínima Cotada:	94
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (94)
Grupo: G24

212 - ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO

Descrição Detalhada: CONECTOR TRANSVERSAL COM SISTEMA QUE PROPORCIONA A DISTRIBUIÇÃO SIMILAR DAS FORÇAS BIOMECÂNICAS COMPARÁVEL AOS PARAFUSOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	94	Quantidade Mínima Cotada:	94
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (94)
Grupo: G24

218 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PARAFUSO ESPONJOSO C1 POLIAXIAL 40°, CONICO, EM TITANIO, ROSQUEADO APENAS NO TERCO DISTAL, 4,0MM DE DIAMETRO, DE 24 A 42MM DE COMPRIMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (47)

Grupo: G24

219 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PLACA OCCIPTAL EM TITANIO, COM POSSIBILIDADE DE 4 OU 5 FUROS, CABECAS POLIAXIAIS, ESTABILIZAÇAO NA LINHA MEDIA E POSSIBILIDADE DE MODELAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (47)

Grupo: G24

220 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: PORCA EM TITANIO COM SEXTAVADO INTERNO PARA PARAFUSO DE 3,5 E 4,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (48)

Grupo: G24

221 - CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE CORTE OSSEO E TECIDUAL PARA CAVIDADE PROFUNDA DA COLUNA PERMITINDO ACESSO INTERLAMINAR / TRANSFORMINAL /EXTREMO LATERAL E ESTENOSE DE CANAL ARTICULADO COM EIXO CARDAN VARIÁVEL, DESEJÁVEL MEDIDA APROXIMADO DE 4MM DE DIAMETRO COM APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTERIL..

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86 **Quantidade Mínima Cotada:** 86

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (86)

Grupo: G25

222 - CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE CORTE OSSEO E TECIDUAL PARA CAVIDADE PROFUNDA DA COLUNA PERMITINDO ACESSO INTERLAMINAR / TRANSFORMINAL / EXTREMO LATERAL E ESTENOSE DE CANAL ARTICULADO COM PROTECAO FRONTAL E DESEJAVEL MEDIDA APROXIMADAMENTE 350MM DE COMPRIMENTO E 4MM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM INDIVIDUSL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	86	Quantidade Mínima Cotada:	86
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (86)

Grupo: G25

223 - CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE CORTE OSSEO E TECIDUAL PARA CAVIDADE PROFUNDA DA COLUNA PERMITINDO ACESSO INTERLAMINAR / TRANSFORMINAL / EXTREMO LATERAL E ESTENOSE DE CANAL ARTICULADO COM PROTECAO LATERAL E DESEJAVEL MEDIDA APROXIMADAMENTE 350MM DE COMPRIMENTO E 4MM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM INDIVIDUSL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	86	Quantidade Mínima Cotada:	86
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (86)

Grupo: G25

224 - CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE CORTE OSSEO E TECIDUAL PARA CAVIDADE PROFUNDA DA COLUNA PERMITINDO ACESSO INTERLAMINAR / TRANSFORMINAL / EXTREMO LATERAL E ESTENOSE DE CANAL, SEM PROTECAO DIAMANTADA E DESEJAVEL MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 350MM DE COMPRIMENTO E 4MM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM INDIVIDUSL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	86	Quantidade Mínima Cotada:	86
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (86)

Grupo: G25

225 - SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR

Descrição Detalhada: ESPACADOR TRANSFORAMINAL EM PEEK COM FORMATO ANATOMINCO E ORIFICIO INTERNO PARA COLOCACAO DE ENXERTO AUTOLOGO OU HETEROLOGO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	94	Quantidade Mínima Cotada:	94
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE 0,00	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (94)

Grupo: G26

231 - AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO

Descrição Detalhada: BROCA CORTANTE PARA REGULARIZAR BORDOS E FACILITAR ACESSOS DIFÍCIS COMPATÍVEL COM MOTOR PNEUMÁTICO 95000RPM HILAN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (95)

Grupo: G27

232 - AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO

Descrição Detalhada: BROCA RECOBERTA DE DIAMANTE PARA UMA DRILAGEM SEGURA COMPATÍVEL COM MOTOR PNEUMÁTICO DE 95000RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (95)

Grupo: G27

233 - PRÓTESE DE OMBRO IMPLANTÁVEL

Descrição Detalhada: SISTEMA DE ARTROPLASTIA DE OMBRO. BASE METÁLICA DA GLENOIDE (METAGLENA), COM FIXAÇÃO BIOLÓGICA ATRAVÉS DE AO MENOS 4 (QUATRO) ORIFÍCIOS PARA A COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS PERIFÉRICOS, ASSOCIADO AO PINO CENTRAL DE 15 A 25 MM QUE PERMITA TAMBÉM A ENXERTIA ÓSSEA, INDICADO TAMBÉM PARA REVISÕES DE ARTROPLASTIA REVERSA DO OMBRO, OU DE MELHOR QUALIDADE. PARAFUSOS, CORTICAL E/OU DE TRAVAMENTO, PARA FIXAÇÃO DA BASE METÁLICA DA GLENOIDE (METAGLENA), COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 4,0 MILÍMETROS E COMPRIMENTO DE 18 A 46MM, MEDIDAS APROXIMADAS. GLENÓSFERA, METÁLICA, PARA ARTROPLASTIA REVERSA DO OMBRO, COM FIXAÇÃO COM UM PARAFUSO DE TRAVAMENTO PARA COMPRESSÃO A BASE METÁLICA COM PELO MENOS DOIS TAMANHOS DIFERENTES. COMPONENTE UMERAL UNIVERSAL, METÁLICO, PARA ARTROPLASTIA ANATÔMICA OU REVERSA DO OMBRO, E TAMBÉM PARA TRATAMENTO DE FRATURAS, COM ORIFÍCIOS PARA REINserção DAS TUBEROSIDADES E ENXERTIA ÓSSEA, TIPO MONOBLOCO, QUE POSSIBILITE SUA COLOCAÇÃO COM OU SEM CIMENTAÇÃO, EM AO MENOS 4 (QUATRO) DIÂMETROS E AO MENOS DOIS COMPRIMENTOS, SENDO UM PADRÃO E O OUTRO DE REVISÃO. EPIFISE, METÁLICA, MODULAR, PARA CONEXÃO AO COMPONENTE UMERAL UNIVERSAL DA ARTROPLASTIA REVERSA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

234 - MATERIAL ESPECIAL NEUROCIRURGIA

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE DISCECTOMIA DE COLUNA VIA ENDOSCÓPICA. A MICRODISCECTOMIA É O PADRÃO ATUAL DE EXCELÊNCIA PARA HÉRNIAS DE DISCO. O PROCEDIMENTO POR VIA ENDOSCÓPICA JÁ EXISTE POR 25 ANOS E OFERECE MUITOS BENEFÍCIOS: PROTEÇÃO DOS SISTEMAS VENOSOS, EPIDURAL E NEURAL E MENOS EDEMA CRÔNICO; PREVENÇÃO DE HEMORRAGIA EPIDURAL, REDUZINDO A FORMAÇÃO DE ADERÊNCIA CICATRICIAL; MENOS INFECÇÕES DEVIDO À MENOR EXPOSIÇÃO DE TECIDOS; EVITA A RESSECAÇÃO DA FACETA E PREVIENE O DESENVOLVIMENTO DE INSTABILIDADE POS-CIRÚRGICA. O PROCEDIMENTO SE DÁ POR ANESTESIA LOCAL E SEDAÇÃO, PERMITINDO A RESPOSTA DO PACIENTE DURANTE O ATO E PODENDO SER REALIZADO EM PACIENTES COM PATOLOGIAS SUBJACENTES. ISSO TRADUZ MAIOR RAPIDEZ NA RECUPERAÇÃO E NO INÍCIO DA TERAPIA FÍSICA E REABILITAÇÃO. É COMPOSTO DE KIT FLEX SURGI-MAX PLUS PARA DISCECTOMIA E / OU FORAMINOTOMIA LOMBAR VIA ENDOSCÓPICA COM BOMBA DIGITAL DE CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO, SHAVER PARA PARTES MOLES E TECIDO ÓSSEO, INSTRUMENTAIS DE ACESSO, BROCAS MANUAIS, TREFINAS E KERISSON VIA ENDOSCÓPICA DE 3,5 E 4,0 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (76)

235 - CATETER

Descrição Detalhada: AGULHA PARA PUNCAO ESPINHAL EM EMBALAGEM ESTERIL E INDIVIDUAL COM APROXIMADAMENTO 18 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (600)

236 - CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA

Descrição Detalhada: CAGE LOMBAR EM PEEK COM LAMINAS DUPLAS PARA ALIF, COM SISTEMA INDEPENDENTE DE BLOQUEIO DAS LAMINAS, MANTENDO A ALTURA ENTRE OS CORPOS VERTEBRAIS E PRESERVANDO AS ESTRUTURAS LIGMENTAR E ARTICULAR COM ANGULACAO DE 4°.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (62)

237 - CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA

Descrição Detalhada: CAGE LOMBAR PARA ACESSO LATERAL EM PEEK COM MARCADORES EM TITANIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (78)

238 - CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA

Descrição Detalhada: CAGE TRANSFORAMINAL JULIET TL NA FORMA ANGULADA E LORDOTICA (4 GRAUS) QUE PERMITE UMA FACIL INSERCAO E UMA PERFEITA ADAPTACAO A ANATOMIA. POSSUI DUAS FENDAS LATERAIS QUE PROMOVEM UMA MELHOR DISTRIBUICAO DE CARGA CRIANDO UM EFEITO "DINAMICO" ENTRE O DISPOSITIVO E O ENXERTO, ACELERANDO ASSIM A FUNCAO OSSEA. RESPEITANDO ASSIM AS PREMISSAS DA LEI DE WOLFF.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (45)

239 - CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRURGICO PARA TRANSPLANTE OSTEOCONDRALE COLETOR E INTRODUTOR DE ENXERTO, COM BROCA, GUIA, EMBOLO, TROCARTE, ESTERIL E DESCARTAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

240 - AGULHA ANESTÉSICA

Descrição Detalhada: CONJUNTO PARA MONITORIZACAO NEUROFISIOLOGICA INTRAOPERATORIA COMPOSTO DOS SEGUITENTES ITENS: 26 AGULHAS MONO, 20 AGULHAS DUPLAS, 12 AGULHAS DE ROSCA, 01 CANETA DE ESTIMULACAO DE NERVOS CRANIANOS, 01 PAR DE FONES DE OUVIDO, 01 ELETRODO PARA TUBOS OROTRAQUEAL, 01 CANETA PARA ESTIMULACAO DE PARAFUSO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (84)

241 - VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO DE IRRIGACAO CONTINUA PARA CONTROLE AUTOMATICO DE FLUXO, POSSIBILITANDO LIBERACAO GRADUAL DE SOLUCAO FISILOGIA DE MANEIRA CONTROLADA, ATRAVES DE BOMBA INFUSORA, COM APRESENTACAO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTERIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (78)

242 - CANETA USO MÉDICO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO INTERLAMINAR EM PEEK COM FITA DE POLYESTER E ANEIS DE TITANIO PARA ARTROPLASTIA DA COLUNA TORACO-LOMBAR TAMANHO 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (52)

243 - CANETA USO MÉDICO

Descrição Detalhada: ELETRODO DE CAUTERIZACAO, FLEXIVEL ARTICULADO DIRIGIVEL E DESCATAVEL PARA COAGULACAO DE VASOS E TECIDOS (HEMASTIA) POR RADIOFREQUENCIA QUE PERMITA ALTERACAO DE FREQUENCIA, COM APROXIMADAMENTE 4 MHZ DE ALTA E BAIXA IN LOCO POR MANIPULACAO DE PEDAL, COM APRESENTACAO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTERIL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (78)

244 - ENXERTO ÓSSEO

Descrição Detalhada: ENXERTO GRANULADO EM CUBOS 100% SINTETICO, ABSORVIVEL, DE TRICALCIO DE FOSFATO PARA ARTRODESE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

245 - ESPAÇADOR

Descrição Detalhada: ESPACADOR DINAMICO INTERVERTEBRAL CERVICAL DE BRYAN, PARA TRATAMENTO SEM FUSAO DA DOENCA DEGENERATIVA ESTAVEL EM DISCO CERVICAL, PERMITINDO A CONTINUIDADE DE MOVIMENTO NO NIVEL TRATADO., COM 14MM DE DIAMETRO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (36)

246 - ESPAÇADOR USO MÉDICO

Descrição Detalhada: ESPACADOR INTERSOMATICO EM PEEK EM ALIF DE ACESSO PLIF, COM MARCADORES RADIOPACOS EM TANTALUM. NAS ALTURAS DE: 7MM, 8MM, 9MM, 10MM, 12MM, 14MM. COMPRIMENTO DE 20MM E ANGULACOES 0° E 5°, PODENDO VARIAR A LARGURA DE 22MM, 26MM, 32MM E 38MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (62)

247 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIO DE KIRSHINER E STEIMAN, PARA FIXACAO DE OSTEOSSINTESE, TAMANHOS VARIANDO DE 0.8 MM, 1.0MM , 1.25 MM, 1.6 MM, 2.0 MM, 2.5 MM, 3.0 MM, 3.5 MM, 4.0 MM, 4.5 MM, 5.0 MM, 5.5 MM E 6.0 MM ACO NAO MAGNETICO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1000)

248 - SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO

Descrição Detalhada: FIOS DE ACO PARA CERCLAGEM COM 0,6/0,8/1,0/1,2/1,5MM - FIO ORTOPEDICO, MATERIAL ACO, PARA FIXACAO OSSEA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (300)

249 - CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: KIT CANULA PARA DISSECTOMIA QUE UTILIZA SORO FISIOLÓGICO APROXIMADAMENTE 960 KM/H PARA REMOVER COMPLETAMENTE NÚCLEO E CURETAR A PLACA TERMINAL SIMULTANEAMENTE PREPARANDO PARA TLIF (KIT CANULA SPINEJET MR 0)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (106)

250 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: KIT DESCARTAVEL PARA CIFOPLSTIA COMPOSTO DE 02 (DUAS) AGULHAS GUIAS PARA OSSO, 01 (UM) MISTURADOR DE CIMENTO, 20G DE CIMENTO, 01 (UMA) SERINGA EXPANSORA, 01 (UMA) CURETA COM PONTA DE 8 MM, 05 (CINCO) CANULAS PARA PREENCHIMENTO DE CIMENTO, 01 (UMA) AGULHA PARA BIOPSIA, 02 (DOIS) BALOES INFLAVEIS 15/3 COM ANOMETRODIGITAL E CAPACIDADE DE ATE 400 PSI E 01 (UM) SISTEMA PARA INTRODUCAO OSSEA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (57)

251 - IMPLANTE CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: KIT PARA PROCEDIMENTO FUSAO LOMBAR COM NAVEGACAO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

252 - CATETER P/ INTERVENÇÃO

Descrição Detalhada: MALHA CIRURGICA IMPLANTAVEL, PATCH INORGANICO EM TECIDO DE POLIETILENO TEREFTALATO (POLYESTER), MONOFILAMENTADO (WOVEN) COM POROSIDADE, ESPESSURA, RESISTENCIA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL DEFINIDAS; 10 X 10CM. O DIAMETRO DOS MONOFILAMENTOS E CONTROLADO, BEM COMO, A ABERTURA DA TRAMA E A SUPERFICIE PARA GARANTIR A CONSISTENCIA DE DIFERENTES LOTES. A MALHA ATUA COMO UM ENXERTO REPARADOR EM LOCAIS ONDE LESOES INCIDIRAM E NECESSITAM PREENCHIMENTO PARA RECOMPOSICAO DA AREA LESADA EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, TAIS COMO NEUROLOGICO, CARDIACO E VASCULAR, GASTROINTESTINAL E ONCOLOGICO. ESTA INDICADO AQUELES EM QUE REPAROS CIRURGICOS SAO NECESSARIOS PARA RECOMPOR VAOS, MININGES E FASCIAS. ASSIM, ESTA INDICADA EM REPAROS DE HERNIAS, EVENTRACOES E CIRURGIAS NEUROLOGICAS COMO SUBSTITUTO DE DURA MATER, ARTERIOPLASTIAS E CORRECOES ENDOVENTRICULARES. BLISTERS DUPLOS DE ENVELOPE GRAU CIRURGICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (75)

253 - CATETER P/ INTERVENÇÃO

Descrição Detalhada: MALHA PARA TRACAO E DISTRIBUICAO DE FORCA ENTRE OS DEDOS QUE POSSIBILITA O POSICIOSAMENTO DO PACIENTE DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO DE PUNHO E CONTOVELO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

254 - CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: PINÇA ANTIADERENTE PARA COAGULACAO BIPOLAR EM BIONETA
DESCARTAVEL DE ALTA RESISTENCIA COM ENCAIXE EUROPEU NON STICK. PINÇA ANTIADERENTE PARA
COAGULACAO BIPOLAR EM BIONETA
DESCARTAVEL DE ALTA RESISTENCIA COM ENCAIXE EUROPEU NON STICK.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

255 - ESPAÇADOR USO MÉDICO

Descrição Detalhada: SISTEMA DE ESTABILIZACAO LOMBAR COM NUCLEO EM PEEK, VARIAVEL, COM PLATO QUE PERMITA ANGULACAO
MULTIAXIAL DE 15 GRAUS, COM PINO DE FIXACAO, COMPATIVEL COM APLICADORES UNICOS PARA COMPRESSAO
SIMULTANEA, TAMANHO 14 MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (45)

256 - PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS

Descrição Detalhada: SISTEMA DE RECONSTRUCAO LIGAMENTAR, CONTENDO 01 EQUIPO PARA
BOMBA DE INFUSAO DE ALTO FLUXO E DE CIRCULACAO ASSISTIDA; 01 LAMINAS DE SHAVER DE ACO INOXIDAVEL,
DESCATAVEL 4,5 / 5,5 OU DE MELHOR QUALIDADE ; 01 PLACA DE FIXACAO FEMORAL ATRAVES DE PLACA DE
TITANO, CUJO O IMPLANTE SE AJUSTE A QUALQUER TAMANHO DE TUNEL ATRAVES DO ENCURTAMENTO
REGULAVEL DO MESMO E QUE PERMITA TENSIONAMENTO RESIDUAL APOS FIXACAO, OU DE MELHOR QUALIDADE;
01 SISTEMA DE PARAFUSO DE INTERFERENCIA ABSORVIVEL PLGA, BIOCOMPOSTO, TAMANHOS DE 6, 7, 8, 9, 10, 11
E 12MM DE ESPESSURA 23, 28, E 35 MM DE COMPRIMENTO, USO UNICO. OU DE MELHOR QUALIDADE; E KIT DE
FIOSGUIA DESCATAVEL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (80)

257 - ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA

Descrição Detalhada: SISTEMA DE SUTURA E REPARO MENISCAL, DIAMETRO DE 18MM OU MENOR
DIAMETRO, COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE, OPCOES DE AGULHA NAS ANGULACOES DE 0 ATE 24 GRAUS,
IMPLANTE EM PEEK OU SUPERIOR, COM FIOS DE ALTA RESISTENCIA, DESCARTAVEL, APRESENTANDO NO
INSTRUMENTAL EMPURRADOR/CORTADOR DE NO OU DE MELHOR
QUALIDADE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (150)

258 - MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA

Descrição Detalhada: SISTEMA PARA VERTEBROPLASTIA DESCARTAVEL - POSSUI EM SUA CANULA DUAS SAIDAS, SENDO UMA LATERAL E UMA FRONTAL PERMITINDO AO CIRURGIAO O DIRECIONAMENTO DO CIMENTO OSSEO COM MAIOR SEGURANCA. FORNECIMENTO EM DUPLA ESTERILIZACAO, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO (ETO), EMBALADO EM CARTUCHO PERSONALIZADO, ROTULADO, DE USO UNICO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (52)

259 - ESPAÇADOR DE TENDÃO

Descrição Detalhada: TUBO, TIPO TELA TRANCADA ACIDO POLIGLICOLICO ABSORVIVEL, TIPO USO ESTERIL, DIAMETRO 2,3, COMPRIMENTO 40. TRATA-SE DE MATERIAL ESPECIAL, USADO EM CIRURGIAS RECONSTRUTORAS DE GRANDES PERDAS DE NERVOS E TENDÕES USADAS EM CIRURGIAS DE MÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	CABO BISTURI	25	UNIDADE 0,00
2	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
3	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
4	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
5	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
6	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
7	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	200	UNIDADE 0,00
8	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	150	UNIDADE 0,00
9	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	150	UNIDADE 0,00
10	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	200	UNIDADE 0,00
11	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
12	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
13	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
14	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
15	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
16	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	300	UNIDADE 0,00
17	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	100	UNIDADE 0,00
18	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	100	UNIDADE 0,00
19	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	15	UNIDADE 0,00
20	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
21	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
22	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	5	UNIDADE 0,00
23	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
24	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	10	UNIDADE 0,00
25	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	250	UNIDADE 0,00
26	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
27	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
28	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	20	UNIDADE 0,00
29	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	24	UNIDADE 0,00
30	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	15	UNIDADE 0,00
31	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	12	UNIDADE 0,00
32	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	12	UNIDADE 0,00
33	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	80	UNIDADE 0,00

34	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	70	UNIDADE 0,00
35	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	25	UNIDADE 0,00
36	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	40	UNIDADE 0,00
37	ÓRTESE EXTERNA PARA MEMBRO INFERIOR - NÃO IMPLANTÁVEL	6	UNIDADE 0,00

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	PARAFUSO DE INTERFERENCIA	10	UNIDADE 0,00
39	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	50	UNIDADE 0,00
40	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	150	UNIDADE 0,00
41	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO	250	UNIDADE 0,00
42	FIO DE SUTURA AGULHADO	100	UNIDADE 0,00
43	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	150	UNIDADE 0,00
44	PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA	15	UNIDADE 0,00
45	PARAFUSO ÓSSEO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	150	UNIDADE 0,00
46	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	50	UNIDADE 0,00

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
47	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	50	UNIDADE 0,00
48	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	150	UNIDADE 0,00
49	TROCARTE	150	UNIDADE 0,00
50	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	100	UNIDADE 0,00
51	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	200	UNIDADE 0,00
52	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	80	UNIDADE 0,00
53	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	100	UNIDADE 0,00
54	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	150	UNIDADE 0,00
55	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	100	UNIDADE 0,00
56	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	30	UNIDADE 0,00
57	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	200	UNIDADE 0,00

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
58	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	10	UNIDADE 0,00
59	MATERIAL PARA ÓRTESE ORTOPÉDICA	10	UNIDADE 0,00
60	CANETA USO MÉDICO	10	UNIDADE 0,00
61	TROCARTE	21	UNIDADE 0,00
62	HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL	10	UNIDADE 0,00
63	FIO GUIA	10	UNIDADE 0,00
64	LÂMINA SHAVER	21	UNIDADE 0,00
65	LÂMINA SHAVER	21	UNIDADE 0,00
66	LÂMINA SHAVER	21	UNIDADE 0,00
67	LÂMINA SHAVER	21	UNIDADE 0,00
68	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	21	UNIDADE 0,00
69	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	21	UNIDADE 0,00
70	ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA	21	UNIDADE 0,00
71	BROCA CIRÚRGICA	50	UNIDADE 0,00
72	BROCA CIRÚRGICA	20	UNIDADE 0,00

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
73	ENXERTO ÓSSEO	56	UNIDADE 0,00
74	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	10	UNIDADE 0,00
75	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	10	UNIDADE 0,00
76	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
77	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	25	UNIDADE 0,00
78	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	50	UNIDADE 0,00
79	IMPLANTE PARA ARTROPLASTIA DE MÃO	20	UNIDADE 0,00
80	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	20	UNIDADE 0,00

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
81	MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA	40	UNIDADE 0,00
82	PRÓTESE DE JOELHO	40	UNIDADE 0,00

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
83	PRÓTESE DE QUADRIL	24	UNIDADE 0,00
84	PRÓTESE DE QUADRIL	10	UNIDADE 0,00
85	PRÓTESE DE QUADRIL	100	UNIDADE 0,00
86	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	20	UNIDADE 0,00
87	FIO ORTOPÉDICO IMPLANTÁVEL	20	UNIDADE 0,00
88	CIMENTO ORTOPÉDICO	50	UNIDADE 0,00
89	CIMENTO ORTOPÉDICO	50	UNIDADE 0,00
90	PRÓTESE DE QUADRIL	20	UNIDADE 0,00
91	PRÓTESE DE QUADRIL	20	UNIDADE 0,00
92	PRÓTESE DE QUADRIL	20	UNIDADE 0,00
93	PRÓTESE DE QUADRIL	8	UNIDADE 0,00
94	PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	120	UNIDADE 0,00
95	PLACA ORTOPÉDICA P/ MINI E MICRO FRAGMENTOS	8	UNIDADE 0,00
96	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	8	UNIDADE 0,00
97	PRÓTESE DE QUADRIL	8	UNIDADE 0,00
98	SERINGA ODONTOLÓGICA	25	UNIDADE 0,00
99	SERINGA ODONTOLÓGICA	8	UNIDADE 0,00
100	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	8	UNIDADE 0,00

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
101	PRÓTESE DE QUADRIL	50	UNIDADE 0,00
102	PRÓTESE DE QUADRIL	20	UNIDADE 0,00
103	PRÓTESE DE QUADRIL	10	UNIDADE 0,00
104	PRÓTESE DE QUADRIL	16	UNIDADE 0,00
105	PRÓTESE DE QUADRIL	6	UNIDADE 0,00
106	PRÓTESE DE QUADRIL	6	UNIDADE 0,00
107	PRÓTESE DE QUADRIL	6	UNIDADE 0,00
108	PRÓTESE DE QUADRIL	6	UNIDADE 0,00
109	PRÓTESE DE QUADRIL	6	UNIDADE 0,00
110	PRÓTESE DE QUADRIL	6	UNIDADE 0,00
111	PRÓTESE DE QUADRIL	15	UNIDADE 0,00
112	PRÓTESE DE QUADRIL	10	UNIDADE 0,00
113	PRÓTESE DE QUADRIL	10	UNIDADE 0,00
114	PRÓTESE DE QUADRIL	6	UNIDADE 0,00
115	PRÓTESE DE QUADRIL	60	UNIDADE 0,00
116	PRÓTESE DE QUADRIL	6	UNIDADE 0,00

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
117	PRÓTESE DE QUADRIL	8	UNIDADE 0,00
118	PRÓTESE DE QUADRIL	15	UNIDADE 0,00
119	PRÓTESE DE QUADRIL	25	UNIDADE 0,00

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
120	PRÓTESE DE QUADRIL	50	UNIDADE 0,00
121	PRÓTESE DE QUADRIL	50	UNIDADE 0,00
122	HASTE INTRAMEDULAR UMERAL	20	UNIDADE 0,00
123	HASTE INTRAMEDULAR UMERAL	4	UNIDADE 0,00
124	HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL	40	UNIDADE 0,00
125	PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	20	UNIDADE 0,00
126	PRÓTESE DE QUADRIL	30	UNIDADE 0,00
127	PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	12	UNIDADE 0,00
128	PRÓTESE DE QUADRIL	15	UNIDADE 0,00
129	PRÓTESE ARTROPLASTIA NÃO CONVENCIONAL	12	UNIDADE 0,00

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
130	HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL	15	UNIDADE 0,00
131	HASTE INTRAMEDULAR UMERAL	10	UNIDADE 0,00
132	HASTE INTRAMEDULAR UMERAL	60	UNIDADE 0,00

133	HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL	10	UNIDADE 0,00
134	HASTE INTRAMEDULAR UMERAL	35	UNIDADE 0,00
135	HASTE INTRAMEDULAR FEMORAL	15	UNIDADE 0,00

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
136	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPEDICO EXTERNO	8	UNIDADE 0,00
137	FIXADOR EXTERNO	8	UNIDADE 0,00
138	FIXADOR EXTERNO	20	UNIDADE 0,00
139	PLACA ORTOPÉDICA - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS	30	UNIDADE 0,00
140	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	20	UNIDADE 0,00

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
141	ESPAÇADOR DE TENDÃO	15	UNIDADE 0,00
142	ESPAÇADOR DE TENDÃO	10	UNIDADE 0,00

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
143	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPEDICO EXTERNO	10	UNIDADE 0,00
144	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	8	UNIDADE 0,00
145	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	15	UNIDADE 0,00
146	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	25	UNIDADE 0,00
147	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	8	UNIDADE 0,00
148	FIXADOR EXTERNO	8	UNIDADE 0,00

Grupo 15			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
149	MATERIAL P/ TERAPIA PRESSAO SUBATMOSFERICA - VACUO	450	UNIDADE 0,00
150	MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO	300	UNIDADE 0,00
151	MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO	150	UNIDADE 0,00
152	MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO	150	UNIDADE 0,00
153	MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO	200	UNIDADE 0,00
154	MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO	150	UNIDADE 0,00
155	MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO	150	UNIDADE 0,00
156	MATERIAL P/ TERAPIA PRESSÃO SUBATMOSFÉRICA - VÁCUO	200	UNIDADE 0,00

Grupo 16			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
157	FILTRO	200	UNIDADE 0,00
158	CATETER	200	UNIDADE 0,00
159	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	200	UNIDADE 0,00
160	ELETRODO BISTURI ELÉTRICO	200	UNIDADE 0,00

Grupo 17			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
161	PRÓTESE DE TORNOZELO IMPLANTÁVEL	4	UNIDADE 0,00
162	PRÓTESE DE TORNOZELO IMPLANTÁVEL	4	UNIDADE 0,00
163	PRÓTESE DE TORNOZELO IMPLANTÁVEL	4	UNIDADE 0,00

Grupo 18			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
164	ENXERTO ÓSSEO	10	UNIDADE 0,00
165	ENXERTO ÓSSEO	12	UNIDADE 0,00
166	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO	5	UNIDADE 0,00
167	FIXADOR EXTERNO	5	UNIDADE 0,00
168	FIXADOR EXTERNO	5	UNIDADE 0,00
169	FIXADOR EXTERNO	6	UNIDADE 0,00
170	FIXADOR EXTERNO	3	UNIDADE 0,00
171	FIXADOR EXTERNO	2	UNIDADE 0,00
172	FIXADOR EXTERNO	2	UNIDADE 0,00
173	FIXADOR EXTERNO	5	UNIDADE 0,00
174	PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO	30	UNIDADE 0,00
175	PINO IMPLANTÁVEL ORTOPÉDICO	30	UNIDADE 0,00

176	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL	10	UNIDADE 0,00
-----	----------------------------------	----	--------------

Grupo 19			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
177	CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA	78	UNIDADE 0,00
178	CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA	78	UNIDADE 0,00
179	CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA	78	UNIDADE 0,00
180	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL	78	UNIDADE 0,00
181	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL	126	UNIDADE 0,00
182	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL	78	UNIDADE 0,00
183	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL	126	UNIDADE 0,00

Grupo 20			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
184	SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPEDICO EXTERNO	74	UNIDADE 0,00
185	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	74	UNIDADE 0,00
186	CLAMP INSTRUMENTAL	124	UNIDADE 0,00
187	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	37	UNIDADE 0,00
188	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	74	UNIDADE 0,00
189	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	37	UNIDADE 0,00
190	CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA	37	UNIDADE 0,00

Grupo 21			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
191	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	37	UNIDADE 0,00
192	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	74	UNIDADE 0,00
193	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	37	UNIDADE 0,00
194	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	37	UNIDADE 0,00
195	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	18	UNIDADE 0,00
196	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	64	UNIDADE 0,00
197	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	52	UNIDADE 0,00
198	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	24	UNIDADE 0,00
199	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	37	UNIDADE 0,00

Grupo 22			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
200	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	74	UNIDADE 0,00
201	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	108	UNIDADE 0,00
202	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL	74	UNIDADE 0,00

Grupo 23			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
203	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL	36	UNIDADE 0,00
204	CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA	84	UNIDADE 0,00
205	CAGE - DISPOSITIVO PARA FUSÃO INTERSOMÁTICA	36	UNIDADE 0,00
206	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	264	UNIDADE 0,00
207	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	264	UNIDADE 0,00
208	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	264	UNIDADE 0,00
209	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	264	UNIDADE 0,00

Grupo 24			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
210	ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO	94	UNIDADE 0,00
211	ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO	94	UNIDADE 0,00
212	ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO	94	UNIDADE 0,00
213	ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO	47	UNIDADE 0,00
214	ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO MÉDICO	47	UNIDADE 0,00
215	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	47	UNIDADE 0,00
216	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	94	UNIDADE 0,00
217	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	94	UNIDADE 0,00
218	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	47	UNIDADE 0,00
219	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	47	UNIDADE 0,00
220	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	48	UNIDADE 0,00

Grupo 25			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
221	CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRURGICO	86	UNIDADE 0,00
222	CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	86	UNIDADE 0,00
223	CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	86	UNIDADE 0,00
224	CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	86	UNIDADE 0,00

Grupo 26			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
225	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	94	UNIDADE 0,00
226	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	94	UNIDADE 0,00
227	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	288	UNIDADE 0,00
228	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL VIA POSTERIOR	288	UNIDADE 0,00
229	SISTEMA FIXAÇÃO COLUNA VERTEBRAL	264	UNIDADE 0,00
230	AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO	288	UNIDADE 0,00

Grupo 27			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
231	AFASTADOR CIRURGICO AUTOESTATICO	95	UNIDADE 0,00
232	AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO	95	UNIDADE 0,00