



MARINHA DO BRASIL

CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR

PARECER TÉCNICO

Assunto: Dispensa sem disputa – Sensores de Temperatura

1. PROPÓSITO

Aquisição de Sensores de temperatura de superfície do tipo PT 100, faixa de temperatura de medição: +30 °C a +120 °C; pressão máxima: 2 atm; conexão ao processo: fixação por abraçadeira ou mola de tração; diâmetro da bainha: 6 mm; dimensões máximas da placa de contato: 60 mm x 45 mm., aplicação: medição de temperatura de superfície cilíndrica, conforme DETEC nº 201/24/2023.

2. ANÁLISE

Segue análise referente ao item ofertado pelo fornecedor ECIL PRODUTOS E SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE LTDA, referente à dispensa sem disputa, cujo objetivo é a aquisição de sensores de temperatura:

ITEM	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1	ECIL PRODUTOS E SISTEMAS DE MEDIÇÃO E CONTROLE LTDA	Atende

Ademais, o valor ofertado condizem com o preço praticado no mercado, conforme pesquisa de preços demonstrada no Mapa Comparativo de Preços em anexo.

3. CONCLUSÃO

Assim, o requisitante do item é favorável à presente contratação em observância aos requisitos técnicos.

Iperó, SP, na data da assinatura.



Documento assinado digitalmente
WAGNER MACIEL CASTILHO
Data: 05/12/2023 15:36:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EA WAGNER MACIEL CASTILHO
Encarregado da Seção de Salvaguarda Nuclear
Departamento de Operação do LEI