[LOGOTIPO DA EMPRESA]

ANEXO III

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS CONSOLIDADA

PREGÃO ELETRÔNICO XXXX/2026

1. Razão Social da Empresa:
2. CNPJ Nº
3. Endereço:
4. Telefone:
5. E-mail:
6. Representante Legal da Empresa (Identidade e CPF):

ITEM	MATERIAL /DESCRIÇÃO	UN	MODELO CÓDIGO	Nº DA ANVISA	DESCRITIVO	FABRICANTE LEGAL	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR POR EXTENSO
1	Aquisição de Aparelho Arco Cirúrgico para realizar cirurgia geral, vasculares, implantação de marca passo e ortopedia que possua gerador microprocessado com inversor de alta frequência (40kHz) e com potência de no mínimo 2kW. Faixa de tensão para radiografia de 40kV a 110kV ou maior. Com movimento vertical motorizado igual ou maior a 40 cm, movimento orbital de no mínimo 115º ou superior, angulação total de pelo menos 380º ou superior, distância da fonte ao detector de imagem de no mínimo 98 cm e profundidade de no mínimo 65 cm, espaço livre de no mínimo 80cm. Com Detector de imagem de, no mínimo, 20x20cm ou maior, com pelo 14 bits A/D ou maior e matriz mínima de 1004x1004 ou maior. Dois campos adicionais com matriz mínima de 1004x1004 pixels ou maior; Duplo monitor com no mínimo 19 polegadas com resolução de 1.280x1.024 pixels ou monitor único de 27"ou maior com matriz mínima 1920 X 1080, ângulo de visão de 178°. Composto de uma única unidade, arco em C, monitores e seus periféricos todos na mesma unidade.Tubo de raio X com anodo estacionário e ponto focal único igual ou menor que 0,6 mm. Colimação sem emissões de radiação. Capacidade térmica do anodo de, no mínimo, 80 kHU ou maior e com capacidade de resfriamento de no mínimo 45kHU/min. Fluoroscopia continua e pulsada com, no mínimo, 40 a 110 kV ou maior e corrente mínimo de 10 mA ou maior, com 20 pulsos/s ou maior. Modo Radiografia com, no mínimo, 40 a 110 kV ou maior e corrente de 20 mA ou maior. Manter a última imagem na tela, zoom digital, multi-display com exibição de várias imagens na tela, anotações sobre a tela, ferramentas para realização de medidas de distância e ângulo. Possuir protocolo DICOM 3.0: Print (impressão), Storage (armazenamento) e Worklist (lista de trabalho). Capacidade para armazenar de no mínimo, 100.00 mil imagens em disco rígido. Filtro de redução de ruído, rotação de imagens sem a necessidade de se emitir radiação durante a rotação. Garantia integral de 1 ano. Instalação sob responsabilidade do fornecedor. Registro do produto junto a ANVISA.]	2								

7. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de obra a serem empregados, vale transporte, vale alimentação, seguros e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto do edital e seus anexos.

8. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do edital.

9. Declaramos que temos ciência das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição;

10. Validade da proposta:
11. Prazo de pagamento: Conforme Edital.
12. Banco: _____/ Agência: _____C/c: _____

Local e data

Assinatura do Representante Legal da Empresa
Cargo
Razão Social da Empresa
Identidade e CPF