

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2026-000

1 - Itens da Licitação**1 - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico**

Descrição Detalhada: Manutenção preditiva, preventiva e corretiva na Câmara Hiperbárica; Manutenção preditiva, preventiva e corretiva no Painele de controle; Manutenção Mensal de todo Sistema Hiperbárico com a substituição de peças e/ou melhorias com emissão de relatórios técnicos referentes aos serviços realizados e/ou sugestões de melhorias de acordo com as necessidades do Cliente; Manutenção preditiva, preventiva e corretiva Compressor de ar Schulz modelo SRP 3030 parafuso, potência 30 Hp; Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de 03 vasos de pressão, P.M.T.A 10.34 bar; Manutenção preditiva, preventiva e corretiva de Secador de ar comprimido - SCHULZ modelo SRS 130.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 340.200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

2 - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Fornecimento e aplicação de peças /acessórios, genuínos do respectivo fabricante, sob demanda.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 135.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

3 - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático do reservatório de AR/ÓLEO do compressor SRP 3030 a cada 5 (cinco) anos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.150,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

4 - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático no casco do separador de condensado SCS 1000 a cada 5 (cinco) anos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.750,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

5 - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Teste Hidrostático no casco do reservatório de água SCS 1000 a cada 5 (cinco) anos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.050,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

6 - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Teste no sistema anti-incêndio anualmente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

7 - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Teste de ultra-som da espessura dos cascos dos separadores e do reservatório de água mod.SCS 1000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

8 - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Calibração dos manômetros; válvulas de segurança e profundímetros anualmente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

9 - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Calibração do analisador de CO2 modelo BUDDY CO2 anualmente.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

10 - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Teste de Estanqueidade a cada 2(dois) anos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 77.550,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

11 - Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Teste hidrostático do casco da câmara hiperbárica A-240 a cada 5 anos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico	1	UNIDADE
2	Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico	1	UNIDADE
3	Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico	1	UNIDADE
4	Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico	1	UNIDADE
5	Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico	1	UNIDADE
6	Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico	1	UNIDADE

7	Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico	1	UNIDADE
8	Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico	1	UNIDADE
9	Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico	1	UNIDADE
10	Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico	1	UNIDADE
11	Manutenção e Reparo nos componentes de Equipamento - Uso Médico	1	UNIDADE