

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Refrator			
Descrição Detalhada: Refrator Tipo: Autorefrator Com Ceratômetro, Componentes: Fx Esfera -25 A +22d, Diâmetro Pupila Mínimo 2mm, Outros Componentes: Modo Curvatura Córnea, Raio Curvatura Córnea, Composição: Índice Refração 1,3375, Refração Córnea 0,12/0, 25d, Características Adicionais: Astigmatismo Córnea, Ângulo Axial De Astg. Córnea			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23.800,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4)			

2 - Coluna oftalmológica pantográfica			
Descrição Detalhada: Coluna Oftalmológica Pantográfica Material Gabinete: Metálico, Material Base Sustentação: Ferro, Tipo Luminária: Direcional Articulada Com Braço Pantográfico, Pannel Controle: Subida / Descida Cadeira, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: 2 Bandejas Auxiliares			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15.450,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)			

3 - Refrator			
Descrição Detalhada: Refrator Tipo: Greens, Componentes: Lentes Esféricas 0-19,75dpt, Passos 0,25 E 0,12dpt, Outros Componentes: Hipermetropia, Astigmatismo, Foria, Exoforia, Composição: Cilindroforia 0 A 30°, Oclutor, Filtros, Características Adicionais: Lentes E Vareta Para Leitura De Perto			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7.345,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)			

4 - Lâmpada fenda			
Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Aplicação: Serviço De Oftalmologia, Características Adicionais: 3 Aumentos Inclinação; Paralelo, Tensão Nominal: 110 V, Potência Nominal: 150 W, Zoom Óptico: Aumento Total 10x/16x/25x Ocultar 12,5x, Cor Filtros: Verde E Azul, Ângulo Da Fenda: 0° A 180°			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20.900,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)			

5 - Lensômetro

Descrição Detalhada: Lensômetro Oftalmologia Tipo Medição: Escala De +/-25d E Cilíndrico +/- 10d, Tipo Eixo: Eixo Cilíndrico 0° A 180°, Tipo Lente: Para Lentes Diâmetro De 30 A 100mm, Tipo Tela: Tela De Cristal Líquido, Tipo Impressora: Impressora Térmica Interna Compatível, Tensão Alimentação: 110/220 Ac V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.430,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

6 - Tonômetro

Descrição Detalhada: Tonômetro Modelo: Goldman, Tipo Base: Base Fixa Na Lâmpada De Fenda, Tipo Ajuste: Fx Medição 0 A 80mmhg, Precisão 0,5 mmhg, Acessórios: Estojo Com 10 Prismas E Calibrador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

7 - Sistema para teste de acuidade visual

Descrição Detalhada: Sistema Para Teste De Acuidade Visual Caracteres: Optotipos Snellen, Letras, Números, Desenhos, Etdr, Outros Componentes: C De Landolt, Luz Worth, Verde-Vermelho, Ishihara, Tipo Tela: Lcd Mínimo De 19", Distância Focal: Distância De Trabalho 3 A 6m, Acessórios: Controle Remoto, Controle: Controle Variável De Contraste, Alimentação: 110/220v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.075,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)