

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Endoprótese luminal			
Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Esofágica , Modelo: Autoexpansível , Material Estrutura: Nitinol , Revestimento: Revestido Parcialmente C/ Silicone , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração , Diâmetro: Corpo Cerca De 20 MM, Comprimento: De 8 A 15 CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.319,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	32
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (16)		

2 - Endoprótese luminal			
Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Duodenal , Modelo: Autoexpansível , Material Estrutura: Aço Inoxidável E Nitinol , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração , Diâmetro: Corpo Cerca De 22 MM, Comprimento: De 6 A 12 CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.267,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	48
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (24)		

3 - Medidor			
Descrição Detalhada: Medidor Uso Médico Tipo: De Profundidade , Tipo Medição: P/ Estoma De Gastostomia			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	183,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (5)		

4 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica			
Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agulha: Aço Inoxidável, Dimensão Agulha: Cerca De 23 G X 5 Mm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Material Cateter: Cateter Em Ptfе, Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	332	Quantidade Mínima Cotada:	332
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	73,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	664
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Rio de Janeiro/RJ (332)		

5 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agulha: Aço Inoxidável, Dimensão Agulha: Cerca De 21 G X 5 Mm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Material Cateter: Cateter Em Pffe, Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 496

Quantidade Mínima Cotada: 496

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 992

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (496)

6 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado, Diâmetro Ponta: Cerca De 30MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4980

Quantidade Mínima Cotada: 4980

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (4980)

7 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Hexagonal, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado, Diâmetro Ponta: Cerca De 30MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (74)

8 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Plástico Resistente, Comprimento: 63CM, Largura: 45CM, Altura: 40CM, Transmittância: Transparente, Características Adicionais: Tampa E Travas, Tipo: Caixa Organizadora, Capacidade: 78L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

9 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Tipo Cápsula Endoscópica Deglutível, Diagnóstica, Componentes: P/ Tgi Superior, Outros Componentes: Micro Câmera, Fonte De Luz, À Bateria, Características Adicionais: Sistema S/ Fio Transmissor De Imagem, Tipo: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

10 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Tipo Cápsula Endoscópica Deglutível, Diagnóstica, Componentes: P/ Tgi Superior, Outros Componentes: Micro Câmera, Fonte De Luz, À Bateria, Características Adicionais: Sistema S/ Fio Transmissor De Imagem, Tipo: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

11 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Tipo Cápsula Endoscópica Deglutível, Diagnóstica, Componentes: P/ Tgi Superior, Outros Componentes: Micro Câmera, Fonte De Luz, À Bateria, Características Adicionais: Sistema S/ Fio Transmissor De Imagem, Tipo: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

12 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Tipo Cápsula Endoscópica Deglutível, Diagnóstica, Componentes: P/ Tgi Superior, Outros Componentes: Micro Câmera, Fonte De Luz, À Bateria, Características Adicionais: Sistema S/ Fio Transmissor De Imagem, Tipo: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (6)

13 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Para Acalásia, Material: Polímero, Dimensão Balão: 30 A 40 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 5MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 100CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: C/ 3 Marcas Radiopacas, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,047", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.058,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (39)

14 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 2MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 240CM, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (500)

15 - Material especial p/ endoscopia

Descrição Detalhada: Material Especial P/ Endoscopia Aplicação: P/ Enteroscopia, Uso Em Endoscópio Flexível, Material: Polímero, Tipo 1: Sobretubo Tipo Overtube, Adicionais: C/ Vedação P/ Insuflação, Dimensões: P/ Canal Cerca De 3,2 Mm X 25CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.475,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (33)

16 - Balão

Descrição Detalhada: Balão Uso Médico Material: Borracha, Tamanho: 1,5cm Extensão, Características Adicionais: Orifício Entrada Único, Aplicação: Ecoendoscopia, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril, Uso: Radial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 655,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (16)

17 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Tipo Cápsula Endoscópica Deglutível, Diagnóstica, Componentes: P/ Tgi Superior, Outros Componentes: Micro Câmera, Fonte De Luz, À Bateria, Características Adicionais: Sistema S/ Fio Transmissor De Imagem, Tipo: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (400)

18 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13700

Quantidade Mínima Cotada: 13700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 27400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13700)

19 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Infantil, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (270)

20 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Cânula Instrumental Aplicação: P/ Aspiração E Coagulação, Diâmetro: Cerca De 5,0MM, Haste: Angulada, Comprimento Total: Cerca De 26CM, Adicional 1: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 904,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (86)

21 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm, Fio De Corte: Sem Isolamento, Comprimento Corte: Cerca De 20MM, Fio Guia: C/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 524,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)

22 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 558,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (37)

23 - Instrumental p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Extração De Pólipo, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, C/ Rede Coletora, Diâmetro Ponta: Cerca De 50MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 824

Quantidade Mínima Cotada: 824

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1648

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (824)

24 - Laço De Captura

Descrição Detalhada: Laço De Captura Aplicação: Retirada Corpo Estranho, Material: Nitinol, Uso: Uso C/ Cateter Cerca De 8fr, Diâmetro: Cerca De 40CM, Comprimento: Cerca De 100CM, Tipo: Tipo Laço 90°, Características: Elástico, Flexível, Resistente A Dobras E Torções, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

25 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Sonda, Diâmetro Ponta: Cerca De 2MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 320 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: C/ Conexão P/ Coagulador Por Plasma De Argônio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.615,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (54)

26 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Aplicação: Endoscópica, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica Recoberta Parcialmente, Material Estrutura: Platina, Revestimento: Revestido Em Nitinol, Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 8,5fr, Pré-Carregado, Diâmetro: 10MM, Comprimento: 8CM, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.917,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (120)

27 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Sonda, Diâmetro Ponta: Cerca De 2MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 320 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: C/ Conexão P/ Coagulador Por Plasma De Argônio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.615,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

28 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Biliar, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 18 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 200CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: P/ Canal Mínimo De 3,2mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78 **Quantidade Mínima Cotada:** 78

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 156

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (78)

29 - Clipador

Descrição Detalhada: Clipador Aplicação*: P/ Endoscopia, Modelo*: Carregado C/ Clip Aço Inoxidável, Haste: Manopla Em Polímero, Comprimento Haste: Comprimento Cerca De 230CM, Diâmetro Haste: P/ Canal De Trabalho 2,8FRENCH, Tipo Uso*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1160

Quantidade Mínima Cotada: 1160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1160)

30 - Adesivo cirúrgico

Descrição Detalhada: Adesivo Cirúrgico Princípio Ativo: De N-Butil-2-Cianoacrilato, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade*: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.175,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (32)

31 - Dióxido de cloro

Descrição Detalhada: Dióxido De Cloro Concentração: Teor De 7%, Estabilizado, Forma Física: Solução Aquosa, Número De Referência Química: Cas 10049-04-4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,50

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (600)

32 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Plástico Resistente, Comprimento: 450MM, Largura: 320MM, Altura: 280MM, Transmittância: Transparente, Características Adicionais: Tampa E Travas, Tipo: Caixa Organizadora, Capacidade: 29L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (100)

33 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Aplicação: Endoscópica, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica Não Recoberta, Material Estrutura: Platina, Revestimento: Revestido Em Nitinol, Sistema De Implante: Montado Em Introduutor De 8fr, Pré-Carregado, Diâmetro: 10MM, Comprimento: 6CM, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 156

Quantidade Mínima Cotada: 156

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.356,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 312

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (156)

34 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Pancreática, Formato: Reto, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 2 A 15 Cm, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 818,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (12)

35 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: P/ Pseudocisto Pancreático, Aplicação: Endoscópica, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica, Material Estrutura: Nitinol, Revestimento: Revestido C/ Silicone, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor E Antimigração, Diâmetro: Cerca 10 A 15MM, Comprimento: Cerca 10MM, Características Adicionais: Compatível C/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.218,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

36 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 5MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 240CM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 860

Quantidade Mínima Cotada: 860

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (860)

37 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 296

Quantidade Mínima Cotada: 296

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 387,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 592

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (296)

38 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,025", Comprimento: Cerca De 400CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 356,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (320)

39 - Adesivo Cirúrgico

Descrição Detalhada: Adesivo Cirúrgico Princípio Ativo: De Polietileno Glicol (Peg), Aspecto Físico: Pó Liofilizado Tópico + Diluente, Adicional: Com Aplicador, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade*: Estéril, Embalagem: Conjunto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 457,00

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (54)

40 - Insuflador

Descrição Detalhada: Insuflador Uso Médico Tipo: Manual, Indicação: Para Balão Endoscópico, Controle: Com Manômetro, Características Adicionais: Conector Compatível Com Balão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (32)

41 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Plástico, Comprimento: 670MM, Largura: 430MM, Altura: 335MM, Transmissão: Transparente, Características Adicionais: Fechamento Com Trava, Tipo: Caixa Organizadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (42)

42 - Material especial p/ endoscopia

Descrição Detalhada: Material Especial P/ Endoscopia Aplicação: P/ Enteroscopia Por Balão, Uso Endoscópio Flexível, Material: Polímero, Tipo 1: Sobretubo Tipo Overtube, Adicionais: C/ Vedação P/ Insuflação, Dimensões: P/ Canal Cerca De 3,2 Mm X 150CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (45)

43 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha Fenestrada, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11000

Quantidade Mínima Cotada: 11000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (11000)

44 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Formato: C/ Duplo Pigtail, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 2 A 15CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 563,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (7)

45 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Formato: Tipo Pigtail, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 10 A 15CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 364,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (8)

46 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Endoscópico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 30 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 3,5 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 90CM, Acessórios: Conector Luer Lock, Adicionais: C/ 2 Marcas Radiopacas Em Platina, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.197,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (23)

47 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica, Modelo: Sengstaken-Blakemore, Material: Borracha, Vias: 3 Vias, Calibre: Nº 16, Comprimento: Cerca 100CM, Componentes: C/ Orifícios E 2 Balões (Gástrico / Esofágico), Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 525,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

48 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica, Modelo: Sengstaken-Blakemore, Material: Borracha, Vias: 3 Vias, Calibre: Nº 18, Comprimento: Cerca 100CM, Componentes: C/ Orifícios E 2 Balões (Gástrico / Esofágico), Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 476,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (9)

49 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Aplicação: Endoscópica, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica Recoberta, Material Estrutura: Platina, Revestimento: Revestido Em Nitinol, Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 8,5 fr, Pré-Carregado, Diâmetro: 10MM, Comprimento: 6CM, Componente li: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.228,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (49)

50 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica, Modelo: Sengstaken-Blakemore, Material: Borracha, Vias: 3 Vias, Calibre: Nº 14, Comprimento: Cerca 60CM, Componentes: C/ Orifícios E 2 Balões (Gástrico / Esofágico), Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 476,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (33)

51 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 20FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 322,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (42)

52 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: Triplo Lúmen, Componentes: Ponta Reta, Componentes Adicionais: C/ Marcas Radiopacas, Compatível: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm E Fio Guia 0,035", Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 596

Quantidade Mínima Cotada: 596

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 382,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1192

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (596)

53 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Tipo: Insuflador, Capacidade Seringa: 20 MI, Capacidade: Pressão Máxima 30atm, Características Adicionais: Trava Com Alavanca Rápido Destravamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (32)

54 - Avental Cirúrgico - Paramentação

Descrição Detalhada: Avental Cirúrgico - Paramentação Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Tipo De Barreira: C/ Barreira Bacteriana, Propriedade: Hidrorepelente, Gramatura: Cerca De 40G/M2, Modelo Manga: Longa C/ Punho Em Malha, Tamanho: Médio (M), Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura, Característica: Cartão De Fechamento Asséptico, Adicional: C/ Toalha De Mão, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5000)

55 - Escova

Descrição Detalhada: Escova P/ Citologia Tipo Uso: Descartável, Estéril, Uso: Citologia Biliar, Características Adicionais: Duplo Canal, Montada Em Cateter 2,6mm; P/Guia 0,035", Diâmetro: 3MM, Aplicação: Marcações Distais Radiopacas, Sistema Retração, Comprimento: 200CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

56 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Aplicação: Endoscópica, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica Recoberta Parcialmente, Material Estrutura: Platina, Revestimento: Revestido Em Nitinol, Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 8,5fr, Pré-Carregado, Diâmetro: 10MM, Comprimento: 6CM, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.983,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (13)

57 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Comprimento: Cerca 2,5CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 174

Quantidade Mínima Cotada: 174

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 575,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 348

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (174)

58 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Polímero, Tipo: Balão, Comprimento: Cerca De 200CM, Adicionais: Triplo Lúmen, Componentes: Ponta Reta, Componentes Adicionais: C/ Marcas Radiopacas, Compatível: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm E Fio Guia 0,035", Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 456,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (320)

59 - Ligadura elástica

Descrição Detalhada: Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas, Material: Látex Natural, Componente: Montada Em Cilindro C/ Cerca De 6 Unidades, Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0MM, Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo, Tipo Uso*: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 272

Quantidade Mínima Cotada: 272

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 544

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (272)

60 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esôfago E Píloro, Material: Polímero, Dimensão Balão: 12; 13,5 E 15 X 55MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 565,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (74)

61 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 20 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 725,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (74)

62 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 24FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Peristomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (420)

63 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica, Modelo: Sengstaken-Blakemore, Material: Borracha, Vias: 3 Vias, Calibre: Nº 18, Comprimento: Cerca 100CM, Componentes: C/ Orifícios E 2 Balões (Gástrico / Esofágico), Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Quantidade Mínima Cotada: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 494,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 324

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (162)

64 - Ligadura elástica

Descrição Detalhada: Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas, Material: látex Natural, Componente: Montada Em 2 Cilindros C/ Cerca De 6 Unidades Cada, Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0MM, Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo, Tipo Uso*: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 398,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (280)

65 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Hemostático Absorvível Apresentação: Conjunto Completo, Princípio Ativo: Polissacarídeo Vegetal E Carboximetilcelulose, Componentes: Com Sistema Aplicação, Esterilidade*: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.019,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (33)

66 - Tinta Nanquim

Descrição Detalhada: Tinta Nanquim Material: Álcool, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,53

Unidade de Fornecimento: Frasco 20,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (84)

67 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Tipo: Lugol Forte, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Solução A 5%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,33

Unidade de Fornecimento: Frasco 30,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (84)

68 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Tipo: Indigo Carmim, Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: 0,3%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,03

Unidade de Fornecimento: Frasco 6,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (84)

69 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Jacaré C/ Dente De Rato, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 160 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 655,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (27)

70 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Jacaré, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (27)

71 - Corante

Descrição Detalhada: Corante Tipo: Azul De Metileno, Aspecto Físico: Líquido, Características Adicionais: Ci 52015

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (84)

72 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm, Fio De Corte: Parcialmente Isolado, Comprimento Corte: Cerca De 20MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 452,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

73 - Detergente enzimático

Descrição Detalhada: Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease E Carboidrase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,45

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (200)