

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90046/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 326 **Quantidade Mínima Cotada:** 326

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 652

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (326)

2 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 164

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (82)

3 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 810 **Quantidade Mínima Cotada:** 810

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1620

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (810)

4 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 202 **Quantidade Mínima Cotada:** 202

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 404

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (202)

5 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 810 **Quantidade Mínima Cotada:** 810

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 207,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1620

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (810)

6 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142 **Quantidade Mínima Cotada:** 142

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 284

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (142)

7 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 214 **Quantidade Mínima Cotada:** 214

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 428

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (214)

8 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (37)

9 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114 **Quantidade Mínima Cotada:** 114

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 228

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (114)

10 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 234 **Quantidade Mínima Cotada:** 234

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 468

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (234)

11 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1480 **Quantidade Mínima Cotada:** 1480

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (1480)

12 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 776 **Quantidade Mínima Cotada:** 776

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1552

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (776)

13 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 269 **Quantidade Mínima Cotada:** 269

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 538

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (269)

14 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 174 **Quantidade Mínima Cotada:** 174

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 348

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (174)

15 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132 **Quantidade Mínima Cotada:** 132

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 264

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (132)

16 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (18)

17 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (28)

18 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (28)

19 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano, Tipo: Embolização Septal Por Injeção Álcool, Tipo Uso: Descartável, Diâmetro: 2 MM, Comprimento: 10 MM, Características Adicionais: Lúmen Completo, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 605,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

20 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Aplicação: Aórtico, Material: Polímero, Tipo: Não Complacente, Diâmetro: Cerca De 4 A 30 MM, Comprimento Balão: De 20 A 60 MM, Componente: Cateter Cerca De 100 CM, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.925,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (37)