

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90066/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Tamanho Ponta: Cerca De 4MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.209,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (20)

Grupo: G5

2 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Tamanho Ponta: Cerca De 4MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.798,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (15)

Grupo: G2

3 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Tamanho Ponta: Cerca De 4MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.810,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

Grupo: G4

4 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Tamanho Ponta: Cerca De 4MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.340,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G2

5 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Tamanho Ponta: Cerca De 4MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.695,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

6 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Tamanho Ponta: Cerca De 4MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G6

7 - Cateter Multipolar Terapêutico

Descrição Detalhada: Cateter Multipolar Terapêutico Material: Polímero Radiopaco, Modelo: Quadripolar, Tipo Curva: Ajustável, Tamanho Ponta: Cerca De 4MM, Diâmetro Cateter: Cerca De 7FRENCH, Comprimento: Cerca De 110CM, Adicionais: C/ Manopla, Opcionais: Sensor De Temperatura, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Compatibilidade: Compatível C/ Gerador De Radiofrequência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G6

8 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.420,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G3

9 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.450,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (2)

Grupo: G3

10 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.450,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G4

11 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.450,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G5

12 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo Conector, Aplicação: P/ Alarme Pressão - Cateter Multipolar Ablação, Compatibilidade: Compatível C/ Bomba De Irrigação, Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.548,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G1

13 - Eletrodo uso médico

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Sistema De Mapeamento Cardíaco Eletroanatômico, Modelo: De Superfície, Referência Externa, Tipo: Adesivo, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 6 Eletrodos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.633,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

14 - Equipo Especial - Uso Médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: C/ 1 Via, Segmento Silicone, Tipo: P/ Uso C/ Cateter Irrigado - Ablação, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Ponta Perfurante, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta, Conector Distal: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 344,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G3

15 - Equipo Especial - Uso Médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: C/ 1 Via, Segmento Silicone, Tipo: P/ Uso C/ Cateter Irrigado - Ablação, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Ponta Perfurante, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta, Conector Distal: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.060,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

16 - Eletrodo uso médico

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Sistema De Mapeamento Cardíaco Eletroanatômico, Modelo: De Superfície, Referência Externa, Tipo: Adesivo, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 6 Eletrodos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.446,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

Grupo: G6

17 - Placa eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Neonatal, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (60)

Grupo: G2

18 - Placa eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Neonatal, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

Grupo: G3

19 - Placa eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Neonatal, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G5

20 - Placa eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Neonatal, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G4

21 - Placa eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Neonatal, Componente Adicional: S/ Cabo, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (50)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Cateter Multipolar Terapêutico	50	Unidade
12	Acessório para equipamento médico	10	Unidade
13	Eletrodo uso médico	50	Unidade
15	Equipo Especial - Uso Médico	50	Unidade
21	Placa eletrocirúrgica	50	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Cateter Multipolar Terapêutico	15	Unidade
4	Cateter Multipolar Terapêutico	5	Unidade
17	Placa eletrocirúrgica	60	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Acessório para equipamento médico	5	Unidade
9	Acessório para equipamento médico	2	Unidade
14	Equipo Especial - Uso Médico	5	Unidade
18	Placa eletrocirúrgica	5	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Cateter Multipolar Terapêutico	30	Unidade
10	Acessório para equipamento médico	5	Unidade
20	Placa eletrocirúrgica	50	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cateter Multipolar Terapêutico	20	Unidade
11	Acessório para equipamento médico	10	Unidade
19	Placa eletrocirúrgica	50	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Cateter Multipolar Terapêutico	2	Unidade
7	Cateter Multipolar Terapêutico	10	Unidade
16	Eletrodo uso médico	10	Unidade