

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90045/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Litotriptor Intracorpóreo

Descrição Detalhada: Litotriptor Intracorpóreo Gerador De Energia: Laser , Frequência De Trabalho: Mínima De 30 HZ, Modo Operação: Pulso Simples Ou Contínuo , Ajuste: Pedal E Tela , Alimentação: Bivolt Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 678.333,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (5)

2 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Descartável E Estéril , Aplicação: Uso Em Equipamento Holmiun Laser , Tipo 2: Fibra Laser, 400 Micra, Com Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (180)

3 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Descartável E Estéril , Aplicação: Uso Em Equipamento Holmiun Laser , Tipo 2: Fibra Laser, 400 Micra, Com Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 324 **Quantidade Mínima Cotada:** 324

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 648

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (324)

4 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Descartável E Estéril , Aplicação: Uso Em Equipamento Holmiun Laser , Tipo 2: Fibra Laser, 400 Micra, Com Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 228 **Quantidade Mínima Cotada:** 228

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.966,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 456

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (228)

5 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Descartável E Estéril , Aplicação: Uso Em Equipamento Holmiun Laser , Tipo 2: Fibra Laser, 400 Micra, Com Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 204

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.319,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 408

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (204)