

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPOS GRAVITACIONAIS E EXTENSOR MULTIVIAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Item	Produto	Parecer	RM	Processo	NºLicitação	Modalidade

Novo	Fabricante	Marca	Registro MS	Lote	Validade	Qt.amostra

Descrição do Produto INTO

Especificação do fabricante

2. ÁREA DE PADRONIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO (ARPAQ)

3. O PRODUTO APRESENTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO INTO?

() Sim () Não

Justificativa

4. QUANTO À EMBALAGEM

Visualize se consta na embalagem do produto	APROVADO	REPROVADO
3.1 Selagem		
3.2 Abertura		
3.3 Integridade		
3.4 Descrição da composição do material		
3.5 Data de fabricação e validade		

5. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO

Avalie o produto	APROVADO	REPROVADO
4.1 Qualidade da matéria-prima		
4.2 Bico penetrador de acordo com a norma ISO		
4.3 Adaptação do bico penetrador a qualquer tipo de encaixe		
4.4 Qualidade da tampa protetora do penetrador		
4.5 Qualidade do filtro de ar hidrofóbico/bacteriológico do penetrador		

4.6 Qualidade da pinça corta-fluxo do extensor ou entre o bico penetrador e a câmara graduada		
4.7 Conexão do canhão com seringas, equipos e extensores		
4.8 Bico gotejador		
4.9 Precisão na infusão (20gotas e 60 microgotas – 1ml)		
4.10 Flexibilidade da câmara gotejadora		
4.11 Vedação da Câmara gotejadora		
4.12 Visualização do gotejamento da solução na câmara gotejadora		
4.13 Qualidade do filtro de partículas 0,15 micra		
4.14 Flexibilidade do tubo extensor		
4.15 Transparência do tubo extensor		
4.16 Comprimento do tubo extensor		
4.17 Manuseio/mobilidade da pinça rolete		
4.19 Interrupção de fluxo pela pinça corta-fluxo, sem refluxo de sangue		
4.20 Manutenção da integridade do tubo pelo uso da pinça corta-fluxo		
4.21 Resistência do injetor lateral/conector valvulado		
4.22 Adaptação a extensores e dispositivos intravenosos		
4.23 Fluxo livre das infusões		
4.24 Adaptação de seringas		
4.25 Vedação das conexões		
4.26 Cumprimento da função proposta		

Os itens 4.3; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.19; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25 e 4.26 apresentam peso 2 para fins de cálculos.

6. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

Outras características importantes observadas no produto	APROVADO	REPROVADO

7. PARECER TÉCNICO

- () APROVADO (70% OU ACIMA)
 () REPROVADO (ABAIXO DE 70%)

Justificativa da reprovação:

DATA: ____/____/____

Avaliador

Chefe de Área