

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

INDICADOR BIOLÓGICO

Compatível com processo de esterilização por gás plasma de Peróxido de Hidrogênio

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	Nº Licitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Indicador biológico, apresentação: autocontido, com meio de cultura no corpo da ampola, espécie: bacillus stearothermophilus, com liberação de resultado em até 30 minutos, tampa com indicador químico tipo 1, com etiqueta de identificação de fácil manuseio e leitura, contendo, minimamente, informações acerca do lote, data de validade e local para preenchimento de data. Aplicação: esterilização por gás plasma de peróxido de hidrogênio.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INT:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

() Sim

() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

Avaliação da Compatibilidade	Sim	Não	Não se aplica
Compatível com esterilização por gás plasma de peróxido de hidrogênio			

3.2. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Apresentação: autocontido			
Apresenta o meio de cultura no corpo da ampola			
Crítérios de leitura de fácil entendimento			
Presença de Indicador Químico tipo 1 na tampa			
Possibilidade e facilidade de arquivamento por 5 anos			

3.3. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Indicador Biológico de fácil manuseio			
O Indicador Químico tipo 1 presente na tampa da ampola apresenta mudança vibrante de cor após o processo de esterilização			
Apresenta uniformidade da cor de viragem do indicador tipo 1			