

## HOSPITAL GERAL DE IPANEMA

# Estudo Técnico Preliminar 756/2025

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 33401.010837/2026-41

## 2. Descrição da necessidade

2.1. Aquisição de insumos: **SONDAS, CÂNULAS, CATETERES** padronizados para uso regular no Hospital Federal de Ipanema, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

## 3. Área requisitante

| Área Requisitante    | Responsável              |
|----------------------|--------------------------|
| Chefia de Enfermagem | Sonia Maria Corrêa Pinto |

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Atendimento aos princípios Licitatórios: Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, desenvolvimento sustentável, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

4.2. Itens constantes na grande de insumos de uso regular pelo hospital, controlado e armazenado pelo setor de Serviço de Almoxarifado do Hospital Federal de Ipanema.

4.3. Todos os itens devem estar de acordo, quando couber com as Resoluções da ANVISA, INMETRO e Normas e Legislações vigentes pertinentes à sua classificação.

4.4. Qualquer despesa inerente ao processo de logística para entrega do material ficará sob a responsabilidade do fornecedor registrado.

4.5. O prazo de validade dos bens ofertados não poderá ser inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) do prazo de validade recomendado pelo fabricante.

4.6. A apresentação do material deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre características, marca, procedência, número do lote, qualidade, composição, prazo de validade, origem e outros, bem como sobre os riscos que apresentarem à saúde e à segurança dos usuários, quando for o caso.

4.7. Caberá ao fornecedor registrado arcar com as despesas de embalagem e frete dos insumos a serem substituídos.

## 5. Levantamento de Mercado

5.1. Com base nos requisitos definidos, iremos realizar o levantamento para identificar quais soluções existentes no mercado atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação, como respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

5.1.1. Foi realizada a pesquisa por atas disponíveis para adesão;

5.1.2. Realizamos o levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos;

5.1.3. Realizamos à consulta a existência de fornecedores para a solução como foi especificada;

- 5.1.4. Realizamos consulta a sítios na internet (e.g. portal do software público);
- 5.1.5. Realizamos consulta a publicações especializadas (e.g. comparativos de soluções publicados em revistas especializadas)

## 6. Descrição da solução como um todo

- 6.1. Por se tratar de insumos para uso regular e por serem itens disponíveis no mercado nacional, entende-se que a aquisição através de pregão eletrônico com Sistema de Registro de Preços é a solução mais adequada para manutenção dos estoques.
- 6.2. A contratação por SRP se justifica, pois se trata de demanda para atendimento ao Hospital Federal de Ipanema - HFI, ao longo de 12 meses, conforme às necessidades do HFI e disponibilidade orçamentária.
- 6.3. Ademais, a celebração de ata de registro de preços vai ao encontro dos princípios da eficiência administrativa e economicidade e uma gestão eficiente de estoque, conforme previsto no inciso II do art. 3º do Decreto 11.462 de 2023

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

- 7.1. A metodologia encontrada para definição do quantitativo estimado foi calculada com base no sistema de entrada e saída de materiais médicos hospitalares do Hospital, sistemas e-SUS Hospitalar e HOSPUB, tendo como base o histórico de consumo médio mensal dos itens nos últimos 12 meses, controlado pelo Serviço de Almoxarifado desta Unidade conforme tabela abaixo.
- 7.2. Cabe ainda ressaltar que estes insumos serão utilizados frequentemente, com oscilações de demanda, sendo conveniente a aquisição em parcelas durante o ano, adequando à necessidade de cada unidade de saúde.

| ITEM | DESCRIPTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | CONSUMO ANUAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 1    | <b>SONDA NASOGÁSTRICA, LEVINE, LONGA, PVC, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, CONEXÕES PADRÃO PARA EQUIPO E SERINGA, TAMPA DE VEDAÇÃO PRESA AO TUBO, ORIFÍCIO DISTAL E LATERAL, ATÓXICO, CALIBRE Nº 16, COMPRIMENTO APROXIMADO 110CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE. EXCLUSIVO ME/EPP</b> | UNID  | 600           |
| 2    | <b>SONDA NASOGÁSTRICA, LEVINE, LONGA, PVC, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, CONEXÕES PADRÃO PARA EQUIPO E SERINGA, TAMPA DE VEDAÇÃO PRESA AO TUBO, ORIFÍCIO DISTAL E LATERAL, ATÓXICO, CALIBRE Nº 14, COMPRIMENTO APROXIMADO 110CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE. EXCLUSIVO ME/EPP</b> | UNID  | 600           |
| 3    | <b>SONDA NASOGÁSTRICA, LEVINE, LONGA, PVC, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, CONEXÕES PADRÃO PARA EQUIPO E SERINGA, TAMPA DE VEDAÇÃO PRESA AO TUBO, ORIFÍCIO DISTAL E LATERAL, ATÓXICO,</b>                                                                                                                           | UNID  | 600           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|   | <b>CALIBRE Nº 20, COMPRIMENTO APROXIMADO 110CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE. EXCLUSIVO ME/EPP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |
| 4 | <b>SONDA NASOGÁSTRICA, LEVINE, LONGA, EM PVC, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, ATÓXICA, CONEXÕES PADRÃO PARA EQUIPO E SERINGA, TAMPA DE VEDAÇÃO PRESA AO TUBO, ORIFÍCIO DISTAL E LATERAL, CALIBRE Nº 12, COMPRIMENTO APROXIMADO 110CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE. EXCLUSIVO ME/EPP</b>                                                                                                                                                     | UNID | 600 |
| 5 | <b>SONDA NASOGÁSTRICA, LEVINE, LONGA, PVC, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, CONEXÕES PADRÃO PARA EQUIPO E SERINGA, TAMPA DE VEDAÇÃO PRESA AO TUBO, ORIFÍCIO DISTAL E LATERAL, ATÓXICO, CALIBRE Nº 18, COMPRIMENTO APROXIMADO 110CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE. EXCLUSIVO ME/EPP</b>                                                                                                                                                        | UNID | 576 |
| 6 | <b>CATETER CENTRAL INSERCAO PERIFERICA RADIOPACO, MONOLUMEN 4 FR COMPRIMENTO - PICC CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 4 FR, MONOLUMEN, EM POLIURETANO BIOCOMPATIVEL E RADIOPACO, MARCAÇÕES A CADA 1CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM E RESISTENTE À ALTAS PRESSÕES DE VOLUME DE INFUSÃO, COM KIT PARA MICROINTRODUÇÃO EM TÉCNICA DE SELDINGER MODIFICADA. EMBALAGEM TIPO BANDEJA RIGIDA E FUNDA COM ESPAÇO PARA MANUSEIO DO CATETER. USO ÚNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA.</b> | UNID | 360 |
| 7 | <b>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO – CATETER INTRAVENOSO Nº 24 G EM VIALON FLEXÍVEL TRANSPARENTE E RADIOPACO COM AGULHA SILICINIZADA BISEL TRIFACETADO CONECTADO AO MANDRIL ATRAVÉS DE GUIA METÁLICO E PUXADOR ASAS COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR VINÍLICO TRANSPARENTE E CLAMP CORTA FLUXO, CONECTOR EM Y SENDO UMA CONEXÃO LUER-LOCK E OUTRA COM PLUG MACHO REMOVÍVEL ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO ANVISA/MS. EXCLUSIVO ME/EPP</b>             | UND  | 780 |
|   | <b>SONDA NASOGÁSTRICA, LEVINE, LONGA, PVC, SILICONIZADA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, CONEXÕES PADRÃO PARA EQUIPO E SERINGA, TAMPA DE VEDAÇÃO PRESA AO TUBO, ORIFÍCIO DISTAL E LATERAL, ATÓXICO,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 8  | <b>CALIBRE Nº 08, COMPRIMENTO APROXIMADO 110CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b><br><b>EXCLUSIVO ME/EPP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND | 2400 |
| 9  | <b>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 BALÃO 5 A 15CC</b> - Sonda Foley, látex siliconizado, Nº 12 /, 2 vias, com balão de 5 a 15cc, ponta atraumática, superfície lisa, orifícios laterais largos/arredondados, válvula de borracha compatível a todos os tamanhos de seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados no funil /válvula, estéril, invólucro interno em filme plástico transparente com área de picote. <b>DUPLA EMBALAGEM , USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA</b><br><b>EXCLUSIVO ME/EPP</b> | UND | 600  |
| 10 | <b>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 BALÃO 5 A 15CC</b> - Sonda Foley, látex siliconizado, Nº 12 /, 2 vias, com balão de 5 a 15cc, ponta atraumática, superfície lisa, orifícios laterais largos/arredondados, válvula de borracha compatível a todos os tamanhos de seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre marcados no funil /válvula, estéril, invólucro interno em filme plástico transparente com área de picote. <b>DUPLA EMBALAGEM , USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA</b><br><b>EXCLUSIVO ME/EPP</b> | UND | 1200 |
| 11 | <b>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16, BALÃO 5 A 15CC</b> - Sonda Foley, látex siliconizado, Nº 16 , 2 vias, com balão de 5 a 15 cc, ponta atraumática, superfície lisa, orifícios laterais largos/arredondados, válvula de borracha compatível a todos os tamanhos de seringa, funil drenagem c/ conexão padrão a coletores, capacidade balão e calibre, marcados no funil /válvula, estéril, <b>DUPLA EMBALAGEM , USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA</b> <b>EXCLUSIVO ME/EPP</b>                                                                       | UND | 1800 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 12 | <p><b>SONDA FOLEY 2 VIAS, Nº 18, BALÃO 5 A 15CC</b> - SONDA FOLEY, LÁTEX SILICONIZADO, Nº 18 , 2 VIAS, COM BALÃO DE 05 A 15 CC, PONTA ATRAUMÁTICA, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARREDONDADOS, VÁLVULA DE BORRACHA COMPATÍVEL A TODOS OS TAMANHOS DE SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/ CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, CAPACIDADE DO BALÃO E CALIBRE MARCADOS NO FUNIL /VÁLVULA, ESTÉRIL, INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ÁREA DE PICOTE. SONDA FOLEY 2 VIAS, Nº 18, BALÃO 5 A 15CC - SONDA FOLEY, LÁTEX SILICONIZADO, Nº 18 , 2 VIAS, COM BALÃO DE 05 A 15 CC, PONTA ATRAUMÁTICA, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARREDONDADOS, VÁLVULA DE BORRACHA COMPATÍVEL A TODOS OS TAMANHOS DE SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/ CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, CAPACIDADE DO BALÃO E CALIBRE MARCADOS NO FUNIL /VÁLVULA, ESTÉRIL, INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ÁREA DE PICOTE. <b>DUPLA EMBALAGEM, USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA.</b></p> <p><b>EXCLUSIVO ME/EPP</b></p> | UND | 1200 |
| 13 | <p><b>SONDA FOLEY 2 VIAS, Nº 20 BALÃO DE 5 A 15CC</b>, LÁTEX SILICONIZADO, 2 VIAS, COM BALÃO DE 5 A 15 ML, PONTA ATRAUMÁTICA, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARREDONDADOS, VÁLVULA DE BORRACHA COMPATÍVEL A TODOS OS TAMANHOS DE SERINGA, FUNIL DRENAGEM C/ CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NO FUNIL /VÁLVULA, ESTÉRIL, INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ÁREA DE PICOTE. <b>DUPLA EMBALAGEM, USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 1200 |
| 14 | <p><b>SONDA DE FOLEY 2 VIAS, Nº 22 BALÃO 30CC</b>- SONDA FOLEY, LÁTEX SILICONIZADO, Nº 22, 2 VIAS, COM BALÃO 30CC, PONTA ATRAUMÁTICA, SUPERFÍCIE LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARREDONDADOS, VÁLVULA DE BORRACHA COMPATÍVEL A TODOS OS TAMANHOS DE SERINGA. FUNIL DRENAGEM C/ CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NO FUNIL /VÁLVULA, ESTÉRIL, INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ÁREA DE PICOTE. <b>DUPLA EMBALAGEM, USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND | 600  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 15 | <p><b>SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 16, BALÃO 30CC</b> - Sonda Foley, látex siliconizada, Nº 16, 3 vias, balão 30cc, válvula Luer, compatível a todos os tamanhos de seringa, conexão padrão a coletores, formato arredondado na ponta com dois orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande e liso, capacidade do balão e calibre marcados no funil/válvula. Invólucro interno em filme plástico transparente picotado. <b>DUPLA EMBALAGEM, USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP</b></p> | UND  | 1200 |
| 16 | <p><b>SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18, BALÃO 30CC</b> - Sonda Foley, látex siliconizada, Nº 18, 3 vias, balão 30cc, válvula Luer, compatível a todos os tamanhos de seringa, conexão padrão a coletores, formato arredondado na ponta com dois orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande e liso, capacidade do balão e calibre marcados no funil/válvula. Invólucro interno em filme plástico transparente picotado. <b>DUPLA EMBALAGEM, USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP</b></p> | UND  | 1200 |
| 17 | <p><b>SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20, BALÃO 30CC</b> - Sonda Foley, látex siliconizada, Nº 20, 3 vias, balão 30cc, válvula Luer, compatível a todos os tamanhos de seringa, conexão padrão a coletores, formato arredondado na ponta com dois orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande e liso, capacidade do balão e calibre marcados no funil/válvula. Invólucro interno em filme plástico transparente picotado. <b>DUPLA EMBALAGEM, USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP</b></p> | UNID | 1200 |
| 18 | <p><b>SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22, BALÃO 30CC</b> - Sonda Foley, látex siliconizada, Nº 22, 3 vias, balão 30cc, válvula Luer, compatível a todos os tamanhos de seringa, conexão padrão a coletores, formato arredondado na ponta com dois orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande e liso, capacidade do balão e calibre marcados no funil/válvula. Invólucro interno em filme plástico transparente picotado. <b>DUPLA EMBALAGEM, USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP</b></p> | UND  | 1200 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 19 | <b>SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24, BALÃO 30CC</b> - SONDA FOLEY, LÁTEX SILICONIZADA, Nº 24, 3 VIAS, BALÃO 30CC, VÁLVULA LUER, COMPATÍVEL A TODOS OS TAMANHOS DE SERINGA, CONEXAO PADRÃO A COLETORES, FORMATO ARREDONDADO NA PONTA COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE E LISO, CAPACIDADE DO BALÃO E CALIBRE MARCADOS NO FUNIL/VÁLVULA. INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE PICOTADO. <b>DUPLA EMBALAGEM, USO ÚNICO, ESTÉRIL DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA. EXCLUSIVO ME/EPP</b> | UND | 1200 |
| 20 | <b>TAMPA PARA FECHAMENTO/VEDAÇÃO SONDA FOLEY</b> , PONTA FORMATO TIPO CONE, MATERIAL PVC RÍGIDO, DISPOSITIVO P/ MANUSEIO COM FORMATO ERGONÔMICO, MATERIAL RÍGIDO. <b>EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL DESCARTÁVEL. REGISTRO ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE. EXCLUSIVO ME/EPP</b>                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 1224 |

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

8.1. A estimativa do valor da contratação será apresentado no documento: Estimativa de Preços, no Termo de Referência final e na nota técnica elaborado pelo setor competente e juntada ao processo.

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Conforme Inciso II do Artigo 47 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, as aquisições deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

9.2. Por se tratar de registro de preços os materiais elencados não há necessidade de ser dividido em grupos (lotes), pois os materiais solicitados são independentes quanto a sua utilização e, podem ser fornecidos por diferentes fornecedores/empresas.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não se aplica.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Os insumos a serem adquiridos estão cadastrados no sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações do Ministério da Economia - PAC "pgc.planejamento.gov.br" em consonância com o plano anual de aquisições e contratações para o ano 2024/2025 do HFI e estão alinhados com os objetivos estratégicos da unidade a fim de garantir maior excelência no SUS.

11.1.1. O objeto de contratação, está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme ID PCA no PNCP: 250103 - 81/2024.

## 12. Resultados Pretendidos

12.1. A aquisição dos insumos irá possibilitar a manutenção dos estoques em nível de atendimento adequado às necessidades do Hospital Federal de Ipanema, evitando assim problemas no atendimento dos pacientes do SUS.

## 13. Providências a serem Adotadas

13.1. Não se aplica.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. Os materiais objetos deste certame seguem as instruções do Guia Nacional de Licitações Sustentáveis - NESLIC - Núcleo Especializado Sustentabilidade, Licitações e Contratos DECOR/CGU/AGU e o Guia Prático de Licitações Sustentáveis da Consultoria Jurídica da União no estado de SP – AGU 7ª Edição, outubro 2024. Tem prioridade as empresas que adotam produtos reciclados e recicláveis para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, conforme os termos do artigo 7º, inc. XI, da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos), que foi regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23/12/2010, que desponta sobre o assunto da logística reversa, em seus artigos 5º, 6º e 7º, que trata (Das responsabilidades dos Geradores de Resíduos Sólidos e do poder público).

I – Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

IV – Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

*§ 1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.*

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

Trata-se de material de uso regular e contínuo no Hospital Federal de Ipanema.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**JOSEMAR ALVES DE ANCHIETA**

Chefia de Enfermagem

Despacho: PORTARIA/GM/MS Nº 416, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023



**SELENE MARIA RENDEIRO BEZERRA**

Diretora do Hospital Federal de Ipanema