

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91067/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema De Derivação			
Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventricular Externa - Dve , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular De Silicone , Componente 1: Sistema Fechado C/ Conectores, Câmara Graduada , Componente 2: Bolsa Coletora , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		28	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		573,43	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (28)	

2 - Cateter central			
Descrição Detalhada: Cateter Central Tipo Implante: Totalmente Implantável , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Titânio , Diâmetro: Introdutor Cerca 7 Fr , Comprimento: Até 100 CM, Componente: Kit Introdutor Completo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		102	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		858,63	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (102)	

3 - Cateter central			
Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 7 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Lúmen: 14 A 18 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		145	Quantidade Mínima Cotada: 75
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		65,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (145)	

4 - Fio guia			
Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 150 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		170	Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		450,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10			
Local de Entrega (Quantidade):		Rio de Janeiro/RJ (170)	

5 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 260 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (30)

6 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização , Modelo: Único Lúmen , Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico , Tipo Ponta: Moldável , Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 2,1 Fr , Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco , Fio Guia: Com Fio Guia 0,021" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (450)

7 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização , Modelo: Único Lúmen , Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico , Tipo Ponta: Pré-Moldada , Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,3 Fr , Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco , Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (190)

8 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Retal, Modelo: P/ Incontinência Fecal, Material: Polímero, Tamanho: Tamanho Adulto, Componentes: Sistema Fixação Expansível Intra Anal, Outros Componentes: Ponta Proximal C/ Conector, Adicionais: Bolsa Coletora Cerca 1 L, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.985,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (226)