

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

# Estudo Técnico Preliminar 294/2024

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 00060-00301935/2024-72

## 2. Descrição da necessidade

### CATÉTERES PARA HEMODIÁLISE

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para disponibilização de insumos padronizados, com o intuito de manter o abastecimento regular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, de forma ininterrupta, bem como garantir a assistência aos usuários do SUS/DF.

Os bens objeto deste ETP referem-se a OPME padronizados e classificados como bens de abastecimento regular nesta SES/DF.

No contexto do Sistema Único de Saúde, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal é responsável por prover assistência integral à saúde da população.

Para isso, faz-se necessário, em todos os níveis de atenção à saúde (primário, secundário, hospitalar etc), a disponibilização de insumos, como medicamentos, material médico, entre outros.

Existem catálogos que elencam o rol dos insumos que são considerados PADRONIZADOS, ou seja, insumos essenciais para a garantia do atendimento integral à saúde. Estes insumos devem estar disponíveis nos locais de uso (unidades de saúde) de modo ininterrupto, cabendo à SES/DF garantir a adoção de medidas que visem à sua disponibilização para as equipes de saúde/usuários/pacientes.

Os insumos que este estudo técnico se presta a analisar se enquadram nessa categoria de bens padronizados, devendo portanto serem disponibilizados de modo ininterrupto nas unidades de saúde onde são utilizados, em prol da assistência à saúde da população.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Gerência de Programação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais - GEPOP/DIPRO/SULOG/SES	Bruno Ribeiro Freire

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os descritivos técnicos dos cateteres tunelizados para hemodiálise foram revisados com o objetivo de qualificar a assistência prestada aos pacientes, garantindo maior adequação do dispositivo às diferentes características anatômicas e clínicas. A principal atualização consistiu na ampliação e padronização dos tamanhos disponíveis, de modo a contemplar distintos perfis de pacientes e variados locais de implante, favorecendo a escolha mais apropriada pelo profissional assistente. Essa adequação contribui para maior segurança do procedimento, melhor desempenho do acesso vascular, redução de complicações e otimização dos resultados clínicos no tratamento dialítico.

Os produtos ofertados devem atender a todas as exigências técnico-sanitárias de regulação impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os produtos ofertados devem atender aos seguintes descritivos definidos pela SES/DF:

Nº	ID PCA	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	CÓDIGO SUS	DESCRIPTIVO COMPLETO	UNIDADE DE FORNECIMENTO
1	43273	39840	413236	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 31CM X 36CM), comprimento total aproximado de 36 cm, comprimento da inserção ponta ao cuff 31cm e diâmetro aproximado de 15 (+/-1) FR, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subsutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.o.	UN - UNIDADE
2	43274	39841	413238	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 35CM X 40CM), comprimento total aproximado de 40cm e diâmetro de 15 (+/-1)FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 35cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subsutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	UN - UNIDADE
3	42688	39842	413239	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 42CM X 47CM), comprimento total aproximado de 47 cm e diâmetro de 15 (+/-1)FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 42cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subsutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue extensão, com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução	UN - UNIDADE
					CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15 FR X 23CM X 28CM), comprimento total aproximado de 28	

4	42687	39843	424768	07.02.10.001-3	cm comprimento de inserção ponta ao cuff 23 cm e diâmetro aproximado de 15 (+/-1)FR, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	UN - UNIDADE
5	42686	39844	424768	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 19CM X 24CM), comprimento total aproximado de 24cm e diâmetro de 15 (+/-1)FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 19 cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue extensão, com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	UN - UNIDADE

#### Documentos requisitados no momento da apresentação da proposta:

Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) Estadual/ Municipal/ Distrital (vigente), conforme disposto na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto nº 74.170 de 10 de junho de 1974;

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Autorização Especial (AE) quando se tratar de medicamentos ou substâncias, sujeitos a controle especial. Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou AE, podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) -destacando a empresa - ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA;

Certificado de Registro de Produto em plena validade, inclusive para produtos importados; ou protocolo de revalidação do Certificado de Registro de Produto, expedido pela ANVISA, conforme RDC nº 185 /2001 e artigo 12 da Lei nº 6.360 de 23/09/1976. Não serão aceitos protocolos de solicitação de registro.

Os produtos ofertados devem atender a todas as exigências técnico-sanitárias de regulação impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

## 5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado a partir de consultas em bases oficiais de compras públicas (ComprasNet).

Para o Código SES 39840 foram analisados os pregões abaixo, dos últimos 6 meses:

Identificação da Compra	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
			Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise,						

15512505901172025	Pregão	413236	Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 36CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	20	SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES- Hospital Universitário de Santa Maria	155125	08/12 /2025
15590305900642025	Pregão	413236	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 36CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	65	BRASIL MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES- Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	155903	28/11 /2025
15724305900452025	Pregão	413236	ateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 36CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	24	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES- Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho	157243	15/08 /2025
15590205900332025	Pregão	413236	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 36CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	78	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES- CHC/UFPR	155902	15/08 /2025
			Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa						

18022005900642025	Pregão	413236	Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 36CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	300	MEDICSOLUTION PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ESP- SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180220	05/08 /2025
-------------------	--------	--------	--	---------	-----	---	--	--------	----------------

Para o Código SES 39841 foram analisados os pregões abaixo, dos últimos 6 meses:

Identificação da Compra	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
15724305900452025	Pregão	413238	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 45CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	24	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES- Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho	157243	10/10 /2025
45016105902402024	Pregão	413238	Cateter Para Hemodialise; Em Silicone, Adulto, Duplo Lumen, Longa Permanencia, Femoral, Com Conector, Tipo Permicath; Radiopaco, Ponta Em Degrau, Cuff, Diam. De 14 A 14,5 Fr, Comprim. Aprox. De 44 Cm Do Fixador A Ponta; Composto De Agulha, Introdutor Peel Away, Fio Guia Ponta J E Avancador, Empurrador, Dilatador E Tunelizador; Asa De Fixacao, Clamp, Tampas Oclusoras; Esteril, Atoxico E Apirogenico; Embalado Em Material Adequado Com Barreira Microbiana Que Permita A Transferencia Asseptica; A Apresentacao Do Produto Devera Obedecer A Legislaçao Atual Vigente	Unidade	12	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	450161	10/09 /2025
92510205902832025	Pregão	413238	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 45CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introdutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/	Unidade	12	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PMSP - HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	925102	05/09 /2025

			Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Para o Código SES 39842 foram analisados os pregões abaixo, dos últimos 6 meses:

Identificação da Compra	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
15024705900702025	Pregão	413239	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	80	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA- Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA.	150247	03/10 /2025
92627706900132025	Pregão	413239	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 15FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Tipo Fixação: Único Anel Poliéster, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Características Adicionais Ii: C/ Estilete Tunelizador, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	100	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ESTADO DO PARANA- Unidades de Internamento do HUOP	926277	12/09 /2025

Para o Código SES 39843 foram analisados os pregões abaixo, dos últimos 6 meses:

Identificação da Compra	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
78270005900102025	Pregão	424768	KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5 - 14,5 FR X 30-33 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTECTORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1(UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7,	Unidade	50	CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA.	782700	22/01 /2026

			DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR. É NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUT						
15501805900212025	Pregão	424768	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	80	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES- Universidade Federal do Amazonas,	155018	16/01 /2026
45016106005552026	Pregão	424768	Cateter P/ Terapia Renal tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: 12,5, comprimento: 28, tipo fixação: anel de fixação subcutânea, componente i: kit c/ fio guia, introdutor e dilatador, componente ii: conector luer lock e clamp em todas vias, componente iii: aba p/ sutura, esterilidade: estéril, uso único	Unidade	75	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	450161	05/01 /2026
15502305900672025	Pregão	424768	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	30	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155023	29/12 /2025
15502305900582025	Pregão	424768	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	40	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155023	11/12 /2025
			Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima:				EMPRESA		

15591505900612025	Pregão	424768	Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introduutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	120	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES- HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO	155915	27/11 /2025
-------------------	--------	--------	---	---------	-----	-------------------------------	--	--------	-------------

Para os Códigos SES 39844 e 39844, será adotado o mesmo código CATMAT, em razão da inexistência de código específico que represente de forma individualizada cada um desses itens. Tal enquadramento se justifica pela similaridade técnica, funcional e assistencial entre ambos, que apresentam características equivalentes quanto à finalidade, composição e uso clínico, permitindo sua adequada classificação sob um único código CATMAT sem prejuízo à correta especificação do objeto ou à competitividade do certame.

Para os Códigos SES 39844 e 39844 foram analisados os pregões abaixo, dos últimos 6 meses:

Identificação da Compra	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade ofertada	Fornecedor	Órgão	UASG - Unidade Gestora	Data da Compra
78270005900102025	Pregão	424768	KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH: 1(UM) CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA TIPO PERMICATH COM CUFF, COM MEDIDAS ENTRE 13,5 - 14,5 FR X 30-33 CM, 1(UM) FIO GUIA FLEXÍVEL COM AVANÇADOR, 1(UM) DISPOSITIVO INTRODUTOR, 2(DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE SÍTIOS DE INJEÇÃO, 1(UMA) AGULHA INTRODUTÓRIA 18 GA PARA PUNÇÃO, 1(UM) BISTURI DESCARTÁVEL COM LAMINA Nº 11, 1(UMA) SERINGA VALVULADA PARA PASSAGEM DO FIO GUIA, 1(UMA) SERINGA 10 ML COM AGULHA 25-30 X 7, DILATADORES VASCULARES, 1(UM) TUNELIZADOR. É NECESSÁRIO AMOSTRA DO PRODUT	Unidade	50	CORAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA.	782700	22/01 /2026
15501805900212025	Pregão	424768	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introduutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	80	ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES- Universidade Federal do Amazonas,	155018	16/01 /2026



45016106005552026	Pregão	424768	Cateter P/ Terapia Renal tipo uso: hemodiálise, durabilidade: longa permanência, modelo: duplo lúmen, matéria prima: silicone radiopaco, diâmetro: 12,5, comprimento: 28, tipo fixação: anel de fixação subcutânea, componente i: kit c/ fio guia, introdutor e dilatador, componente ii: conector luer lock e clamp em todas vias, componente iii: aba p/ sutura, esterilidade: estéril, uso único	Unidade	75	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	450161	05/01 /2026
15502305900672025	Pregão	424768	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	30	COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155023	29/12 /2025
15502305900582025	Pregão	424768	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	40	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155023	11/12 /2025
15591505900612025	Pregão	424768	Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Silicone Radiopaco, Diâmetro: 12,5FRENCH, Comprimento: 28CM, Tipo Fixação: Anel De Fixação Subcutânea, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Introdutor E Dilatador, Componente Ii: Conector Luer Lock E Clamp Em Todas Vias, Componente Iii: Aba P/ Sutura, Esterilidade: Estéril, Uso Único	Unidade	120	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES- HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO	155915	27/11 /2025

## 6. Descrição da solução como um todo

Os itens a serem contratados enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, definidos na Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 6º, como “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado”.

De acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 44.330/2023, a licitação de bens desta natureza deverá ser realizada obrigatoriamente pela modalidade pregão eletrônico, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Para a contratação dos bens será adotado o **Sistema de Registro de Preço - SRP**, uma vez que, conforme previsto no Art. 190, do Decreto nº 44.330/2023, este procedimento será utilizado preferencialmente em casos de: “I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes”, além de “IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração”.

Cabe ressaltar ainda que a formalização de **Ata de Registro de Preço** não gera obrigatoriedade da Administração em contratar todo o quantitativo licitado e, portanto, não compromete recurso que seria destinado à aquisição de bens de consumo.

Dessa forma, a solução da presente demanda será atendida por meio de Atas de Registro de Preços, as quais serão formalizadas por meio de Nota de Empenho de despesa.

Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, pelas seguintes razões:

A presente contratação, decorrente de Sistema de Registro de Preços, será formalizada exclusivamente por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62, caput e § 4º, da Lei nº 14.133/2021, não havendo celebração de contrato administrativo.

Nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021, a garantia contratual tem como finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, sendo sua exigência vinculada à natureza, ao vulto e à complexidade da contratação. No presente caso, trata-se de fornecimento pontual, com entrega imediata, integral e curto prazo, de bens padronizados e de baixo risco, situação em que a Nota de Empenho substitui o contrato e o pagamento está condicionado à entrega e aceitação do objeto.

## EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A licitante deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, por meio da apresentação de certidões ou atestados, em nome da matriz ou da filial, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que comprove(m) aptidão para o fornecimento de bens ou serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação.

Os atestados deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Identificação das partes: contratante (quem emitiu) e executora (empresa atestada);
- Descrição do objeto executado: bens ou serviços fornecidos, com indicação de quantidade, porte ou características;
- Período e local de execução: datas de início e término, bem como o local da execução;
- Declaração de boa execução: confirmação de que o serviço ou fornecimento foi realizado de forma satisfatória;
- Dados formais de emissão: data, nome, cargo, assinatura e carimbo/timbre da entidade emitente.

A licitante disponibilizará, quando solicitado pela Administração, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, tais como: cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante, entre outros documentos pertinentes.

A documentação deverá ser apresentada em original, com cópia para autenticação por servidor designado pela Administração, ou em cópia autenticada por cartório competente, sendo igualmente admitidos documentos passíveis de autenticação eletrônica.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos a serem contratados foram baseados no Consumo Médio Mensal - CMM de cada item, obtido a partir do cálculo da média da série histórica do item (desconsiderados os valores iguais a zero ou negativos, bem como os consumos das unidades registrados nas unidades pertencentes ao IGESDF).

O resultado é acrescido de uma margem de segurança, para que haja quantitativo suficiente para execução, quando necessário, e, então, multiplicado por 12, pois é o período de validade de uma **Ata de Registro de Preço - ARP** e, com efeito, é o prazo estipulado para utilizar o saldo disponível na ARP gerada. Desse modo, as quantidades registradas nesta contratação representam os quantitativos totais de cada item, para uma perspectiva de uso de 12 (doze) meses.

Entretanto, em determinadas situações, a previsão de demanda pode combinar métodos quantitativos e qualitativos. Os métodos qualitativos poderão ser respaldados em Pareceres Técnicos, de caráter opinativo, emitidos pela Referência Técnica Distrital, a fim de subsidiar a elaboração dos processos de aquisição de insumos para a saúde ou ainda definir esses quantitativos na primeira aquisição, conforme estabelece os incisos XI e XII, do Art. 3º da Portaria nº 1032, de 17 de setembro de 2018.

Assim, a unidade requisitante, visando agir em conformidade com os normativos vigentes, prioriza os métodos quantitativos, quando houver expectativa de aquisição.

Desse modo, a tabela abaixo apresenta os bens e seus respectivos quantitativos a serem licitados:

Nº	ID PCA	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	CÓDIGO SUS	DESCRIPTIVO COMPLETO	QUANTIDADE
1	43273	39840	413236	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 31CM X 36CM), comprimento total aproximado de 36 cm, comprimento da inserção ponta ao cuff 31cm e diâmetro aproximado de 15 (+/-1) FR, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	36
					CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X	

2	43274	39841	413238	07.02.10.001-3	35CM X 40CM), comprimento total aproximado de 40cm e diâmetro de 15 (+/-1)FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 35cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subsutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	120
3	42688	39842	413239	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 42CM X 47CM), comprimento total aproximado de 47 cm e diâmetro de 15 (+/-1)FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 42cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subsutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue extensão, com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	60
4	42687	39843	424768	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15 FR X 23CM X 28CM), comprimento total aproximado de 28 cm comprimento de inserção ponta ao cuff 23 cm e diâmetro aproximado de 15 (+/-1)FR, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subsutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	120
5	42686	39844	424768	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 19CM X 24CM), comprimento total aproximado de 24cm e diâmetro de 15 (+/-1)FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 19 cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subsutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue extensão, com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	204

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 522.913,56

O valor estimado, no presente documento, foi obtido a partir do valor de referência adotado como base na última Pesquisa de Preços realizada nesta SES/DF, pela Gerência de Pesquisa de Preços, conforme DOC. SEI - Relatório 63 (185819797), na ocasião da última licitação realizada para os itens a seguir. Assim, a estimativa do valor da contratação corresponde à somatória dos valores totais especificados abaixo:

Nº	ID PCA	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	CÓDIGO SUS	DESCRIPTIVO COMPLETO	QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	43273	39840	413236	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 31CM X 36CM), comprimento total aproximado de 36 cm, comprimento da inserção ponta ao cuff 31cm e diâmetro aproximado de 15 (+/-1) FR, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	36	R\$ 954,13	R\$ 34.348,68
2	43274	39841	413238	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 35CM X 40CM), comprimento total aproximado de 40cm e diâmetro de 15 (+/-1)FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 35cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	120	R\$ 904,47	R\$ 108.536,4
3	42688	39842	413239	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 42CM X 47CM), comprimento total aproximado de 47 cm e diâmetro de 15 (+/-1)FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 42cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue extensão, com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho	60	R\$ 1.125,67	R\$ 67.540,2

					para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.			
4	42687	39843	424768	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15 FR X 23CM X 28CM), comprimento total aproximado de 28 cm comprimento de inserção ponta ao cuff 23 cm e diâmetro aproximado de 15 (+/-1)FR, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	120	R\$ 964,47	R\$ 115.736,4
5	42686	39844	424768	07.02.10.001-3	CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 19CM X 24CM), comprimento total aproximado de 24cm e diâmetro de 15 (+/-1)FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 19 cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue extensão, com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	204	R\$ 964,47	R\$ 196.751,88
TOTAL GERAL							R\$ 522.913,56	

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Os itens objeto desta contratação são tecnicamente independentes entre si, podendo ser adquiridos de forma autônoma, sem prejuízo à prestação do serviço de hemodiálise. O parcelamento permite maior competitividade entre fornecedores, possibilitando a participação de empresas especializadas em determinados produtos, ampliando a disputa e garantindo melhores preços à Administração. Além disso, reduz o risco de desabastecimento, uma vez que

a eventual falha contratual de um fornecedor não comprometerá o fornecimento dos demais itens. Dessa forma, em atendimento ao princípio da economicidade e ao disposto na Lei nº 14.133/2021, opta-se pelo parcelamento da solução

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há necessidade de contratações correlatas

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens que são objetos deste Estudo Técnico Preliminar foram inseridos na Proposta ao Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, **referente aos exercícios 2026** conforme Processo SEI 00060-00165905/2025-77.

-MATERIAL									
-Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicos-Odontológicos, Laboratorial e Hospitalar									
Item	Status	Periodicidade e de Compra	Modalidade de Compra	Qtde Prevista	Vlr Unitário Estimado	Vlr Total Estimado	Prioridade	Sugestão de Data	
(ID 42686) - OPME cirúrgico CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 13CM X 24CM), comprimento total aproximado de 24cm e diâmetro de 15 (+/-)1FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 19 cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue extensão, com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	Aprovado	ANUAL	Pregão Eletrônico	204	R\$ 364,47	R\$ 196.751,88	Alta	Não definido.	
(ID 42687) - OPME cirúrgico CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15 FR X 23CM X 28CM), comprimento total aproximado de 28 cm comprimento de inserção ponta ao cuff 23 cm e diâmetro aproximado de 15 (+/-)1FR, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	Aprovado	ANUAL	Pregão Eletrônico	120	R\$ 364,47	R\$ 115.736,40	Alta	Não definido.	
(ID 42688) - OPME cirúrgico CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 42CM X 47CM), comprimento total aproximado de 47 cm e diâmetro de 15 (+/-)1FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 42cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue extensão, com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	Aprovado	ANUAL	Pregão Eletrônico	60	R\$ 1.125,67	R\$ 67.540,20	Alta	Não definido.	
(ID 43273) - OPME cirúrgico CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 31CM X 36CM), comprimento total aproximado de 36 cm, comprimento da inserção ponta ao cuff 31cm e diâmetro aproximado de 15 (+/-)1FR, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	Aprovado	ANUAL	Pregão Eletrônico	36	R\$ 354,13	R\$ 34.348,68	Alta	Não definido.	
(ID 43274) - OPME cirúrgico CATETER DUPLO LÚMEN DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE (15FR X 35CM X 40CM), comprimento total aproximado de 40cm e diâmetro de 15 (+/-)1FR, comprimento médio de inserção ponta ao cuff 35cm, confeccionado em silicone ou poliuretano com extremidade radiopaca, cuff de Dacron (anel de fixação subcutânea), com pelo menos dois orifícios de fluxo de entrada para manter o fluxo de sangue, extensão com pinça em linha e adaptador luer lock, com código de cores vermelho para fluxo de saída de sangue arterial e azul para sangue venoso, com tampas de vedação que permitam injeção, kit com cateter, agulha de punção, fio guia, dilatador tunelizador e bainha de introdução.	Aprovado	ANUAL	Pregão Eletrônico	120	R\$ 304,47	R\$ 108.536,40	Alta	Não definido.	

A vigência das atas de registro de preços ou de contratos de fornecimento não se restringem a apenas um exercício financeiro e valor previsto neste Estudo Técnico Preliminar corresponde à consolidação da demanda da SES/DF para o período de um ano. Logo, considerando a memória de cálculo constante do processo SEI, os quantitativos registrados não serão executados em sua totalidade em um único exercício financeiro.

A elaboração do Plano de Contratações Anual e o levantamento de necessidades, com vistas à elaboração da proposta de lei orçamentária anual, ocorrem simultaneamente na SES/DF.

Após a publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), o ajuste dos valores lançados no Plano de Contratações Anual (PCA) consideram os cortes orçamentários sofridos por cada Programa de Trabalho (PT) utilizado pela Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde (DIPRO). Foi realizada a adequação do valor total estimado de cada medicamento ou insumo para a saúde proporcionalmente ao corte sofrido por cada PT.

A contração será atendida pela seguinte dotação:

	23901
--	-------

Unidade Orçamentária:	
Programa de Trabalho:	10302620260160002
Natureza de Despesa:	339030
Modalidade:	ORDINÁRIO
Fonte de Recursos:	Indicamos como possíveis Fontes de Recurso: nº <b>138</b> do Ministério da Saúde (para pagamento do valor correspondente ao da tabela SUS) e a Fonte de Recurso nº <b>100</b> do Governo do Distrito Federal (para pagamento da diferença do valor SUS para o valor registrado no pregão).

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A efetivação da contratação contribui para a continuidade do abastecimento dos bens de consumo padronizados nesta SES /DF, bem como assegura a assistência aos usuários do SUS/DF.

## 13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica, em razão de tratar de bens de consumo de uso regular. Todavia, a SES/DF possui organização interna para o monitoramento da execução contratual.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

O risco ambiental apresentado pelos bens objeto dos autos está relacionado à produção de Resíduos de Serviço de Saúde, definidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de março de 2018 como "todos os resíduos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de resíduos de serviços de saúde", compreendidos como "todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal".

Assim, a fim de mitigar os riscos ambientais inerentes aos bens a serem adquiridos, esta SES/DF procederá com a adoção das medidas necessárias para o correto gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde gerados, em conformidade com a RDC supramencionada e com o PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE implementado no âmbito desta Secretaria.



## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

Os insumos objetos do presente processo consistem em bens padronizados como de abastecimento regular nesta Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF, sendo fundamentais para atender às demandas de saúde da população do Distrito Federal;

Considerando que a aquisição das OPME em comento encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual da SES/DF/Lei Orçamentária Anual - LOA. Considerando que o presente estudo indica a contratação em regime de Solicitação de Registro de Preço - SRP, e a consequente formalização de Ata de Registro de Preço - ARP, como o melhor meio de aquisição regular destes insumos;

Considerando que a licitação por Sistema de Registro de Preço não acarreta comprometimento imediato do orçamento desta Secretaria, de forma que a disponibilidade orçamentária será avaliada oportunamente a cada execução das Atas de Registro de Preço formalizadas; Com base nos dados obtidos a partir do presente estudo conclui-se que a aquisição do objeto é viável.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

### FRANCINARA MORAES CUNHA

RTD Nefrologista/Médico - Nefrologista pediatra



Assinou eletronicamente em 24/01/2026 às 15:41:25.

### BRUNO RIBEIRO FREIRE

Gerente de Programação de Órteses e Próteses e Materiais Especiais



Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 16:24:17.

Despacho: Gerente de Serviço de Internação

### IARA CAMPOS DE CARVALHO

Área Técnica



Assinou eletronicamente em 24/01/2026 às 15:33:47.

**TATIANE ARAUJO COSTA**

Diretora



*Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 16:35:04.*