

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

Estudo Técnico Preliminar 216/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 00060-00232794/2026-01

2. Descrição da necessidade

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para aquisição de insumos padronizados, com o intuito de manter o abastecimento regular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, de forma ininterrupta, bem como garantir a assistência aos usuários do SUS/DF.

As cirurgias demandam múltiplos sistemas de drenagem, como os por capilaridade e as drenagens tubulares, afim de que se evite a formação de coleções intracavitárias e objetivando a não acumulação do exudato.

Estes dispositivos são essenciais para uma boa recuperação pós-operatória.

Os Sistemas Fechados de Drenagem por Sucção tratam-se de sistema para drenagem de cavidades teciduais em que faz-se necessário pressão negativa por sucção para manter aderência dos tecidos e adequada cicatrização evitando seromas ou hematomas. Utilizado preferencialmente em centro cirúrgico no pós-operatório de pacientes com descolamento de tecidos.

Os drenos de tórax destinam-se à drenagem de cavidade torácica e/ou mediastinal. Utilizado em casos de derrame pleural, hemotorax, pneumotorax ou infecções desta cavidades. Utilizado nos serviços de prontoatendimentos, centro cirúrgico, UTI, ambulatórios e enfermarias; uso em pacientes no pós-operatório de cirurgias torácicas, cardíacas e abdominais. Utilizado em qualquer paciente adolescente ou adulto com as patologias acima citadas e não precisa de complemento para sua utilização.

Ressaltamos, ainda, drenos específicos usados para a drenagem das vias biliares extra-hepáticas, como os drenos em "T".

Não dispor de drenos cavitários pode tornar cirurgias que, em princípio, seriam simples, em potencialmente mais onerosas e inviabilizariam cirurgias como mastectomias por câncer, amputações de reto, amputações de membros, cirurgias ginecológicas com linfadenotomias ou a drenagem sentinela.

Os drenos diminuem a morbidade cirúrgica, facilitam o acompanhamento e sua ausência dificulta ou impede a realização de cirurgias de urgência e emergência. Os itens são muito importantes para assistência à saúde no contexto das cirurgias gerais e, no momento, insubstituíveis

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Gerência de Programação de Insumos para Saúde-GEPRO/DIPRO/SULOG /SEGEA/SES	Juliana Barbosa Lacerda

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Conforme a Lei nº 9.782/99, a Lei nº 6.437/1977, e suas atualizações e, em atendimento as Decisões nos 219/2016, 2731/2015 e 3401/2015 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, as empresas vencedoras deverão apresentar os documentos, para todos os itens, nos seguintes termos:

-Certificado de Registro de Produto (CRP) - em plena validade, inclusive para produtos importados expedido pela ANVISA, conforme RDC nº 185 /2001 e artigo 12 da Lei nº 6.360 de 23/09/1976. Não serão aceitos protocolos de solicitação de registro.

-Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou Autorização Especial (AE) quando se tratar de medicamentos ou substâncias, sujeitos a controle especial. Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou AE, podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) - destacando a empresa - ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA.

-Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) Estadual/ Municipal/ Distrital (vigente), conforme disposto na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto nº 74.170 de 10 de junho de 1974.

ITENS (1 a 6) QUE NÃO SERÃO ADQUIRIDOS POR LOTE					
ITEM	CÓDIGO SES -DF	CÓDIGO BR	CÓDIGO E-COMPRAS	DESCRIPTIVO COMPLETO	UNIDADE DE FORNECIMENTO
1	35128	438612	22235	SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUCÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 4,8MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	KIT
2	35129	438536	22175	SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUCÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 3,2MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no	KIT

				Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	
3	35130	438535	22174	SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUCÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 6,4MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	KIT
4	92230	438502	22167	DRENO EM T (KHER) N.º 14, estéril, descartável, acondicionado em embalagem individual.	UM
5	92231	438507	22165	DRENO EM T (KHER) N.º 16, estéril, descartável, acondicionado em embalagem individual.	UM
6	92236	440502	22155	Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó bioabsorvível, sem gaze, nº4, descartável, estéril.	UM
ITENS (7 a 11) A SEREM ADQUIRIDOS POR LOTE CONFORME DESPACHO DA ÁREA TÉCNICA (146360901)					
7	39087	438466	29821	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 24FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	UNIDADE
8	39088	438471	29820	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 28FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	UNIDADE
9	39089	438478	29819	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 32FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	UNIDADE

10	39090	438468	29818	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 36FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	UNIDADE
11	39091	619331	29817	SISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAX, com frasco reservatório, rígido. transparente, graduado, com tampa de vedação com 3 vias, respiro, filtro e com rosca total em elemento único e alção de transporte. tubo extensor em pvc atóxico, flexível, transparente, com no mínimo 120 cm de comprimento e pinça corta fluxo. capacidade de 2.000 ml. descartável. estéril.	UNIDADE

5. Levantamento de Mercado

Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pela Secretaria de Saúde, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG.

Para os bens a serem adquiridos existem um grande número de fornecedores existentes no mercado nacional, que oferecem materiais dentro das especificações solicitadas. O Pregão eletrônico tipo Registro de Preço foi a modalidade selecionada como a mais viável, tendo em vista atender necessidades contínuas recorrentes.

Os bens classificados como comuns possuem padrões de qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais no mercado.

A Pesquisa de Preços para estimativa do valor unitário máximo a ser aceito na licitação terá por base um Mapa de Preços a ser elaborado baseados nos procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal, autarquia e fundacional

6. Descrição da solução como um todo

Os itens a serem contratados enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, definidos na Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 6º, como “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado”.

De acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 44.330/2023, a licitação de bens desta natureza deverá ser realizada obrigatoriamente pela modalidade pregão eletrônico, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Para a contratação dos bens será adotado o Sistema de Registro de Preço - SRP, uma vez que, conforme previsto no Art. 190, do Decreto nº 44.330/2023, este procedimento será utilizado preferencialmente em casos de: ” I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes”, além de “V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração”.

Cabe ressaltar ainda que a formalização de Ata de Registro de Preço não gera obrigatoriedade da Administração em contratar todo o quantitativo licitado e, portanto, não compromete recurso que seria destinado à aquisição de bens de consumo.

Dessa forma, a solução da presente demanda será atendida por meio de Atas de Registro de Preços, as quais serão formalizadas por meio de Nota de Empenho de Despesa.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos a serem contratados foram baseados no Consumo Médio Mensal - CMM de cada item, obtido a partir do cálculo da média da série histórica do item (desconsiderados os valores iguais a zero ou negativos, bem como os consumos das unidades registrados nas unidades pertencentes ao IGESDF). O resultado é, então, multiplicado por 12, pois é o período de validade de uma Ata de Registro de Preço - ARP e como efeito é o prazo estipulado para utilizar o saldo disponível na ARP gerada, e acrescido de uma margem de segurança, para que haja quantitativo suficiente para execução, quando necessário. Desse modo, as quantidades registradas nesta contratação representam os quantitativos totais de cada item, para uma perspectiva de uso de 12 (doze) meses.

Entretanto, em determinadas situações, a previsão de demanda por combinar métodos quantitativos e qualitativos. Os métodos qualitativos poderão ser respaldados em Pareceres Técnicos, de caráter opinativo, emitidos pela Referência Técnica Distrital, a fim de subsidiar a elaboração dos processos de aquisição de insumos para a saúde ou ainda definir esses quantitativos na primeira aquisição, conforme estabelece os incisos XI e XII, do Art. 3º da Portaria nº 1032, de 17 de setembro de 2018.

Assim, a unidade requisitante, visando agir em conformidade com os normativos vigentes, prioriza os métodos quantitativos, quando houver expectativa de aquisição.

Desse modo, a tabela abaixo apresenta os bens e seus respectivos quantitativos a serem licitados:

ITENS (1 a 6) QUE NÃO SERÃO ADQUIRIDOS POR LOTE			
ITEM	CÓDIGO SES-DF	DESCRIPTIVO COMPLETO	QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO
1	35128	SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUCÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 4,8MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	1.736
2	35129	SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUCÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 3,2MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	829
		SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUCÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 6,4MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para	

3	35130	esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	462
4	92230	DRENO EM T (KHER) N.º 14, estéril, descartável, acondicionado em embalagem individual.	59
5	92231	DRENO EM T (KHER) N.º 16, estéril, descartável, acondicionado em embalagem individual.	88
6	92236	Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó bioabsorvível, sem gaze, nº4, descartável, estéril.	1.142
ITENS (7 a 11) A SEREM ADQUIRIDOS POR LOTE CONFORME DESPACHO DA ÁREA TÉCNICA (146360901)			
7	39087	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 24FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	171
8	39088	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 28FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	215
9	39089	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 32FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	441
10	39090	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 36FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	596
11	39091	SISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAX, com frasco reservatório, rígido. transparente, graduado, com tampa de vedação com 3 vias, respiro, filtro e com rosca total em elemento único e alção de transporte. tubo extensor em pvc atóxico, flexível, transparente, com no mínimo 120 cm de comprimento e pinça corta fluxo. capacidade de 2.000 ml. descartável. estéril.	1.420

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 155.530,86

O valor estimado, no presente documento, foi obtido a partir do valor de referência adotado como base na última Pesquisa de Preços realizada nesta SES/DF, pela Gerência de Pesquisa de Preços, conforme, **Relatório N° 983/2025 – SES/SECCIC/SUCOMP/DIAQ/GEPP (Doc. SEI/GDF 184907790)**, na ocasião da última licitação realizada para os itens a seguir. Assim, a estimativa do valor da contratação corresponde à somatória dos valores totais especificados abaixo:

ITENS (1 a 6) QUE NÃO SERÃO ADQUIRIDOS POR LOTE					
ITEM	CÓDIGO SES-DF	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO

1	35128	SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUCÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 4,8MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	1.736	R\$ 29,9000	R\$ 51.906,4000
2	35129	SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUCÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 3,2MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	829	R\$ 29,4450	R\$ 24.409,9050
3	35130	SISTEMA FECHADO DE DRENAGEM POR SUCÇÃO. Estéril, descartável, radiopaco, confeccionado em PVC siliconizado ou outro material compatível. Contendo cânula/agulha de 6,4MM de diâmetro e de reservatório graduado com capacidade de 400mL a 600mL. Apresentando conector em Y para vácuo de sucção, mecanismo antirefluxo, tampa para esvaziamento, tubo extensor e clamp plástico. Com transparência que permita a visualização da drenagem. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade de 75% da data de fabricação.	462	R\$ 29,8450	R\$ 13.788,3900
4	92230	DRENO EM T (KHER) N.º 14, estéril, descartável, acondicionado em embalagem individual.	59	R\$ 13,8800	R\$ 818,9200

5	92231	DRENO EM T (KHER) N.º 16, estéril, descartável, acondicionado em embalagem individual.	88	R\$ 13,8063	R\$ 1.214,9544
6	92236	Dreno cirúrgico de penrose, látex atóxico, com pó bioabsorvível, sem gaze, nº4, descartável, estéril.	1.142	R\$ 4,4500	R\$ 5.081,9000
ITENS (7 a 11) A SEREM ADQUIRIDOS POR LOTE CONFORME DESPACHO DA ÁREA TÉCNICA (146360901)					
7	39087	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 24FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	171	R\$ 5,8840	R\$ 1.006,1640
8	39088	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 28FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	215	R\$ 6,5500	R\$ 1.408,2500
9	39089	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 32FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	441	R\$ 6,3000	R\$ 2.778,3000
10	39090	DRENO DE TÓRAX EM PVC ATÓXICO, 36FR, transparente, flexível, multiperfurado, radiopaco, graduação centimetrada e identificação do calibre; 1 conector de cor translúcida tipo luer com calibre igual ao dreno. Estéril. Descartável.	596	R\$ 6,3300	R\$ 3.772,6800
11	39091	SISTEMA COLETOR PARA DRENO DE TÓRAX, com frasco reservatório, rígido. transparente, graduado, com tampa de vedação com 3 vias, respiro, filtro e com rosca total em elemento único e alção de transporte. tubo extensor em pvc atóxico, flexível, transparente, com no mínimo 120 cm de comprimento e pinça corta fluxo. capacidade de 2.000 ml. descartável. estéril.	1.420	R\$ 34,7500	R\$ 49.345,0000
TOTAL GERAL				R\$ 155.530,86	

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Os materiais de códigos 39087, 39088, 39089 e 39090 devem ser adquiridos EM LOTE com o material de código 39091 na proporção dos seus quantitativos individuais, pois a aquisição apenas dos drenos (códigos 39087, 39088, 39089 e 39090) inviabilizariam seu uso, assim como a aquisição do sistema coletor (código 39091), isoladamente, não terá utilidade.

Os demais códigos podem ser adquiridos individualmente.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verifica contratação correlatas nem interdependentes para viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens que são objetos deste Estudo Técnico Preliminar foram inseridos no Plano de Contratação Anual da Saúde de 2026, conforme código ID na tabela em anexo extraída do sistema e-compras conforme documento Relatório PCA 2026 (**Doc. link. 203057867**) em anexo a árvore do processo SEI GDF.

A vigência das atas de registro de preços ou de contratos de fornecimento não se restringe a apenas um exercício financeiro e valor previsto neste Estudo Técnico Preliminar corresponde à consolidação da demanda da SES/DF para o período de um ano. Logo, considerando a memória de cálculo constante do processo SEI, os quantitativos registrados não serão executados em sua totalidade em um único exercício financeiro.

A elaboração do Plano de Contratações Anual e o levantamento de necessidades, com vistas à Após a publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), o ajuste dos valores lançados no Plano de Contratações Anual (PCA) consideram os cortes orçamentários sofridos por cada Programa de Trabalho (PT) utilizado pela Diretoria de Programação de Materiais e Insumos para a Saúde (DIPRO). Foi realizada a adequação do valor total estimado de cada insumo para a saúde proporcionalmente ao corte sofrido por cada PT.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A efetivação da contratação contribui para a continuidade do abastecimento dos bens de consumo padronizados nesta SES/DF, bem como assegura a assistência aos usuários do SUS/DF.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica, em razão de tratar de bens de consumo de uso regular. Todavia, a SES/DF possui organização interna para o monitoramento da execução contratual.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O risco ambiental apresentado pelos bens objetos está relacionado produção de Resíduos de Serviço de Saúde, definidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de março de 2018 como "todos os resíduos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de resíduos de serviços de saúde", compreendidos como "todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal".

Assim, a fim de mitigar os riscos ambientais inerentes aos bens a serem adquiridos esta SES/DF procederá com a adoção das medidas necessárias para o correto gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde gerados, em conformidade com a RDC supramencionada e com o PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE implementado no âmbito desta Secretaria.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que os insumos objetos do presente processo consistem em bens padronizados como de abastecimento regular nesta Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF, sendo fundamentais para o atender às demandas de saúde da população do Distrito Federal;

Considerando que a aquisição dos referidos materiais encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual da SES/DF/Lei Orçamentária Anual - LOA; Considerando que o presente estudo indica a contratação em regime de Solicitação de Registro de Preço - SRP, e a consequente formalização de Ata de Registro de Preço - ARP, como o melhor meio de aquisição regular destes insumos;

Considerando que a licitação por Sistema de Registro de Preço não acarreta comprometimento imediato do orçamento desta Secretaria, de forma que a disponibilidade orçamentária será avaliada oportunamente a cada execução das Atas de Registro de Preço formalizadas;

Diante do exposto, com base nos dados obtidos a partir do presente estudo, esta Equipe de Planejamento conclui que a aquisição do objeto é viável.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

TATIANE ARAUJO COSTA

Diretora de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 17:00:00.

JULIANA BARBOSA LACERDA

Gerente de Programação de Insumos para a Saúde



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 09:25:52.

JULIA FENLEY ANTAS DE ABREU MARINHO

Enfermeira da de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 12:03:14.

CAROLINE NEIVA MENDES

RTD COLABORADORA DE CIRURGIA GERAL



Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 17:50:34.