

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF

Estudo Técnico Preliminar 444/2025**1. Informações Básicas**

Número do processo: 00060-00438269/2025-16

2. Descrição da necessidade

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para aquisição de insumos padronizados, com o intuito de manter o abastecimento regular da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, de forma ininterrupta, bem como garantir a assistência aos usuários do SUS/DF.

HIPOCLORITO DE SÓDIO – O Hipoclorito de Sódio é um saneante utilizado por profissionais que atuam na assistência e prestação de serviços de saúde aos usuários da rede SES/DF em diversos níveis de atenção.

A ausência do produto na rede, prejudica procedimentos de desinfecção de nível médio, em artigos semicríticos como: máscaras de nebulização, kits de nebulização e procedimentos odontológicos. O uso do Hipoclorito de Sódio apresenta vantagens como: baixa toxicidade, ação bactericida, fungicida, virucida, tuberculicida, além de fácil manuseio e baixo custo, garantindo a prevenção de riscos e danos à saúde do usuário e dos servidores que desenvolvem as suas ações na assistência à saúde da população.

COMPRESSA CIRURGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO – A aquisição de compressas campo operatório estéril é fundamental para a realização de diversos tipos de cirurgias, visando absorção de sangue, secreções e fluidos corpóreos. Realiza ainda a contenção de sangramentos de cavidades e proteção de órgãos e tecidos de maneira atraumática. Sua funcionalidade transpassa o processo intra-operatório, podendo ser utilizadas para realização de curativos exsudativos ou pós-cirúrgicos.

As compressas cirúrgicas são amplamente utilizadas em unidades de centro cirúrgico e sua ausência pode comprometer a realização de cirurgias eletivas e de emergência. Ademais, por serem altamente absorventes podem ser usadas em UTI, unidades de internação e em outros níveis de assistência, para curativos em pacientes que apresentem.

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO – São dispositivos de infusão que permitem à equipe de saúde uma via de acesso rápido capaz de prover a infusão de medicamentos e outras soluções em pacientes atendidos em todos os níveis de atenção da rede SES/DF.

A espessura ou calibre é consoante a viscosidade do fluido, bem como o calibre do vaso sanguíneo que se pretende alcançar. Geralmente, os de menor calibre (22 e 24) são mais usados em pacientes pediátricos e neonatais; os de calibre intermediário (18 e 20) utilizados no público adulto e os de maior calibre (14 e 16) destinados à pacientes atendidos em serviços de urgência e emergência ou que necessitem de acesso rápido e infusão de grandes volumes.

São dispositivos de consumo regular e de extrema importância. A aquisição visa atender as demandas dos serviços e dos usuários do serviço de saúde da SES/DF.

À ausência deste insumo acarretará prejuízo no atendimento e risco à saúde do usuário do sistema de saúde por comprometer a administração de medicamentos em unidades ambulatoriais e hospitalares, além de impossibilitar o acesso venoso rápido e seguro em situações de urgência e emergência.

PARAFORMALDEÍDO PARA AUTOCLAVES DE VBTF - Agente esterilizante utilizado em autoclaves de vapor a baixa temperatura e formaldeído (VBTF) que promove a alquilação e inativação de células mediante a coagulação de proteínas e metilação dos ácidos nucleicos, convertendo o formaldeído em um agente microbicida, virucida e esporicida de amplo espectro de atividade.

COLETOR DE URINA ABERTO – Trata-se de um saco coletor graduado destinado para drenagem e coleta de urina em pacientes adulto e pediátrico em sistema aberto. Tem como finalidade obter um controle aproximado do débito urinário, bem como coleta de amostra para exames laboratoriais que não exijam esterilidade da amostra. O coletor pediátrico possui adesivo para permitir a adaptação e coleta em crianças que não possuem controle esfinteriano. Utilizados em todos os níveis de atenção da rede SES/DF.

DISPOSITIVO SPIKE PARA PREPARO E RECONSTITUIÇÃO DE CITOSTÁTICOS - A aquisição do Filtro com Membrana Hidrófoba para preparação e reconstituição de citostáticos é importante, pois é um dispositivo de segurança que minimiza a geração de aerossóis e a ocorrência de acidentes durante a manipulação de citostáticos.

Toda preparação de soluções deve levar em conta a existência de pressões positivas no interior dos frascos criadas pela introdução de ar ou líquido do exterior, o que deve ser evitado, pois pode originar aerossóis e gotas no local de inserção da agulha. Para evitar este risco, deve-se usar filtros de arejamento, os quais são providos de uma membrana hidrófoba com poros de 0,22 µm, o que permite a saída de ar e não de medicamento.

EQUIPO INTERMEDIÁRIO 2 VIAS – Dispositivo usado para duplicar a via de acesso venoso, permitindo a conexão de dois equipos em uma única via de acesso (escalpe, cateter central). Tem como finalidade a infusão simultânea de duas substâncias distintas, porém, compatíveis em uma mesma via, diminuindo assim, a necessidade de punção de novos acessos.

A ausência acarretará prejuízo no atendimento ao usuário do sistema de saúde, comprometendo a qualidade da assistência prestada, além de exposição dos pacientes ao risco de infecção e flebite ao submetê-los a múltiplos acessos venosos e, conseqüentemente, aumentando os custos de sua internação.

TORNEIRA DESCARTÁVEL COM TRÊS VIAS, ESTÉRIL. - Dispositivo que permite realizar fluxo simultâneo ou a interrupção em qualquer uma das vias. É utilizado em pacientes críticos, em atendimentos do SAMU 192, Unidade de Pronto Atendimento, Pronto Socorros e UTI em todas as unidades de saúde da SES/DF.

Permite a conexão de dois equipos ou seringas em uma única via de acesso (escalpe, cateter central). Tem como finalidade a infusão de substâncias distintas por uma única via, diminuindo assim, a necessidade de punção de novos acessos.

A ausência acarretará prejuízo no atendimento ao usuário do sistema de saúde, comprometendo a qualidade da assistência prestada, além de exposição dos pacientes ao risco de infecção e flebite ao submetê-los a múltiplos acessos venosos e, conseqüentemente, aumentando os custos de sua internação.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Área Requisitante : Gerência de Programação de Insumos para Saúde-GEPRO/DIPRO/SULOG/SES	Juliana Barbosa Lacerda

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Documentos a serem apresentados estão descritos no Subitem 7.

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	CÓDIGO E-COMPRAS	DESCRIPTIVO COMPLETO	UNIDADE DE FORNECIMENTO
1	10960	437161	19442	HIPOCLORITO DE SODIO 1%, DESINFETANTE HOSPITALAR. Característica adicional: solução a 1% cloro ativo, desinfetante de nível intermediário para uso hospitalar. Característica adicional: solução a 1% cloro ativo. Líquido: límpido e livre de impurezas, embalado em frasco plástico opaco 5000 ml.	Medida: Frasco
				COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM NAO ESTERIL PACOTE COM 50 UND. Aplicação (finalidade): absorção de fluídos e sangue em cavidade cirúrgica. Material: 100 % algodão, com elemento radiopaco, alça de algodão, 04	

2	36725	623075	19735	camadas sobrepostas, cor branca, acabamento com auréola e bainha em overlock, com ausência de branco óptico, de amido, de sujidade e de fiapos, pesando, no mínimo 25 gramas por compressa; deve oferecer absorção imediata de fluídos e sangue, deve permitir lavagem, secagem e esterilização com o mínimo de encolhimento, mantendo o padrão de qualidade que permita o uso. Embalagem plástica que garanta proteção ao produto durante transporte até o momento do uso. Apresentação: pacote plástico com 50 unidades, não estéril. Unidade De Estoque: pacote (PCT)	Medida: Pacote
3	25240	437175	21855	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico. Material: poliuretano/teflon. Tamanho: diâmetro 14 G. Características Adicionais: agulha com bisel trifacetado e afiado em aço, polida, isenta de aspereza, que proporcione penetração suave e facilidade de punção, com protetor plástico, catéter intravenoso estéril, constituído de cânula em poliuretano radiopaco inerte, flexível, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com canhão na cor padrão (laranja) que possibilite perfeita adaptação à seringa e equipos, e com protetor plástico. Com câmara de refluxo transparente para visualização do refluxo sanguíneo, com filtro e tampa oclusiva tipo luer. Embalagem estéril que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Após abertura,	Medida: Unidade

				apresente evidências claras de que foi aberto, não permitindo selamento posterior. Apresentação: embalagem individual acondicionadas em caixa -	
4	25242	437177	21845	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico. Material: poliuretano/teflon. Tamanho: diâmetro 18 G. Características Adicionais: agulha com bisel trifacetado e afiado em aço, polida, isenta de aspereza, que proporcione penetração suave e facilidade de punção, com protetor plástico, catéter intravenoso estéril, constituído de cânula em poliuretano radiopaco inerte, flexível, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com canhão na cor padrão (verde) que possibilite perfeita adaptação à seringa e equipos, e com protetor plástico. Com câmara de refluxo transparente para visualização do refluxo sanguíneo, com filtro e tampa oclusiva tipo luer. Embalagem estéril que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Após abertura, apresente evidências claras de que foi aberto, não permitindo selamento posterior. Apresentação: embalagem individual acondicionadas em caixa	Medida: Unidade
				Paraformaldeído para Autoclaves de vapor a baixa temperatura e formaldeído (VBTF). Aplicação (finalidade): agente	

5	36685	375421	21750	esterilizante de uso em autoclaves de vapor a baixa temperatura e formaldeído. Composição: paraformaldeído >95%, sólido branco. Fórmula molecular HO-(CH₂O)_n-H. Número de referência química CAS 30525-89-4. Características adicionais: compatível com a Autoclave CISA Série 640, Modelo 6412, ter registro na Anvisa. Atender às normas EN 14180:2003, ABNT 15659: 2009 e RDC Anvisa 91/2008. Embalagem: frasco plástico opaco em dose única, tampa de rosca e lacre de alumínio que impeça a exposição humana durante a utilização do produto	Medida: Frasco
6	91090	619176	21194	COLETOR DE URINA ABERTO ADULTO, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: coletar diurese. Material: saco plástico transparente atóxico, Tamanho /Capacidade: 2.000 ml. Características Adicionais: sistema aberto descartável, unissex, com graduação de 100 em 100 ml que apresente a primeira graduação em 50 ml, corda para fechamento do saco coletor e local para identificação do paciente, que permita o uso da caneta esferográfica, não estéril. Apresentação: acondicionadas em embalagem plástica com 100 unidades. Unidade de Estoque: unidade (un). Código SES: 91090.	Medida: Unidade
				COLETOR DE URINA ABERTO INFANTIL, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: coletar diurese. Material: saco plástico transparente atóxico resistente e maleável. Tamanho/Capacidade:	

7	91091	619195	21193	capacidade de 100 ml. Características adicionais: sistema aberto, descartável, unissex, com graduação de 10 ml em 10 ml, com abertura abaulada na parte superior do coletor, acima da coluna de graduação, medindo aproximadamente 2,5 x 4,0 cm, parte adesiva não se desprenda do coletor, não deixe resíduos na pele, proteção do adesivo desprenda com facilidade da parte aderente do coletor, local para identificação do paciente, não estéril. Apresentação: embalagem individual. Unidade de Estoque: unidade (un). Código SES: 91091. BR0419390	Medida: Unidade
8	91092	419371	21192	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de urina através de uma sonda vesical. Tamanho/Capacidade: 2000 ml, tubo de drenagem com no mínimo 105 cm de comprimento, bolsa coletora com face posterior branca e anterior transparente, resistente, selagem segura, graduação mínima a cada 100ml, escala de graduação inferior para volumes menores que 100ml, válvula antirefluxo, conector universal protegido com tampa, pinça ajustável ao longo do tubo, local para coleta de amostra com membrana autovedável, suporte para fixação da bolsa ao leito, tubo de esvaziamento com sistema prático, fixado à bolsa. Clamp de fechamento firme, seguro ao manuseio e que não permita vazamentos. Apresentação: embalagem individual estéril. Unidade de Estoque: unidade (UN).	Medida: Unidade
				DISPOSITIVO SPIKE PARA PREPARO E	

9	37619	435879	22163	RECONSTITUIÇÃO DE CITOSTÁTICOS - Aplicação (finalidade): Dispositivo spike para preparação e reconstituição de citostáticos, com filtro de ar de 0,2 micra e filtragem de fluido que garanta o manuseio seguro e previna a contaminação microbiana, química e retenção de aerossóis. Características adicionais: Ponta perfurante de fácil penetração a todos os tipos de tampas de borracha, com conexão segura luer lock, produto estéril, atóxico e apirogênico. Apresentação: Embalagem individual que permita abertura em técnica asséptica, acondicionadas em caixas.	Medida: Unidade
10	91122	459694	22179	EQUIPO INTERMEDIÁRIO 2 VIAS, 15 CM (+/-2CM), ESTÉRIL. Aplicação: duplicador de vias acessos aos dispositivos de administração de soluções parenterais. Material: PVC atóxico, livre de látex. Características adicionais: descartável, com conectores que encaixe com perfeição em equipos, seringas, etc, com protetores adequados que garantam a esterilidade do produto, com corta fluxo em todas as vias que não permita passagem de líquido quando totalmente fechado; com tubo plástico, atóxico, com boa flexibilidade, transparente e diâmetro do tubo uniforme nas duas vias, com conector luer lock que proporcione encaixe perfeito em agulhas, cateteres endovenosos e com protetor. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou similar, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso.	Medida: Unidade

				Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	
11	91191	457481	21905	TORNEIRA DESCARTÁVEL COM TRÊS VIAS, ESTÉRIL. Aplicação: para ampliação da via de acesso venoso. Características: dividida em corpo e núcleo; o corpo da peça em plástico cristal deve possuir três vias com duas extremidades tipo luer lock e uma tipo macho com tampa; o núcleo em plástico opaco colorido deve possuir perfurações e o movimento de permitir ou bloquear o fluxo de líquidos através de movimento giratório da manopla, deve conter setas claramente visíveis na sua superfície indicando a liberação do fluxo; em tamanho padrão; que apresente perfeita adaptação aos dispositivos de infusão, não apresentando vazamento. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	Medida: Unidade

5. Sustentabilidade

O risco ambiental apresentado pelos bens objetos está relacionado produção de Resíduos de Serviço de Saúde, definidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de março de 2018 como "todos os resíduos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de resíduos de serviços de saúde", compreendidos como "todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal".

Assim, a fim de mitigar os riscos ambientais inerentes aos bens a serem adquiridos esta SES/DF procederá com a adoção das medidas necessárias para o correto gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde gerados, em conformidade com a RDC supramencionada e com o PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE implementado no âmbito desta Secretaria

6. Exigência de amostra

Documentação

Para a presente compra/contratação será exigida a apresentação de catálogos, fichas técnicas e/ou demais documentos relacionados ao objeto, para fins de avaliação técnica do produto ofertado.

A documentação deverá ser encaminhada no momento do cadastramento da proposta, e será analisada pela área técnica, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referência.

Amostra

A critério do parecerista, poderá ser solicitada a apresentação de amostras e/ou a realização de testes de desempenho para fins de avaliação conclusiva dos produtos.

As empresas licitantes provisoriamente classificadas em primeiro lugar deverão encaminhar, quando solicitado, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da convocação, 3 (três) amostra(s) de cada item indicado, sob pena de não aceitação da proposta.

A prorrogação do prazo para envio/recebimento da amostra poderá ser concedida mediante solicitação fundamentada do interessado, enviada pelo chat antes do vencimento.

A avaliação do pedido de prorrogação para o recebimento da(s) amostra(s) será realizada pelo operador do sistema de compras/contratação, desde que o produto esteja em trânsito. Para tanto, o fornecedor deverá comprovar que a postagem da(s) amostra(s) foi realizada dentro do prazo estabelecido, informando o código de rastreamento e o andamento da entrega por meio do endereço eletrônico ccomp.daq@saude.df.gov.br.

As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Central de Compras (Ccomp), SES/DF, localizada no SRTVN 701, Lote D, 2º andar, Edifício PO 700, CEP: 70.719-040, Brasília – DF, Telefone: (61) 3449-4178 ou 4179, no horário de 08h às 11h e de 13h às 17h, horário de Brasília – DF; de segunda a sexta-feira, exceto sábado, domingo e feriados. Contato e-mail: ccomp.daq@saude.df.gov.br.

A(s) amostras(s) deverão estar dentro do prazo de validade e devidamente identificada(s), preferencialmente com etiqueta(s) autocolante(s), constando o nome da empresa/fornecedor /representante, cnpj, correio eletrônico (e-mail) Telefone, número do edital e processo, nome da pessoa para contato e telefone, bem como número do item a que se refere(m).

O acondicionamento das amostras deve garantir a integridade do material, protegendo-o da ação da luz, poeira e umidade. As embalagens devem estar lacradas e apresentar, de forma legível, a marca do fabricante, validade, referência do material e descrição em língua portuguesa.

As amostras deverão ser apresentadas juntamente com Bulas/Rótulo que contenham a descrição em português detalhada do produto ofertado.

Não serão aceitas amostras com sinais de avarias, defeitos, danos ou que não estiverem devidamente embaladas e identificadas e não atenderem às especificações e requisitos acima descritos.

Os licitantes deverão disponibilizar, sem ônus, todas as condições necessárias à realização de testes, bem como fornecerem manuais em língua portuguesa, quando aplicável, para o correto manuseio dos produtos.

A Administração poderá utilizar todos os meios legais disponíveis para avaliação da qualidade dos produtos, podendo abrir, manusear, desmontar ou submeter os itens a testes, devolvendo-os ao licitante no estado em que se encontrarem ao final da análise.

Serão utilizados para o julgamento de aceitabilidade do produto ofertado os critérios objetivos deste Termo de Referência e relacionados no Apêndice IV (Protocolo de Avaliação de Amostras);

Os resultados da avaliação técnica serão divulgados por meio de mensagem no sistema eletrônico.

Caso as amostras do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar não sejam aprovadas, será analisada a proposta subsequente, aplicando-se o mesmo procedimento até que se encontre uma amostra que atenda às exigências do Termo de Referência.

As amostras aprovadas serão destinadas às unidades competentes da SES/DF, com a finalidade de análise comparativa dos produtos entregues, logo, não serão devolvidas ao fornecedor.

Compete exclusivamente ao licitante o ônus pelo envio e pela retirada das amostras não aprovadas.

Após a homologação do certame, as amostras não aprovadas deverão ser retiradas pelos respectivos fornecedores no prazo de 07 (sete) dias úteis. O não cumprimento deste prazo autoriza a Administração a proceder ao descarte, sem direito a ressarcimento.

7. Documentos a serem apresentados

A documentação a ser apresentada no momento da formalização da contratação são os seguintes:

Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou Autorização Especial (AE) quando se tratar de medicamentos ou substâncias, sujeitos a controle especial. Deverá ser apresentada a concessão (data de cadastro) da AFE ou AE, podendo ser cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU) - destacando a empresa ou espelho de consulta da AFE ou AE disponível no site da ANVISA;

Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) Estadual/ Municipal/ Distrital (vigente), conforme disposto na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, regulamentado no Decreto nº 74.170 de 10 de junho de 1974;

A empresa deverá apresentar **Certificado de Registro de Produto** em plena validade, inclusive para produtos importados; ou protocolo de revalidação do Certificado de Registro de Produto, expedido pela ANVISA, conforme RDC nº 185/2001 e artigo 12 da Lei nº 6.360 de 23/09/1976. Não serão aceitos protocolos de solicitação de registro.

Anexo à proposta, para o item **cód. SES 36685 PARAFORMALDEÍDO PARA AUTOCLAVES DE VBTF**, além dos documentos elencados acima, o licitante deverá apresentar **FICHA DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS QUÍMICOS (FISPQ)**, **LAUDOS DOS TESTES BIOLÓGICOS QUE COMPROVEM A AÇÃO DO PRODUTO** e catálogos atualizados referentes ao item cotado, para demonstração de atendimento aos requisitos das descrições técnicas, ou o(s) endereço(s) do(s) site(s) que possua(m) as referidas especificações, para fins de eventuais esclarecimentos que possam surgir.

8. Exigência de qualificação técnica

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. Indicação de marcas e modelos

Não há necessidade de indicação de marcas ou modelos.

10. Da vedação de utilização de marca/produto

Não há necessidade de vedação de marca/produto

11. Da exigência da Carta de Solidariedade

Não há necessidade da apresentação de carta de solidariedade

12. Critério de seleção de fornecedor

Os produtos da proposta deverão ter "compatibilidade de especificação técnica e de desempenho";

As proponentes deverão apresentar propostas em consonância com as especificações técnicas deste documento com respectivas marcas, modelos e preços dos produtos ofertados;

É indispensável o parecer técnico para os produtos deste ETP;

A proposta da empresa deve estar em papel timbrado, datada, assinada, com especificações em conformidade com o solicitado, contendo indicação clara e detalhada do produto, contendo descrição clara e detalhada do registro do produto junto à ANVISA, bem como a validade para cada produto ofertado;

A proposta deverá conter: Nome da proponente, endereço completo, números do CNPJ e da Inscrição Estadual ou no Distrito Federal; Preço unitário e total do(s) item(s), devendo estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação (Havendo divergência entre os preços unitários e total prevalecerá o primeiro, e se a divergência for entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso;

Em caso de produto importado, a empresa deverá traduzir para a língua portuguesa, brasileira e autenticar todos os documentos que apresentar à SES/DF, por ocasião de alguma resposta ou comprovação por tradutor público juramentado e consularizado;

A empresa deverá apresentar "Declaração de Compromisso", comprometendo-se a apresentar, no momento solicitado, a AFE (Autorização de Funcionamento de Empresa), CRP (Certificado de Registro do Produto), Alvará/Licença Sanitária.

A proposta deve conter correio eletrônico (e-mail) válido para eventuais comunicações, inclusive notificações financeiras.

13. Levantamento de Mercado

Item dispensado conforme § 2º do inciso XI do Artº 18 da Lei Nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, que dispõe da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Tal fato justifica-se por tratar de insumos de uso regular e obrigatório conforme legislações vigentes.

14. Descrição da solução como um todo

Os itens a serem contratados enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns, definidos na Lei nº 14.133/2021, em seu Art. 6º, como “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado”.

De acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 44.330/2023, a licitação de bens desta natureza deverá ser realizada obrigatoriamente pela modalidade pregão eletrônico, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

Para a contratação dos bens será adotado o Sistema de Registro de Preço - SRP, uma vez que, conforme previsto no Art. 190, do Decreto nº 44.330/2023, este procedimento será utilizado preferencialmente em casos de: “I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes”, além de “V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração”.

Cabe ressaltar ainda que a formalização de Ata de Registro de Preço não gera obrigatoriedade da Administração em contratar todo o quantitativo licitado e, portanto, não compromete recurso que seria destinado à aquisição de bens de consumo.

Dessa forma, a solução da presente demanda será atendida por meio de Atas de Registro de Preços, as quais serão formalizadas por meio de Nota de Empenho de despesa.

15. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos a serem contratados foram baseados no Consumo Médio Mensal - CMM de

cada item, obtido a partir do cálculo da média da série histórica do item (desconsiderados os valores iguais a zero ou negativos, bem como os consumos das unidades registrados nas unidades pertencentes ao IGESDF). O resultado é, então, multiplicado por 12, pois é o período de validade de uma Ata de Registro de Preço - ARP e como efeito é o prazo estipulado para o utilizar o saldo disponível na ARP gerada, e acrescido de uma margem de segurança, para que haja quantitativo suficiente para execução, quando necessário. Desse modo, as quantidades registradas nesta contratação representam os quantitativos totais de cada item, para uma perspectiva de uso de 12 (doze) meses.

Entretanto, em determinadas situações, a previsão de demanda por combinar métodos quantitativos e qualitativos. Os métodos qualitativos poderão ser respaldados em Pareceres Técnicos, de caráter opinativo, emitidos pela Referência Técnica Distrital, a fim de subsidiar a elaboração dos processos de aquisição de insumos para a saúde ou ainda definir esses quantitativos na primeira aquisição, conforme estabelece os incisos XI e XII, do Art. 3º da Portaria nº 1032, de 17 de setembro de 2018.

Assim, a unidade requisitante, visando agir em conformidade com os normativos vigentes, prioriza os métodos quantitativos, quando houver expectativa de aquisição.

Desse modo, a tabela abaixo apresenta os bens e seus respectivos quantitativos a serem licitados:

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	DESCRIPTIVO COMPLETO	QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO
1	10960	437161	HIPOCLORITO DE SODIO 1%, DESINFETANTE HOSPITALAR. Característica adicional: solução a 1% cloro ativo, desinfetante de nível intermediário para uso hospitalar. Característica adicional: solução a 1% cloro ativo. Líquido: límpido e livre de impurezas, embalado em frasco plástico opaco 5000 ml.	4.427
2	36725	623075	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM NAO ESTERIL PACOTE COM 50 UND. Aplicação (finalidade): absorção de fluídos e sangue em cavidade cirúrgica. Material: 100 % algodão, com elemento radiopaco, alça de algodão, 04 camadas sobrepostas, cor branca, acabamento com auréola e bainha em overlock, com ausência de branco óptico, de amido, de sujidade e de fiapos, pesando, no mínimo 25 gramas por compressa; deve oferecer absorção imediata de fluídos e sangue, deve permitir lavagem, secagem e esterilização com o mínimo de encolhimento, mantendo o padrão de qualidade que permita o uso. Embalagem plástica que garanta proteção ao produto durante transporte até o momento do uso. Apresentação: pacote plástico com 50 unidades, não estéril. Unidade De Estoque: pacote (PCT)	7.410
3	25240	437175	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico. Material: poliuretano/teflon. Tamanho: diâmetro 14 G. Características Adicionais: agulha com bisel trifacetado e afiado em aço, polida, isenta de aspereza, que proporcione penetração suave e facilidade de punção, com protetor plástico, catéter intravenoso estéril, constituído de cânula em poliuretano radiopaco inerte, flexível, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com canhão na cor padrão (laranja) que possibilite perfeita adaptação à	27.087

			seringa e equipos, e com protetor plástico. Com câmara de refluxo transparente para visualização do refluxo sanguíneo, com filtro e tampa oclusiva tipo luer. Embalagem estéril que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Após abertura, apresente evidências claras de que foi aberto, não permitindo selamento posterior. Apresentação: embalagem individual acondicionadas em caixa -	
4	25242	437177	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico. Material: poliuretano/teflon. Tamanho: diâmetro 18 G. Características Adicionais: agulha com bisel trifacetado e afiado em aço, polida, isenta de aspereza, que proporcione penetração suave e facilidade de punção, com protetor plástico, catéter intravenoso estéril, constituído de cânula em poliuretano radiopaco inerte, flexível, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com canhão na cor padrão (verde) que possibilite perfeita adaptação à seringa e equipos, e com protetor plástico. Com câmara de refluxo transparente para visualização do refluxo sanguíneo, com filtro e tampa oclusiva tipo luer. Embalagem estéril que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Após abertura, apresente evidências claras de que foi aberto, não permitindo selamento posterior. Apresentação: embalagem individual acondicionadas em caixa	268.850
5	36685	375421	Paraformaldeído para Autoclaves de vapor a baixa temperatura e formaldeído (VBTF). Aplicação (finalidade): agente esterilizante de uso em autoclaves de vapor a baixa temperatura e formaldeído. Composição: paraformaldeído >95%, sólido branco. Fórmula molecular HO-(CH₂O)_n-H. Número de referência química CAS 30525-89-4. Características adicionais: compatível com a Autoclave CISA Série 640, Modelo	616

			6412, ter registro na Anvisa. Atender às normas EN 14180:2003, ABNT 15659: 2009 e RDC Anvisa 91/2008. Embalagem: frasco plástico opaco em dose única, tampa de rosca e lacre de alumínio que impeça a exposição humana durante a utilização do produto	
6	91090	619176	COLETOR DE URINA ABERTO ADULTO, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: coletar diurese. Material: saco plástico transparente atóxico, Tamanho /Capacidade: 2.000 ml. Características Adicionais: sistema aberto descartável, unissex, com graduação de 100 em 100 ml que apresente a primeira graduação em 50 ml, corda para fechamento do saco coletor e local para identificação do paciente, que permita o uso da caneta esferográfica, não estéril. Apresentação: acondicionadas em embalagem plástica com 100 unidades. Unidade de Estoque: unidade (un). Código SES: 91090.	2.550.763
7	91091	619195	COLETOR DE URINA ABERTO INFANTIL, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: coletar diurese. Material: saco plástico transparente atóxico resistente e maleável. Tamanho/Capacidade: capacidade de 100 ml. Características adicionais: sistema aberto, descartável, unissex, com graduação de 10 ml em 10 ml, com abertura abaulada na parte superior do coletor, acima da coluna de graduação, medindo aproximadamente 2,5 x 4,0 cm, parte adesiva não se desprenda do coletor, não deixe resíduos na pele , proteção do adesivo desprenda com facilidade da parte aderente do coletor, local para identificação do paciente , não estéril. Apresentação: embalagem individual. Unidade de Estoque: unidade (un). Código SES: 91091. BR0419390	60.201
			COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de urina através de uma sonda vesical. Tamanho/Capacidade: 2000 ml, tubo de drenagem com no mínimo 105 cm de comprimento, bolsa coletora com face posterior branca e anterior transparente, resistente, selagem segura, graduação mínima a cada 100ml, escala de graduação inferior para volumes menores que 100ml, válvula	

8	91092	419371	antirefluxo, conector universal protegido com tampa, pinça ajustável ao longo do tubo, local para coleta de amostra com membrana autovedável, suporte para fixação da bolsa ao leito, tubo de esvaziamento com sistema prático, fixado à bolsa. Clamp de fechamento firme, seguro ao manuseio e que não permita vazamentos. Apresentação: embalagem individual estéril. Unidade de Estoque: unidade (UN).	44.496
9	37619	435879	DISPOSITIVO SPIKE PARA PREPARO E RECONSTITUIÇÃO DE CITOSTÁTICOS - Aplicação (finalidade): Dispositivo spike para preparação e reconstituição de citostáticos, com filtro de ar de 0,2 micra e filtragem de fluido que garanta o manuseio seguro e previna a contaminação microbiana, química e retenção de aerossóis. Características adicionais: Ponta perfurante de fácil penetração a todos os tipos de tampas de borracha, com conexão segura luer lock, produto estéril, atóxico e apirogênico. Apresentação: Embalagem individual que permita abertura em técnica asséptica, acondicionadas em caixas.	2.940
10	91122	459694	EQUIPO INTERMEDIÁRIO 2 VIAS, 15 CM (+/-2CM), ESTÉRIL. Aplicação: duplicador de vias acessos aos dispositivos de administração de soluções parenterais. Material: PVC atóxico, livre de látex. Características adicionais: descartável, com conectores que encaixe com perfeição em equipos, seringas, etc, com protetores adequados que garantam a esterilidade do produto, com corta fluxo em todas as vias que não permita passagem de líquido quando totalmente fechado; com tubo plástico, atóxico, com boa flexibilidade, transparente e diâmetro do tubo uniforme nas duas vias, com conector luer lock que proporcione encaixe perfeito em agulhas, cateteres endovenosos e com protetor. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou similar, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	429.573

11	91191	457481	TORNEIRA DESCARTÁVEL COM TRÊS VIAS, ESTÉRIL. Aplicação: para ampliação da via de acesso venoso. Características: dividida em corpo e núcleo; o corpo da peça em plástico cristal deve possuir três vias com duas extremidades tipo luer lock e uma tipo macho com tampa; o núcleo em plástico opaco colorido deve possuir perfurações e o movimento de permitir ou bloquear o fluxo de líquidos através de movimento giratório da manopla, deve conter setas claramente visíveis na sua superfície indicando a liberação do fluxo; em tamanho padrão; que apresente perfeita adaptação aos dispositivos de infusão, não apresentando vazamento. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	201.704
----	-------	--------	--	---------

16. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 2.607.486,52

O valor estimado, no presente documento, foi obtido a partir do valor de referência adotado como base na última Pesquisa de Preços realizada nesta SES/DF, pela Gerência de Pesquisa de Preços, conforme DOC. SEI - Relatório SEI-GDF n.º 210 /2025 - SES/SUAG/DIAQ/GEPP (165062070) para o código 36685, para os códigos 91090, 91091 e 91092 conforme DOC. SEI - Relatório SEI-GDF n.º 20/2025 - SES/SUAG/DIAQ/GEPP (160072935), para os códigos 37619, 91122 e 91091 c onforme DOC. SEI - Relatório SEI-GDF n.º 913/2025 - SES/SUAG/DIAQ/GEPP (182961345) e demais códigos Relatório SEI-GDF n.º 362/2025 (168343073) , na ocasião da última licitação realizada para os itens a seguir.

Assim, a estimativa do valor da contratação corresponde à somatória dos valores totais especificados abaixo:

ITEM	CÓDIGO SES	CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO ANUAL ESTIMADO	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	10960	437161	HIPOCLORITO DE SODIO 1%, DESINFETANTE HOSPITALAR. Característica adicional: solução a 1% cloro ativo, desinfetante de nível intermediário para uso hospitalar. Característica	4.427	R\$ 10,7500	R\$ 47.590,2500

			adicional: solução a 1% cloro ativo. Líquido: límpido e livre de impurezas, embalado em frasco plástico opaco 5000 ml.			
2	36725	623075	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM NAO ESTERIL PACOTE COM 50 UND. Aplicação (finalidade): absorção de fluídos e sangue em cavidade cirúrgica. Material: 100 % algodão, com elemento radiopaco, alça de algodão, 04 camadas sobrepostas, cor branca, acabamento com auréola e bainha em overlock, com ausência de branco óptico, de amido, de sujidade e de fiapos, pesando, no mínimo 25 gramas por compressa; deve oferecer absorção imediata de fluídos e sangue, deve permitir lavagem, secagem e esterilização com o mínimo de encolhimento, mantendo o padrão de qualidade que permita o uso. Embalagem plástica que garanta proteção ao produto durante transporte até o momento do uso. Apresentação: pacote plástico com 50 unidades, não estéril. Unidade De Estoque: pacote (PCT)	7.410	R\$ 63,9000	R\$ 473.499,0000
			CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico. Material: poliuretano/teflon. Tamanho: diâmetro 14 G. Características Adicionais: agulha com bisel trifacetado e afiado em aço, polida, isenta de aspereza, que			

3	25240	437175	proporcione penetração suave e facilidade de punção, com protetor plástico, catéter intravenoso estéril, constituído de cânula em poliuretano radiopaco inerte, flexível, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com canhão na cor padrão (laranja) que possibilite perfeita adaptação à seringa e equipos, e com protetor plástico. Com câmara de refluxo transparente para visualização do refluxo sanguíneo, com filtro e tampa oclusiva tipo luer. Embalagem estéril que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Após abertura, apresente evidências claras de que foi aberto, não permitindo selamento posterior. Apresentação: embalagem individual acondicionadas em caixa -	27.087	R\$ 1,6850	R\$ 45.641,5950
			CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico. Material: poliuretano/teflon. Tamanho: diâmetro 18 G. Características Adicionais: agulha com bisel trifacetado e afiado em aço, polida, isenta de aspereza, que proporcione penetração suave e facilidade de punção, com protetor plástico, catéter intravenoso estéril, constituído de cânula em poliuretano radiopaco inerte, flexível, e que não			

4	25242	437177	provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com canhão na cor padrão (verde) que possibilite perfeita adaptação à seringa e equipos, e com protetor plástico. Com câmara de refluxo transparente para visualização do refluxo sanguíneo, com filtro e tampa oclusiva tipo luer. Embalagem estéril que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Após abertura, apresente evidências claras de que foi aberto, não permitindo selamento posterior. Apresentação: embalagem individual acondicionadas em caixa	268.850	R\$ 1,6800	R\$ 451.668,0000
5	36685	375421	Paraformaldeído para Autoclaves de vapor a baixa temperatura e formaldeído (VBTF). Aplicação (finalidade): agente esterilizante de uso em autoclaves de vapor a baixa temperatura e formaldeído. Composição: paraformaldeído >95%, sólido branco. Fórmula molecular HO-(CH₂O)_n-H. Número de referência química CAS 30525-89-4. Características adicionais: compatível com a Autoclave CISA Série 640, Modelo 6412, ter registro na Anvisa. Atender às normas EN 14180:2003, ABNT 15659: 2009 e RDC Anvisa 91 /2008. Embalagem: frasco plástico opaco em dose única, tampa de rosca e	616	R\$ 47,0144	R\$ 28.960,8704

			lacre de alumínio que impeça a exposição humana durante a utilização do produto			
6	91090	619176	COLETOR DE URINA ABERTO ADULTO, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: coletar diurese. Material: saco plástico transparente atóxico, Tamanho /Capacidade: 2.000 ml. Características Adicionais: sistema aberto descartável, unissex, com graduação de 100 em 100 ml que apresente a primeira graduação em 50 ml, corda para fechamento do saco coletor e local para identificação do paciente, que permita o uso da caneta esferográfica, não estéril. Apresentação: acondicionadas em embalagem plástica com 100 unidades. Unidade de Estoque: unidade (un). Código SES: 91090.	2.550.763	R\$ 0,3267	R\$ 833.334,2721
7	91091	619195	COLETOR DE URINA ABERTO INFANTIL, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: coletar diurese. Material: saco plástico transparente atóxico resistente e maleável. Tamanho /Capacidade: capacidade de 100 ml. Características adicionais: sistema aberto, descartável, unissex, com graduação de 10 ml em 10 ml, com abertura abaulada na parte superior do coletor, acima da coluna de graduação, medindo aproximadamente 2,5 x 4,0 cm, parte adesiva não se desprenda do coletor, não deixe resíduos na pele, proteção do adesivo desprenda com facilidade da parte aderente do coletor, local para identificação do paciente, não estéril.	60.201	R\$ 0,3750	R\$ 22.575,3750

			Apresentação: embalagem individual. Unidade de Estoque: unidade (un). Código SES: 91091. BR0419390			
8	91092	419371	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de urina através de uma sonda vesical. Tamanho /Capacidade: 2000 ml, tubo de drenagem com no mínimo 105 cm de comprimento, bolsa coletora com face posterior branca e anterior transparente, resistente, selagem segura, graduação mínima a cada 100ml, escala de graduação inferior para volumes menores que 100ml, válvula antirefluxo, conector universal protegido com tampa, pinça ajustável ao longo do tubo, local para coleta de amostra com membrana autovedável, suporte para fixação da bolsa ao leito, tubo de esvaziamento com sistema prático, fixado à bolsa. Clamp de fechamento firme, seguro ao manuseio e que não permita vazamentos. Apresentação: embalagem individual estéril. Unidade de Estoque: unidade (UN).	44.496	R\$ 2,9900	R\$ 133.043,0400
			DISPOSITIVO SPIKE PARA PREPARO E RECONSTITUIÇÃO DE CITOSTÁTICOS - Aplicação (finalidade): Dispositivo spike para preparação e reconstituição de citostáticos, com filtro de ar de 0,2 micra e filtração de fluido que garanta o manuseio seguro e previna a contaminação			

9	37619	435879	microbiana, química e retenção de aerossóis. Características adicionais: Ponta perfurante de fácil penetração a todos os tipos de tampas de borracha, com conexão segura luer lock, produto estéril, atóxico e apirogênico. Apresentação: Embalagem individual que permita abertura em técnica asséptica, acondicionadas em caixas.	2.940	R\$ 23,6950	R\$ 69.663,3000
10	91122	459694	EQUIPO INTERMEDIÁRIO 2 VIAS, 15 CM (+/-2CM), ESTÉRIL. Aplicação: duplicador de vias acessos aos dispositivos de administração de soluções parenterais. Material: PVC atóxico, livre de látex. Características adicionais: descartável, com conectores que encaixe com perfeição em equipamentos, seringas, etc, com protetores adequados que garantam a esterilidade do produto, com corta fluxo em todas as vias que não permita passagem de líquido quando totalmente fechado; com tubo plástico, atóxico, com boa flexibilidade, transparente e diâmetro do tubo uniforme nas duas vias, com conector luer lock que proporcione encaixe perfeito em agulhas, cateteres endovenosos e com protetor. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou similar, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação:	429.573	R\$ 0,8200	R\$ 352.249,8600

			embalagem individual acondicionada em caixa.			
11	91191	457481	TORNEIRA DESCARTÁVEL COM TRÊS VIAS, ESTÉRIL. Aplicação: para ampliação da via de acesso venoso. Características: dividida em corpo e núcleo; o corpo da peça em plástico cristal deve possuir três vias com duas extremidades tipo luer lock e uma tipo macho com tampa; o núcleo em plástico opaco colorido deve possuir perfurações e o movimento de permitir ou bloquear o fluxo de líquidos através de movimento giratório da manopla, deve conter setas claramente visíveis na sua superfície indicando a liberação do fluxo; em tamanho padrão; que apresente perfeita adaptação aos dispositivos de infusão, não apresentando vazamento. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	201.704	R\$ 0,7400	R\$ 149.260,9600
TOTAL GERAL					R\$ 2.607.486,52	

17. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Esta área técnica assistencial não vê óbice na aplicação dos benefícios para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte dos itens contidos neste Estudo Técnico Preliminar, conforme o preconizado pela legislação vigente.

18. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

A tabela a seguir apresenta detalhadamente a atual situação de aquisição dos materiais objeto deste Estudo Técnico Preliminar, tais como o último processo de aquisição regular em que o item esteve inserido:

ITEM	CÓDIGO SES	DESCRIÇÃO COMPLETA	PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR
1	10960	HIPOCLORITO DE SODIO 1%, DESINFETANTE HOSPITALAR. Característica adicional: solução a 1% cloro ativo, desinfetante de nível intermediário para uso hospitalar. Característica adicional: solução a 1% cloro ativo. Líquido: límpido e livre de impurezas, embalado em frasco plástico opaco 5000 ml.	00060-00581992 /2024-25 Fracassado (por documentação)
2	36725	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM NAO ESTERIL PACOTE COM 50 UND. Aplicação (finalidade): absorção de fluídos e sangue em cavidade cirúrgica. Material: 100 % algodão, com elemento radiopaco, alça de algodão, 04 camadas sobrepostas, cor branca, acabamento com auréola e bainha em overlock, com ausência de branco óptico, de amido, de sujidade e de fiapos, pesando, no mínimo 25 gramas por compressa; deve oferecer absorção imediata de fluídos e sangue, deve permitir lavagem, secagem e esterilização com o mínimo de encolhimento, mantendo o padrão de qualidade que permita o uso. Embalagem plástica que garanta proteção ao produto durante transporte até o momento do uso. Apresentação: pacote plástico com 50 unidades, não estéril. Unidade De Estoque: pacote (PCT)	00060-00581992 /2024-25 Fracassado (por documentação)
		CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 14G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico. Material: poliuretano/teflon. Tamanho: diâmetro 14 G. Características Adicionais: agulha com bisel trifacetado e afiado em aço, polida,	

3	25240	isenta de aspereza, que proporcione penetração suave e facilidade de punção, com protetor plástico, catéter intravenoso estéril, constituído de cânula em poliuretano radiopaco inerte, flexível, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com canhão na cor padrão (laranja) que possibilite perfeita adaptação à seringa e equipos, e com protetor plástico. Com câmara de refluxo transparente para visualização do refluxo sanguíneo, com filtro e tampa oclusiva tipo luer. Embalagem estéril que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Após abertura, apresente evidências claras de que foi aberto, não permitindo selamento posterior. Apresentação: embalagem individual acondicionadas em caixa -	00060-00581992 /2024-25 Fracassado (por preço)
4	25242	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO 18G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico. Material: poliuretano/teflon. Tamanho: diâmetro 18 G. Características Adicionais: agulha com bisel trifacetado e afiado em aço, polida, isenta de aspereza, que proporcione penetração suave e facilidade de punção, com protetor plástico, catéter intravenoso estéril, constituído de cânula em poliuretano radiopaco inerte, flexível, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com canhão na cor padrão (verde) que possibilite perfeita adaptação à seringa e equipos, e com protetor plástico. Com câmara de refluxo transparente para visualização do refluxo sanguíneo, com filtro e tampa oclusiva tipo luer. Embalagem estéril que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Após abertura, apresente evidências claras de que foi aberto, não permitindo selamento posterior. Apresentação: embalagem individual acondicionadas em caixa	00060-00581992 /2024-25 Fracassado (por preço)
		Paraformaldeído para Autoclaves de vapor a baixa temperatura e formaldeído (VBTF). Aplicação (finalidade): agente esterilizante de uso em autoclaves de vapor a baixa temperatura e formaldeído.	

5	36685	Composição: paraformaldeído >95%, sólido branco. Fórmula molecular HO-(CH₂O)_n-H. Número de referência química CAS 30525-89-4. Características adicionais: compatível com a Autoclave CISA Série 640, Modelo 6412, ter registro na Anvisa. Atender às normas EN 14180:2003, ABNT 15659: 2009 e RDC Anvisa 91/2008. Embalagem: frasco plástico opaco em dose única, tampa de rosca e lacre de alumínio que impeça a exposição humana durante a utilização do produto	00060-00407239 /2024-79 Deserto (inexistência de proposta)
6	91090	COLETOR DE URINA ABERTO ADULTO, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: coletar diurese. Material: saco plástico transparente atóxico, Tamanho /Capacidade: 2.000 ml. Características Adicionais: sistema aberto descartável, unissex, com graduação de 100 em 100 ml que apresente a primeira graduação em 50 ml, corda para fechamento do saco coletor e local para identificação do paciente, que permita o uso da caneta esferográfica, não estéril. Apresentação: acondicionadas em embalagem plástica com 100 unidades. Unidade de Estoque: unidade (un). Código SES: 91090.	00060-00354063 /2024-45
7	91091	COLETOR DE URINA ABERTO INFANTIL, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: coletar diurese. Material: saco plástico transparente atóxico resistente e maleável. Tamanho/Capacidade: capacidade de 100 ml. Características adicionais: sistema aberto, descartável, unissex, com graduação de 10 ml em 10 ml, com abertura abaulada na parte superior do coletor, acima da coluna de graduação, medindo aproximadamente 2,5 x 4,0 cm, parte adesiva não se desprenda do coletor, não deixe resíduos na pele, proteção do adesivo desprenda com facilidade da parte aderente do coletor, local para identificação do paciente, não estéril. Apresentação: embalagem individual. Unidade de Estoque: unidade (un). Código SES: 91091. BR0419390	00060-00354063 /2024-45
		COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de urina através de uma sonda vesical. Tamanho/Capacidade: 2000 ml,	

8	91092	tubo de drenagem com no mínimo 105 cm de comprimento, bolsa coletora com face posterior branca e anterior transparente, resistente, selagem segura, graduação mínima a cada 100ml, escala de graduação inferior para volumes menores que 100ml, válvula antirefluxo, conector universal protegido com tampa, pinça ajustável ao longo do tubo, local para coleta de amostra com membrana autovedável, suporte para fixação da bolsa ao leito, tubo de esvaziamento com sistema prático, fixado à bolsa. Clamp de fechamento firme, seguro ao manuseio e que não permita vazamentos. Apresentação: embalagem individual estéril. Unidade de Estoque: unidade (UN).	00060-00354063 /2024-45 fracasso por preço
9	37619	DISPOSITIVO SPIKE PARA PREPARO E RECONSTITUIÇÃO DE CITOSTÁTICOS - Aplicação (finalidade): Dispositivo spike para preparação e reconstituição de citostáticos, com filtro de ar de 0,2 micra e filtragem de fluido que garanta o manuseio seguro e previna a contaminação microbiana, química e retenção de aerossóis. Características adicionais: Ponta perfurante de fácil penetração a todos os tipos de tampas de borracha, com conexão segura luer lock, produto estéril, atóxico e apirogênico. Apresentação: Embalagem individual que permita abertura em técnica asséptica, acondicionadas em caixas.	00060-00419345 /2024-03 Fracassado (por documentação)
10	91122	EQUIPO INTERMEDIÁRIO 2 VIAS, 15 CM (+/-2CM), ESTÉRIL. Aplicação: duplicador de vias acessos aos dispositivos de administração de soluções parenterais. Material: PVC atóxico, livre de látex. Características adicionais: descartável, com conectores que encaixe com perfeição em equipos, seringas, etc, com protetores adequados que garantam a esterilidade do produto, com corta fluxo em todas as vias que não permita passagem de líquido quando totalmente fechado; com tubo plástico, atóxico, com boa flexibilidade, transparente e diâmetro do tubo uniforme nas duas vias, com conector luer lock que proporcione encaixe perfeito em agulhas, cateteres endovenosos e com protetor. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou similar, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o	00060-00419345 /2024-03 Fracassado (por documentação)

		momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	
11	91191	TORNEIRA DESCARTÁVEL COM TRÊS VIAS, ESTÉRIL. Aplicação: para ampliação da via de acesso venoso. Características: dividida em corpo e núcleo; o corpo da peça em plástico cristal deve possuir três vias com duas extremidades tipo luer lock e uma tipo macho com tampa; o núcleo em plástico opaco colorido deve possuir perfurações e o movimento de permitir ou bloquear o fluxo de líquidos através de movimento giratório da manopla, deve conter setas claramente visíveis na sua superfície indicando a liberação do fluxo; em tamanho padrão; que apresente perfeita adaptação aos dispositivos de infusão, não apresentando vazamento. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	00060-00419345 /2024-03 Fracassado (por documentação)

19. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens que são objetos deste Estudo Técnico Preliminar foram inseridos no Plano de Contratação Anual da Saúde de 2026, conforme código ID na tabela em anexo extraída do sistema e-compras conforme documento em anexo a árvore do processo SEI.

A vigência das atas de registro de preços ou de contratos de fornecimento não se restringe a apenas um exercício financeiro e valor previsto neste Estudo Técnico Preliminar corresponde a consolidação da demanda da SES/DF para o período de um ano. Logo, considerando a memória de cálculo constante do processo SEI, os quantitativos registrados não serão executados em sua totalidade em um único exercício financeiro.

A elaboração do Plano de Contratações Anual e o levantamento de necessidades, com vistas à elaboração da proposta de lei orçamentária anual, ocorrem simultaneamente na SES/DF.

SULOG/DIPRO - DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SAÚDE SULOG/DIPRO									
ID_PCA	Item	Status	Periodicidade de Compra	Modalidade de Compra	Qtd Prevista	Vir Unitário Estimado	Vir Total Estimado	Prioridade	Sugestão de Data
19442	(ID 19442) - Produtos químicos para limpeza HIPOCLORITO DE SÓDIO. Aplicação: para desinfecção de artigos semiofícios. Característica adicional: solução a 5% cloro ativo, líquido levemente amarelado, limpo e livre de impurezas, embalado em frasco plástico opaco 5000 ml.	Pendente de Aprovação pelo Gestor	ANUAL	Preço Eletrônico	5.678	R\$ 9,77	R\$ 55.474,06	Alta	2/10/2026
19735	(ID 19735) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 8CM X 8CM NÃO ESTÉRIL PACOTE COM 50 UNDS. Aplicação (finalidade): absorção de fluidos e sangue em cavidade cirúrgica. Material: 100 % algodão, com elemento radiopaco, alta de algodão, 04 camadas sobrepostas, cor branca, acabamento com auréola e bainha em overlock, com auxílio de tecido técnico, de umidade e de flexibilidade, no mínimo 20 gramas por centímetro quadrado, deve oferecer absorção imediata de fluidos e sangue, deve permitir lavagem, secagem e esterilização com o mínimo de encharcamento, mantendo o padrão de qualidade que permita o uso. Embalagem plástica que garanta proteção ao produto durante transporte até o momento do uso. Apresentação: pacote plástico com 50 unidades, não esteril, Unidade De Estoque: pacote (PCT).	Pendente de Aprovação pelo Gestor	ANUAL	Preço Eletrônico	6.817	R\$ 60,10	R\$ 409.701,70	Alta	1/3/2026
21192	(ID 21192) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de urina através de uma sonda vesical. Tamanho/Capacidade: 2000 ml, tubo de drenagem com no mínimo 105 cm de comprimento, bolsa coletora com face posterior branca e anterior transparente, resistente, selagem segura, graduação mínima a cada 100ml, escala de graduação inferior para volumes menores que 100ml, válvula antirrefluxo, conector universal protegido com tampa, pinça ajustável ao longo do tubo, local para coleta de amostra com membrana autovetável, suporte para fixação de bolsa ao leito, tubo de encaixe com sistema prático, fixado à bolsa. Clamp de fechamento firme, seguro ao manuseio e que não permita vazamentos. Apresentação: embalagem individual esteril. Unidade de Estoque: unidade (UN).	Pendente de Aprovação pelo Gestor	ANUAL	Preço Eletrônico	41.632	R\$ 2,99	R\$ 124.539,48	Alta	5/6/2026
21193	(ID 21193) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios COLETOR DE URINA ABERTO INFANTIL, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: coletar diurese. Material: saco plástico transparente atóxico resistente e maleável. Tamanho/Capacidade: capacidade de 100 ml. Características adicionais: sistema aberto, descartável, unívoco, com graduação de 10 ml em 10 ml, com abertura localizada na parte superior do coletor, acima da coluna de graduação, medindo aproximadamente 2,5 x 4,0 cm, parte adesiva não se desprende do coletor, não deixa resíduos na pele, proteção do adesivo desprenda com facilidade da parte aderente do coletor, local para identificação do paciente, não esteril. Apresentação: embalagem individual. Unidade de Estoque: unidade (un).	Pendente de Aprovação pelo Gestor	ANUAL	Preço Eletrônico	30.313	R\$ 0,36	R\$ 18.184,68	Alta	5/6/2026
21194	(ID 21194) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios COLETOR DE URINA ABERTO ADULTO, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: coletar diurese. Material: saco plástico transparente atóxico. Tamanho/Capacidade: 2.000 ml. Características Adicionais: sistema aberto descartável, unívoco, com graduação de 100 em 100 ml que apresenta a primeira graduação em 50 ml, com parte fechamento do saco coletor e local para identificação do paciente, que permita o uso da caneta estrogáfica, não esteril. Apresentação: acondicionadas em embalagem plástica com 100 unidades. Unidade de Estoque: unidade (un).	Pendente de Aprovação pelo Gestor	ANUAL	Preço Eletrônico	2.682.061	R\$ 0,22	R\$ 590.053,42	Alta	5/6/2026
21750	(ID 21750) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios Penetrometralidade para Autoclaves de vapor a baixa temperatura e formaldeído (VBT). Aplicação (finalidade): agente esterilizante de uso em autoclaves de vapor a baixa temperatura e formaldeído. Composição: penetroalmeido +H5L, sólido branco. Fórmula molecular: HO(CH2O)nH. Número de referência química CAS 30525-89-4. Características adicionais: compatível com a Autoclave CISA Série 640, Modelo 6412, ter registro na Anvisa. Atender às normas EN 14180-2003, ABNT 1693-2003 e RDC Anvisa 141/2008. Embalagem: frasco plástico opaco em dose única, tampa de rosca e tampa de sumidão que impeça a exposição humana durante a utilização do produto	Pendente de Aprovação pelo Gestor	ANUAL	Preço Eletrônico	16	R\$ 79,71	R\$ 1.275,36	Alta	5/13/2026
21845	(ID 21845) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios CATETER INTRA-VENOSO PERIFÉRICO 18G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico. Material: polietileno/teflon. Tamanho: diâmetro 18 G. Características Adicionais: agulha com bisei trifurcada e afilado em aço, polida, lisa de superfície, que proporcione penetração suave e facilidade de punção, com protetor plástico, cateter intravenoso esteril, constituído de diluente em polietileno radiopaco inerte, flexível, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com canhão na cor padrão (verde) que possibilite perfeita adaptação à seringa e equips, com protetor plástico. Com câmara de refluxo transparente para visualização do refluxo sanguíneo, com filtro e tampa oclusiva tipo luer. Embalagem esteril que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Após abertura, apresente evidências claras de que foi aberto, não permitindo selamento posterior. Apresentação: embalagem individual acondicionadas em caixa.	Pendente de Aprovação pelo Gestor	ANUAL	Preço Eletrônico	227.388	R\$ 7,76	R\$ 1.766.082,88	Alta	8/8/2026
21855	(ID 21855) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios CATETER INTRA-VENOSO PERIFÉRICO 14G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico. Material: polietileno/teflon. Tamanho: diâmetro 14 G. Características Adicionais: agulha com bisei trifurcada e afilado em aço, polida, lisa de superfície, que proporcione penetração suave e facilidade de punção, com protetor plástico, cateter intravenoso esteril, constituído de diluente em polietileno radiopaco inerte, flexível, e que não provoque rebarbas quando das punções, que permita perfeito deslizamento no vaso, com canhão na cor padrão (laranja) que possibilite perfeita adaptação à seringa e equips, com protetor plástico. Com câmara de refluxo transparente para visualização do refluxo sanguíneo, com filtro e tampa oclusiva tipo luer. Embalagem esteril que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Após abertura, apresente evidências claras de que foi aberto, não permitindo selamento posterior. Apresentação: embalagem individual acondicionadas em caixa.	Pendente de Aprovação pelo Gestor	ANUAL	Preço Eletrônico	49.103	R\$ 1,70	R\$ 73.275,10	Alta	8/8/2026

21905	(ID 21905) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios TORNEIRA DESCARTÁVEL, COM TRÊS VIAS, ESTÉRIL. Aplicação: para ampliação de via de acesso venoso. Características: dividida em corpo e núcleo; o corpo da peça em plástico cristal deve possuir três vias com duas extremidades tipo luer lock e uma tipo macho com tampa; o núcleo em plástico óptico colorido deve possuir perfurações e o movimento de permitir ou bloquear o fluxo de líquidos através de movimento giratório da manopla, deve conter setas claramente visíveis na sua superfície indicando a liberação do fluxo, em tamanho padrão; que apresente perfeita adaptação aos dispositivos de infusão, não apresentando vazamentos. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	Pendente de Aprovação pelo Gestor	ANUAL	Preço Eletrônico	230.194	R\$ 0,55	R\$ 121.106,70	Alta	6/17/2026
22163	(ID 22163) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios DISPOSITIVO SPIKE PARA PREPARO E RECONSTITUIÇÃO DE CITOSTATÍCOS - Aplicação (finalidade): Dispositivo spike para preparação e reconstituição de citostáticos, com filtro de 0,2 e 0,3 micra e filtragem de fluido que garanta o manuseio seguro e previna a contaminação microbiana, química e retenção de aerossóis. Características adicionais: Ponta perfurante de fácil penetração a todos os tipos de tampas de borchas, com conexão segura luer lock, produto esteril, atóxico e apirgênico. Apresentação: Embalagem individual que permita abertura em técnica asséptica, acondicionadas em caixas.	Pendente de Aprovação pelo Gestor	ANUAL	Preço Eletrônico	1.232	R\$ 19,00	R\$ 23.408,00	Alta	6/17/2026
22179	(ID 22179) - Instrumental e utensílios para uso em hospitais e ambulatórios EQUIPO INTERMEDIÁRIO 2 VIAS, 15 CM (6+1/2CM), ESTÉRIL. Aplicação: duplicador de via acesso aos dispositivos de administração de soluções parenterais. Material: PVC atóxico, livre de látex. Características adicionais: descartável, com conectores que encaixe com perfeição em equips, seringas, etc, com proteções adequadas que garantam a esterilidade do produto, com curta fluje em todos as vias que não permita passagem de líquido quando totalmente fechado; com tubo plástico, atóxico, com boa flexibilidade, transparente e diâmetro do tubo uniforme nas duas vias, com conector luer lock que proporcione encaixe perfeito em agulhas, cateteres endovenosos e com protetor. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou similar, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixa.	Pendente de Aprovação pelo Gestor	ANUAL	Preço Eletrônico	481.338	R\$ 0,65	R\$ 312.869,70	Alta	5/10/2026

20. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A efetivação da contratação contribui para a continuidade do abastecimento dos bens de consumo padronizados nesta SES /DF, bem como assegura a assistência aos usuários do SUS/DF

21. Providências a serem Adotadas

Não se aplica, em razão de tratar de bens de consumo de uso regular. Todavia, a SES/DF possui organização interna para o monitoramento da execução contratual.

22. Possíveis Impactos Ambientais

O risco ambiental apresentado pelos bens objetos está relacionado produção de Resíduos de Serviço de Saúde, definidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de março de 2018 como "todos os resíduos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de resíduos de serviços de saúde", compreendidos como "todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal".

Assim, a fim de mitigar os riscos ambientais inerentes aos bens a serem adquiridos esta SES/DF procederá com a adoção das medidas necessárias para o correto gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde gerados, em conformidade com a RDC supramencionada e com o PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE implementado no âmbito desta Secretaria

23. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

23.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando que os insumos objetos do presente processo consistem em bens padronizados como de abastecimento regular nesta Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF, sendo fundamentais para o atender às demandas de saúde da população do Distrito Federal;

Considerando que a aquisição dos referidos materiais encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual da SES /DF/Lei Orçamentária Anual - LOA;

Considerando que o presente estudo indica a contratação em regime de Solicitação de Registro de Preço - SRP, e a consequente formalização de Ata de Registro de Preço - ARP, como o melhor meio de aquisição regular destes insumos;

Considerando que a licitação por Sistema de Registro de Preço não acarreta comprometimento imediato do orçamento desta Secretaria, de forma que a disponibilidade orçamentária será avaliada oportunamente a cada execução das Atas de Registro de Preço formalizadas;

Diante do exposto, com base nos dados obtidos a partir do presente estudo, esta Equipe de Planejamento conclui que a aquisição do objeto é viável.

24. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

TATIANE ARAUJO COSTA

Diretora de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde

JULIANA BARBOSA LACERDA

Gerente de Programação de Insumos para a Saúde



Assinou eletronicamente em 25/11/2025 às 10:03:22.

TANNETTI PEREIRA AUGUSTO

ENFERMEIRA

BRUNO SANTOS DE ASSIS

Enfermeiro DIENF



Assinou eletronicamente em 25/11/2025 às 16:29:51.