



CÂMARA DOS
DEPUTADOS

PREGÃO ELETRÔNICO 90042/2026

RETIFICADO

As alterações estão destacadas

CONTRATANTE (UASG)

CÂMARA DOS DEPUTADOS (10001)

OBJETO

Prestação de serviços de locação de equipamento de imunologia/hormônio, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits reagentes para realização de exames imunológicos e hormonais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e em seus Anexos.

Havendo discordância de especificações Comprasnet x Edital, prevalecerão as do Edital.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 676.311,20 (seiscentos e setenta e seis mil trezentos e onze reais e vinte centavos)

DATA DA PUBLICAÇÃO

29/05/2026

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 17/06/2026 às 10 horas (horário de Brasília) - www.gov.br/pncp/pt-br

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço para o grupo único

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário

MODO DE DISPUTA

Aberto

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

Licitação exclusiva? Não

Itens exclusivos/Reserva de cotas? Não

MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA ALGUM ITEM

Não

Formalização da contratação	Requisitos específicos de habilitação?	Previsão de Vistoria Prévia?	Amostra/Protótipo/ Prova de Conceito?	Arquivos disponibilizados com o Edital?
CONTRATO	SIM	SIM (Facultativa)	SIM	SIM
	<i>Veja Termo de Referência</i>	<i>Veja Termo de Referência</i> <i>Telefone(s) para contato: (61) 3216-7922 e 3216- 7921</i>	<i>Amostra</i> <i>Veja Termo de Referência</i>	Modelo da Proposta
Impugnação ao Edital e Pedido de esclarecimento				
Até o dia 12/06/2026 exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br				
Informações Adicionais				
Telefones: (61) 3216-4906 e 3216-4907				

Sumário

1. DO OBJETO.....	3
2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	3
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	4
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	6
5. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	9
6. DA FORMULAÇÃO DE LANCES, DO DESEMPATE E DA NEGOCIAÇÃO	10
7. DA FASE DE JULGAMENTO	13
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO	16
9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO	18
10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.....	19
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.....	22
12.DO FORO.....	24





CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PREGÃO ELETRÔNICO 90042/2026
(Processo Administrativo 838873/2025)

Torna-se público que a Câmara dos Deputados, por meio da Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Contratações, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei n. 14.133/2021](#); do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 206/2021; doravante designados, respectivamente, como “LEI” e “REGULAMENTO”; pela Lei Complementar n. 123/2006 e demais legislação aplicável; e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a locação de equipamento de imunologia/hormônio, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits reagentes para realização de exames imunológicos e hormonais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e especificações técnicas estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

1.1.1. Este Pregão será realizado em grupo único, formado por 45 (quarenta e cinco) itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, devendo a licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da LEI e para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, exclusivamente pelo e-mail cpl.dg@camara.leg.br.

2.1.1. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

2.2. A impugnação e o pedido de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

2.3. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo da licitação.

2.4. Eventuais modificações no Edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. Caberá à licitante responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Câmara dos Deputados por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos sistemas relacionados no item 3.1 deste Título e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3.1. A não observância do disposto neste item poderá ensejar desclassificação na licitação.

3.4. Será concedido tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, às sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da LEI, ao agricultor familiar, ao produtor rural pessoa física e ao microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n. 123/2006.

3.4.1. A obtenção do benefício a que se refere este item fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5. Não poderão participar deste certame:

- a) aquele que não atenda às condições deste Edital e de seus Anexos;
- b) pessoa física ou jurídica que esteja, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar de licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- c) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Câmara dos Deputados ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

- d) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n. 6.404/1976, concorrendo entre si;
- e) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- f) agente público da Câmara dos Deputados;
- g) instituições sem fins lucrativos;
- h) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- i) empresário ou sociedade empresarial cujos estatuto ou contrato social não preveja atividade pertinente e compatível com o objeto deste certame;
- j) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
- k) empresário ou sociedade empresarial que se encontrem em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação.

3.5.1. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Câmara dos Deputados, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da LEI.

3.5.2. O impedimento de que trata a alínea “b” deste tópico será também aplicado à licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica da licitante.

3.5.3. A vedação de que trata a alínea “f” deste tópico estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.5.4. A participação no certame de empresas em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, fica condicionada à apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e de certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento antecederão à fase de habilitação.

4.2. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarará, em campo próprio do sistema eletrônico, que:

- a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- b) até a data de cadastramento eletrônico da proposta, **inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação** na presente licitação e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c) **não emprega menor** de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
- d) sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, a **proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente** e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa e, ainda, que:
 - i.a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - ii.não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, quanto a participar ou não da referida licitação;
 - iii.o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- iv. o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Câmara dos Deputados antes da abertura oficial das propostas e
- v. está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
- e) não possui **empregados executando trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f) cumpre as exigências de **reserva de cargos para pessoa com deficiência** e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- g) cumpre a **cota de aprendizagem** nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

4.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou enquadrada como sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n. 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da LEI.

4.4.1. No caso de item/grupo exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item/grupo.

4.4.2. No caso de item/grupo em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n. 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A licitante organizada em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da LEI.

4.6. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que desenvolve programa de integridade, nos termos do Decreto n. 12.304/2024, para fazer jus ao benefício do critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da LEI.

4.7. A falsidade de declarações sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

4.8. A licitante poderá retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder às fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública.

4.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

- a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta e
- b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata a alínea "a" acima.

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pela licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

- a) valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço e
- b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pela licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do disposto neste Título possuirá caráter sigiloso para as demais licitantes e para a Câmara dos Deputados, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.13. Caberá à licitante interessada em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.14. A licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4.15. O CNPJ da licitante utilizado para cadastramento de sua proposta e dos documentos de habilitação deverá ser o mesmo constante da documentação apresentada para registro no SICAF.

4.16. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, até a data e o horário fixados para a abertura da sessão pública, os seguintes campos:



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- a) Valor ofertado;
- b) Marca/Fabricante, quando disponível;
- c) Modelo/Versão, quando disponível.

4.17. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

4.18. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.19. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.20. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponder à média dos efetivos recolhimentos da empresa (nos últimos doze meses ou, no caso de empresas criadas no exercício financeiro da licitação, nos meses de funcionamento), quando for o caso.

4.21. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.22. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.23. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data, hora e no sítio eletrônico indicados na primeira página deste Edital.

5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com requisitos estabelecidos neste Edital.

5.3. Será desclassificada a proposta que identifique a licitante.

5.3.1. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento, em tempo real, por todos os participantes.

5.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- 5.5. O sistema selecionará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.
- 5.6. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
- 5.7. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 5.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pela licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de lances.

6. DA FORMULAÇÃO DE LANCES, DO DESEMPATE E DA NEGOCIAÇÃO

- 6.1. Classificadas as propostas, será iniciada a fase competitiva, oportunidade em que as licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o critério de julgamento constante da capa deste Edital e as demais regras estabelecidas no presente instrumento.
- 6.2. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, sendo imediatamente informada do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.3. Durante a fase competitiva, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.
- 6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,5% (cinco décimos por cento).
- 6.5. A licitante poderá excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.
- 6.6. Além do que dispõe o item anterior, não será admitida desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante às sanções administrativas previstas neste Edital.
- 6.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexecutável.
- 6.8. O procedimento seguirá de acordo com o **modo de disputa “aberto”**.
- 6.8.1. As licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.8.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.8.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.8.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste Edital, quando for o caso.

6.8.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de, pelo menos, 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.8.6. Após o reinício previsto no subitem anterior, as licitantes serão convocadas para apresentar lances intermediários.

6.9. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

6.11.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.12. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.13. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

6.13.1. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006, regulamentada pelo Decreto n. 8.538/2015.

6.13.1.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto n. 8.538/2015).



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

6.13.1.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

6.13.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou do melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.13.3. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.13.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que estejam naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido conforme subitem anterior.

6.13.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que estejam nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.14. Só será possível haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.14.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da LEI, nesta ordem:

- a) disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- b) avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual deverão, preferencialmente, ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na LEI;
- c) desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, nos termos do Decreto n. 11.430/2023;
- d) declaração da licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n. 12.304/2024.

6.14.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- a) empresas estabelecidas no território do Distrito Federal;
- b) empresas brasileiras;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n. 12.187/2009.

6.14.3. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha da licitante vencedora ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.

6.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto mínimo definido para a contratação, o Pregoeiro deverá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.15.1. A negociação poderá ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto mínimo definido para a contratação.

6.15.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelas demais licitantes.

6.15.3. O resultado da negociação será divulgado a todas as licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.15.4. O Pregoeiro solicitará à licitante mais bem classificada que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta (conforme modelo anexo) adequada ao último valor ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares.

6.15.4.1. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido.

6.15.5. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e/ou a documentação solicitada, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro verificará se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da LEI, em legislação correlata e no Título 3 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- c) por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);
- d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União;
- e) por composição societária das empresas a serem contratadas, mediante pesquisa no SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante, abstendo-se de celebrar contrato nessas condições, em atenção ao § 1º do art. 9º da LEI.

7.2. A verificação pelo Pregoeiro nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova para verificar as condições de participação da licitante.

7.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n. 8.429/1992.

7.4. Caso conste na Consulta de Situação da licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.4.2. A licitante será convocada para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

7.4.3. Constatada a existência de sanção, a licitante será reputada inabilitada, por falta de condição de participação.

7.5. Caso atendidas as condições de participação, será dado prosseguimento ao procedimento licitatório.

7.6. Caso a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro verificará se a licitante faz jus ao benefício aplicado.

7.6.1. Caso a licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

7.6.2. O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada provisoriamente em



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Pregão.

7.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.

7.8.1. Será desclassificada a proposta que:

- a) conter vícios insanáveis;
- b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
- c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço definido para a contratação no orçamento estimado;
- d) não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;
- e) não cumprir os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Câmara dos Deputados, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para apresentar Planilha por ela elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, no sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que esse é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das posturas.

7.12. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada a **apresentar amostra**, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.12.1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.13. Concluídos os procedimentos descritos neste Título, o Pregoeiro anunciará o resultado do julgamento da proposta.

7.14. No caso de não aceitação da proposta, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance imediatamente subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação.



8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade da licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da LEI.

8.2. A habilitação da licitante será verificada pelo Pregoeiro por meio do SICAF (habilitação parcial), nos documentos por ele abrangidos e da documentação anexada ao sistema eletrônico pela licitante.

8.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.4. Caso solicitado, os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada.

8.5. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.5.1. Na hipótese de a licitante vencedora ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ARP, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n. 8.660/2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.6. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11 da LEI e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

8.7. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na LEI.

8.8. Será verificado se a licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da LEI.

8.9. Será verificado se a licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.10. A licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.11. É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

8.12. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação, caso não haja outro meio de verificação das informações.

8.13. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação da licitante.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, com possibilidade de prorrogação.

8.14. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação à licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar.

8.14.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas da licitante mais bem classificada.

8.14.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todas as licitantes.

8.14.3. Encerrado o prazo para envio da documentação, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados, em até 2 (duas) horas, com possibilidade de prorrogação, para:

- a) aferição das condições de habilitação da licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;
- b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- c) suprimimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pela licitante;
- d) suprimimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

8.14.3.1. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida à licitante, implicando sua inabilitação.

8.15. Na hipótese de a licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo fixado.

8.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação da licitante cuja proposta atenda às exigências deste Edital, após concluídos os procedimentos de que trata o item anterior.

8.17. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.18. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, o pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, contado:

- a) da divulgação do resultado, quando não houver inversão de fases; ou
- b) da fase de habilitação, quando houver inversão de fases.

8.18.1. Poderá ser concedida prorrogação do prazo previsto neste tópico, por igual período, a critério da Câmara dos Deputados, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.18.2. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da LEI.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação da licitante:

- a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- b) o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- c) na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da LEI, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento;
 - d) a apreciação dar-se-á em fase única.
- 9.4. O Pregoeiro estabelecerá o prazo para manifestação pela intenção de interpor recurso, que não será inferior a 10 (dez) minutos.
- 9.5. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelas demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso.
- 9.8. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 9.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 9.10. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 9.11. Será assegurado às licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 9.12. Em caso de não ser aceita a manifestação quanto à intenção de recurso, por falta de fundamentação, ou se não ocorrerem manifestações formais no sentido de interpor recurso, caberá ao Pregoeiro encerrar a sessão de julgamento/habilitação.
- 9.13. O Pregoeiro encaminhará o processo devidamente instruído à autoridade competente e proporá a adjudicação do objeto e a homologação do procedimento licitatório.
- 9.14. Para os fins deste Título, considera-se autoridade competente o Diretor-Geral.

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1. A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo legal, com garantias de contraditório e de ampla defesa, respeitando os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da indisponibilidade e supremacia do interesse público, conforme o disposto na LEI e no REGULAMENTO.
- 10.2. Para efeito deste Título, equipara-se a contrato qualquer outro ajuste firmado pela Câmara dos Deputados, ainda que com outras denominações, que estabeleça



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

obrigações de dar, fazer, entregar, entre outras admitidas em direito, que preveja a aplicação de sanções.

10.3. Comete infração a licitante que, com dolo ou culpa:

- a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;
- b) salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:
 - i. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - ii. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - iii. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva ou
 - iv. deixar de apresentar amostra/realizar Prova de Conceito, quando exigido;
- c) não celebrar o contrato, não apresentar o seguro-garantia, quando for o caso, ou não entregar documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - i. recusar-se, sem justificativa aceita pela Administração, a assinar o contrato e/ou a ARP, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido neste Edital, o que configurará inexecução total do contrato;
- d) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- e) fraudar a licitação;
- f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - i. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - ii. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - iii. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- g) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013.

10.4. A Câmara dos Deputados poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às licitantes e/ou adjudicatárias as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- a) advertência;
- b) multa;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

i.moratória;

ii.compensatória;

c) impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta e indireta, em âmbito nacional, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

10.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes e/ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Câmara dos Deputados, para o funcionamento dos serviços públicos ou para o interesse coletivo;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.6. A **multa** será em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor estimado do contrato ou do valor estimado correspondente a 12 (doze) meses do contrato, se o objeto for de natureza continuada.

10.7. Todas as sanções previstas neste Título poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa.

10.8. A sanção de **impedimento de licitar e contratar** com a União será proposta em decorrência das infrações relacionadas nas alíneas “a” a “c” do item 10.3 deste Título, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

10.9. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta e indireta, em âmbito nacional**, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas “d” a “h” do item 10.3 deste Título, bem como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “a” a “c” que justifiquem a imposição de penalidade mais gravosa.

10.10. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o contrato ou a ARP, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita na alínea “c” do item 10.3 deste Título, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará a Adjudicatária à multa de 30% (trinta por cento) do valor total da adjudicação, instaurando processo para apuração de responsabilidade, do qual poderá resultar no impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 3 (três) anos, bem como na imediata perda da garantia de proposta em favor da Câmara dos Deputados, quando for o caso.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

10.11. No processamento das sanções, primeiro serão consideradas as circunstâncias atenuantes seguidas das agravantes.

10.12. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a obrigação de reparação integral dos danos causados à Câmara dos Deputados.

10.13. As circunstâncias consideradas atenuantes e agravantes, bem como as hipóteses de reabilitação e da desconsideração da personalidade jurídica estão dispostas no REGULAMENTO.

10.14. Para a garantia da ampla defesa e do contraditório das licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

10.14.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

10.15. Demais sanções administrativas estão previstas na Minuta do Termo de Contrato anexa.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Em caso de divergência entre disposições deste Edital, demais peças que compõem o processo ou especificações descritas no sistema eletrônico, prevalecerão as deste Edital.

11.2. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

11.3. Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.

11.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

11.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

11.6. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Câmara dos Deputados.

11.7. Os prazos referidos neste Edital começam a fluir a partir do termo inicial preestabelecido, ou da intimação formal realizada pela Câmara dos Deputados.

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

11.9. A homologação do resultado do Pregão em epígrafe não implicará direito à contratação.

11.10. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Câmara dos Deputados não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

11.11. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação; e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

11.11.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

11.11.2. No caso de desfazimento do procedimento licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11.12. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou de seus anexos.

11.13. Quando do julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível às licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e de habilitação.

11.14. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente certame serão resolvidos pelo Pregoeiro.

11.15. Endereço da Câmara dos Deputados: Comissão Permanente de Contratações - Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Contratações - Edifício Anexo I, 14º andar, sala 1406. Praça dos Três Poderes. Brasília – DF. CEP: 70160-900.

11.16. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Câmara dos Deputados: 00.530.352/0001-59.

11.17. Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverão ser configurados, preferencialmente, nos seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensão .PDF), Word (extensão .DOC ou .DOCX), Excel (extensão .XLS ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactação nos formatos ZIP (extensão .ZIP) ou RAR (extensão .RAR).



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

11.18. O Edital está disponível, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) www.gov.br/pncp/pt-br e no endereço eletrônico da Câmara dos Deputados www.camara.leg.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes?search=.

11.19. Telefone para contato em caso de dúvidas ou problemas técnicos relacionados à utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas: 0800-978-9001.7

11.20. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- a) ANEXO 1 – Termo de Referência;
- b) ANEXO 2 – Modelo da Proposta;
- c) ANEXO 3 – Minuta do Termo de Contrato;
- d) ANEXO 4 – Modelo da Ordem de Fornecimento;
- e) ANEXO 5 – A, B e C – Modelo do Termo de Vistoria; Modelo de Ateste sobre conhecimento do local e das condições de realização dos serviços e Modelo de Declaração sobre conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação;
- f) ANEXO 6 – Orçamento Estimado;
- g) ANEXO 7 – Da Proteção de Dados Pessoais.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, para decidir demandas judiciais decorrentes deste procedimento licitatório.

Brasília, 28 de maio de 2026.

(Assinado eletronicamente)

Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro



ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Objeto

1.1. Locação de equipamento de imunologia/hormônio, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits reagentes para realização de exames imunológicos e hormonais, pelo período de 12 (doze) meses.

1.1.1. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

Especificações Técnicas

(Houve alterações nas especificações de todos os itens do objeto)

GRUPO ÚNICO (ITENS 1 A 45) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, COM FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/ HORMONAIS

ITEM 1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbot/ARCHITECT i2000SR
CARACTERÍSTICA(S):

- 1) Analisador multiparâmetro totalmente automatizado, com acesso randômico, interface serial bidirecional, leitura de código de barras por escâner de laser, modem interno para acesso de diagnóstico remoto, detector de coágulo, fibrina e bolhas, sistema de diluição das amostras, função start para amostras emergenciais;
- 2) Capacidade de gerenciamento interno dos reagentes;
- 3) Utilização de tubos primários de 4 a 10 ml;
- 4) Capacidade mínima de 18 reagentes;
- 5) Velocidade mínima de realização de exames de 120 testes/hora;
- 6) Capacidade mínima de 50 amostras;
- 7) Compartimento de reagentes refrigerados;
- 8) Com No-break sem ônus adicionais.
- 9) Caso seja necessária a preparação de solução tampão ou qualquer outra solução com água tratada por osmose reversa ou deionizada, ou o equipamento exija a utilização de água tratada por osmose reversa ou deionizada para realização dos exames ou processos de lavagem do equipamento, a Contratada deverá disponibilizar



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

para Câmara dos Deputados, sem ônus adicionais, a referida estação de tratamento de água, incluindo instalação e acessórios necessários, conforme exigência do equipamento.

10) Diluição Automática On-Board: O analisador deverá ser capaz de realizar diluição automática on-board para amostras com resultados que extrapolem o limite superior da linearidade do teste quando aplicável de acordo com as informações do fabricante, sem necessidade de intervenção manual do operador para preparo da amostra. O equipamento deverá ser capaz de, de forma automatizada: aspirar a amostra primária sem manipulação prévia, preparar a diluição necessária internamente, executar a análise e reportar o resultado final já corrigido pelo fator de diluição aplicado.

OBSERVAÇÃO: cada serviço equivale a 1 (um) mês de disponibilização do equipamento.

Unidade: SERVIÇO

Quantidade: 12

ITEM 2 - KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTITPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" de anticorpos antiperoxidase da tireóide em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Kits Reagentes com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14(quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 800

ITEM 3 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" da gonadotrofina coriônica humana em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Kits Reagentes com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1000

ITEM 4 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" da fração livre ou complexada do antígeno específico da próstata em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1400

ITEM 5 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR.

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" da tiroxina livre em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 200 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 3300

ITEM 6 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA TOTAL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" da testosterona em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1200

ITEM 7 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" do estradiol em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).



Unidade: TESTE

Quantidade: 1200

ITEM 8 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLÍCULO-ESTIMULANTE)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR.

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" do hormônio folículo-estimulante em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE



Quantidade: 1100

ITEM 9 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" do hormônio luteinizante em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações entre 50 a 150 testes.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1100



ITEM 10 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" da prolactina em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1000

ITEM 11 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" do antígeno específico da próstata total (livre e complexo) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador automático multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.**

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1400

ITEM 12 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" da triiodotironina em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.**

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 900

ITEM 13 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" da tirotropina em soro ou plasma humanos.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 200 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.**

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 3600

ITEM 14 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" de insulina humana em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES** DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1400

ITEM 15 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" de progesterona em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.**

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 700

ITEM 16 ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação qualitativa ou quantitativa do antígeno de superfície do vírus da Hepatite "B" (HBsAg) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.**

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1500

ITEM 17 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação qualitativa ou quantitativa de anticorpos contra o vírus da Hepatite "C" (anti-HCV) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 e 150 testes.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS**

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método);
- f) Serão aceitos KITS REAGENTES que detectem ANTI - HCV TOTAL(IgG + IgM) ou que utilizem outros princípios metodológicos.

Unidade: TESTE

Quantidade: 1400

ITEM 18 ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa de anticorpos contra o antígeno de superfície do vírus da Hepatite "B" (anti-HBs) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES** DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1500

ITEM 19 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa ou qualitativa de anticorpos IgG contra o "core" do vírus da Hepatite "B" (HBcIgG) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES .



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES** DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1000

ITEM 20 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação qualitativa ou quantitativa de anticorpos IgM contra o "core" do vírus da Hepatite "B" (HBcIgM) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.**

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1000

ITEM 21 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRITINA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" da ferritina em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 200 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.**



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 2500

ITEM 22 KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA D (25-OH)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa de 25-hidroxivitamina D(25-OH) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 e 200 testes.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 20 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica com identificação e quantidade do material.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 20 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 2500

ITEM 23 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA B12

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" da vitamina B12 em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 200 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 2100

ITEM 24 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI-TIREOGLOBULINA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" de anticorpos anti-tireoglobulina em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 500

ITEM 25 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CORTISOL

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro "de cortisol em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 600

ITEM 26 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE TREPONEMA PALLIDUM (SÍFILIS)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação qualitativa ou quantitativa "in vitro" dos anticorpos totais para Treponema Pallidum (sífilis) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparametrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;



- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1100

ITEM 27 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação qualitativa ou quantitativa de anticorpos IgG contra o vírus da Hepatite "A" (HAVIgG) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 500

ITEM 28 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação qualitativa ou quantitativa de anticorpos IgM contra o vírus da Hepatite "A" (HAVIgM) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 e 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 500

ITEM 29 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CEA (ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbot/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: imunoensaio para determinação quantitativa in vitro do antígeno carcinoembrionário em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, após o recebimento definitivo do material. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 600

ITEM 30 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AFP (ALFA 1 - FETOPROTEÍNA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: imunoensaio para determinação quantitativa in vitro da alfa1-fetoproteína em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, após o recebimento definitivo do material. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 600

ITEM 31 KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SHBG (GLOBULINA LIGADORA DE HORMÔNIOS SEXUAIS)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: Para determinação quantitativa in vitro do SHBG (Globulina ligadora de hormônios sexuais) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio segundo o princípio da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparâmetro totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES - Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 1200

ITEM 32 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PTH (HORMÔNIO PARATIRÓIDE)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" do hormônio paratireóide em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 800

ITEM 33 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CA 15-3 (ANTÍGENO 15-3 DO CANCRO)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: imunoensaio para determinação quantitativa in vitro do CA 15-3 em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparâmetro totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, após o recebimento definitivo do material. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 600

ITEM 34 KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SDHEA (SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbot/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: imunoensaio para determinação quantitativa in vitro do sulfato de dehidroepiandrosterona em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 700

ITEM 35 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa ou qualitativa de anticorpos IgG contra o citomegalovírus (CMV IgG) em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo o princípio da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 400

ITEM 36 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT I2000SR

APLICAÇÃO: para determinação qualitativa ou quantitativa de anticorpos IgM contra o citomegalovírus (CMV IgM) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio por metodologia eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 400

ITEM 37 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbot/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa ou qualitativa de anticorpos IgG contra o vírus da Rubéola (Rubéola IgG) em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 400

ITEM 38 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação qualitativa ou quantitativa de anticorpos IgM contra o vírus da Rubéola (Rubéola IgM) em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, por metodologia de eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 400

ITEM 39 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa ou qualitativa de anticorpos IgG contra o Toxoplasma gondii (Toxo IgG) em soro ou plasma humano.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).



Unidade: TESTE

Quantidade: 400

ITEM 40 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação qualitativa ou quantitativa de anticorpos IgM contra o Toxoplasma gondii (Toxo IgM) em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, por metodologia de eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE



Quantidade: 400

ITEM 41 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CA 19-9 (ANTÍGENO CARBIDRATADO 19-9)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbot/ARCHITECT i2000

APLICAÇÃO: imunoensaio para determinação quantitativa in vitro do CA 19-9 em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência utilizando analisador multiparâmetro totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 06 meses, após o recebimento definitivo do material.
ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 500



ITEM 42 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CA 125 (ANTÍGENO 125 DO CANCRO)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbot/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: imunoensaio para determinação quantitativa in vitro de CA 125 em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 06 meses, após o recebimento definitivo do material.
ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.

b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;

c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;

d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;

e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: TESTE

Quantidade: 500

ITEM 43 KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO FÓLICO OU FOLATO

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

APLICAÇÃO: imunoensaio para determinação quantitativa in vitro de ácido fólico ou folato em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 06 meses, após o recebimento definitivo do material.
ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 28 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: KIT

Quantidade: 500

ITEM 44 KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI RECEPTOR DE TSH (TRAb)

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa dos anticorpos antirreceptores do hormônio estimulante da tireoide(TRAb) em soro ou plasma humanos.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 E 150 TESTES.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. **ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 11 DIAS.**

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 11 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: KIT

Quantidade: 400

ITEM 45 KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 LIVRE

MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: Abbott/ARCHITECT i2000SR

APLICAÇÃO: para determinação quantitativa "in vitro" da triiodotironina livre em soro ou plasma humanos.

DESCRIÇÃO: imunoensaio, segundo os princípios da eletroquimioluminescência ou quimioluminescência, utilizando analisador multiparamétrico totalmente automatizado.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: KITS REAGENTES com apresentações ENTRE 50 e 150 TESTES



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 6 (seis) meses, contados da data do recebimento definitivo. ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 26 DIAS.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

OBSERVAÇÕES: OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS KITS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E INSUMOS:

- a) Pelo menos 95 % do MENU TOTAL DE KITS REAGENTES deverá ser composto por REAGENTES PRONTOS PARA USO, que não requeiram qualquer preparo prévio manual ou manipulação.
- b) ESTABILIDADE ON - BOARD DOS KITS REAGENTES DE NO MÍNIMO 26 DIAS;
- c) RECALIBRAÇÕES- Caso existam kits REAGENTES que exijam a recalibração inferior ou igual a 14 (quatorze) dias será exigido a reposição sem custos dos testes utilizados para as recalibrações obrigatória periódica;
- d) Serão aceitos calibradores, controles e demais insumos que necessitem preparo prévio ou diluição;
- e) Um teste corresponde ao conjunto de reagentes e insumos necessários para a execução completa de uma análise (deve incluir pelo menos os níveis normal e alto dos controles e calibradores, conforme exigência do método).

Unidade: KIT

Quantidade: 600

1.1.2. Deverão ser fornecidos somente kits e reagentes do mesmo fabricante do equipamento a ser locado.

1.1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no sistema eletrônico (*Comprasnet*) e as especificações constantes deste Termo de Referência, prevalecerão as deste Termo de Referência.

Formalização da contratação

1.2. Para assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato ou instrumento equivalente.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

1.2.1. A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

1.3. A formalização da contratação se dará por meio de instrumento de contrato, na forma do disposto no artigo 95 da LEI.

1.3.1. O Contrato, cujos termos constam da minuta anexa (Minuta do Termo de Contrato), deverá ser assinado pela(s) Adjudicatária(s) do presente Pregão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da sua notificação.

1.3.1.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela Adjudicatária durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.

1.3.2. Para a assinatura do contrato, a Adjudicatária apresentará à Câmara dos Deputados o nome de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las à Unidade Responsável pela fiscalização do contrato, juntamente com os números de telefone e o e-mail que serão utilizados para contato e para o envio da Ordem de Fornecimento.

1.3.2.1. Qualquer alteração dos dados fornecidos deverá ser formalmente comunicada à Unidade Responsável.

1.3.3. Será facultado à Câmara dos Deputados, quando a convocada não assinar o Termo de Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pela licitante vencedora.

1.3.3.1. Na hipótese de nenhuma das licitantes aceitar a contratação nos termos deste tópico, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital, poderá:

- a) convocar as licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço da Adjudicatária;
- b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

1.3.4. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e a sujeitará às penalidades estabelecidas no Edital.

1.3.4.1. O disposto neste tópico não se aplicará às licitantes remanescentes convocadas na forma da alínea “a” do subitem anterior.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

Vigência da contratação

1.4. O prazo de vigência inicial da contratação será de 15 (quinze) meses, podendo ser prorrogado, sucessivamente, respeitada a vigência máxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da LEI.

1.5. A minuta do Termo de Contrato anexa oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. O equipamento de imunologia e os kits reagentes serão utilizados na realização de exames dos usuários do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados (Parlamentares, servidores, secretários parlamentares, CNES e seus respectivos dependentes), com a finalidade de realizar diagnósticos, acompanhamentos e prevenção de diversas doenças, bem como realização de exames periódicos, conforme normatizado na Lei n. 8.112/1990.

2.2. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos está pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar constante do processo.

2.3. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026 da Câmara dos Deputados, conforme informações constantes do processo.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. O objeto está pormenorizado neste Termo de Referência e a descrição da solução como um todo integra o Estudo Técnico Preliminar constante do processo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. Deverá integrar a proposta declaração da licitante de que será responsável pelo descarte ambientalmente adequado de todos os resíduos gerados, decorrentes da instalação e manutenção do equipamento, durante a execução dos serviços contratados – incluindo consumíveis, peças substituídas, embalagens e demais materiais – em conformidade com a legislação ambiental vigente, especialmente a Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), a Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a NBR 10.004 (classificação de resíduos sólidos).

4.1.2. Para os Itens 2 a 45 do objeto, deverá, ainda, integrar a proposta a seguinte documentação, para produtos fabricados no Brasil:

- a) o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP), acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade **válido**, nos termos do artigo 17,



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

inciso II, da Lei n. 6.938/1981 e da Instrução Normativa n. 13, de 2021 – IBAMA;

- i. caso o cadastramento a que se refere esta alínea não seja aplicável à licitante, esta, ao ser instada pelo Pregoeiro, deverá declarar os dados (nome e CNPJ) de todas as empresas da cadeia de fornecimento do material, até aquela cujo cadastro é obrigatório.

Documentação complementar

4.2. Na forma de documentação complementar, o Pregoeiro poderá solicitar catálogos ou informações do fabricante que comprovem a perfeita adequação do objeto ofertado às exigências constantes deste Termo de Referência.

4.2.1. A indicação do endereço do sítio eletrônico do fabricante referente à documentação técnica apresentada poderá ser aceita, como alternativa, para fins de averiguação das especificações do objeto, desde que o *link* indicado direcione especificamente para o produto ofertado, sendo vedado *link* que forneça apenas a página inicial do sítio eletrônico do fabricante.

4.3. Deverá integrar a proposta declaração da licitante de que disponibilizará equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

4.4. A licitante deverá informar em sua proposta o número de registro do produto junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

4.4.1. Caso o material ou o equipamento sejam isentos de registro junto à ANVISA, deverá ser apresentada a devida comprovação.

Indicação de marcas e modelos

4.5. Marcas de Referência

4.5.1. Para fins de especificação adequada do objeto, foram indicadas marcas referenciais, de caráter meramente indicativo, podendo ser aceita qualquer outra que atenda integralmente às especificações técnicas do objeto.

4.5.1.1. As marcas de referência mencionadas exemplificam o exigido na descrição dos itens (Título 1 deste Termo de Referência), exclusivamente com relação às especificações técnicas, sendo a observância do disposto no item 4.1.2 deste Título, de responsabilidade da licitante.

Apresentação de Amostras

4.6. A demonstração do objeto ofertado (execução de ensaios no equipamento a ser cedido) poderá ser solicitada pelo Órgão Técnico para confirmar as especificações definidas no Termo de Referência.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- 4.7. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar poderá ser convocada pelo Pregoeiro para realização de demonstração do objeto ofertado, com o objetivo exclusivo de comprovação das especificações.
- 4.8. O prazo para a demonstração será de cinco dias úteis, conforme disponibilidade da Câmara dos Deputados, a contar da convocação do Pregoeiro, pelo sistema.
- 4.9. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, mediante apresentação de justificativa.
- 4.10. Serão informados, pelo sistema, a data e o horário de realização da demonstração.
- 4.11. Local para demonstração do objeto ofertado: Coordenação de Laboratório de Análises Clínicas do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados, situada no subsolo do Edifício Anexo III, em Brasília-DF.
- 4.12. A demonstração se realizará em horário comercial, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
- 4.13. A demonstração deverá ser efetuada por um representante ou técnico da licitante capacitado para a operação e realização dos ensaios e consistirá na apresentação do equipamento a ser cedido em comodato e na realização completa de pelo menos um ensaio para cada item solicitado.
- 4.14. É de responsabilidade da licitante o fornecimento de todos os acessórios que se façam necessários para a execução do teste.
- 4.15. Será facultado às demais licitantes o acompanhamento da demonstração do objeto, sendo tal acesso limitado a uma única pessoa por empresa, na condição de ouvinte.
- 4.16. Em substituição à demonstração do objeto nas dependências da Câmara dos Deputados, faculta-se à licitante fazer a demonstração em equipamento instalado no Distrito Federal, de mesma marca e modelo ofertados em sua proposta, em plenas condições de funcionamento.
- 4.17. Nesse caso, a licitante será responsável pelo agendamento de horário para demonstração do equipamento e de suas funcionalidades, que deverá ser acordado com o responsável pelo local onde o equipamento está instalado e com o Pregoeiro da Câmara dos Deputados.
- 4.18. O agendamento deverá ser em horário de funcionamento normal da Câmara dos Deputados, das 8h às 18h, em dias úteis.
- 4.19. Em quaisquer das possibilidades de demonstração das funcionalidades do equipamento, esta deverá ser feita por um representante ou técnico da licitante capacitado para a operação, com vistas à comprovação do atendimento às exigências do Termo de Referência.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

4.20. Será facultado às demais licitantes o acompanhamento da demonstração do equipamento, sendo tal acesso limitado a uma única pessoa por empresa, na condição de ouvinte.

Subcontratação

4.21. Não será admitida a subcontratação para execução do objeto contratual.

Garantia de execução do contrato

4.22. Não haverá exigência de garantia de execução do contrato de que tratam os artigos 96 e seguintes da LEI.

5. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução do Item 1 do objeto (entrega e instalação do equipamento e realização do treinamento)

5.1. O **prazo de instalação e início da execução dos serviços de locação (Item 1) e realização do treinamento** será o constante da proposta da Contratada, que não poderá ser superior a **30 (trinta) dias**, contados da autorização de entrega e instalação, que será encaminhada à Contratada por e-mail, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

5.2. Caso não seja possível a execução dos serviços na data assinalada, a Contratada deverá apresentar à Contratante pedido formal de prorrogação do prazo de execução, de forma tempestiva, ou seja, antes de esgotado o prazo em que o serviço deveria ter sido realizado.

5.2.1. A Contratada deverá informar o novo prazo em que os serviços serão realizados, não sendo admitidos pedidos que apenas citem genericamente a necessidade de mais prazo.

5.2.2. A Contratada deverá justificar a impossibilidade de cumprimento do prazo e apresentar os respectivos documentos comprobatórios.

5.2.3. Caso o pedido seja motivado por fatos ou atos atribuídos a fornecedores ou outros terceiros, é necessário que as declarações do fornecedor e demais documentos comprobatórios sejam contemporâneos à sua ocorrência.

5.2.4. Em caso de intempestividade ou indeferimento do pedido, a Contratada ficará constituída em mora sendo-lhe aplicáveis as multas e demais sanções previstas no Contrato.

5.3. Local de entrega, instalação do equipamento e realização do treinamento: nas dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, em local a ser definido pela Coordenação de Laboratório de Análises Clínicas do Departamento de Atenção à Saúde.

5.4. Dia/Horário da entrega e instalação e realização do treinamento: deverão ser agendados com a Unidade Responsável.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

5.5. É da responsabilidade da Contratada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado.

5.6. O Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados adotará as providências necessárias ao cumprimento do disposto no Ato da Mesa n. 63, de 1997, art. 42 (Regulamento de Controle Patrimonial da Câmara dos Deputados) quanto à obtenção de autorização prévia da autoridade competente, para instalação do equipamento.

5.7. A instalação deverá acontecer no local definitivo de operação, com todos e quaisquer acessórios necessários para isso, incluindo cabos, conectores, adaptadores, softwares, drivers, entre outros.

5.7.1. O espaço disponível para instalação do equipamento é de 2,40 metros de comprimento e 1,20 metros de largura.

5.7.2. Outras informações sobre o local de instalação poderão ser verificadas na vistoria prévia.

5.8. A instalação deverá incluir a implementação e os testes do Interfaceamento entre o equipamento e o computador do Laboratório, permitindo a troca de dados.

5.9. A eventual configuração do computador não poderá interferir no funcionamento de outros equipamentos a esse conectados.

5.10. O equipamento será considerado definitivamente aceito quando forem satisfatoriamente cumpridas as fases de entrega e instalação, treinamento, e, caso necessário, testes de funcionamento e de interfaceamento com o computador do local.

5.11. O primeiro lote de ensaios para exames não será considerado aceito sem o aceite definitivo do equipamento.

5.12. O material deverá ser entregue acompanhado do manual de operação e manutenção, com uma versão em português.

5.13. O equipamento deverá permanecer instalado e disponível durante todo o período de vigência do contrato, sendo obrigação da Contratada:

- a) realizar manutenção preventiva, de acordo com o estabelecido pelo manual do equipamento (incluindo peças de reposição, kits e/ou produtos necessários para isso) e assistência técnico-científica, nas dependências da Câmara dos Deputados, quando necessário;
- b) fornecer controles, calibradores e outros insumos necessários para testar a qualidade dos ensaios fora do teste;
- c) fornecer qualquer item necessário ao pleno funcionamento do equipamento, da realização do teste à liberação do resultado;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- d) apresentar a qualidade dos resultados, linearidade, sensibilidade e reprodutividade, apresentando os controles e calibradores compatíveis com os kits da marca do equipamento;
- e) substituir, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da confirmação do recebimento da solicitação, equipamento(s) insuscetível(is) de reparo por outro(s) equivalente(s), com características iguais ou superiores;
 - e.1) a solicitação de substituição de equipamento será enviada à Contratada por e-mail;
 - e.2) a confirmação do recebimento da solicitação de substituição de equipamento deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio;
- f) realizar manutenção corretiva (incluindo peças de reposição), preferencialmente nas dependências da Câmara dos Deputados, a ser realizada por profissional habilitado, no prazo de 1 (um) dia útil, contado da confirmação do recebimento da solicitação, que será enviada por e-mail, sem limite de quantidade de chamadas no período de vigência do contrato, enquanto durar o estoque e enquanto os reagentes fornecidos estiverem dentro do prazo de validade;
 - i. a confirmação do recebimento da solicitação de manutenção corretiva deverá ser obtida pela Câmara dos Deputados imediatamente após o envio;
 - ii. o atraso superior a 2 (dois) dias úteis no atendimento do chamado de manutenção corretiva poderá ensejar a rescisão do Contrato;
 - iii. o prazo constante desta alínea “f” poderá ser prorrogado pela Contratante por motivo devidamente justificado pela Contratada e aceito pela Unidade Responsável.
- g) em toda substituição de peças ou componentes do equipamento deverão ser utilizados exclusivamente peças e componentes novos e originais, livres de defeitos ou vícios, e que correspondam perfeitamente às especificações do fabricante;
- h) caso haja necessidade de retirada do equipamento, peças ou componentes das dependências da Contratante para reparo ou substituição, será necessária autorização de saída emitida pela Coordenação de Patrimônio do Departamento de Material e Patrimônio, a ser concedida ao funcionário da Contratada, formalmente identificado.
 - i. a autorização de saída, instrumento indispensável à retirada de equipamentos, peças ou componentes, será solicitada pela Contratante;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- ii. a Contratada ficará obrigada a comunicar formalmente a devolução de equipamento, peça ou componente retirado(a) das dependências da Contratante para reparo.

5.14. Treinamento

5.14.1. A Contratada deverá realizar treinamento técnico-operacional de, no mínimo, 2 (duas) horas-aula, para duas turmas de 3 (três) servidores, sendo uma pela manhã (8h às 12h) e outra à tarde (14h às 18h).

5.14.2. As aulas serão expositivas e práticas, com fornecimento de material didático básico para todos os participantes, a expensas da Contratada.

Condições de Execução dos Itens 2 a 45 do objeto (fornecimento dos kits reagentes)

5.15. O objeto dos **Itens 2 a 45** deverá ser entregue parceladamente, mediante requisição, por meio de emissão de Ordem de Fornecimento, a ser enviada por e-mail, conforme modelo anexo.

5.15.1. Em cada Ordem de Fornecimento será solicitado, no mínimo, 10% (dez por cento) do quantitativo total estimado para o item que nela estiver relacionado.

5.16. O prazo de entrega será o constante da proposta da Contratada, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados da data da confirmação do recebimento da Ordem de Fornecimento.

5.16.1. A Contratante deverá confirmar o recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratada, imediatamente após o envio.

5.16.2. Caso não seja possível a entrega do objeto na data assinalada, a Contratada deverá apresentar à Contratante pedido formal de prorrogação do prazo de entrega, de forma tempestiva, ou seja, antes de esgotado o prazo em que o objeto deveria ter sido entregue.

5.16.2.1. A Contratada deverá informar o novo prazo em que o objeto será entregue, não sendo admitidos pedidos que apenas citem genericamente a necessidade de mais prazo.

5.16.2.2. A Contratada deverá justificar a impossibilidade de cumprimento do prazo e apresentar os respectivos documentos comprobatórios.

5.16.2.3. Caso o pedido seja motivado por fatos ou atos atribuídos a fornecedores ou outros terceiros, é necessário que as declarações do fornecedor e demais documentos comprobatórios sejam contemporâneos à sua ocorrência.

5.16.2.4. Em caso de intempestividade ou indeferimento do pedido, a Contratada ficará constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as multas e demais sanções previstas na Minuta do Termo de Contrato anexa.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

5.17. Local de entrega: Laboratório de Análises Clínicas da Contratante localizado no Subsolo do Edifício Anexo III, em Brasília-DF, Telefone para contato: (61) 3216-7922.

5.18. Dia/Horário: os kits reagentes deverão ser entregues em dia de expediente normal da Contratante, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

5.19. O material (nacional ou importado) deve ser entregue acompanhado de rótulo e bula, contendo todas as informações sobre ele, em língua portuguesa, e deverá ter o registro no Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

5.20. Quando da entrega dos materiais no Laboratório de Análises Clínicas, esses deverão vir dentro das condições ideais exigidas para transporte (umidade relativa, temperatura e acondicionamento adequado), separados por lotes, com as respectivas numerações, os respectivos quantitativos, a data de fabricação e o prazo de validade, que não poderá ser inferior ao estabelecido nas especificações técnicas indicadas neste anexo, a contar da data do recebimento definitivo.

5.20.1. A nota fiscal que acompanhará os materiais deverá conter, obrigatoriamente, o quantitativo, o número dos lotes dos produtos, a data de fabricação e os respectivos prazos de validade.

5.20.2. Caso os produtos não contenham em sua embalagem original a data de fabricação, o fornecedor deverá apresentar documento emitido pelo fabricante, declarando-a.

5.20.3. Os reagentes deverão estar identificados por código de barras com reconhecimento automático pelo(s) equipamento(s).

5.21. Caso o objeto ofertado seja importado, a Câmara dos Deputados poderá solicitar à Contratada, por ocasião da entrega do objeto e juntamente com a nota fiscal, comprovação da origem dos bens ofertados e da quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de não recebimento do objeto.

5.22. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

Validade

5.23. Os prazos de validade dos **Itens 2 a 45** do objeto foram estabelecidos nas especificações constantes do Título 1 deste Termo de Referência.

5.24. A Contratada deverá substituir, durante o período de validade, o produto impróprio para o uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da notificação, nos termos do artigo 18, §1º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Disposições Gerais



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

6.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da LEI, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Após a assinatura do Contrato, a Contratante poderá convocar representante da Contratada para reunião inicial com vistas à apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.3. As atividades de gestão e fiscalização serão executadas de acordo com a Portaria n. 295, de 2023 da Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados.

Responsáveis pela gestão da contratação

6.4. Unidade Responsável: Departamento de Atenção à Saúde (DAS).

6.5. Subunidade Gestora do Contrato: Coordenação de Laboratório e Assistência Multiprofissional, localizada no Edifício Anexo III, subsolo, ala C, Câmara dos Deputados, Brasília - DF.

6.6. O Departamento de Material e Patrimônio, localizado no 13º andar do Edifício Anexo I, da Câmara dos Deputados, por meio da Coordenação de Logística de Materiais, atuará como assistente de fiscalização.

6.7. O titular da Unidade Responsável designará o gestor do Contrato e o fiscal técnico, os respectivos substitutos e os assistentes de fiscalização, bem como, se for o caso, os demais servidores que participarão do recebimento definitivo do objeto contratual.

6.8. Caberá ao Gestor, dentre outras atribuições:

- a) Coordenar as atividades dos fiscais no exercício de suas atribuições;
- b) Promover, em conjunto com o Fiscal Técnico, considerada a complexidade do objeto, reunião de alinhamento de entendimentos e de expectativas, antes do início da execução contratual e reunião de encerramento das atividades, antes da extinção do Contrato, para solucionar pendências e garantir a regular transferência do objeto para outra empresa, se for o caso;
- c) Decidir sobre solicitações da Contratada, nos limites de suas atribuições;
- d) Solicitar à Contratada a substituição de empregado ou preposto e, quando assim exigir o Contrato, aprovar, previamente, substituição feita por iniciativa da Contratada;
- e) Encaminhar, para conhecimento e providências do titular da Unidade Responsável, questões relevantes que não puder solucionar por motivos técnicos ou legais;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- f) Verificar periodicamente a necessidade de manutenção ou alteração do Contrato, bem como apresentar proposta de sua rescisão ou alteração;
 - g) Acompanhar o trâmite dos processos administrativos para alteração, prorrogação e rescisão do Contrato;
 - h) Comunicar tempestivamente à unidade administrativa competente situação que possa impedir a manutenção ou a eventual prorrogação do instrumento contratual;
 - i) Coordenar o encaminhamento, à unidade administrativa competente, de informações necessárias para a formalização dos procedimentos que envolvam prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, entre outros;
 - j) Participar do recebimento do objeto do contrato, quando for o caso.
- 6.9. Caberá ao Fiscal Técnico, dentre outras atribuições:
- a) Elaborar e manter atualizado o Plano de Fiscalização;
 - b) Orientar, no caso de dúvidas técnicas apresentadas pela Contratada, sobre os procedimentos a serem adotados e documentar os entendimentos relevantes com a Contratada ou seu preposto;
 - c) Acompanhar o cumprimento do cronograma de execução e dos prazos previstos no Contrato para a entrega de documentos, bens e serviços, acessórios e principais;
 - d) Determinar à Contratada a regularização de falhas ou de defeitos observados, assinalando o prazo para correção;
 - e) Coletar, aprovar e manter comprovação de capacidade técnica profissional eventualmente exigida da Contratada, bem como outros documentos que devam ser apresentados somente após o encerramento da fase de licitação;
 - f) Relatar, por meio de nota técnica ao Gestor, a inobservância de cláusulas contratuais ou ocorrências relevantes que possam trazer dificuldades, atrasos, defeitos e prejuízos à execução da avença, em especial os que ensejem a aplicação de penalidades;
 - g) Comunicar ao Gestor a eventual necessidade de acréscimos ou supressões de serviços, materiais ou equipamentos, devidamente justificada;
 - h) Comunicar ao Gestor qualquer dano ou desvio causado ao patrimônio da Câmara dos Deputados ou de terceiros, por ação ou omissão dos empregados da Contratada ou de seus prepostos, inclusive em razão da execução do contrato;
 - i) Acompanhar os prazos de execução do objeto e de vigência do Contrato e manifestar-se tempestivamente, por meio de nota técnica ao Gestor, quanto à



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

necessidade de alteração de prazos, prorrogação ou rescisão do Contrato, anexando, quando for o caso, documentação comprobatória;

j) Receber o objeto do Contrato.

6.10. As reuniões promovidas pelo Fiscal Técnico com o preposto da Contratada de que resultem decisões relevantes ou cujo assunto possa gerar implicações administrativas deverão ser registradas em ata sucinta e submetidas ao Gestor.

6.11. As comunicações e as determinações relevantes do Fiscal Técnico do Contrato à Contratada serão registradas por escrito, preferencialmente realizadas por e-mail, admitida, em caráter de urgência, comunicação verbal ou por outros meios eletrônicos de comunicação, que deverá, assim que possível, ser reduzida a termo.

6.12. O registro das ocorrências, as comunicações entre as partes e os demais documentos relevantes relacionados à execução do objeto do Contrato constarão de processo eletrônico específico criado, organizado e mantido pela fiscalização, referenciado ao processo de que trata a contratação.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO, MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Recebimento

7.1. Os serviços e materiais serão recebidos mensalmente, de forma provisória, até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, pelo Fiscal Técnico, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.1.1. Os serviços e materiais serão recebidos mensalmente, de forma definitiva, pelo Gestor do Contrato, por servidor ou comissão designados pelo titular da Unidade Responsável, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais

7.2. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.3. A nota fiscal, a fatura ou o documento idôneo equivalente deverá ser atestado pelo Fiscal Técnico.

7.4. Por ocasião do ateste da nota fiscal, fatura ou do documento idôneo equivalente, o Fiscal Técnico deverá verificar a regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista da Contratada, por meio das seguintes certidões:

- a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF);
- b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

7.4.1. As certidões acima mencionadas poderão ser substituídas por consulta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), em que fique demonstrada a situação da Contratada junto à Receita Federal e à Procuradoria da Fazenda Nacional, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à Justiça do Trabalho.

7.4.2. Eventual situação irregular da Contratada não constitui óbice para a continuidade do processo de pagamento, podendo configurar infração contratual, que deve ser comunicada em processo específico à unidade administrativa competente.

7.5. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o exigido neste Termo de Referência e/ou no Contrato.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da LEI, comunicando-se à Contratada para emissão de nota fiscal, fatura ou documento idôneo equivalente, referente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pela Contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal, fatura ou do documento idôneo equivalente, verificadas pela Contratante durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela Contratada, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do objeto, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7.10. As atribuições definidas neste tópico não afastam as competências específicas conferidas por normas internas a unidades da estrutura da Câmara dos Deputados.

Prazo e forma de pagamento

7.11. Para o **Item 1 do objeto**: o objeto aceito pela Contratante será pago em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

7.11.1. O pagamento de cada parcela será feito por meio de depósito em conta corrente da Contratada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de nota fiscal, fatura ou documento idôneo equivalente discriminados emitida no mês subsequente ao da prestação dos serviços, após atestação pela Contratante.

7.12. Para os **Itens 2 a 45 do objeto** (fornecimento dos kits reagentes): o objeto aceito definitivamente pela Contratante será pago por meio de depósito em conta corrente da Contratada, em agência bancária indicada, mediante a apresentação de



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

nota fiscal, fatura ou documento idôneo equivalente discriminados, após atestação pela Contratante.

7.13. A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal, fatura ou no documento idôneo equivalente.

7.14. A nota fiscal, fatura ou o documento idôneo deverão indicar como destinatário/tomador o CNPJ 00.530.352/0001-59, da Câmara dos Deputados, independentemente da unidade orçamentária emissora da Nota de Empenho.

7.15. O pagamento será feito com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados do aceite definitivo do objeto.

7.16. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.17. No caso de atraso pela Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

7.17.1.1. Para o Item 1 do objeto: os encargos moratórios devidos serão incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

7.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.19. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais previstos na legislação aplicável.

7.20. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n. 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e às contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.21. Estando a Contratada isenta (ou imune) de retenções previstas neste Título, a comprovação exigida pela legislação tributária vigente deverá ser anexada à respectiva nota fiscal, fatura ou ao respectivo documento idôneo equivalente.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

Regime e Forma de Execução

8.2. O regime de execução do contrato será de empreitada por preço unitário, na forma indireta.

Exigências de Habilitação

8.3. A licitante que não atender às exigências de habilitação parcial no SICAF deverá apresentar documentos que supram tais exigências.

8.4. A licitante deverá, ainda, apresentar a seguinte documentação:

- a) declaração do SICAF referente à habilitação da licitante (situação);
- b) os documentos que não estejam contemplados no SICAF;
- c) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), vigente na data da abertura da licitação, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para atividades relativas à comercialização de produtos para a saúde;
- d) Alvará sanitário do estabelecimento (licitante), vigente na data da abertura da licitação, emitido pela autoridade sanitária onde está localizada a empresa.

8.5. As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF.

8.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do artigo 43, § 1º da Lei Complementar n. 123/2006.

Qualificação Econômico-Financeira

8.7. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

8.7.1. As empresas que estejam em recuperação judicial, com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente, deverão apresentar certidão positiva de recuperação judicial e certidão de aptidão econômica e financeira emitida pelo juízo em que tramita a recuperação judicial.

Qualificação Técnica

Qualificação Técnico-Operacional

8.8. A licitante deverá apresentar atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, emitido(a)(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) que a licitante prestou/forneceu (para contratos encerrados) ou esteja prestando/fornecendo (para contratos vigentes), de forma satisfatória:



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- a) serviços de locação, incluindo instalação, e manutenção preventiva e corretiva, de equipamento(s) de imunologia/hormônio da mesma marca ofertada em sua proposta;
- b) fornecimento de reagentes para equipamento de imunologia/hormônio.

8.8.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido, no mínimo, 1 (um) ano do início de sua execução.

8.8.2. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante.

8.8.3. O(s) atestado(s) deve(m) permitir a obtenção das seguintes informações:

- a) indicação do CNPJ, razão social e endereço completo da pessoa jurídica emissora do atestado;
- b) informação do local e da data de expedição do atestado;
- c) descrição da data de início e, se for o caso, do término da prestação dos serviços referenciados no documento.

8.8.4. O(s) atestado(s) deverá(ão), preferencialmente, estar impresso(s) em papel timbrado da pessoa jurídica que o(s) emitiu, com a descrição do nome completo, do cargo, da função e conter a assinatura legível do responsável e, adicionalmente, conter dados sobre contatos de telefone e e-mail do responsável pela emissão do(s) atestado(s).

8.8.5. A licitante, caso solicitado pelo Pregoeiro, deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, entre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da Contratante e local em que foram prestados os serviços.

Vistoria Prévia

8.9. Considerando que, para a contratação pretendida, a avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, a licitante deverá atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, conforme modelo anexo, assegurado a ela o direito de realização de vistoria prévia.

8.9.1. À licitante que optar por realizar vistoria prévia, serão disponibilizados data e horário exclusivos, a serem agendados na Coordenação de Laboratório de Análises Clínicas da Câmara dos Deputados, por meio dos telefones (61) 3216-7922 e 3216-7921, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outras licitantes. Nesse caso, a licitante deverá apresentar o Termo de Vistoria, conforme modelo anexo.

8.9.2. Caso a licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a atestação exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

técnico, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo anexo.

8.9.3. A não realização de vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a Contratada assumir o ônus dos serviços decorrentes.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 676.311,20 (seiscentos e setenta e seis mil trezentos e onze reais e vinte centavos), conforme custos unitários apostos em anexo.

Brasília, 28 de maio de 2026.

(Assinado eletronicamente)

Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro



ANEXO 2
MODELO DA PROPOSTA

(Anexo disponível também em documento WORD (.doc), para edição.)

PREGÃO ELETRÔNICO N. 90042/2026

OBJETO: Prestação de serviços de locação de equipamento de imunologia/hormônio, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits reagentes para realização de exames imunológicos e hormonais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e em seus Anexos.

EMPRESA: _____

CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

E-MAIL: _____

À
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em atendimento ao Edital do Pregão em epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	REGISTRO ANVISA	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
GRUPO ÚNICO (Itens 1 a 45)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, COM FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS							
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXAMES DE LABORATÓRIO				SV*	12		
2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTITPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)				TST	800		
3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)				TST	1000		
4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO				TST	1400		
5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE				TST	3300		
6	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA				TST	1200		



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	REGISTRO ANVISA	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL				TST	1200		
8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLICULOESTIMULANTE)				TST	1100		
9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)				TST	1100		
10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA				TST	1000		
11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)				TST	1400		
12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)				TST	900		
13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)				TST	3600		
14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA				TST	1400		



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	REGISTRO ANVISA	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA				TST	700		
16	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)				TST	1500		
17	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)				TST	1400		
18	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)				TST	1500		
19	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)				TST	1000		
20	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)				TST	1000		



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	REGISTRO ANVISA	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRITINA				TST	2500		
22	KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA D (25-OH)				TST	2500		
23	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA B12				TST	2100		
24	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI- TIREOGLOBULINA				TST	500		
25	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CORTISOL				TST	600		
26	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE TREPONEMA PALLIDUM (SÍFILIS)				TST	1100		
27	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)				TST	500		
28	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)				TST	500		
29	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CEA				TST	600		



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	REGISTRO ANVISA	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	(ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO)							
30	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AFP (ALFA 1 - FETOPROTEÍNA)				TST	600		
31	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SHBG (GLOBULINA LIGADORA DE HORMÔNIOS SEXUAIS)				TST	1200		
32	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PTH (HORMÔNIO PARATIRÓIDE)				TST	800		
33	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CA 15-3 (ANTÍGENO 15-3 DO CANCRO)				TST	600		
34	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SDHEA (SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTER ONA)				TST	700		
35	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	400		



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	REGISTRO ANVISA	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
36	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO				TST	400		
37	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA				TST	400		
38	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA				TST	400		
39	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII				TST	400		
40	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM				TST	400		



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	REGISTRO ANVISA	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	CONTRA O TOXOPLASMA GONDII							
41	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CA 19-9 (ANTÍGENO CARBHIDRATADO 19-9)				TST	500		
42	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CA 125 (ANTÍGENO 125 DO CANCRO)				TST	500		
43	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO FÓLICO OU FOLATO				TST	500		
44	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI RECEPTOR DE TSH (TRAB)				TST	400		
45	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 LIVRE				TST	600		
PREÇO TOTAL DO GRUPO ÚNICO (R\$)								
PREÇO TOTAL POR EXTENSO:								

**Cada unidade de Serviço do Item 1 representa um mês de prestação de serviço.*

O(s) preço(s) registrado(s) na forma expressa no sistema eletrônico e nesta proposta incluem todos os custos e todas as despesas, diretas e indiretas, para prestação dos serviços do objeto na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações e às condições de execução dos serviços descritas no Edital, às quais aderimos formalmente.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _____ (por extenso) dias (observar o disposto no Edital).

PRAZO DE VALIDADE DO OBJETO (KITS): _____ (por extenso) meses (observar o disposto no Termo de Referência).

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO (KITS): _____ (por extenso) dias úteis (observar o disposto no Termo de Referência).

PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL:
_____ (por extenso) dias (observar o disposto no Termo de Referência).

Declaramos que seremos responsáveis pelo descarte ambientalmente adequado de todos os resíduos gerados durante a execução dos serviços contratados – incluindo consumíveis, peças substituídas, embalagens e demais materiais – em conformidade com a legislação ambiental vigente, especialmente a Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), a Lei n. 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e a NBR 10.004 (classificação de resíduos sólidos).

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realização do objeto da presente licitação.

Para os Itens 2 a 45 do objeto

PARA PRODUTOS FABRICADOS NO BRASIL:

É OBRIGATÓRIA A COMPROVAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 4.1.2 DO TÍTULO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
Nome do signatário	
Cargo	



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
Qualificação (naturalidade e domicílio)	
<i>OBS.: O signatário deve possuir poderes de administração estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar contratos em nome da empresa. A documentação comprobatória deverá ser encaminhada quando da assinatura do Contrato.</i>	

Brasília, de de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa

Nome do representante legal da empresa

Brasília, 28 de maio de 2026.

(Assinado eletronicamente)
Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

ANEXO 3
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Processo n.

Pregão Eletrônico:

Contrato n.

OBJETO

CONTRATANTE:

Denominação/Nome por extenso: CÂMARA DOS DEPUTADOS		
CNPJ/MF: 00.530.352/0001-59		
Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/N. EDIFÍCIO ANEXO I 13º ANDAR		
Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	CEP: 70160-900
Nome do Responsável:		
Cargo/Função:		

CONTRATADA:

Denominação/Nome por extenso:		
CNPJ/MF:		
Endereço:		
Cidade:	UF:	CEP:
Nome do Representante Legal:		
Cargo:		

DADOS DO CONTRATO

Data do orçamento estimado: 11/2025	Data de assinatura:	Data de vigência:
Preço:		
Nota(s) de Empenho:		

As partes, acima identificadas, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei n. 14.133/2021, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI; no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 206/2021, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO; e com o Edital da licitação acima referenciada e seus Anexos, daqui por diante denominado EDITAL, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a locação de equipamento de imunologia/hormônio, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits reagentes para realização de exames imunológicos e hormonais, de acordo com as quantidades e especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e com as demais exigências e condições expressas no referido instrumento e neste Contrato.

1.2. Vinculam esta contratação, para todos os efeitos e independentemente de transcrição:

- a) O Edital da licitação;
- b) O Termo de Referência anexo ao Edital;
- c) A Ata da Sessão Pública;
- d) A Proposta da CONTRATADA;
- e) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O presente Contrato terá vigência de 15 (quinze) meses, conforme datas definidas na Folha de Rosto, e poderá ser prorrogado, sucessivamente, respeitada a vigência máxima de 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da LEI.

2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.1.2. A prorrogação deste Contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.1.3. Este Contrato não poderá ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido penalizada nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação, observado o seguinte:

<i>ETAPAS</i>	<i>PRAZOS</i>
<i>Assinatura</i>	<i>Início da vigência</i>
<i>Envio de Autorização para Entrega e Instalação</i>	<i>Em até 30 dias da assinatura do contrato</i>
<i>Entrega e Instalação</i>	<i>Em até 30 dias da autorização</i>
<i>Treinamento</i>	<i>Em até 30 dias da autorização</i>
<i>Recebimento Provisório Item 1</i>	<i>Até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços</i>
<i>Recebimento Definitivo Item 1</i>	<i>Até 5 dias úteis do recebimento provisório</i>
<i>Recebimento Provisório Itens 2 a 45</i>	<i>Até o 5º dia útil do mês subsequente ao da entrega dos materiais</i>
<i>Recebimento Definitivo Itens 2 a 45</i>	<i>Até 5 dias úteis do recebimento provisório</i>



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

<i>ETAPAS</i>	<i>PRAZOS</i>
<i>Prazo de prestação do serviço de locação e de fornecimento de kits</i>	<i>12 meses</i>
TOTAL	15 meses

3. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

3.1. Este Contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

3.2. O presente Contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da LEI, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

3.2.1. Nessa hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma LEI.

3.3. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA não ensejará a extinção, se não restringir sua capacidade de conclusão do Contrato.

3.3.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

3.4. O presente Contrato poderá ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade da CONTRATANTE ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da LEI).

3.4.1. O Contrato poderá, ainda, ser extinto no caso de ocorrência das demais situações previstas no art. 14 da LEI.

4. DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAIS

4.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e as condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam do Termo de Referência anexo ao EDITAL.

5. DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1. Não será admitida a subcontratação para execução do objeto contratual.

6. DO PREÇO

6.1. No valor da contratação estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.2. O valor da contratação é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes estão definidos no Termo de Referência anexo ao EDITAL.

8. DO REAJUSTE

8.1. Após o período de 12 (doze) meses de vigência deste Contrato, na hipótese de sua eventual prorrogação, poderá ser admitido, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, reajuste de preços, utilizando-se o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), fornecido pelo IBGE, ou, caso esse índice venha a ser extinto, o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas.

8.2. Para a definição do percentual de reajuste, será observada a variação acumulada do índice no interregno de 1 (um) ano, a contar da data do orçamento estimado.

8.3. O reajuste será precedido de solicitação da CONTRATADA, observado o seguinte:

- a) O pedido deverá indicar o percentual de reajuste pleiteado, detalhando o período de variação acumulada do índice, limitado a 12 (doze) meses;
- b) O pedido deverá ser apresentado à Coordenação de Contratos da CONTRATANTE, por meio do e-mail contratos@camara.leg.br;
- c) A CONTRATADA deverá solicitar o reajuste dos preços deste Contrato até a data da assinatura do termo aditivo da prorrogação contratual subsequente, sob pena de preclusão do direito de reajustar;
- d) Caso o Contrato não seja prorrogado, o direito ao reajuste precluirá na data do encerramento do Contrato vigente.

8.4. O reajuste produzirá seus efeitos financeiros a partir do início do período de prorrogação.

8.5. Ao ser questionada sobre o interesse em prorrogar o Contrato, a CONTRATADA já deverá se manifestar a respeito de eventual reajuste de preços, o que será levado em consideração para a decisão da CONTRATANTE quanto à prorrogação.

8.5.1. Manifestada a intenção em reajustar os preços para o período da próxima vigência contratual:



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- a) Caso o índice previsto em Contrato esteja disponível, a CONTRATADA deverá apresentar os preços reajustados em sua resposta sobre a prorrogação;
- b) Caso o índice não esteja disponível, o direito ficará resguardado, devendo a CONTRATADA posteriormente solicitar o reajuste quando da sua divulgação, observado o disposto no item 8.3 deste Título.

8.6. O reajuste poderá ser formalizado por apostilamento.

8.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.7.1. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. A solicitação de reajuste será respondida pela CONTRATANTE, preferencialmente, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados do protocolo do pedido junto à Coordenação de Contratos, acompanhado de toda a documentação e de todas as informações necessárias.

8.8.1. O prazo estabelecido neste item 8.8 não se aplica aos casos em que o pedido de reajuste tramitar em conjunto com a prorrogação da contratação.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o presente Contrato;
- b) Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas no Termo de Referência;
- c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a suas expensas;
- d) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
- e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, na forma e nas condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- f) Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na lei e neste Contrato;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- g) Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia da Câmara dos Deputados para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;
- h) Emitir, explicitamente, decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
 - i. Concluída a instrução do requerimento, a CONTRATANTE terá o prazo de 60 (sessenta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período;
 - i) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, não decorrentes de reajustamento em sentido estrito, preferencialmente no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, contado da data do protocolo do pedido completo junto à Coordenação de Contratos, com os respectivos documentos comprobatórios, admitida a prorrogação motivada, por igual período;
 - j) Notificar, quando for o caso, os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

9.1.1. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução deste Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- a) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da LEI) e prestar esclarecimentos ou informações por eles solicitados;
- b) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução, por exigência da Unidade Responsável, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou reparos a realizar;
- c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

terceiros, por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas neste Contrato, não reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento da execução contratual pela CONTRATANTE, que ficará autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

- d) Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, apresentar à CONTRATANTE, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 2) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- e) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto deste Contrato;
- f) Comunicar, verbal e imediatamente, ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência anormal que se verifique no local da execução do objeto contratual, reduzir a escrito a comunicação verbal **em até 2 (dois) dias úteis após o ocorrido**, acrescentando todos os dados e todas as circunstâncias julgados necessários ao esclarecimento dos fatos e entregar o termo ao Fiscal do contrato;
- g) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- h) Manter, durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- i) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento deste Contrato;
- j) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;
- k) Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da CONTRATANTE.

10.2. Além do estatuído no EDITAL e neste Contrato, a CONTRATADA cumprirá as instruções complementares da Unidade Responsável, quanto à execução e ao horário de realização dos serviços, permanência e circulação de seus empregados nos locais de execução dos serviços.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

10.3. Para o pessoal em serviço será exigido o porte de cartão de identificação, a ser fornecido pela prestadora dos serviços ou, no interesse administrativo, pelo Departamento de Polícia Legislativa.

10.4. Os empregados da CONTRATADA, além de portar identificação, deverão se apresentar sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer no de higiene pessoal, devendo ser substituído imediatamente aquele que não estiver de acordo com esta exigência, mediante comunicação da Unidade Responsável.

10.5. Os empregados da CONTRATADA, por esta alocados na execução dos serviços, embora sujeitos às normas internas ou convencionais da CONTRATANTE, não terão com ela qualquer vínculo empregatício ou de subordinação.

10.6. A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

10.7. A CONTRATADA deverá atender às disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho.

10.8. A CONTRATADA se compromete a adotar e utilizar solução tecnológica que venha a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, sem gerar custos adicionais diretos para a CONTRATADA, para mensuração, controle e/ou monitoramento da produtividade da execução contratual.

10.9. A CONTRATADA deverá orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n. 13.709/2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste Contrato.

10.10. A CONTRATADA deverá conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.11. A CONTRATADA deverá submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.12. A CONTRATADA não deverá permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.13. A CONTRATADA não deverá contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor deste Contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da LEI.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

10.14. Caberá à CONTRATADA, ao término de todas as manutenções, a critério da Unidade Responsável, a remoção e a destinação ambientalmente adequada de peças, componentes e produtos a serem descartados que sejam classificados como “lixo especial”, ou seja, que por suas características não possam ser descartados junto com o lixo tradicional ou com materiais recicláveis.

10.14.1. Ficará a cargo da CONTRATADA, quando for o caso, a comprovação do encaminhamento dos produtos pós-uso, originários da contratação, para o respectivo fabricante ou importador responsável ou para destinação ambientalmente adequada, sujeita à fiscalização e verificação de sua validade.

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. Não haverá exigência de garantia de execução deste Contrato.

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo legal, com garantias de contraditório e de ampla defesa, respeitando os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da indisponibilidade e supremacia do interesse público, conforme o disposto na LEI e no REGULAMENTO.

12.2. Serão consideradas infrações administrativas, nos termos da LEI e do REGULAMENTO:

- a) dar causa à inexecução parcial deste Contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial deste Contrato que cause grave dano à CONTRATANTE, ao funcionamento dos seus serviços ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total deste Contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado e aceito pela CONTRATANTE;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução deste Contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução deste Contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013.

12.3. Serão aplicadas à CONTRATADA quando incorrer nas infrações descritas no item anterior as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa:



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- i. moratória;
- ii. compensatória;
 - c) impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
 - d) **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, direta e indireta, em âmbito nacional, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

12.3.1. Na aplicação das sanções serão considerados, conforme REGULAMENTO:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes e/ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE, para o funcionamento dos seus serviços ou para o interesse coletivo;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.3.2. No processamento das sanções, primeiro serão consideradas as circunstâncias atenuantes seguidas das agravantes.

12.3.3. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a de multa.

12.3.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE.

12.4. Advertência

12.4.1. A sanção de advertência será aplicada como instrumento de diálogo e correção de conduta nas seguintes hipóteses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, conforme REGULAMENTO:

- a) inexecução parcial de obrigação, desde que não tenha havido dano à CONTRATANTE, ao funcionamento dos seus serviços ou ao interesse coletivo, que justifique a aplicação de sanção mais gravosa;
- b) descumprimento de pequena relevância, assim considerados aqueles que não impactam objetivamente na execução deste Contrato e não causem prejuízos à CONTRATANTE.

12.5. Multas de Mora e Compensatória

12.5.1. O atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE na entrega dos kits sujeitará a CONTRATADA às seguintes multas, calculadas sobre o valor do objeto entregue com atraso:



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

DIAS DE ATRASO	ÍNDICE DE MULTA	DIAS DE ATRASO	ÍNDICE DE MULTA	DIAS DE ATRASO	ÍNDICE DE MULTA
1	0,1%	15	2,0%	29	5,7%
2	0,2%	16	2,2%	30	6,0%
3	0,3%	17	2,4%	31	6,4%
4	0,4%	18	2,6%	32	6,8%
5	0,5%	19	2,8%	33	7,2%
6	0,6%	20	3,0%	34	7,6%
7	0,7%	21	3,3%	35	8,0%
8	0,8%	22	3,6%	36	8,4%
9	0,9%	23	3,9%	37	8,8%
10	1,0%	24	4,2%	38	9,2%
11	1,2%	25	4,5%	39	9,6%
12	1,4%	26	4,8%	40	10,0%
13	1,6%	27	5,1%		
14	1,8%	28	5,4%		

12.5.1.1. A CONTRATADA será também considerada em atraso se entregar os kits em desacordo com as especificações e não os substituir dentro do período remanescente do prazo de entrega fixado na proposta.

12.5.1.2. A aplicação de multa de mora não impedirá que a CONTRATANTE a converta em compensatória e promova a extinção unilateral deste Contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas no presente instrumento.

12.5.2. Pelo não cumprimento das obrigações contratuais, ou execução insatisfatória dos serviços, omissão e outras faltas não justificadas ou se a CONTRATANTE julgar as justificativas improcedentes, poderão ser impostas à CONTRATADA, ainda, multas por infração cometida, não podendo, cada uma delas, ser inferior a 0,5% ou superior a 30% do valor anual deste Contrato, ou do valor total, se por escopo, observados, sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou culpa e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a seguinte tabela:

INFRAÇÃO	PERCENTUAL (sobre o valor total deste Contrato)
1. DEIXAR DE:	
1.1. instalar o(s) equipamento(s) ou realizar o treinamento técnico-operacional, nos termos expressos no Termo de Referência	1,0%
1.2. substituir, durante o período de validade, o produto impróprio para uso ou defeituoso, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da notificação, por ocorrência	0,05%
1.3. fornecer calibradores, controles ou outros insumos necessários à qualidade dos ensaios fora do teste, e por esse motivo	1,0%



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

	comprometer total ou parcialmente o pleno funcionamento, por ocorrência	
1.4.	fornecer qualquer item necessário ao pleno funcionamento do equipamento automatizado, da realização do teste à liberação do resultado, por ocorrência	0,5%
1.5.	apresentar a qualidade dos resultados, linearidade, sensibilidade e reprodutividade, apresentando os controles e calibradores compatíveis com os kits da marca do equipamento, por ocorrência	0,5%
1.6.	substituir, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da confirmação do recebimento da solicitação, equipamento(s) insuscetível(eis) de reparo, por dia de atraso	0,5%
1.7.	realizar a manutenção corretiva do equipamento (incluindo peças de reposição), por profissional habilitado, no prazo de um dia útil, a contar da confirmação do recebimento da solicitação, sem justificativa formalmente aceita pela CONTRATANTE, por dia de atraso	0,5%
1.8.	realizar manutenção preventiva, de acordo com o estabelecido pelo manual do equipamento (incluindo peças de reposição, kits e/ou produtos necessários para isso), bem como assistência técnico-científica, por dia de atraso	1,0%
1.9.	executar qualquer tarefa constante das obrigações pactuadas ou previstas em lei para as quais não se comine outra penalidade, por ocorrência	0,5%
1.10.	cumprir outras obrigações legais ou contratuais ou incorrer em quaisquer faltas para as quais não tenha sido prevista outra multa, por ocorrência	0,5%
1.11.	utilizar exclusivamente peças e componentes novos e originais, livres de defeitos ou vícios, e que correspondam perfeitamente às especificações do fabricante, por ocorrência	1,0%
2.	Remover equipamento, peça ou componente das dependências da CONTRATANTE sem expressa autorização da Coordenação de Patrimônio do Departamento de Material e Patrimônio, por equipamento, peça ou componente	1,0%

12.5.3. A sanção de multa compensatória poderá ser reduzida ou aumentada, em conformidade com o disposto no REGULAMENTO.

12.5.4. Na hipótese de inexecução total do Contrato e/ou abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor remanescente deste Contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

12.5.4.1. Considerar-se-á inexecução total deste Contrato a recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada.

12.6. A penalidade de **impedimento de licitar e contratar com a União** será proposta pela prática das seguintes infrações:

- a) dar causa à inexecução parcial deste Contrato que cause grave dano à CONTRATANTE, ao funcionamento de seus serviços ou ao interesse coletivo;
- b) dar causa à inexecução total deste Contrato;
- c) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado e aceito pela CONTRATANTE.

12.6.1. A sanção base será de 6 (seis) meses, sendo acrescidos 6 (seis) meses por agravante constatada, limitado ao máximo de 3 (três) anos.

12.6.2. A penalidade será reduzida em 1/3 (um terço) por atenuante constatada.

12.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, direta e indireta, em âmbito nacional, será aplicada pela prática das seguintes infrações:

- a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução deste Contrato;
- b) praticar ato fraudulento na execução deste Contrato;
- c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013;
- f) nas condutas previstas no item anterior, quando se justificar a imposição da penalidade mais gravosa.

12.8. As circunstâncias consideradas atenuantes e agravantes, bem como as hipóteses de reabilitação e da desconsideração da personalidade jurídica estão dispostas no REGULAMENTO.

12.9. O valor da multa aplicada ou das indenizações cabíveis será, nesta ordem:

- a) desconto dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes do presente Contrato ou de contratos diversos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;
- b) recolhido por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU);
- c) desconto de eventual garantia prestada, sem prejuízo da cobrança do valor remanescente.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

12.9.1. Inexistindo pagamentos devidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA será notificada para proceder ao recolhimento do respectivo valor por intermédio de GRU.

12.9.2. Esgotado o prazo de pagamento da GRU, havendo garantia prestada na forma do Título 11 deste Contrato, será a seguradora ou a fiadora notificada para proceder ao pagamento dos valores devidos ou, conforme o caso, será levantado o valor caucionado ou serão resgatados os títulos da dívida pública ou títulos de capitalização.

12.9.3. A compensação total ou parcial dos débitos de que trata este item 12.9, com os créditos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de contratos diversos, poderá ser formalizada de ofício pela CONTRATANTE ou mediante requerimento do interessado, acompanhado da relação de contratos vigentes que serão objeto de compensação.

12.10. Os atos previstos como infrações na LEI, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n. 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida LEI.

12.11. As sanções aplicadas serão registradas pela CONTRATANTE, para fins de publicidade:

- a) no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
- b) nos cadastros instituídos no âmbito do Poder Executivo;
- c) no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), nos casos das sanções de impedimento e de declaração de inidoneidade.

12.11.1. O prazo para registro das penalidades será de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de aplicação da sanção.

12.12. Para a garantia da ampla defesa e do contraditório da CONTRATADA, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

12.12.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- Programa de Trabalho: 01.331.0034.2004.5664 – assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cíveis, Empregados, Militares e seus Dependentes

- Natureza da Despesa:

- 3.0.00.00 – Despesas Correntes
- 3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes
- 3.3.90.00 – Aplicações Diretas
- 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

- Natureza da Despesa:

- 3.0.00.00 – Despesas Correntes
- 3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes
- 3.3.90.00 – Aplicações Diretas
- 3.3.90.30 – Material de Consumo

14. DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na LEI, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da LEI.

15.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato.

15.2. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da LEI.

16. DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como disponibilizá-lo na seção de transparência no sítio oficial da Câmara dos Deputados, nos termos da LEI.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

17. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

17.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, realizando o tratamento de dados pessoais disponibilizados pelas partes, em meios físicos ou digitais, em consonância e em cumprimento das disposições preconizadas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei n. 13.709/2018, regulamentada na Câmara dos Deputados pelo Ato da Mesa n. 152/2020, assim como atenderão a suas respectivas atualizações e aos padrões aplicáveis em seu segmento, vinculadas às disposições anexas ao EDITAL.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para **decidir demandas judiciais** decorrentes do cumprimento deste Contrato.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília, de de 2026.

Pela CONTRATANTE:
Mauro Limeira Mena Barreto
Diretor Administrativo

Pela CONTRATADA:
(nome)
(cargo)

Brasília, 28 de maio de 2026.

(Assinado eletronicamente)
Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

ANEXO 4
MODELO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

À _____

(identificação da Contratada)

A/C do(a) Senhor(a): _____

1. Solicitamos a entrega do material relacionado abaixo:

Item	Descrição	Quant.	Un.	Local de entrega

2. Prazo de entrega: _____ dias úteis, contados da data de confirmação do recebimento desta Ordem de Fornecimento.

3. A presente Ordem de Fornecimento é feita com observância das cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 90042/2026, do Contrato n. ____/____ e da proposta da Contratada, datada de ____/____/____.

4. As despesas decorrentes desta Ordem de Fornecimento correm por conta da Nota de Empenho n. ____/____.

Ordem de Fornecimento encaminhada em:

____/____/____

às ____ h

Pela Câmara dos Deputados

Nome do Servidor: _____

Ponto do Servidor: _____

Departamento: _____

Ordem de Fornecimento recebida em:

____/____/____

às ____ h

Pela Contratada

Nome: _____

Informações adicionais sobre esta Ordem de Fornecimento: telefone **(a ser preenchido no momento da emissão da OF)**

Brasília, 24 de abril de 2026.
(Assinado eletronicamente)
Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

ANEXO 5 - A
MODELO DE TERMO DE VISTORIA

TERMO DE VISTORIA

Declaramos _____ que _____ o(a) Sr(a) _____, representante da empresa _____, CNPJ _____, onde ocupa o cargo de _____, vistoriou os locais onde serão executados os serviços e que tomou conhecimento integral das condições de execução desses, assim como de todos os detalhes técnicos dos projetos, referentes ao Pregão Eletrônico n. 90042/2026, cujo objeto é a locação de equipamento de imunologia/hormônio, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits reagentes para realização de exames imunológicos e hormonais, pelo período de 12 (doze) meses, para fins de participação no referido processo licitatório.

**(PARA USO DA COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIO E ASSISTÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL)**

Brasília, DF, ____ de _____ de 2026.

Nome e ponto do servidor

Nome e ponto do servidor

Brasília, 28 de maio de 2026.

(Assinado eletronicamente)
Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

ANEXO 5 - B
MODELO DE ATESTE

Eu, _____, representante legal da empresa _____, CNPJ: _____, atesto que conheço o local e as condições de realização do serviço referente ao Pregão Eletrônico n. 90042/2026, cujo objeto é a locação de equipamento de imunologia/hormônio, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits reagentes para realização de exames imunológicos e hormonais, pelo período de 12 (doze) meses, para fins de participação no referido processo licitatório.

Brasília, DF, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa

Brasília, 28 de maio de 2026.

(Assinado eletronicamente)
Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

ANEXO 5 – C
MODELO DE DECLARAÇÃO

Eu, _____, responsável técnico da empresa _____, CNPJ _____, declaro que conheço plenamente as condições e peculiaridades da contratação referente ao Pregão Eletrônico n. 90042/2026, cujo objeto é a locação de equipamento de imunologia/hormônio, incluindo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento, com fornecimento de kits reagentes para realização de exames imunológicos e hormonais, pelo período de 12 (doze) meses, para fins de participação no referido processo licitatório.

Brasília, DF, ____ de _____ de 2026.

Assinatura do responsável técnico da empresa

Brasília, 28 de maio de 2026.

(Assinado eletronicamente)
Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

ANEXO 6
ORÇAMENTO ESTIMADO

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
GRUPO ÚNICO (Itens 1 a 45)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMUNOLOGIA/HORMÔNIO, COM FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS/HORMONAIS				
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXAMES DE LABORATÓRIO	SV	12	4.921,85	59.062,20
2	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTITPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)	TST	800	9,86	7.888,00
3	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)	TST	1000	6,98	6.980,00
4	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO	TST	1400	8,40	11.760,00
5	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE	TST	3300	4,42	14.586,00
6	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA	TST	1200	11,10	13.320,00
7	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL	TST	1200	7,57	9.084,00
8	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLICULOESTIMULANTE)	TST	1100	5,90	6.490,00
9	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)	TST	1100	7,72	8.492,00
10	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA	TST	1000	6,86	6.860,00
11	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)	TST	1400	7,63	10.682,00
12	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	TST	900	6,63	5.967,00



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
13	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA)	TST	3600	4,21	15.156,00
14	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA	TST	1400	10,71	14.994,00
15	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA	TST	700	9,86	6.902,00
16	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)	TST	1500	7,09	10.635,00
17	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)	TST	1400	19,41	27.174,00
18	ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)	TST	1500	6,42	9.630,00
19	ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)	TST	1000	11,97	11.970,00
20	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)	TST	1000	14,91	14.910,00
21	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FERRITINA	TST	2500	6,47	16.175,00
22	KIT- DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA D (25-OH)	TST	2500	14,85	37.125,00
23	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE VITAMINA B12	TST	2100	14,87	31.227,00
24	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI-TIREOGLOBULINA	TST	500	17,11	8.555,00
25	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CORTISOL	TST	600	14,03	8.418,00
26	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE TREPONEMA PALLIDUM (SÍFILIS)	TST	1100	10,52	11.572,00
27	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)	TST	500	14,28	7.140,00
28	ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O	TST	500	16,96	8.480,00



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)				
29	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CEA (ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO)	TST	600	29,00	17.400,00
30	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AFP (ALFA 1 - FETOPROTEÍNA)	TST	600	28,45	17.070,00
31	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SHBG (GLOBULINA LIGADORA DE HORMÔNIOS SEXUAIS)	TST	1200	27,66	33.192,00
32	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PTH (HORMÔNIO PARATIRÓIDE)	TST	800	21,05	16.840,00
33	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CA 15-3 (ANTÍGENO 15-3 DO CANCRO)	TST	600	28,47	17.082,00
34	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE SDHEA (SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA)	TST	700	18,48	12.936,00
35	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO	TST	400	29,93	11.972,00
36	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO	TST	400	32,85	13.140,00
37	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA	TST	400	29,13	11.652,00
38	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA	TST	400	35,23	14.092,00
39	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII	TST	400	34,24	13.696,00
40	ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII	TST	400	27,53	11.012,00
41	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CA 19-9	TST	500	28,39	14.195,00



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

GRUPO/ ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	(ANTÍGENO CARBHIDRATADO 19-9)				
42	KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CA 125 (ANTÍGENO 125 DO CANCRO)	TST	500	38,35	19.175,00
43	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ÁCIDO FÓLICO OU FOLATO	TST	500	14,45	7.225,00
44	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI RECEPTOR DE TSH (TRAB)	TST	400	96,25	38.500,00
45	KIT DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 LIVRE	TST	600	9,83	5.898,00
PREÇO TOTAL DO GRUPO ÚNICO (R\$)					676.311,20

Observação: Os preços unitários constantes deste Anexo são os máximos aceitáveis.

Brasília, 28 de maio de 2026.

(Assinado eletronicamente)

Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro



ANEXO 7
DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, realizando o tratamento de dados pessoais disponibilizados pelas partes, em meios físicos ou digitais, em consonância e em cumprimento das disposições preconizadas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, regulamentada na Câmara dos Deputados pelo Ato da Mesa n. 152, de 16 de dezembro de 2020, assim como atenderão a suas respectivas atualizações e os padrões aplicáveis em seu segmento, vinculadas às seguintes disposições:

- a) O tratamento de dados pessoais dar-se-á exclusivamente de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos artigos 7º, 11 e/ou 14 e do artigo 23 da Lei n. 13.709, de 2018, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do CONTRATO, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da Agência Nacional de Proteção de Dados;
- b) A CONTRATADA compromete-se a tratar todos os dados pessoais como confidenciais, exceto se já eram de conhecimento público, devendo observar requisitos e práticas de segurança da informação para garantir a confidencialidade dos dados pessoais, inclusive no seu armazenamento, transmissão ou compartilhamento;
- c) Caso seja necessário coletar dados pessoais não abrangidos pelo item 1 e não previamente informados pela CONTRATANTE, indispensáveis para o atendimento de eventual demanda específica decorrente do CONTRATO, a coleta deverá ser realizada mediante a prévia autorização do Encarregado de Proteção de Dados da Câmara dos Deputados, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção do consentimento dos titulares;
- d) Nas hipóteses em que a CONTRATADA (operadora), por força de suas atividades, tenha que repassar dados pessoais para tratamento de outra empresa/entidade (suboperadora), obtidos em razão deste contrato, deve obter autorização formal da CONTRATANTE, responsabilizando-se ambas (operadora e suboperadora) de forma solidária, na forma do art. 42, §1º, I da Lei n. 13.709, de 2018;
- e) As partes devem permitir aos titulares o acesso aos seus respectivos dados pessoais, bem como a promover alterações e cancelamentos e conceder informações quanto ao tratamento, quando solicitado expressamente;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- f) Não ocorrerá transferência da propriedade ou controle dos dados pessoais pela CONTRATADA, sendo que os dados eventualmente gerados, obtidos ou coletados na execução contratual serão de propriedade dos respectivos titulares, sendo vedado o compartilhamento ou a comercialização de quaisquer elementos de dados, produtos ou subprodutos que se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais, exceto para o caso de dados anonimizados, mediante expressa e específica autorização do Controlador;
- g) As partes não fornecerão ou compartilharão, em qualquer hipótese, dados pessoais sensíveis de seus colaboradores, prestadores de serviços e/ou terceiros, salvo se expressamente solicitado por uma parte à outra, caso o objeto do CONTRATO justifique o recebimento de tais dados pessoais sensíveis, estritamente para fins de atendimento de legislação aplicável;
- h) As partes informarão e instruirão os seus colaboradores, prestadores de serviços e/ou terceiros sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as condições deste Termo, nunca cedendo ou divulgando tais dados a terceiros, salvo se expressamente autorizado pelo titular, por força de lei ou por determinação judicial; e garantindo a privacidade e a confidencialidade dos dados pessoais, mantendo controle rigoroso de acesso;
- i) A CONTRATADA deverá implementar e manter controles e procedimentos específicos para detecção, coleta, registro, tratamento, preservação de evidências e resposta a incidentes de segurança da informação e de privacidade, bem como monitorar sua própria conformidade, de colaboradores, de prestadores de serviços e/ou de terceiros;
 - i.1) A CONTRATADA deverá, ainda, fornecer à CONTRATANTE, sempre que lhe seja solicitado, relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às operações de tratamento de dados pessoais que realizar, com análise e avaliação de riscos aos quais a Solução de TIC está exposta, bem como as medidas adotadas de salvaguarda e de mitigação de riscos, mormente em relação à proteção de dados pessoais, conforme metodologia indicada pela CONTRATANTE;
 - i.2) A CONTRATADA deverá apresentar outros relatórios, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, com informações como o “status” dos sistemas de processamento de dados pessoais, as medidas de segurança, o tempo de inatividade registrado das medidas técnicas de segurança, a conformidade estabelecida com as medidas organizacionais, eventuais violações de dados e/ou incidentes de segurança, as ameaças percebidas à segurança e aos dados pessoais e as melhorias exigidas e/ou recomendadas;



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

- j) A CONTRATANTE, ou representantes por ela indicados, poderá acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade das obrigações de proteção de dados pessoais, sem que isso implique em qualquer diminuição de responsabilidade da CONTRATADA, podendo, ainda, notificar e fornecer informações, para atendimento em 48 (quarenta e oito) horas, sobre qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais ou contratuais relativas à proteção de dados pessoais, de qualquer violação de segurança ou de exposições/ameaças em relação à conformidade com a proteção de dados pessoais, ou em período menor, se necessário, para atender a qualquer ordem judicial, de autoridade pública ou de regulador competente;
- k) A CONTRATADA corrigirá, completará, excluirá e/ou bloqueará os dados pessoais, quando solicitado pela CONTRATANTE, devendo, ainda, comunicar sobre reclamações e solicitações dos titulares de dados pessoais;
- l) A CONTRATADA manterá registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar, bem como implementará medidas técnicas e organizacionais necessárias para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação, transferência, difusão ou o acesso não autorizado, além de garantir que o ambiente utilizado por ela (seja ele físico ou lógico) seja estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança, aos princípios gerais previstos na Lei n. 13.709, de 2018, e às demais normas regulamentares aplicáveis, para garantir, além da segurança, a confidencialidade e a integridade dos dados pessoais;
- m) A CONTRATADA deve informar à CONTRATANTE sobre qualquer incidente de segurança que implique violação ou risco de violação de dados pessoais, relacionado ao presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do momento em que tomou conhecimento, por quaisquer meios, do respectivo incidente;
- n) A operadora excluirá, de forma irreversível, os dados pessoais retidos em seus registros, mediante solicitação da Controladora ou dos titulares dos dados, ressalvadas determinações legais ou judiciais;
- o) Os peticionamentos relacionados ao tratamento de dados serão endereçados à Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados para apreciação do Encarregado de Proteção de Dados, através do correio eletrônico dadospessoais@camara.leg.br, e serão atendidos dentro de prazo razoável;
- p) Encerrada a vigência do instrumento contratual ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais coletados no decorrer da execução contratual, bem como daqueles disponibilizados pela CONTRATANTE, e, em no máximo 30 (trinta) dias, eliminará completamente os dados pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato



CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÕES

Pregão Eletrônico 90042/2026

digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal, ou outra hipótese determinada pela Lei n. 13.709, de 2018;

- q) O tratamento dos dados coletados, somente quando autorizado pela Controladora, poderá ser conservado pelo período de 5 (cinco) anos após o término do CONTRATO, com sua posterior eliminação, sendo autorizada sua conservação nas hipóteses descritas no artigo 16 da Lei n. 13.709, de 2018;
- r) Os sistemas que servirão de base para o armazenamento dos dados pessoais coletados devem seguir o conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação na Câmara dos Deputados e, subsidiariamente, no que couber, no Governo Federal;
- s) Independentemente do disposto em qualquer outra cláusula deste Termo, a CONTRATADA é a única responsável por todo e qualquer dano decorrente do descumprimento da Lei n. 13.709, de 2018, pela CONTRATADA, por seus colaboradores, prepostos, subcontratados, parceiros comerciais, empresas afiliadas ou qualquer agente ou terceiro a ela vinculado ou que atue em seu nome;
- t) Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste termo e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI, da Lei n. 13.709, de 2018;
- u) Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Termo.

Brasília, 28 de maio de 2026.

(Assinado eletronicamente)
Daniel de Souza Andrade
Pregoeiro