

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90045/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: APLICAÇÃO: para impressão a seco de imagens radiológicas com fornecimento de filmes.

CARACTERÍSTICA(S):

- a) Equipamento novo e para primeiro uso;
- b) Tecnologia de impressão a seco;
- c) Compatível com modalidade de impressão DICOM através de rede Ethernet, sendo capaz de endereçar simultaneamente no mínimo 8 equipamentos;
- d) Compatível com impressão a partir dos equipamentos médicos:
- Tomógrafo Computadorizado SIEMENS Somatom Definition AS;
 - Mamógrafo SIEMENS Mammomat Inspiration; - Equipamento de Raios X Telecomandado Digital SIEMENS Axiom Luminos dRF; - Equipamento de Ultrassonografia PHILIPS Affiniti 50;
 - Estações de Laudo SIEMENS com plataforma Syngo.
- e) Espessura do filme: aproximadamente 175 micrômetros;
- f) Resolução mínima de: 508 pixels por polegada (espaçamento entre pixels de 50 micrômetros), 12 bits (4096) níveis de contraste;
- g) Velocidade mínima (para 2ª impressão em diante): 70 filmes/hora para todos os formatos;
- h) Deve ter bandejas separadas para cada dimensão de filme fornecido, possibilitando que o filme seja selecionável remotamente por software, sem a necessidade de intervenção do operador;

...

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G1

2 - Filme Radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Raio-X, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 35 X 43CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0.50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (11000)

Grupo: G1

3 - Filme Radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Raio-X, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 28 X 35CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6000)

Grupo: G1

4 - Filme Radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Mamografia, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 20 X 25CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2000)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	12	UNIDADE
2	Filme Radiológico	11000	Unidade
3	Filme Radiológico	6000	Unidade
4	Filme Radiológico	2000	Unidade