

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Locação de Equipamento de Laboratório

Descrição Detalhada: CARACTERÍSTICA(S):

- Equipamento totalmente automatizado;
- O espaço disponível para instalação do equipamento é de 2,70 metros de comprimento por 1,20 metros de largura.
- Metodologia: microscopia digital de sedimento, leituras das tiras reagentes 100% automatizadas;
- Parâmetros mínimos a serem analisados no sedimento urinário: eritrócitos, leucócitos, células epiteliais, bactérias, cilindros hialinos e patológicos, cristais, leveduras, muco e espermatozoides;
- Parâmetros mínimos a serem analisados na bioquímica urinária (leitura de tiras reagentes): pH, leucócitos, nitrito, proteínas, glicose, cetonas, urobilinogênio, bilirrubina e eritrócitos, densidade;
- Leitor de código de barra totalmente automatizado, por scanner;
- Interface bidirecional;
- Rack para utilização de tubo primário e/ou cônico;
- pipetagem de amostra nas áreas individuais das tiras reagentes;
- Carregamento interno automático das tiras de urina e reservatório com acesso contínuo;
- Sistema de Controle de qualidade;
- Capacidade de realização de no mínimo 20 amostras por horas;
- Leituras das tiras reagentes 100% automatizadas;

OBSERVAÇÃO(ÕES): Caso seja necessária a preparação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 87.999,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G1

2 - Reagente Para Diagnóstico Clínico 5

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Uroanálise, Características Adicionais: Calibrador, Apresentação: Tira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4800

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 84.624,00

Unidade de Fornecimento: Teste

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4800)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação de Equipamento de Laboratório	12	UNIDADE
2	Reagente Para Diagnóstico Clínico 5	4800	Teste