



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: **Invólucro para esterilização; papel grau cirúrgico e seladora para papel grau cirúrgico** para atender ao Centro de materiais e Esterilização do Hospital Municipal de Sete Lagoas.

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.....	
2.DESCRICÃO DA NECESSIDADE	
3.REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.....	
4.DA EXIGENCIA DE AMOSTRA.....	
5.SUBCONTRATAÇÃO.....	
6.DA ESCOLHA DA MARCA DE REFERENCIA.....	
7.LEVANTAMENTO DE MERCADO.....	
8.DESCRICÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.....	
9.ESTIMATIVA DAS QUANTIDADE.....	
10.ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.....	
11.JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO.....	
12.CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES.....	
13.ALINHAMENTO COM O PLANO DE ANUAL DE CONTRATAÇÕES.....	
14.DEMOSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS.....	
15.PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO.....	8
16. IMPACTOS AMBIENTAIS.....	8
17. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.....	9
18. LOCAL DE ENTREGA	10

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar – ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução

e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Justifica-se a compra de materiais específicos para embalo de instrumentais cirúrgicos e do enxoval cirúrgico após sua lavagem; materiais que irão passar por processamento e esterilização em autoclaves a vapor no Centro de Materiais e Esterilização (CME) do Hospital Municipal de Sete Lagoas.

Aquisição de produtos que irão envolver dispositivos médicos submetidos a processos de esterilização antes de seu uso propriamente dito. Esses equipamentos são, no geral, para isolar utensílios frágeis ou de categorias similares. De acordo com legislação vigente – RDC nº 15 de março de 2012 Art. 4º XI - embalagem para esterilização de produtos para saúde: invólucro que permite a entrada e saída do ar e do agente esterilizante e impede a entrada de microrganismos.

A esterilização de artigos em CME deve ser feita com embalagens ou tecidos próprios para esterilização, programados para suportar processos de vapor saturado e altas temperaturas, sem danos. A aquisição desses itens permite que os artigos destinados à esterilização não sejam danificados nas autoclaves. Ao mesmo tempo possibilita a entrada de vapor e combate aos microrganismos nos materiais, diminuindo os riscos de infecção ao paciente. A compra por hora solicitada é para abastecimento do estoque do almoxarifado central em quantidade necessária para atendimento do Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato pelo período de 12 meses, que é uma Unidade de Urgência/Emergência da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas.

Tratam-se de materiais padronizados utilizados pela instituição.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Realização preferencial de Ata de Registro de Preços conforme demanda do serviço.

Trata-se do quantitativo de material a ser utilizado neste serviço pelo período de 12 meses.

- A. Entregar o objeto na quantidade, qualidade, local especificado;
- B. Entregar o objeto no prazo estabelecido de 10(dez) dias úteis, contados do (a) a partir da formalização da ordem de compra sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído, no valor do pagamento, todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- C. O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente

- D. Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
- E. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte, e às suas expensas, bens objeto que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- F. Responsabilizar-se que o equipamento deverá vir acondicionado em caixa resistente ao choque, com identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, identificação do responsável técnico quando for o caso, instruções de uso e precauções, além do código de barras de impresso na caixa para rastreabilidade do produto;
- G. A possibilidade de ocorrência de atraso na entrega do objeto, comunicar por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do tempo final estipulado, informando os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo;

Trata-se do quantitativo de material a ser utilizado neste serviço pelo período indeterminado, CONFORME GARANTIA DO PRODUTO.

Em relação à garantia do produto que consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes informamos que:

- 1. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.
- 2. **Os produtos deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração.**
- 3. Durante as fases do processo licitatório, poderá ser solicitada amostra do produto para verificação do produto pela equipe técnica.
- 4. DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO: o equipamento deverá ser fornecido e deverão ocorrer manutenções preventivas e corretivas conforme orientado pela empresa fabricante.
- 5. DA ESCOLHA DA MARCA DE REFERÊNCIA: Não se aplica.
- 6. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS: necessária amostra para análise técnica antes da execução da compra, essas deverão ser encaminhadas em até 5 dias úteis.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar, podendo, entre outras opções:

- a) Serem consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, bem como por organizações privadas, no contexto nacional ou internacional, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da Administração;
- b) Serem realizada audiência e/ou consulta pública, preferencialmente na forma eletrônica, para coleta de contribuições;
- c) Em caso de possibilidade de compra, locação de bens ou do acesso a bens, ser avaliados os custos e os benefícios de cada opção para escolha da alternativa mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em sede de economia circular;
- d) Serem consideradas outras opções logísticas menos onerosas à Administração, tais como chamamentos públicos de doação e permutas. (Art. 6º, inciso III, do Decreto Municipal nº 6944 e inciso V, do § 1º, do art. 18, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades do Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato. Foi observado que para a aquisição destes materiais os estabelecimentos de saúde congêneres, em especial os hospitais e as entidades públicas, realizam a contratação de forma similar à que se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigências legais e normativas, porém em um único processo não há todos os itens pleiteados neste momento por nossa instituição.

Das possíveis soluções existentes no mercado

1. Realizar adesão de outras atas de processos feitos em outros serviços, de forma fragmentada;

2. Adquirir os insumos especiais para realização dos procedimentos pelos profissionais do da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas - MG

Da análise:

Solução 1 - Não é indicado por ser muito mais oneroso para Instituição, além de correremos o risco de não conseguirmos adquirir os quantitativos totais solicitados por este serviço.

Solução 2 - É possível adquirir os insumos para realização dos procedimentos pelo corpo clínico do Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato, por meio de processo licitatório próprio.

Das possíveis formas de contratação:

1. Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão.
2. Registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante.
3. Realizar licitação própria.

Da análise:

1. Forma 1 – Nos arquivos disponíveis para busca por esta comissão, não foi encontrada ata de registro de preços disponível nas bases de governo para a realização de adesão nas condições que atendam às necessidades deste Hospital.
2. Forma 2 – Nos arquivos disponíveis para busca por esta comissão, não foi encontrada intenção de registro de preços disponível e nas condições que atendam às necessidades deste Hospital para participação.
3. Forma 3 - É possível a realização de licitação, coordenada pela equipe de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas.

Da conclusão

Com o exposto, diante da impossibilidade de adesão ou participação, esta equipe conclui que deve-se realizar licitação própria para realização da Solução 2 nos termos da Forma 3.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação:

1. A adesão de atas envolve uma série de burocracias e tempo que poderiam implicar na falta do insumo para o serviço ou não aquisição do item da forma pleiteada.

Mostra-se mais adequada: Realização dos exames pela equipe médica parte do quadro funcional do Hospital Monsenhor Flávio D'Amato, a partir do fornecimento dos insumos necessários à realização dos procedimentos.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

ITEM	Quantidade (quantos?)	Unidade (L, Kg, frasco, Unidade etc)	Descrição (o quê?)
01	200.000	UNIDADE	INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO– 30X30 LEVE – 40G/M2 , TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM AUTOCLAVE NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL; POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; COMPOSTO DE 3 CAMADAS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS TERMICAMENTE; SENDO CAMADAS NO PROCESSO SPUNDBOND; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL; MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO; ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFUIROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160ºC; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO;

			MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFEÇÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.
02	80.000	UNIDADE	INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO– 40X40 LEVE – 40G/M2, TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM AUTOCLAVE NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL; POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; COMPOSTO DE 3 CAMADAS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS TERMICAMENTE ; SENDO CAMADAS NO PROCESSO SPUNDBOND; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL;

			MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO; ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFUIROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160°C; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO; MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFEÇÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.
03	35.000	UNIDADE	INVÓLUCRO PARA ESTERELIZAÇÃO 60X60 CM LEVE – 40G/M2, TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM

			AUTOCLAVE NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL; POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; COMPOSTO DE 3 CAMADAS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS TERMICAMENTE ; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL; MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO; ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFUROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160°C; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO; MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE;
--	--	--	---

			DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFECCÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.
04	60.000	UNIDADE	INVÓLUCRO PARA ESTERELIZAÇÃO 80X80 CM PESADA – 45G/M2, TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM AUTOCLAVE NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL; POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; COMPOSTO DE 3 CAMADAS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS TERMICAMENTE ; SENDO CAMADAS NO PROCESSO SPUNDBOND; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL; MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO; ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFUIROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160°C; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO; MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA

			O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFECCÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.
05	40.000	UNIDADE	INVÓLUCRO PARA ESTERELIZAÇÃO 100X100 CM PESADA – 45G/M2, TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM AUTOCLAVE NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL; POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; COMPOSTO DE 3 CAMADAS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS TERMICAMENTE ; SENDO CAMADAS NO PROCESSO SPUNDBOND; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL; MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO;

			ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFUIROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160°C; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO; MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFEÇÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.
06	50.000	UNIDADE	INVÓLUCRO PARA ESTERELIZAÇÃO 120X120 CM SUPER PESADA - 60G/M2, TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM AUTOCLAVE NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL;

			POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS TERMICAMENTE ; SENDO CAMADAS NO PROCESSO SPUNDBOND; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL; MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO; ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFUROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160°C; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO; MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFECCÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E
--	--	--	---

			MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.
07	150	UNIDADE	PAPEL GRAU CIRÚRGICO – DIMENSÕES: 50 x 100 MM x MTS APRESENTAÇÃO EM BOBINA; COMPOSTO DE CELULOSE TRATADA; UTILIZADO EM AUTOCLAVE; UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; FILME TRI-LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; ABERTURA ASSÉPTICA; SEM RASGOS NO FILME; COM MENOR LIBERAÇÃO DE FIBRAS; COM INDICADOR QUÍMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; ATÓXICO; TINTA ESTÁ FORA DA ÁREA DE CONTATO COM O ARTIGO; INDICADOR DE PROCESSO; TEXTO DE ORIENTAÇÃO DE MUDANÇA DE COR CONFORME EXPOSIÇÃO; FILME PLÁSTICO; NÃO AUTO - SELANTE; PARA USO DE SELADORA; TERMO SELANTE; O PAPEL GRAU CIRÚRGICO DEVERÁ SELAR EM NO MÍNIMO DE TRÊS LINHAS DE SELAGEM, LARGURA APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM CADA LINHA, LARGA; A SELAGEM DEVE SER DE EXCELENTE QUALIDADE, NÃO DEVENDO ABRIR/SOLTAR COM FACILIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O FORNECEDOR DO ITEM GANHO, DEVERÁ OFERTAR CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE; A CAPACITAÇÃO DEVERÁ SER AGENDADA COM A REFERÊNCIA TÉCNICA; TANTO DA

			SELADORA QUANTO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO. <u>01 BOBINA PARA ANÁLISE TÉCNICA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.</u>
08	200	UNIDADE	PAPEL GRAU CIRÚRGICO – DIMENSÕES: 100 x 100 MM x MTS APRESENTAÇÃO EM BOBINA; COMPOSTO DE CELULOSE TRATADA; UTILIZADO EM AUTOCLAVE; UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; FILME TRI-LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; ABERTURA ASSÉPTICA; SEM RASGOS NO FILME; COM MENOR LIBERAÇÃO DE FIBRAS; COM INDICADOR QUÍMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; ATÓXICO; TINTA ESTÁ FORA DA ÁREA DE CONTATO COM O ARTIGO; INDICADOR DE PROCESSO; TEXTO DE ORIENTAÇÃO DE MUDANÇA DE COR CONFORME EXPOSIÇÃO; FILME PLÁSTICO; NÃO AUTO - SELANTE; PARA USO DE SELADORA; TERMO SELANTE; O PAPEL GRAU CIRÚRGICO DEVERÁ SELAR EM NO MÍNIMO DE TRÊS LINHAS DE SELAGEM, LARGURA APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM CADA LINHA, LARGA; A SELAGEM DEVE SER DE EXCELENTE QUALIDADE, NÃO DEVENDO ABRIR/SOLTAR COM FACILIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O FORNECEDOR DO ITEM GANHO, DEVERÁ OFERTAR CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE; A CAPACITAÇÃO DEVERÁ SER AGENDADA

			COM A REFERÊNCIA TÉCNICA; TANTO DA SELADORA QUANTO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO. <u>01 BOBINA PARA ANÁLISE TÉCNICA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.</u>
09	200	UNIDADE	PAPEL GRAU CIRÚRGICO – DIMENSÕES: 150 x 100 MM x MTS APRESENTAÇÃO EM BOBINA; COMPOSTO DE CELULOSE TRATADA; UTILIZADO EM AUTOCLAVE; UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; FILME TRI-LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; ABERTURA ASSÉPTICA; SEM RASGOS NO FILME; COM MENOR LIBERAÇÃO DE FIBRAS; COM INDICADOR QUÍMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; ATÓXICO; TINTA ESTÁ FORA DA ÁREA DE CONTATO COM O ARTIGO; INDICADOR DE PROCESSO; TEXTO DE ORIENTAÇÃO DE MUDANÇA DE COR CONFORME EXPOSIÇÃO; FILME PLÁSTICO; NÃO AUTO - SELANTE; PARA USO DE SELADORA; TERMO SELANTE; O PAPEL GRAU CIRÚRGICO DEVERÁ SELAR EM NO MÍNIMO DE TRÊS LINHAS DE SELAGEM, LARGURA APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM CADA LINHA, LARGA; A SELAGEM DEVE SER DE EXCELENTE QUALIDADE, NÃO DEVENDO ABRIR/SOLTAR COM FACILIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O FORNECEDOR DO ITEM GANHO, DEVERÁ OFERTAR CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE; A

			CAPACITAÇÃO DEVERÁ SER AGENDADA COM A REFERÊNCIA TÉCNICA; TANTO DA SELADORA QUANTO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO. <u>01 BOBINA PARA ANÁLISE TÉCNICA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.</u>
10	100	UNIDADE	PAPEL GRAU CIRÚRGICO – DIMENSÕES: 300 x 100 MM x MTS APRESENTAÇÃO EM BOBINA; COMPOSTO DE CELULOSE TRATADA; UTILIZADO EM AUTOCLAVE; UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; FILME TRI-LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; ABERTURA ASSÉPTICA; SEM RASGOS NO FILME; COM MENOR LIBERAÇÃO DE FIBRAS; COM INDICADOR QUÍMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; ATÓXICO; TINTA ESTÁ FORA DA ÁREA DE CONTATO COM O ARTIGO; INDICADOR DE PROCESSO; TEXTO DE ORIENTAÇÃO DE MUDANÇA DE COR CONFORME EXPOSIÇÃO; FILME PLÁSTICO; NÃO AUTO - SELANTE; PARA USO DE SELADORA; TERMO SELANTE; O PAPEL GRAU CIRÚRGICO DEVERÁ SELAR EM NO MÍNIMO DE TRÊS LINHAS DE SELAGEM, LARGURA APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM CADA LINHA, LARGA; A SELAGEM DEVE SER DE EXCELENTE QUALIDADE, NÃO DEVENDO ABRIR/SOLTAR COM FACILIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O FORNECEDOR DO ITEM GANHO, DEVERÁ OFERTAR CAPACITAÇÃO

			PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE; A CAPACITAÇÃO DEVERÁ SER AGENDADA COM A REFERÊNCIA TÉCNICA; TANTO DA SELADORA QUANTO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO. <u>01 BOBINA PARA ANÁLISE TÉCNICA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.</u>
11	08	COMODATO	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA – EM REGIME DE COMODATO- PARA SELAGEM EM CENTRAL DE MATERIAL, USO HOSPITALAR; COM PÉ OU PEDESTAL; PARA SER COLOCADA SOBRE A MESA; PEDAL DE BORRACHA PARA SELAR; PRÁTICA; LEVE; FÁCIL DE TRANSPORTAR MANUALMENTE; VERSÁTIL; FÁCIL USO; SELAGEM DE 8 MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO; FECHAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE; FECHAMENTO HERMÉTICO; ESPECÍFICA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; FABRICADA NA VOLTAGEM 110 VOLTS 50/60 HZ; POTÊNCIA 110 WATTS; CONSUMO DE ENERGIA 0,10 KWh; CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO; A OPERAÇÃO DA SELAGEM RESUME-SE EM PRENSAR A ABERTURA DA EMBALAGEM À TEMPERATURA DE 220°C DURANTE O TEMPO DE 3 A 4 SEGUNDOS. O FORNECEDOR DEVERÁ OFERTAR EM REGIME DE COMODATO, A SELADORA ESPECÍFICA PARA USO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA SMS/SL. SOLICITAMOS AINDA CAPACITAÇÃO PARA O MANUSEIO DA SELADORA. <u>A SELADORA DEVERÁ TER UM TAMANHO COMPATÍVEL PARA SELAR</u>

			<u>AS BOBINAS DE 50x100, 100x100, 150x100 e 300x100.</u> O FORNECEDOR DO ITEM GANHO DEVERÁ APRESENTAR A SELADORA PARA ANÁLISE TÉCNICA JUNTAMENTE COM A AMOSTRA DE BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ANÁLISE TÉCNICA; A SELADORA DEVERÁ ACOMPANHAR: MANUAL DE INSTRUÇÃO NA VERSÃO EM PORTUGUÊS; TERMOS DE GARANTIA; MANUAL DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA MANUTENÇÃO; 01 SELADORA E 01 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ANÁLISE TÉCNICA; O FORNECEDOR DO ITEM GANHO, DEVERÁ OFERTAR CAPACITAÇÃO, EM TODOS OS PLANTÕES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE TANTO DA SELADORA QUANTO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A SELADORA DEVERÁ SER MANTIDA NA UNIDADE ATÉ A ENTRADA DA NOVA SELADORA, DA PRÓXIMA LICITAÇÃO. A MANUTENÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA ATÉ O VENCIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE. A QUANTIDADE A SER SOLICITADA DEVERÁ SER CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE. NO CASO DE OCORREM FALHAS MECÂNICAS NOS EQUIPAMENTOS, A UNIDADE DEVERÁ INFORMAR IMEDIATAMENTE AO FORNECEDOR DO ITEM GANHO PELO CONTATO TELEFÔNICO E CASO NECESSÁRIO OCORRERÁ A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. O LICITANTE DO ITEM GANHO QUANDO SOLICITADO E/OU INFORMADO DE QUALQUER SITUAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVERÁ EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA
--	--	--	--

			EMPRESA UM RELATÓRIO ENTREGUE IMEDIATAMENTE APÓS A MANUTENÇÃO E DEIXAR COM A RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE SAÚDE. O EQUIPAMENTO NÃO PODERÁ SAIR NEM SER TRANSPORTADO, EM HIPÓTESE ALGUMA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE LAGOAS, FICANDO O FUNCIONÁRIO QUE AUTORIZAR RESPONSÁVEL PELAS PENALIDADES.
--	--	--	--

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIPTIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	200.000	INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO– 30X30 LEVE – 40G/M2, TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM AUTOCLAVE NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL; POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; COMPOSTO DE 3 CAMADAS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS TERMICAMENTE; SENDO CAMADAS NO PROCESSO SPUNDBOND; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL; MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO; ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFUROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160°C; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO; MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE	R\$ 0,28	R\$ 55.333,33 56.000,00

		O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFECCÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.		
02	80.000	INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO- 40X40 LEVE – 40G/M2, TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM AUTOCLAVE NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL; POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; COMPOSTO DE 3 CAMADAS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS TERMICAMENTE ; SENDO CAMADAS NO PROCESSO SPUNDBOND; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL; MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO; ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFUROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160°C; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO; MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE	R\$ 0,52	R\$ 41.600,00

		FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFECCÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.		
03	35.000	INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO 60X60 CM LEVE – 40G/M2, TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM AUTOCLAVE NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL; POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; COMPOSTO DE 3 CAMADAS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS TERMICAMENTE ; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL; MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO; ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFUROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160°C; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO; MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFECCÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO;	R\$ 1,04	R\$ 36.400,00

		QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.		
04	60.000	INVÓLUCRO PARA ESTERELIZAÇÃO 80X80 CM PESADA – 45G/M2, TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM AUTOCLAVE NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL; POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; COMPOSTO DE 3 CAMADAS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS TERMICAMENTE ; SENDO CAMADAS NO PROCESSO SPUNDBOND; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL; MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO; ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFUROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160°C; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO; MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFECCÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.	R\$ 2,34	R\$ 140.200,00
05	40.000	INVÓLUCRO PARA ESTERELIZAÇÃO 100X100 CM PESADA – 45G/M2, TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM AUTOCLAVE NO	R\$ 3,54	R\$ 141.466,67

		CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL; POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; COMPOSTO DE 3 CAMADAS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS TERMICAMENTE ; SENDO CAMADAS NO PROCESSO SPUNDBOND; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL; MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO; ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFUROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160°C; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO; MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFECCÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.		
06	50.000	INVÓLUCRO PARA ESTERELIZAÇÃO 120X120 CM SUPER PESADA - 60G/M2, TECIDO NÃO TECIDO; EM FOLHA; COR AZUL PARA USO EM AUTOCLAVE NO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO; TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL; POROSO; CONFECCIONADO EM 100% POLIPROPILENO; FABRICADO PELO PROCESSO SMS; BARREIRA DE EFICIÊNCIA MICROBIANA DE NO MÍNIMO 85%, UNIDAS	R\$ 6,47	R\$ 323.666,67

		TERMICAMENTE ; SENDO CAMADAS NO PROCESSO SPUNDBOND; COMPOSTAS POR FIBRAS CONTÍNUAS; MATERIAL RESISTENTE; MALEÁVEL; MICROFIBRAS QUE AGE COMO UMA EXCELENTE BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES; RESISTENTE A RASGO; ESTOURO; LÍQUIDOS; ABRASÃO; MICROFURROS; NÃO QUEIMA DURANTE A ESTERILIZAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS; TRAMAS UNIFORMES; NÃO DETERIORA; ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA; PONTO DE FUSÃO: 160°C; PROMOVE A MANUTENÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DO CAMPO DURANTE O SEU MANUSEIO; MOLDA APÓS CONTORNOS DA SUPERFÍCIE; FAVORECE TÉCNICA ASSÉPTICA; NÃO APRESENTA RISCO PARA O USUÁRIO (TRABALHADORES E PACIENTES); ATÓXICO; NÃO ELIMINA RESÍDUOS OU MICROFIBRAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; NÃO SERÁ ACEITO TAMANHO DIFERENTE DO SOLICITADO, ENVIAR CÓPIA DOS LAUDOS DE ANÁLISE DE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS EMITIDOS PELA ANVISA, LAUDO DE FILTRAÇÃO BACTERIANA. LAUDO DE FILTRAÇÃO VIRAL E CITOTOXIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; Nº DO LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; CONFEÇÃO DO PRODUTO; NOME DO PRODUTO; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO; QUANTIDADE DO PRODUTO NO PACOTE, GRAMATURA E TAMANHO. 10 UNIDADES PARA ANÁLISE TÉCNICA.		
07	150	PAPEL GRAU CIRÚRGICO – DIMENSÕES: 50 x 100 MM x MTS APRESENTAÇÃO EM BOBINA; COMPOSTO DE CELULOSE TRATADA; UTILIZADO EM AUTOCLAVE; UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; FILME TRI-LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; ABERTURA ASSÉPTICA; SEM RASGOS NO FILME; COM MENOR LIBERAÇÃO DE FIBRAS; COM INDICADOR QUÍMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; ATÓXICO; TINTA ESTÁ FORA DA ÁREA DE CONTATO COM O ARTIGO; INDICADOR DE PROCESSO; TEXTO DE ORIENTAÇÃO DE MUDANÇA DE COR CONFORME EXPOSIÇÃO; FILME PLÁSTICO; NÃO AUTO - SELANTE;	R\$ 76,20	R\$ 11.430,00

		PARA USO DE SELADORA; TERMO SELANTE; O PAPEL GRAU CIRÚRGICO DEVERÁ SELAR EM NO MÍNIMO DE TRÊS LINHAS DE SELAGEM, LARGURA APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM CADA LINHA, LARGA; A SELAGEM DEVE SER DE EXCELENTE QUALIDADE, NÃO DEVENDO ABRIR/SOLTAR COM FACILIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O FORNECEDOR DO ITEM GANHO, DEVERÁ OFERTAR CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE; A CAPACITAÇÃO DEVERÁ SER AGENDADA COM A REFERÊNCIA TÉCNICA; TANTO DA SELADORA QUANTO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO. <u>01 BOBINA PARA ANÁLISE TÉCNICA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.</u>		
08	200	PAPEL GRAU CIRÚRGICO – DIMENSÕES: 100 x 100 MM x MTS APRESENTAÇÃO EM BOBINA; COMPOSTO DE CELULOSE TRATADA; UTILIZADO EM AUTOCLAVE; UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; FILME TRI-LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; ABERTURA ASSÉPTICA; SEM RASGOS NO FILME; COM MENOR LIBERAÇÃO DE FIBRAS; COM INDICADOR QUÍMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; ATÓXICO; TINTA ESTÁ FORA DA ÁREA DE CONTATO COM O ARTIGO; INDICADOR DE PROCESSO; TEXTO DE ORIENTAÇÃO DE MUDANÇA DE COR CONFORME EXPOSIÇÃO; FILME PLÁSTICO; NÃO AUTO - SELANTE; PARA USO DE SELADORA; TERMO SELANTE; O PAPEL GRAU CIRÚRGICO DEVERÁ SELAR EM NO MÍNIMO DE TRÊS LINHAS DE SELAGEM, LARGURA APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM CADA LINHA, LARGA; A SELAGEM DEVE SER DE EXCELENTE QUALIDADE, NÃO DEVENDO ABRIR/SOLTAR COM FACILIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O FORNECEDOR DO ITEM GANHO, DEVERÁ OFERTAR CAPACITAÇÃO	R\$ 51,00	R\$ 10.200,00

		PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE; A CAPACITAÇÃO DEVERÁ SER AGENDADA COM A REFERÊNCIA TÉCNICA; TANTO DA SELADORA QUANTO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO. <u>01 BOBINA PARA ANÁLISE TÉCNICA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.</u>		
09	200	PAPEL GRAU CIRÚRGICO – DIMENSÕES: 150 x 100 MM x MTS APRESENTAÇÃO EM BOBINA; COMPOSTO DE CELULOSE TRATADA; UTILIZADO EM AUTOCLAVE; UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; FILME TRI-LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; ABERTURA ASSÉPTICA; SEM RASGOS NO FILME; COM MENOR LIBERAÇÃO DE FIBRAS; COM INDICADOR QUÍMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; ATÓXICO; TINTA ESTÁ FORA DA ÁREA DE CONTATO COM O ARTIGO; INDICADOR DE PROCESSO; TEXTO DE ORIENTAÇÃO DE MUDANÇA DE COR CONFORME EXPOSIÇÃO; FILME PLÁSTICO; NÃO AUTO - SELANTE; PARA USO DE SELADORA; TERMO SELANTE; O PAPEL GRAU CIRÚRGICO DEVERÁ SELAR EM NO MÍNIMO DE TRÊS LINHAS DE SELAGEM, LARGURA APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM CADA LINHA, LARGA; A SELAGEM DEVE SER DE EXCELENTE QUALIDADE, NÃO DEVENDO ABRIR/SOLTAR COM FACILIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O FORNECEDOR DO ITEM GANHO, DEVERÁ OFERTAR CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE; A CAPACITAÇÃO DEVERÁ SER AGENDADA COM A REFERÊNCIA TÉCNICA; TANTO DA SELADORA QUANTO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO. <u>01 BOBINA PARA ANÁLISE TÉCNICA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.</u>	R\$ 80,76	R\$ 16.151,33
10	100	PAPEL GRAU CIRÚRGICO – DIMENSÕES: 300 x 100 MM x MTS APRESENTAÇÃO EM BOBINA; COMPOSTO DE CELULOSE TRATADA; UTILIZADO EM AUTOCLAVE; UMA FACE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; FILME TRI-LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO 54G/M²; ABERTURA ASSÉPTICA; SEM RASGOS NO	R\$ 118,59	R\$ 11.858,67

		FILME; COM MENOR LIBERAÇÃO DE FIBRAS; COM INDICADOR QUÍMICO TIPO MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; ATÓXICO; TINTA ESTÁ FORA DA ÁREA DE CONTATO COM O ARTIGO; INDICADOR DE PROCESSO; TEXTO DE ORIENTAÇÃO DE MUDANÇA DE COR CONFORME EXPOSIÇÃO; FILME PLÁSTICO; NÃO AUTO - SELANTE; PARA USO DE SELADORA; TERMO SELANTE; O PAPEL GRAU CIRÚRGICO DEVERÁ SELAR EM NO MÍNIMO DE TRÊS LINHAS DE SELAGEM, LARGURA APROXIMADAMENTE DE 0,5 CM CADA LINHA, LARGA; A SELAGEM DEVE SER DE EXCELENTE QUALIDADE, NÃO DEVENDO ABRIR/SOLTAR COM FACILIDADE; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. O FORNECEDOR DO ITEM GANHO, DEVERÁ OFERTAR CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE; A CAPACITAÇÃO DEVERÁ SER AGENDADA COM A REFERÊNCIA TÉCNICA; TANTO DA SELADORA QUANTO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO.<u>01 BOBINA PARA ANÁLISE TÉCNICA EM EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.</u>		
11	8	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM BOBINA – EM REGIME DE COMODATO- PARA SELAGEM EM CENTRAL DE MATERIAL, USO HOSPITALAR; COM PÉ OU PEDESTAL; PARA SER COLOCADA SOBRE A MESA; PEDAL DE BORRACHA PARA SELAR; PRÁTICA; LEVE; FÁCIL DE TRANSPORTAR MANUALMENTE; VERSÁTIL; FÁCIL USO; SELAGEM DE 8 MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO; FECHAMENTO DE EXCELENTE QUALIDADE; FECHAMENTO HERMÉTICO; ESPECÍFICA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO 60G/M²; FABRICADA NA VOLTAGEM 110 VOLTS 50/60 HZ; POTÊNCIA 110 WATTS; CONSUMO DE ENERGIA 0,10 KWh; CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO; A OPERAÇÃO DA SELAGEM RESUME-SE EM PRENSAR A ABERTURA DA EMBALAGEM À TEMPERATURA DE 220°C DURANTE O TEMPO DE 3 A 4 SEGUNDOS. O FORNECEDOR DEVERÁ OFERTAR EM REGIME DE COMODATO, A SELADORA ESPECÍFICA PARA USO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA SMS/SL. SOLICITAMOS AINDA CAPACITAÇÃO PARA O MANUSEIO DA SELADORA. <u>A SELADORA DEVERÁ TER UM TAMANHO COMPATÍVEL PARA SELAR AS BOBINAS DE 50x100, 100x100, 150x100 e 300x100. O</u>		

		FORNECEDOR DO ITEM GANHO DEVERÁ APRESENTAR A SELADORA PARA ANÁLISE TÉCNICA JUNTAMENTE COM A AMOSTRA DE BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ANÁLISE TÉCNICA; A SELADORA DEVERÁ ACOMPANHAR: MANUAL DE INSTRUÇÃO NA VERSÃO EM PORTUGUÊS; TERMOS DE GARANTIA; MANUAL DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA MANUTENÇÃO; 01 SELADORA E 01 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ANÁLISE TÉCNICA; O FORNECEDOR DO ITEM GANHO, DEVERÁ OFERTAR CAPACITAÇÃO, EM TODOS OS PLANTÕES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE TANTO DA SELADORA QUANTO DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO. A SELADORA DEVERÁ SER MANTIDA NA UNIDADE ATÉ A ENTRADA DA NOVA SELADORA, DA PRÓXIMA LICITAÇÃO. A MANUTENÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA ATÉ O VENCIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE. A QUANTIDADE A SER SOLICITADA DEVERÁ SER CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAÚDE. NO CASO DE OCORREM FALHAS MECÂNICAS NOS EQUIPAMENTOS, A UNIDADE DEVERÁ INFORMAR IMEDIATAMENTE AO FORNECEDOR DO ITEM GANHO PELO CONTATO TELEFÔNICO E CASO NECESSÁRIO OCORRERÁ A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. O LICITANTE DO ITEM GANHO QUANDO SOLICITADO E/OU INFORMADO DE QUALQUER SITUAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVERÁ EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA UM RELATÓRIO ENTREGUE IMEDIATAMENTE APÓS A MANUTENÇÃO E DEIXAR COM A RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE SAÚDE. O EQUIPAMENTO NÃO PODERÁ SAIR NEM SER TRANSPORTADO, EM HIPÓTESE ALGUMA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE LAGOAS, FICANDO O FUNCIONÁRIO QUE AUTORIZAR RESPONSÁVEL PELAS PENALIDADES.		
--	--	---	--	--

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação é acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte e se encontram descritos.

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O objeto será parcelado. O planejamento de aquisição de bens deve considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

Atendimento aos princípios:

- a) da padronização, considerando a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
- b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;
- c) da responsabilidade fiscal, mediante a verificação da despesa estimada com a previsão no planejamento orçamentário.

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às aquisições de bens, devem ser considerados:

- I - a viabilidade da divisão do objeto em lotes;
- II - o aproveitamento das particularidades do mercado local, visando à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade;
- III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

§ 2º O parcelamento não será adotado quando:

- I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do mesmo item ou de vários itens do mesmo fornecedor;
- II - o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido;
- III - o processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo

O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

Para o objeto em questão o critério de aceitação será o de menor valor por item, pois não há prejuízo para a solução e os mesmos são ofertados por diversas empresas no mercado.

A presente contratação alinha-se com o planejamento institucional. Esta aquisição representa uma forma adequada de atender às reais necessidades da Rede de Urgência e Emergência

em especial o Hospital Municipal, uma vez que possibilita a reposição de insumos quando necessários para o mantimento das atividades assistenciais e de ensino.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não existem contratações correlatas ou interdependentes.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não existem contratações correlatas ou interdependentes.

ALINHAMENTO COM O PLANO DE ANUAL DE CONTRATAÇÕES

A contratação alinha-se com o setor de planejamento da secretaria municipal de saúde e com o orçamento do exercício de 2024.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Favorecer a assistência ao paciente atendido na rede municipal de saúde de Sete Lagoas - MG.

O Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato, por se tratar de hospital de urgência/emergência e o único com Centro de Materiais e Esterilização (CME) com atendimento 100% SUS do município e 35 outros conveniados, recebe pacientes acometidos das mais variadas enfermidades.

Essa análise avulta-se como imprescindível por se tratar dos invólucros dos materiais para processamento em autoclave a serem esterilizados utilizados, posteriormente, no tratamento de pessoas, cuja ausência de esterilização adequada poderá colocar em risco suas vidas.

Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo tratamento necessita dos materiais ora solicitados.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Já descritas nos requisitos da contratação.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas possui contrato com empresa especializada na prestação de serviços continuados relativos à gestão de Resíduos Químicos (RQ) incluindo acondicionamento, pesagem, coleta, manuseio, transporte, tratamento, reciclagem, destinação e certificação da destinação dos Resíduos Químicos produzidos nas dependências. Sendo assim, os

materiais a serem adquiridos receberão tratamento adequado, minimizando os riscos de contaminação ao meio ambiente.

O material ofertado deve ser produzido por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da Licitação.

VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A partir do presente estudo, considera-se viável a realização da contratação.

LOCAL DE ENTREGA

Endereço: Rua Doutor Cristiano Guimarães, nº 02, Bairro: Eldorado – CEP – 35702-178 -Sete Lagoas/MG.

CONTATO

E-mail: comprasmadmed@setelagoas.mg.gov.br

Responsável: Laila Rodrigues de Oliveira

Sete Lagoas, 21 de junho de 2024.


Documento assinado digitalmente
gov.br PAULA RODRIGUES MOURÃO
Data: 19/09/2024 09:05:17-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

PAULA RODRIGUES MOURÃO

COREN MG 243.541

Coordenadora do Centro de Materiais e Esterilização
Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato

Aprovo, de Agosto de 2024.



Marcelo Rodrigues da Costa Fernandes

APROVO O PRESENTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(SECRETÁRIO DE SAÚDE)

Decreto nº 6.944

Marcelo Rodrigues da Costa Fernandes
Secretário de Saúde
Sete Lagoas - MG