



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Aquisição de material de consumo **KIT DE DRENAGEM MEDIASTINAL** para uso no Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato – HMSL E UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, conforme condições, quantidade, exigências e estimativa estabelecida no instrumento convocatório.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (ITEM OBRIGATÓRIO).....	4
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.....	4
4. LEVANTAMENTO DE MERCADO.....	6
5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.....	7
6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (ITEM OBRIGATÓRIO).....	9
7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO (ITEM OBRIGATÓRIO).....	9
8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO (ITEM OBRIGATÓRIO).....	12
9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES.....	14
10. ALINHAMENTO COM O PLANO DE ANUAL DE CONTRATAÇÕES.....	14
11. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS.....	14
12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO.....	15
13. IMPACTOS AMBIENTAIS.....	16
14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (ITEM OBRIGATÓRIO).....	17
15. LOCAL DE ENTREGA.....	17
16. CONTATO.....	17



1. INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar – ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. Ele serve de base ao Termo de Referência a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratação. O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento de demanda registrada no Documento de Formalização da Demanda – DFD em que a área requisitante enseja a aquisição de compra de **SISTEMAS DE DRENAGEM MEDIASTINAL** fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação. Este ETP destina-se a descrever e avaliar a compra centralizada. O estudo visa garantir as condições necessárias para atendimento das unidades de saúde da SMS a fim de que se possa prestar assistência de excelência aos pacientes, oferecendo os requisitos adequados para segurança dos pacientes atendidos.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação:

O Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato atende urgências/emergências vasculares de Sete Lagoas e municípios conveniados. Paciente chegam nas mais variadas condições. Muitos destes pacientes, para saírem da condição de urgência necessitam da utilização de drenos, a fim de retirar líquidos prejudiciais das mais variadas localidades.

O sistema de drenagem solicitado é para atendimento a pacientes com necessidade de drenagens pulmonares ou mediastinais. Sem o referido dreno, o prognóstico do paciente poderia implicar em desfecho morte.

A aquisição do material solicitado visa atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas para o período de 12 (doze) meses e serão utilizados nos procedimentos realizados em pacientes em todas as unidades de internação e atendimentos ambulatoriais. O sucesso do processo licitatório vai viabilizar a realização de procedimentos e o tratamento adequado dos pacientes, evitando a desassistência e ensejando a racionalização (economicidade) de recursos colocados à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas-MG.

Tratam-se de materiais padronizados utilizados pela instituição.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

As quantidades solicitadas dos materiais estão ajustadas às necessidades atuais, no intuito de aumento na demanda de atendimentos, visando a excelência no atendimento e no cuidado prestado aos pacientes nas Unidades de Saúde da Prefeitura de Sete Lagoas-HMSL, tendo como objetivo oferecer serviços que atendam e superem as expectativas dos usuários, com eficiência, eficácia e efetividade.

Na presente contratação, a ganhadora deverá entregar os itens conforme às especificações de cada item aprovado, de acordo com as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar.

A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes prevista no Edital de Licitação, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



Os itens a ser adquiridos se enquadram como comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais de mercado.

A entrega poderá ser parcelada, a critério da Administração, conforme Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Não haverá pedido mínimo, desde que o quantitativo a ser requisitado não acarrete em fracionamento de embalagem.

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Dr. Cristiano Guimarães, 02 – Bairro Eldorado – Sete Lagoas/MG – CEP: 35.702-178.

O horário de entrega dos produtos no ALMOXARIFADO CENTRAL é de 07h às 15h 30 min.

O prazo de entrega poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, face solicitação do fornecedor comprovando motivos de força maior.

Para os casos omissos, os produtos deverão ser entregues com garantia legal de no mínimo 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação e vícios ocultos e pelo menos 70% (setenta por cento) da validade no ato da entrega.

Todos os materiais devem ser de primeira linha e de qualidade comprovada, conforme as especificações solicitadas, os itens deverão ser entregues em embalagens originais, lacradas e sem avarias, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.

O material que não atender qualquer das condições exigidas no Edital será rejeitado, devendo a Contratada proceder com a devida substituição, sem quaisquer ônus para a Contratante, no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data de notificação. Nos preços apresentados deverão estar inclusos obrigatoriamente todas as despesas com transporte, embalagem, carga e descarga, etc.

8.22 A licitante deverá apresentar Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional ANVISA em plena validade; (AF), bem como registro de todos os produtos na ANVISA.

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS:

Após processo de lances a empresa deverá enviar amostra dos itens, embalados em embalagens originais, lacradas e sem avarias, com descrição dos produtos, lote, validade e as documentações exigidas, para avaliação, que será feita pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis improrrogáveis.

LOCAL DE ENTREGA DAS AMOSTRAS

Endereço: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Marechal Deodoro, 254 – Bairro Centro - Sete Lagoas. MG. CEP 35700-047. Tel. 31- 3774-9949 – no prazo máximo de 05 dia úteis. Horários: 7h as 15h

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

O fornecimento do objeto será de forma parcelada de acordo com a demanda e necessidade da secretaria.

O Registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da assinatura da respectiva Ata, prorrogáveis obedecido o limite estabelecido na Lei 14.133/2021.

Subcontratação

Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



Garantia da contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Secretaria Municipal de saúde de Sete Lagoas. Foi observado que para a aquisição destes materiais os estabelecimentos de saúde congêneres, em especial os hospitais e as entidades públicas, realizam a contratação de forma similar à que se pretende adotar, cumprindo as respectivas exigências legais e normativas, porém em um único processo não há todos os itens pleiteados neste momento por nossa instituição.

Das possíveis formas de contratação:

1. Realizar adesão de outras atas de processos feitos em outros serviços, de forma fragmentada;
2. Registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante
3. Adquirir insumos especiais para realização dos procedimentos pelos profissionais do corpo clínico pela Rede de Saúde do Município de Sete Lagoas.

Da análise:

1. Forma 1 – Nos arquivos disponíveis para busca, não foi encontrada ata de registro de preços disponível para a realização de adesão nas condições que atendam às necessidades deste Município.
2. Forma 2 – Nos arquivos disponíveis para busca, não foi encontrada intenção de registro de preços disponível e nas condições que atendam às necessidades deste Município para participação.
3. Forma 3 - É possível a realização de licitação própria, coordenada pela equipe de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas.

Da conclusão

Com o exposto, diante da impossibilidade de adesão ou participação, conclui-se que deve ser realizada licitação própria para realização da Solução 3, visando manter o abastecimento contínuo, sem prejuízos assistenciais.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação:

1. A solução que melhor se aplicar ao objeto é a aquisição por registro de preços, uma vez que serão adquiridos os insumos de acordo com as demandas para atendimento às unidades de saúde municipais.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A quantidade solicitada foi baseada no consumo dos últimos 12 meses de 2023, no entanto, novos tratamentos podem surgir, aumentando a previsibilidade do consumo, por este motivo, alguns itens tiveram as quantidades solicitadas maiores do que o consumo dos anos anteriores.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Os valores de cada item foram adquiridos por meio de busca no PNCP (Portal Nacional de Contratações Pública)

ITEM	QUANTI	DESCRIPTIVO	VALOR	VALOR
------	--------	-------------	-------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



	DADE		UNITÁRIO	TOTAL
01	50	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 18 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM SELO D'ÁGUA ESTÉRIL; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; RESERVATÓRIO FRASCO EM PVC CRISTAL; RÍGIDO; ATÓXICO; 500 ml; GRADUAÇÃO A CADA 50 ML ; ATÓXICO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; TAMPA: DE ROSCA COM 2 OU 3 VIAS; CONECTOR EM PVC ESCALONADO; RÍGIDO; ATÓXICO; CONECÇÃO INTERMEDIÁRIO NÃO FIXO E SIM MÓVEL; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; BASE DE SUSTENTAÇÃO; FILTRO HIDROFÓLICO NOS SUSPIROS (EM 2 SE HOVEREM 3) E (EM 01 SE HOVEREM 02); TUBO: FLEXÍVEL QUE PERMITA ORDENHA EFICAZ; DRENO TORÁCICO EM SILICONE OU PVC; CRISTAL; ATÓXICO; DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; MULTIPERFURADO, A TRAUMÁTICO; ATÓXICO; ACOMPANHA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; EXTENSOR: CONFECCIONADO PVC CRISTAL , COM 1,20M, PINÇA CORTA FLUXO; FLEXÍVEL; MACIO; ATÓXICO; INODORO; TAMANHO: FRASCO: 500ml, DRENO Nº 18, FRASCO E TUBO FORMANDO KIT; EMBALAGEM CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA ; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; NOME DO PRODUTO; MARCA DO PRODUTO; DADOS DO PRODUTO; CONFECCÃO DO PRODUTO. 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA	R\$ 37,03	R\$ 1.851,50
02	50	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 20 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM SELO D'ÁGUA ESTÉRIL; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; RESERVATÓRIO FRASCO EM PVC CRISTAL; RÍGIDO; ATÓXICO; 500 ml; GRADUAÇÃO A CADA 50 ML ; ATÓXICO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; TAMPA: DE ROSCA COM 2 OU 3 VIAS; CONECTOR EM PVC ESCALONADO; RÍGIDO; ATÓXICO; CONECÇÃO INTERMEDIÁRIO NÃO FIXO E SIM MÓVEL; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; BASE DE SUSTENTAÇÃO; FILTRO HIDROFÓLICO NOS SUSPIROS (EM 2 SE HOVEREM 3) E (EM 01 SE HOVEREM 02); TUBO: FLEXÍVEL QUE PERMITA ORDENHA EFICAZ; DRENO TORÁCICO EM SILICONE OU PVC; CRISTAL; ATÓXICO; DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; MULTIPERFURADO, A TRAUMÁTICO; ATÓXICO; ACOMPANHA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; EXTENSOR: CONFECCIONADO PVC CRISTAL , COM 1,20M, PINÇA CORTA FLUXO; FLEXÍVEL; MACIO; ATÓXICO; INODORO; TAMANHO: FRASCO: 500ML, DRENO Nº 18, FRASCO E TUBO FORMANDO KIT;	R\$41,84	R\$ 2.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



		EMBALAGEM CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA ; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; NOME DO PRODUTO; MARCA DO PRODUTO; DADOS DO PRODUTO; CONFEÇÃO DO PRODUTO. 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA		
03	50	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 22 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM SELO D'ÁGUA ESTÉRIL; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; RESERVATÓRIO FRASCO EM PVC CRISTAL; RÍGIDO; ATÓXICO; 500 ml; GRADUAÇÃO A CADA 50 ML ; ATÓXICO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; TAMPA: DE ROSCA COM 2 OU 3 VIAS; CONECTOR EM PVC ESCALONADO; RÍGIDO; ATÓXICO; CONEXÃO INTERMEDIÁRIO NÃO FIXO E SIM MÓVEL; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; BASE DE SUSTENTAÇÃO; FILTRO HIDROFÓLICO NOS SUSPIROS (EM 2 SE HOVEREM 3) E (EM 01 SE HOVEREM 02); TUBO: FLEXÍVEL QUE PERMITA ORDENHA EFICAZ; DRENO TORÁCICO EM SILICONE OU PVC; CRISTAL; ATÓXICO; DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; MULTIPERFURADO, A TRAUMÁTICO; ATÓXICO; ACOMPANHA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; EXTENSOR: CONFECCIONADO PVC CRISTAL , COM 1,20M, PINÇA CORTA FLUXO; FLEXÍVEL; MACIO; ATÓXICO; INODORO; TAMANHO: FRASCO: 500ML, DRENO Nº 18, FRASCO E TUBO FORMANDO KIT; EMBALAGEM CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA ; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; NOME DO PRODUTO; MARCA DO PRODUTO; DADOS DO PRODUTO; CONFEÇÃO DO PRODUTO. 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA	R\$ 37,47	R\$ 1.873,50
04	80	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 20 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM SELO D'ÁGUA ESTÉRIL; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; RESERVATÓRIO FRASCO EM PVC CRISTAL; RÍGIDO; ATÓXICO; 1000 ml; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; ATÓXICO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; TAMPA: DE ROSCA COM 2 OU 3 VIAS; CONECTOR EM PVC ESCALONADO; RÍGIDO; ATÓXICO; CONEXÃO INTERMEDIÁRIO NÃO FIXO E SIM MÓVEL; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; BASE DE SUSTENTAÇÃO; FILTRO HIDROFÓLICO NOS SUSPIROS (EM 2 SE HOVEREM 3) E (EM 01 SE HOVEREM 02); TUBO: FLEXÍVEL QUE PERMITA ORDENHA EFICAZ; DRENO TORÁCICO EM SILICONE OU PVC; CRISTAL; ATÓXICO; DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; MULTIPERFURADO, A TRAUMÁTICO; ATÓXICO; ACOMPANHA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO	R\$ 48,54	R\$ 3.883,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



		A ÓXIDO DE ETILENO; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO;EXTENSOR: CONFECCIONADO PVC CRISTAL , COM 1,20M, PINÇA CORTA FLUXO; FLEXÍVEL; MACIO; ATÓXICO; INODORO; TAMANHO: FRASCO: 1000ML, DRENO Nº 18, FRASCO E TUBO FORMANDO KIT; EMBALAGEM CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA ; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; NOME DO PRODUTO; MARCA DO PRODUTO; DADOS DO PRODUTO; CONFECCÃO DO PRODUTO. 01 UNIDADE PARA ANALISE TÉCNICA		
05	80	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 22 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM SELO D'ÁGUA ESTÉRIL; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; RESERVATÓRIO FRASCO EM PVC CRISTAL; RÍGIDO; ATÓXICO; 1000 ml; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; ATÓXICO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; TAMP: DE ROSCA COM 2 OU 3 VIAS; CONECTOR EM PVC ESCALONADO; RÍGIDO; ATÓXICO; CONECÇÃO INTERMEDIÁRIO NÃO FIXO E SIM MÓVEL; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; BASE DE SUSTENTAÇÃO; FILTRO HIDROFÓLICO NOS SUSPIROS (EM 2 SE HOVEREM 3) E (EM 01 SE HOVEREM 02); TUBO: FLEXÍVEL QUE PERMITA ORDENHA EFICAZ; DRENO TORÁCICO EM SILICONE OU PVC; CRISTAL; ATÓXICO; DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; MULTIPERFURADO, A TRAUMÁTICO; ATÓXICO; ACOMPANHA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO;EXTENSOR: CONFECCIONADO PVC CRISTAL , COM 1,20M, PINÇA CORTA FLUXO; FLEXÍVEL; MACIO; ATÓXICO; INODORO; TAMANHO: FRASCO: 1000ML, DRENO Nº 18, FRASCO E TUBO FORMANDO KIT; EMBALAGEM CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA ; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; NOME DO PRODUTO; MARCA DO PRODUTO; DADOS DO PRODUTO; CONFECCÃO DO PRODUTO. 01 UNIDADE PARA ANALISE TÉCNICA	R\$ 38,41	R\$ 3.072,80
06	100	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 24 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM SELO D'ÁGUA ESTÉRIL; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; RESERVATÓRIO FRASCO EM PVC CRISTAL; RÍGIDO; ATÓXICO; 1000 ml; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; ATÓXICO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; TAMP: DE ROSCA COM 2 OU 3 VIAS; CONECTOR EM PVC ESCALONADO; RÍGIDO; ATÓXICO; CONECÇÃO INTERMEDIÁRIO NÃO FIXO E SIM MÓVEL; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; BASE DE SUSTENTAÇÃO; FILTRO HIDROFÓLICO NOS SUSPIROS (EM 2 SE HOVEREM 3) E (EM 01 SE HOVEREM 02); TUBO: FLEXÍVEL QUE PERMITA ORDENHA EFICAZ; DRENO	R\$ 35,78	R\$ 3.578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



		TORÁCICO EM SILICONE OU PVC; CRISTAL; ATÓXICO; DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; MULTIPERFURADO, A TRAUMÁTICO; ATÓXICO; ACOMPANHA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; EXTENSOR: CONFECCIONADO PVC CRISTAL , COM 1,20M, PINÇA CORTA FLUXO; FLEXÍVEL; MACIO; ATÓXICO; INODORO; TAMANHO: FRASCO: 1000ML, DRENO Nº 18, FRASCO E TUBO FORMANDO KIT; EMBALAGEM CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA ; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; NOME DO PRODUTO; MARCA DO PRODUTO; DADOS DO PRODUTO; CONFECCÃO DO PRODUTO. 01 UNIDADE PARA ANALISE TÉCNICA		
07	100	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 26 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM SELO D'ÁGUA ESTÉRIL; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; RESERVATÓRIO FRASCO EM PVC CRISTAL; RÍGIDO; ATÓXICO; 1000 ml; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; ATÓXICO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; TAMPA: DE ROSCA COM 2 OU 3 VIAS; CONECTOR EM PVC ESCALONADO; RÍGIDO; ATÓXICO; CONECÇÃO INTERMEDIÁRIO NÃO FIXO E SIM MÓVEL; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; BASE DE SUSTENTAÇÃO; FILTRO HIDROFÓLICO NOS SUSPIROS (EM 2 SE HOVEREM 3) E (EM 01 SE HOVEREM 02); TUBO: FLEXÍVEL QUE PERMITA ORDENHA EFICAZ; DRENO TORÁCICO EM SILICONE OU PVC; CRISTAL; ATÓXICO; DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; MULTIPERFURADO, A TRAUMÁTICO; ATÓXICO; ACOMPANHA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; EXTENSOR: CONFECCIONADO PVC CRISTAL , COM 1,20M, PINÇA CORTA FLUXO; FLEXÍVEL; MACIO; ATÓXICO; INODORO; TAMANHO: FRASCO: 1000ML, DRENO Nº 18, FRASCO E TUBO FORMANDO KIT; EMBALAGEM CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA ; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; NOME DO PRODUTO; MARCA DO PRODUTO; DADOS DO PRODUTO; CONFECCÃO DO PRODUTO. 01 UNIDADE PARA ANALISE TÉCNICA	R\$ 37,88	R\$ 3.788,00
08	120	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 28 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM SELO D'ÁGUA ESTÉRIL; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; RESERVATÓRIO FRASCO EM PVC CRISTAL; RÍGIDO; ATÓXICO; 1000 ml; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; ATÓXICO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; TAMPA: DE ROSCA COM 2 OU 3 VIAS; CONECTOR EM PVC ESCALONADO; RÍGIDO; ATÓXICO; CONECÇÃO	R\$ 35,99	R\$ 4.318,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



		INTERMEDIÁRIO NÃO FIXO E SIM MÓVEL; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; BASE DE SUSTENTAÇÃO; FILTRO HIDROFÓLICO NOS SUSPIROS (EM 2 SE HOVEREM 3) E (EM 01 SE HOVEREM 02); TUBO: FLEXÍVEL QUE PERMITA ORDENHA EFICAZ; DRENO TORÁCICO EM SILICONE OU PVC; CRISTAL; ATÓXICO; DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; MULTIPERFURADO, A TRAUMÁTICO; ATÓXICO; ACOMPANHA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO;EXTENSOR: CONFECCIONADO PVC CRISTAL , COM 1,20M, PINÇA CORTA FLUXO; FLEXÍVEL; MACIO; ATÓXICO; INODORO; TAMANHO: FRASCO: 1000ML, DRENO Nº 18, FRASCO E TUBO FORMANDO KIT; EMBALAGEM CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA ; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; NOME DO PRODUTO; MARCA DO PRODUTO; DADOS DO PRODUTO; CONFECCÃO DO PRODUTO. 01 UNIDADE PARA ANALISE TÉCNICA		
09	120	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 30 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM SELO D'ÁGUA ESTÉRIL; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; RESERVATÓRIO FRASCO EM PVC CRISTAL; RÍGIDO; ATÓXICO; 1000 ml; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; ATÓXICO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; TAMPA: DE ROSCA COM 2 OU 3 VIAS; CONECTOR EM PVC ESCALONADO; RÍGIDO; ATÓXICO; CONECÇÃO INTERMEDIÁRIO NÃO FIXO E SIM MÓVEL; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; BASE DE SUSTENTAÇÃO; FILTRO HIDROFÓLICO NOS SUSPIROS (EM 2 SE HOVEREM 3) E (EM 01 SE HOVEREM 02); TUBO: FLEXÍVEL QUE PERMITA ORDENHA EFICAZ; DRENO TORÁCICO EM SILICONE OU PVC; CRISTAL; ATÓXICO; DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; MULTIPERFURADO, A TRAUMÁTICO; ATÓXICO; ACOMPANHA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO;EXTENSOR: CONFECCIONADO PVC CRISTAL , COM 1,20M, PINÇA CORTA FLUXO; FLEXÍVEL; MACIO; ATÓXICO; INODORO; TAMANHO: FRASCO: 1000ML, DRENO Nº 18, FRASCO E TUBO FORMANDO KIT; EMBALAGEM CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA ; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; NOME DO PRODUTO; MARCA DO PRODUTO; DADOS DO PRODUTO; CONFECCÃO DO PRODUTO. 01 UNIDADE PARA ANALISE TÉCNICA	R\$ 37,21	R\$ 4.465,20
10	130	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 32 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM SELO D'ÁGUA ESTÉRIL; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; RESERVATÓRIO FRASCO EM PVC	R\$ 37,36	R\$ 4.856,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



		CRISTAL; RÍGIDO; ATÓXICO; 1000 ml; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; ATÓXICO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; TAMPA: DE ROSCA COM 2 OU 3 VIAS; CONECTOR EM PVC ESCALONADO; RÍGIDO; ATÓXICO; CONECÇÃO INTERMEDIÁRIO NÃO FIXO E SIM MÓVEL; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; BASE DE SUSTENTAÇÃO; FILTRO HIDROFÓLICO NOS SUSPIROS (EM 2 SE HOVEREM 3) E (EM 01 SE HOVEREM 02); TUBO: FLEXÍVEL QUE PERMITA ORDENHA EFICAZ; DRENO TORÁCICO EM SILICONE OU PVC; CRISTAL; ATÓXICO; DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; MULTIPERFURADO, A TRAUMÁTICO; ATÓXICO; ACOMPANHA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; EXTENSOR: CONFECCIONADO PVC CRISTAL , COM 1,20M, PINÇA CORTA FLUXO; FLEXÍVEL; MACIO; ATÓXICO; INODORO; TAMANHO: FRASCO: 1000ML, DRENO Nº 18, FRASCO E TUBO FORMANDO KIT; EMBALAGEM CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA ; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; NOME DO PRODUTO; MARCA DO PRODUTO; DADOS DO PRODUTO; CONFECCÃO DO PRODUTO. 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA		
11	100	SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL Nº 34 - KIT DE DRENO DE TÓRAX EM SELO D'ÁGUA ESTÉRIL; USO ÚNICO; DESCARTÁVEL; RESERVATÓRIO FRASCO EM PVC CRISTAL; RÍGIDO; ATÓXICO; 1000 ml; GRADUAÇÃO A CADA 100 ML; ATÓXICO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; TAMPA: DE ROSCA COM 2 OU 3 VIAS; CONECTOR EM PVC ESCALONADO; RÍGIDO; ATÓXICO; CONECÇÃO INTERMEDIÁRIO NÃO FIXO E SIM MÓVEL; ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO; BASE DE SUSTENTAÇÃO; FILTRO HIDROFÓLICO NOS SUSPIROS (EM 2 SE HOVEREM 3) E (EM 01 SE HOVEREM 02); TUBO: FLEXÍVEL QUE PERMITA ORDENHA EFICAZ; DRENO TORÁCICO EM SILICONE OU PVC; CRISTAL; ATÓXICO; DE 10 A 40 COM INDICADOR RADIOPACO; MULTIPERFURADO, A TRAUMÁTICO; ATÓXICO; ACOMPANHA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; EXTENSOR: CONFECCIONADO PVC CRISTAL , COM 1,20M, PINÇA CORTA FLUXO; FLEXÍVEL; MACIO; ATÓXICO; INODORO; TAMANHO: FRASCO: 1000ML, DRENO Nº 18, FRASCO E TUBO FORMANDO KIT; EMBALAGEM CONTENDO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA ; DATA DE FABRICAÇÃO; DATA DE VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; NOME DO PRODUTO; MARCA DO PRODUTO; DADOS DO	R\$ 50,76	R\$ 5.076,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



		PRODUTO; CONFEÇÃO DO PRODUTO. 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA		
--	--	--	--	--

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentação:

O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

A presente contratação alinha-se com o planejamento institucional, não tendo nenhum outro tipo de contratação correlatas, sendo esta forma de aquisição uma forma adequada de atender às reais necessidades do Hospital Municipal, uma vez que possibilita a reposição dos insumos quando necessários para mantermos as atividades assistenciais.

ALINHAMENTO COM O PLANO DE ANUAL DE CONTRATAÇÕES

A contratação alinha-se com o setor de planejamento da secretaria municipal de saúde e com o orçamento do exercício de 2024.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação:

A rede de saúde da SMS atende pacientes em diversos centros de referência de média e alta complexidade para o Sistema Único de Saúde – SUS e um papel de destaque para a sociedade.

Entre os benefícios diretos e indiretos que se almeja com a esta aquisição, destaca-se:

- a) adquirir de forma mais vantajosa para a instituição materiais de consumo que supram a necessidade, atendendo os requisitos ambientais e econômico-financeiros;
- b) evitar aquisições por meio de dispensa de licitação;
- c) garantir o atendimento das demandas assistenciais, de ensino, atendendo da melhor forma possível os usuários do Sistema Único de Saúde;
- d) promover melhores condições e recursos para atendimento aos pacientes e aprendizagem dos residentes e estudantes;
- e) manter abastecimento das unidades e fazer reposição em tempo ideal quando necessário;



f) com a compra centralizada é esperado que haja economia de recursos humanos e tecnológicos, também que sejam obtidas propostas vantajosas tendo em vista o vulto da contratação.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Não se aplica

IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação:

Em atendimento ao inciso XI do Art. 7º da Lei nº 12.305/2010 deve ser dada prioridade aos produtos reciclados e recicláveis, sempre que possível e no que couber, bem como devem ser utilizados critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis.

A contratação deve buscar da maior vantagem competitiva, considerando custos e benefícios diretos e indiretos de natureza econômica, social e ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância.

Deve observar, no que couber para cada tipo de objeto, as normas relativas à:

Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados;

Mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais;

Avaliação de impactos de vizinhança, observada a legislação urbanística;

Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados pela SMS-SL;

"Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

1. – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 2. – Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



1. – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

1. – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). § 1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital"

VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição é fundamental, mostrando-se viável por se tratar de aquisição anual dos objetos em questão, a serem empregados no tratamento dos usuários do serviço do hospital, além de abastecer os estoques e manter a integralidade da assistência daqueles já assistidos e dos que virão.

LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO : ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço: AVENIDA DR. CRISTIANO GUIMARÃES, 02 – BAIRRO ELDORADO – CEP 35702-178 – SETE LAGOAS - MG

CONTATO: 31- 37745110

E-mail: comprasmatmed@setelagoas.mg.gov.br

Responsável: Laila Rodrigues de Oliveira

Sete Lagoas, 30 de setembro de 2024



DANIEL BRITTO

Médico Cirurgião Torácico

Hospital Municipal de Sete Lagoas-MG

Aprovo, em ____ de Outubro de 2024.

Marcelo Rodrigues da Costa Fernandes
Secretário Municipal de Saúde
e Gestor do SUS - Sete Lagoas - MG

Marcelo Rodrigues da Costa Fernandes

Decreto nº 6.944

Superintendência de Compras.

Rua Professor Teixeira da Costa, 87 Centro. Sete Lagoas/MG. Fone: (31) 3774.9916 - Fax: (31) 3771.5435



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: PÁS DE DESFIBRILADOR ETERNO
AUTOMÁTICO ADULTO E PEDIÁTRICO
COMPATÍVEIS COM A MARCA CMOS DRAKE

SUMÁRIO

1- INTRODUÇÃO.....	2
2- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	2
3- LEVANTAMENTO DE MERCADO.....	3
4- REQUISITO DE CONTRATAÇÃO.....	3
5- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.....	4
6- EXIGENCIA DE AMOSTRA.....	4
7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES.....	5
8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.....	5
9- CONTRATAÇÃO CORRELACIONADAS/ INTERDEPENDENTES.....	6
10- ALINHAMENTO COM O PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES.....	6
11- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO.....	7
12- IMPACTO AMBIENTAL.....	7
13- VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.....	7
14- LOCAL DE ENTREGA.....	7
15- CONTATO.....	8



1- INTRODUÇÃO

Este Estudo Técnico Preliminar – ETP visa a contratação de empresa e/ ou representante credenciado especializado no fornecimento de PÁS DE DESFIBRILADOR ETERNO AUTOMÁTICO ADULTO E PEDIÁTRICO COMPATÍVEIS COM A MARCA CMOS DRAKE, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas, garantindo a qualidade, confiabilidade e segurança e dessa forma prestando o melhor atendimento de Suporte Básico e Avançado de Vida no atendimento pré-hospitalar.

2- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A aquisição do material solicitado visa atender às necessidades do SAMU Regional Sete Lagoas e Curvelo para o período de 12 (doze) meses e serão utilizados em atendimento pré-hospitalar. Estes materiais serão alocados em todas as ambulâncias do SAMU REGIONAL SETE LAGOAS-CURVELO. Atualmente o SAMU REGIONAL possui 12 bases descentralizadas, sendo uma delas situada como base central no município de Sete Lagoas. Juntas atendem aproximadamente 600 mil habitantes.

Considerando o número de pacientes atendidos é importante que todos os materiais para assistência ao paciente gravemente enfermo no atendimento pré-hospitalar estejam disponíveis para uso. São itens indispensáveis no atendimento ao Suporte Básico de Vida, visando a qualidade da assistência saúde.

3- LEVANTAMENTO DE MERCADO

Todos os itens são materiais comuns, encontrados usualmente no mercado e a forma de escolha do fornecedor deverá ser por licitação do tipo registro de preço, compatíveis com equipamentos da marca CMOS DRAKE.

4- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratada deve executar o serviço discriminado neste ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



- A. Entregar o objeto na quantidade, qualidade, local especificado;
- B. Entregar o objeto no prazo estabelecido de 10 (DEZ) dias úteis, contados do (a) a partir da formalização da ordem de compra sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído, no valor do pagamento, todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;
- C. O prazo estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.
- D- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte, e às suas expensas, bens objeto que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;
- E- Responsabilizar-se que o material deverá vir acondicionado em embalagem resistente plástica lacrada com identificação do conteúdo como identificação do fabricante, número do lote, data de fabricação, identificação do responsável técnico quando for o caso, instruções de uso e precauções, além do código de barras de impresso na caixa para rastreabilidade do produto;
- F- Todos os produtos internos deverão possuir Registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.
- G- A Contratada deverá treinar os profissionais da Unidade em nível operacional, sem ônus adicional posterior ao processo.
- H- A apresentação do material que compreende: a conferência de partes e peças, avaliação da qualidade do material, a realização de testes finais, que coloquem o material em completa condição de uso.
- I- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



5- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A presente solicitação é justificada pelo fato do objeto deste certame, oferecer melhorias nos indicadores de saúde e aumentar a qualidade na assistência em qualquer situação de emergência. Os requisitos da contratação foram elencados de acordo com o referido ETP.

6- DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

Necessária entrega de amostra para demonstração de compatibilidade; qualidade e cumprimento da descrição do produto.

Endereço: Rua Dr. Cristiano Guimarães, nº 2, Bairro: Eldorado – Sete Lagoas/MG. CEP:

35702-178 – Almoxarifado Central.

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Quantidade (quantos?)	Unidade (L, Kg, frasco, Unidade etc)	Código do Item (Catálogo)	Descrição (o quê?)
04	UNIDADE		PÁS DE DEA PEDIÁTRICO – MODELO CMOS DRAKE 400 FUTURA CONECTOR PRETO, DESCARTÁVEL, REF: F7988P. 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA E /OU FOLDER NA EMBALAGEM ORIGINAL.
20	UNIDADE		PÁS DE DEA ADULTO – MODELO CMOS DRAKE 400 FUTURA CONECTOR PRETO, DESCARTÁVEL, REF: F7988W. 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA E /OU FOLDER NA EMBALAGEM ORIGINAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



Fundamentação: O quantitativo da demanda foi estimado considerando a validade do produto, superior a 03 anos. Os materiais solicitados e a quantidades estão a estimativa das quantidades a serem contratadas foram detalhadas no item na tabela abaixo.

35702-178 – Almoxarifado Central.

Necessária entrega de amostra para demonstração de compatibilidade; qualidade e cumprimento da descrição do produto.

Endereço: Rua Dr. Cristiano Guimarães, nº 2, Bairro: Eldorado – Sete Lagoas/MG. CEP:

35702-178 – Almoxarifado Central.

7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	PÁS DE DEA PEDIÁTRICO – MODELO CMOS DRAKE 400 FUTURA CONECTOR PRETO, DESCARTÁVEL, REF: F7988P. 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA E /OU FOLDER NA EMBALAGEM ORIGINAL	04	R\$ 551,00	R\$ 11.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



2	PÁS DE DEA ADULTO – MODELO CMOS DRAKE 400 FUTURA CONECTOR PRETO, DESCARTÁVEL, REF: F7988W. 01 UNIDADE PARA ANÁLISE TÉCNICA E /OU FOLDER NA EMBALAGEM ORIGINAL.	20	R\$ 551,00	R\$ 2.204,00
---	--	----	------------	--------------

8- CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentação: A necessidade institucional do presente estudo, não possui relação com outras contratações da Instituição, inclusive futuras. Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

9- ALINHAMENTO COM O PLANO DE ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Fundamentação: A contratação alinha-se com o setor de planejamento da secretaria municipal de saúde e com o orçamento do exercício de 2024.

Recebimento do Objeto:

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

10- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O objeto é divisível, razão pela qual foi relacionado em vários itens para realização do certame. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM; desde que atenda o descritivo. A divisão do objeto não representa perda da economia de escala.

11- IMPACTOS AMBIENTAIS

O material ofertado deve ser produzido por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da Licitação.

12- VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição é fundamental, mostrando-se viável por se tratar de aquisição anual do objeto em questão, a serem empregados no tratamento de usuários em risco, bem como na redução dos níveis de contaminação e/ou durante os procedimentos além de abastecer os estoques e manter a integralidade da assistência daqueles já assistidos e dos que virão.

13- LOCAL DE ENTREGA

Endereço: Rua Dr. Cristiano Guimarães, nº 2, Bairro: Eldorado – Sete Lagoas/MG. CEP:

35702-178 – Almoxarifado Central.

14- E CONTATO: (31) 3774-5110

E-mail: comprasmatmed@setelagoas.mg.gov



PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Compras e Contratos Administrativos



Responsável: Laila Rodrigues de Oliveira

Sete Lagoas 18 de setembro de 2024



Documento assinado digitalmente
BRUNA DE SOUZA CARVALHO
Data: 24/09/2024 08:50:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Bruna de Souza Carvalho
Coordenadora de Enfermagem SAMU Regional Sete Lagoas e Curvelo

Aprovo, em de setembro de 2024.

Marcelo Rodrigues da Costa Fernandes
Secretário Municipal de Saúde
Sete Lagoas - MG

~~APROVO~~ O PRESENTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Marcelo Rodrigues da Costa Fernandes

Decreto nº 6.944