

Cliente: 4347-INMETRO - INST. NAC. METROL., NORMALIZ. E QUAL. INDUSTL. **CNPJ/CPF:** 00.662.270/0003-20
Endereço: AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS,-50 **Bairro:** VILA OPERARIA-XEREM
Cidade: DUQUE DE CAXIAS **Estado:** RJ
A/c Luis Henrique (21) 2679-9058 dquim_compras@inmetro.gov.br

Vendedor: VI - STEFFANY
E-mail: vendas01@pro-analise.com.br
Telefone:

Item	Código	NCM	Descrição	Und	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	%ICMS	%IPI	Valor ST (R\$)	Total C/Imp. (R\$)	Entrega D.Úteis
1	PERCS1800	84212100	COLUNA P/DEIONIZADOR (RESINA MISTA) MODELO CS1800 PERMUTION P/DEIONIZADOR DE1800	UND	2	764,55	12,00	-	-	1.529,10	Imed.

Valor Total da Cotação: 1.529,10

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Validade da Proposta: 7 DIAS
Condição de Pagamento 28 DIAS(***Sujeito a análise de crédito)
Faturamento mínimo: 300,00
Frete: CIF ACIMA DE R\$ 1500,00
*O prazo de entrega é estimado c/ base na posição do estoque nesta data.
Pode haver alterações quando da emissão do pedido. Solicite atualização.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL - Ag: 5745-2 - C/C: 27115-2

Depósito identificado. Código identificador seu CNPJ/CPF

Ao retornar aprovação desta cotação, autorizo a utilização de meus dados em cadastro interno da empresa, em conformidade com a sua "Política de Privacidade e Proteção de Dados".

OBSERVAÇÕES:


STEFFANY P. HOFFMANN

VENDAS.STEFFANY

Cliente: 4347-INMETRO - INST. NAC. METROL., NORMALIZ. E QUAL. INDUSTL. **CNPJ/CPF:** 00.662.270/0003-20
Endereço: AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS,-50 **Bairro:** VILA OPERARIA-XEREM
Cidade: DUQUE DE CAXIAS **Estado:** RJ
A/c Luis Henrique (21) 2679-9058 dquim_compras@inmetro.gov.br

Vendedor: VI - STEFFANY
E-mail: vendas01@pro-analise.com.br
Telefone:

0001 Remove os sais dissolvidos na água, produzindo água deionizada, dando-lhes uma pureza iônica superior a da água bi-destilada. Com baixo consumo de energia e não necessitando água para refrigeração.

Aplicação nos laboratórios de análises clínicas, hospitais, farmácias, água para bateria, água para reciclagem de cartuchos de impressora, água para alimentação de aquário, etc.

Trabalha com resinas de troca iônica (catiônica e aniônica) que estão na mesma coluna.

Características:

Confeccionado em plástico PVC
Possui sensor condutivímetro de alarme ótico (alertando da necessidade da troca da coluna). A lâmpada vermelha da célula condutimétrica indica quando há necessidade de troca da coluna intercambiável
Condutividade : 0,7 a 4,0 μ S/cm
Resistividade : 1,5 a 0,3 M Ω xcm
pH: 5 a 8
Eletrólitos totais dissolvidos <1 ppm

Modelo

DE1800/CS1800
Dimensões (cm) diâm. 20 x h 77
Vazão 50 l/h
Elemento 5 l de resina mista (40% Cationica + 60% aniônica)
(rendim.900 l)*
Potência (W) 9
Voltagem (V) 110 ou 220

*Rendimento estimado para água bruta contendo 100 ppm CaCO₃, de sais dissolvidos.



Andrea Peixoto

De: Pró-Análise Química e Diag. Ltda. <vendas01@pro-analise.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 11:19
Para: consultor12@pro-analise.com.br; Digaq
Cc: vendas01@pro-analise.com.br
Assunto: Cotação Nº: 298103 Pró-Análise Química e Diag. Ltda.
Anexos: Pro_Analise_CT_4_298103.pdf

Olá,

Segue proposta atualizada.

Agradecemos sua consulta e encaminhamos em anexo a cotação de preços.
Caso tenha problemas no recebimento do arquivo anexo, favor entrar em contato.

Atenciosamente,

Depto. Vendas
Pró-Análise