

	sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador	Unid	01

	tipo-Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACAE IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+HMP) Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" na parte traseira. Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	--	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação correção; JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral correção, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras ARMARIO Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas correções em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, - Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; - Trilho guia para maca BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; Sirene de ré EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica;	Unid	01
----	--	------	----

	10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, Espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação correção; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral correção, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas correções em acrílico e local para exaustor; Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCO BAÚ Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courovin na cor azul mineral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courovin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro Sirene de ré Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem	
--	--	--

	limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e couvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frizada preta, como acabamento da porta lateral corredeira (PLC). JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeira, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em couvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em couvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de	Unid	01

	interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capô; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTI MÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com	Unid	01

	espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral correção (PLC).		
	3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral correção, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação		
	4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior		
	5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior		
	6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca.		
	7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal.		
	8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré.		
	9. EQUIPAMENTOS		

	Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco bá Suporte para bomba de infusão Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA Ventilador pulmonar eletônico micrototal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold(ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Oliveira Fortes 02 de Março de 2026

SILMAR JOSE

DIAS:05916219679

Assinado de forma digital por
SILMAR JOSE DIAS:05916219679
Dados: 2026.03.02 14:55:24
-03'00'

Assinatura

ANEXO ÚNICO

Eu, Reinaldo Manoel de Oliveira, Prefeito Municipal de Pedro Teixeira, na qualidade de representante legal do Município Pedro Teixeira , declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalada na lateral e/ou estendida acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encosto estofados, cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900	Unid	01

	mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em couro vin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. Luz de embarque traseira. 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; Régua tripla completa; Fluxômetro com máscara; Chicote para oxigenação; Humidificador; Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.	Unid	01

	2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corrediças em acrílico. 01 (um) armário inferior tipo bancada. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encostos estofados na cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú. Trilho guia para a maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque. Tomadas 110V + equipamentos elétricos. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons. Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central. 01 (um) ventilador oscilante. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto. 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal. Lixeira plástica. 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L,		
--	---	--	--

	confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro. Régua tripla completa. Fluxômetro com máscara. Chicote para oxigenação. Humidificador. Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque	Unid	01

	central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02(duas) luminárias direcionais emLED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” na parte traseira. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” nas laterais. 02(duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses,		
--	--	--	--

	sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador	Unid	01

	tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACAE IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+HMP) Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” na parte traseira. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	---	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corrediças em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica;	Unid	01

	10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, Espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corrediças em acrílico e local para exaustor; Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul minieral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvine cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro Sirene de ré Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem		
--	--	--	--

	limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corredeira (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeira, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de	Unid	01

	interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capô; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com	Unid	01

	espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corrediça (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corrediça, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS		
--	--	--	--

	Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA Ventilador pulmonar eletrônico microtal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold((ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzeiras vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Pedro Teixeira ____de____de 2026

reinaldo manoel de oliveira:53054547604

Assinado de forma digital por
reinaldo manoel de oliveira:53054547604
Dados: 2026.03.02 14:55:57 -03'00'

Assinatura

ANEXO ÚNICO

Eu, Wanderlucio de Castro Loures, Prefeito Municipal de Piau, na qualidade de representante legal do Município Piau, declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalada na lateral e/ou estendida acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encosto estofados, cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900	Unid	01

	mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em couro vin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. Luz de embarque traseira. 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; Régua tripla completa; Fluxômetro com máscara; Chicote para oxigenação; Humidificador; Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.	Unid	01

	2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corrediças em acrílico. 01 (um) armário inferior tipo bancada. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encostos estofados na cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú. Trilho guia para a maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque. Tomadas 110V + equipamentos elétricos. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons. Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central. 01 (um) ventilador oscilante. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto. 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal. Lixeira plástica. 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L,		
--	---	--	--

	confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro. Régua tripla completa. Fluxômetro com máscara. Chicote para oxigenação. Humidificador. Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque	Unid	01

	central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02(duas) luminárias direcionais emLED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” na parte traseira. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” nas laterais. 02(duas) cruzeiros azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses,		
--	---	--	--

	sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador	Unid	01

	tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACAE IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonetes em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+HMP) Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” na parte traseira. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	--	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corrediças em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica;	Unid	01
----	---	------	----

	10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, Espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corrediças em acrílico e local para exaustor; Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul minieral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvine cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro Sirene de ré Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem		
--	--	--	--

	limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral correção (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral correção, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de	Unid	01

	interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capô; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com	Unid	01

	espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corrediça (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corrediça, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS		
--	--	--	--

	Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA Ventilador pulmonar eletrônico microtal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold((ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzeiras vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Piau__de____de 2026

WANDERLUCIO DE CASTRO
LOURES:97574783691

Assinado de forma digital por WANDERLUCIO
DE CASTRO LOURES:97574783691
Dados: 2026.03.02 16:43:09 -03'00'

Assinatura

ANEXO ÚNICO

Eu, Guilherme Souza Nogueira, Prefeito Municipal de Rio Novo, na qualidade de representante legal do Município Rio Novo, declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS - Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. - Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. - Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO - Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalado na lateral e/ou estendido acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) - Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. - Assento e encosto estofados, cor cinza. - Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e	Unid	01

	rodízios giratórios. ▪ Colchonete em espuma revestido em couro vin preto, com cintos de segurança. ▪ Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO ▪ Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO ▪ Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. ▪ Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. ▪ Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. ▪ Luz de embarque traseira. ▪ 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. ▪ Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS ▪ 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. ▪ 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. ▪ Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO ▪ Sistema fixo contendo: ▪ 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; ▪ Régua tripla completa; ▪ Fluxômetro com máscara; ▪ Chicote para oxigenação; ▪ Humidificador; ▪ Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. ▪ Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA ▪ Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO ▪ Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.	Unid	01

	2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS - Janela lateral instalada na porta corredeira, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância. - Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias - Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corredeiras em acrílico. 01 (um) armário inferior tipo bancada. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) - Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. - Assento e encostos estofados na cor cinza. - Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. - Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança. - Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú. - Trilho guia para a maca. 7. BANCO DO MÉDICO - Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO - Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque. - Tomadas 110V + equipamentos elétricos. - Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto. - Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons. - Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central. 01 (um) ventilador oscilante. - Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto. 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal. - Lixeira plástica. 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo:		
--	---	--	--

	01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro. - Régua tripla completa. - Fluxômetro com máscara. - Chicote para oxigenação. - Humidificador. - Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO - Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. - Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruces vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. - Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO - Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO - Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. - Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. - Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. - Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12 V - Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque - Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte	Unid	01

	superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. - Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. - Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS - Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. - Vidros traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesesseis) litros; - Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): - Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. - Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. - Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: - Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. - Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso - das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS - Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. - Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. - Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS - Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida.		
--	---	--	--

	- Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” na parte traseira. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTIMÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO - Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. - Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO - Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO - Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. - Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. - Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. - Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12 V - Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque - Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. - Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. - Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS - Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com	Unid	01

	travamento interno. ▪ Vidros traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO ▪ Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesesseis) litros, com válvula e manômetro; ▪ 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesesseis) litros; ▪ Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): ▪ Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. ▪ Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. ▪ Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: ▪ Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO ▪ 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. ▪ Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. ▪ Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS ▪ Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. ▪ Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. ▪ Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. ▪ Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português ▪ Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total ▪ Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ▪ Prancha de polietileno adulto com cinto ▪ Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS ▪ Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO ▪ Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. ▪ Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” na parte traseira. ▪ Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” nas laterais. ▪ 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	--	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO ▪ Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo 2. REVESTIMENTO INTERNO ▪ Revestimento interno do teto e laterais em ABS; ▪ Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; ▪ Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS ▪ Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; ▪ Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO ▪ Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corrediças em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. 5. BANCO BAU ▪ Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança 6. MACA ▪ 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA ▪ 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque ▪ Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento ▪ Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica ▪ 01 (um) ventilador oscilante; ▪ Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS ▪ 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; ▪ 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. ▪ Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO	Unid	01
----	---	------	----

	Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO - Palavra AMBULÂNCIA, - Espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; - Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira; 3. JANELAS - Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corredeira, com vidros deslizantes; - Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO - Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corredeiras em acrílico e local para exaustor; - Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCO BAÚ - Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira - Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul minieral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO - Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque - Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts - Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento - Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. - Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro - Sirene de ré - Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; - Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. - Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi - Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO - Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; - Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras - Cruzes nos vidros das portas traseiras; - Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	---	--	--

07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo - Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura - Aplicação de manta vinílica inteira sobre o compensado com calefação em todas as bordas - Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corredeira (PLC). JANELAS - Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; - Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeira, com película branca e três listras horizontais centralizadas - Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação ARMARIO - Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior BANCO BAU - Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior MACA - Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança - Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca - Trilho para guia da maca BANCO DO MÉDICO - Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. ELÉTRICA - Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas;	Unid	01

	01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt - Central Elétrica composta de disjuntores - Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds - Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. - Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. - Exaustor - Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS - Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, - Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú - Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO - Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro - Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO - Palavra ambulância na parte traseira; - Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTIMÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO - Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO - Revestimento interno do teto e laterais em ABS; - Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo	Unid	01

	▪ Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura ▪ Aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calefação em todas as bordas ▪ Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corredeja (PLC). 3. JANELAS ▪ Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; ▪ Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeja, com película branca e três listras horizontais centralizadas ▪ Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO ▪ Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU ▪ Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA ▪ Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. ▪ Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca - Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO ▪ Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA ▪ Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; ▪ 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; ▪ 01 (um) cabo de extensão de 20 metros ▪ 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; ▪ 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w ▪ 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt ▪ Central Elétrica composta de disjuntores ▪ Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; ▪ 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds ▪ Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. ▪ Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. ▪ Exaustor ▪ Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS ▪ Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto;		
--	---	--	--

	▪ 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, ▪ Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú ▪ Suporte para bomba de infusão ▪ Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA ▪ Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. - Cardioversor bifásico vivo gold(ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. ▪ Prancha de polietileno adulto com cinto ▪ Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO ▪ Sistema fixo de oxigênio contendo: ▪ 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação ▪ 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro ▪ Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO ▪ Palavra ambulância na parte traseira; ▪ Palavra ambulância invertida no capo; ▪ 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Rio Novo 02 de março de 2026



Documento assinado digitalmente
GUILHERME DE SOUZA NOGUEIRA
 Data: 02/03/2026 14:27:42-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUILHERME DE SOUZA NOGUEIRA
 Prefeitura Municipal de Rio Novo

Assinado por 2 pessoas: WAGNER GUARDIANO ABREU e JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://acispes.idoc.com.br/verificacao/7A89-D31B-953B-4DE0> e informe o código 7A89-D31B-953B-4DE0

mod.17

ANEXO ÚNICO

Eu, Ricardo Viana de Lima , Prefeito Municipal de Santana do Deserto, na qualidade de representante legal do Município Santana do Deserto, declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalada na lateral e/ou estendida acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encosto estofados, cor cinza. Cintos de segurança abdominais.	Unid	01

	6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em couro vin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. Luz de embarque traseira. 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; Régua tripla completa; Fluxômetro com máscara; Chicote para oxigenação; Humidificador; Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina	Unid	01

	fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.		
	2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corrediças em acrílico. 01 (um) armário inferior tipo bancada. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encostos estofados na cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú. Trilho para a maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque. Tomadas 110V + equipamentos elétricos. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons. Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central. 01 (um) ventilador oscilante. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto. 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal. Lixeira plástica. 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo:		

	01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. 01(um)cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro. Régua tripla completa. Fluxômetro com máscara. Chicote para oxigenação. Humidificador. Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02(duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema.	Unid	01

	5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" na parte traseira. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais.		
--	--	--	--

	GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026 , cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros , tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³ , potência mínima de 160 cv , entre-eixos mínimo de 3.520 mm , torque mínimo de 380 Nm , transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré , suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg , sistema de freios com ABS e EBD/EBL , tanque de ARLA mínimo de 17 litros , tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO	Unid	01

	Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACAEIMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” na parte traseira. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	--	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corrediças em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica;	Unid	01

	10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, Espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corrediças em acrílico e local para exaustor; Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul minieral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvine cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro Sirene de ré Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem		
--	--	--	--

	limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral correção (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral correção, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de	Unid	01

	interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capô; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com	Unid	01

	espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corrediça (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corrediça, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS		
--	--	--	--

	Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA Ventilador pulmonar eletrônico microtal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold((ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzeiras vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Santana do Deserto ____de____de 2026

RICARDO VIANA DE
LIMA:03274400661

Assinado de forma digital por
RICARDO VIANA DE
LIMA:03274400661
Dados: 2026.03.03 09:38:57
-03'00'

Assinatura

ANEXO ÚNICO

Eu, David Carvalho Pimenta, Prefeito Municipal de Simão Pereira, na qualidade de representante legal do Município Simão Pereira, declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação oca lafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalada na lateral e/ou estendida acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encosto estofados, cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900	Unid	01

	mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em couro vin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. Luz de embarque traseira. 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; Régua tripla completa; Fluxômetro com máscara; Chicote para oxigenação; Humidificador; Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.	Unid	01

	2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corrediças em acrílico. 01 (um) armário inferior tipo bancada. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encostos estofados na cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú. Trilho guia para a maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque. Tomadas 110V + equipamentos elétricos. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons. Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central. 01 (um) ventilador oscilante. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto. 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal. Lixeira plástica. 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L,		
--	---	--	--

	confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro. Régua tripla completa. Fluxômetro com máscara. Chicote para oxigenação. Humidificador. Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque	Unid	01

	central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02(duas) luminárias direcionais emLED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” na parte traseira. - Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTIMÓVEL” nas laterais. 02(duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses,		
--	--	--	--

	sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador	Unid	01

	tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACAE IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonetes em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+HMP) Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” na parte traseira. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	--	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corrediças em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica;	Unid	01

	10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, Espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corrediças em acrílico e local para exaustor; Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul minieral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvine cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro Sirene de ré Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem		
--	--	--	--

	limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corredeira (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeira, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de	Unid	01

	interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capô; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com	Unid	01

	espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corrediça (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corrediça, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS		
--	--	--	--

	Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA Ventilador pulmonar eletrônico microtal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold((ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzeiras vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Simao Pereira ____de____de 2026

Assinatura

DAVID
CARVALHO
PIMENTA:0562
5087679

Assinado de forma
digital por DAVID
CARVALHO
PIMENTA:05625087679
Dados: 2026.03.02
13:59:27 -03'00'

ANEXO ÚNICO

Eu, Luiz Fernando Osório, Prefeito Municipal de Santa Rita de Jacutinga, na qualidade de representante legal do Município Santa Rita de Jacutinga, declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. Vidros traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalada na lateral e/ou estendida acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encosto estofados, cor cinza. Cintos de segurança abdominais.	Unid	01

	6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em couro vin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. Luz de embarque traseira. 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; Régua tripla completa; Fluxômetro com máscara; Chicote para oxigenação; Humidificador; Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO	Unid	01

	Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corrediças em acrílico. 01 (um) armário inferior tipo bancada. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encostos estofados na cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú. Trilho guia para a maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque. Tomadas 110V + equipamentos elétricos. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons. Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central. 01 (um) ventilador oscilante. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto. 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal. Lixeira plástica. 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO		
--	--	--	--

	Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. 01(um)cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro. Régua tripla completa. Fluxômetro com máscara. Chicote para oxigenação. Humidificador. Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema.	Unid	01

	5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" na parte traseira. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais.		
--	---	--	--

	GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026 , cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros , tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³ , potência mínima de 160 cv , entre-eixos mínimo de 3.520 mm , torque mínimo de 380 Nm , transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré , suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg , sistema de freios com ABS e EBD/EBL , tanque de ARLA mínimo de 17 litros , tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO	Unid	01

	Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACAEIMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” na parte traseira. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	--	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corrediças em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica;	Unid	01
----	---	------	----

	10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, Espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corrediças em acrílico e local para exaustor; Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul minieral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvine cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro Sirene de ré Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem		
--	--	--	--

	limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral correção (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral correção, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de	Unid	01


	interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capô; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com	Unid	01

	espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corrediça (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corrediça, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS		
--	--	--	--

	Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA Ventilador pulmonar eletrônico microtal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold((ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzeiras vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Santa Rita de Jacutinga ____de____de 2026

LUIZ
FERNANDO
OSORIO:2820
5332649


Assinatura

ANEXO ÚNICO

Eu, Sylvio Silveira Martins Junior, Prefeito Municipal de Santa Barbara do Monte Verde, na qualidade de representante legal do Município Santa Barbara do Monte Verde, declaro, para os devidos fins, que este município possui interesse em participar de licitação conjunta com vistas à formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Ambulâncias novas (0 km), nos seguintes quantitativos:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO A 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta de vinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e parte deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias. Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, instalada na lateral e/ou estendida acima da cabine do motorista. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encosto estofados, cor cinza. Cintos de segurança abdominais.	Unid	01

	6. MACA 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em couro vinílico preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilador/exaustor e farol de embarque. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra, com sirene eletrônica de 4 (quatro) tons. Luz de embarque traseira. 01 (um) exaustor instalado na lateral do armário. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 01 (um) balaústre em tubo encapsulado instalado no teto. 01 (um) suporte móvel para soro/plasma, instalado no balaústre, tipo deslizante, com ajuste no sentido longitudinal. Acabamento em inox para proteção da entrada da maca (choque traseiro). 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio de 7 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação de 35 mm; 01 (um) cilindro de oxigênio de 7 L, com válvula e manômetro; Régua tripla completa; Fluxômetro com máscara; Chicote para oxigenação; Humidificador; Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira em forma invertida. Palavra "AMBULÂNCIA" na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
02	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO B 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento termo e acústico nas laterais e no teto, em manta com resina	Unid	01

	fenólica devidamente instalada conforme padrões técnicos.		
	2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014, permitindo higienização rápida e eficiente. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em mantadevinil lavável, sem emendas, com vedação e calafetagem. 3. JANELAS Janela lateral instalada na porta corrediça, com vidro opaco e porta deslizante, padrão ambulância. Vidro traseiros fixos, no padrão específico para ambulâncias Janela de comunicação instalada na divisória original. 4. ARMÁRIO 01 (um) armário superior instalado na lateral esquerda, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica branca, com portas corrediças em acrílico. 01 (um) armário inferior tipo bancada. 5. BANCO BAÚ (ACOMPANHANTES) Banco tipo baú para 03 (três) pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, com lixeira integrada. Assento e encostos estofados na cor cinza. Cintos de segurança abdominais. 6. MACA 01 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada, pontos de descanso das rodas da maca, quinas dos armários e banco baú. Trilho para a maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco giratório com estrutura tubular, assento e encosto estofados na cor cinza, equipado com cinto de segurança. 8. SISTEMA ELÉTRICO Painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação/exaustor e farol de embarque. Tomadas 110V + equipamentos elétricos. Iluminação interna composta por 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto. Sinalizador acústico e visual tipo barra linear, com sirene eletrônica de mínimo 03 tons. Barra traseira com duas lanternas vermelhas e luz de embarque central. 01 (um) ventilador oscilante. Sirene de ré. 9. EQUIPAMENTOS INTERNOS 02 (dois) balaústres em tubo encapsulado instalados no teto. 02 (dois) suportes móveis para soro/plasma, instalados nos balaústres, tipo deslizante, com ajuste longitudinal. Lixeira plástica. 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo contendo:		

	01 (um) suporte duplo para cilindro de oxigênio de 16 L, confeccionado em aço carbono, com cinta e catraca de fixação. 01(um)cilindro de oxigênio de 16 L com válvula e manômetro. Régua tripla completa. Fluxômetro com máscara. Chicote para oxigenação. Humidificador. Frasco aspirador tipo Venturi. 11. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” na parte traseira. 02 (duas) cruzes vermelhas nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
03	AMBULÂNCIA TIPO C – SUPORTE AVANÇADO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³, potência mínima de 160 cv, entre-eixos mínimo de 3.520 mm, torque mínimo de 380 Nm, transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg, sistema de freios com ABS e EBD/EBL, tanque de ARLA mínimo de 17 litros, tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO C 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico executado em manta termoacústica automotiva, de poliéster, elastomérica ou similar, com desempenho equivalente ou superior, devidamente instalada conforme normas técnicas vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100 Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema.	Unid	01

	5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixo e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACA E IMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO - Palavra "AMBULÂNCIA" na dianteira, em forma invertida. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" na parte traseira. - Palavra "AMBULÂNCIA" e "UTIMÓVEL" nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais.		
--	--	--	--

	GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
04	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto alto, novo, fabricação nacional, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026 , cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros , tração traseira, volume interno do compartimento de carga mínimo de 12m³ , potência mínima de 160 cv , entre-eixos mínimo de 3.520 mm , torque mínimo de 380 Nm , transmissão com mínimo 6 marchas à frente e 1 aré , suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.500 kg , sistema de freios com ABS e EBD/EBL , tanque de ARLA mínimo de 17 litros , tanque de combustível mínimo de 65 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. TRANSFORMAÇÃO / ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA – TIPO D 1. ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO Isolamento térmico e acústico nas laterais e teto, executado em manta <i>Acusterm</i> devidamente instalada conforme padrões técnicos vigentes. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno das laterais e teto em ABS lavável, conforme Resolução CONTRAN nº 498/2014. Piso nivelado em compensado naval de 15 mm, revestido em manta vinílica antiderrapante e lavável, com vedação e calafetagem. Revestimento em alumínio xadrez no para-choque traseiro para proteção da área de embarque. 3. PASSAGEM ENTRE CABINE E COMPARTIMENTO Passagem central entre a cabine e o compartimento de atendimento, com retrabalho técnico no banco dianteiro do passageiro, garantindo ergonomia e circulação. 4. SISTEMA ELÉTRICO Alimentação com bateria auxiliar de 100Ah. Central elétrica composta por disjuntores térmicos e automáticos, relês e base de fusíveis, instalada na parte superior do armário. Inversor de corrente contínua 12 V para alternada 110/220 V, potência mínima de 1000 W. Painel elétrico interno com régua integrada contendo no mínimo: 04 (quatro) tomadas tripolares (2P+T) de 110 V 02 (duas) tomadas de 12V Interruptores iluminados para ventiladores, exaustores e farol de embarque Tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte superior esquerda, com cabo de extensão de 20 metros. Carregador de bateria incorporado ao sistema. 5. SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Barra traseira com dois sinalizadores pulsantes vermelhos e farol de embarque central. Sinalizador acústico de ré. 06 (seis) luminárias principais no teto, com lente de policarbonato translúcido, acabamento corrugado e alta difusão luminosa. 02 (duas) luminárias direcionais em LED instaladas sobre a maca. 06 (seis) lanternas pulsantes intercaladas na parte superior lateral (04 rubi e 02 cristal), frequência mínima de 90 flashes/min. 6. JANELAS Janela lateral com vidro translúcido jateado e corrediço, com travamento interno. Vidro traseiros padrão ambulância, fixos e com película. 7. SISTEMA DE OXIGÊNIO	Unid	01

	Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxômetro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi; 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 (dezesseis) litros, com válvula e manômetro; 02 (dois) suportes para cilindro de 16 (dezesseis) litros; Sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro); 8. BANCOS Banco Baú (acompanhantes): Confeccionado em compensado naval revestido em fórmica, com lixeira embutida. Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin cinza. Equipado com cintos de segurança para 03 acompanhantes. Banco do Médico: Poltrona giratória ergonômica, estofada, com encosto de cabeça e cinto de segurança, revestida em courvin. 9. MACAEIMOBILIZAÇÃO 1 (uma) maca com pernas retráteis, comprimento mínimo de 1.900 mm confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios. Colchonete em espuma revestido em courvin preto, com cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada e nos pontos de descanso das rodas da maca, além das quinas dos armários e do banco baú. 10. EQUIPAMENTOS INTERNOS Balaústre tubular encapsulado instalado no teto. Suporte móvel para soro/plasma, deslizante, instalado no balaústre. Acabamentos em inox na área traseira para proteção contra impactos. Acabamento técnico da caixa traseira do ar-condicionado. Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli (equip. universal) wifi português Ventilador pulmonar eletrônico micrototal total Cardioversor bifásico vivo gold (ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 11. ARMÁRIOS Armário padrão UTI confeccionado em compensado com revestimento em fórmica na cor branco polar, com detalhes na cor CINZA, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, armário superior e inferior com portas deslizantes em acrílico, sistemas de travamento e puxadores, armário para acondicionamento de cilindro de oxigênio, local para armazenamento de pranchas de coluna, vão para bateria, prateleiras abertas e central elétrica 12. GRAFISMO PADRÃO Palavra “AMBULÂNCIA” na dianteira, em forma invertida. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” na parte traseira. Palavra “AMBULÂNCIA” e “UTI MÓVEL” nas laterais. 02 (duas) cruzes azuis nas portas traseiras e laterais. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem		
--	--	--	--

05	AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corrediça; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corrediça, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda confeccionado em compensado naval na cor branca, com portas corrediças em acrílico; Armário superior complementar para ar- condicionado. 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado naval e revestido em fórmica, assento e encostos estofados a cor cinza e cintos de segurança 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvin e cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Iluminação interna com 03 (três) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em forma de barra linear com sirene eletrônica 01 (um) ventilador oscilante; Sirene de ré 9. EQUIPAMENTOS 01 Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 (um) suporte para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica;	Unid	01
----	---	------	----

	10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 07 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 07 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, Espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
06	AMBULÂNCIA TIPO B – PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta acústica 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido em manta de vinil sem emendas com vedação e calafetagem de todas as bordas com rodapé; Divisória original de fábrica em aço com janela de comunicação corredeira; 3. JANELAS Janela lateral no padrão ambulância instalado na porta lateral corredeira, com vidros deslizantes; Vidros padrão ambulância nas portas traseiras 4. ARMARIO Armário superior na lateral esquerda em MDF 15 mm revestidos em fórmica na cor branca, com portas corredeiras em acrílico e local para exaustor; Armário inferior tipo balcão com local para prancha de coluna e equipamentos médicos e tomadas elétricas.	Unid	01

	5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 acompanhantes, confeccionado em MDF branco 15 mm revestido em fórmica na cor (Azul mineral) com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira Assento, encosto e apoio de cabeça estofados em courvin na cor azul minieral, Cintos de segurança abdominal. 6. MACA 01 (uma) Maca com pernas retráteis 1900 mm, confeccionada em alumínio, regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvine cintos de segurança, a. Acabamentos em aço inox na entrada e locais de descanso das rodas da maca e quinas dos armários e banco baú; b. Trilho guia para maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco fixo para médico, em estrutura tubular, com assento e encosto e com cinto de segurança abdominal 8. ELÉTRICA 01 (um) painel de comando com interruptores para iluminação interna, ventilação e farol de embarque Inversor de voltagem 12 para 110 volts de 1000 watts 02 tomadas 110 volts Bateria de 100 AH Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto do compartimento de atendimento Sinalizador acústico e visual em formato de barra, em LED na cor vermelha, com sirene eletrônica. Barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro Sirene de ré Sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro; Exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário; 9. EQUIPAMENTOS 02 Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 02 suportes para soro e plasma móvel instalado no balaústre, tipo deslizante, para ajuste de uso no sentido longitudinal do paciente. Lixeira plástica; 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. 11. GRAFISMO Palavra AMBULÂNCIA, espelhada (invertida) no capô; Palavra AMBULÂNCIA, instalada na parte inferior das portas traseiras Cruzes nos vidros das portas traseiras; Cruzes nas laterais do veículo. GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem		
--	--	--	--

	limite de quilometragem.		
07	AMBULÂNCIA TIPO C VEÍCULO BASE (CHASSI) Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral correção (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral correção, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de	Unid	01

	interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré; 9. EQUIPAMENTOS Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capô; 02 (duas) cruzes vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
08	AMBULÂNCIA TIPO D – SUPORTE AVANÇADO UTÍMÓVEL Furgão teto baixo, novo, zero quilômetro, ano/modelo mínimo 2025/2026, cabine e compartimento em aço, motorização diesel, motor 4 cilindros, tração conforme linha de produção do fabricante, volume interno do compartimento de carga mínimo 6m³, potência mínima de 150 cv, entre-eixos mínimo de 3.200 mm, torque mínimo de 370 Nm, peso em ordem de marcha de no mínimo 1.700 kg transmissão com mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 3.200 kg, sistema de freios conforme linha de produção do fabricante, tanque de ARLA mínimo de 22 litros, tanque de combustível mínimo de 70 litros e ar-condicionado para a cabine e salão. 1. ISOLAMENTO TERMICO Isolamento termoacústico em manta de fibra de vidro com resina fenólica. 2. REVESTIMENTO INTERNO Revestimento interno do teto e laterais em ABS; Revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com	Unid	01

	espuma e courvim automotivo Piso nivelado em compensado naval de 15 mm de espessura Aplicação de manta vinílica inteiraça sobre o compensado com calefação em todas as bordas Instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corrediça (PLC). 3. JANELAS Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e esquerdo, com película branca e três listras horizontais centralizadas; Janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corrediça, com película branca e três listras horizontais centralizadas Divisória original entre cabine e salão de atendimento, com janela de comunicação 4. ARMARIO Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamento e armário superior 5. BANCO BAU Banco tipo baú para 03 pessoas, confeccionado em compensado 15mm revestido em fórmica, na cor, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta superior 6. MACA Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança. Acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca Trilho para guia da maca. 7. BANCO DO MÉDICO Banco do atendente giratório, instalado na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor CINZA, com cinto de segurança abdominal. 8. ELÉTRICA Painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas; 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista; 01 (um) cabo de extensão de 20 metros 01 (uma) bateria suplementar de 105ah; 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v – 1000 w 01 (um) carregador de bateria 16 A – bi volt Central Elétrica composta de disjuntores Iluminação interna com 04 (quatro) luminárias redondas em leds de dupla intensidade; 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds Sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons. Dois sinalizadores traseiros em leds pulsantes vermelhos instalados na traseira do veículo. Exaustor Sinalizador acústico de marcha ré. 9. EQUIPAMENTOS		
--	--	--	--

	Balaústres em tubo encapsulado, instalado no teto; 01 suporte para soro e plasma instalado no balaústre, Lixeira plástica de 03 litros embutidas na lateral do banco baú Suporte para bomba de infusão Bomba de infusão enteral e parenteral – Icatu 4.0 intelli. (equip. universal) wifi português, ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA Ventilador pulmonar eletrônico microtal total ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Cardioversor bifásico vivo gold((ECG, DESF MANUAL, MODO DEA + MC PASO+IMP) ou equipamento equivalente, com especificações técnicas mínimas compatíveis, homologado pela ANVISA. Prancha de polietileno adulto com cinto Prancha curta – (chave) c/ cinto 10. SISTEMA DE OXIGÊNIO Sistema fixo de oxigênio contendo: 01 (um) suporte para cilindro de oxigênio 16 litros, montado confeccionado em aço carbono, com cinta catraca de fixação 01 (um) cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Sistema de oxigênio, composto de régua TRIPLA completa, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi 11. GRAFISMO Palavra ambulância na parte traseira; Palavra ambulância invertida no capo; 02 (duas) cruzeiras vermelhas nos vidros traseiros GARANTIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA Garantia total do veículo base e da transformação/implementação por 12 meses, sem limite de quilometragem.		
--	--	--	--

Santa Barbara do Monte Verde ____de____de 2026

Assinatura

sylvio silveira
martins
junior:26193744
649

Assinado de forma digital por sylvio silveira martins
junior:26193744649
Dados: 2026.03.02 14:31:53 -03'00'